

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COMPRESAS DE GASA ESTÉRIL DE 48 CM X 48 CM X 5

Ruc/código : 20605701435

Nombre o Razón social : LINAMES S.A.C.

Fecha de envío : 02/08/2024

Hora de envío : 18:05:42

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

En las presentes bases en:

#### CAPITULO III

##### 3.1 Especificaciones Técnicas

ITEM N° 1 COMPRESA DE GASA ESTERIL 48 CM X 48 CM X 5 UND.

En las bases no solicitan las características técnicas de la compresa.

Para cumplir con el requerimiento OBSERVAMOS las bases y nos atrevemos a sugerir las características técnicas para poder cumplir con las bases.

Características técnicas:

#### MATERIAL:

- Gasa de algodón 100% natural: de 20 x 16 hilos por pulgada cuadrada, gasa tipo VI de uso hospitalario

#### CARACTERISTICAS:

- Suave y absorbente
- Gasa de tejido uniforme color blanco, inodoro
- Título de hilo del 1/32 al 1/34
- Libre de pelusas e hilachas
- Bordes ocultos, cosidos o remallados
- Alta capacidad de retención, absorción y resistencia
- Asa radiopaca 100% algodón, color azul en forma de ojal en un extremo de la compresa (no menor de 22cm extendida)
- No prelavado
- Esterilizados con calor húmedo (vapor presurizado)
- Peso no menor de 22gr.

#### CONDICION BIOLOGICA

- Estéril, atóxico, hipoalergénico

#### DIMENSIONES:

- Gasa extendida de 4 capas de 48 cm x 48 cm

#### CARACTERISTICAS DEL ENVASE:

- Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución del dispositivo medico
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- De fácil apertura
- De sellado hermético
- Permeable al agente esterilizante e impermeable a líquidos
- Resistente a la manipulación
- Presentación por 05 unidades

#### ENVASE INMEDIATO:

- Envoltorio interno: papel crepado grado medico debe ser de gramaje no menor de 60 gr/m2 . De 45 cm x 45 cm para la compresa de 48 cm x 48 cm
- Envase externo de papel grado medico y film, con indicador de esterilización visible

#### ENVASE MEDIATO:

- Caja de cartón u otro material, que contenga en su interior una o mas unidades del dispositivo medico en su envase inmediato.

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16° de la LCE y 29° del Reglamento.

### Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE parcialmente; las características del bien se detalla en el numeral 6.1.1 características técnicas, por

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COMPRESAS DE GASA ESTÉRIL DE 48 CM X 48 CM X 5

General	3	3.1	22
---------	---	-----	----

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 16º de la LCE y 29º del Reglamento.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

omisión involuntaria no se escaneo la pagina de condiciones biológicas y características

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se incorpora en las bases integradas la pagina 22 numeral 6.1.1 Condiciones Biológicas Características,  
numeral 6.1.2 rotulado y, numeral 6.1.3 reglamentos técnicos, normas meteorológicas y/o sanitarias nacionales