

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20494151503

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : SALUD AMAZONICA E.I.R.L.

Hora de envío : 16:48:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

A02 CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES DE DIAMETRO NO MENOR DE 125 MM Y NO MAYOR DE 150 MM, CON FRENOS EN DOS (02) RUEDAS Y DOS (02) ANTIESTATICAS

lo solicitado en las especificaciones técnicas limitan la participación de postores, el promedio del tamaño de ruedas ideal para para un coche de paro está entre 100 mm como mínimo hasta 125 mm como máximo, también se informa que es importante solicitar que todas las ruedas deben ser antiéticas y no únicamente 2 ruedas.

así mismo en aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) libertad de concurrencia y participación b) igualdad de trato y oportunidades, solicitamos se considere el siguiente requerimiento técnico mínimo.

A02: CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES ANTIESTATICAS DE DIAMETRO DE 100 MM O MAYOR, CON FRENOS EN DOS (02) DE ELLAS COMO MINIMO.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20494151503

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : SALUD AMAZONICA E.I.R.L.

Hora de envío : 16:48:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

A05 SUPERFICIE SUPERIOR DE ABS TERMOMOLDEADO, ANTIGOLPE Y ANTIRAYADO DE COLOR GRIS solicitar un color en particular limita la participación de marcas y postores, para una mejor participación, libre concurrencia e igualdad de trato, solicitamos se considere lo siguiente.

A05: SUPERFICIE SUPERIOR DE ABS TERMOMOLDEADO, ANTIGOLPE Y ANTIRAYADO DE COLOR GRIS O SUPERFICIE DEACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA SOBRE A05: SUPERFICIE SUPERIOR DE ABS TERMOMOLDEADO, ANTIGOLPE Y ANTIRAYADO DE COLOR GRIS O SUPERFICIE DEACUERDO A CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	16:48:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

A06 ASA ERGONOMICA INCORPORADA EN TRES LADOS QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR

los coches de paro están equipados con asas o manubrios ubicados en ambos lados, estos con la finalidad de facilitar la movimentacion. solicitar mayor cantidad de asas impide la libre concurrencia y participación de marcas y postores. así mismo en aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) libertad de concurrencia y participación b) igualdad de trato y oportunidades, solicitamos se considere el siguiente requerimiento técnico mínimo.

A06: ASA ERGONOMICA INCORPORADA EN DOS LADOS COMO MINIMO, QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA DE LA SIGUIENTE MANERA A06: ASA ERGONOMICA INCORPORADA EN DOS LADOS COMO MINIMO, QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20494151503

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : SALUD AMAZONICA E.I.R.L.

Hora de envío : 16:48:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

A09 GAVETAS O CAJONES COMPLETAMENTE EXTRAIBLES CON BANDEJAS Y/O SEPARADORES AJUSTABLE Y CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD CENTRALIZADO CON LLAVE Y/O PRECINTOS

En la actualidad los coches de paro ya vienen preparados para asegurar sus cojones con cerradura centralizada y sistema de precintos de seguridad, esto con la finalidad de tener un mejor control de los medicamentos y equipamiento que se puedan almacenar en los coches de paro.

En aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) Libertad de concurrencia y participación y g) Vigencia tecnológica solicitamos al comité de selección considerar el siguiente requerimiento técnico mínimo.

A09: GAVETAS O CAJONES COMPLETAMENTE EXTRAIBLES CON BANDEJAS Y/O SEPARADORES AJUSTABLE Y CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD CENTRALIZADO CON LLAVE Y SISTEMA DE PRECINTOS DE SEGURIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA DE LA SIGUIENTE MANERA PARA EL A09:GAVETAS O CAJONES COMPLETAMENTE EXTRAIBLES CON BANDEJAS Y/O SEPARADORES AJUSTABLE Y CON SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD CENTRALIZADO CON LLAVE Y/O PRECINTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	16:48:35

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

A18 DIMENSIONES APROXIMADAS

ANCHO: 85 CM (+/- 5 CM)

PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 7 CM)

ALTO: 105 CM (+/- 5 CM)

solicitar dimensiones aproximadas o exactas limita la libre concurrencia y participación.

Por lo expuesto líneas y los principios que rigen las contrataciones con el estado en su inciso a) libertad de concurrencia, b) igualdad de trato, e) competencias, solicitamos al comité de selección considerar lo siguiente:

A18: DIMENSIONES APROXIMADAS

ANCHO: 85 CM (+/- 5 CM)

PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 7 CM)

ALTO: 105 CM (+/- 5 CM) O MEDIDAS DEACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA PARCIALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 12 CM) y/o según fabricante

¿ ALTO: Aclarar si la altura es desde las ruedas hasta la parte superior o si fuera el caso 105 cm (+/- 10 CM)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20494151503

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : SALUD AMAZONICA E.I.R.L.

Hora de envío : 16:48:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

C06 ILUMINACION: FIBRA OPTICA CON LUZ LED

en la actualidad todos los laringoscopios transportan la luz desde el mango hacia las hojas a través de fibra óptica, la importancia está en la calidad de la fibra óptica y la cantidad de luz que esta puede transportar, cuanto mayor aporte de luz mejor será la visualización para los médicos.

En aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) Libertad de concurrencia y participación y g) Vigencia tecnológica solicitamos al comité de selección considerar el siguiente requerimiento técnico mínimo.

C06: ILUMINACION: FIBRA OPTICA DE VIDRIO, LUZ LED CON 14,000 LUX COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA POR LO QUE LA C06: ILUMINACION: FIBRA OPTICA DE VIDRIO, LUZ LED CON 14,000 LUX COMO MINIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20494151503

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : SALUD AMAZONICA E.I.R.L.

Hora de envío : 16:48:35

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

C12 UN (01) JUEGO DE BATERIAS RECARGABLES SEGÚN DISEÑO DEL EQUIPO

existen distintos tipos de baterías que con los años han mejorado su tecnología, en la actualidad las baterías de iones de litio con de mejor calidad y durabilidad y se vienen implementando en casi todos los dispositivos médicos, ya que tienen mayor capacidad de carga, con mayor autonomía, reducen el tiempo de carga y son más pequeña y menos pesadas. por lo expuesto líneas arriba y En aras de no contravenir con la ley que rigen las contrataciones con el estado en sus incisos a) Libertad de concurrencia y participación y g) Vigencia tecnológica solicitamos al comité de selección considerar el siguiente requerimiento técnico mínimo.

C12: UN (01) JUEGO DE BATERIA RECARGABLE DE ION DE LITIO 3.7V, CON CARGA A TRAVES DE PUERTO USB.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA EN LA C12: UN (01) JUEGO DE BATERIA RECARGABLE DE ION DE LITIO 3.7V, CON CARGA A TRAVES DE PUERTO USB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	16:48:35

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

D01 BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 1200 ML

lo solicitado en las especificaciones técnicas limita la libre concurrencia y participación de marcas y postores, solo una marca cumple con el D01.
por lo expuesto líneas arriba solicitamos al comité de selección ampliar a lo siguiente:

D01: BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 1200 ML Y/O BOLSA DE SILICONA AUTOCLAVABLE A 134°C CON CAPACIDAD DE 1600 ML O MAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20494151503

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : SALUD AMAZONICA E.I.R.L.

Hora de envío : 16:48:35

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

D04 LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

lo solicitado en las especificaciones técnicas limita la libre concurrencia y participación de marcas y postores, solo una marca cumple con el D01.

por lo expuesto líneas arriba solicitamos al comité de selección ampliar a lo siguiente:

D04: LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20494151503

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : SALUD AMAZONICA E.I.R.L.

Hora de envío : 16:48:35

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

E01 BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 300 ML

lo solicitado en las especificaciones técnicas limita la libre concurrencia y participación de marcas y postores, solo una marca cumple con el D01.

por lo expuesto líneas arriba solicitamos al comité de selección ampliar a lo siguiente:

E01: BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 300 ML Y/O BOLSA DE SILICONA AUTOCLAVABLE A 134°C CON CAPACIDAD DE 500 ML O MAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	16:48:35

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

E02 SISTEMA DE VÁLVULA CON OBTURADOR SIMPLE MEJORA LA VISIÓN Y EL MANEJO DEL CAUDAL DE AIRE AL PACIENTE

lo solicitado en las especificaciones técnicas es exclusivo de una sola marca, esto limita la libre concurrencia y participación de postores y marcas.
Por lo expuesto líneas y los principios que rigen las contrataciones con el estado en su inciso a) libertad de concurrencia, b) igualdad de trato, e) competencia, solicitamos al comité de selección considerar lo siguiente:

E02: SISTEMA DE VÁLVULA CON OBTURADOR SIMPLE MEJORA LA VISIÓN Y EL MANEJO DEL CAUDAL DE AIRE AL PACIENTE Y/O VALVULA O SALIDA DE OXIGENO PARA PACIENTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20494151503

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : SALUD AMAZONICA E.I.R.L.

Hora de envío : 16:48:35

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

E04 LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

lo solicitado en las especificaciones técnicas limita la libre concurrencia y participación de marcas y postores, solo una marca cumple con el D01.

por lo expuesto líneas arriba solicitamos al comité de selección ampliar a lo siguiente:

E04: LA ELASTICIDAD DE LA FUNDA EXTERIOR DE LA BOLSA LIMITA LA PRESION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	16:48:35

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

E) Adjuntar folletería, instructivos, catálogos o fichas técnicas en original o copia simple remitida por el fabricante, que permita demostrar que el producto ofertado cumple con las especificaciones técnicas. Adicionalmente se aceptará la presentación de Carta del fabricante para acreditar aquellas características que no se encuentren en los instructivos, catálogos o fichas técnicas presentadas.

PRECISANDO QUE LAS EE.TT. QUE DEBEN ACREDITAR CON LA FOLLETERIA CATALOGOS SON DE LA FICHA TECNICA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO OFERTADO

Observamos en las presentes bases que la entidad da la opción de presentar declaraciones juradas para sustentar las especificaciones, lo que ocasionaría que dicha especificación carezca de confiabilidad y que la entidad estaría arriesgando a adjudicar y recibir equipos que no cumpla con lo solicitado por el área usuaria, ocasionándoles inconvenientes y/o gastos innecesarios al momento de la conformidad del producto Asimismo, señalamos que todo fabricante especifica detalladamente toda especificación técnica de su producto dentro de los catálogos o manuales

¿Con la finalidad de no arriesgar la confiabilidad del equipo licitado, el comité de selección retirara de la documentación obligatoria, la aceptación de declaraciones juradas tanto del postor como del fabricante para el sustento de las especificaciones técnicas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA CON LA FINALIDAD DE NO ARRIESGAR LA CONFIABILIDAD DEL EQUIPO LICITADO, EL COMITÉ DE SELECCIÓN RETIRARA DE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA, LA ACEPTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS TANTO DEL POSTOR COMO DEL FABRICANTE PARA EL SUSTENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20529457554	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DACMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:17:17

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:
CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES DE DIÁMETRO NO MENOR DE 125 MM Y NO MAYOR DE 150 MM, CON FRENOS EN DOS (02) RUEDAS Y DOS (02) ANTIESTÁTICAS

Considerando la variedad de situaciones y espacios en los que el coche de paro podría ser utilizado, es posible que un rango de diámetro de ruedas más amplio sea beneficioso. Esto permitiría una mayor maniobrabilidad y adaptabilidad en espacios reducidos, proporcionando estabilidad y equilibrio durante su uso para mejorar la capacidad de respuesta y eficiencia del personal médico en situaciones de emergencia, al tiempo que garantizaría un transporte seguro y efectivo de equipos y suministros médicos críticos. Además, cumpliría con los estándares de resistencia y capacidad de carga necesarios.

Por lo cual en cumplimiento con el Art. 2 de la ley de contrataciones, principio de libertad y concurrencia e igualdad de trato y competencia y para fomentar la pluralidad de postores, con el fin de no direccionar a una marca en específico, solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria reformular este punto quedando de la siguiente manera:

¿
CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES DE DIÁMETRO NO MENOR DE 100 MM Y NO MAYOR DE 150 MM, CON FRENOS EN DOS (02) RUEDAS Y DOS (02) ANTIESTÁTICAS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A02 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CELÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20529457554	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DACMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:17:17

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

ASA ERGONÓMICA INCORPORADA EN TRES LADOS QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR

En el mercado existen distintos tipos de coches de paro utilizados en entornos hospitalarios y cada uno tiene características específicas, la experiencia de cada fabricante nos garantiza un coche de paro confiable y de alta calidad.

De acuerdo con el diseño de cada fabricante, las asas ergonómicas estas están diseñadas para brindar un agarre firme y cómodo, lo que facilita su uso y reduce el esfuerzo del operador.

Por lo cual en cumplimiento con el Art. 2 de la ley de contrataciones, principio de libertad y concurrencia e igualdad de trato y competencia y para fomentar la pluralidad de postores, con el fin de no direccionar a una marca en específico, solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria reformular este punto quedando de la siguiente manera:

ASA ERGONÓMICA INCORPORADA EN DOS Y/O TRES LADOS QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A06 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ENCOORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE QUEDANDO DE LA SIGUEINTE MANERA A06: ASA ERGONOMICA INCORPORADA EN DOS LADOS COMO MINIMO, QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20529457554	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DACMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:17:17

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

DIMENSIONES APROXIMADAS:
ANCHO: 85 CM (+/- 5 CM)
PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 7 CM)
ALTO: 105 CM (+/- 5 CM)

La facilidad de uso, versatilidad, adaptabilidad y maniobrabilidad del coche de paro están relacionadas directamente al diseño del fabricante, que incluye características físicas como forma, peso y dimensiones, ya que se realizan pruebas exhaustivas para asegurar que cumpla con los más altos estándares de calidad y que brinde todas las características necesarias para la atención médica de emergencia, garantizando así su pleno rendimiento y eficacia en su entorno hospitalario.

Por lo cual en cumplimiento con el Art. 2 de la ley de contrataciones, principio de libertad y concurrencia e igualdad de trato y competencia y para fomentar la pluralidad de postores, con el fin de no direccionar a una marca en específico, solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria reformular este punto quedando de la siguiente manera:

DIMENSIONES APROXIMADAS:
ANCHO: 65 CM (+/- 5 CM)
PROFUNDIDAD: 52 CM (+/- 7 CM)
ALTO: 95 CM (+/- 5 CM)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A18 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION
PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 12 CM) Y/O SEGÚN FABRICANTE
¿ ALTO: ACLARAR SI LA ALTURA ES DESDE LAS RUEDAS HASTA LA PARTE SUPERIOR O SI FUERA EL CASO 105 CM (+/- 10 CM)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 12 CM) Y/O SEGÚN FABRICANTE
¿ ALTO: ACLARAR SI LA ALTURA ES DESDE LAS RUEDAS HASTA LA PARTE SUPERIOR O SI FUERA EL CASO 105 CM (+/- 10 CM)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20529457554	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DACMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:17:17

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

DOSCIENTOS (200) PRECINTOS DE SEGURIDAD DESECHABLES CON CODIFICACIÓN

Existen en el mercado distintos sistemas de seguridad para los cajones de los coches de paro, uno de los más comunes es el sistema de seguridad con llave, el cual presenta varias ventajas significativas: Al utilizar una sola llave que permite abrir y cerrar todos los cajones al mismo tiempo, se logra una mayor eficiencia y conveniencia en el acceso a los suministros médicos, esto ahorra tiempo y esfuerzo al personal médico durante situaciones de emergencia. Además, el sistema de seguridad con llave proporciona un control más estricto sobre quién tiene acceso a los cajones, lo que aumenta la seguridad y protege los suministros de cualquier acceso no autorizado.

Por lo cual en cumplimiento con el Art. 2 de la ley de contrataciones, principio de libertad y concurrencia e igualdad de trato y competencia y para fomentar la pluralidad de postores, con el fin de no direccionar a una marca en específico, solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria reformular este punto quedando de la siguiente manera:

DOSCIENTOS (200) PRECINTOS DE SEGURIDAD DESECHABLES CON CODIFICACIÓN (OPCIONAL)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B07 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDIACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20529457554	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DACMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:17:17

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 1200 ML.

Pedimos que se amplíe la solicitud para incluir la opción de una bolsa simple o doble para limitar la presión para mayor seguridad. Esta ampliación permitirá considerar resucitadores manuales con una bolsa simple, que también pueden ofrecer un rendimiento óptimo en términos de seguridad y esterilidad, junto con una capacidad mayor para satisfacer sus requerimientos específicos.

Al permitir la opción de una bolsa simple o doble, ampliamos las posibilidades de encontrar la solución más adecuada para su hospital, teniendo en cuenta factores como la preferencia del operador y las necesidades clínicas.

Por lo cual en cumplimiento con el Art. 2 de la ley de contrataciones, principio de libertad y concurrencia e igualdad de trato y competencia y para fomentar la pluralidad de postores, con el fin de no direccionar a una marca en específico, solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria reformular este punto quedando de la siguiente manera:

BOLSA SIMPLE O DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 1200 ML.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: D Literal: D01 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

L COMITE DE SELECCION EN COORDIACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20529457554	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DACMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:17:17

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:
BOLSA DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 300 ML.

Pedimos que se amplíe la solicitud para incluir la opción de una bolsa simple o doble para limitar la presión para mayor seguridad. Esta ampliación permitirá considerar resucitadores manuales con una bolsa simple, que también pueden ofrecer un rendimiento óptimo en términos de seguridad y esterilidad, junto con una capacidad mayor para satisfacer sus requerimientos específicos.

Al permitir la opción de una bolsa simple o doble, ampliamos las posibilidades de encontrar la solución más adecuada para su hospital, teniendo en cuenta factores como la preferencia del operador y las necesidades clínicas.

Por lo cual en cumplimiento con el Art. 2 de la ley de contrataciones, principio de libertad y concurrencia e igualdad de trato y competencia y para fomentar la pluralidad de postores, con el fin de no direccionar a una marca en específico, solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria reformular este punto quedando de la siguiente manera:

BOLSA SIMPLE O DOBLE PARA LIMITAR LA PRESIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 300 ML.

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** E **Literal:** E01 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
L COMITE DE SELECCION EN COORDIACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:36

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

A3 FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ESTRUDED Y/O ACERO INOXIDABLE CON CUBIERTA DE ABS RESISTENTE AL IMPACTO

Una estructura piramidal otorga al equipo una mejor estabilidad al momento de desplazar el coche. Por lo que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

FABRICADA CON ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE ALUMINIO ESTRUDED Y/O ACERO INOXIDABLE CON CUBIERTA DE ABS RESISTENTE AL IMPACTO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** A3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 inciso a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

L COMITE DE SELECCION EN COORDIACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:36

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

A5 SUPERFICIE SUPERIOR DE ABS TERMOMOLDEADO, ANTIGOLPE Y ANTIRAYADO DE COLOR GRIS

La finalidad del objeto materia de contratación es la asistencia frente a Emergencias y Desastres donde el color rojo es universalmente utilizado en equipos para situaciones de emergencia. Además de permitir una mayor pluralidad de postores según la ley de contrataciones del estado. Es por esto que se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente: SUPERFICIE SUPERIOR DE ABS TERMOMOLDEADO, ANTIGOLPE Y ANTIRAYADO DE COLOR BEIGE Y ROJO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** A5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 inciso a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE SE ACEPTARA SUPERFICIE SUPERIOR DE ABS TERMOMOLDEADO, ANTIGOLPE Y ANTIRAYADO DEL COLOR GRIS O SUPERFICIE DEACUERDO A CADA FABRICANTE. ES DECIR PUEDE PRESENTARSE CON ANTIRAYADO DE DIFERENTES COLORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:36

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

A6 ASA ERGONOMICA INCORPORADA EN TRES LADOS QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR

Con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores conforme a lo establecido en la ley de contrataciones del estado, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

ASA ERGONOMICA EN EL LATERAL QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: A6 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 inciso a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE POR LO QUE SE CONSIDERARA EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA SIGUIETE MANERA:A06: ASA ERGONOMICA INCORPORADA EN DOS LADOS COMO MINIMO, QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:36

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

A7 CAJONERA CON CINCO (05) GAVETAS O CAJONES DE PC/ABS DE COLOR GRIS Y ASAS ERGONOMICAS EN LA PARTE FRONTAL PARA EI AGARRE

Con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores conforme a lo establecido en la ley de contrataciones del estado, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

CAJONERA CON CINCO (05) GAVETAS O CAJONES DE PC/ABS DE COLOR GRIS O BEIGE Y ASAS ERGONOMICAS DE COLOR ROJO EN LA PARTE FRONTAL PARA EI AGARRE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** A7 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 inciso a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE POR LO QUE SE CONSIDERARA EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA :A06: ASA ERGONOMICA INCORPORADA EN DOS LADOS COMO MINIMO, QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:36

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

A11 CON SOPORTE PARA DESFIBRILADOR CON MOVILIDAD DE 360° Y CORREAS DE SUJECCIÓN

Con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores conforme a lo establecido en la ley de contrataciones del estado, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

CON SOPORTE PARA DESFIBRILADOR CON MOVILIDAD DE 90° Y CORREAS DE SUJECCIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: A11 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 inciso a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREESS PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:36

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

A13 EN EL LADO IZQUIERDO CON MINIMO DOS (02) CAJONES RECLINABLES TRASLUCIDOS CON ABERTURA DE 30º O MAYOR, EN EL LADO IZQUIERDO O DERECHO UN (01) PORTA ASPIRADOR ABATIBLE O RECLINABLE O AJUSTABLE, Y EN EL LADO DERECHO UN CONTENEDOR PARA DESECHOS CON CAPACIDAD DE OCHO (08) LITROS O MAYOR, CON SISTEMA DE APERTURA CON LA RODILLA

Con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores conforme a lo establecido en la ley de contrataciones del estado, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

UN (01) PORTA ASPIRADOR ABATIBLE O RECLINABLE O AJUSTABLE, Y EN EL LADO DERECHO UN CONTENEDOR PARA DESECHOS CON CAPACIDAD DE OCHO (08) LITROS O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** A13 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 inciso a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE POR LO QUE SE CONSIDERARA EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA UN (01) PORTA ASPIRADOR ABATIBLE O RECLINABLE O AJUSTABLE, Y EN EL LADO DERECHO UN CONTENEDOR PARA DESECHOS CON CAPACIDAD DE OCHO (08) LITROS O MAYOR O DE ACUERDO ACADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:36

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

A18 DIMENSIONES APROXIMADAS

ANCHO: 85 CM (+/- 5 CM)

PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 7 CM)

ALTO: 105 CM (+/- 5 CM)

Con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores conforme a lo establecido en la ley de contrataciones del estado, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

DIMENSIONES

ANCHO: 79 CM

PROFUNDIDAD: 61 CM

ALTO: 100 CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: A18 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 inciso a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE POR LO QUE SE CONSIDERARA EN LAS BASES INETGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA

PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 12 CM) Y/O SEGÚN FABRICANTE

¿ ALTO: ACLARAR SI LA ALTURA ES DESDE LAS RUEDAS HASTA LA PARTE SUPERIOR O SI FUERA EL CASO 105 CM (+/- 10 CM)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:36

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

B2 UN (01) SOPORTE PARA DESFIBRILADOR CON MOVILIDAD DE 360° Y CORREAS DE SUJECCIÓN

Con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores conforme a lo establecido en la ley de contrataciones del estado, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

CON SOPORTE PARA DESFIBRILADOR CON MOVILIDAD DE 90° Y CORREAS DE SUJECCIÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: B2 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 inciso a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:36

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

A16 CON COMPARTIMENTO O SOPORTE PARA UN CILINDRO DE OXIGENO DE 1 M3 COMO MÍNIMO

Con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores conforme a lo establecido en la ley de contrataciones del estado, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

A16 CON COMPARTIMENTO O SOPORTE PARA UN CILINDRO DE OXIGENO DE TIPO E COMO MÍNIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: A16 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 inciso a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:36

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

B6 UN (01) CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL DE 1 M3 CON UN (01) REGULADOR DE OXIGENO CON (01) SALIDA PARA FLUJO Y UNA (01) SALIDA PARA PRESIÓN PRESETEADA DE 50 PSI, COMO MÍNIMO

Con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores conforme a lo establecido en la ley de contrataciones del estado, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

B6 UN (01) CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL DE TIPO E CON UN (01) REGULADOR DE OXIGENO CON (01) SALIDA PARA FLUJO Y UNA (01) SALIDA PARA PRESIÓN PRESETEADA DE 50 PSI, COMO MÍNIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: B6 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 inciso a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:28:36

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

F1 UN (01) CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL DE CAPACIDAD DE 1 M3 CON VALVULA CGA-870 Y CON UN (01) REGULADOR CON SALIDAS PARA FLUJO Y PRESION

Con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores conforme a lo establecido en la ley de contrataciones del estado, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

F1 UN (01) CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL DE CAPACIDAD DE TIPO E CON VALVULA CGA-870 Y CON UN (01) REGULADOR CON SALIDAS PARA FLUJO Y PRESION

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** F1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 inciso a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20454256141

Nombre o Razón social : MEGATECH PERU S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 18:38:41

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En el punto 5 características técnicas del bien ya que se trata de equipo médico en el presente solicitan la siguiente característica:

¿ DIMENDIONES APROXIMADAS

ANCHO: 85 CM (+/- 5 CM)

PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 7 CM)

ALTO: 105 CM (+/- 5 CM)

Solicitamos al comité que se considere modificar lo siguiente:

¿ PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 12 CM) y/o según fabricante

¿ ALTO: Aclarar si la altura es desde las ruedas hasta la parte superior o si fuera el caso 105 cm (+/- 10 CM)

para que se pueda incluir a diversas marcas y no generar un direccionamiento a una sola marca, lo cual irrumpe la ley de contrataciones Artículo 2. Para aumentar la pluralidad y evitar el direccionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** A18 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA PARCIALMENTE
PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 12 CM) Y/O SEGÚN FABRICANTE

¿ ALTO: ACLARAR SI LA ALTURA ES DESDE LAS RUEDAS HASTA LA PARTE SUPERIOR O SI FUERA EL CASO
105 CM (+/- 10 CM)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20454256141	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	MEGATECH PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:38:41

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En el punto 5 características técnicas del bien ya que se trata de equipo médico en el presente solicitan la siguiente característica:

¿ PESO APROXIMADO: 65 KG (+/- 3KG)

Solicitamos al comité que se considere modificar lo siguiente:

¿ PESO APROXIMADO 65 KG (+/- 15KG) y/o según fabricante

para que se pueda incluir a diversas marcas y no generar un direccionamiento a una sola marca, lo cual irrumpe la ley de contrataciones Artículo 2. Para aumentar la pluralidad y evitar el direccionamiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: A19 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES ART. 2 LITERAL

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDIACION CON EL AREAUSUARIA ACLARA QUE SE CONSIDERARA EL PESO APROXIMADO 65 KG (+/- 15KG), AFIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES Y MARCAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 22:34:17

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

B8.- UN (01) MANUAL Y/O GUIA DE USUARIO DEL EQUIPO EN IDIOMA ESPAÑOL, el objeto principal de la contratación es CUATRO COCHES DE PARO EQUIPADOS considerados como mobiliario médico, al ser un mobiliario no tiene un manual o guía de usuario, por lo expuesto líneas arriba se consulta al comité si solamente se puede presentar de forma opcional los manuales del laringoscopio y de los resucitadores manuales

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: B8 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE AL LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20521180260

Nombre o Razón social : OLIMPEX PERU S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 22:34:17

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

B9.- UN (01) MANUAL Y/O GUIA TECNICA DEL EQUIPO EN IDIOMA ESPAÑOL, el objeto principal de la contratación es CUATRO COCHES DE PARO EQUIPADOS considerados como mobiliario médico, al ser un mobiliario no tiene un manual o guía de usuario, por lo expuesto líneas arriba se consulta al comité si solamente se puede presentar de forma opcional los manuales del laringoscopio y de los resucitadores manuales

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: B9 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE AL LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	23:19:28

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

CONSULTA 1

A02: CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES DE DIAMETRO NO MENOR DE 125 MM Y NO MAYOR DE 150 MM, CON FRENOS EN DOS (02) RUEDAS Y DOS (02) ANTIESTATICAS

Se solicita amablemente al comité de selección, por pluralidad de postores, permitir ruedas de un diámetro mínimo de 100 milímetros. De manera que la especificación quede de la siguiente manera:

A02: CON CUATRO (04) RUEDAS OMNIDIRECCIONALES DE DIAMETRO NO MENOR DE 100 MM Y NO MAYOR DE 150 MM, CON FRENOS EN DOS (02) RUEDAS Y DOS (02) ANTIESTATICAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE AL LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	23:19:28

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

A18: DIMENSIONES APROXIMADAS, ANCHO: 85 CM (+/- 5 CM) PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 7 CM) ALTO: 105 CM (+/- 5 CM)

Se solicita amablemente al comité de selección cambiar la profundidad de 63 CM (+/- 7 CM) a 60 CM (+/- 7 CM) para permitir una mayor pluralidad de postores. De manera que la especificación quede de la siguiente manera:

A18: DIMENSIONES APROXIMADAS, ANCHO: 85 CM (+/- 5 CM) PROFUNDIDAD: 60 CM (+/- 7 CM) ALTO: 105 CM (+/- 5 CM)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA POR LO QUE SE CONSIDERARA DE LA SIGUIENTE MANERA EN LAS BASES INTEGRADAS PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 12 CM) Y/O SEGÚN FABRICANTE

¿ ALTO: ACLARAR SI LA ALTURA ES DESDE LAS RUEDAS HASTA LA PARTE SUPERIOR O SI FUERA EL CASO 105 CM (+/- 10 CM)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	23:19:28

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

A19: APROXIMADO 65 KG (+/- 3 KG)
Se solicita amablemente al comité de selección cambiar el peso aproximado de 65 KG (+/- 3 KG) a 65 KG (+/- 5 KG) para permitir una mayor pluralidad de postores. De manera que la especificación quede de la siguiente manera:
A19: APROXIMADO 65 KG (+/- 5 KG)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EN LAS BASES SE CONSIDERARA DE LA SIGUENTE MANERA A CONSECUANCIA DE ABSOLUCION DE LAS OBSERVACIONES QUE PESO APROXIMADO 65 KG (+/- 15KG) Y/O SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	23:19:28

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

PARA TODOS LOS ITEMS
8. GARANTIA COMERCIAL

En este punto se menciona una garantía comercial de 01 año, pero en el punto 16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS se indica lo siguiente: ¿El contratista es responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los bienes entregados por un plazo de 01 año (¿) a. Garantía mínima de dos (02) años¿. Pedimos amablemente al comité de selección aclarar cuál será el tiempo de garantía comercial solicitada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 9 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A, B y C

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE SE MODIFICARA EN LASBASES INTEGRADAS QUEDANDO DE LA SIGUIETE MANERA: GRANTIA DEL POSTOR:

Más de 18 hasta 24 meses:
20 puntos
Más de 12 hasta 18 meses:
10 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 23:19:28

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

PARA TODOS LOS ITEMS

FORMATO N° 06: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Notamos que en los anexos esta adjunto un formato para los mantenimientos preventivo (FORMATO N°06), pero en las bases no se indica dicho mantenimiento. Por lo tanto, solicitamos amablemente al comité de selección aclarar si los bienes requerirán o no de mantenimiento preventivo dentro del plazo de la garantía, de ser positiva su respuesta indicar los plazos de cada mantenimiento.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANEXOS **Literal:** FORMATO 6 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE LOS BIENES OBJETO DE LA CONVOCATORIA SI REQUERIRAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DENTRO DEL PLAZO DE GARANTIA. LOS PLAZOS DE CADA MANTENIMIENTO SERA CADA SEIS MESES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 23:19:28

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

PARA TODOS LOS ITEMS

13. CAPACITACION: El proveedor deberá brindar capacitación al personal asignado por el área usuaria (¿)

Solicitamos amablemente al comité de selección confirmar si el personal asignado por el área usuaria será personal usuario y técnico. Asimismo, solicitamos indicar si hay un mínimo de personal usuario y técnico, y de horas para las capacitaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE LA CAPACITACION SE BRINDARA A UN APROXIMADO DE 06 PERSONAS POR CADA IPRESS (AREA USUARIA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	23:19:28

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

PARA TODOS LOS ITEMS

13. CAPACITACION: (¿) ¿Asimismo, así mismo deberá suministrar un manual de ensamblaje con la lista detallada de los componentes de dichos bienes según las especificaciones técnicas, al momento de la presentación de la oferta.¿ Solicitamos amablemente al comité de selección aclarar a que se refiere la solicitud de dicho requerimiento. Se refiere a que se debe dejar un manual de ensamblaje en físico o es parte de la temática de capacitación que debe brindar el personal clave del contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA QUE LA SOLICITUD DE DICHO REQUERIMIENTO SE REFIERE A LA TEMATICA DE CAPACITACION QUE DEBE BRINDAR EL CONTRATISTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	23:19:28

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

PARA TODOS LOS ITEMS

13. CAPACITACION: (¿) ¿Asimismo, así mismo deberá suministrar un manual de ensamblaje con la lista detallada de los componentes de dichos bienes según las especificaciones técnicas, al momento de la presentación de la oferta.¿ Solicitamos amablemente al comité de selección aclarar a que se refiere la solicitud de dicho requerimiento. Se refiere a que se debe dejar un manual de ensamblaje en físico o es parte de la temática de capacitación que debe brindar el personal clave del contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 13 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA SE REFIERE QUE ES PARTE DE LA TEMATICA DE CAPACITACION QUE BRINDARA EL CONTRATISTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 23:19:28

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

PARA TODOS LOS ITEMS

B. PLAZO DE ENTREGA: 20 PUNTOS

Solicitamos amablemente al comité de selección aclarar este factor de evaluación ya que los plazos de los puntajes no coinciden con lo indicado en la pagina 25, ¿El plazo de entrega será de 20 dias calendarios (¿)¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE ART, LIT A y B

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE CONSIDERARA DE LA COMO SE DETALLA A CONTINUACION

PLAZO DE ENTREGA 20 PUNTOS

De 10 hasta 14 días calendario:

20 puntos

De 15 hasta 19 días calendario:

10 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20556110175	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	SP MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:34:15

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Solicitan:

8. GARANTÍA COMERCIAL Indica:

¿El equipo tendrá una garantía mínima de 01 año contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal. El cómputo de la gratia es a partir de la conformidad del bien.

En ese sentido, el contratista deberá reemplazar en un plazo máximo de 48 horas contadas desde el día siguiente de comunicado, por uno de igual o superior característica sin ello signifique costo adicional¿.

El coche de paro y el equipamiento médico básico son equipos los cuales requieren un cuidado continuo para que su operatividad sea optima en todo momento de ser requerida, especialmente en ciudades de altura mayores a los 3000 msnm.

Podemos notar que solicitan una garantía contra cualquier desperfecto o deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal, pero no aclaran el perfil del soporte técnico especializado de la empresa postora, para garantizar la completa operatividad post venta del equipamiento medico.

Consultamos al comité de selección aclarar si será necesario que la empresa cuente con personal profesional capacitado en mantenimiento de equipos médicos con experiencia sustentada para garantizar la completa operatividad durante el tiempo de garantía de los equipos de uso médico a adquirir

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20556110175	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	SP MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:34:15

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Solicitan:

15.SOPORTE TECNICO:

Indica:

¿El proveedor deberá de brindar soporte técnico al área usuaria durante los 24 meses posteriores a la instalación de los módulos, para ello deberá brindar el correo electrónico N° de celular del personal técnico a cargo de la empresa Contratista¿.

Teniendo en cuenta que las provincias a distribuir los coches de paro y su equipamiento médico básico están separadas de la ciudad de Huánuco entre 5 y 6 horas, y el tiempo de respuesta que implica brindar la cobertura técnica post-venta respectiva debe ser casi inmediato, visualizamos que no especifican si la empresa postora deberá contar con personal de soporte técnico especializado en la ciudad de Huánuco o en Lima, de ser así se debería aclarar el tiempo mínimo de respuesta al llamado de la entidad.

Consultamos al comité de selección debido a que son equipos que requieren una pronta atención de servicio técnico post venta, si requerirán personal técnico local o de la ciudad de residencia del postor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCOION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA DONDE EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601879663	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	SAMU E.I.R.L	Hora de envío :	23:44:38

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

Se solicita en:
ITEM 1 : COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL ¿ A3 FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ESTRUDED Y/O ACERO INOXIDABLE CON CUBIERTA DE ABS RESISTENTE AL IMPACTO¿
Al respecto observamos las bases porque hacen mención a características y especificaciones técnicas dirigidas a una marca específica FRANCEHOPITAL, con distribuidor autorizado en el Perú contraviniendo la libre participación de postores.
Existen diversas marcas en el mercado con características similares según cada fabricante, de gran aceptación en el mercado internacional.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, considerar también fabricada con estructura de aluminio y/o acero inoxidable o fibroplast resistente al impacto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE SE considerara también fabricada con estructura de aluminio y/o acero inoxidable o fibroplast resistente al impacto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20601879663

Fecha de envío : 06/06/2023

Nombre o Razón social : SAMU E.I.R.L

Hora de envío : 23:44:38

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Se solicita en:

ITEM 1 : COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL ¿A6 ASA ERGONOMICA INCORPORADA EN TRES LADOS QUE PERMITEN UNA GRAN MANIOBRABILIDAD REDUCIENDO EL ESFUERZO DEL OPERADOR¿

Al respecto observamos las bases porque hacen mención a características y especificaciones técnicas dirigidas a una marca específica FRANCEHOPITAL, con distribuidor autorizado en el Perú contraviniendo la libre participación de postores.

Existen diversas marcas en el mercado con características similares según cada fabricante, de gran aceptación en el mercado internacional.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, considerando que en el ítem A2 se consideran cuatro ruedas omnidireccionales se considera que permite el desplazamiento con mayor facilidad, considerar también una sola asa ergonómica y/o aceptar coche de paro equipado portátil de características propias de cada fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION PARCILAMNETE POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE CONSIDERARA DE LA SIEGUIETE MANERA UN (01) PORTA ASPIRADOR ABATIBLE O RECLINABLE O AJUSTABLE, Y EN EL LADO DERECHO UN CONTENEDOR PARA DESECHOS CON CAPACIDAD DE OCHO (08) LITROS O MAYOR O DE ACUERDO ACADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601879663	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	SAMU E.I.R.L	Hora de envío :	23:44:38

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Se solicita en:
ITEM 1 : COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL ¿A7 [CAJONERA CON CINCO (05) GAVETAS O CAJONES DE PC/ABS DE COLOR GRIS Y ASAS ERGONOMICAS EN LA PARTE FRONTAL PARA EL AGARRE¿
Al respecto observamos las bases porque hacen mención a características y especificaciones técnicas dirigidas a una marca específica FRANCEHOPITAL, con distribuidor autorizado en el Perú contraviniendo la libre participación de postores.
Existen diversas marcas en el mercado con características similares según cada fabricante, de gran aceptación en el mercado internacional.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, considerar también Cajonera con cinco (05) gavetas o cajones de material ABS y asas ergonómicas en la parte frontal para el agarre.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE PR LO QUE SE CONSIDERARA EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 12 CM) Y/O SEGÚN FABRICANTE
¿ ALTO: ACLARAR SI LA ALTURA ES DESDE LAS RUEDAS HASTA LA PARTE SUPERIOR O SI FUERA EL CASO 105 CM (+/- 10 CM)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código :	20601879663	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	SAMU E.I.R.L	Hora de envío :	23:44:38

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

Se solicita en:

ITEM 1 : COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL ¿A13 EN EL LADO IZQUIERDO CON MÍNIMO DOS (02) CAJONES RECLINABLES TRASLUCIDOS CON ABERTURA DE 30° O MAYOR, EN EL LADO IZQUIERDO O DERECHO UN (01) PORTA ASPIRADOR ABATIBLE O RECLINABLE O AJUSTABLE, Y EN EL LADO DERECHO UN CONTENEDOR PARA DESECHOS CON CAPACIDAD DE OCHO (08) LITROS O MAYOR, CON SISTEMA DE APERTURA CON LA RODILLA¿

Al respecto observamos las bases porque hacen mención a características y especificaciones técnicas dirigidas a una marca específica FRANCEHOPITAL, con distribuidor autorizado en el Perú contraviniendo la libre participación de postores.

Existen diversas marcas en el mercado con características similares según cada fabricante, de gran aceptación en el mercado internacional.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, considerar también En el lado izquierdo o derecho un (01) porta aspirador reclinable o ajustable y en lado derecho un contenedor para desechos con capacidad de ocho (08) litros o mayor, y/o de características propias de cada fabricante

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CN EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE SE CONSIDERARA EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: UN (01) PORTA ASPIRADOR ABATIBLE O RECLINABLE O AJUSTABLE, Y EN EL LADO DERECHO UN CONTENEDOR PARA DESECHOS CON CAPACIDAD DE OCHO (08) LITROS O MAYOR O DE ACUERDO ACADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20601879663

Nombre o Razón social : SAMU E.I.R.L

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 23:44:38

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Se solicita en:

ITEM 1 : COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL ¿ A18 DIMENSIONES APROXIMADAS

ANCHO: 85 CM (+/- 5 CM)

PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 7 CM)

ALTO: 105 CM (+/- 5 CM)¿

Al respecto observamos las bases porque hacen mención a características y especificaciones técnicas dirigidas a una marca específica FRANCEHOPITAL, con distribuidor autorizado en el Perú contraviniendo la libre participación de postores.

Existen diversas marcas en el mercado con características similares según cada fabricante, de gran aceptación en el mercado internacional.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, considerar también DIMENSIONES APROXIMADAS

ANCHO: 70 CM (+/- 5 CM) PROFUNDIDAD: 58 CM (+/- 7 CM) ALTO: 105 CM (+/- 5 CM).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE POR LO QUE SE COSIDERRA EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS PROFUNDIDAD: 63 CM (+/- 12 CM) Y/O SEGÚN FABRICANTE

¿ ALTO: ACLARAR SI LA ALTURA ES DESDE LAS RUEDAS HASTA LA PARTE SUPERIOR O SI FUERA EL CASO 105 CM (+/- 10 CM)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-DIRESA - HCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO (COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL), PARA FORTALECER LA CACIDAD DE RESPUESTA DE 04 IPREES PRIORIZADOS EN LA REGION HUANUCO

Ruc/código : 20601879663

Nombre o Razón social : SAMU E.I.R.L

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 23:44:38

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

Se solicita en:

ITEM 1 : COCHE DE PARO EQUIPADO PORTATIL ¿A19 PESO APROXIMADO 65 KG (+/- 3 KG)¿

Al respecto observamos las bases porque hacen mención a características y especificaciones técnicas dirigidas a una marca específica FRANCEHOPITAL, con distribuidor autorizado en el Perú contraviniendo la libre participación de postores.

Existen diversas marcas en el mercado con características similares según cada fabricante, de gran aceptación en el mercado internacional.

Solicitamos para una mayor pluralidad de postores, considerar también Peso aproximado de 55 kg a más.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE SE CONSIDERARA EN LAS BASES ESTANDAR INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA PESO APROXIMADO 65 KG (+/- 15KG) y/o según fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null