

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	12:38:45

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En las Bases dice:

COMPONENTES:

B 01. DETECTOR FLAT PANEL DE 14"X17"

Sustento: En la actualidad hay 2 tamaños de detectores de 14" X 17" y 17" X 17" siendo estos últimos los más recomendados para ser instalados o usados en equipos de rayos X estacionarios, con estos detectores de 17" X 17" no es necesario estar girando el detector para tomar exámenes de tórax o exámenes de columna. Siendo más prácticos, facilitan el trabajo al usuario y evitan el deterioro físico prematuro.

Solicitud: Por lo antes expuesto y con la finalidad de fomentar la más amplia objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores, se solicita al comité de selección considerar:

B 01. DETECTOR FLAT PANEL DE 14"X17" o mayor

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: b Página: 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	12:38:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las Bases dice:

COMPONENTES:

B 09. DIMENSIONES DE 384MM X 460MM X15MM

Sustento: En la actualidad hay 2 tamaños de detectores de 14" X17" y 17"X 17" siendo estos últimos los más recomendados para ser instalados o usados en equipos de rayos X estacionarios, con estos detectores de 17" X 17" no es necesario estar girando el detector para tomar exámenes de tórax o exámenes de columna. Siendo prácticos, facilitan el trabajo al usuario y evitan el deterioro físico prematuro.

Solicitud: Por lo antes expuesto se le solicita al comité especial poder aceptar un detector flat panel de las siguientes medidas 460 x 460 x 15 mm con la finalidad de fomentar la más amplia objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores, se solicita al comité de selección considerar:

B 09. DIMENSIONES DE 384MM X 460MM X15MM o mayor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: B Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a)Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20536421794	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	Hora de envío :	12:38:45

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En las Bases dice:

D 02. EL PROVEEDOR REALIZARA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y OPERATIVIDAD (OPTIMO FUNCIONAMIENTO. ADQUISICIÓN DE IMAGEN PERFECTA (SIN NECESIDAD DE AJUSTE) DEL SISTEMA FLAT PANEL CON LA IMPRESORA SOLICITADA.

Para la instalación y configuración del detector flat panel el equipo de rayos x debe de estar instalado, calibrado y en optimó estado de funcionamiento.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** iii    **Literal:** D    **Página:** 67

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a)Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CUENTA CON EL EQUIPO INSTALADO Y CALIBRADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20511122458

Nombre o Razón social : DIGITAL 'X' RAY S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 17:06:02

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En la presente bases solicitan que el plazo de entrega sea de 30 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, sin embargo, en el punto 5.11 de la página 37 indican que el plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, sus componentes periféricos y accesorios, no deberá de exceder de veinte (20) días calendarios.

Observamos las bases y solicitamos al Comité de Selección puedan aclarar el periodo de plazo de entrega.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.9    **Literal:** .    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones, c) Transparencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE TENDRA EN CUENTA LOS 30 DIAS CALENDARIOS SEGUN EL ESTUDIO DE MERCADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20511122458

Nombre o Razón social : DIGITAL 'X' RAY S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 17:06:02

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se observa que en el literal e) no se ha especificado lo que la entidad requiere.

Entendemos que en dicho punto requieren acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto de la convocatoria:

e) Folleto o Catalogo o ficha técnica u otro material visual que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, con respecto a las características técnicas del objeto de la convocatoria

Observamos las bases y solicitamos a Comité de Selección puedan aclarar dicho requerimiento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1    **Literal:** 2.2.1.1    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones, c) Transparencia.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20511122458

Nombre o Razón social : DIGITAL 'X' RAY S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 17:06:02

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

De solicitar acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto de la convocatoria:

f) Folleto o Catalogo o ficha técnica u otro material visual que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, con respecto a las características técnicas del equipo principal ya que la compra corresponde a un repuesto.

Consultamos al Comité de Selección: ¿dentro de documentos para la verificación e identificación del producto ofertado pueden considerar carta del fabricante?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1    **Literal:** 2.2.1.1    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones, a) Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20511122458

Nombre o Razón social : DIGITAL 'X' RAY S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 17:06:02

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Según las especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos del bien indican que el DETECTOR FLAT PANEL INALÁMBRICO sea de tamaño 14 x 17¿.

Consultamos al Comité de Selección: ¿podrían aceptar DETECTOR FLAT PANEL INALAMBRICO de tamaño 17 x 17¿? con el cual obtendría una mayor área activa de trabajo y diagnóstico, evitarían el cambio de posición del chasis para los diferentes exámenes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B01    **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones, a) Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20511122458

Nombre o Razón social : DIGITAL 'X' RAY S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 17:06:02

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Si en caso el Comité de Selección acepta nuestra consulta del tamaño del FLAT PANEL INALÁMBRICO, se tendría que modificar el punto B04 de la siguiente manera:

B04 AREA ACTIVA DE 358 MM X 430 MM (APROX) O MAYOR

Observamos las bases y solicitamos al Comité de Selección puedan realizar dicha modificación en caso acepten nuestra consulta del tamaño del FLAT PANEL.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B04    **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones, a) Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20511122458	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	Hora de envío :	17:06:02

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

En el punto B07 piden lo siguiente:

B07 CONVERSIÓN DE ANÁLOGO A DIGITAL DE 16 BITS O MAYOR

Para fomentar la pluralidad de postores y marcas solicitamos al Comité de Selección consideren dicho punto de la siguiente manera:

B07 CONVERSIÓN DE ANÁLOGO A DIGITAL DE 14 BITS O MAYOR

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** B07      **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones, a) Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20511122458

Nombre o Razón social : DIGITAL 'X' RAY S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 17:06:02

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Si en caso el Comité de Selección acepta nuestra consulta del tamaño del FLAT PANEL INALÁMBRICO, se tendría que modificar el punto B09 de la siguiente manera:

B09 DIMENSIONES DE 384 MM X 460 MM X 15 MM O MAYOR

Observamos las bases y solicitamos al Comité de Selección puedan realizar dicha modificación en caso acepten nuestra consulta del tamaño del FLAT PANEL.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B09    **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones, a) Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA PROPUESTA POR MAYOR DIMENSION AL EQUIPO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20511122458

Nombre o Razón social : DIGITAL 'X' RAY S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 17:06:02

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Si en caso el Comité de Selección acepta nuestra consulta del tamaño del FLAT PANEL INALÁMBRICO, se tendría que modificar el punto B10 de la siguiente manera:

B10 PESO DE 3.6 KG A 4.6 KG CON BATERIA

Observamos las bases y solicitamos al Comité de Selección puedan realizar dicha modificación en caso acepten nuestra consulta del tamaño del FLAT PANEL.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B10    **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones, a) Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE POR SER DE MAYOR DIMENSION TENDRA MAYOR PESO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20511122458	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	Hora de envío :	17:06:02

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

En el punto C06 solicitan:

C06 03 CAJA O CARTUCHO DE PELÍCULAS DE 14¿ X 17¿ X 125, 14¿ X 14¿ X 125 Y 08¿ X 10¿ X 125 FILM.

Cabe mencionarles que en el mercado existen varias presentaciones de cajas de películas radiográficas.

Observamos las bases y solicitamos al Comité de Selección considerar dicho punto de la siguiente manera:

C06 03 CAJA O CARTUCHO DE PELÍCULAS DE 14¿ X 17¿ X 100 o 125, 14¿ X 14¿ X 100 o 125 Y 08¿ X 10¿ X 100 o 125 FILM

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** C06    **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones, a) Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20511122458	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	Hora de envío :	17:06:02

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

En el punto C06 solicitan:

C06 03 CAJA O CARTUCHO DE PELÍCULAS DE 14¿ X 17¿ X 125, 14¿ X 14¿ X 125 Y 08¿ X 10¿ X 125 FILM.

Cabe mencionarles que en el mercado las medidas más comerciales para los exámenes radiográficos son: 08x10¿, 10x12¿ y 14x17¿.

Observamos las bases y solicitamos al Comité de Selección considerar dicho punto de la siguiente manera:

C06 03 CAJA O CARTUCHO DE PELÍCULAS DE 14¿ X 17¿ X 100 o 125, 10¿ X 12¿ X 100 o 125 Y 08¿ X 10¿ X 100 o 125 FILM

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** C06    **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones, a) Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20511122458

Nombre o Razón social : DIGITAL 'X' RAY S.A.C.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 17:06:02

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

De no aceptar nuestra OBSERVACIÓN de las medidas de películas.

Consultamos al Comité de Selección, por la medida 14x14¿ ¿podrían aceptar que el postor entregue la medida 14x17¿?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: C06      **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones, a) Libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ESTAN SOLICITANDO LAS TRES DIMENSIONES PARA EL EQUIPO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	17:49:46

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Solicitan B04 AREA ACTIVA DE 358MMX430MM (APROX). EN REFERENCIA AL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA UNA INCONGRUENCIA AL SOLICITAR EL AREA ACTIVA O TAMAÑO DE LA IMÁGEN YA QUE ESTE TAMAÑO ES EN RELACIÓN CON EL ITEM B01 ¿14¿X17¿; POR LO QUE EL TAMAÑO MINIMO REQUERIDO HACE REFERENCIA A 350X430MM COMO MINIMO. YA QUE 0.8 MM NO ES SIGNIFICATIVO AL REALIZAR UN ESTUDIO DIAGNOSTICO MÉDICO POR IMAGENES.  
POR LO QUE SOLICTIMAMOS SE ACEPTE:  
AREA ACTIVA DE 350MM X 430MM COMO MINIMO.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de La Ley de Contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	17:49:46

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN B09 DIMENSIONES DE 384 MM X 460 X 15MM. DIVERSAS MARCAS MANEJAN DIVERSAS DIMENSIONES. LA MARCA DEL FABRICANTE QUE REPRESENTAMOS HA DESARROLLADO UNA LIGERA DISMINUSION EN LAS DIMENSIONES AYUDANDO A REDUCIR EL PESO DE ESTE DISPOSITIO MÉDICO; SIN INFLUENCIAR AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN.  
POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTÉ:  
DIMENSIONES DE 383 MM X 460 X 15MM.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	17:49:46

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN B18 DISCO DURO DE 1TB O MAYOR. AL RESPECTO SE INDICA QUE LAS ESTACIONES DE ADQUISICION SON DISEÑADAS PARA LA ADQUISICION, POST PROCESO DE LAS IMÁGENES Y ENVIO A UNA ESTACION DE TRABAJO O SISTEMA PACS YA QUE AL PERMANECER UNA MAYOR CANTIDAD DE IMÁGENES O INFORMACIÓN EN DICHA ESTACIÓN SE REDUCE LA EFICIENCIA Y VELOCIDAD DE ESTA GENERANDO UN PROCESAMIENTO MAS LENTO.

POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE:

DISCO DURO DE 500GB O MAYOR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	17:49:46

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN C06 CAJA O CARTUCHO DE PELICULAS DE 14X17X125, 14X14X125 Y 08X10X125 FILM. AL RESPECTO CADA MARCA MANEJA DIVERSAS PRESENTACIONES. LA MARCA DE NUESTRO FABRICANTE NOS TRAE DIVERSAS PRESENTACIONES DE CAJAS O CARTUCHOS DE PELICULAS Y PUEDEN TAER UNA PRESNETACION MAXIMO 150 PELICULAS POR CAJA O CARTUCHO.

POR LO UNA MAYOR PARTICIPACION DE LOS PROSTORES SOLICTAMOS ACEPTAR:

CAJA O CARTUCHO DE PELICULAS DE 14X17X125, 14X14X125 Y 08X10X125 FILM O SEGÚN FABRICANTE. YA QUE ESTA CARACTERISTICA NO ALTERA LAS FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ESTAN REQUIRIENDO DICHAS DIMENSIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20333483395

Nombre o Razón social : GAMEL S.R.L.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 18:00:39

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

B01 Detector Flat Panel de 14" x 17"

Actualmente en el mercado existen diversas marcas y modelos de flat panel que van desde 14" x 17" hasta 17" x 17". En el caso de nuestra empresa, los flat panel que comercializamos es de 17" x 17". Adicional a eso consideramos que una especificación técnica no puede ser una medida fija.

Por lo antes expuesto y para fomentar la mayor cantidad de postores y marcas solicitamos al comité considerar esta especificación de la siguiente manera:

B01 Detector Flat Panel de 14" x 17" o mayor

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20333483395

Nombre o Razón social : GAMEL S.R.L.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 18:00:39

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

B04 Área Activa 358mm x 430mm (aprox.)

Los flat panel pueden tener área activa de 358mm x 430mm (14¿x17¿), así como 430mm x 430mm (17¿x17¿). Como es de conocimiento de los usuarios, el detector mientras más área activa tenga, le permite realizar exámenes a cualquier región anatómica del cuerpo humano (columna, pelvis, abdomen), ya sea de personas delgadas como obesas. Al tener un área mayor a lo solicitada, es decir 430mm x 430mm, no es necesaria la manipulación (rotación) del detector para llegar a las áreas mencionadas.

Por lo antes expuesto y para fomentar la mayor cantidad de postores y marcas solicitamos al comité considerar esta especificación de la siguiente manera:

B04 Área Activa 358mm x 430mm o mayor

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	18:00:39

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

B09 Dimensiones de 384mm x 460mm x 15mm  
Como se mencionara en la consulta realizada en la especificación técnica B01 existen detectores de 14" x 17" cuyo formato o dimensiones corresponde a las dimensiones solicitadas de 384mm x 460mm x 15mm; también existen detectores de 17" x 17" cuyo formato o dimensiones son de 460mm x 460mm x 15mm.  
Los equipos de rayos x estacionarios tanto en su estativo como en la mesa radiológica aceptan detectores flat panel hasta 460mm x 460mm x 15mm.  
Por lo antes expuesto y para fomentar la mayor cantidad de postores y marcas solicitamos al comité considerar esta especificación de la siguiente manera:  
B09 Dimensiones de 384mm x 460mm x 15mm o mayor

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.1    Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	18:00:39

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

B10 Peso de 3.6Kg con batería o menor

Los detectores de 17" x 17" cuentan con las siguientes características:

- Dimensiones de 460mm x 460mm x 15mm
- Área Activa de 430mm x 430mm
- Matriz de pixeles de 3072 x 3072
- Resolución de pixeles 9.4mp

Estas características superan al requerimiento técnico mínimo, sin embargo, el peso de un detector de 17" x 17" es mayor a 3.6kg.

Por lo antes expuesto y para fomentar la mayor cantidad de postores y marcas solicitamos al comité considerar esta especificación de la siguiente manera:

B10 Peso de 4.6Kg con batería o menor

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20333483395	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	GAMEL S.R.L.	Hora de envío :	18:00:39

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

EXPERIENCIA DEL POSTOR: Se consideran bienes similares a los siguientes: Repuestos de Equipos de Rayos X digitales Estacionarios Mamógrafos

El objeto de la convocatoria es la ADQUISICIÓN DE 01 EQUIPO DETECTOR DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO mismo que será utilizado con Equipo de Rayos x Estacionario Marca Del Medical Modelo VZW2556RES-04, propiedad de la Institución. Los flat panel son componentes de un equipo de rayos x que cumple la función de convertir un equipo análogo en un equipo digital (NO ES CONSIDERADO COMO REPUESTO). Por lo tanto, al ser estos, equipos para el Diagnostico por Imágenes, solicitamos al Comité considerar en la EXPERIENCIA DEL POSTOR, la venta de Equipos para Diagnostico por imágenes (Equipos de Rayos X, ecógrafos, Flat Panel, mamógrafos, densitómetros, etc.)

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B      Página: 69**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20333483395

Nombre o Razón social : GAMEL S.R.L.

Fecha de envío : 20/04/2023

Hora de envío : 18:00:39

**Consulta: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo con el numeral 5.3 del Requerimiento se solicita como documento para la admisibilidad de la propuesta que el equipo ofertado cuente con Registro Sanitario emitido por DIGEMID; al respecto debemos manifestar que para asegurar la calidad y buen rendimiento del equipo recomendamos a la institución incluir como Requisitos de Calificación la presentación de las siguientes certificaciones:

- ¿ Certificado FDA del producto ofertado
- ¿ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y/o ISO 13485

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 5.3    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE DEBE ACREDITAR CON CERTIFICACION DEL FDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:47

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Indica "Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de 30 DIAS CALENDARIO, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación"

Solicitamos al comité de selección, considerar plazo de entrega 45 días calendario toda vez que los bienes solicitados no son de producción nacional y debe ser importados y una vez hayan arribado al Perú, deben ser desaduanados, lo que demora un tiempo que no se puede evitar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:47

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Indica:

DETECTOR FLAT PANEL 14"X17".

Solicitamos al comité de selección, considerar también un FLAT PANEL 17"X17" toda vez que implica una mejora en las especificaciones, tales como AREA ACTIVA (ítem B.04) 358MM X 430MM (APROX) solicitamos considerar O MAYOR y MATRIZ DE PÍXELES de píxeles (B.05), Esto modificaría ligeramente algunas otras especificaciones como por ejemplo B.08 ADQUISICION DE IMAGEN EN 5 SEGUNDOS O MENOR DESPUES DE LA EXPOSICION DE LOS RAYOS X, solicitamos al comite se considere por favor 6 SEGUNDOS O MENOR, este tiempo. Asimismo cambiaría el peso requerido (B.10) ya que se trata de un flat panel más grande por lo que solicitamos considerar por favor peso 4.6 kg o menor.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO V Literal: B.01 Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:47

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

Indica:

"Se consideran bienes similares a los siguientes: Repuestos de equipos de rayos X digitales estacionarios, mamografos"

Solicitamos al comité de selección, considerar también como válidas los procesos de CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X QUE INCLUYA LA INSTALACION DE FLAT PANEL

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: B      **Página:** 71

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20562940821	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU	Hora de envío :	23:15:38

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

CONSIGNAR LA DOCUMENTACION ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO "AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO....."

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARAR ¿SI EL PUNTO INDICADO SE REFIERE A CARTA EMITIA POR EL FABRICANTE INDICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS QUE NO SE PUEDAN DEMOSTRAR O ENCUENTREN EN BROCHURE Y/O MANUALES?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2      Literal: E      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE SUPRIME

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20562940821	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU	Hora de envío :	23:15:38

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETECTOR FLAT PANEL INALAMBRICO

B01. DETECTOR FLAT PANEL DE 14"X17"

ACTUALMENTE EXISTEN DIFERENTES MARCAS Y FABRICANTES DE DETECTORES, A LA VEZ EXISTEN TAMAÑO MAS GRANDE A LO SOLICITADO, BRINDANDO MAYOR AMPLITUD EN LA TOMA DE IMAGEN, CON MAYOR RESOLUCION, MENOR DOSIS Y MAYORES HERRAMIENTAS PARA EL OPERADOR, CON EL AFAN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y TENIENDO EN CUENTA LA VIGENCIA TECNOLÓGICA. SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN TAMBIEN ACEPTAR DETECTORES FLAT PANEL DE 17"X17" QUEDANDO EL ENUNCIADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

B01. DETECTOR FLAT PANEL DE 14"X17" O MAYOR

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** V      **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20562940821	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU	Hora de envío :	23:15:38

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
DETECTOR FLAT PANEL INALAMBRICO  
B04. AREA ACTIVA DE 358MM X 430MM (APROX)  
ACTUALMENTE EXISTEN DIFERENTES MARCAS Y FABRICANTES DE DETECTORES, A LA VEZ EXISTEN TAMAÑO MAS GRANDE A LO SOLICITADO 17"X17" BRINDANDO MAYOR AMPLITUD EN LA TOMA DE IMAGEN, CON MAYOR RESOLUCION, MENOR DOSIS Y MAYORES HERRAMIENTAS PARA EL OPERADOR, CON EL AFAN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y TENIENDO EN CUENTA LA VIGENCIA TECNOLÓGICA.  
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN TAMBIEN ACEPTAR DETECTORES FLAT PANEL CON AREA ACTIVA DE 430MM X 430MM (APROX) QUEDANDO EL ENUNCIADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  
B04. AREA ACTIVA DE 358MM X 430MM (APROX) O AREA ACTIVA DE 430MM X 430MM (APROX)  
Acápite de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: V      Página: 66  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20562940821	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU	Hora de envío :	23:15:38

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
B09. DIMENSIONES DE 384MM X 460MM X 15MM  
ACTUALMENTE EXISTEN DIFERENTES MARCAS Y FABRICANTES DE DETECTORES, A LA VEZ EXISTEN TAMAÑO MAS GRANDE A LO SOLICITADO 17"X17" BRINDANDO MAYOR AMPLITUD EN LA TOMA DE IMAGEN, CON MAYOR RESOLUCION, MENOR DOSIS Y MAYORES HERRAMIENTAS PARA EL OPERADOR, CON EL AFAN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y TENIENDO EN CUENTA LA VIGENCIA TECNOLÓGICA.  
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN TAMBIEN ACEPTAR DETECTORES FLAT PANEL CON DIMENSIONES MAYORES A LAS SOLICITADAS: 460MM X 460MM X 15MM, QUEDANDO EL ENUNCIADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  
B09. DIMENSIONES DE 384MM X 460MM X 15MM O 460MM X 460MM X 15MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: V Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20562940821	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU	Hora de envío :	23:15:38

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS  
B09. DIMENSIONES DE 384MM X 460MM X 15MM  
ACTUALMENTE EXISTEN DIFERENTES MARCAS Y FABRICANTES DE DETECTORES, A LA VEZ EXISTEN TAMAÑO MAS GRANDE A LO SOLICITADO 17"X17" BRINDANDO MAYOR AMPLITUD EN LA TOMA DE IMAGEN, CON MAYOR RESOLUCION, MENOR DOSIS Y MAYORES HERRAMIENTAS PARA EL OPERADOR, CON EL AFAN DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y TENIENDO EN CUENTA LA VIGENCIA TECNOLÓGICA.  
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN TAMBIEN ACEPTAR DETECTORES FLAT PANEL CON DIMENSIONES MAYORES A LAS SOLICITADAS: 460MM X 460MM X 15MM, QUEDANDO EL ENUNCIADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  
B09. DIMENSIONES DE 384MM X 460MM X 15MM O 460MM X 460MM X 15MM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: V Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA PROPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DIGITAL FLAT PANEL INALAMBRICO DE RAYOS X, PARA EL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO, DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20562940821	Fecha de envío :	20/04/2023
Nombre o Razón social :	SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU	Hora de envío :	23:15:38

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

C06 03 CAJAS O CARTUCHO DE PELICULAS DE 14"X17"X125, 14"X14"X125 Y 8"X10"X125 FILM

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR ¿CUANTAS CAJAS O CARTUCHOS DE PELICULAS POR MEDIDAS SOLICITAN EN ESTE PUNTO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: V Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

QUE SE REQUIERE TODAS LAS CAJAS SEÑALADAS EN EL ITEM