

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-347-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO, ARCO EN C, BOMBA DE INFUSION Y EQUIPO ECOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (PUNO)

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	20:42:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EL COMITE SOLICITA PINZA FOERSTER BALLEGER RECTA BOCA ESTRIADA 25CM
SE SOLICITA AL COMITE CONSIDERAR TAMBIEN EL MODELO FOERSTER

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA EVALUANDO LA CONSULTA: NO SE ACOGE A LA CONSULTA Y SE ACLARA

Se aclara que el MODELO FOERSTER NO CUMPLE con las funciones solicitados.

La pinza Foerster Ballenger curva boca estriada 25 cm se utiliza principalmente para "sostener tejidos blandos" como vasos sanguíneos, nervios y órganos (CIRUGIA MENOR), mientras que el MODELO FOERSTER, solo cumple la función de sostener otros objetos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-347-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO, ARCO EN C, BOMBA DE INFUSION Y EQUIPO ECOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (PUNO)

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	20:42:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EL COMITE SOLICITA PINZA FOERSTER BALLEGER CURVA BOCA ESTRIADAD 25CM
SE LE SOLICITA AL COMITE CONSIDERAR TAMBIEN EL MODELO FOERSTER

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA EVALUANDO LA CONSULTA: NO SE ACOGE A LA CONSULTA Y SE ACLARA
Se aclara que el MODELO FOERSTER NO CUMPLE con las funciones solicitados.
La pinza Foerster Ballenger curva boca estriada 25 cm se utiliza principalmente para "sostener tejidos blandos" como vasos sanguíneos, nervios y órganos (CIRUGIA MENOR),mientras que el MODELO FOERSTER, solo cumple la funcion de sostener otros objetos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-347-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO, ARCO EN C, BOMBA DE INFUSION Y EQUIPO ECOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (PUNO)

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	20:42:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EL COMITE BRINDA UNA TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.
SE LE SOLICITA AL COMITE ACLARAR SI MENCIONADA TOLERANCIA APLICA PARA TODO EL INSTRUMENTAL QUE SE SOLICITA PARA EL SET

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA AL EVALUAR LA CONSULTA:

ACLARA que la tolerancia indicada del +/-10% es SOLO para el numeral C01, y queda de la siguiente manera:

C01: UN (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD CON UNA SUPERFICIE ANODIZADA, ESTERILIZABLE CON FILTRO PERMANENTE CON SISTEMA DE BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO DE 464 X 279 X 101MM, ADICIONAL CESTA DE ALAMBRE PARA ORGANIZAR EL INSTRUMENTAL DE 405X255X70MM.
NOTA: TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-347-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO, ARCO EN C, BOMBA DE INFUSION Y EQUIPO ECOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN SIETE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (PUNO)

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:22:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

plazo de SIETE(07) DIAS CALENDARIOS, contados desde el dia siguiente de la suscripción de contrato,de los cuales Los bienes (equipos 05 días calendarios) y instalacion y puesta en fucionamiento (02 días)

Segun las bases integradas la capacitacion x cada establecimiento de salud es 4 horas teniendo en cuenta que solo tenemos dos dias para esta actividad y que son 6 centros no se ajustan a la realidad debido a que los horarios de los usuarios no siempre coinciden y se debe dar mayo r tiempo para dichas coordinaciones ...

En ese sentido, considerando lo señalado en los párrafos precedentes solicitamos incrementar la entrega con mayor ajuste a realidad al sitio donde se realizara la instalacion,es decir :

1.9. PLAZO DE ENTREGA

plazo de veinte (20 DIAS CALENDARIOS (que incluye plazo de entrega e instalacion y puesta en funcionamiento), contados desde el dia siguiente de la suscripción de contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA AL EVALUAR LA CONSULTA:

Toma la consulta como observacion y SE ACOGE PARCIALMENTE y se precisa que se amplia el plazo de entrega a QUINCE (15) días calendario, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO a fin de fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los terminos de referencia se modifican a:

Plazo de veinte QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS (que incluye plazo de entrega e instalacion y puesta en funcionamiento), contados desde el dia siguiente de la suscripción de contrato.