

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20600811364	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	12:58:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBSERVACION 1: A01: Autoclave vertical con rango de capacidad de carga: 75 a 80l.

SE OBSERVA que se hace referencia a un rango, pero las capacidades no son variables sino se debe estar dentro del rango por lo que se solicita al comité la aclaración a los postores porque podría estar cerrando la capacidad a una marca específica POR LO QUE SE PROPONE: "A01 Autoclave vertical con capacidad de carga dentro del rango de 75 a 80 L".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: V Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de eficiencia y libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, cabe señalar que el presente cuestionamiento es una solicitud sobre el contenido de las especificaciones técnicas y no una contravención a la normativa de contratación del estado, por lo que conforme el artículo 72 del RLCE se atenderá como una consulta.

En atención a la consulta realizada y luego de la evaluación de la misma, y considerando que no afectará la operatividad y funcionalidad del equipo se precisará en las especificaciones técnicas lo siguiente:

A01. Autoclave vertical con capacidad de carga dentro del rango de 75 a 80 L.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A. Características Técnicas del Equipo

A01. Autoclave vertical con capacidad de carga dentro del rango de 75 a 80 L.

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20600811364	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	12:58:02

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBSERVACION 2: A02 rango de temperatura de esterilización: 100°C a 134°C o 105°C a 134°C.
SE OBSERVA que los rangos de temperaturas especificadas no son estándar para esterilizar productos solidos o líquidos, estas deben estar o incluir el rango de 121°C a 134°C algunas marcas no permiten disminuir estos valores porque van en contra del estándar para esterilizar por lo que SE PROPONE: "A02 Rango de temperatura de esterilización dentro o incluya: de 121°C a 134°C".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: V Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de eficiencia y libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, cabe señalar que el presente cuestionamiento es una solicitud sobre el contenido de las especificaciones técnicas y no una contravención a la normativa de contratación del estado, por lo que conforme el artículo 72 del RLCE se atenderá como una consulta.
El participante señala lo siguiente "Rango de temperatura de esterilización dentro o incluya: de 121°C a 134°C" en ese sentido, se aclara que el rango de temperatura solicitado en las especificaciones técnicas de las bases es de: "100°C a 134°C o 105°C a 134°C", debido a que en el Laboratorio del CITEagroindustrial Chavimochic se realiza el ensayo de Salmonella sp. en el cual se emplea el medio de cultivo Rappaport Vassiliadis Caldo que de acuerdo a sus intrucciones de preparación se debe esterilizar en autoclave a 115 °C durante 15 minutos, por lo cual, no es posible aceptar una temperatura mayor a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20600811364	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	IMPORT MEDICAL ANICAMA E.I.R.L.	Hora de envío :	12:58:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Consulta 1: A06 Dispositivo de seguridad: - sensor de puerta abierta y/o de puerta correctamente cerrada. - sistema de proteccion contra sobretemperatura y/o sobrepresion y/o presostato. - valvula y termostato de seguridad. Se recomienda algunos dispositivos de seguridad importantes para estos equipos y se propone cordialmente al comité agregar: " A06 Dispositivo de seguridad: - sensor de puerta abierta y/o de puerta correctamente cerrada. - sistema de proteccion contra sobretemperatura y/o sobrepresion y/o presostato. - valvula y termostato de seguridad. - deteccion de bajo nivel de agua. - sello de puerta autoexpandible. - alarma audible para fin de ciclo o por parada automatica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: V Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En base al principio de eficiencia y libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo señalado por el participante "deteccion de bajo nivel de agua. - sello de puerta autoexpandible. - alarma audible para fin de ciclo o por parada automatica" respecto al dispositivo de seguridad, permitiría ampliar el alcance de la seguridad con alarmas o alertas para optimizar el proceso de esterilización.

En atención a la consulta realizada y luego de la evaluación de la misma, y considerando que no afectará la operatividad y funcionalidad del equipo se ampliará el detalle en las especificaciones técnicas lo siguiente:

A06. Dispositivo de seguridad:

- Sensor de puerta abierta y/o detector de puerta correctamente cerrada.
- Sistema de proteccion contra sobre temperatura y/o sobrepresion y/o presostato.
- Válvula y termostato de seguridad y/o detección de bajo nivel de agua o sello de puerta autoexpandible o alarma audible para fin de ciclo o por parada automática.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A. Características Técnicas del Equipo

A06. Dispositivo de seguridad:

- Sensor de puerta abierta y/o detector de puerta correctamente cerrada.
- Sistema de protección contra sobre temperatura y/o sobrepresión y/o presostato.
- Válvula y termostato de seguridad y/o detección de bajo nivel de agua o sello de puerta autoexpandible o alarma audible para fin de ciclo o por parada automática.

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20603700601	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA MEDICA HOSPITALARIA S.A.C.	Hora de envío :	14:25:40

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas solicitan:
CARACTERISTICAS GENERALES
C 0 1 : T E N S I O N : 2 2 0 V / I N S T A L A C I O N : M O N O F A S I C O
C 0 2 : F R E C U E N C I A : 6 0 H z
EN EL MERCADO EXISTEN EQUIPOS DE DIFERENTES VOLTAJES Y FRECUENCIAS DE OPERACION DESDE 110V HASTA 240V Y DE 50Hz Y 60Hz.

Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y última tecnología.

C 0 1 : T E N S I O N : 2 2 0 V A 2 4 0 V / I N S T A L A C I O N M O N O F A S I C O
C 0 2 : F R E C U E N C I A D E 5 0 H z O 6 0 H z

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, cabe señalar que el presente cuestionamiento es una solicitud sobre el contenido de las especificaciones técnicas y no una contravención a la normativa de contratación del estado, por lo que conforme el artículo 72 del RLCE se atenderá como una consulta.
En Laboratorio del CITEAgroindustrial Chavimochic donde será ubicado el equipo cuenta con una tensión de 220 V Monofásico - Frecuencia 60 Hz, se aceptará equipos con tensión de 230 V +/-10% y 50/60 Hz lo que no significaría una modificación de las especificaciones técnicas ya que es responsabilidad del contratista que el equipo sea adaptado para trabajar a una tensión de 220 V monofásico y frecuencia 60 Hz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20603700601	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA MEDICA HOSPITALARIA S.A.C.	Hora de envío :	14:25:40

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Visualizamos que en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD indican que ¿Se consideran bienes similares a los siguientes a los siguientes equipos de laboratorio: Esterilizador a vapor y/o Autoclave horizontal y/o Esterilizador a vapor de mesa y/o Estufa¿.

Solicitamos gentilmente al comité de selección a fin de promover la mayor participación y pluralidad de postores, y puesto que los equipos AUTOCLAVES forman parte de la familia de EQUIPOS DE LABORATORIO, considerar como ¿bienes iguales o similares a todos los EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL: Esterilizador a vapor y/o Autoclave horizontal y/o Esterilizador a vapor de mesa y/o Estufa y/o Mufla y/o Baño maría y/o Refrigeradora y/o Congeladora y/o Centrifuga¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, cabe señalar que el presente cuestionamiento es una solicitud sobre el contenido de las especificaciones técnicas y no una contravención a la normativa de contratación del estado, por lo que conforme el artículo 72 del RLCE se atenderá como una consulta.

En la elaboración de los requisitos de calificación para acreditar la experiencia del postor y determinar que los mismos cuentan con las características necesarias para ejecutar el contrato, se consideró como equipos similares a aquellos que guardan una relación directa en cuanto a características técnicas y que se encuentran vinculados guardando relación con la naturaleza de cada equipo solicitado.

En virtud a lo señalado, podrán considerarse como bienes similares "Mufla y baño maría"; ya que son equipos que generan calor para la ejecución de diferentes procesos en el laboratorio.

Asimismo, no podrán considerarse como bienes similares "Refrigeradora y/o Congeladora"; ya que son equipos que generan temperaturas bajas (frías), además, la "Centrifuga" está relacionada con la separación de dos fases en una determinada muestra en suspensión, abarcando dentro del mismo equipos de laboratorio que no necesariamente pertenezcan a la misma naturaleza de los equipos solicitados, a su vez no garantiza el expertiz de los postores.

Se aclara que la presente convocatoria esta referida a la adquisición de autoclaves, por lo que se encuentra considerado como bienes iguales para la acreditación de la experiencia.

En atención a la consulta realizada y luego de la evaluación de la misma, y considerando que no afectará la operatividad y funcionalidad del equipo se precisará en las especificaciones técnicas lo siguiente:

XVIII. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. Experiencia del Postor:

(...) Se consideran bienes similares a los siguientes equipos de laboratorio: Esterilizador a vapor y/o Autoclave horizontal y/o Esterilizador a vapor de mesa y/o Estufa y/o Mufla y/o Baño maría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

XVIII. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. Experiencia del Postor:

(...) Se consideran bienes similares a los siguientes equipos de laboratorio: Esterilizador a vapor y/o Autoclave horizontal y/o Esterilizador a vapor de mesa y/o Estufa y/o Mufla y/o Baño maría.

Entidad convocante :	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION		
Nomenclatura :	AS-SM-54-2023-ITP-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC		

Ruc/código :	20523097271	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	PACIFICO SALUD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PACIFICO SALUD S.A.C	Hora de envío :	16:25:00

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo con las Bases Estándar, punto 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, solicitamos al comité de selección considerar la presentación del BPM por el equipo ofertado, o su equivalente ISO 13485, a fin de garantizar que el equipo cumple con los estándares de calidad internacionales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1 **Literal:** 2 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, cabe señalar que el presente cuestionamiento es una solicitud sobre el contenido de las especificaciones técnicas y no una contravención a la normativa de contratación del estado, por lo que conforme el artículo 72 del RLCE se atenderá como una consulta.

En los Requerimientos secundarios de las especificaciones técnicas se detalla lo siguiente:

E. Documentos complementarios a la entrega del bien

E.2 Certificado de calidad del equipo emitido por el fabricante o Contratista, el cual deberá presentarse al momento de la entrega del bien.

Este documento hace referencia a que el bien cumple con todos los requisitos de calidad y con las normas nacionales e internacionales de fabricación.

Respecto a lo señalado por el participante de la "presentación del BPM por el equipo ofertado, o su equivalente ISO 13485", no se ha considerado como requerimiento técnico porque existen diferentes normas según lugar de procedencia del bien y precisar lo solicitado restringiría la participación de postores. Sin perjuicio de ello, los postores pueden ofrecer equipos con mayor detalle respecto a los documentos complementarios a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20523097271	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	PACIFICO SALUD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PACIFICO SALUD S.A.C	Hora de envío :	16:25:00

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

De acuerdo con las Bases Estándar, punto 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, solicitamos al comité de selección considerar la presentación del CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA por lo equipo ofertado, a fin de garantizar que el equipo cumple con los estándares de seguridad internacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: 2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, cabe señalar que el presente cuestionamiento es una solicitud sobre el contenido de las especificaciones técnicas y no una contravención a la normativa de contratación del estado, por lo que conforme el artículo 72 del RLCE se atenderá como una consulta.

En los Requerimientos secundarios de las especificaciones técnicas se detalla lo siguiente:

E. Documentos complementarios a la entrega del bien

E.2 Certificado de calidad del equipo emitido por el fabricante o Contratista, el cual deberá presentarse al momento de la entrega del bien.

Este documento hace referencia a que el bien cumple con todos los requisitos de calidad y con las normas nacionales e internacionales de fabricación.

Respecto a lo señalado por el participante de la "presentación del CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA", no se ha considerado como requerimiento técnico porque existen diferentes documentos según lugar de procedencia del bien y precisar lo solicitado restringiría la participación de postores. Sin perjuicio de ello, los postores pueden ofrecer equipos con mayor detalle respecto a los documentos complementarios a la entrega del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:06:57

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan: Autoclave vertical con rango de capacidad de carga: 75 L a 80 L.

El volumen del equipo no afecta su funcionalidad y varía de acuerdo a la marca y procedencia del mismo. Existen alternativas de otros volúmenes que presentan mejoras técnicas que son más importantes para la funcionalidad principal del equipo como ¿controlador con pantalla táctil, datos de configuración y los ciclos almacenados en una memoria USB permanentemente conectada, cumplimiento de normativas como PED 2014/68/EU; ISO 17025:2005 (UKAS); IEC 61010; ISO9001:2015¿. Por lo tanto, CONSULTAMOS al comité de selección si en pro de ampliar el universo de postores aceptarán propuestas con ¿Capacidad de 95 litros¿.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada y luego de la evaluación técnica de la misma, se aclara que la capacidad de carga dentro del rango de 75 a 80 L del autoclave vertical se estableció en base a la capacidad máxima de esterilización de materiales y medios de cultivos, asimismo, con el cálculo del método Gourchet el bien solicitado ya cuenta con el área específica para su ubicación y funcionamiento en el Laboratorio de Microbiología del CITEagroindustrial Chavimochic. Por lo tanto, no se aceptará propuestas de equipos con capacidad mayor a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	17:06:57

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan: Sistema controlador microprocesador, programas configurables y/o definido por el usuario.

CONSULTAMOS al comité si aceptará un autoclave con un sistema controlador: microprocesador, programa de parámetros configurables de temperatura y temporizador ¿ programación de ciclos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, se aclara lo siguiente:

Lo señalado por el participante "Autoclave con un sistema controlador: microprocesador, programa de parámetros configurables de temperatura y temporizador ¿ programación de ciclos", cumple y encaja dentro de lo solicitado en las especificaciones técnicas ya que se ha considerado como "Programas configurables y/o definido por el usuario", entiéndase que, la temperatura y temporizador, programación de ciclos, están considerados como parámetros dentro de los programas configurables y/o definido por el usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:30

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

A07 Sonda de temperatura

Se consulta si con una sonda de temperatura se está solicitando un sensor de temperatura para visualización de la temperatura interna. Por favor indicarnos si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, se aclara lo siguiente:

El equipo debe permitir visualizar la temperatura interna en tiempo real de funcionamiento, esto mediante una sonda de temperatura.

Cabe precisar que esta característica es importante para monitorear y garantizar que la temperatura de trabajo sea la misma que la configurada para el proceso de esterilización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:30

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

A08 LLAVE DE PASO DE DRENAJE

Se consulta si esta llave de paso de drenaje puede entenderse como una válvula de drenaje, que permita salir al drenaje cuando el usuario lo requiera. Por favor comentarnos si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, se aclara lo siguiente:
La llave de paso de drenaje se refiere al dispositivo que permita retirar el agua interna del equipo hasta su total vaciado cuando está en posición de "abierto", y se mantiene "cerrado" durante el llenado de la cámara y proceso de esterilización. Por lo tanto, una válvula de drenaje y/o llave de paso de drenaje cumplen con esta función.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:30

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

VA09 PRECISIÓN: MENOR O IGUAL A +-3C
Se solicita para que usuario tenga un equipo de mejor calidad y que brinde una precisión más exacta, reducir el rango permitido de manera que se indique:

A09 PRECISIÓN: MENOR O IGUAL A +-1C

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada y luego de la evaluación de la misma, se aclara que este valor de la precisión "menor o igual a +-3°C" fue tomado como referencia de la normativa UNE-EN ISO 7218:2008/A1; sin embargo, se aceptará propuestas que cuenten con mejores rangos de precisión. Asimismo, lo señalado por el participante cumple y encaja dentro de lo solicitado en las especificaciones técnicas ya que se ha considerado el valor de precisión "menor o igual a +-3°C"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:30

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN

Dado a que se no se indica mucha información del lugar donde se instalarán los equipos, se desconoce el estado actual de la infraestructura e instalaciones, se solicita cordialmente indicar las condiciones del ambiente actual, así como un croquis con las conexiones que facilite una cotización acorde a lo requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta se manifiesta que; en el Laboratorio de Microbiología del CITEagroindustrial Chavimochic donde se ubicarán los autoclaves existe punto de agua, desagüe y electricidad, los bienes serán instalados en el primer piso (infraestructura de un solo nivel). La distancia desde el lugar de instalación del autoclave hacia los puntos de suministros es de aproximadamente 1 metro. Asimismo, el postor que se vea favorecido con el otorgamiento de la buena pro, deberá solicitar planos de ubicación para la instalación de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:30

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En base a las especificaciones técnicas brindadas el mantenimiento preventivo se desarrollará de acuerdo con las indicaciones y frecuencia indicadas en el manual, ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, se aclara lo siguiente:

El Plan de mantenimiento solicitado, deberá detallar las actividades y la frecuencia recomendados por el fabricante o proveedor para garantizar que los equipos funcionen con su máxima eficacia e incrementar su vida útil.

Esta información se requiere que se plasme en un documento distinto al Manual de operación, complementando a las indicaciones brindadas en el manual ya que esta son generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:18:30

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

En base a la experiencia del Postor en la especialidad, se consideran bienes similares a los siguientes equipos de laboratorio: Esterilizador a vapor y/o Autoclave horizontal y/o Esterilizador a vapor de mesa y/o Estufa a fin de tener pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité poder considerar:

Se consideran bienes similares a: Esterilizador a vapor y/o Autoclave horizontal y/o Esterilizador a vapor de mesa y/o Estufa Y/O CONGELADORAS Y/O ULTRACONGELADORA Y/O EQUIPOS MÉDICOS EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la elaboración de los requisitos de calificación para acreditar la experiencia del postor y determinar que los mismos cuentan con las características necesarias para ejecutar el contrato, se consideró como equipos similares a los equipos que guardan una relación directa en cuanto a características técnicas y que se encuentran vinculados guardando relación con la naturaleza de cada equipo solicitado.

En virtud a lo señalado, no podrán considerarse como bienes similares "Congeladoras y/o ultracongeladora"; ya que son equipos que generan temperaturas bajas (frias), asimismo, no podrán considerarse como bienes similares los "Equipos médicos en general" ya que resultarían muy amplio, abarcando dentro del mismo equipos que no necesariamente pertenezcan a la misma naturaleza de los equipos de laboratorio solicitados, a su vez no garantiza el expertiz de los postores.

En atención a la absolución de la CONSULTA N°05 de la empresa DROGUERIA MEDICA HOSPITALARIA S.A.C. que guarda relación con la presente consulta y considerando que no afectará la operatividad y funcionalidad de los equipos se precisará en las especificaciones técnicas lo siguiente:

XVIII. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. Experiencia del Postor:

(...) Se consideran bienes similares a los siguientes equipos de laboratorio: Esterilizador a vapor y/o Autoclave horizontal y/o Esterilizador a vapor de mesa y/o Estufa y/o Mufla y/o Baño maría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:26:54

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan:
A08: Llave de paso para Drenaje

Consulta:
Se consulta amablemente al comité aclarar si con LLAVE DE PASO se refiere al GRIFO DE DRENAJE presente en los equipos el cual se coloca en posición de "abierto" para permitir el drenaje de la cámara de esterilización y en posición de "cerrado" durante el llenado de la cámara y del trabajo de la autoclave.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, se aclara lo siguiente:
La llave de paso de drenaje se refiere al dispositivo que permita retirar el agua interna del equipo hasta su total vaciado cuando está en posición de "abierto", y se mantiene "cerrado" durante el llenado de la cámara y durante el trabajo del autoclave. Por lo tanto, una llave de paso para drenaje y/o Grifo de drenaje cumplen con esta función.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:26:54

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente al comité indicar si la ubicación de las autoclaves en el laboratorio cuenta con un punto de electricidad cercano, tambien si el punto de desagüe se encuentra en el mismo ambiente o cuál es la distancia aproximada al punto de desagüe respectivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, se aclara lo siguiente:
El Laboratorio de Microbiología del CITEagroindustrial Chavimochic está adecuada para dos autoclaves, con puntos cercanos de conexion eléctrica, agua y desagüe.
La distancia desde el lugar de instalación del autoclave hacia los puntos de suministros es de aproximadamente 1 metro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:35:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

No se tomarà en consideración la carta del fabricante cuando detalle más de 01 característica técnica de las solicitadas para acreditar.

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACEPTAR una carta del fabricante que detalle más de 01 característica técnica y como máximo 03 características; tomando en consideración que cada fabricante tiene sus propios modo de manufactura ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas/nombres exactamente iguales, para fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VI Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El presente proceso se solicita que, el postor debe consignar la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las características técnicas indicadas los puntos A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08 y A09 en el literal A del punto V. de las Especificaciones Técnicas señaladas en el Capítulo III de las Bases tales como folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o fichas técnicas y/o manuales emitidos por el fabricante; dichas características solicitadas para acreditar corresponden a las características más esenciales del equipo y que por su relevancia se encuentran en los folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o fichas técnicas y/o manuales.

Ahora bien, existen algunas características que pueden no encontrarse en estos documentos mencionados. Por ello, se aceptará adicionalmente la carta del fabricante indicando máximo 01 característica que los folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o fichas técnicas y/o manuales no precisen; no se aceptará la carta del fabricante que detalle todas las características del equipo. Por lo tanto, no se acepta lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:35:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva AMPLIAR el plazo de entrega a 120 días calendarios(comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación), con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, post pandemia donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, se aclara lo siguiente:
El plazo de entrega del bien se ha definido en las Especificaciones Técnicas en base a las actividades programadas del CITEagroindustrial Chavimochic, por lo tanto, no se aceptará plazos mayores a lo indicado en la especificación técnica.
Asimismo, cabe precisar que producto de la indagación de mercado se identificó que las empresas ofertaron la entrega de los equipos en el plazo de NOVENTA (90) días calendario, configurándose de esta manera la pluralidad de marcas y proveedores interesados en atender las prestaciones del requerimiento de la Entidad, por lo tanto, no se acepta lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:35:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

El anexo ¿G La adquisición incluye¿ 2. Instalación ¿¿CALIBRACIÓN¿

Se SOLICITA al Comité de Selección se sirva ACLARAR , Si lo que están requiriendo Es una calibración certificada por alguna Entidad Autorizada por INACAL o solo es una calibración realizada por el contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VIII

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las especificaciones técnicas señalan: Requerimientos Secundarios- en el literal G.2, se detalla lo siguiente:

Instalación: El Contratista es responsable del detalle técnico y calidad de los trabajos de instalación (estabilidad, seguridad, regulación, calibración, eficacia, entre otros, que se requieran de acuerdo a la naturaleza y características del bien), así como de la provisión, a todo costo, de las herramientas, materiales, insumos, que en general se requieran al efecto; debiendo tener en cuenta las recomendaciones del fabricante.

Por lo tanto, el Contratista evaluará la necesidad de realizar la calibración del equipo instalado a fin de asegurar su correcto funcionamiento, en caso esta actividad se deba realizar no se le solicitará un certificado de calibración emitido por un ente acreditado pero si que los equipos que utilicen para este proceso cuenten con la calibración debida a fin de garantizar una correcta calibración del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20610301704	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES RUCADE E.I.R.L.	Hora de envío :	19:07:55

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Considerando que las autoclaves requieren un tiempo de fabricación considerable, más el tiempo de traslado del equipo y desaduanaje, como también la revisión del buen funcionamiento por nuestra área de control de calidad. Solicitamos amablemente al comité en consulta con el área usuaria; Ampliar el plazo de entrega a 120 días calendarios contados a partir del siguiente día de la suscripción del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, se aclara lo siguiente:
El plazo de entrega del bien se ha definido en las Especificaciones Técnicas en base a las actividades programadas del CITEagroindustrial Chavimochic, por lo tanto, no se aceptará plazos mayores a lo indicado en la especificación técnica.
Asimismo, cabe precisar que producto de la indagación de mercado se identificó que las empresas ofertaron la entrega de los equipos en el plazo de NOVENTA (90) días calendario, configurándose de esta manera la pluralidad de marcas y proveedores interesados en atender las prestaciones del requerimiento de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20610301704	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES RUCADE E.I.R.L.	Hora de envío :	19:07:55

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita al comite confirmar si aceptaria una presion de esterilización de de 1.20 bar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, se aclara lo siguiente:
El participante señala lo siguiente "presion de esterilización de de 1.20 bar", y no se ajusta a lo solicitado en las especificaciones técnicas de "Presión de esterilización máxima de 2.0 a 2.5 bar".
Se ha contemplado la característica técnica A05 "Presión de esterilización máxima de 2.0 a 2.5 bar" con la finalidad de llevar a cabo un proceso óptimo de esterilización, es decir, a mayor presión aumenta la temperatura de esterilización, permitiendo realizar todo el proceso de esterilización en el menor tiempo, asimismo, el equipo que brinde la presión de esterilización máxima dentro del rango solicitado, permitiría esterilizar diferentes medios de cultivos y materiales de laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20610301704	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES RUCADE E.I.R.L.	Hora de envío :	19:07:55

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitan MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO. Se entiende que sí se tiene que incluir la instalación y la puesta en funcionamiento del equipo pero también se entiende que no se tiene que incluir la adecuación de las condiciones del lugar de instalación (también llamado pre-instalación). Es decir, no se tiene que incluir obra civil, ni cableado, ni equipos para protección eléctrica, etcétera, aun en caso de ser necesarios. Para mayor aclaración, solicitamos que confirmen que el postor que gane la buena pro no tiene que incluir obra civil, ni cableado, ni equipos para protección eléctrica, etcétera; y que, en caso de ser necesarios, serán provistos por la entidad, bajo cuenta y responsabilidad de la entidad

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, se aclara lo siguiente:

No requiere trabajo de obra civil adicional, porque los bienes por adquirir cuentan con área acondicionada para su instalación, pero si requiere acondicionamiento de conexión de agua y desagüe a los puntos de suministros es de aproximadamente 1 metro.

En las especificaciones técnicas señalan: Requerimientos Secundarios- en el literal G.2, se detalla lo siguiente:

Instalación: El Contratista es responsable del detalle técnico y calidad de los trabajos de instalación (estabilidad, seguridad, regulación, calibración, eficacia, entre otros, que se requieran de acuerdo a la naturaleza y características del bien), así como de la provisión, a todo costo, de las herramientas, materiales, insumos, que en general se requieran al efecto; debiendo tener en cuenta las recomendaciones del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20610301704	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES RUCADE E.I.R.L.	Hora de envío :	19:07:55

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Con la finalidad de propiciar libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, entendiendo que el presente proceso es la adquisición de un equipo de LABORATORIO, solicitamos al comité ampliar los bienes a Esterilizador a vapor y/o Autoclave horizontal y/o Esterilizador a vapor de mesa y/o Estufa y/o Equipos de laboratorio en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la elaboración de los requisitos de calificación para acreditar la experiencia del postor y determinar que los mismos cuentan con las características necesarias para ejecutar el contrato, se consideró como equipos similares a los equipos que guardan una relación directa en cuanto a características técnicas y que se encuentran vinculados guardando relación con la naturaleza de cada equipo solicitado.

En virtud a lo señalado, no podrán considerarse como bienes similares "Equipos de laboratorio en general"; ya que resultarían muy amplio, abarcando dentro del mismo equipos de laboratorio que no necesariamente pertenezcan a la misma naturaleza de los equipos solicitados, a su vez no garantiza el expertiz de los postores.

En atención a la absolución de la CONSULTA N°05 de la empresa DROGUERIA MEDICA HOSPITALARIA S.A.C. que guarda relación con la presente consulta y considerando que no afectará la operatividad y funcionalidad de los equipos se precisará en las especificaciones técnicas lo siguiente:

XVIII. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. Experiencia del Postor:

(...) Se consideran bienes similares a los siguientes equipos de laboratorio: Esterilizador a vapor y/o Autoclave horizontal y/o Esterilizador a vapor de mesa y/o Estufa y/o Mufla y/o Baño maría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-ITP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DOS (02) AUTOCLAVES PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC

Ruc/código :	20601289408	Fecha de envío :	08/01/2024
Nombre o Razón social :	PW SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	20:05:10

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Solicitan dentro de las Especificaciones técnicas:

A04 RANGO DE TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN: 100°C a 134°C o 105°C a 134°C

Solicitamos ampliar el rango de esterilización de 100°C a 134°C ± 5% o 105°C a 134°C ± 5° para los equipos esterilizadores de laboratorio, teniendo en cuenta que lo que busca en el proceso de esterilización es asegurar el valor A0, logrando alcanzar la meseta en relación TIEMPO/TEMPERATURA sustentando lo indicado en la normativa EN 285, es importante indicar que al trabajar con menores temperaturas se alarga la vida útil de los materiales a esterilizar sin poner en riesgo el proceso de esterilización.
Por lo antes mencionado y a fin de permitir la pluralidad de marcas y postores solicitamos ampliar el requerimiento quedando de la siguiente manera:

A04 RANGO DE TEMPERATURA DE ESTERILIZACIÓN: 100°C a 134°C ± 5% o 105°C a 134°C ± 5°

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta realizada, se aclara lo siguiente:
El rango de temperatura de esterilización "100°C a 134°C o 105°C a 134°C" fueron establecidas en función de los medios de cultivos a esterilizar, métodos de ensayos y actividades que se desarrollarán en el laboratorio del CITEagroindustrial Chavimochic, se requiere una temperatura estable de esterilización sin variación de +/-5%, porque, permitiría esterilizar medios de cultivo que contienen mayor o igual al 5% de carbohidratos (glucosa, lactosa y sacarosa, etc).
Por lo tanto, no se acepta lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA