

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-CS-UNAMBA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del COLORÍMETRO, para el uso investigativo del proyecto:
¿Mejoramiento de los Servicios del Laboratorio de Análisis Instrumental en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac¿.

Ruc/código : 20606239051

Nombre o Razón social : CREA CIENCIA S.A.C.

Fecha de envío : 22/04/2025

Hora de envío : 23:57:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Favor confirmar que, en la declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4), los postores deben consignar únicamente el plazo de entrega indicado en el literal 1.9 de las presentes bases, sin desglosar cada actividad (plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento), ya que el proceso no contempla la modalidad llave en mano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: I **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a la consulta realizada este comité, CLARA que el Sistema de Contratación es "suma alzada" y con la Modalidad de Ejecución es "llave en mano", por ende es preciso mencionar que en el Anexo 04 debe ser precisado, como indica el literal 1.9 de las bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-CS-UNAMBA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del COLORÍMETRO, para el uso investigativo del proyecto:
¿Mejoramiento de los Servicios del Laboratorio de Análisis Instrumental en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac¿.

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:46:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

3.2.11 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Estimados para promover una pluralidad de marcas y tecnologías para este tipo de equipos de medición de color por favor se pide extender la descripción en algunos puntos de las especificaciones sin afectar la aplicación, ni precisión, ni capacidad del equipo, y por el contrato mejorar el equipo ofrecido:

¿ Detector fotoceldas de silicio o sensor gráfico o de acuerdo al fabricante. Debido a que el sensor gráfico permite un mayor número de imágenes.

¿ Tiempo de medición: 1 segundo +- 0.5 s.

¿ Área de medición / Iluminación: 8 mm diámetro / 10 mm diámetro o superior. Debido a que es más común encontrar colorímetros con esta configuración.

¿ Estimación tolerancia: *1 o de acuerdo al fabricante.

¿ Tolerancia de diferencia de color (tolerancia rectangular / tolerancia elíptica) o de acuerdo al fabricante.

¿ Canales de calibración *1 *20 canales, (calibración de blanco) o de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta se detalla por puntos:

- 1) Se solicita Detector de fotoceldas de silicio conforme a la consulta Se ACEPTA este punto y debe decir : " Detector de fotoceldas de silicio o sensor grafico".
- 2) Respecto al tiempo de medición dice 1 segundo SE ACEPTA 1 segunda +- 0.5 segundos,
- 3) Respecto al area de medición se ACEPTA y debe decir Area de medicion/iluminación 8mm de diametro / 10 mm de diametro o SUPERIOR rango;
- 4) NO SE ACEPTA ya que es el nivel de tolerancia que el area beneficiaria necesita colocar "de acuerdo a fabricamte" haria que no se cumpla el requerimeinto del laboratorio donde se instalara el equipo.
- 5) Se ACEPTA debe decir Tolerancia de diferencia de color de acuerdo a fabricante.
- 6) NO SE ACETPA la calibración en blanco es necesaria para las aplicaciones del laboratorio que usara el equipo. colocar de acuerdo a fabricante puedo no ofrecer esta opción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión que se incorpora en las Bases Integradas, Pag. 23

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-CS-UNAMBA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del COLORÍMETRO, para el uso investigativo del proyecto:
¿Mejoramiento de los Servicios del Laboratorio de Análisis Instrumental en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac¿.

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:14:48

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: ¿¿Garantía comercial¿¿

Solicitamos al distinguido comité seleccionador detallar y/o precisar lo referente a la garantía comercial con:

¿La garantía comercial de contar con la autorización de distribución por parte del fabricante o representante regional¿, esto para demostrar que el equipo ofertado cumple con especificaciones técnicas y de calidad, también de asegurar que el equipo tendrá soporte postventa constante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria previo analisis a la consulta realizada ACEPTA y aclara la consulta solicitada por el postor con la finalidad de garantizar la calidad y servicio postventa del equipo. Debe indicarse que: "La garantía comercial debe contar con la autorización de distribución por parte del fabricante o representante regional".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precision en las Bases Integradas donde DEBE DECIR: La garantía comercial debe contar con la autorización de distribución por parte del fabricante o representante regional. Pag. 22

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-18-2025-CS-UNAMBA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del COLORÍMETRO, para el uso investigativo del proyecto:
¿Mejoramiento de los Servicios del Laboratorio de Análisis Instrumental en la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac¿.

Ruc/código : 20600970951

Nombre o Razón social : BD INSTRUMENTS S.A.C.

Fecha de envío : 23/04/2025

Hora de envío : 17:14:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice: ¿¿ Software de manejo de equipo¿¿

Solicitamos al distinguido comité seleccionador detallar más información sobre el software del equipo, del cual sugerimos los siguientes:

- Software disponible en español.
- El software debe tener capacidad de ver gráficos (color, curva espectral, diferencia de color, 2d, 3d o tendencia)
- Tener la opción de exportación de reportes a través de Excel.
- El Software debe contar con licencia perpetua.
- Debe tener llave de seguridad (dongle)
- Se puede realizar medición y calibración en instrumento.
- Que tenga la opción de configuración del instrumento.

Con el propósito de mejorar la eficiencia operativa para el usuario

Acápite de las bases : Sección: Específico

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a la Consulta realizada este área usuaria ACEPTA la consulta, sobre el software para mayor precisión de los postores debe indicarse o aclararse las características que debe poseer el software como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precision, DEBE DECIR: Software de manejo de equipo

El software debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Software disponible en español.
- El software debe tener capacidad de ver gráficos (color, curva espectral, 2d, 3d o tendencia)
- Tener la opción de exportación de reportes en hojas de calculo.
- El Software debe contar con licencia perpetua.
- Se puede realizar medición y calibración en instrumento.
- Que tenga la opción de configuración del instrumento. Pagina 22.