

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-INEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CLIP DE POLÍMERO PARA CIRUGÍA TAMAÑO ML X 6

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 15/04/2025

Hora de envío : 17:40:20

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

"CAPÍTULO III  
REQUERIMIENTO  
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
ANEXO N°1  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CLIPERAS Y PORTA CLIPS EN CESIÓN EN USO

05 CLIPERAS PUNTA RECTA  
05 CLIPERAS PUNTA CURVA  
05 PORTA CLIPERAS PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales, se solicita amablemente al comité de selección aceptar que todas las cliperas sean punta recta tanto para cirugía abierta o mínimamente invasiva, puesto que por la forma del clip las mandíbulas rectas no dificultan la visión ni el agarre del vaso o estructura del tejido en la cavidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO 01 Página: 22

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos c)

### Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación

Los procedimientos quirúrgicos del INEN requieren cliperas punta curva y cliperas punta recta.

No podemos contar solo con cliperas punta recta toda vez que, las cliperas punta curva, a diferencia de las cliperas punta recta, permiten una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos y estructuras anatómicas de difícil acceso (detrás o debajo de órganos o tejidos)

Cabe recalcar que, en la indagación de mercado demostró pluralidad de marcas y postores.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null