

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-GRP/RSSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA LA RED DE SALUD SAN ROMÁN.

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 16:13:22

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

En el numeral 1.2 de la página 13 de las Bases se indica que la cantidad de cajas de microcubetas x 50 unidades a ofertar es: 2000 cajas.

Al respecto, con la finalidad de que la entidad pueda aprovechar la vigencia de los productos y se pueda garantizar una mejor distribución de los productos objeto de la convocatoria, solicitamos al Comité de Selección que establezca que para el presente procedimiento de selección se establezca un cronograma de tres entregas del siguiente modo:

Entrega 1: 800 cajas de microcubetas (Contenido de 50 unidades de Microcubetas x caja)

Entrega 2: 600 cajas de microcubetas (Contenido de 50 unidades de Microcubetas x caja)

Entrega 3: 600 cajas de microcubetas (Contenido de 50 unidades de Microcubetas x caja)

Solicitamos al Comité de Selección acoger la presente solicitud.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 21 de las Bases en relación con el plazo de entrega)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** 1.2

**Página:** 13

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección ACOGE la CONSULTA DEL PARTICIPANTE en las BASES INTEGRADAS se considerara y se hara mencion del cronograma de entrega propuesto por el participante, quedando de la siguiente forma:

Entrega 1: 800 cajas de microcubetas (Contenido de 50 unidades de Microcubetas x caja)

Entrega 2: 600 cajas de microcubetas (Contenido de 50 unidades de Microcubetas x caja)

Entrega 3: 600 cajas de microcubetas (Contenido de 50 unidades de Microcubetas x caja)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-GRP/RSSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA LA RED DE SALUD SAN ROMÁN.

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 16:13:22

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al Comité de Selección que el cronograma de entregas pueda visualizarse en el numeral 1.9 del Capítulo I de las Bases a fin de que pueda visualizarse correctamente en las Bases.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** 1.9

**Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección ACOGE la CONSULTA en concordancia con la consulta numero 1 se ha procedido a colocar el cronograma de entrega en el numeral 1.9 del Capitulo I de las Bases Integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-GRP/RSSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA LA RED DE SALUD SAN ROMÁN.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:22

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en un plazo de 10 días calendarios.

Al respecto, es importante recalcar que, para poder ofertar los productos con las características solicitadas, se deben tener en consideración dentro de dicho plazo de entrega, los plazos de importación, desaduanaje, nacionalización y traslado de los productos, por lo que no resulta razonable establecer como plazo de entrega en 10 días calendarios.

En ese sentido, en relación a nuestra solicitud del plazo de entrega, solicitamos al Comité de Selección establecer el cronograma de entregas de la siguiente manera (en tres entregas bimensuales):

ENTREGA 1: Plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA PRIMERA ORDEN DE COMPRA

ENTREGA 2: Plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA SEGUNDA ORDEN DE COMPRA

ENTREGA 3: Plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA TERCERA ORDEN DE COMPRA

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 21 de las Bases en relación con el plazo de entrega)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección ACOGE la CONSULTA parcialmente en donde se hara precision en las BASES INTEGRADAS del presente procedimiento de selección, en donde: ENTREGA 1: Plazo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

ENTREGA 2: Plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

ENTREGA 3: Plazo de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA, el proveedor en caso adjudique el procedimiento de seleccion debe comprometerse a priorizar la atencion de este producto a nuestra institucion lo mas antes posible.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-GRP/RSSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA LA RED DE SALUD SAN ROMÁN.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:22

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En la página 20 de las Bases se indica lo siguiente en relación con la fecha de vencimiento:

-Fecha de vencimiento: La vigencia del bien deberá ser igual o mayor a 18 meses

Al respecto, cabe señalar que lo correcto es que la vigencia del producto vaya acorde al tiempo de la garantía comercial, por tanto, solicitamos al Comité de Selección que la vigencia mínima requerida del producto sea NO MENOR A 12 MESES

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** --    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EI COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, se precisara en las BASES INTEGRADAS - Fecha de vencimiento: La vigencia del bien deberá ser no MENOR A 12 MESES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-GRP/RSSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA LA RED DE SALUD SAN ROMÁN.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:22

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En la página 20 de las Bases se indica lo siguiente en relación con la fecha de vencimiento:

-Fecha de vencimiento: La vigencia del bien deberá ser igual o mayor a 18 meses

Al respecto, es importante indicar que el fabricante de estos productos: EKF DIAGNOSTICS elabora estos insumos con una fecha de vencimiento menor a los 18 meses; en ese sentido, teniendo en cuenta los tiempos de importación, desaduanaje, nacionalización y traslado de los productos, resulta imposible que se pueda ofertar los productos de la presente convocatoria en un periodo de vigencia no menor de 18 meses, en ese sentido, sobre los argumentos expuestos, respetuosamente SOLICITAMOS A LA ENTIDAD SIRVA CONSIDERAR UNA VIGENCIA NO MENOR DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN EL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** IX    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EI COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE, se precisara en las BASES INTEGRADAS - Fecha de vencimiento: La vigencia del bien deberá ser no MENOR A 12 MESES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-GRP/RSSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA LA RED DE SALUD SAN ROMÁN.

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 16:13:22

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En la página 20 de las BASES indican que se deberá adjuntar el siguiente documento:

-Copia Simple del Certificado BPA

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que precise que este documento deberá estar a nombre del postor.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** IX    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LA CONSULTA para aclarar al participante que se solicita - Copia Simple del Certificado de BPA vigente a nombre del Establecimiento Farmaceutico del proveedor lo cual se entiende que este documento debe ser a "Nombre del Postor"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-GRP/RSSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA LA RED DE SALUD SAN ROMÁN.

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 01/06/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 16:13:22

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En la página 20 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

-Copia simple del Certificado de BPM

Al respecto, entendemos que la presentación de este documento cuenta con las mismas condiciones de lo indicado en el literal f) de la página 16 de las Bases.

Solicitamos al Comité ACLARAR la presente consulta.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III

**Literal:** --

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LA CONSULTA del participante para aclarar que es correcto su entender la presentación de este documento cuenta con las mismas condiciones de lo indicado en el literal f) de la página 16 de las Bases.este documento Certificado BPM .

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-SALUD SAN ROMAN

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-GRP/RSSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MICROCUBETAS DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL PARA LA RED DE SALUD SAN ROMÁN.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	16:13:22

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En relación con el pago, en relación a nuestra solicitud del plazo de entrega, solicitamos al Comité de Selección que establezca que habrán PAGOS PERIODICOS  
(Considerar la misma solicitud para lo indicado en el numeral 2.5 de la página 18)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** XII      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE SU CONSULTA en las BASES INTEGRADAS se precisara considera la misma solicitud para lo indicado en el numeral 2.5 de la página 18 donde dice PAGO UNICO y debe decir PAGOS PERIODICOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null