

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-ESSALUD/RPS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 2 DE LA GERENCIA QUIRURGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código : 20377339461

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Fecha de envío : 03/09/2024

Hora de envío : 18:40:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPITULO III - REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO B

2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

2. Tipo de Empaque o Envase:

1. Empaque individual de material de polietileno de baja densidad de grado medico.

Solicitamos al Comité, aceptar la participación con el Empaque o Envase de acuerdo a lo autorizado en el Registro Sanitario por la Digemid, permitiendo así mayor participación de potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 2.1

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria. Se aclara y se precisa que, se aceptara el empaque o envase de acuerdo a lo autorizado en el Registro Sanitario por la DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-ESSALUD/RPS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 2 DE LA GERENCIA QUIRURGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:40:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPITULO III - REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANEXO B
2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS
2. Tipo de Empaque o Envase:

El Empaque se encuentra grabado el código, marca del producto, número de lote, código de barras y el logotipo de la marca.

Solicitamos al Comité, ampliar la característica del empaque tenga grabado la marca del producto y el logotipo de la marca sea opcional, permitiendo así mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 2.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria. Se aclara y se precisa que, se aceptara que el empaque tenga grabado la marca del producto y el logotipo de la marca sea opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-16-2023-ESSALUD/RPS-2
2
Bien
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 2 DE LA GERENCIA QUIRURGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:40:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAPITULO III - REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO B

2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

4. Composición del producto:

Fresa en forma clavija, estriada, ø 1.85mm, L de cabeza 16mm

Solicitamos al Comité, ampliar la composición del producto de la siguiente manera, a fin de permitir la participación de potenciales postores.

- ¿ Fresa en forma de: clavija y/o tipo helicoidal (espiral).
- ¿ Diámetro: Desde 1.7mm hasta 1.85mm con +/- 0.05mm.
- ¿ Longitud de cabeza: 16mm +/- 1mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 2.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria. Se aclara y se precisa que, se aceptara también las Fresas en forma de Clavija y/o tipo helicoidal (espiral), con diámetro desde 1.7mm hasta 1.85 mm con +/- 0.05mm y longitud de cabeza de 16mm +/- 1mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-ESSALUD/RPS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 2 DE LA GERENCIA QUIRURGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:40:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAPITULO III - REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO B

2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

5. Dimensiones:

Diámetro: 1.85mm

Tamaño: L de cabeza 16mm

Solicitamos al Comité, ampliar las dimensiones según se detalla, a fin de promover mayor participación de postores.

- ¿ Diámetro: Desde 1.7mm hasta 1.85mm +/- 0.5mm
- ¿ Longitud de cabeza: 16mm + 1mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 2.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria. Se aclara y se precisa que, se aceptara el diámetro desde 1.7mm hasta 1.85mm +/- 0.5mm, Longitud de Cabeza de 16mm + 1mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-ESSALUD/RPS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 2 DE LA GERENCIA QUIRURGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:40:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPITULO III - REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANEXO B
2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS
2. Tipo de Empaque o Envase:

El Empaque se encuentra grabado el código, marca del producto, número de lote, código de barras y el logotipo de la marca.

Solicitamos al Comité, aceptar la participación con el Empaque o Enavse de acuerdo a lo aprobado por la Digemid, permitiendo así mayor participación de potenciales postores.

Acápíte de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 2.1 **Página:** 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria. Se aclara y se precisa que, se aceptara el empaque o envase de acuerdo a lo autorizado en el Registro Sanitario por la DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-ESSALUD/RPS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 2 DE LA GERENCIA QUIRURGICA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	03/09/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:40:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CAPITULO III - REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO B

2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

5. Descripción del producto:

Las fresas se utilizan para desbastar el hueso, con gran rendimiento de corte, y una reducida protección de calor.

Solicitamos al Comité, aclarar a que se refiere con Reducida protección de calor?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 2.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo indicado por el área usuaria. Se aclara y se precisa que, reducida protección de calor se refiere que, al momento que se utilice la Cuchilla Craneal, esta no lesione con el calor el tejido nervioso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null