

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.		

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 días calendarios, computados a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o notificada la orden de compra.

Al respecto, cabe señalar que existe una incongruencia en el establecimiento del plazo de entrega, debido que no se clarifica con exactitud el cómputo del plazo de entrega, resulta muy ambigua la información consignada en la página 13 de las Bases.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que el plazo de entrega sea establecido exclusivamente de la siguiente manera:

-Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 días calendarios, computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta realizada el comité de selección deciden acoger parcialmente la consulta.
El plazo de entrega será de 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.9. PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 días Calendarios, computado a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.		

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al Sistema de Contratación, se indica SUMA ALZADA, sin embargo, no se adjunta un cuadro de cronograma de entregas.
Entendemos que toda la cantidad de determinaciones serán entregadas en una (01) única orden de compra.
Solicitamos amablemente al comité PRECISAR si nuestro entender es correcto, la misma que tendrá que ser incorporada expresamente en las bases.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.5 **Página:** 12
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que el sistema de contratación suma alzada, se realiza cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en las especificaciones técnicas.
Por lo que se aclara que la entrega será en una (1) única orden de compra y una sola entrega por su totalidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al Plazo de Entrega, se indica, los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 días calendarios, computados a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o notificada la Orden de Compra,

Dentro de las bases estándar, señalan que el plazo de entrega sean en días calendarios, sin embargo, al indicar días calendarios también se estaría considerando sábados y/o domingos y/o feriados en la atención del plazo de entrega, sabiendo que muchas instituciones no atienden en esos días.

Solicitamos amablemente al comité de selección, en caso el último día de entrega sea un feriado, sábado o domingo, se considere último día de plazo de entrega el primer día hábil siguiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclaran que efectivamente cuando se habla de días calendarios se contabilizan sábados, domingos y feriados por lo que, cuando el día de entrega del bien cae en uno de estos días se corre al siguiente día hábil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Al respecto de las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA EQUIPO DE GASES ARTERIALES (EQUIPO EN CESION EN USO)- (4) Características, indica, con sistema de gestión, los resultados transmiten automáticamente donde se necesiten se pueda adaptar al sistema de información del laboratorio y laboratorio.

Entendemos que la entidad señala que los analizadores cuenten con la capacidad de ser conectados a un sistema de gestión que transmita los datos a un sistema informático, mas no se indica que deban ser conectados a un LIS como tal.

Solicitamos amablemente al comité PRECISAR si nuestro entender es correcto.

(Considerar la misma consulta para el punto (13) referente al equipo Back Up).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: --- Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclaran que su entender es correcto con respecto al equipo en cesión de uso para gases arteriales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Al respecto de las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA EQUIPO DE GASES ARTERIALES (EQUIPO EN CESION EN USO)- (5) Condiciones, indica, los reactivos e insumos deben tener una fecha de vencimiento mínimo de 12 meses, en caso contrario se sirvan adjuntar una carta de compromiso de canje por fecha próxima de caducidad. Entendemos que de cumplir con las vigencias, no será necesario entregar la carta de Compromiso de Canje. Solicitamos amablemente al comité PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: --- Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclaran que su entender es correcto, si la fecha de vencimiento es de 12 meses no es necesario adjuntar la carta de canje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Al respecto de las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA EQUIPO DE GASES ARTERIALES (EQUIPO EN CESION EN USO)- (7) Complementos, indica Análisis diario de control de calidad interno. Entendemos que la cantidad de niveles que utilizaría la entidad serían tres (03) los mismos que evaluarían los niveles bajos, medios y altos. Solicitamos amablemente al comité PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: --- Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclaran que cada casa comercial tiene controles internos respectivos de acuerdo a su presentación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Al respecto de las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA EQUIPO DE GASES ARTERIALES (EQUIPO EN CESION EN USO)- (7) Complementos, indica Análisis diario de control de calidad interno. Solicitamos amablemente al comité PRECISAR si el analizador debe contar con gráficas de Levey Jennings para la discriminación de errores aleatorios o sistemáticos que aseguren el correcto funcionamiento del bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: --- Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que los postores deben ceñirse a las especificaciones técnicas al tener controles internos y calibradores, estos se pueden llevar a una grafica de levey jennings, puede tenerlo o no el equipo incorporado, pero a la hora de pasar con un sistema liss puede cumplir con esa función.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Al respecto de las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO PARA EQUIPO DE GASES ARTERIALES (EQUIPO EN CESION EN USO)- (8) Servicio Técnico, indica Personal profesional disponible (Ingenieros electrónicos o ingenieros biomédicos o Tecnólogos médicos y especialista de aplicación) durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Certificado por el fabricante con experiencia no menor de 12 meses en el equipo. Entendemos que la acreditación del personal profesional disponible (Ingenieros electrónicos o ingenieros biomédicos o Tecnólogos médicos y especialista de aplicación) será presentada en la etapa contractual Solicitamos amablemente al comité PRECISAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 29

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclaran que su entender es correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.		

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Al respecto del punto (IV) REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIOS ¿ CERTIFICADO DE ANALISIS.
Entendemos que el certificado de Análisis del producto terminado (protocolo de análisis) del producto ofertado que se presentará en la oferta es referencial y no acredita la vigencia solicitada en las especificaciones técnicas de los reactivos ni corresponde al lote que se ingresará al almacén en caso de obtener la adjudicación
Solicitamos amablemente PRECISAR si nuestro entender es correcto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: --- Página: 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclaran que su entender es correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Al respecto del CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO TERMINADO (PROTOCOLO DE ANÁLISIS) Considerando que estos documentos son emitidos por cada fabricante en su país de origen y no necesariamente tienen toda la información requerida por las entidades públicas, sin que ello afecte la finalidad de estos documentos. Asimismo, es preciso señalar que la finalidad que persigue un protocolo de análisis o certificado de análisis es garantizar la calidad del producto, para lo cual se dejará constancia de los análisis a los que, por disposición del laboratorio del fabricante, han sido sometidos; no existiendo ninguna limitante en cuanto al contenido de esta para los dispositivo médicos; siendo perfectamente válida que se acepte que éstos sean en el formato propio del fabricante y con el contenido que estos declaren; siempre y cuando cumplan con el objetivo que dejar constancia del análisis del producto; por lo que ENTENDEMOS que se aceptará copia simple del Protocolo y/o Certificado de Análisis emitidos por los fabricantes con la información que éstos declaren en el mismos, en sus propios formatos y con el contenido que ellos declaren; contando siempre con la firma del responsable del control de calidad del laboratorio que lo emite.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclaran que las especificaciones técnicas son claras, deben ser emitidas por el fabricante, con firma del fabricante, copia simple y si es posible refrendado por control de calidad del laboratorio que lo emite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el OBJETO DE CONVOCATORIA, se presesa que la adquisición de reactivos es para el Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión-Huancayo¿. Sin embargo, no se precisa el periodo (tiempo) en la cual se está destinando la cantidad de pruebas adquiridas. Por lo expresado, solicitamos amablemente se precise de manera clara el periodo de compra de este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclaran que la adquisición de los reactivos es para un tiempo aproximado de 4 meses y medio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de ¿ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN-HUANCAYO PARA UN PERIODO APROXIMADO DE 4 MESES Y MEDIO¿

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Para el ITEM 1. Gases arteriales, en el cuadro de Especificaciones Técnicas del Equipo, solicitan una Performance de Capacidad para 20 pruebas por hora o más.

En aras de fomentar la pluralidad de postores, solicitamos amablemente se considere una performance de capacidad para 18 pruebas por hora o más.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria deciden no acoger la consulta, ya que en el estudio de mercado se visualizo a diversas empresas que cumplen con las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA Y HEMATOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOGICA DEL HRDCQ DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	18:41:12

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para el ITEM 1. Gases arteriales, en el cuadro de Especificaciones Técnicas del Equipo, solicitan una Antigüedad de equipo de hasta 3 años, sustentado con Certificado de Manufactura.

Considerando que todos los analizadores reciben su mantenimiento programado recomendado por el fabricante para asegurar la funcionabilidad y operatividad del mismo, solicitamos amablemente se acepte que el analizador sea de fabricación 2020.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria deciden no acoger la consulta, se solicita a la empresa ceñirse a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null