

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-8-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS, IOARR 2601427: ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:45:05

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESTACION: 30 DIAS CALENDARIO.

CONSULTA , solicitamos al comite PUEDA considerar QUE LA ENTREGA se pueda dar en 45 dias calendaario, 43 DIAS DE ENTREGA y 2 DIAS DE INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION , ya que la importacion por estas fechas de fin de año y ultimo mes del año suelen demorar por las fiestas de proximas de fin de año, y de esta manera, haya una mayor participacion de postores y sobre todo por el cumplimiento en las entregas e instalacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, el plazo de entrega establecido por el area usuaria, se ha validado que en el estudio de mercado los proveedores pueden entregar en el plazo mencionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-8-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS, IOARR 2601427: ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	25/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	15:45:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2.2.3 FUERZA CENTRIFUGA RELATIVA RCF MAXIMA, con rotor de angulo fijo de 4000 xg o mayor. SOLICITAMOS , al comité puedan considerar que el rango de nivel de FUERZA CENTRIFUGA RELATIVA SEA A PARTIR DE 3000 XG O MAYOR, sin bajar la velocidad del rotor o RPM de 3450 , ya que su relacion es muy importante en estos equipos. Para una mejor participacion de postores y marcas en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, Conforme al Artículo 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su inciso b) Procedimiento de la Adjudicación Simplificada, señala que: "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-8-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS, IOARR 2601427: ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604187916	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	MAYAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	14:57:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAPITULO I ¿ GENERALIDADES

1.9 PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de la prestación: entrega del bien, configuración y puesta en operación de los bienes es de treinta (30) días calendario y contabilizador a partir del día siguiente de suscrito el contrato según el siguiente detalle: (se adjunta cuadro en el cual se indica que la entrega del equipo en el almacén que designe la entidad será de 28 días y la configuración y puesta en operación del equipo será en 2 días calendarios, siendo el plazo total 30 días calendarios)

Solicitamos al comité evaluador ampliar el tiempo de entrega debido a que el tiempo de fabricación, importación, nacionalización y distribución supera los 30 días calendarios solicitados, condicionando la participación a solo aquellos proveedores que cuenten con el stock en su almacén, solicitamos esto para fomentar la pluralidad de postores y marcas. Sugerimos que el tiempo de entrega sea de 90 días calendarios para fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: i Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, el plazo de entrega establecido por el area usuaria, se ha validado que en el estudio de mercado los proveedores pueden entregar en el plazo mencionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-8-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS, IOARR 2601427: ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:51:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con relación al numeral 1.9 del Capítulo I, página 15: Plazo de Entrega, la entidad establece un total de 30 días calendario, el cual incluye entrega del bien en el almacén que designe la entidad (28 días calendario) y Configuración y puesta en operación del equipo (02 días calendario).

Al respecto, como sabemos es facultad de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En ese orden de ideas, establecer los plazos de entrega antes señalados, supondría que los postores ya cuenten con los bienes pese a no tener certeza de obtener la Buena Pro, lo que resultaría excesivo y oneroso para la etapa de presentación de ofertas. Asimismo, el Comité debe considerar los plazos de importación, desaduanaje y traslado de los equipos, por lo que el plazo señalado resulta insuficiente para concretar la entrega de los equipos. En caso de fijarse dicho plazo, se estaría vulnerando el principio de libertad de concurrencia en razón de que dicho plazo limita la participación de los postores, debido a que solo aquellos que tengan los equipos en stock podrán ofertar dicho plazo.

En ese sentido, SOLICITAMOS al Comité de Selección AMPLIAR el plazo de entrega en cuarenta y cinco (45) días calendarios, el cual se desagrega de la siguiente manera:

- Entrega del bien en el almacén que designe la entidad (43 días calendario)
- Configuración y puesta en operación del equipo (02 días calendario)

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, el plazo de entrega establecido por el area usuaria, se ha validado que en el estudio de mercado los proveedores pueden entregar en el plazo mencionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :AS-Homologacion-SM-8-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS, IOARR 2601427: ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:51:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con relación al numeral 1.9 del Capítulo I, página 15: Plazo de Entrega:

ENTENDEMOS; que los bienes se entregarán en el Hospital Belén de Trujillo, Dirección: Jirón Bolívar 350, Distrito Trujillo, provincia Trujillo ¿ La Libertad, en concordancia con lo establecido en el numeral 7 del Capítulo III ¿ Requerimiento, pagina 23 y 24.

Indicar, si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: i Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se ACLARA, ques el Hospital Belen de Trujillo es el area beneficiaria, previamente debe ingresar los bienes al almacen de la GERESA LA LIBERTAD, como se menciona en las bases administrativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-8-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS, IOARR 2601427: ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:51:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con relación al numeral 10 del Capítulo III, página 24: Forma de Entrega e instalación

SOLICITAMOS; al Comité pueda incorporar en las bases integradas, los datos actualizados del personal indicado en el literal a), del numeral 10 del Capítulo III, página 24, con la finalidad de que el postor que obtenga la Buena Pro, pueda enviar la comunicación requerida al momento de la entrega de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 10 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, se ACLARA, que los datos mencionados en la seccion son los actualizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-8-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS, IOARR 2601427: ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:03:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente ampliar el plazo de entrega hasta 60 días calendarios, con el objetivo que se nuestro equipo de soporte técnico pueda realizar las revisiones pertinentes previo a la entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.3 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, el plazo de entrega establecido por el area usuaria, se ha validado que en el estudio de mercado los proveedores pueden entregar en el plazo mencionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-8-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS, IOARR 2601427: ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:03:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el punto 1.7 se requiere una ¿Protección de sobrecalentamiento de motor¿, se solicita amablemente considerar esta especificación como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, Conforme al Artículo 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su inciso b) Procedimiento de la Adjudicación Simplificada, señala que: "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-8-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS, IOARR 2601427: ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:03:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente validar como tubo de 5 mL de fondo redondo a los Tubo BD Hemogard de 5 ml

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, Conforme al Artículo 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su inciso b) Procedimiento de la Adjudicación Simplificada, señala que: "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-8-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS, IOARR 2601427: ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20178285336	Fecha de envío :	26/11/2024
Nombre o Razón social :	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	Hora de envío :	21:03:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente considerar como válido el requerimiento de energía de 220-240 V.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revision tecnica, NO SE ACOGE, Conforme al Artículo 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su inciso b) Procedimiento de la Adjudicación Simplificada, señala que: "No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null