

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD N° 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-RIS4-A/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA RED INTEGRADA DE SALUD 4 AGUAYTIA

Ruc/código : 20506744874

Fecha de envío : 11/06/2024

Nombre o Razón social : MEDICAL CHANNEL S.A.C.

Hora de envío : 17:07:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Entre los requisitos de admisibilidad se encuentra la BPDyT como requisito de admisión de la oferta.

La Adquisición de Dispositivos Medicos Item I y Adquisición de Insumos de Laboratorio Item II, los productos no requieren una temperatura refrigerada y temperatura congelada de acuerdo a la resolución ministerial N° 1000-2026/MINSA que modifican la Resolución ministerial N° 833-2015/MINSA donde precisa que presente manual es de cumplimiento obligatorio para las droguerías y almacenes especializados que participan a nivel nacional en el proceso de distribución y transporte de productos farmacéuticos así como de dispositivos médicos que requieran condiciones de temperatura refrigerada y temperatura congelada.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1.

Literal: i)

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, manifiesta que no es clara la consulta formulada, sin embargo se precisa que el certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte BPDT, es un requisito de cumplimiento y presentación obligatorio, mas aun teniendo en consideración que en ambos ítem paquete 1 y 2 se encuentran considerados bienes o productos que requieren ser almacenados y conservados a temperatura refrigerada de 2 a 8°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD N° 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RIS4-A/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA RED INTEGRADA DE SALUD 4 AGUAYTIA

Ruc/código :	20518745876	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	LABSYSTEMS S.A.C	Hora de envío :	10:44:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas

ITEM/PAQUETE N° 02: INSUMOS DE LABORATORIO

Items N° 7: GLUCOSA ENZIMATICA

Presentación: x 400 determinaciones.

Ante ellos decimos:

Para evitar la oxidación y/o contaminación del reactivo solicitamos al comité de selección ampliar el requerimiento para fomentar la libre participación de los postores en cuanto a la presentación Siempre y cuando cubra la totalidad de la necesidad requerida.

Presentación: x 100 determinaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, manifiesta que también se aceptara kit de 400 ml o kit de 4 frascos por 100 ml para permitir la mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

También se aceptara kit de 400 ml o kit de 4 frascos por 100 ml para permitir la mayor participación de postores.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD N° 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RIS4-A/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA RED INTEGRADA DE SALUD 4 AGUAYTIA

Ruc/código :	20518745876	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	LABSYSTEMS S.A.C	Hora de envío :	10:44:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas

ITEM/PAQUETE N° 02: INSUMOS DE LABORATORIO

Items N° 8: CREATININA ENZIMATICA

Presentación: x 200 determinaciones.

Ante ellos decimos:

Para evitar la oxidación y/o contaminación del reactivo solicitamos al comité de selección ampliar el requerimiento para fomentar la libre participación de los postores en cuanto a la presentación Siempre y cuando cubra la totalidad de la necesidad requerida.

Presentación: x 100 determinaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, manifiesta que también se aceptara kit de 200 ml o kit de 2 frascos por 100 ml para permitir la mayor participacion de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

También se aceptara kit de 200 ml o kit de 2 frascos por 100 ml para permitir la mayor participación de postores.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD N° 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RIS4-A/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA RED INTEGRADA DE SALUD 4 AGUAYTIA

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:51:51

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En este punto, observamos que en el requerimiento no incluyen solicitud de equipos, sin embargo, para que los reactivos puedan ser procesados, estos requieren de analizadores o instrumentos, ya sea automatizado o semiautomatizado o ambos, según la capacidad de procesamiento de cada centro de salud, pues entendemos que la Red Integrada de Salud 4, se compone del Centro de Salud de Aguaytía y Centro de Salud San Alejandro, cada uno con distinta carga de población. Por lo expuesto, Solicitamos amablemente al comité especial indique si nuestra apreciación es correcta y se requiere necesariamente de analizadores bioquímicos brindados en cesión de uso o préstamo, para poder presentar las ofertas de este paquete.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, manifiesta que los postores deben ofertar la entrega de 02 analizadores semiautomatizados para bioquímica los cuales deben ser de la misma marca del reactivo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los postores que participen en el Item Paquete 2 deben ofertar la entrega de 02 analizadores semiautomatizados para bioquímica los cuales deben ser de la misma marca del reactivo ofertado, acreditar mediante certificado de fabricación no mayor a 18 meses de uso o fabricación. Se integrara las especificaciones técnicas mínimas requeridas.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD N° 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RIS4-A/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA RED INTEGRADA DE SALUD 4 AGUAYTIA

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:52:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a la consulta anterior, si tiene cabida, se ha observado en distintos centros de salud privados y públicos, que comparten población y/o el paciente suele atenderse en el centro más cercano según sea la emergencia, se debe priorizar la trazabilidad, confiabilidad y eficiencia de los resultados emitidos, para un correcto diagnóstico y seguimiento, todo ello se logra siempre y cuando los centros que compartan una misma red de salud utilicen los mismos reactivos de bioquímica, pues los rangos de controles, los factores, linealidad y rangos de lectura serán los mismos. Por ello SOLICITAMOS al comité evaluador, indique si nuestra apreciación es correcta y los reactivos junto con los equipos en cesión de uso deben ser de la misma marca para ambos centros.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que los postores deben ofertar la entrega de reactivos controles y equipo para bioquímica los cuales deben ser de la misma marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los postores que participen en el Item Paquete 2 deben ofertar la entrega de deben ofertar la entrega de reactivos controles y equipo para bioquímica los cuales deben ser de la misma marca.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD N° 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RIS4-A/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA RED INTEGRADA DE SALUD 4 AGUAYTIA

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:53:05

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al reactivo Colesterol HDL, observamos que se repite la solicitud del mismo reactivo, en distintas cantidades, sin embargo, teniendo en cuenta los otros reactivos mencionados como glucosa, creatinina y triglicéridos, suponemos que unos de los ítems ¿colesterol HDL¿, en realidad se refiere a ¿Colesterol Total¿ y se trató de un error de digitación o tipeo. SOLICITAMOS amablemente al comité especial indique si nuestra apreciación es correcta y un ítem de ¿colesterol HDL¿ debe ser cambiado por ¿colesterol Total¿ para tener un perfil más completo de atención al paciente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que es un error de digitación las cantidades correctas se integran de la siguiente forma: Sub ítem 4 COLESTEROL TOTAL X 400 ML Cantidad 30 UNIDADES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub ítem 4 COLESTEROL TOTAL X 400 ML Cantidad 30 UNIDADES

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD N° 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RIS4-A/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA RED INTEGRADA DE SALUD 4 AGUAYTIA

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:53:05

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto a los reactivos: Colesterol, triglicéridos, glucosa, creatinina y fosfatasa alcalina, se observa que no se exige especificaciones técnicas tales como linealidad, tipo de muestra biológica, volumen de muestra requerido para la reacción y accesorios. Ello lleva a que al momento de presentar las ofertas se puedan obviar ciertas características importantes para el correcto diagnóstico. Por lo señalado Solicitamos amablemente al comité especial, pueda indicar si para los reactivos requeridos es correcta nuestra apreciación y se omitieron detalles de las especificaciones técnicas, en consecuencia con ocasión de la integración de bases deberían incluirse las especificaciones técnicas mínimas y los criterios que se deberían acreditar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta formulada, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que es un error de digitación, con ocasión de la integracion de bases se incluye los requerimientos tecnicos minimos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasión de la integración de bases se incluye los requerimientos técnicos mínimos

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD N° 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RIS4-A/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA RED INTEGRADA DE SALUD 4 AGUAYTIA

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:53:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto a los reactivos de bioquímica solicitados, estos requieren siempre de accesorios como controles y calibradores que además debe ser en la misma marca del equipo y reactivo, para poder tener fiabilidad de resultados emitidos. En este aspecto, SOLICITAMOS amablemente al comité evaluador, indique si para el requerimiento de reactivos se va a solicitar que el postor ofrezca entrega de controles y calibradores, asimismo pedimos que se señalen qué cantidad será necesario acreditar.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 3.1Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta formulada, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que los postores deben ofertar la entrega de reactivos, controles, calibradores y equipo para bioquímica los cuales deben ser de la misma marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los postores que participen en el Item Paquete 2 deben ofertar la entrega de deben ofertar la entrega de reactivos, controles, calibradores y equipo para bioquímica los cuales deben ser de la misma marca.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - RED DE SALUD N° 04 - AGUAYTIA- SAN ALEJANDRO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RIS4-A/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA RED INTEGRADA DE SALUD 4 AGUAYTIA

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:58:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En este punto verificamos que el plazo de entrega será de 10 días a partir de la firma del contrato y/o emisión de orden de compra. SOLICITAMOS amablemente al comité especial indique si dicho plazo incluye entrega de analizadores de así requerirlos sumados a las capacitaciones brindadas por el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta formulada, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que los postores deben ofertar la entrega de los bienes, instalación y capacitación en el plazo de 10 dias calendarios despues de notificada la orden de compra o suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null