

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante :     | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION  |
| Nomenclatura :           | AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1   |
| Nro. de convocatoria :   | 1   |
| Objeto de contratación : | Bien  |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿<br>VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN |

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602216609                           | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C. | Hora de envío :  | 13:32:06   |

**Observación: Nro. 1**  
**Consulta/Observación:**  
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Se consideran bienes similares: Equipo de corte, equipos de compresión, máquinas pulidoras.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar como bienes similares EQUIPOS DE INGENIERÍA QUÍMICA EN GENERAL, ya que los bienes requeridos pertenecen a este campo.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.2    Literal: B    Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la observación, se ampliara la experiencia del postor en la especialidad a EQUIPOS DE INGENIERÍA QUÍMICA EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Acoge la observación, se ampliara la experiencia del postor en la especialidad a EQUIPOS DE INGENIERÍA QUÍMICA EN GENERAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602216609                           | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C. | Hora de envío :  | 13:32:06   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-Sistema avanzado de pantalla táctil LCD fase de usar PLC de 7"

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar, Sistema avanzado de pantalla HMI, modelo y fabricante.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: III    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que también se aceptara equipo con Sistema avanzado de pantalla HMI, según modelo y fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que también se aceptara equipo con Sistema avanzado de pantalla HMI, según modelo y fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602216609                           | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C. | Hora de envío :  | 13:32:06   |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calentador de molde de 1600 vatios

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, Calentador de molde (vatios de acuerdo al fabricante) , ya que los niveles varían según año, modelo y marca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que también se aceptaran calentadores de igual o mas vatios según año, modelo y marca

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que también se aceptaran calentadores de igual o mas vatios según año, modelo y marca

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602216609                           | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C. | Hora de envío :  | 13:32:06   |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Provisión para acomodar tamaños de molde de 1 1/2", 2", 30mm, 40mm, y 50 mm.

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, Provisión para acomodar tamaños de molde (tamaños de acuerdo al fabricante), ya que los niveles varían según año, modelo y marca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que también se aceptaran Provisión para acomodar tamaños de molde (tamaños de acuerdo al fabricante), ya que los niveles varían según año, modelo y marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que también se aceptaran Provisión para acomodar tamaños de molde (tamaños de acuerdo al fabricante), ya que los niveles varían según año, modelo y marca.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20602216609                           | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C. | Hora de envío :  | 13:32:06   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES: 430X570X510 mm (AxLxH) de referencia

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, medidas de acuerdo al fabricante en (AxLxH) mm , ya que los niveles varían según año, modelo y marca

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: III    Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

I área usuaria precisa que también se aceptaran medidas de acuerdo al fabricante en (AxLxH) mm , ya que los niveles varían según año, modelo y marca

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

I área usuaria precisa que también se aceptaran medidas de acuerdo al fabricante en (AxLxH) mm , ya que los niveles varían según año, modelo y marca

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

FACTORES DE EVALUACIÓN EN TIEMPO DE ENTREGA

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente observación. Que en el los factores de evaluación, PLAZO DE ENTREGA, se indica 0 puntos si se entrega de 120 días a más, pero no se indica el plazo máximo. Solicitamos cordialmente se precise en la bases integradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: IV      Literal: 1.9      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el factor de evaluación; plazo de entrega es facultativo para los postores ya que tienen por conveniencia adquirir puntaje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que el factor de evaluación; plazo de entrega es facultativo para los postores ya que tienen por conveniencia adquirir puntaje

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALOGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿ VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Prensa automática

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el primer punto de las especificaciones técnicas indica Prensa completamente automática, cuando la descripción del bien es de un equipo Prensa semiautomática. Además, indicar al comité que estas máquinas nunca son completamente automáticas, ya que tienen que realizarse de todos modos algunos pasos manuales. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se precise y corrija en las bases integradas: "Prensa hidráulica de montaje en caliente semiautomática"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en aras de la pluralidad de postores también se aceptarán; "Prensa hidráulica de montaje en caliente semiautomática"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que en aras de la pluralidad de postores también se aceptarán; "Prensa hidráulica de montaje en caliente semiautomática"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿ VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CABINA DE ACERO

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el segundo punto de las especificaciones técnicas indica CABINA DE ACERO, sin embargo es importante hacer notar al comité que cada fabricante trabaja con sus propios materiales según su propio diseño. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se precise y corrija en las bases integradas: "CABINA RESISTENTE SEGÚN CADA FABRICANTE", de modo que se favorezca a la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que también se aceptaran : "CABINA RESISTENTE SEGÚN CADA FABRICANTE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que también se aceptaran : "CABINA RESISTENTE SEGÚN CADA FABRICANTE"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿ VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CABINA DE ACERO

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el segundo punto de las especificaciones técnicas indica CABINA DE ACERO, sin embargo es importante hacer notar al comité que cada fabricante trabaja con sus propios materiales según su propio diseño. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se precise y corrija en las bases integradas: "CABINA RESISTENTE SEGÚN CADA FABRICANTE", de modo que se favorezca a la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que también se aceptaran : "CABINA RESISTENTE SEGÚN CADA FABRICANTE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que también se aceptaran : "CABINA RESISTENTE SEGÚN CADA FABRICANTE"

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| Entidad convocante :     | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION   |  |  |
| Nomenclatura :           | AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1  |  |  |
| Nro. de convocatoria :   | 1  |  |  |
| Objeto de contratación : | Bien   |  |  |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALOGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿<br>VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN |  |  |

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

**Consulta:** Nro. 10  
**Consulta/Observación:**  
SISTEMA ELECTROHIDRÁULICO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el tercer punto de las especificaciones técnicas indica SISTEMA ELECTROHIDRÁULICO COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO, sin embargo es importante hacer notar al comité que el equipo que han solicitado es SEMI AUTOMÁTICO, no completamente automático. Y además, que el sistema de presurización es el que trabaja con bomba hidráulica. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se precise y corrija en las bases integradas: "SISTEMA DE PRESURIZACIÓN POR BOMBA HIDRÁULICA, EL EQUIPO ES SEMIAUTOMÁTICO", de modo que se favorezca a la pluralidad de marcas y postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 20  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se aclara que en aras de la pluralidad de postores también se aceptaran; "SISTEMA DE PRESURIZACIÓN POR BOMBA HIDRÁULICA, EL EQUIPO ES SEMIAUTOMÁTICO"  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se aclara que en aras de la pluralidad de postores también se aceptaran; "SISTEMA DE PRESURIZACIÓN POR BOMBA HIDRÁULICA, EL EQUIPO ES SEMIAUTOMÁTICO"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALOGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

PANTALLA TACTIL PLC

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el cuarto punto de las especificaciones técnicas indica SISTEMA AVANZADO DE PANTALLA TÁCTIL LCD FÁCIL DE USAR PLC DE 7 ", sin embargo es importante hacer notar al comité que para este equipo no se requieren PLCs, además que ese tamaño de pantalla táctil no necesariamente cumplen todas las marcas o fabricantes.Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se precise y corrija en las bases integradas: "PANTALLA TÁCTIL DE 5" COMO MÍNIMO PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, PLC ES OPCIONAL", de modo que se favorezca a la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que se deberán de ceñirse a lo solicitado en el requerimiento y las especificaciones técnicas de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aclara que se deberán de ceñirse a lo solicitado en el requerimiento y las especificaciones técnicas de las bases

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

PROGRAMACION PRESTABLECIDA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el quinto punto de las especificaciones técnicas indica "PROGRAMACIÓN PREESTABLECIDA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE PARÁMETROS DE MONTAJE HASTA 100 ", sin embargo es importante hacer notar al comité que para este equipo cada fabricante define la cantidad de datos y parámetros que su equipo puede almacenar. Definir un número no permitirá participar a muchas empresas y marcas del mercado.Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se coloque de manera genérica y corrija en las bases integradas: "PROGRAMACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS", de modo que se favorezca a la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que se deberán de ceñirse a lo solicitado en el requerimiento y las especificaciones técnicas de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aclara que se deberán de ceñirse a lo solicitado en el requerimiento y las especificaciones técnicas de las bases

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

PROCESO DE ENFRIAMIENTO

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el séptimo punto de las especificaciones técnicas indica "PROCESO DE ENFRIAMIENTO: MECANISMO DE ENFRIAMIENTO LENTO, MEDIO Y RÁPIDO ", sin embargo es importante hacer notar al comité que para este equipo cada fabricante define el modo de enfriamiento según su propio diseño. Dejar esta especificación como se encuentra, no permitirá participar a muchas empresas y marcas del mercado.Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se coloque de manera genérica y corrija en las bases integradas: "MODO DE ENFRIAMIENTO SEGÚN CADA FABRICANTE", de modo que se favorezca a la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área aclara que también se aceptaran "MODO DE ENFRIAMIENTO SEGÚN CADA FABRICANTE",

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área aclara que también se aceptaran "MODO DE ENFRIAMIENTO SEGÚN CADA FABRICANTE",

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

TRANSMISION DE PRESION

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el octavo punto de las especificaciones técnicas indica "TRANSMISOR DE PRESIÓN CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE", sin embargo es importante hacer notar al comité que para este equipo cada fabricante incorpora su propio modo de medir la presión según su diseño. Dejar esta especificación como se encuentra, no permitirá participar a muchas empresas y marcas del mercado. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se coloque de manera genérica y corrija en las bases integradas: "DEBE PERMITIR MEDIR LA PRESIÓN SEGÚN CADA FABRICANTE, de modo que se favorezca a la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que se deberán de ceñirse a lo solicitado en el requerimiento y las especificaciones técnicas de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria aclara que se deberán de ceñirse a lo solicitado en el requerimiento y las especificaciones técnicas de las bases

|                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante :     | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION  |  |  |
| Nomenclatura :           | AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1   |  |  |
| Nro. de convocatoria :   | 1   |  |  |
| Objeto de contratación : | Bien  |  |  |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿<br>VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN |  |  |

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

**Consulta:** Nro. 15  
**Consulta/Observación:**  
RÁPIDO RETORNO DEL ARIETE PARA ACELERAR LA RECARGA.

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el noveno punto de las especificaciones técnicas indica "RÁPIDO RETORNO DEL ARIETE PARA ACELERAR LA RECARGA", sin embargo es importante hacer notar al comité que para este equipo no se incorporan arietes ni existen recargas, ya que la muestra se coloca junto a la resina hasta culminar el proceso. Solicitamos cordialmente al área usuaria que se retire esta especificación o se deje como opcional en las bases integradas para evitar errores: "RAPIDO RETORNO DEL ARIETE PARA ACELERAR LA RECARGA - OPCIONAL"

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 20  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El área usuaria aclara que se deberán de ceñirse a lo solicitado en el requerimiento y las especificaciones técnicas de las bases  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
El área usuaria aclara que se deberán de ceñirse a lo solicitado en el requerimiento y las especificaciones técnicas de las bases

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿ VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CALENTADOR DE MOLDE DE 1600 VATIOS

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el décimo punto de las especificaciones técnicas indica "CALENTADOR DE MOLDE DE 1600 VATIOS", sin embargo es importante hacer notar al comité que para este equipo existen diversos valores de vatios según la marca y el fabricante. Solicitamos amablemente se indique en las bases integradas que como mínimo son 1600 vatios: "CALENTADOR DE MOLDE DE 1600 VATIOS COMO MÍNIMO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptaran también como mínimo de 1600 vatios: "CALENTADOR DE MOLDE DE 1600 VATIOS COMO MÍNIMO"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptaran también como mínimo de 1600 vatios: "CALENTADOR DE MOLDE DE 1600 VATIOS COMO MÍNIMO"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALOGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

RANURA DE COLA DE MILANO

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el onceavo punto de las especificaciones técnicas indica "RANURA DE COLA DE MILANO PARA CAMBIAR FACILMENTE EL MOLDE", sin embargo es importante hacer notar al comité que para este equipo cada fabricante incorpora su propio tipode ranura según su diseño. Dejar esta especificación como se encuentra, no permitirá participar a muchas empresas y marcas del mercado.Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se coloque de manera genérica y corrija en las bases integradas: "EQUIPO PERMITE TRABAJAR CON DIFERENTES MOLDES OPCIONALES", de modo que se favorezca a la pluralidad de marcas y postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptan también "EQUIPO PERMITE TRABAJAR CON DIFERENTES MOLDES OPCIONALES"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptan también "EQUIPO PERMITE TRABAJAR CON DIFERENTES MOLDES OPCIONALES"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

MECANISMO DE BLOQUEO DESLIZANTE

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el doceavo punto de las especificaciones técnicas indica "MECANISMO DE BLOQUEO DESLIZANTE", sin embargo es importante hacer notar al comité que para este equipo cada fabricante incorpora su propio tipode ranura según su diseño. Dejar esta especificación como se encuentra, no permitirá participar a muchas empresas y marcas del mercado.Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se coloque de manera genérica y corrija en las bases integradas: "EQUIPO PERMITE TRABAJAR CON DIFERENTES MOLDES OPCIONALES", de modo que se favorezca a la pluralidad de marcas y postores

Acápíte de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptan también "EQUIPO PERMITE TRABAJAR CON DIFERENTES MOLDES OPCIONALES"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptan también "EQUIPO PERMITE TRABAJAR CON DIFERENTES MOLDES OPCIONALES"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SISTEMA AUTOMÁTICO DE REFIGERACIÓN DE AGUA

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el treceavo punto de las especificaciones técnicas indica "SISTEMA AUTOMÁTICO DE REFRIGERACIÓN DE AGUA ", sin embargo es importante hacer notar al comité que para este equipo cada fabricante define el modo de enfriamiento según su propio diseño. Dejar esta especificación como se encuentra, no permitirá participar a muchas empresas y marcas del mercado.Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se coloque de manera genérica y corrija en las bases integradas: "MODO DE ENFRIAMIENTO SEGÚN CADA FABRICANTE", de modo que se favorezca a la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.1    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área aclara que también se aceptaran "MODO DE ENFRIAMIENTO SEGÚN CADA FABRICANTE",

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área aclara que también se aceptaran "MODO DE ENFRIAMIENTO SEGÚN CADA FABRICANTE",

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

INDICACIÓN DE TEMPORIZADOR - ZUMBADOR

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el catorceavo punto de las especificaciones técnicas se solicita "INDICACIÓN DE TEMPORIZADOR ZUMBADOR", sin embargo es importante hacer notar al comité que esta característica pertenece a una marca y modelo en específico. Dejar esta característica como se encuentra, no permitirá participar a muchas empresas y marcas del mercado. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se coloque esta característica como opcional y se corrija en las bases integradas: OPCIONAL: INDICACIÓN DE TEMPORIZADOR - ZUMBADOR PARA CICLOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN, O EN TODO CASO DEBE CONTAR CON SONIDO Y ALARMAS", de modo que se favorezca a la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptaran como opcional con sonidos y alarmas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptaran como opcional con sonidos y alarmas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

**Observación: Nro. 21**  
**Consulta/Observación:**  
SE PUEDE ACOMODAR UNA AMPLIA GAMA DE TAMAÑOS DE MUESTRA

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el punto 15 de las especificaciones técnicas se solicita "SE PUEDE ACOMODAR UNA AMPLIA GAMA DE TAMAÑOS DE MUESTRA", sin embargo es importante hacer notar al comité que se debe precisar que los tamaños de muestra dependerán del molde que se haya solicitado. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se aclara y se corrija en las bases integradas: "LOS TAMAÑOS DE MUESTRA DEPENDEN DEL MOLDE, Y DEBE INCLUIRSE COMO MÍNIMO DE 25mm", de modo que quede sumamente claro el requerimiento y se eviten errores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge la Observación, el área usuaria también aceptara "LOS TAMAÑOS DE MUESTRA DEPENDEN DEL MOLDE, Y DEBE INCLUIRSE COMO MÍNIMO DE 25mm",

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se acoge la Observación, el área usuaria también aceptara "LOS TAMAÑOS DE MUESTRA DEPENDEN DEL MOLDE, Y DEBE INCLUIRSE COMO MÍNIMO DE 25mm",

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

ACOMODAR TAMAÑOS DE MOLDE DE 1 1/2", 2", 30mm, 40mm, 50mm

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el punto 16 de las especificaciones técnicas se solicita "PROVISIÓN PARA ACOMODAR TAMAÑOS DE MOLDE DE 1 1/2", 2", 30mm, 40mm y 50mm", sin embargo es importante hacer notar al comité que se debe precisar que los tamaños de muestra dependerán del molde que se haya solicitado. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se aclara y se corrija en las bases integradas: "LOS TAMAÑOS DE MUESTRA DEPENDEN DEL MOLDE, Y DEBE INCLUIRSE COMO MÍNIMO DE 25mm", de modo que quede sumamente claro el requerimiento y se eviten errores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que también se aceptaran "LOS TAMAÑOS DE MUESTRA DEPENDEN DEL MOLDE, Y DEBE INCLUIRSE COMO MÍNIMO DE 25mm",

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que también se aceptaran "LOS TAMAÑOS DE MUESTRA DEPENDEN DEL MOLDE, Y DEBE INCLUIRSE COMO MÍNIMO DE 25mm",

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

1 1/2" VIENE CON LA MÁQUINA COMO ESTÁNDAR

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el punto 17 de las especificaciones técnicas se solicita "1 1/2" VIENE CON LA MÁQUINA COMO ESTÁNDAR", sin embargo es importante hacer notar al comité que se debe precisar que los tamaños de muestra dependerán del molde que se haya solicitado. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se aclara y se corrija en las bases integradas: "COMO MÍNIMO DEBE INCLUIR DE TAMAÑO 25MM", de modo que quede sumamente claro el requerimiento y se eviten errores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptaran también "COMO MÍNIMO DEBE INCLUIR DE TAMAÑO 25MM",

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptaran también "COMO MÍNIMO DEBE INCLUIR DE TAMAÑO 25MM",

|                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante :     | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION  |  |  |
| Nomenclatura :           | AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1   |  |  |
| Nro. de convocatoria :   | 1   |  |  |
| Objeto de contratación : | Bien  |  |  |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿<br>VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN |  |  |

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 220V / 50Hz y 100V/60Hz

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente observación. Que en el punto 18 de las especificaciones técnicas se solicita "FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220V/50HZ y 100V/60Hz", sin embargo es importante hacer notar al comité que se debe precisar que dichos valores eléctricos NO FUNCIONAN EN PERÚ. De no cambiarse, se estaría comprando un equipo que no podrá operarse en el laboratorio. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se aclara y se corrija en las bases integradas: "FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEBERÁ SER 60HZ, MONOFÁSICA O TRIFÁSICA,, ADECUADA PARA EL LABORATORIO EN PERÚ", de modo que quede sumamente claro el requerimiento y se eviten errores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Observación se modificara en las bases integradas "FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEBERÁ SER 60HZ, MONOFÁSICA O TRIFÁSICA,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se acoge la Observación se modificara en las bases integradas "FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEBERÁ SER 60HZ, MONOFÁSICA O TRIFÁSICA,

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

**Observación: Nro. 25**  
**Consulta/Observación:**  
DIMENSIONES, TIPO DE MATERIAL Y COLOR

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente observación. Que en el requerimiento se solicita "DIMENSIONES, TIPO DE MATERIAL Y COLOR", sin embargo es importante hacer notar al comité que no está permitido colocar dimensiones, tipos de material y color de este tipo de equipos, ya que se estaría dirigiendo a una marca y modelo particular de equipo. Además, que se estaría limitando la libre concurrencia de marcas y postores que también pueden ofrecer estos equipos, a pesar que sus dimensiones, materiales y color sean distintos al solicitado. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se corrija en las bases integradas y se retire las DIMENSIONES, TIPO DE MATERIAL Y COLOR del equipo, de modo que se permita la pluralidad de diversas marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge la Observación , se suprimirá las dimensiones, tipo de material, color y se aceptaran según el modelo y marca

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se acoge la Observación , se suprimirá las dimensiones, tipo de material, color y se aceptaran según el modelo y marca

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALOGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿ VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente observación. Que en el requerimiento se solicita "OTRAS CARACTERÍSTICAS, como ensamble e molde, diseño de molde doble, transmisor de presión, PLC con sistema LCD, entre otros", sin embargo es importante hacer notar al comité que estas características adicionales estarían dirigiendo la compra a una marca y modelo particular de equipo. Además, que se estaría limitando la libre concurrencia de marcas y postores que también pueden ofrecer estos equipos, a pesar que no cuenten con esas características. Por tanto, solicitamos cordialmente al área usuaria que se corrija en las bases integradas y se retire o se coloque como OPCIONAL las OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE AYUDEN A DESCRIBIR DE MANER ADETALLADA EL BIEN" en la página 21 de las bases, de modo que se permita la pluralidad de diversas marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en Otras características serán de acuerdo del bien ofertado en su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que en Otras características serán de acuerdo del bien ofertado en su oferta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALOGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:  
CAPACITACIÓN

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en el literal IX de las especificaciones técnicas solicitan SERVICIOS CONEXOS , en específico la CAPACITACIÓN, indica que serán 05 días en total. Es importante hacer notar al comité que para este tipo de máquina, 05 días es una cantidad de días totalmente exagerada, que además involucra un mayor precio final de la oferta. Solicitamos cordialmente que se acepte como mínimo 02 días de capacitación en total.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la capacitación de 02 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta la capacitación de 02 días

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20606421070                                | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | R & G MATERIAL AND SUPPLIES COMPANY S.A.C. | Hora de envío :  | 16:57:58   |

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Al distinguido comité de selección y área usuaria del presente proceso, hacemos la siguiente consulta. Que en los requisitos de calificación, se indica que los bienes similares son EQUIPOS DE CORTE, EQUIPOS DE COMPRESIÓN, MÁQUINA DE PULIDORAS. Es importante hacer notar al comité, que los equipos solicitados son MÁQUINAS DE LABORATORIO O DE ENSAYOS. Por tanto, solicitamos amablemente se amplien los bienes similares y se indique: EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL , para permitir la pluralidad de postores en el presente requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en aras de de la pluralidad de postores también se aceptaran experiencia en EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que en aras de de la pluralidad de postores también se aceptaran experiencia en EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 20:49:20   |

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

Solicitan: Programación preestablecida y almacenamiento de datos de parámetros de montaje hasta 100.

Siendo esta una característica secundaria y puesto que los distintos fabricantes tienen distintas formas de llevar a cabo esta tarea, OBSERVAMOS y solicitamos amablemente al comité, en beneficio de una mayor participación de postores, ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera: Programación preestablecida y almacenamiento de datos de parámetros de montaje hasta 100 y/o según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: III      Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de selección en coordinación con el área usuaria NO Acoge la Observación se deberán de ceñirse a lo solicitado en el requerimiento y las especificaciones técnicas de las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El Comité de selección en coordinación con el área usuaria NO Acoge la Observación se deberán de ceñirse a lo solicitado en el requerimiento y las especificaciones técnicas de las bases

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿ VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 20:49:20   |

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

Solicitan: Sistema avanzado de pantalla táctil LCD fácil de usar PLC de 7¿.

Al respecto, nuestra oferta ofrece un avanzado sistema con un amplio panel a color de control táctil. Siendo que esta es una característica que depende de cada fabricante y su tecnología y diseño particular, sin que esto afecte el desempeño final o calidad del equipo, OBSERVAMOS y solicitamos amablemente al comité, en pro de una pluralidad de postores, poder ampliar el alcance de ese requerimiento quedando de la siguiente manera:  
Sistema avanzado de pantalla táctil, fácil de usar, de tecnología LCD, PLC de 7¿ y/o equivalente según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: III      Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Observación se aceptaran Sistema avanzado de pantalla táctil, fácil de usar, de tecnología LCD, PLC de 7¿ y/o equivalente según fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se acoge la Observación se aceptaran Sistema avanzado de pantalla táctil, fácil de usar, de tecnología LCD, PLC de 7¿ y/o equivalente según fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 20:49:20   |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Solicitan: 1 1/4" viene con la maquina como estándar

CONSULTAMOS al comité poder confirmar el tamaño que viene como estándar con la máquina ya que se encuentra un poco ilegible en las bases y si se trata del tamaño 1 1/4¿ (1.25 pulgadas).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que es de 1 1/4" viene con la maquina estándar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que es de 1 1/4" viene con la maquina estándar

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALOGRÁFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿  
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 20:49:20   |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Solicitan: Provisión para acomodar tamaños de molde de 1 1/2", 2¿, 30mm, 40mm y 50mm.

CONSULTAMOS amablemente al comité poder confirmar si este requisito es una característica que debe cumplir el equipo o si desea que todos estos moldes sean añadidos adicionalmente como parte de la oferta (accesorios).

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: III      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que este requisito es una característica que debe cumplir el equipo ofertado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que este requisito es una característica que debe cumplir el equipo ofertado

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-CS-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRENSA DE MONTAJE DE MUESTRAS METALOGRAFICAS SEMIAUTOMÁTICA ¿ VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

|                         |             |                  |            |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20100042500 | Fecha de envío : | 05/01/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIMATEC SAC | Hora de envío :  | 20:49:20   |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitan: Provisión para acomodar tamaños de molde de 1 1/2", 2¿, 30mm, 40mm y 50mm.

Al respecto, nuestra opción ofrece un equipo el cual viene con un tamaño estándar de molde y ofrece la posibilidad de intercambiar el ensamble de moldeo del equipo por otros de distintos tamaños que serian agregados a la oferta como accesorios. Estos corresponden a los siguientes tamaños: 1¿, 25mm, 1 1/4", 30mm, 1.5¿, 40mm y 50mm.

Por ello, CONSULTAMOS amablemente al comité, en consulta con el área usuaria y en pro de una mayor participación de postores, si aceptaría un equipo capaz de acomodar adicionalmente los siguientes juegos de molde: tamaños de molde de: 1¿, 25mm, 1 1/4", 30mm, 1 1/2¿, 40mm y 50mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que también se aceptaran Provisión para acomodar tamaños de molde (tamaños de acuerdo al fabricante), ya que los niveles varían según año, modelo y marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria precisa que también se aceptaran Provisión para acomodar tamaños de molde (tamaños de acuerdo al fabricante), ya que los niveles varían según año, modelo y marca.