

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HRVFCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRES (3) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO PSA DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS

Ruc/código :	20122143750	Fecha de envío :	06/10/2023
Nombre o Razón social :	PENTA GAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:04:19

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Personal clave 01 Responsable del servicio Haber acumulado como minimo dos (2) años de experiencia como ingeniero de planta para la fabricacion de plantas de oxigeno medicinal

Haber acumulado como minimo 01(01) año de experiencia como jefe de area de mantenimiento de hospitales publicos o clinicas privadas

Debemos entender que quisieron decir ensamblaje de planta de oxigeno medicinal ya que en peru no se fabrican generadores de oxigeno medicinal por las regulaciones de la Digemid

Podrian incluir todas las entidades publicas que adquirieron plantas de oxigeno que reuieren mantenimiento

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** B.4    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones deciden no acoger la consulta ya que son requisitos fundamentales como son su experiencia y colaboración y/o fabricación de plantas de los especialistas solicitados en los términos de referencia para dar un buen servicio de mantenimiento a las plantas generadoras de oxigeno medicinal

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se acoge la consulta

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-HRVFCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRES (3) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO PSA DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS

Ruc/código :	20122143750	Fecha de envío :	06/10/2023
Nombre o Razón social :	PENTA GAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:04:19

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

AL PARECER HUBO UN ERROR AL SOLICITAR EL DIPLOMADO EN TABLERO ELECTRICO INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES SEGUN NORMA CNE INDECI AL INGENIERO ELECTRONICO YA QUE NO LE CORRESPONDERIA POR SU ESPECIALIDAD Y SI AL PERSONAL CLAVE No 2 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA TITULADO Y HABILITADO LO QUE ESTARIA DENTRO DE SU COMPETENCIA PROFESIONAL

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A.1.2    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225 Artículo 2 .- Principio que rigen las contrataciones a) ,b), e), i)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones deciden no acoger la observación por lo que se requiere especialistas capacitados para garantizar el buen servicio que será realizado a equipos que cuentan con su tablero eléctrico de fuerza y mando por lo que se indica al participante basarse a los términos de referencia solicitados

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se acoge la observacion