

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20601071097

Fecha de envío : 04/07/2023

Nombre o Razón social : COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.

Hora de envío : 21:43:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 3

Se consulta que también se acepten CLAVO SCHANZ ROSCA DISTAL 3.5 mm X 100mm a 300 mm esto debido a que por factores de conversión de pulgadas a milímetros difieren en las diferentes marcas por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE SEGUN LA ESTADISTICA DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA CLAVO SCHANZ ROSCA DISTAL 3.0mm X 100mm a 300mm, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 5

Se consulta que también se acepten CLAVO KIRSCHNER 1.5mm X 225mm a 300mm esto debido a que las medidas estándar del mercado por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA CLAVO KIRSCHNER 1.5mm X 225mm a 300 mm, TENER EN CUENTA EN EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 6

Se consulta que también se acepten CLAVO KIRSCHNER 1.6mm+/- 0.1 mm X 225mm a 300mm esto debido a que las medidas estándar del mercado por lo que y las conversiones de pulgadas a milímetros por la aleación del acero solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE SEGUN LA ESTADISTICA DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA CLAVO KIRSCHNER 1.6MM, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 7

Se consulta que también se acepten CLAVO KIRSCHNER 1.8mm X 250mm a 310mm esto debido a que en el mercado existen diferentes marcas por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE SEGUN LA ESTADISTICA DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA CLAVO KIRSCHNER 1.8mm X 250 mm a 300mm, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 12

Se consulta que también se acepten PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL 12 o 13 AGUJEROS X 4.5 mm LADO IZQUIERDO esto debido a que existen el mercado diferentes marcas y presentaciones pares y impares por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE SEGUN LA ESTADISTICA DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA PLACAS BLOQUEADAS DE FEMUR DISTAL DE NUMEROS PARES 8,10,12 ORIFICIOS, MAS NO SOLO IMPARES, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 13

Se consulta que también se acepten PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL 12 o 13 AGUJEROS X 4.5mm LADO DERECHO esto debido a que existen el mercado diferentes marcas y presentaciones pares y impares por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE SEGUN LA ESTADISTICA DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA PLACAS BLOQUEADAS DE FEMUR DISTAL DE NUMEROS PARES 8,10,12 ORIFICIOS, MAS NO SOLO IMPARES, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 14
Se consulta que también se acepten PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL 10 o 11 AGUJEROS X 4.5mm LADO IZQUIERDO esto debido a que existen el mercado diferentes marcas y presentaciones pares y impares por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE SEGUN LA ESTADISTICA DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA PLACAS BLOQUEADAS DE FEMUR DISTAL DE NUMEROS PARES 8,10,12 ORIFICIOS, MAS NO SOLO IMAPRES, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 15

Se consulta que también se acepten PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL 10 o 11

AGUJEROS X 4.5mm LADO DERECHO esto debido a que existen el mercado diferentes marcas y presentaciones pares y impares por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE SEGUN LA ESTADISTICA DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA PLACAS BLOQUEADAS DE FEMUR DISTAL DE NUMEROS PARES 8,10,12 ORIFICIOS, MAS NO SOLO IMAPRES, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 16
Se consulta que también se acepten PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL 08 o 09 AGUJEROS X 4.5mm LADO IZQUIERDO esto debido a que existen el mercado diferentes marcas y presentaciones pares y impares por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE SEGUN LA ESTADISTICA DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA PLACAS BLOQUEADAS DE FEMUR DISTAL DE NUMEROS PARES 8,10,12 ORIFICIOS, MAS NO SOLO IMAPRES, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 17

Se consulta que también se acepten PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL 08 o 09

AGUJEROS X 4.5mm LADO DERECHO esto debido a que existen el mercado diferentes marcas y presentaciones pares y impares por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO, DEBIDO A QUE SEGUN LA ESTADISTICA DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA PLACAS BLOQUEADAS DE FEMUR DISTAL DE NUMEROS PARES 8,10,12 ORIFICIOS, MAS NO SOLO IMAPRES, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 43

Se consulta que también se acepten PROTESIS PARCIAL DE CADERA THOMPSON N° 38 o 39 esto debido a que existen el mercado diferentes marcas y presentaciones por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO DEBIDO A QUE SEGUN LAS ESTADISTICAS DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA PROTESIS PARCIAL DE CADERA THOMPSON EN NUMEROS PARES, MAS NO SOLO IMPARES, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 44

Se consulta que también se acepten PROTESIS PARCIAL DE CADERA THOMPSON N° 40 o 41 esto debido a que existen el mercado diferentes marcas y presentaciones por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO DEBIDO A QUE SEGUN LAS ESTADISTICAS DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA PROTESIS PARCIAL DE CADERA THOMPSON EN NUMEROS PARES, MAS NO SOLO IMPARES, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20601071097	Fecha de envío :	04/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPANY IMPORT MEDILAB S.A.C.	Hora de envío :	21:43:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

respecto al paquete 1 subitem 45

Se consulta que también se acepten PROTESIS PARCIAL DE CADERA THOMPSON N° 42 o 43 esto debido a que existen el mercado diferentes marcas y presentaciones por lo que solicitamos se acoja lo solicitado con la finalidad de propiciar la pluralidad de marcas y postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDE NO ACOGER LO SOLICITADO DEBIDO A QUE SEGUN LAS ESTADISTICAS DE CIRUGIAS EN NUESTRA INSTITUCION SE UTILIZA PROTESIS PARCIAL DE CADERA THOMPSON EN NUMEROS PARES, MAS NO SOLO IMPARES, TENER EN CUENTA EL LITERAL G) DE LAS BASES DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-28-2023-HRA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 05/07/2023

Hora de envío : 18:47:23

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

¿ ITEM 1 PAQUETE

SOBRE EL PARTICULAR, SE PUEDE APRECIAR QUE EN PAQUETE N°1 COMPRENDE MATERIAL DE TRUMATOLOGIA Y MATERIAL DE PROTESIS, LO QUE SOLICITAMOS AL COMITÉ PUEDA ABRIR EL PAQUETE PARA PROMOVER LIBRE ACCESO Y PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

VISTA LA NORMA EN SU ARTÍCULO 2 LITERAL A), PASAMOS A CONSULTAR: ¿SE PODRÁ ABRIR EL PAQUETE ITEM N°1? TODA VEZ QUE CON ESTE FACTOR HABRÍA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES PARA UNA MEJOR ELECCIÓN Y/O TOMA DE DECISIÓN EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, ADEMÁS QUE EL MATERIAL SOLICITADO

TODO LO EXPUESTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 2 LITERAL A) DE LA LCE Y COMO REFERENCIA MENCIONAMOS LA DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD - OPINION N° 001-2017/DTN

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION YA SE ENCUENTRA CINVOADO POR ITEM PAQUETE DEBIDO A QUE DE LA INDAGACION DE MERCADO SE OBTUVO QUE EXISTE PLURALIDAD DE EMPRESAS QUE PODRIAN VENDER TODOS LOS ITEMS SOLICITADOS (ITEM - PAQUETE)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null