

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	18:20:23

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO IV numeral 2.2 "FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS" literal I "CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE". indican " Se evaluará en función a la oferta de capacitación a cinco (5) trabajadores de la entidad, en la correcta operación funcional y mantenimiento preventivo (diario y semanal) del equipo en cesión de uso ofertado, la capacitación es presencial el cual se dará en las instalaciones del Iren Sur la cual será coordinada con el coordinador del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre.

**PERFIL DEL CAPACITADOR**

Tecnólogo Medico y/o Biólogo y/o licenciado en bioanálisis, con experiencia mínima de 12 meses en correcta operación funcional y mantenimiento preventivo (diario y semanal) del equipo en cesión de uso ofertado.

El postor que oferte esta capacitación se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la entidad contratante".

solicitamos aclarar de manera precisa que dentro de la capacitación "en la correcta operación funcional y mantenimiento preventivo (diario y semanal) del equipo en cesión de uso ofertado" el equipo cuenta con un mantenimiento preventivo que es realizado son realizados por el personal de Ingeniería, el especialista es el encargado de capacitar al personal en el manejo y correcta operación del instrumentos y dentro del programa de capacitación dada por el especialista está los mantenimientos diarios y semanal que no tienen el detalle de mantenimientos preventivos si no "mantenimientos definido por usuario". por lo que solicitamos se anule la palabra mantenimiento preventivo y solo se considere mantenimiento (diario y semanal).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP IV    **Literal:** I    **Página:** 35  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta y aclara que la capacitación será en la correcta operación funcional y mantenimiento (diario y semanal) del equipo en cesión de uso ofertado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificara las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

---

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:09:29

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

11. Numeral: 1  
Literal: 1.9  
Página: 26

Dentro del requerimiento solicitan un Plazo de Entrega de 10 días calendarios contados a partir de recibida la orden de compra, considerando los tiempos de implementación, desaduanaje, despacho, etc, consultamos amablemente al comité pueda ampliar el plazo de entrega a 20 días calendarios contados a partir de la notificación de la orden de compra.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** 1.9    **Página:** 26  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y se aclara que la naturaleza del requerimiento no es posible ampliar el plazo ya que el servicio de Banco de Sangre es un área crítica para la institución se requiere poder asegurar la seguridad y atención de los pacientes y cabe precisar que el plazo de entrega es un factor de evaluación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:09:29

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

10. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 26

Dentro del requerimiento solicitan para el Analizador automatizado una Antigüedad no mayor de 08 años, consultamos amablemente al comité solicite que la Antigüedad del equipo sea no mayor de 01 año y se acredite con el Certificado de Manufactura del equipo garantizando así una menor prevalencia de mantenimientos correctivos, dado que una antigüedad tan amplia ocasionaría mayores correctivos y retrasos en los resultados de los pacientes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 26  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también aceptara de manera opcional un equipo con 01 año de antigüedad, con la finalidad de ampliar la posibilidad de mas postores se vio pertinente ampliar los años de fabricación a 8, siempre y cuando presente un cronograma de mantenimiento preventivo y se cuente con un servicio 24/7.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también aceptara de manera opcional un equipo con 01 año de antigüedad, con la finalidad de ampliar la posibilidad de mas postores se vio pertinente ampliar los años de fabricación a 8, siempre y cuando presente un cronograma de mantenimiento preventivo y se cuente con un servicio 24/7.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:09:29

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

9. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 25

Dentro del requerimiento solicitan que el soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo estará a cargo de un personal de ingeniería titulado o bachiller, con certificado de capacitación no menor de 02 años, para tal efecto se acreditará con la copia de la capacitación y entrenamiento según corresponda, al respecto mencionamos que una de las obligaciones del postor ganador es garantizar el correcto funcionamiento del equipo y la resolución de los mantenimientos correctivos sin que afecte a los tiempos de resultados de las pruebas, por ello consultamos amablemente al comité acepte también que el soporte técnico de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo estará a cargo de un personal de ingeniería titulado o bachiller que garantice el correcto funcionamiento del equipo y la resolución de los mantenimientos correctivos con certificado de capacitación no menor de 06 meses.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, debido a que para garantizar el correcto funcionamiento del equipo que el personal de soporte técnico debe contar con una experiencia mínima de 02 años, se acreditará con el certificado emitido por fabricante o filial autorizada ya que somos un hospital especializado en atender pacientes con cáncer por lo cual se necesita que la operatividad esta asegurada las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:09:29

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

8. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador de Quimioluminiscencia para Banco de Sangre con Lectores de códigos de barras para los reactivos y tubos primarios, al respecto mencionamos que para lograr un procesamiento completo de las muestras se utilizan también los controles internos entendemos que los frascos de estos controles también deben contar con códigos de barras desde fábrica, consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 24  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara de manera opcional contar con códigos de barras desde fabrica, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara de manera opcional contar con códigos de barras desde fabrica, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

---

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:09:29

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

7. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Consultamos amablemente al comité si el Analizador de Quimioluminiscencia para Banco de Sangre deberá contar con cero arrastre para todos los analitos garantizando un resultado confiable y preciso.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y que también se aceptará que el Analizador de Quimioluminiscencia para Banco de Sangre deberá contar con cero arrastre para todos los analitos garantizando un resultado confiable y preciso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que también se aceptará que el Analizador de Quimioluminiscencia para Banco de Sangre deberá contar con cero arrastre para todos los analitos garantizando un resultado confiable y preciso.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:09:29

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

6. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 24

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador de Quimioluminiscencia para Banco de Sangre con un reporte de resultados de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 45 minutos después de ingresada al equipo, al respecto mencionamos que existen metodologías que si bien tienen un tiempo un poco mayor a 45 minutos para el resultado después de ingresada al equipo cuentan con un menor tiempo de preparación del reactivo fuera del equipo lo cual contabilizado en tiempo total sería mucho menor a lo solicitado, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte de forma opcional un reporte de resultados de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 45 minutos después de ingresada al equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral: 3**      **Literal: 3.1**      **Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección no acoge la consulta aclara que lo requerido ha sido determinado en función a la necesidad del banco de sangre, debido a que realizamos múltiples campañas de donación voluntaria y es necesario el oportuno resultado de las 7 pruebas pre transfusionales de una muestra en no más de 45 minutos después de ingresada al equipo, más aún cuando haya necesidad de repetir algún examen y especialmente para las transfusiones plaquetarias (simples y aféresis), dado que somos un instituto oncológico

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:09:29

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

5. Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Dentro del requerimiento solicitan un Equipo cesión en uso Analizador de Quimioluminiscencia para Banco de Sangre con un performance de 200 o más pruebas por hora, al respecto según el requerimiento de las presentes bases se calcula un aproximado diario de 50 pruebas por lo que un equipo con un performance de 180 pruebas por hora cumpliría en exceso el requerimiento solicitado, es por ello que consultamos amablemente al comité acepte también un performance de 180 o más pruebas por hora para una mayor pluralidad de postores.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que la captación de donantes se realiza en su mayoría a través de campañas de donación voluntaria de sangre, por lo que el analizador debe tener una buena capacidad de carga.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:09:29

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

4. Numeral: 3  
Literal: 3.1  
Página: 23

Consultamos amablemente al comité si todos los reactivos deben ser validados con población de donantes de sangre cuyos resultados figuren en los insertos dado el nivel de seguridad y confiabilidad que se requiere para este tipo de pruebas.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que la captación de donantes se realiza en su mayoría a través de campañas de donación voluntaria de sangre, por lo que el analizador debe tener una buena capacidad de carga.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indica que la captación de donantes se realiza en su mayoría a través de campañas de donación voluntaria de sangre, por lo que el analizador debe tener una buena capacidad de carga.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

---

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:09:29

**Consulta: Nro. 10**  
**Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento solicitan Hepatitis B Antígeno de superficie con una forma de presentación de kit de reactivos para la detección cualitativa de antígeno de superficie para hepatitis B, entendiendo que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también una forma de presentación de kit de reactivos para la detección cuantitativa de antígeno de superficie para hepatitis B cuya sensibilidad y especificidad mejoraría en el resultado.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 23  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que la detección es de carácter cualitativa.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:09:29

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para VIH 1-2 P24 con una Metodología: Quimioluminiscencia convencional para la determinación del antígeno p24 y anticuerpo anti HIV I y HIV II con límite de detección para el antígeno p24 menor a 25 pg/ml, entendiéndose que cada fabricante desarrolla su propia metodología de acuerdo a sus estándares de calidad con la finalidad de poder obtener un resultado preciso y confiable, consultamos amablemente al comité pueda aceptar también un límite de detección para el Antígeno p24 menor a 28 pg/ml según panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS o Pasteur.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      **Página: 22**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que para banco de sangre los niveles mínimos de detección son muy importantes para evitar resultados falsos negativos, es por ello que se solicita un límite de detección no mayor a 25 pg/ml según los paneles afssaps o pasteur.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:09:29

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento solicitan Reactivo para Hepatitis C con reactivos, controles y calibradores líquidos y listos para usar, entendiendo que cada fabricante cuenta con su propia metodología de trabajo y presentación, solicitamos amablemente al comité aceptar también que uno de los componentes del reactivo pueda ser liofilizado sin que ello afecte la precisión y confiabilidad del resultado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y aclara que se busca garantizar la eliminación de errores preanalíticos que pueden ocurrir en los pasos manuales, y es por ello tanto los reactivos, calibradores y controles deben ser líquidos y listos para usar y su cumplimiento sea sustentado a través del folleto original y/o traducidos al idioma español emitido por el fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:24:20

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

En el punto 3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, REACTIVO KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTI CORE TOTAL MÉTODO QUIMIOLUMINISCENCIA indican que la PRESENTACIÓN: Ensayo no competitivo.

Se sabe que en el mercado existen metodologías competitivas y no competitivas para dicha determinación.

La metodología competitiva garantiza mayor seguridad, detecta más casos potencialmente infecciosos y es eficiente para tamizajes masivos debido a su eficiencia y confiabilidad en banco de sangre, asegurando un correcto tamizaje y evitando la contaminación y transmisión de la enfermedad. Esta metodología está presente en varias marcas del mercado e instaladas en áreas de banco de sangre a NIVEL NACIONAL.

Se solicita al comité de selección ACEPTAR una metodología de QUIMIOLUMINISCENCIA CONVENCIONAL COMPETITIVA, fundamentada anteriormente con los beneficios de esta en banco de sangre.

Solicitar una metodología en especial corresponde a un direccionamiento de las especificaciones técnicas, vulnerando el Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara una metodología de QUIMIOLUMINISCENCIA CONVENCIONAL COMPETITIVA REACTIVO KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTI CORE TOTAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El comité de selección colocará una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara una metodología de QUIMIOLUMINISCENCIA CONVENCIONAL COMPETITIVA REACTIVO KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTI CORE TOTAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:24:20

**Consulta: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Dentro de las especificaciones técnicas del equipo analizador de quimioluminiscencia para banco de sangre mencionan: CAPACIDAD DE CARGA DE 100 MUESTRAS A MÁS

Se conoce que en el mercado existen diversos analizadores con un performance similar que poseen la característica de carga y descarga continua de muestras para una mayor eficiencia y fluidez de procesamiento.

Se solicita al comité ACEPTAR una capacidad de carga de 70 A MÁS MUESTRAS CON CAPACIDAD DE CARGA Y DESCARGA CONTINUA PARA FLUIDEZ EN EL PROCESAMIENTO.

Solicitar la característica en especial corresponde a un direccionamiento de las especificaciones técnicas, vulnerando el Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, debido a que lo requerido ha sido determinado en función a la necesidad del banco de sangre, debido a que realizamos múltiples campañas de donación voluntaria, por lo cual es necesario ingresar 100 muestras al mismo tiempo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:24:20

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Dentro de las especificaciones técnicas del equipo analizador de quimioluminiscencia para banco de sangre mencionan: REPORTE DE RESULTADOS DE LAS 7 PRUEBAS PRE TRANSFUSIONALES DE UNA MUESTRA EN NO MÁS DE 45 MINUTOS DESPUÉS DE INGRESADO AL EQUIPO

El performance total de un analizador de quimioluminiscencia se mide de acuerdo al flujo y procesamiento continuo que se tiene dentro del laboratorio. Es decir, procesar varias muestras al mismo tiempo incrementa el rendimiento total de un analizador, haciendo que este de resultados en un menor tiempo posible. Esta característica es resaltante siempre y cuando se siga con este flujo continuo.

En un banco de sangre, al tener bastante flujo de muestras de donantes, estos tiempos de emisión de resultados son totalmente subjetivos.

Se solicita amablemente al comité ACEPTAR una capacidad de reporte de resultados EN NO MÁS DE 1 HORA, resaltando que en muchos bancos de sangre a nivel nacional manejan un flujo de esta indole sin presentar contratiempos en sus resultados.

Solicitar la característica en especial corresponde a un direccionamiento de las especificaciones técnicas, vulnerando el Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección es coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, debido a que cuando se quiere repetir un examen el proceso debe ser rápido para atender al paciente de manera oportuna, sobre todo de unidades plaquetarias (simples y aféresis) debido a que somos un instituto oncológico

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR  
Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-IRENSUR-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	26/06/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:24:20

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Dentro de las características del equipo analizador de quimioluminiscencia para banco de sangre mencionan: REACTIVOS A BORDO IDENTIFICADOS POR CÓDIGOS DE BARRAS.

Actualmente en el mercado, además de la identificación por código de barras también existe la lectura por RFID (radiofrecuencia). Este tipo de lectura permite la descarga y conocimiento de datos como fecha de vencimiento, lotes, datos de calibración y toda la información necesaria del reactivo para la realización de una prueba.

Ante lo fundamentado, se solicita al comité ACEPTAR un reactivo a bordo IDENTIFICADO CON LECTOR RFID, que de igual manera cumpliría con el desempeño adecuado en un banco de sangre, basándonos en el Principio de pluralidad de postores, libertad de concurrencia e igualdad de trato

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página: 23**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara sistema de cogido de barras o sistema de radiofrecuencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara sistema de cogido de barras o sistema de radiofrecuencia.