

ANEXO 1
ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 30-2023-ESSALUD/CEABE-1

ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL Y ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS PARA EL SERVICIO DE NEUROLOGIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	N° Postor (Según su registro en SEACE)	RUC	Nombre o Razón Social	ADMISIÓN DE LA OFERTA								Resultado (Admitida / No admitida)
						Documentación de presentación obligatoria								
						a) Declaración n jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representa ción de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaració n jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas	g) El precio de la oferta en la oferta en SOLES	h) DOCUMENTACION Conforme a lo señalado en el punto 6.2 de los RTM • Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente. • Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM). • Hoja de presentación del producto. (*)	
1	ELECTROENCEFALOGRAFIA PORTATIL	04	2	20604687137	DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	Admitida
			3	20605598103	GRUPO NEUROFISIOLOGICO DEL PERU S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	Admitida
2	ELECTROMIOGRAFIA Y POTENCIALES EVOCADOS	05	1	20563794101	ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	Admitida
			3	20605598103	GRUPO NEUROFISIOLOGICO DEL PERU S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	(*) No Cumple	NO ADMITIDA

OBSERVACION 1:

Con relación a la oferta del postor GRUPO NEUROFISIOLOGICO DEL PERU S.A.C (ITEM 1 y 2), se observó lo siguiente:

- El Anexo N° 1 DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR que presento, no se encontraba de acuerdo al formato de las bases del proceso.

- La documentación requerida en el literal h) respecto al registro sanitario, no se encontraba completa, el postor NO adjunto LISTADO DE LOS PRODUCTOS QUE A LA FECHA NO ESTÁN SUJETOS A OTORGAMIENTO DE REGISTRO SANITARIO, documento emitido por DIGEMID, tal como se estableció en las bases.

Por lo cual, siendo estas observaciones subsanables, tal como lo establece en el Artículo 60 del RLCE, se le otorgo un plazo de 02 días hábiles para su subsanación. Posteriormente, dentro el plazo otorgado el postor cumplió con subsanar las observaciones.



(*) OBSERVACION 2:

Prosiguiendo con la evaluación, se observó que la oferta del postor GRUPO NEUROFISIOLOGICO DEL PERU S.A.C. (ITEM 2), no cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos del bien ofertado,

Al respecto las bases establecieron en el punto C21 de la ficha técnica del ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS (pag 112 de las bases), código SAP 040090025, lo siguiente:

C21 DOS (02) PARES DE ELECTRODOS PARA ELECTRORETINOGRAMA TIPO COPA O LENTE DE CONTACTO, REUSABLES PARA PACIENTES ADULTO Y PEDIATRICO.

El postor para acreditar el mencionado requisito adjunta en la pág. 70 de su oferta, como parte de los documentos de folletería, catálogos y manuales, lo siguiente:

Ophthalmology / ERG Electrodes

ERG-Jet Contact Lens Electrodes: Disposable contact lens electrodes for electrorretinography, by Swiss manufacturer Fabrinol. 12 mm (0.5") diameter, 7.9mm radius of curvature, neutral optical quality. Pre-sterilized; single patient use only. 1 meter wire with standard 1.5mm touch-proof safety socket. 5 year shelf life.

En relación a ello, mediante memorando N° 1513-IETSI-ESSALUD-2023 de fecha 21.09.2023, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETS) como respuesta a la solicitud de apoyo técnico por parte del comité, emite la siguiente aclaración:

"En el numeral C21 de la ficha técnica del Electromiografía y Potenciales Evocados se menciona lo siguiente: DOS (02) PARES DE ELECTRODOS PARA ELECTRORETINOGRAMA TIPO COPA O LENTE DE CONTACTO, REUSABLES, PARA PACIENTES ADULTO Y PEDIATRICO.

Por otro lado, señalamos que de acuerdo a la Real Academia Española (RAE), la palabra "reusable" se define como un objeto que se puede reusar. En ese contexto, se hace referencia que los electrodos para electrorretinograma tipo copa o lente de contacto pueden reusarse o utilizarse varias veces".

Por lo tanto, considerando que la oferta del postor GRUPO NEUROFISIOLOGICO DEL PERU S.A.C. (ITEMS 2), no cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos requeridos en las bases del proceso, su oferta se da por NO ADMITIDA.

Lima, 26 de setiembre del 2023

JEFFERSON JOEL GOMEZ URIARTE
Primer Miembro Titular

JOSE ANTONIO ATALAYA LEDESMA
Presidente Titular

FRANK MICHAEL REATEGUI DIAZ
Segundo Miembro Titular



ANEXO 2

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA N° 30-2023-ESSALUD/CEABE-1

ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL Y ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS PARA EL SERVICIO DE NEUROLOGIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cant.	N° Postor	RUC	Nombre de Razon Social	Valor Estimado (S/)	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación		Orden de Prelación
								Precio (Puntaje máx 100 puntos)	Puntaje Final	
1	ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL	04	2	20604687137	DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.	1,163,600.00	1,120,000.00	60.84	60.84	2°
			3	20605598103	GRUPO NEUROFISIOLOGICO DEL PERU S.A.C.		681,440.00	100.00	100.00	1°
2	ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS	05	1	20563794101	ENDOMED TECHNOLOGHIES S.A.C.	1,625,000.00	1,619,352.35	100.00	100.00	1°

Lima, 26 de setiembre del 2023

JEFFERSON JOEL GÓMEZ URIARTE
Primer Miembro Titular

JOSE ANTONIO ATALAYA LEDESMA
Presidente Titular

FRANK MICHAEL REATEGUI DIAZ
Segundo Miembro Titular



LICITACIÓN PÚBLICA N° 30-2023-ESSALUD/CEABE-1

ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL Y ELECTROMIOGRAFO Y POTENCIALES EVOCADOS PARA EL SERVICIO DE NEUROLOGIA DE LOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	Orden de Prelación	RUC	Nombre de Razon Social	3.2 Requisitos de Calificación	Etapa de calificación
						A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	ELECTROENCEFALOGRAFIA PORTATIL	04	1	20605598103	GRUPO NEUROFISIOLOGICO DEL PERU S.A.C.	CUMPLE	CALIFICADA
			2	20604687137		CUMPLE	
2	ELECTROMIOGRAFIA Y POTENCIALES EVOCADOS	05	1	20563794101	ENDOMED TECHNOLOGIES S.A.C.	CUMPLE	CALIFICADA

Lima, 26 de setiembre del 2023

JEFFERSON JOEL GOMEZ URIARTE
Primer Miembro Titular


JOSE ANTONIO ATALAYA LEDESMA
Presidente Titular

FRANK MICHAEL REATEGUI DIAZ
Segundo Miembro Titular