

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código : 20522992845

Fecha de envío : 04/12/2023

Nombre o Razón social : KBM SERVICIOS GENERALES S.A.C.

Hora de envío : 18:55:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SILLÓN SOLICITAN TARJETAS CON 04 PROGRAMAS FLEXIBLES, AGRADECEREMOS INDICAR SI SE REFIEREN A LOS PORGRAMAS DE CONFIGURACIÓN O CASO CONTRARIO, EXPLICAR AL DETALLE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTO SE REFIERE A QUE EL SILLÓN DENTAL SE DEBE PODER PROGRAMAR EN CUALQUIER POSICIÓN, 01 POSICIÓN DE TRABAJO, 02 POSICIÓN DE SALIVAR, POSICIÓN DE RETORNON A CERO Y PARADA DE EMERGENCIA, ESTAS 4 FUNCIONES NO TIENEN QUE SER FIJAS, SE DEBE PODER PROGRAMAR O ACCIONAR EN CUALQUIER POSICIÓN DEL SILLÓN DENTAL, POR ENDE EL SILLON DENTAL TIENE QUE TENER ESTAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESTO SE REFIERE A QUE EL SILLÓN DENTAL SE DEBE PODER PROGRAMAR EN CUALQUIER POSICIÓN, 01 POSICIÓN DE TRABAJO, 02 POSICIÓN DE SALIVAR, POSICIÓN DE RETORNON A CERO Y PARADA DE EMERGENCIA, ESTAS 4 FUNCIONES NO TIENEN QUE SER FIJAS, SE DEBE PODER PROGRAMAR O ACCIONAR EN CUALQUIER POSICIÓN DEL SILLÓN DENTAL, POR ENDE EL SILLON DENTAL TIENE QUE TENER ESTAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20522992845	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	KBM SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
SOLICITAN SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-REBOTE, AGRADECEREMOS EXPLICAR EL PUNTO REQUERIDO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ESTABLECE QUE LAS UNIDADES DENTALES TIENEN QUE SER PROGRAMABLES EN CUALQUIER POSICIÓN, COMO POR EJEMPLO POSICIÓN DE TRABAJO, LA PROTECCIÓN ANTI-REBOTE ES PARTE DEL PROGRAMA QUE EVITA QUE LA UNIDAD DENTAL SE DESPROGRAME SI POR ALGÚN MOTIVO SE PRESIONAN VARIOS BOTONES A LA VEZ, ANTE UNA SUBIDA O BAJADA DE TENSIÓN O CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO INESPERADO, EVITA EL RESETEO DE LOS PROGRAMAS QUE YA ESTÁN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ESTABLECE QUE LAS UNIDADES DENTALES TIENEN QUE SER PROGRAMABLES EN CUALQUIER POSICIÓN, COMO POR EJEMPLO POSICIÓN DE TRABAJO, LA PROTECCIÓN ANTI-REBOTE ES PARTE DEL PROGRAMA QUE EVITA QUE LA UNIDAD DENTAL SE DESPROGRAME SI POR ALGÚN MOTIVO SE PRESIONAN VARIOS BOTONES A LA VEZ, ANTE UNA SUBIDA O BAJADA DE TENSIÓN O CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO INESPERADO, EVITA EL RESETEO DE LOS PROGRAMAS QUE YA ESTÁN

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20522992845	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	KBM SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAN ANCHO DE RESPALDO DE 600MM, NO OBSTANTE EXISTEN RESPALDARES CONFORTABLES CON UN ESPESORES MAYORES, AGRADECEREMOS CONFIRMAR QUE ACEPTARÁN ESPALDAR CON ALCHO DE 600MM APROX (+/- 5%)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL RESPALDAR DEL SILLÓN DENTAL PODRÍA TENER UNA VARIACIÓN MÍNIMA +/-5%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL RESPALDAR DEL SILLÓN DENTAL PODRÍA TENER UNA VARIACIÓN MÍNIMA +/-5%

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20522992845	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	KBM SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAN QUE EL BRAZO DEL SILLÓN SEA DE DE ALUMINIO SÓLIDO, SOBRE EL CUAL ACLARAMOS QUE POR LO GENERAL, EN MARCAS DE EQUIPOS DE ALTA CALIDAD, ESE ALUMINIO SE ENCUENTRA REVESTIDO DE POLÍMERO, EL CUAL BRINDA UN MEJOR COMNFORT A LOS BRAZOS DEL PACIENTE. aCEPTARÁN BRAZO DE ALUMNIMIO REVESTIDO POR POLÍMERO ?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS BRAZOS DEL SILLÓN DENTAL REVESTIDOS CON POLÍMEROS O TAPICES TIENEN UN MENOR VIDA ÚTIL, POR LO QUE EN LAS ESPECIFICACIONES SE SOLICITAN QUE SEAN DE ALUMINIO SÓLIDO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS BRAZOS DEL SILLÓN DENTAL REVESTIDOS CON POLÍMEROS O TAPICES TIENEN UN MENOR VIDA ÚTIL, POR LO QUE EN LAS ESPECIFICACIONES SE SOLICITAN QUE SEAN DE ALUMINIO SÓLIDO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20522992845	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	KBM SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SOLICITAN QUE LA CAJA DE CONEXIONES CUENTE CON SUPRESOR DE RUIDOS. hACEMOS MENCIÓN QUE LA MAYORIA DE SILLONES DE BUENA CALIAD CUENTAN CON LA CAJA DE CONEXIONES DEBAJO DEL SLLÓN, AGRADECEROS ACLARA QUE CON EL TÉRMINO MENCIONDO SE REEFIREN A DICHA CAJA QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DE LA PIECERA DE LOS SILLONES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CAJA DE CONEXIÓN DE LA UNIDAD DENTAL PUEDE SER INTEGRADA A LA BASE DEL SILLÓN DENTAL O PUEDE ESTAR EXTERNA A LA UNIDAD DENTAL, EL SUPRESOR DE RUIDOS ES PARA QUE DURANTE LA SUCCIÓN SE ELIMINE EL MAYOR RUIDO POSIBLE OCACIONADO DURANTE EL SUCCIONADO, ESTE SUPRESOR DE RUIDOS TIENE QUE IR DENTRO DE LA CAJA DE CONEXIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA CAJA DE CONEXIÓN DE LA UNIDAD DENTAL PUEDE SER INTEGRADA A LA BASE DEL SILLÓN DENTAL O PUEDE ESTAR EXTERNA A LA UNIDAD DENTAL, EL SUPRESOR DE RUIDOS ES PARA QUE DURANTE LA SUCCIÓN SE ELIMINE EL MAYOR RUIDO POSIBLE OCACIONADO DURANTE EL SUCCIONADO, ESTE SUPRESOR DE RUIDOS TIENE QUE IR DENTRO DE LA CAJA DE CONEXIONES.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20522992845	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	KBM SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOLICITAN QUE LA CAJA DE CONEXIONES CUENTE CON SUPRESOR DE RUIDOS. HACEMOS MENCIÓN QUE POR MEJORA TECNOLÓGICA, YA NO SE USA LAS CAJAS DE CONEXIONES EXTERNAS, POR EL CONTRARIO, SE ENCUENTRAN UBICADAS EN ASIENTO DEL SILLÓN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA CAJA DE CONEXIÓN DE LA UNIDAD DENTAL PUEDE SER INTEGRADA A LA BASE DEL SILLÓN DENTAL O PUEDE ESTAR EXTERNA A LA UNIDAD DENTAL, EL SUPRESOR DE RUIDOS ES PARA QUE DURANTE LA SUCCIÓN SE ELIMINE EL MAYOR RUIDO POSIBLE OCACIONADO DURANTE EL SUCCIONADO, ESTE SUPRESOR DE RUIDOS TIENE QUE IR DENTRO DE LA CAJA DE CONEXIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA CAJA DE CONEXIÓN DE LA UNIDAD DENTAL PUEDE SER INTEGRADA A LA BASE DEL SILLÓN DENTAL O PUEDE ESTAR EXTERNA A LA UNIDAD DENTAL, EL SUPRESOR DE RUIDOS ES PARA QUE DURANTE LA SUCCIÓN SE ELIMINE EL MAYOR RUIDO POSIBLE OCACIONADO DURANTE EL SUCCIONADO, ESTE SUPRESOR DE RUIDOS TIENE QUE IR DENTRO DE LA CAJA DE CONEXIONES.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20522992845	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	KBM SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:56

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SOLICITAN CAÑO PORTA VASO Y CAÑO DE SALIVADERA EN ACERO INOXIDABLE, DESMONTABLE Y ESTRILIZABLE.

EN LA ACTUALIDAD EXISTEN DIFERENTE TIPOS DE CAÑO, SEN EL DE TECNOLO´FIA MAS RECIENTE AQUIE QUE MEZCLA METAL INTERNAMENTE EN LA ESTRUCTURA Y OTRO MATERIALES COMO POLÍMERO RESULTANDO MÁS UTIL, FUNCIONAL Y DURABLE.

ADEMÁS SI ES EL QUEL CUENTE CON SENSOR, EVITANDO ASÍ EL USO DE LA MANO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE SOLICITA SALIVERA DESMONTABLE PARA UNA MEJOR LIMPIEZA Y ASEPSIA, PORQUE ES UNA ZONA EXPUESTA A FLUIDOS ORGÁNICOS, POR TANTO LOS CAÑOS TANTO DE LA SALIVADERA Y DEL LLENADO DE VASO TAMBIÉN ESTÁN EXPUESTOS A LO MISMO PORQUE SON PARTE DE LA ESCUPIDERA, POR ELLO SE SOLICITA QUE SEA DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE SOLICITA SALIVERA DESMONTABLE PARA UNA MEJOR LIMPIEZA Y ASEPSIA, PORQUE ES UNA ZONA EXPUESTA A FLUIDOS ORGÁNICOS, POR TANTO LOS CAÑOS TANTO DE LA SALIVADERA Y DEL LLENADO DE VASO TAMBIÉN ESTÁN EXPUESTOS A LO MISMO PORQUE SON PARTE DE LA ESCUPIDERA, POR ELLO SE SOLICITA QUE SEA DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20522992845	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	KBM SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SOLICITAN NEGATOSCOPIO INCORPORADO EN LA TAPA DE LA CAJA DEL CONTROL, SIN EMBARGO CUMPLE LA MISMA FUCIÓN AQUEL COSULTORIO QUE CUENTE CON NEGATOSCOPIO INCORPORADO EN EL MANDO DE CONTROL, QUE PERMITE UN USO MUCHO MÁS SENCILLO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL NEGATOSCOPIO TIENE QUE ESTAR INTEGRADO A LA CAJA DE CONTROL COMO SE SOLICITA EN LAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL NEGATOSCOPIO TIENE QUE ESTAR INTEGRADO A LA CAJA DE CONTROL COMO SE SOLICITA EN LAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20522992845	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	KBM SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:56

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SOLICITAN UE LAS MANIJAS LATERALES DE LA MESA DE TRABAJO SEA E ALUMINIO SÓLIDO

SOBRE EL PARTICULAR MENCIONAMOS QUE LA BANDEJA CUENTA CON UN MECANISMO DE MANIJA DE MANIPULACIÓN DEL A BANDEJA, LA CUAL ES DE POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD. aCEPTARÁN LO MANCIONADO PARA EL SUSTENTO DE DICHO PUNTO ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS MANIJAS LATERALES O FRONTALES DE LA CAJA DE CONTROL TIENEN QUE SER DE ALUMINIO SÓLIDO O DE ACERO INOXIDABLE EN SU DEFECTO, NO PUEDEN SER DE METAL RECUBIERTO CON PINTURA O POLÍMEROS, TAMPOCO DE MATERIALES PLÁSTICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAS MANIJAS LATERALES O FRONTALES DE LA CAJA DE CONTROL TIENEN QUE SER DE ALUMINIO SÓLIDO O DE ACERO INOXIDABLE EN SU DEFECTO, NO PUEDEN SER DE METAL RECUBIERTO CON PINTURA O POLÍMEROS, TAMPOCO DE MATERIALES PLÁSTICOS.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código : 20101281966

Nombre o Razón social : DENT IMPORT S A

Fecha de envío : 04/12/2023

Hora de envío : 22:36:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan: SISTEMA ANTI-REBOTE EN EL SILLON ELECTRICO.

Por lo expuesto solicitamos al comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria precisar: ¿Qué es un sistema anti- rebote en el sillón eléctrico?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ESTABLECE QUE LAS UNIDADES DENTALES TIENEN QUE SER PROGRAMABLES EN CUALQUIER POSICIÓN, COMO POR EJEMPLO POSICIÓN DE TRABAJO, LA PROTECCIÓN ANTI-REBOTE ES PARTE DEL PROGRAMA QUE EVITA QUE LA UNIDAD DENTAL SE DESPROGRAME SI POR ALGÚN MOTIVO SE PRESIONAN VARIOS BOTONES A LA VEZ , ANTE UNA SUBIDA O BAJADA DE TENSIÓN O CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO INESPERADO, EVITA EL RESETEO DE LOS PROGRAMAS QUE YA ESTÁN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ESTABLECE QUE LAS UNIDADES DENTALES TIENEN QUE SER PROGRAMABLES EN CUALQUIER POSICIÓN, COMO POR EJEMPLO POSICIÓN DE TRABAJO, LA PROTECCIÓN ANTI-REBOTE ES PARTE DEL PROGRAMA QUE EVITA QUE LA UNIDAD DENTAL SE DESPROGRAME SI POR ALGÚN MOTIVO SE PRESIONAN VARIOS BOTONES A LA VEZ , ANTE UNA SUBIDA O BAJADA DE TENSIÓN O CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO INESPERADO, EVITA EL RESETEO DE LOS PROGRAMAS QUE YA ESTÁN

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20101281966	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	DENT IMPORT S A	Hora de envío :	22:36:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan: Comando de pedal multifuncional integrado a la base del sillón (programa de trabajo, retorno a cero)

En virtud a una mayor pluralidad de postores solicitamos al comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria: Considerar, adicionalmente al pedal multifuncional con programa de trabajo, retorno a cero, agregar control de instrumentos de alta y baja velocidad conectado a la unidad dental.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL CONTROL DE INSTRUMENTOS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD PUEDE ESTAR INTEGRADO AL PEDAL MULTIFUNCIÓN O PUEDE ESTAR CONECTADA DE MANERA EXTERNA CON UN PEDAL MOVIBLE INDEPENDIENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL CONTROL DE INSTRUMENTOS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD PUEDE ESTAR INTEGRADO AL PEDAL MULTIFUNCIÓN O PUEDE ESTAR CONECTADA DE MANERA EXTERNA CON UN PEDAL MOVIBLE INDEPENDIENTE.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	22:43:24

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1 Documentos de presentación obligatoria

Observación

al respecto de la UNIDADES DENTALES le informamos que LA UNIDAD FUNCIONAL DE DISPOSITIVOS MEDICOS, UFDM-DDMP-DIGEMID, detalla que los productos antes mencionados están sujetos a otorgamiento de REGISTRO SANITARIO, emitido por la Dirección de Dispositivos médicos y productos Sanitarios DIGEMID de acuerdo la definición establecida en el artículo 4° de la ley °29459 cabe indicar que los productos UNIDAD DENTAL ESTÁN CONSIDERADOS EN LA CLASIFICACIÓN I (de bajo Riesgo).ahora para no conculcar con la ley N°25657 ley del Ministerio de Salud

Solicitamos incluir en la DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA COPIA DE REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO (COPIA SIMPLE) de los equipos y sus componentes. Vigente a la fecha de presentación de oferta EXPEDIDO POR DIGEMID.

Deberá acreditar que el producto ofertado cuente con registro sanitario o certificado de Registro Sanitario, independientemente de quien sea el titular, conforme con lo señalada por la dirección DIGEMID.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL REGISTRO SANITARIO DE LA UNIDAD DENTAL O SILLÓN DENTAL SE INCLUIRÁ COMO DOCUMENTO OBLIGATORIO, TAMBIÉN SE ACEPTARÁ CERTIFICADO, OFICIOS U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA DIGEMID QUE ESTABLEZCA QUE EL PRODUCTO OFERTADO (UNIDAD DENTAL O SILLÓN DENTAL) POR EL POSTOR NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL REGISTRO SANITARIO DE LA UNIDAD DENTAL O SILLÓN DENTAL SE INCLUIRÁ COMO DOCUMENTO OBLIGATORIO, TAMBIÉN SE ACEPTARÁ CERTIFICADO, OFICIOS U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA DIGEMID QUE ESTABLEZCA QUE EL PRODUCTO OFERTADO (UNIDAD DENTAL O SILLÓN DENTAL) POR EL POSTOR NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código : 20101281966

Nombre o Razón social : DENT IMPORT S A

Fecha de envío : 04/12/2023

Hora de envío : 22:54:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan: Brazos de aluminio solido integrados al sillón, brazo derecho rebatible

El acero presenta mayor resistencia que el aluminio. A manera de mejora, Solicitamos al comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria incluir también otros materiales de mayor resistencia, tales como; estructura de acero, con superficie que pueda ser desinfectado y/o brazos con estructura metálica recubierta de material aislante a la corriente eléctrica, debido que los brazos están en contacto directo con el paciente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS BRAZOS DEL SILLÓN DENTAL REVESTIDOS CON POLÍMEROS O TAPICES TIENEN UN MENOR VIDA ÚTIL, POR LO QUE EN LAS ESPECIFICACIONES SE SOLICITAN QUE SEAN DE ALUMINIO SÓLIDO. LOS BRAZOS DEL SILLÓN TAMBIÉN PODRÁN SER DE ACERO SÓLIDO REVESTIDO CON ALGÚN TRATAMIENTO AISLANTE COMO RECINAS O ACRILICOS DE SUPERFICIE S LISAS DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS BRAZOS DEL SILLÓN DENTAL REVESTIDOS CON POLÍMEROS O TAPICES TIENEN UN MENOR VIDA ÚTIL, POR LO QUE EN LAS ESPECIFICACIONES SE SOLICITAN QUE SEAN DE ALUMINIO SÓLIDO. LOS BRAZOS DEL SILLÓN TAMBIÉN PODRÁN SER DE ACERO SÓLIDO REVESTIDO CON ALGÚN TRATAMIENTO AISLANTE COMO RECINAS O ACRILICOS DE SUPERFICIE S LISAS DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20101281966	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	DENT IMPORT S A	Hora de envío :	22:54:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan: Manijas laterales de Aluminio Solido

En virtud a una mayor pluralidad de postores, solicitamos al comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria: Considerar tambien manijas laterales de aluminio u otro material inoxidable, que pueda ser desinfectado y sea resistente al trabajo de la práctica odontológica.

Considerar, también, la aceptación de mesas de trabajo con manijas de aluminio o con ranura de agarre.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS MANIJAS LATERALES O FRONTALES DE LA CAJA DE CONTROL TIENEN QUE SER DE ALUMINIO SÓLIDO O DE ACERO INOXIDABLE EN SU DEFECTO, NO PUEDEN SER DE METAL RECUBIERTO CON PINTURA O POLÍMEROS, TAMPOCO DE MATERIALES PLÁSTICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAS MANIJAS LATERALES O FRONTALES DE LA CAJA DE CONTROL TIENEN QUE SER DE ALUMINIO SÓLIDO O DE ACERO INOXIDABLE EN SU DEFECTO, NO PUEDEN SER DE METAL RECUBIERTO CON PINTURA O POLÍMEROS, TAMPOCO DE MATERIALES PLÁSTICOS.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20101281966	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	DENT IMPORT S A	Hora de envío :	22:54:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Consideran como Plazo de Entrega:
El plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de la prestación será de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Debido al volumen de equipos a entregar, se solicita al comité de seleccion en coordinacion con el area usuaria ampliar el plazo de entrega a 60 días calendarios como maximo, teniendo en cuenta que incluye tambien su instalacion y puesta en marcha.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA YA TIENE CALENDARIZADO ACTIVIDADES CON LOS PRODUCTOS MATERIA DE ESTA CONVOCATORIA Y EL TIEMPO DE ESTREGA O PRESTACIÓN ES DE 30 DÍAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL ÁREA USUARIA YA TIENE CALENDARIZADO ACTIVIDADES CON LOS PRODUCTOS MATERIA DE ESTA CONVOCATORIA Y EL TIEMPO DE ESTREGA O PRESTACIÓN ES DE 30 DÍAS CALENDARIOS.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código : 20101281966

Nombre o Razón social : DENT IMPORT S A

Fecha de envío : 04/12/2023

Hora de envío : 22:54:02

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Notamos que En las bases no se solicita registro sanitario, ni el certificado de buenas practicas de almacenamiento.

Por ello solicitamos sean incluidos en las bases integradas debido a que ambos documentos son de vital importancia, toda vez que es un equipo medico utilizado para contacto con humanos, es necesario requerirse su registro sanitario del modelo del equipo ofertado, asi como tambien el certificado de buenas practicas de almacenamiento que demuestra las facultades del postor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP II Literal: 2.2 **Página: 17**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL REGISTRO SANITARIO DE LA UNIDAD DENTAL O SILLÓN DENTAL SE INCLUIRÁ COMO DOCUMENTO OBLIGATORIO, TAMBIÉN SE ACEPTARÁ CERTIFICADO, OFICIOS U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA DIGEMID QUE ESTABLEZCA QUE EL PRODUCTO OFERTADO (UNIDAD DENTAL O SILLÓN DENTAL) POR EL POSTOR NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO SE INCLUIRÁ EN DOCUMENTOS FACULTATIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL REGISTRO SANITARIO DE LA UNIDAD DENTAL O SILLÓN DENTAL SE INCLUIRÁ COMO DOCUMENTO OBLIGATORIO, TAMBIÉN SE ACEPTARÁ CERTIFICADO, OFICIOS U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA DIGEMID QUE ESTABLEZCA QUE EL PRODUCTO OFERTADO (UNIDAD DENTAL O SILLÓN DENTAL) POR EL POSTOR NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO SE INCLUIRÁ EN DOCUMENTOS FACULTATIVOS.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código : 20101281966

Nombre o Razón social : DENT IMPORT S A

Fecha de envío : 04/12/2023

Hora de envío : 22:54:02

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Notamos que En las bases no se solicita Certificado de Seguridad Eléctrica ni de Manufactura (ISO 13485).

se solicita al comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria que estos documentos sean incluidos de forma obligatoria, toda vez que permiten demostrar la calidad y seguridad de los equipos ofertados.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP II **Literal:** 2.2 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA ASÍ COMO EL CERTIFICADO DE MANUFACTURA SERÁN INCLUIDOS COMO DOCUMENTOS FACULTATIVOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA ASÍ COMO EL CERTIFICADO DE MANUFACTURA SERÁN INCLUIDOS COMO DOCUMENTOS FACULTATIVOS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:30

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Sistema de protección anti rebote consultamos si es la parada de emergencia para protección para sillón eléctrico para evitar accidentes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-REBOTE NO ES LA FUNCIÓN DE PARADA DE EMERGENCIA. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ESTABLECE QUE LAS UNIDADES DENTALES TIENEN QUE SER PROGRAMABLES EN CUALQUIER POSICIÓN, COMO POR EJEMPLO POSICIÓN DE TRABAJO, LA PROTECCIÓN ANTI-REBOTE ES PARTE DEL PROGRAMA QUE EVITA QUE LA UNIDAD DENTAL SE DESPROGRAME SI POR ALGÚN MOTIVO SE PRESIONAN VARIOS BOTONES A LA VEZ , ANTE UNA SUBIDA O BAJADA DE TENSIÓN O CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO INESPERADO, EVITA EL RESETEO DE LOS PROGRAMAS QUE YA ESTÁN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-REBOTE NO ES LA FUNCIÓN DE PARADA DE EMERGENCIA. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ESTABLECE QUE LAS UNIDADES DENTALES TIENEN QUE SER PROGRAMABLES EN CUALQUIER POSICIÓN, COMO POR EJEMPLO POSICIÓN DE TRABAJO, LA PROTECCIÓN ANTI-REBOTE ES PARTE DEL PROGRAMA QUE EVITA QUE LA UNIDAD DENTAL SE DESPROGRAME SI POR ALGÚN MOTIVO SE PRESIONAN VARIOS BOTONES A LA VEZ , ANTE UNA SUBIDA O BAJADA DE TENSIÓN O CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO INESPERADO, EVITA EL RESETEO DE LOS PROGRAMAS QUE YA ESTÁN

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:15:30

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Encendido y apagado de la lámpara con el programa de trabajo, consultamos al comité que para una mayor pluralidad de postor y vigencia tecnológica se amplíe: Encendido y apagado de la lámpara con el programa de trabajo y/o lámpara con encendido y pagado con sistema independiente (mediante sensor , switch) para tenga una mayor vida útil

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ESTABLECE QUE EL ENCENDIDO Y APAGO DE LA LÁMPARA TAMBIÉN SEA POR SENSOR Y CON EL PROGRAMA DE TRABAJO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE ESTABLECE QUE EL ENCENDIDO Y APAGO DE LA LÁMPARA TAMBIÉN SEA POR SENSOR Y CON EL PROGRAMA DE TRABAJO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:17:06

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Brazos de aluminio solido integrados al sillón, brazo derecho rebatible, consultamos al comité que para una mayor pluralidad de postor se amplié brazos acero recubiertos de material poliuretano antibacteriano quedando de la siguiente forma: Brazos de aluminio solido integrados al sillón o brazos acero recubiertos de material poliuretano antibacteriano , brazo derecho rebatible

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS BRAZOS DEL SILLÓN DENTAL REVESTIDOS CON POLÍMEROS O TAPICES TIENEN UN MENOR VIDA ÚTIL, POR LO QUE EN LAS ESPECIFICACIONES SE SOLICITAN QUE SEAN DE ALUMINIO SÓLIDO. LOS BRAZOS DEL SILLÓN TAMBIÉN PODRÁN SER DE ACERO SÓLIDO REVESTIDO CON ALGÚN TRATAMIENTO AISLANTE COMO RECINAS O ACRILICOS DE SUPERFICIE S LISAS DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS BRAZOS DEL SILLÓN DENTAL REVESTIDOS CON POLÍMEROS O TAPICES TIENEN UN MENOR VIDA ÚTIL, POR LO QUE EN LAS ESPECIFICACIONES SE SOLICITAN QUE SEAN DE ALUMINIO SÓLIDO. LOS BRAZOS DEL SILLÓN TAMBIÉN PODRÁN SER DE ACERO SÓLIDO REVESTIDO CON ALGÚN TRATAMIENTO AISLANTE COMO RECINAS O ACRILICOS DE SUPERFICIE S LISAS DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:19:33

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

caño de porta vaso y caño de salivadera de acero inoxidable desmontable y esterilizable consultamos al comité que para una mayor pluralidad de postor se amplíe caño de porta vaso y caño de salivadera de acero inoxidable desmontable o caño de porta vaso y caño de salivadera de material inoxidable (aluminio o bronce cromado)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS CAÑOS DEL LLENADO DEL VASO Y DE LA SALIVADERA TIENEN QUE SER DESMONTABLES, ESTERILIZABLES Y DE ACERO INOXIDABLE COMO SE ESTABLECE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS CAÑOS DEL LLENADO DEL VASO Y DE LA SALIVADERA TIENEN QUE SER DESMONTABLES, ESTERILIZABLES Y DE ACERO INOXIDABLE COMO SE ESTABLECE EN LAS BASES.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código : 20516604558

Nombre o Razón social : MEGA ODONTHO E.I.R.L.

Fecha de envío : 04/12/2023

Hora de envío : 23:30:38

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Brazo compensando en Estructura acerada con funda de poliestireno, consultamos al comité para una mayor pluralidad de postores y vigencia tecnológica se amplió: Brazo compensando en Estructura acerada para una mayor durabilidad y evitar la aparición de hongos, debido a que el plástico por el tiempo tiende a la aparición de hongos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL BRAZO COMPENSADO EN ESTRUCTURA ACERADA PODRA TENER FUNDA DE POLIESTIRENO O METAL, SIENDO LA FUNDA DESMONTABLE SIN TORNILLOS PARA UN FÁCIL ACCESO AL REGULADOR DE TENSIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL BRAZO COMPENSADO EN ESTRUCTURA ACERADA PODRA TENER FUNDA DE POLIESTIRENO O METAL, SIENDO LA FUNDA DESMONTABLE SIN TORNILLOS PARA UN FÁCIL ACCESO AL REGULADOR DE TENSIÓN.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Nomenclatura : AS-SM-39-2023-.UNFV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 UNIDADES DENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL TALLER DE LA CLINICA ODONTOLOGICA DOCENTE ASISTENCIAL E INVESTIGACION CODAI

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:30:38

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Cuatro modos de encendido y apagado de la lámpara (incluido con el programa de trabajo y manos libres), consultamos al comité para una mayor pluralidad de postores se amplió: Tres modos de encendido y apagado de la lámpara.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LAS BASES SE ESTABLECE CUATRO MODOS DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LÁMPARA, EL ÁREA USUARIA CONSIDERA QUE ESTA ESPECIFICACIÓN NO SE DEBE MODIFICAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES SE ESTABLECE CUATRO MODOS DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LÁMPARA, EL ÁREA USUARIA CONSIDERA QUE ESTA ESPECIFICACIÓN NO SE DEBE MODIFICAR.