

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL

Ruc/código :	20606270594	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA SALUD & REPRESENTACIONES PERU S.A.C. - DROSAPE S.A.C.	Hora de envío :	21:03:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ESTIMADOS SEÑORES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, EN RELACIÓN AL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE AIRE, ¿ES POSIBLE QUE LA ENTIDAD PUEDA ESPECIFICAR LOS REPUESTOS QUE DEBERÁN CONSIDERARSE COMO PARTE DEL KIT DE MANTENIMIENTO B?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE ACOGE SU CONSULTA: SEGÚN EL MANUAL DEL FABRICANTE, EL KIT DE MANTENIMIENTO B TIENE REPUESTOS DEFINIDOS, SE AGREGARÁ EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA LA LISTA DE REPUESTOS QUE DEBERÁ UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO SEGÚN LO QUE MENCIONA EL MANUAL DE PARTES DEL FABRICANTE. PARA ASEGURAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ESTOS REPUESTOS SERÁN VERIFICADOS ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LOS POSTORES CONSIDERAR LA UTILIZACIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES, A CONTINUACION DE DETALLA LOS REPUESTOS:

Repuestos para mantenimiento preventivo tipo B		
ITEM	CODIGO	ELEMENTO / KIT
1	2901 1874 00	PM KIT B
1.1.	2901 1122 00	PM KIT (A)
1.1.1.	2901 1105 00	KIT FILTER AIR + OIL
		(1) SEAL
		(1) OIL FILTER
		(1) ELEMENT (AIR FILTER)
		(1) WASHER M20
		(1) INSTRUCTION
1.1.2.	2901 1115 00	BREATHER KIT ZT15-22
		(1) PD 6 FILTER KIT
		(1) FILTER ELEMENT
		(1) O-RING
		(2) O-RING
		(1) SERVICE DIAGRAM
1.2.	2901 1101 00	INLET VALVE OVERHAUL KIT
		(1) MEMBRANE
		(1) DIAPHRAGM
		(1) O-RING
		(1) MUFFLER
		(1) WASHER M26
		(1) INSTRUCTION
		(1) SHAFT VALVE
		(1) EXT. CIRCLIP
2		Roto-Z oil
2.1	2908850101	ROTO-Z 20L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null