

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-INSN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PAR EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA

Ruc/código : 20547961456

Nombre o Razón social : JOSSON MEDICAL EIRL

Fecha de envío : 07/11/2023

Hora de envío : 15:17:06

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA ¿ ITEM 6  
(DESIERTO LP 02-2023)

Hemos revisado las bases, encontrando lo siguiente:  
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

ITEM 1 VÁLVULA HEMOSTÁTICA ROTATIVA DOBLE LUMEN  
También en el 5.1 Descripción y cantidad de los bienes

ITEM 1 VÁLVULA HEMOSTÁTICA ROTATIVA DOBLE LUMEN.  
Sin embargo, en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS encontramos:

ITEM 6: VÁLVULA HEMOSTÁTICA ROTATIVA DOBLE LUMEN

Solicitamos corregir el numero de ITEM toda vez que es el único de la convocatoria.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** EETT

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE. El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, procederán a realizar la corrección de acuerdo a la observación realizada. De acuerdo al siguiente detalle:

Dice: ITEM 6 VÁLVULA HEMOSTÁTICA ROTATIVA DOBLE LUMEN

Debe Decir: ITEM 1 VÁLVULA HEMOSTÁTICA ROTATIVA DOBLE LUMEN.

Dicha corrección se relazara en la etapa de integración de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE MODIFICARA DE ACUERDO A LO SIGUIETE:

Se realizar la corrección de acuerdo a la observación realizada. De acuerdo al siguiente detalle:

Dice: ITEM 6 VÁLVULA HEMOSTÁTICA ROTATIVA DOBLE LUMEN

Debe Decir: ITEM 1 VÁLVULA HEMOSTÁTICA ROTATIVA DOBLE LUMEN.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-INSN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PAR EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA

Ruc/código : 20547961456

Nombre o Razón social : JOSSON MEDICAL EIRL

Fecha de envío : 07/11/2023

Hora de envío : 15:17:06

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERISTICAS:

- Sistema de 3 pasos: abierto, semiabierto y cerrado.

Amablemente, solicitamos aclarar, si la válvula hemostática rotativa que solicitan, es con el sistema de 3 pasos ¿GIRATORIOS?: abierto, semiabierto y cerrado

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Literal: EETT**

**Página: 23**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria ACLARAN que el sistema de 3 pasos es con CLICK.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
NO SE INCORPORA

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-INSN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PAR EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA

Ruc/código : 20547961456

Nombre o Razón social : JOSSON MEDICAL EIRL

Fecha de envío : 07/11/2023

Hora de envío : 15:17:06

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERISTICAS:

- Sistema de click conector / rotativo.

Entendemos que la válvula hemostática rotativa podría ser con conector tanto con sistema click (de empuje), como rotativo (giratorio).

¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Literal: EETT**

**Página: 23**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria ACLARAN que no es correcta su apreciación, es con CLICK la Válvula Hemostática.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
NO SE INCORPORA.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-INSN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PAR EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA

Ruc/código : 20547961456

Nombre o Razón social : JOSSON MEDICAL EIRL

Fecha de envío : 07/11/2023

Hora de envío : 15:17:06

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

ANEXO N° 07

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y VIGENCIA

SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Solicitamos al comité aclarar, que información se debe colocar en la última columna del formato- COMENTARIO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** ANEXOS    **Literal:** ANEXO 07    **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria ACLARAN, que en la columna de COMENTARIO se puede considerar algún comentario técnico relevante a la indicada, de lo contrario dejar en blanco. Es OPCIONAL.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE INCORPORA