

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE KIT DE AFERESIS Y KIT COMPLETO PARA RECOLECCION DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS POR AFERESIS O RECAMBIO DE PLASMA SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE HNAAA-RPL

Ruc/código : 20469936164

Fecha de envío : 20/09/2024

Nombre o Razón social : TERUMO BCT PERU S.A.C.

Hora de envío : 18:00:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

REQUISITOS FUNCIONALES DICE:

Equipo de Back-up, para ejecución de...

Solicitamos amablemente que el equipo de back -up mencionado, al no ser el equipo principal motivo de la oferta, no tenga la restricción de antigüedad que exige la directiva de Essalud. Considerando también que al tener sus mantenimientos preventivos al día, se garantiza su perfecta operatividad

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta presentada por el participante se le aclara que con el objetivo de brindar información clara y coherente a los participantes, asimismo, con el objetivo de brindar el libre acceso y participación de proveedores y de esta manera establecer condiciones de competencia efectiva en el presente proceso de contratación, en estricta observancia de los principios de transparencia y libre concurrencia, regulado en el artículo 2 de la LCE, se aclara EL EQUIPO BACK UP PARA PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS COMO RECAMBIO DE PLASMA Y COLECTA DE PROGENITORES PUEDE SER MAYOR A 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD SIEMPRE QUE CUMPLA CON EL OBETIVO DE GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD Y LA OBTENCION DE RESULTADOS TERAPEUTICOS ESPERADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL EQUIPO BACK UP PARA PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS COMO RECAMBIO DE PLASMA Y COLECTA DE PROGENITORES PUEDE SER MAYOR A 4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD SIEMPRE QUE CUMPLA CON EL OBETIVO DE GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD Y LA OBTENCION DE RESULTADOS TERAPEUTICOS ESPERADOS.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE KIT DE AFERESIS Y KIT COMPLETO PARA RECOLECCION DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS POR AFERESIS O RECAMBIO DE PLASMA SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE HNAAA-RPL

Ruc/código :	20469936164	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	TERUMO BCT PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

REQUISITOS FUNCIONALES DICE: Rotador de plaquetas con incubador..
Solicitamos amablemente considerar este accesorio como opcional, por no ser indispensable para los procesos de aféresis; y también para evitar que su alto costo incida en un incremento del precio del kit a ofertar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección solicito al área usuaria que se pronuncie sobre el cuestionamiento, en virtud a lo establecido en el Reglamento de la LCE Artículo 46, Numeral 46.4. el cual establece que: "Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad."; en ese sentido, el área usuaria aclara lo siguiente: DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO .EL ROTADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA ES INDISPENSABLE PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE PLAQUETAS POR AFERESIS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SUMINISTRO DE KIT DE AFERESIS Y KIT COMPLETO PARA RECOLECCION DE PROGENITORES HEMATOPOYETICOS POR AFERESIS O RECAMBIO DE PLASMA SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE HNAAA-RPL

Ruc/código :	20469936164	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	TERUMO BCT PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:00:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DICE CONTROL DE CALIDAD:

Solicitamos amablemente aclarar para este ema, la empresa postora solo brindará el soporte y orientación adecuados, conducentes a que el hospital pueda disponer de un programa de control de calidad en la producción de componentes sanguíneos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección solicito al área usuaria que se pronuncie sobre el cuestionamiento, en virtud a lo establecido en el Reglamento de la LCE Artículo 46, Numeral 46.4. el cual establece que: "Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad."; en ese sentido, el área usuaria aclara lo siguiente: la empresa postora solo brindará el soporte y orientación adecuada, conducentes a que el hospital pueda disponer de un programa de control de calidad en la producción de componentes sanguíneos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null