

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
Nomenclatura :	LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICION DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	06/12/2024
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:07:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta N°1

En la especificación técnica del numeral A05 CARCASA ABS CON SISTEMA DE RIEL INTEGRADO PARA COLOCACION DE FRASCOS Y/O ACCESORIOS.

Los fabricantes no aplican los mismos criterios y/o patentes sobre particularidades del equipo médico debido a que estos no determinan la funcionabilidad del bien. Con el fin de garantizar la libertad de concurrencia y pluralidad de postores, proponemos a la entidad reformular el numeral A05 de la siguiente manera:

A05 CARCASA ABS CON SISTEMA DE RIEL INTEGRADO O SEGUN FABRICANTE PARA COLOCACION DE FRASCOS Y/O ACCESORIOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A05 Literal: A05 Página: 56
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se indica que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que además del sistema de riel integrado existe otros sistemas de sujeción de frasco igual de eficientes por lo que se aceptará cualquier sistema de sujeción de frascos.

Se pedirá modificar la especificación A05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A05
CARCASA ABS CON PORTA ACCESORIOS INTEGRADO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	06/12/2024
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:07:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta N°2

En la especificación técnica del numeral A10 NIVEL DE RUIDO MENOR A 43 dBA.

Al respecto, es necesario señalar que cada casa comercial desarrolla sus propias tecnologías para sus productos, a fin de cumplir con la finalidad asistencial del CONJUNTO de elementos que componen el Equipo; Asimismo, es necesario precisar que, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo I, Artículo 2. ¿Principios que rigen las Contrataciones¿ del TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO todos los procesos de adquisición efectuados por organismos del Estado Peruano deben considerar, entre otros, el principio de libre concurrencia y competencia, el principio de vigencia tecnológica y el principio de equidad que fomentan la participación de más postores, evitando direccionar la adquisición a un equipo específico y garantizando una mayor participación de postores; en ese sentido, y en función de lo señalado, solicitamos ampliar el requerimiento a fin de contar con equipos funcionales que no se encuentren dirigidos a marcas específicas, solicitando por lo tanto la modificación del numeral señalado en los siguientes términos:

A10 NIVEL DE RUIDO MENOR A 45 dBA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A10 Literal: A10 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otras marcas se ampliará la especificación A10 aceptando que el aspirador presente un nivel de ruido igual o menor a 45 dB(A).

Se entiende también que la ampliación al nivel de ruido aceptado es casi imperceptible, por lo que no tendría un impacto significativo en el entorno de trabajo o en la comodidad de los pacientes y el personal.

Se pedirá modificar la especificación A10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A10

NIVEL DE RUIDO IGUAL O MENOR A 45 dBA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	09:24:18

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas, páginas de la 23 a 62, hay varias hojas, en especial las que corresponden a los requerimientos técnicos de los ítems convocados que NO son legibles.

EN ESE SENTIDO LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO CORRECTAMENTE LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.

Al respecto, la normativa de contrataciones públicas prevé que los participantes en un proceso de selección conociendo las disposiciones de las Bases, es decir las reglas formuladas por la Entidad convocante especificando el objeto del proceso, las condiciones de la compra, entre otras, puedan formular consultas u observaciones, en la etapa correspondiente, según el cronograma del proceso.

En el presente caso, se constata una deficiencia sustancial en la publicación de las bases, evidenciada por la falta de legibilidad en ciertas secciones de los requisitos técnicos mínimos. Esta situación obstaculiza de manera significativa el ejercicio pleno del derecho de los participantes a formular consultas y observaciones durante la fase correspondiente a los requisitos técnicos mínimos establecidos en las Bases.

Es imperativo señalar que la falta de claridad y accesibilidad en los requerimientos técnicos mínimos (falta de legibilidad en ciertas secciones) no solo contraviene los principios fundamentales de transparencia y equidad en los procesos de contratación con el Estado, sino que también menoscaba la capacidad de los interesados para comprender y evaluar de manera efectiva los criterios establecidos para la presente contratación.

En ese sentido, en atención a lo señalado por la normativa de contrataciones públicas y teniendo en cuenta que las Bases constituyen las reglas del proceso de selección, la publicación NO LEGIBLE de los requerimientos técnicos mínimos en las Bases de la convocatoria restringe la concurrencia de los participantes al proceso de selección, pues limita que los mismos conozcan el contenido de las Bases y puedan realizar las consultas que consideren necesarias para presentar una propuesta adecuada y acorde a lo solicitado. Por lo señalado, se habría configurado un vicio de nulidad en el presente proceso de selección y corresponde que se retrotraiga a la etapa de convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: NA Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISIÓN TÉCNICA SE ACOGE SU OBSERVACIÓN Y SE ADJUTAN LAS ESPEFICACIONES TECNICAS MAS LEGIBLES DE LAS PAGINAS SOLICITADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	09:24:18

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
ITEM N° 2: LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA

PLAZO DE ENTREGA: 90 DIAS

El presente equipo, por su naturaleza, costo y complejidad, implica que no se mantiene en stock regularmente. Es una práctica común en el mercado que este tipo de bienes se fabriquen o importen únicamente después de obtener la buena pro, lo cual asegura que el equipo sea de reciente fabricación, cuente con la última tecnología disponible y esté alineado con los estándares de calidad requeridos en un contexto clínico y hospitalario.

Además, es importante destacar que el proceso de importación de estos equipos, que incluye la fabricación, los trámites aduaneros, y la logística de transporte internacional, tiene un tiempo estimado entre 90 y 120 días, dependiendo del origen y los trámites específicos del país de procedencia.

Por otro lado, mantener un plazo de entrega reducido de 90 días podría fomentar la provisión de equipos de menor calidad o tecnología obsoleta, provenientes de proveedores que recurren a stock disponible no diseñado específicamente para la presente convocatoria. Esto podría vulnerar los principios que deben regir en toda contratación, establecidos en el artículo 2 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que exigen garantizar el cumplimiento del interés público, la calidad de los bienes contratados y el adecuado uso de los recursos públicos.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección ampliar el plazo de entrega para el Ítem N° 2, a 120 días.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 1.9Literal: NAPágina: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, NO SE ACOGE, EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO EN LAS BASES ES UN PLAZO ACORDE DENTRO DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA ESTE PROCESO DE SELECCIÓN. ADEMAS, NO ES DISCRIMINANTE, NO VULNERA LA PLURALIDAD DE POSTORES, EN ESE SENTIDO, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, G) VIGENCIA TECNOLÓGICA, DEBE CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	10:39:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA ITEM 4- entrega de 3 refrigeradoras en 30 días, solicitamos amablemente al comité se considere la ampliación de plazo en 60 días , ya que en estas fechas de fin de año los fabricantes inician sus vacaciones y vuelven quincena o tercera semana de enero, por lo cual es un mes sin actividades y dificulta la importación para todos los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNIA, SE ACOGE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, QUEDANDO EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

PLAZO DE ENTREGA

ITEM 4 REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS : 60 DIAS CALENDARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA

ITEM 4 REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS : 60 DIAS CALENDARIO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	10:39:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

A08 ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES RANGO DE PRESION NEGATIVA : HASTA 700mmHg o mas CONSULTA O ACLARACION , solicitamos al comite que amablemente que nos pueda aclarar, al solicitar que la presion negativa sea de un rango hasta 700mmHg, se entiende que la presion puede ser de 680 ,690, 675 mmHg etc hasta 700 mmHg

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que el rango máximo de presión negativa de la especificación A08 hace referencia a la maxima presion negativa que el aspirador puede alcanzar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	10:39:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

A10 NIVEL DE RUIDO: 43dB , ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES CONSULTA , solicitamos al comite que pueda considerar que el NIVEL DE RUIDO pueda ser entre 43 a 47dB , CON EL FIN DE TENER MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y MARCAS, sin afectar la funcionabilidad de los equipos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otras marcas se ampliará la especificación A10 aceptando ampliar el nivel de ruido aceptado para el aspirador de secreciones. Se entiende tambien que la ampliación al nivel de ruido aceptado (+ 2 dB(A)) es casi imperceptible, por lo que no tendría un impacto significativo en el entorno de trabajo o en la comodidad de los pacientes y el personal. Se pedirá modificar la especificación A10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A10

NIVEL DE RUIDO IGUAL O MENOR A 45 dBA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	10:39:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

A15 SISTEMA DE ILUMINACION LUZ LED DE 65000 HORAS //SISTEMA DE ILUMINACION LED 25000 LIBRES DE RAYOS UV ITEM 3 MICROSCOPIO BINOLULAR, solicitamos al comité que este criterio pueda ser la iluminacion led de acuerdo a cada fabricante ya que existen diferentes tecnologias, y con este criterio de sistema de iluminacion de 25000 libres de rayos uv estan limitando la participacion de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A15 aceptando cómo mínimo que el microscopio utilice sistema de iluminación LED.

Se pedirá ampliar la especificación observada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A15

SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	10:39:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

C REGISTRO SANITARIO,ITEM 3 MICROSCOPIO BINOCULAR solicitamos al comité que este criterio pueda ser suprimido, ya que estos equipos no ncesesitan registro sanitario , según la DIGEMID.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, NO SE ACOGE, EN CASO DE NO CONTAR CON REGISTRO SANITARIO SE ADJUNTARA DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N°10) y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	10:39:11

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

A04 EXTERIOR FABRICADO EN ACERO SANITARIO RECUBIERTO CON PINTURA ANTIBACTERIAS ITEM 4 REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS, solicitamos gentilmente al comité que este criterio pueda ser de acuerdo a cada fabricante ya que existen diferentes tecnologías con respecto al recubrimiento exterior de las refrigeradoras, con este criterio puntual esta dirigido a una marca especial Y LIMITARIA LAS OFERTAS .y quede de la siguiente manera: EXTERIOR FABRICADO EN ACERO SANITARIO RECUBIERTO CON PINTURA ANTIBACTERIAS O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A04 aceptando que el tipo de pintura o acabado sea de acuerdo a la tecnología de cada fabricante siempre en cuando este asegure el crecimiento o proliferación de bacterias.
Se modificará la especificación A04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A04

EXTERIOR FABRICADO EN ACERO SANITARIO RECUBIERTO CON PINTURA ANTIBACTERIAS O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	10:39:11

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

A08 PUERTA DE ACERO PINTADO CIEGA CON MANIJA ERGONOMICA DE ALUMINIO ITEM 4 REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS, solicitamos gentilmente al comité que este criterio pueda SER RETIRADO O CORREGIDO , ya que al mencionar puerta CIEGA , es netamente para las Congeladoras, en este caso son REFRIGERADORES DE MEDICAMENTOS , DONDE EL USUARIO LE PERMITA LA VISUALIZACION Y ANTE UNA ALARMA OBSERVAR RAPIDAMENTE QUE SUCEDIO , a la vez las puertas de REFRIGERADARORAS DE MEDICAMENTOS SON DE VIDRIO TIPO EXCIBIDOR CON MANIJA ERGONOMICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de no restrigir la participación de otros postores se aceptará la observación presentada por el postor aceptando que la presentación de la puerta de la refrigeradora sea tambien, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08

PUERTA DE ACERO PINTADO CIEGA CON MANIJA ERGONOMICA DE ALUMINIO O DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	10:39:11

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

A11 COMPRESOR HERMETICO DE 3/4 DE HP ITEM 4 REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS, solicitamos gentilmente al comité que este criterio pueda ser de acuerdo a cada fabricante ya que existen diferentes tecnologias con respecto al COMPRESOR HERMETICO donde hay compresores de alta eficiencia o compresor accional por tecnologia VFP , que son mas rendidores que el de 3/4 hp, ya que trabajan con una variacion de frecuencia y son mas exigentes en los sistemas de fabricacion de equipos de refrigeracion, por ellos solicitamos que el criterio quede de la siguiente manera: COMPRESOR HERMETICO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que cada fabricante dimensiona el compresor adecuado para el buen funcionamiento del refrigerador por lo que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A11 aceptando cualquier potencia para el compresor del refrigerador.
Se pedirá modificar la especificación A11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11:
COMPRESOR HERMETICO DE 3/4 DE HP O ACUERDO A CADA FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	10:39:11

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A21TEMPERATURA DE TRABAJO REGULABLE DE 2°C O MENOS A 15°C A MAS, ITEM 4 REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS, solicitamos gentilmente al comité que este criterio pueda ser temperatura de trabajo de 2 a 8°C CON TESTEO O PRECONFIGURADO A 4°C HASTA RANGO MAYOR; PERO NO 15°, YA QUE DE 15° A 25°C SE CONSIDERA TEMPERATURA AMBIENTE, pero lo establecido por Digemid y para no romper los criterios establecidos LAS BUENAS PRACTICAS DE REFRIGERACION R.M 132-2015 es DE 2° A 8°C, PRECONFIGURADO A 4°C. por lo cual solicitamos que el criterio pueda ser de la siguiente forma: temperatura de trabajo de 2 a 8°C CON TESTEO O PRECONFIGURADO A 4°C HASTA RANGO MAYOR o MENOR A 10

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que a fin de asegurar una amplio rango de temperatura de trabajo el cual permitira una mayor capacidad de conservación de diferentes tipos de medicamentos, lo mínimo que se aceptará es que el refrigerar cuente con un rango de trabajo entre 2 y 15 °C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	10:39:11

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

A25 TERMOSTATO ELECTRONICO DE SEGURIDAD UBICADO EN EL CONDENSADOR PARA PROTECCIONEN CASOS DE EXCESO DE CONGELACION O SOBRECALENTAMIENTO ITEM 4 REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS, solicitamos gentilmente al comité que este criterio sea que el TERMOSTATO ELECTRONICO O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE UBICADO EN EL CONDENSADOR TRABAJEN EN CONJUNTO PARA EVITAR EL EXCESO DE CONGELACION , SATURACION O SOBRECALENTAMIENTO, ya que la eficiencia y rendimiento es mucho mayor. solicitamos que el criterio quede de la siguiente manera: TERMOSTATO ELECTRONICO O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE UBICADO EN EL CONDENSADOR TRABAJEN EN CONJUNTO PARA EVITAR EL EXCESO DE CONGELACION , SATURACION O SOBRECALENTAMIENTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otros postores y entendiendo que la ubicación del termostato depende directamente de la tecnología de cada fabricante sin que esto genere alguna desventaja funcional para el refrigerador. Por consiguiente, se modificará la especificación A25

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A25

TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN EN CASOS DE EXCESO DE CONGELACIÓN O SOBRECALENTAMIENTO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	10:39:11

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

La consulta ítem 4 refrigeradora de Medicamentos Aislamiento de poliuretano de 60mm SOLICITAMOS AL COMITE , pueda considerar aislamiento de poliuretano de 50mm mínimo o rango entre 50 a 60mm, ya que el aislamiento de 60mm son aislamiento de tecnología antigua, y las refrigeradoras con tecnología actual el aislamiento es de 50mm , ya que con este aislamiento ayudan a la ergonomía del equipo, mejor funcionamiento y mayor capacidad, no generando dificultades en la refrigeración y performance del equipo .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que a fin de asegurar una mayor estabilidad térmica, lo mínimo que se aceptará es que el refrigerador cuente con aislamiento de poliuretano de 60 mm de espesor, cómo mínimo en los tres lado. Se indica también que una refrigeradora con mayor espesor de aislamiento, s capaz de mantener la temperatura interna más constante, incluso en entornos donde las temperaturas externas puedan fluctuar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	11:30:14

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

"ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

A04: VACUOMETRO INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA DE 63MM O MÁS DE DIAMETRO.

Nuestra representada ATMOS cuenta con un vacuometro a facil acceso visible e interpretacion para el usuario. El diametro es importante para controlar el uso de la potencia de succion del equipo mientras no sea contraproducente para la visualización del personal de salud. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad.

B03: VACUOMETRO INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA DE 53MM O MÁS DE DIAMETRO."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A04 permitiendo que el diámetro del vacuómetro sea cómo mínimo 53 mm. Se indica también que un diámetro mínimo de 53 mm (del vacuómetro) asegura una visualización de la fuerza de aspiración utilizada. Se pedirá modificar la especificación A04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A04:

VACUOMETRO INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA DE 53MM O MÁS DE DIAMETRO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	11:30:14

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

"ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

A10: NIVEL DE RUIDO MENOR A 43 dBa

En un proceso de aspiración lo mejor es contar con un equipo lo más silencioso posible esto para no afectar la concentración del médico ni alterar la tranquilidad del paciente. Por lo anteriormente indicado y teniendo en cuenta que existen en el mercado aspiradores con mejores prestaciones a la solicitada observamos la presente característica técnica y solicitamos el Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación como requerimiento técnico mínimo esto para que la entidad reciba un equipo de última tecnología.

A10: NIVEL DE RUIDO MENOR A 46 dBa"

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otras marcas se ampliará la especificación A10 aceptando ampliar el nivel de ruido aceptado para el aspirador de secreciones. Se entiende tambien que la ampliación al nivel de ruido aceptado (+ 2 dB(A)) es casi imperceptible, por lo que no tendría un impacto significativo en el entorno de trabajo o en la comodidad de los pacientes y el personal. Se pedirá modificar la especificación A10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A10

NIVEL DE RUIDO IGUAL O MENOR A 45 dBA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	11:30:14

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

"ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

A15: TAPA ROSCABLE CON ASA DE TRASPORTE Y DEPOSITO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO

El sistema que compone la tapa es esencial para un sencillo y hermetico cierre con el frasco, al hacer el sellado por precion, nuestra resresentada ATMOS, asegura un vacio en el grasco sin filtrarse el aire por aberturas, por lo que limitar el requerimiento del sistema limita la versalidad del equipo y participación de postores. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y ultima tecnología.

A15: TAPA ROSCABLE O A PRESION CON ASA DE TRASPORTE Y DEPOSITO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO"

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores también se aceptarán los frascos con cerrado a presión. Se entiende tambien que los frascos con tapa a presión se pueden abrir y cerrar de manera rápida y sencilla sin necesidad de girar la tapa, lo que facilita la manipulación, especialmente en situaciones de emergencia o cuando se requiere actuar con rapidez. Esto es muy conveniente en entornos clínicos, donde el tiempo es un factor crítico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A15

TAPA ROSCABLE O A PRESION CON ASA DE TRASPORTE Y DEPOSITO DE SEGURIDAD DE REBALSE O

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	11:30:14

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

"ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

A16: TUBOS DE SILICONA CON CONECTORES ENTRE FRASCOS Y BOMBA DE VACIO

Nuestra representada ATMOS cuenta con un sistema de conexión directa (DDS) entre el frasco y la bomba de vacío, tecnología superior a la solicitada, por lo que no precisa de tubos y conductos en la parte externa del equipo entre el frasco y la bomba de vacío. Nuestro sistema DDS facilita la limpieza del equipo y lo más importe reduce al mínimo el tiempo de preparación del equipo y reduce los errores de armado a cero. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y ultima tecnología.

A16: TUBOS DE SILICONA CON CONECTORES ENTRE FRASCOS Y BOMBA DE VACIO O CON SISTEMA DE CONEXION DIRECTA (DDS) ENTRE EL FRASCO Y LA BOMBA DE VACIO."

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se aceptará la observación del postor aceptando el sistema de conexión directa entre el frasco y la bomba. Se pedirá modificar la especificación A16

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A16 TUBOS DE SILICONA CON CONECTORES ENTRE FRASCOS Y BOMBA DE VACIO O CON SISTEMA DE CONEXION DIRECTA ENTRE EL FRASCO Y LA BOMBA DE VACIO."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	11:30:14

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

"ASPIRADORA DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

A17: FILTRO HIDROFOBICO O BACTERICIDA EN BOMBA DE VACIO CON DURACION DE 30 DÍAS CADA FILTRO.

EL filtro bacteriano es un dispositivo de protección contra desbordamiento y bacterias, por lo que su material de fabricación y durabilidad es muy variable entre las diferentes marcas que ofrece el mercado, por ello, este requerimiento estaría en contra del Principio de libre Concurrencia y Competencia, porque limitará la participación de postores. Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica

A17: FILTRO HIDROFOBICO O BACTERICIDA EN BOMBA DE VACIO CON DURACION DE 15 DÍAS CADA FILTRO."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que la vida útil de los filtro depende directamente del uso del aspirador así como la forma de manejo por parte del usuario. Por lo que no es posible cuantificar la vida util o duración del filtro hidrofóbico o bactericida.

Por consiguiente, se retirará el término "EN BOMBA DE VACIO CON DURACION DE 30 DÍAS CADA FILTRO"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A17

FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	11:32:25

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

"ITEM-2: LAMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA

En las especificaciones tecnicas solicitan:

A20: ENERGIA RADIANTE (MEDIDA) (mW/m2.Lx) de 3.5 como maximo.

Las lámparas cialíticas poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comite especial. La tecnologia actualmente de ultima generacion es el LED, los cuales emiten luz natural, para un mejor diseño y facil mantenimiento cuentan con Tres LED de luz intensa y luminosa de última generación, posicionado en el centro de un reflector recubierto, de esta manera se obtiene una mejor intensidad de luz, ademas de contar con un índice de protección IP54, con un valor de ""5"" en el primer dígito para la protección contra partículas de polvo menor a 1mm de diámetro cumpliendo con los más altos estándares internacionales aptos para su uso médico y el segundo dígito ""2"" señala una protección con respecto al ingreso de agua (goteo en direcciones verticales e inclinadas) ademas la lampara no esta expuesta a fuertes ingresos de agua. Por tanto, para garantizar pluralidad de postores. Solicitamos al Comité Especial aceptar:

A20: ENERGIA RADIANTE (MEDIDA) (mW/m2.Lx) de 4 como maximo."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER parcialmente su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección. Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A20: ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (mw/m2, LUX) DE 4 COMO MÁXIMO O AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A20: ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (mw/m2, LUX) DE 4 COMO MÁXIMO O AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	11:32:25

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

"ITEM-2: LAMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA

En las especificaciones tecnicas solicitan:

A21: Luz ambiente para intervenciones minimamente invasivas menor o igual a 550 Lx o con sistema de iluminacion homologo (modo endoscopia o endo o color verde)

Los LEDS con los cuales están fabricadas las lámparas varían de acuerdo a cada fabricante, sin que esto afecte el correcto funcionamiento del equipo. Nuestra representada cuenta con la combinación de leds de luz fría blanca y cálida ofreciendo una mejor intensidad de iluminación los cuales son controlables desde el panel de control de en el cardánico y el mango central, además de tener un tiempo de vida de los leds mayor de 60,000 horas lo cual es ampliamente para su uso previsto. Cuenta con el sistema de iluminacion para operaciones endoscopicas la cual reduce la intensidad luminosa al minimo para no dificultar las operaciones endoscopicas, la intensidad de luz de modo endoscopia varia de acuerdo a cada fabricante. Cumpliendo con los estándares internacionales aptos para su uso en quirófano. Por tanto, para garantizar pluralidad de postores y evitar el direccionamiento hacia determinado proveedor. Solicitamos al Comité de Selección aceptar:

A21: Luz ambiente para intervenciones minimamente invasivas menor o igual a 550 Lx o de acuerdo a cada fabricante o con sistema de iluminacion homologo (modo endoscopia o endo o color verde) "

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, además se le informa al participante que existe una evaluación al numeral A21 donde se concluyó lo siguiente:

A21: FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN ENDO AJUSTABLE O REGULABLE DESDE 3,000 LUX O MENOS HASTA 48,000 LUX O MÁS, DISEÑADA PARA CIRUGÍA MINI-INVASIVA (ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	11:32:25

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

"ITEM-2: LAMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA

En las especificaciones técnicas solicitan:

C03: Con sistema de respaldo de energia (modulo de baterias), propio de la marca del fabricante del equipo con una duracion de 02 horas.

Las lámparas quirúrgicas de techo poseen distintas características técnicas que deberían poder ser comparadas por el comité especial. En cuanto al sistema de baterías de respaldo ante la falla de energía de la red eléctrica, se puede optar por hacer uso de un UPS que es un tipo de dispositivo, gracias a sus baterías y demás elementos encargados de almacenar energía, puede proporcionar o suministrar energía eléctrica durante algún apagón eléctrico por un tiempo limitado el cual puede ser mayor a una hora. Dicha energía se puede suministrar a la lámpara cumpliendo la función de respaldo durante el tiempo necesario para terminar la operación o regrese la energía eléctrica. Por tanto, para garantizar pluralidad de postores. Solicitamos al Comité Especial aceptar:

C03: Con sistema de respaldo de energia (modulo de baterias), propio de la marca del fabricante del equipo con una duracion de 02 horas ó mediante un UPS que garantice una autonomia de dos (02) horas ante falla de energia de la red electrica."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comite de seleccion previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	08:49:46

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

ITEM Nº 2:LAMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA A13 PROFUNDIDAD DEL CAMPO ILUMINADO (L1+L2) AL 20% DE 105 CM O MAYOR PAR AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

La profundidad del campo iluminado depende del modelo de cada fabricante, ya que las cúpulas tienen distinto tamaño y eso genera menor o mayor rango. Por las diversas pruebas realizadas se evidencia que con un rango de 95 cm se puede utilizar la lámpara sin mayores inconvenientes y esto abre la pluralidad a mayores postores.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con ¿PROFUNDIDAD DEL CAMPO ILUMINADO (L1+L2) AL 20% DE 95 CM O MAYOR PAR AMBOS CUERPOS LUMINOSOS¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: NA Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspectos tecnológicos vigentes, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento, por lo que debiera ceñirse a la bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20501549801	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	FERCO MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	08:49:46

Observación: Nro. 25
Consulta/Observación:
ITEM Nº 2: LAMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO
DE INTENSIDAD ALTA

A16 TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 3900 A 4500 O MAYOR

La temperatura de color varía según el tipo de leds que se utilizan en la lámpara. En el mercado existen diferentes calidades y esto genera que el color sea más variable, por lo que la amplitud del rango también varia.

Por lo expuesto, solicitamos ampliar las especificaciones técnicas y permitir la oferta de equipos con ¿TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 3500 A 4500 O MAYOR¿

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: NAPágina: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, el área usuaria precisa que contar un sistema de iluminación con amplio rango de ajuste de temperaturas de color mejora las condiciones de trabajo de los cirujanos. Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A16: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE O AJUSTABLE DE 3600°K O MENOR A 5400°K O MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A16: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE O AJUSTABLE DE 3600°K O MENOR A 5400°K O MAYOR.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:45:41

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Sobre los formatos indicados en las bases desde la página 42 a la pagina 53:

- ¿ Formato N° 02
- ¿ Especificaciones técnicas
- ¿ Ficha técnica
- ¿ Formato para el protocolo de pruebas
- ¿ Resultado del protocolo de pruebas,
- ¿ Programa de Mantenimiento preventivo,
- ¿ Procedimiento de mantenimiento preventivo,
- ¿ Acta de capacitación básica en el correcto manejo, operación funcional, cuidado y conservación del equipo,
- ¿ Acta de capacitación especializada en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipamiento,
- ¿ Formato N° 03 Acta de Conformidad de Mantenimiento Preventivo,

Consultamos al comité, ¿si dichos formatos se deben presentar después de la suscripción del contrato o de recibido la orden de compra?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: FORMATOS Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

E LA REVISION TECNICA, SE ACLARA, QUE SU APRECIACION ES CORRECTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:45:41

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 4 PLAZO DE ENTREGA

Siendo este proceso modalidad llave en mano, según el formato, indica que debemos detallar lo siguiente:

Plazo de entrega: XX días

Instalación: XX días

Puesta en funcionamiento: XX días

Plazo total: XX días

Consultamos al comité si es correcta nuestra apreciación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 4 Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA, QUE SU APRECIACION ES CORRECTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:45:41

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA

Consultamos al comité si solo se debe detallar la prestación principal, más no prestaciones accesorias.

Agradeceremos aclarar dicho punto

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 6 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA, QUE SU APRECIACION ES CORRECTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:45:41

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS CON CAMARA Y VIDEO

A08 CONFIGURACION DE LA EMPUÑADURA UNA DE LAS TRES FUNCIONES: INTENSIDAD LUMINOSA, DIAMETRO DE CAMPO, TEMPERATURA DE COLOR PROGRAMADO POR EL USUARIO DESDE PANEL DE CONTROL.

Observamos:

Con el ánimo de pluralidad de postores y cumplir con Art. 2 (incisos a, e y g) de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos modificar

A08 CONFIGURACION DE LA EMPUÑADURA Y/O PANEL DE CONTROL DE UNA DE LAS TRES FUNCIONES: INTENSIDAD LUMINOSA, DIAMETRO DE CAMPO, TEMPERATURA DE COLOR PROGRAMADO Y/O CONTROLADO POR EL USUARIO DESDE PANEL DE CONTROL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A08 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos f y g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspectos tecnológicos vigentes, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:34:58

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

ITEM 2

A04 CUERPO LUMINOSO DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Observamos que no se esta considerando el grado de protección de ingreso de líquidos a las cupulas, todas las lamparas tienen grado de protección IP44 es un índice de protección que indica que un dispositivo está protegido contra salpicaduras de agua desde todas direcciones.

Solicitamos al comité de selección aceptar:

A04 CUERPO LUMINOSO DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 44 O MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A04 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, el área usuaria precisa que lo propuesto en la consulta evita el ingreso de fluidos a las partes internas durante los procesos de limpieza, mejora la higiene.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A04 CUERPO LUMINOSO DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 44 O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A04 CUERPO LUMINOSO DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 44 O MAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:34:58

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

ITEM 2

A19 RANGO DE AJUSTE DE ILUMINACIÓN 30% A 100% O RANGO MAS AMPLIO PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Cuando hay cirugías endoscópicas no se requiere mucha iluminación en el quirófano pero si requiere baja iluminación el medio de anestesia. Para tener amplio rango de iluminación las lamparas a adquirir deben tener rango de iluminación de 10 % o menos a 100 %.

Solicitamos aceptar:

A19 RANGO DE AJUSTE DE ILUMINACIÓN 10% A 100% O RANGO MAS AMPLIO PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A19 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su consulta, puesto que el participante cumple con lo mínimo requerido y no limita su participación, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento. Por lo que deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:34:58

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

ITEM 2

A20 ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (MW/M2.LUX) DE 3.5 COMO MÁXIMO

Las irradiación energética mientras el valor sea lo mas bajo posible la lampara no calentara la superficie iluminada, las lámparas de alta gama usan 3,3 mW/m²/lx. De irradiación energética.

Solicitamos al comité de selección aceptar:

A20 ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (MW/M2.LUX) DE 3.3 COMO MÁXIMO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A20 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comite de seleccion previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su consulta, puesto que el participante cumple con lo minimo requerido y no limita su participacion, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:34:58

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

ITEM 2

A21 LUZ DE AMBIENTE PARA INTERVENCIONES MÍNIMAMENTE INVASIVAS MENOR O IGUAL A 500 LX O CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN HOMOLOGO (MODO ENDOSCOPIO O ENDO O COLOR VERDE)

Todas las lámparas tienen luz de ambiente, para tener una buena visión la luz de ambiente debe ser de color verde, los tonos verdes mejoran la visión de los monitores.

Solicitamos al comité de selección aceptar:

A21 LUZ DE AMBIENTE PARA INTERVENCIONES MÍNIMAMENTE INVASIVAS MENOR O IGUAL A 500 LX (MODO ENDOSCOPIO O ENDO COLOR VERDE)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A21 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observacion elaborada por el proveedor, el comite de seleccion previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observacion, ademas se le informa al participante que existe una evaluacion al numeral A21 donde se concluyo lo siguiente:

A21: FUNCION DE ILUMINACION ENDO AJUSTABLE O REGULABLE DESDE 3,000 LUX O MENOS HASTA 48,000 LUX O MAS , DISEÑADA PARA CIRUGIA MINI-INVASIVA (ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	14:34:58

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

ITEM 2

C03 CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MODULO DE BATERÍAS) PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE EQUIPO, CON DURACIÓN MÍNIMO DE 02 HORAS.

Para mayor pluralidad de marcas también se debe considerar UPS de diferente marca con autonomía de dos horas

Solicitamos al comité de selección aceptar:

C03 CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MODULO DE BATERÍAS) PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE EQUIPO O UPS DE DIFERENTE MARCA, CON DURACIÓN MÍNIMO DE 02 HORAS

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** C03 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comite de seleccion previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:19:04

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se solicita al comité para fomentar la pluralidad de postores, ampliar el plazo de entrega para el ITEM 2 LAMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA a 110 días calendarios

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.9 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, NO SE ACOGE, EL PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO EN LAS BASES ES UN PLAZO ACORDE DENTRO DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA ESTE PROCESO DE SELECCIÓN. ADEMAS, NO ES DISCRIMINANTE, NO VULNERA LA PLURALIDAD DE POSTORES, EN ESE SENTIDO, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, G) VIGENCIA TECNOLÓGICA, DEBE CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:19:04

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

A06 CON EMPUÑADURA LATERAL PARA UN AJUSTE ERGONÓMICO Y FÁCIL LIMPIEZA.

Nuestra lámpara cuenta con un sistema de fácil maniobralidad y estabilidad de posicionamiento. Además añadir una empuñadura lateral en la cúpula provocaría un mayor peso descalibrando el correcto balanceo de la misma y esto provocaría mayor aparición de bacterias. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también A06 CON EMPUÑADURA O MANGO DE ORIENTACIÓN LATERAL O UBICADO SEGÚN CADA FABRICANTE PARA UN AJUSTE ERGONÓMICO Y FÁCIL LIMPIEZA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, el área usuaria aclara que se considerara también asas o agarraderas laterales para el ajuste ergonómico, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:19:04

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

A15 INTENSIDAD LUMINOSA (Ec) DE 160,000 LUX O MÁS PARA CADA CUERPO LUMINOSO Y QUE REALICEN EN FORMA CONSTANTE LA COMPENSACIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA EN AMBAS CÚPULAS.

Nuestro equipo cuenta con intensidad luminosa de 160,000 lux en cada cuerpo luminoso y con un sistema de compensación de sombras de manera automática donde el equipo detecta los leds que están ante una sombra y de manera automática se compensan los otros leds para no reducir la iluminación en el campo quirúrgico. Por lo antes expuesto, estaríamos cumpliendo con la especificación ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le informa al proveedor que es cierta su apreciación, por lo tanto, cumple con lo mínimo requerido en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:19:04

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

A18 INDICE DE RENDIMIENTO PARTICULAR (R9) MAYOR O IGUAL A 90.
Un Índice de Rendimiento Particular (R9) de 98, representa una mejora tecnológica significativa ya que este valor elevado garantiza una reproducción excepcional de tonos rojos, fundamentales para distinguir detalles críticos como tejidos, vasos sanguíneos y órganos durante procedimientos quirúrgicos. Este nivel de precisión lumínica contribuye a una mejor visualización y diferenciación de estructuras anatómicas, incrementando la seguridad del paciente y facilitando la toma de decisiones por parte del equipo médico. Por lo antes expuesto, solicitamos al comité que acepte la mejora tecnológica A18 INDICE DE RENDIMIENTO PARTICULAR (R9) MAYOR O IGUAL A 98.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: Cap. IIILiteral: 3.1Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, el área usuaria precisa que lo propuesto mejora la visión de los cirujanos para distinguir tonos rojos durante las cirugías.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A18 ÍNDICE DE RENDIMIENTO PARTICULAR (R9) MAYOR O IGUAL A 98.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A18 ÍNDICE DE RENDIMIENTO PARTICULAR (R9) MAYOR O IGUAL A 98.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:19:04

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

A20 ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (mw/m2.lux) DE 3.5 COMO MÁXIMO.

Una energía radiante media de 3.2 mW/m².lux asegura una mínima emisión de calor en el campo operatorio, mejorando el confort tanto del equipo médico como del paciente durante procedimientos prolongados. Además, una menor energía radiante contribuye a reducir el riesgo de deshidratación de tejidos expuestos y mantiene un ambiente quirúrgico más seguro y eficiente, optimizando la calidad del procedimiento y el cuidado del paciente. Por lo antes expuesto, solicitamos al comité que acepte la mejora tecnológica A20 ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (mw/m2.lux) DE 3.2 COMO MÁXIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el participante cumple con lo mínimo requerido y no limita su participación, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:19:04

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

A21 LUZ DE AMBIENTE PARA INTERVENCIONES MINIMAMENTE INVASIVAS MENOR O IGUAL A 550 lx O CON SISTEMA DE ILUMINACION HOMOLOGO (MODO ENDOSCÓPICO O ENDO O COLOR VERDE)

Contamos con un modo ambilite que genera una luz verde tenue que permite una mejor definición para ver las imágenes y facilita la lectura de textos en los monitores. Por lo antes expuesto y para mayor participación de postores, solicitamos que se acepte también A21 LUZ DE AMBIENTE PARA INTERVENCIONES MINIMAMENTE INVASIVAS MENOR O IGUAL A 550 lx O CON SISTEMA DE ILUMINACION HOMOLOGO (MODO ENDOSCÓPICO O ENDO O COLOR VERDE O MODO AMBILITE)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, además se le informa al participante que existe una evaluación al numeral A21 donde se concluyó lo siguiente:

A21: FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN ENDO AJUSTABLE O REGULABLE DESDE 3,000 LUX O MENOS HASTA 48,000 LUX O MÁS, DISEÑADA PARA CIRUGÍA MINI-INVASIVA (ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:19:04

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

A22 RANGO DE AJUSTE ELECTRÓNICO EN 6 NIVELES O MÁS.

Entendemos que por error de tipeo no se coloca que el rango de ajuste electrónico en 6 niveles o más hace referencia al ajuste de la intensidad luminosa ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se le informa al proveedor que es cierta su apreciación, por lo que se aclarara en las bases integradas. Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A22: RANGO DE AJUSTE DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 6 NIVELES O MÁS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A22: RANGO DE AJUSTE DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 6 NIVELES O MÁS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:19:04

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

A23 CON CÁMARA DE VIDEO FHD DE ALTA RESOLUCIÓN, ZOOM ÓPTICO X 10 Y ZOOM DIGITAL X6, INSTALADA EN UNA DE LAS CÚPULAS, CON BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO Y/O MANUAL, GANANCIA AUTOMÁTICO Y/O MANUAL.

Colocar cantidades exactas limita la pluralidad de postores. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores, solicitamos que también se acepte A23 CON CÁMARA DE VIDEO FHD DE ALTA RESOLUCIÓN, ZOOM ÓPTICO X 10 O MAYOR Y ZOOM DIGITAL X6 O MAYOR, INSTALADA EN UNA DE LAS CÚPULAS, CON BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO Y/O MANUAL, GANANCIA AUTOMÁTICO Y/O MANUAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A23 CON CÁMARA DE VIDEO FHD DE ALTA RESOLUCIÓN, ZOOM ÓPTICO X 10 O MAYOR Y ZOOM DIGITAL X6 O MAYOR, INSTALADA EN UNA DE LAS CÚPULAS, CON BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO Y/O MANUAL, GANANCIA Y/O FOCO Y/O DIAFRAGMA AUTOMÁTICO Y/O MANUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A23 CON CÁMARA DE VIDEO FHD DE ALTA RESOLUCIÓN, ZOOM ÓPTICO X 10 O MAYOR Y ZOOM DIGITAL X6 O MAYOR, INSTALADA EN UNA DE LAS CÚPULAS, CON BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO Y/O MANUAL, GANANCIA Y/O FOCO Y/O DIAFRAGMA AUTOMÁTICO Y/O MANUAL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:19:04

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

Se solicita al comité disgregar del plazo de entrega: la entrega del bien, instalación y puesta en funcionamiento del ITEM 2 LAMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA. Modificándose de la siguiente manera:
PLAZO DE ENTREGA 100 días calendarios
INSTALACIÓN 05 días calendarios
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 05 días calendarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, NO SE ACOGE, CADA POSTOR ES AUTONOMO DE COLOCAR LOS DIAS DE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CON TAL QUE SE RESPETE LOS DIAS CALENDARIO EN TOTAL SOLICITADOS EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:23:44

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 4 PLAZO DE ENTREGA, según el formato de las bases, indica que se debe detallar el PLAZO cuando es MODALIDAD LLAVE EN MANO, siendo este proceso de modalidad LLAVE EN MANO de acuerdo a la página 16. Consultamos al comité si la manera correcta de disgregar el plazo es la siguiente:

1. Plazo de entrega: XX días calendarios

2. Instalación: XX días calendarios

3. Puesta en Funcionamiento: XX días calendarios

PLAZO TOTAL: 90 DÍAS CALENDARIOS

Consultamos al comité si es correcta la forma de disgregar el plazo o indicar cual es la manera correcta, solicitamos al comité aclare el mismo para evitar confusiones y/o ambigüedades en la etapa de presentación y evaluación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: anrxos Literal: ANEXO 4 Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA, QUE SU APRECIACION ES CORRECTA PARA EL ITEM 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:23:44

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA, se consulta al comité si se debe disgregar el precio en PRESTACION PRINCIPAL y PRESTACION ACCESORIA en el formato. Se consulta al comité si nuestra apreciación es correcta o indicar si solo se debe considerar el precio total.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANEXOS **Literal:** ANEXO 6 **Página:** 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA, QUE SU APRECIACION NO ES CORRECTA SOLO SE SOLICITARA DE LA PRESTACION PRINCIPAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:23:44

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Sobre LA CAPACITACION DEL PERSONAL CLAVE, según las bases solicitan que el personal propuesto cuente con ¿CAPACITACION: con 30 horas lectivas mínimas en mantenimiento del equipo ofertado¿, consultamos al comité si se debe presentar los certificados de capacitaciones del personal clave en los diferentes modelos en los que se capacito siempre y cuando sea de Lámparas Quirúrgicas o debe considerarse solo las 30 horas en el modelo del equipo con el cual el postor presentara en la oferta. Consultamos al comité para que se aclare el mismo y evitar confusiones y/o ambigüedades en la etapa de presentación y evaluación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** C **Literal:** C.1 **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA QUE SE PRESENTAR LA CAPACITACION DE LAS 30 HORAS LECTIVAS DEL EQUIPO OFERTADO (MARCA Y MODELO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:23:44

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Se le consulta al comité de selección, que al solicitar una ¿constante compensación de intensidad luminosa¿ , están priorizando la luminancia en el área pero dejando de lado como llega al paciente y por ende no priorizar como afecta a las diferentes Cirugías, por tal motivo se pide ampliar la Especificación Técnica de la siguiente manera:

A15 INTENSIDAD LUMINOSA (Ec) DE 160,00 LUX O MAS PARA CADA CUERPO LUMINOSO, Y QUE REALICEN EN FORMA CONSTANTE LA COMPENSACION DE INTENSIDAD LUMINOSA O ILUMINACION OPTIMA PARA TODOS LOS TIPOS DE CIRUGIA EN AMBAS CUPULAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A15 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su consulta, puesto que lo solicitado es lo mínimo requerido por el área usuaria, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento. Deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:23:44

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Nuestro equipo presenta una Relación Ee/Ec (Irradiación Central / Intensidad Lumínica Central) de 3,6 (W/m2)/ K.Lux , lo cual es valor cercano a lo solicitado, y para mejorar dicho valor se debe tener el cuerpo luminoso metálico como aluminio para dispersar la energía calorífica,
Por tal motivo se pide ampliar la especificación técnica de la siguiente manera:
A20 ENERGIA RADIANTE (Ee/Ec) (Mw/m2*Lux) DE 3.6 O MENOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A20 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A20: ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (mw/m2, LUX) DE 4 COMO MÁXIMO O AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A20: ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (mw/m2, LUX) DE 4 COMO MÁXIMO O AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20538597121	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	DRAEGER PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:23:44

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Al solicitar batería de duración de 02 horas, está obviando el área de instalación debido que para esa duración es un UPS con un banco de baterías amplio, que si se instala dentro de quirófano generara inconvenientes porque que la entidad tiene áreas reducidas según su localización, también indicar que si se coloca al lado de un tablero eléctrico es de amplias medidas, por lo que se sugiere una duración de 1 hora, que es lo suficiente para culminar los procesos quirúrgicos, y brinde el tiempo para que se active el Grupo Electrónico de la institución.

Por tal motivo se pide ampliar de la siguiente manera:

C03 CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA (MODULO DE BATERIAS O SISTEMA UPS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRIICANTE U OTRO FABRICANTE, CON DURANCION MINIMO DE 01 HORA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C03 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:34:35

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

A06 CON EMPUÑADURA LATERAL PARA AJUSTE ERGONOMICO Y FACIL LIMPIEZA

LAS LAMPARAS DE ULTIMA GENERACION POSEEN EMPUÑADURAS CENTRALES PARA EL AJUSTE ERGONOMICO, ASI COMO RIEL LATERAL PARA UN POSICIONAMIENTO MAS FACIL, DEPENDE DE CADA FABRICANTE CUMPLIENDO CON EL MISMO OBJETIVO EL POSICIONAMIENTO DE LA LAMPARA

ACEPTARN:
A06 CON EMPUÑADURA LATERAL Y/O CENTRAL Y/O RIEL LATERAL PARA AJUSTE ERGONOMICO O POSICIONAMIENTO MAS FACIL???

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, el área usuaria aclara que se considerara también asas o agarraderas laterales para el ajuste ergonómico, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:34:35

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

A08 CONFIGURACIÓN EN LA EMPUÑADURA UNA DE LAS TRES FUNCIONES: INTENSIDAD LUMINOSA, DIÁMETRO DE CAMPO TEMPERATURA DE COLOR PROGRAMADO POR EL USUARIO DESDE EL PANEL DE CONTROL EN PARED

Sabemos que un mango multifuncional con capacidad para ajustar tamaño del campo de luz, intensidad y diámetro del campo en una lámpara higiénica es una solución innovadora y eficiente que mejora la funcionalidad, garantiza la higiene y optimiza los procedimientos médicos, cumpliendo tanto con las exigencias clínicas como con las normativas aplicables.

SOLICITAMOS ACEPTAR

A08 CONFIGURACIÓN EN LA EMPUÑADURA Y/O MANGO MUNTIFUNCIONAL CON TRES FUNCIONES: TAMAÑO DE CAMPO, INTENSIDAD LUMINOSA, DIÁMETRO DE CAMPO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, el área usuaria precisa que contar con un sistema de ajuste de funciones desde la empuñadura o mango multifunción mejora la higiene en el campo quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A08: CONFIGURACIÓN DE LA EMPUÑADURA CENTRAL Y/O MANGO MULTIFUNCIÓN MÍNIMO DOS FUNCIONES SELECCIONABLES ENTRE: INTENSIDAD LUMINOSA, DIÁMETRO DE CAMPO, TEMPERATURA DE COLOR, FUNCIÓN ENDO U OTRAS FUNCIONES PROGRAMADO POR EL USUARIO PARA CADA CUERPO LUMINOSO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08: CONFIGURACIÓN DE LA EMPUÑADURA CENTRAL Y/O MANGO MULTIFUNCIÓN MÍNIMO DOS FUNCIONES SELECCIONABLES ENTRE: INTENSIDAD LUMINOSA, DIÁMETRO DE CAMPO, TEMPERATURA DE COLOR, FUNCIÓN ENDO U OTRAS FUNCIONES PROGRAMADO POR EL USUARIO PARA CADA CUERPO LUMINOSO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:34:35

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

A19 RANGO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE 30% A 100% O RANGO MÁS AMPLIO PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Solicitamos ampliar el rango para ambos cuerpos luminosos ya que es mejor y asegura flexibilidad, eficiencia energética, cumplimiento de normativas y optimización de la vida útil de los equipos, al tiempo que satisface diversas necesidades operativas y funcionales.

SOLICITAMOS ACEPTAR

A19 RANGO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE 10% A 100% O RANGO MÁS AMPLIO PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su consulta, al parecer existe un error de tipeo por parte del proveedor, la especificación técnica solicitada es de iluminación mas no de temperatura de color, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:34:35

Consulta: Nro. 53
Consulta/Observación:
A20 ENERGÍA RADIANTE(MEDIA)(MM/M2.LUX)DE 3.5 COMO MÍNIMO

LA ENERGIA RADIANTE O RADIACION ENERGETICA VARIA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE SIENDO LA DIFERENCIA DE UNIDADES DE MEDIDA MINIMAS PARA LA CAPACIDAD DE TRANSFERIR ENERGIA, FOMENTANDO MAYOR PARTICIPACION DE PSOTORES ACEPTARAN:

A20 ENERGÍA RADIANTE O RADIACON ENERGETICA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A20: ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (MW/M2, LUX) DE 4 COMO MÁXIMO O AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A20: ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (MW/M2, LUX) DE 4 COMO MÁXIMO O AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:34:35

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

A23 CON CAMARA DE VIDEO HD DE ALTA RESOLUCION, ZOOM OPTICO X10 Y ZOOM DIGITAL X6, ISNTALADA EN UNA DE LAS CUPULAS, CON BALANCE DE BLANCOS AUTOMATICO Y/O MANUAL, GANANCIA AUTOMATICO Y/O MANUAL

LA GANANCIA DENTRO DE LAS CAMARAS DE VIDEO DE UNA LAMPARA CIALITICA SE CONOCEN TAMBIEN COMO DIAFRAGMAS O FOCO, SEGÚN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE

SOLICITAMOS ACEPTAR TAMBIEN:

A23 CON CAMARA DE VIDEO HD DE ALTA RESOLUCION, ZOOM OPTICO X10 Y ZOOM DIGITAL X6, ISNTALADA EN UNA DE LAS CUPULAS, CON BALANCE DE BLANCOS AUTOMATICO Y/O MANUAL, GANANCIA Y/O FOCO Y/O DIAFRAGMA AUTOMATICO Y/O MANUAL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A23: CON CÁMARA DE VIDEO FHD DE ALTA RESOLUCIÓN, ZOOM ÓPTICO X 10 O MAYOR Y ZOOM DIGITAL X6 O MAYOR, INSTALADA EN UNA DE LAS CÚPULAS, CON BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO Y/O MANUAL, GANANCIA Y/O FOCO Y/O DIAFRAGMA AUTOMÁTICO Y/O MANUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A23: CON CÁMARA DE VIDEO FHD DE ALTA RESOLUCIÓN, ZOOM ÓPTICO X 10 O MAYOR Y ZOOM DIGITAL X6 O MAYOR, INSTALADA EN UNA DE LAS CÚPULAS, CON BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO Y/O MANUAL, GANANCIA Y/O FOCO Y/O DIAFRAGMA AUTOMÁTICO Y/O MANUAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20566318441	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	COMEDIC EIRL	Hora de envío :	16:34:35

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

SEÑALAN QUE TAMBIEN EL PROFESIONAL COLEGIADO DE INGENIERIA PODRA PARTICIAPR COMO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL NUMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA SOLICITADOS EN EL MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS

ESO QUIERE DECIR QUE PODEMOS OFERTAR SOLAMENTE UN PROFESIONAL COLEGIADO Y HABILITADO DE INGENIERIA PARA REALIZAR AMBOS TRABAJOS DE INSTALACION, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS E INDUCCION ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACION DE EQUIPOS CON LA EXPERIENCIA EN AÑOS SOLICITADA???

ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION???

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: C

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECINCA, SE ACLARA, QUE PUEDEN PRESENTAR PROFESIONAL COLEGIADO, BACHILLER EN INGENIERIA ELECTRONICA O BIOMEDICA O MECATRONICO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	16:52:08

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Solicitan f) REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (ANEXO Nº11) y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).

Al respecto, al solicitar la DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO hacen referencia al ANEXO 11, sin embargo el anexo 11 se trata sobre AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN. Solicitamos al comité suprimir la referencia ANEXO 11 o aclarar a que se refiere.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA QUE HUBO UN ERROR MATERIAL Y SE DEBE USAR EL ANEXO 10 EN VES DEL ANEXO 11, POR LO QUE SEMODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

F) REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (ANEXO Nº10) y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO(EMITIDO POR DIGEMID).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

F) REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (ANEXO Nº10) y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO(EMITIDO POR DIGEMID).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	16:52:08

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Item 3: A05 Platina mecanica de dimensiones acorde con el diseño de fabricante con movimiento x-y comandados por perillas coaxiales, escala de desplazamiento vernier de alto contraste.

Solicitamos amablemente al comité suprimir lo indicado después de : "platina mecánica de ..." debido a que no detalla ninguna descripción del microscopio. Aceptando considerar: Platina mecanica de dimensiones acorde con el diseño de fabricante con movimiento x-y comandados por perillas coaxiales, escala de desplazamiento vernier de alto contraste.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de permitir una mayor participación de postores se aceptará que las dimensiones de la platina mecánica sean de acuerdo al diseño de cada fabricante. Se indica también que esta ampliación no afecta el funcionamiento del microscopio ni genera una desventaja funcional para el usuario. Se pedirá modificar la especificación A05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A05

Platina mecanica de dimensiones acorde con el diseño de fabricante con movimiento x-y comandados por perillas coaxiales, escala de desplazamiento vernier de alto contraste.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	16:52:08

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

ITEM 3: A12 Ajustes de dioptrias en los dos oculares. Ajuste de dioptrías en por lo menos uno de los oculares.

Solicitamos al comité aclarar si aceptará ambas opciones de lo indicado en las especificación A12: Ajustes de dioptrias en los dos oculares, o ajuste de dioptrías en por lo menos uno de los oculares

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica. Se precisa que se aceptarán ambas opciones de lo indicado en las especificaciones tecnicas. Se pedirá modificar la especificación A12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12: Ajustes de dioptrias en los dos oculares, o ajuste de dioptrías en por lo menos uno de los oculares

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	16:52:08

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

ITEM 3: A15 Sistema de iluminación luz led de 65000 horas o más. Sistema de iluminación Led de 25000 horas libre de UV.

Solicitamos al comité aclarar si aceptará ambas opciones de lo indicado en las especificación A15: Sistema de iluminación luz led de 65000 horas o más, o Sistema de iluminación Led de 25000 horas libre de UV.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A15 aceptando cómo mínimo que el microscopio utilice sistema de iluminación LED.

Se pedirá ampliar la especificación observada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A15

SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	16:52:08

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

CAPACIDAD LEGAL: habilitación: requieren Autorización Sanitaria de funcionamiento y Buenas practicas de almacenamiento.

Señores del Comité sobre lo solicitado esta dirigido a Droguerías que importen productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que cuenten con registro sanitario. Con respecto al ITEM 3: Los Microscopios binoculares se encuentran en el listado oficial actual de DIGEMID, publicado en la página web de DIGEMID de los bienes que no requieren de registro sanitario.

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado se establece que Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria, por lo que solicitamos amablemente no considerar este requisito para el ITEM 3, o aceptar únicamente el Listado oficial actual de DIGEMID, publicado en la página web de DIGEMID de los bienes que no requieren de registro sanitario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, NO SE ACOGE, SE REQUIERE QUE EL POSTOR SEA UNA EMPRESA QUE GARANTICE LOS CUIDADOS ADECUADOS DE UN EQUIPO BIOMEDICO Y NO SOLO UN REVENDEDOR DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

A06 CON EMPAÑADURA LATERAL PARA UN AJUSTE ERGONOMICO Y FACIL LIMPIEZA

La característica técnica requerida es exclusiva de un solo fabricante, solicitarlas en las especificaciones técnicas limitan la participación de proveedores, para dar mayor pluralidad de marcas y proveedores solicitamos se amplíe las especificaciones técnicas a lo siguiente:

A06: CON EMPAÑADURA O ASAS O AGARRADERAS LATERAL PARA UN AJUSTE ERGONOMICO Y FACIL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** cap. III **Literal:** 3.1 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su consulta, a fin de aclarar y dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección. Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A06: CON EMPAÑADURA O ASAS O AGARRADERAS LATERAL PARA UN AJUSTE ERGONÓMICO Y FÁCIL LIMPIEZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A06: CON EMPAÑADURA O ASAS O AGARRADERAS LATERAL PARA UN AJUSTE ERGONÓMICO Y FÁCIL

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

A07 PANEL DE CONTROL, IDEPENDIENTE EN CADA CUERPO LUMINOSO Y PANEL DE CONTROL TACTIL EN PARED (DE CADA SALA), CON FUNCION DE SINCRONIZACIÓN

Se le informa a la entidad que están solicitando una lámpara con cámara integrada, pero no están considerando dentro de las especificaciones técnicas un panel de control para las funciones de la cámara, en tecnologías antiguas usaban paneles de control externo adicionales al panel de control de iluminación para el control de la cámara, en la actualidad con las tecnologías modernas las lámparas quirúrgicas están equipadas con sistemas integrados, controles automatizados con funciones centralizadas desde donde se pueden controlar todas las funciones de iluminación y funciones de la cámara, sin la necesidad de paneles adicionales que hacen muy complejo la usabilidad, también el panel de control en pared tiene las mismas funciones que las lámparas e incluyen el sistema para cámaras, cabe mencionar que lo propuesto no es exclusivo de un solo fabricante y es característica técnica de actualidad diseñada para sistemas de integración.

Por lo expuesto solicitamos se considere lo siguiente:

A07: PANEL DE CONTROL TACTIL CON PANTALLA LCD DE 4.5" O MAS QUE PERMITA ACTIVAR FUNCIONES DE LA LAMPARA Y FUNCIONES DE LA CAMARA, IDEPENDIENTE EN CADA CUERPO LUMINOSO Y PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD TACTIL EN PARED CON LAS MISMAS FUNCIONES DEL PANDEL DE CONTROL EN LOS (DE CADA SALA), CON FUNCION DE SINCRONIZACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su consulta, el área usuaria precisa que adquirir equipos médicos con tecnologías actuales con pantalla táctil facilitan la interacción entre los equipos médicos y los usuarios.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A07: PANEL DE CONTROL TÁCTIL CON PANTALLA LCD DE 4.5" O MÁS QUE PERMITA ACTIVAR FUNCIONES DE LA LAMPARA Y FUNCIONES DE LA CÁMARA, INDEPENDIENTE EN CADA CUERPO LUMINOSO Y PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD TÁCTIL EN PARED CON LAS MISMAS FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL EN LOS CABEZALES (DE CADA SALA), CON FUNCIÓN DE SINCRONIZACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A07: PANEL DE CONTROL TÁCTIL CON PANTALLA LCD DE 4.5" O MÁS QUE PERMITA ACTIVAR FUNCIONES DE LA LAMPARA Y FUNCIONES DE LA CÁMARA, INDEPENDIENTE EN CADA CUERPO LUMINOSO Y PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD TÁCTIL EN PARED CON LAS MISMAS FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL EN LOS CABEZALES (DE CADA SALA), CON FUNCIÓN DE SINCRONIZACIÓN

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

A08 CONFIGURACION DE LA EMPUÑADURA UNA DE LAS TRES FUNCIONES: INTENSIDAD LUMINOSA, DIAMETRO DE CAMPO, TEMPERATURA DE COLOR PROGRAMADO POR EL USUARIO DESDE PANEL DE CONTROL EN PARED

Las tecnologías actuales permiten realizar dos o más funciones desde el mango estéril central, esto con la finalidad de mejorar la funcionabilidad del sistema de iluminación y activar funciones si que el cirujano salga del área estéril y así reducir el riesgo de contaminación cruzada, por lo expuesto solicitamos se mejore las especificaciones técnicas:

A08: CONFIGURACION DE LA EMPUÑADURA CENTRAL MINIMO DOS FUNCIONES SELECCIONABLES ENTRE: INTENSIDAD LUMINOSA, DIAMETRO DE CAMPO, TEMPERATURA DE COLOR, FUNCION ENDO U OTRAS FUNCIONES PROGRAMADO POR EL USUARIO PARA CADA CUERPO LUMINOSO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, el área usuaria precisa que contar con un sistema de ajuste de funciones desde la empuñadura o mango multifunción mejora la higiene en el campo quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A08: CONFIGURACIÓN DE LA EMPUÑADURA CENTRAL Y/O MANGO MULTIFUNCIÓN MÍNIMO DOS FUNCIONES SELECCIONABLES ENTRE: INTENSIDAD LUMINOSA, DIÁMETRO DE CAMPO, TEMPERATURA DE COLOR, FUNCIÓN ENDO U OTRAS FUNCIONES PROGRAMADO POR EL USUARIO PARA CADA CUERPO LUMINOSO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08: CONFIGURACIÓN DE LA EMPUÑADURA CENTRAL Y/O MANGO MULTIFUNCIÓN MÍNIMO DOS FUNCIONES SELECCIONABLES ENTRE: INTENSIDAD LUMINOSA, DIÁMETRO DE CAMPO, TEMPERATURA DE COLOR, FUNCIÓN ENDO U OTRAS FUNCIONES PROGRAMADO POR EL USUARIO PARA CADA CUERPO LUMINOSO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

A12 DIAMETRO DEL CAMPO ILUMINADO VARIABLE DE 20 A 25 CM O MAYOR PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Contar con un campo operatorio que tenga un amplio rango de ajuste permite adecuarse a todos los procedimientos quirúrgicos, siendo esto una ayuda importante a los cirujanos ya que se acomoda fácilmente a sus necesidades, garantizando excelentes condiciones de trabajo en beneficio clínico de los pacientes. Por lo expuesto y con la finalidad que la entidad adquiera equipos médicos de última tecnología solicitamos se mejore las especificaciones técnicas a lo siguiente:

A12: DIAMETRO DEL CAMPO ILUMINADO AJUSTABLE DE 170 MM O MENOS A 320 MM O MAS PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su consulta, el área usuaria precisa que contar con un amplio rango de ajuste del diámetro de campo permite a los médicos cirujanos ajustar el punto de luz de acuerdo a sus necesidades clínicas. por lo que se ampliara en las especificaciones técnicas. Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A12: DIÁMETRO DEL CAMPO ILUMINADO AJUSTABLE DE 170 MM O MENOS A 320 MM O MÁS PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12: DIÁMETRO DEL CAMPO ILUMINADO AJUSTABLE DE 170 MM O MENOS A 320 MM O MÁS PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

A13 PROFUNDIDAD DEL CAMPO ILUMNADO (L1+L2) AL 20% DE 105CM O MAYOR PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

La profundidad de iluminación es un parámetro importante en los sistemas de iluminación medica, lo solicitado en las especificaciones técnicas son valores de profundidad de iluminación desfasados y no están acorde a los nuevos métodos de procedimientos quirúrgicos, los avances tecnológicos son herramientas que ayudan a los médicos cirujanos a culminar con éxito las cirugías, la profundidad de iluminación permite tener iluminación constante y uniforme cuando se trabaja en cavidad, reduces los espectros y artefactos causados por las sombras de la cavidad cuanto más amplio sea el valor de la profundidad de iluminación mejor será la iluminación en el campo operatorio.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de vigencia tecnología, solicitamos se considere lo siguiente:

A13: PROFUNDIDAD DEL CAMPO ILUMNADO (L1+L2) AL 20% DE 210 CM O MAYOR PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su consulta, el área usuaria precisa que la profundidad de iluminación mejora las condiciones de trabajo en cavidad profunda, por lo que se ampliara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A13: PROFUNDIDAD DEL CAMPO ILUMINADO (L1+L2) AL 20% DE 210 CM O MAYOR PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A13: PROFUNDIDAD DEL CAMPO ILUMINADO (L1+L2) AL 20% DE 210 CM O MAYOR PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

A14 PROFUNDIDAD DEL CAMPO ILUMNADO (L1+L2) AL 60% DE 50 CM O MAYOR PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

La profundidad de iluminación solicitada es tecnología obsoleta y desfasada, no están acorde a los nuevos métodos de procedimientos quirúrgicos, los avances tecnológicos son herramientas de ayuda para los médicos cirujanos. Por lo expuesto solicitamos se considere lo siguiente:

A14: PROFUNDIDAD DEL CAMPO ILUMNADO (L1+L2) AL 60% DE 91 CM O MAYOR PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspectos tecnológicos vigentes, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

A16 TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 3900 A 4500 O MAYOR

En la actualidad las lamparas quirurgicas tienen mejor ajuste de temperatura de color, ideal para los procedimientos quirurgicos de actualidad, esto mejora la vision de los medicos cirujanos pudiendo graduar desde una luz blanca calidad hasta una luz natural blanca fria, contar con amplio ajuste de temperatura de color permite adaptar la luz a todos los procedimientos quirurgicos, incluido las cirugias minimamente invasiva.
por lo expuesto líneas arriba y amparados en la ley que rige las contrataciones con el estado en su inciso de vigencia tecnologica, solicitamos se considere lo siguiente:

A16: TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE O SELECCIONABLE DE 3500°K O MENOS A 5500°K O MAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap. III **Literal:** 3.1 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, el área usuaria precisa que contar un sistema de iluminación con amplio rango de ajuste de temperaturas de color mejora las condiciones de trabajo de los cirujanos.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A16: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE O AJUSTABLE DE 3600°K O MENOR A 5400°K O MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A16: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE O AJUSTABLE DE 3600°K O MENOR A 5400°K O MAYOR.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

A17 INDICE DE RENDIMIENTO CROMATICO (Ra) MAYOR O IGUAL A 95

El valor máximo del índice de rendimiento cromático es 100%, tomando como referencia la luz natural del sol, ello permite visualizar los objetos, órganos y tejidos en sus formas y colores reales, lo que se desea conseguir con la luz artificial es acercarse lo más posible a la luz natural, en tecnologías pasadas el valor máximo conseguido para el RA era de 95%, en la actualidad las lámparas con desarrollos tecnológicos actuales tienen índice de reproducción cromática (CRI) de 98, cabe precisar que lo propuesto no es exclusivo de un solo fabricante por lo contrario es avance tecnológico, además existen distintas marcas que cumplen con esta característica técnica.

por lo expuesto líneas arriba y amparados en la ley que rige las contrataciones con el estado en su inciso de vigencia tecnológica, solicitamos se considere lo siguiente:

A17: INDICE DE RENDIMIENTO CROMATICO (Ra) MAYOR O IGUAL A 98

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspectos tecnológicos vigentes, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

A18 INDICE DE RENDIMIENTO PARTICULAR (R9) MAYOR O IGUAL A 90

Lo solicitado es tecnología obsoleta, el valor de R9 90% es un valor en leds de hace más de 10 años atrás, en la actualidad se alcanzan mejores valores para índice especial R9, esto es un gran avance tecnológico ya que existe mucha deficiencia en la visión cuando se trabaja en rojo intenso (venas y arterias) al mejorar esta característica técnica se mejora la visión de los médicos, reduciendo la fatiga visual.

por lo expuesto líneas arriba y amparados en la ley que rige las contrataciones con el estado en su inciso de vigencia tecnológica, solicitamos se considere lo siguiente:

A18: INDICE DE RENDIMIENTO PARTICULAR (R9) MAYOR O IGUAL A 99

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** cap. III **Literal:** 3.1 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, el área usuaria precisa que lo propuesto mejora la visión de los cirujanos para distinguir tonos rojos durante las cirugías.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A18: ÍNDICE DE RENDIMIENTO PARTICULAR (R9) MAYOR O IGUAL A 98.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A18: ÍNDICE DE RENDIMIENTO PARTICULAR (R9) MAYOR O IGUAL A 98.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

A20 ENERGIA RADIANTE (MEDIA) (mw/m2, lux) DE 3.5 COMO MAXIMO

La característica técnica solicitada es usada para determinar el calor generado en el campo operatorio, no todos los fabricantes tienen las mismas características técnicas, pero si equivalentes que les permite controlar el calor en el campo quirúrgico.

Para una mayor pluralidad de postores solicitamos se considere lo siguiente:

A20: ENERGIA RADIANTE (MEDIA) (mw/m2, lux) DE 3.5 COMO MAXIMO O AUMENTO DE LA TEMPRATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A20: ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (MW/M2, LUX) DE 4 COMO MÁXIMO O AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A20: ENERGÍA RADIANTE (MEDIA) (MW/M2, LUX) DE 4 COMO MÁXIMO O AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN LA CABEZA DEL CIRUJANO MENOR O IGUAL A 1°C.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

A21 LA LUZ AMBIENTE PARA INTERVENCIONES MINIMANTE INVASIVAS MENOR O IGUAL A 550 lx O CON SISTEMA DE ILUMINACION HOMOLOGO (MODO ENDOSCOPIO O ENDO O COLOR VERDE)

Se puede visualizar que están solicitando iluminación para procedimientos de cirugía mínimamente invasiva (endoscópica y laparoscópica), la finalidad de esta característica técnica es permitir un confort visual al cirujano cuando trabaja en el monitor, reducir y eliminar el contraste ocasionado por el brillo o cuando se tiene una luz blanca e intensa, la luz debe ser neutra y proyectada hacia todo el ambiente del quirófano, y tener la capacidad de ajustarse a las necesidades del médico, todo ello para iluminar el ambiente circundante, así de esta manera asegura procedimientos fiables y de precisión en cirugía mínimamente invasiva.

En aras de la vigencia tecnológicas que rigen la ley de las contrataciones del estado y contribuir con tecnologías y métodos médicos de actualidad ¿aceptara el comité especial en coordinación con la parte usuaria como requerimiento técnico mínimo lo siguiente:

A22: FUNCION DE ILUMINACION ENDO AJUSTABLE O REGULABLE DESDE 3,000 LUX O MENOS HASTA 48,000 LUX O MAS , DISEÑADA PARA CIRUGIA MINI-INVASIVA (ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su consulta, el área usuaria precisa que contar un sistema de iluminación Endo mejora la visión de los cirujanos en procedimientos laparoscópicos y endoscópicos.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A21: FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN ENDO AJUSTABLE O REGULABLE DESDE 3,000 LUX O MENOS HASTA 48,000 LUX O MÁS, DISEÑADA PARA CIRUGÍA MINI-INVASIVA (ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A21: FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN ENDO AJUSTABLE O REGULABLE DESDE 3,000 LUX O MENOS HASTA 48,000 LUX O MÁS, DISEÑADA PARA CIRUGÍA MINI-INVASIVA (ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

A25 MONITOR LCD DE 24" O MAYOR, QUE INCLUYA BRAZO PARA SER INSTALADO JUNTO A LAS CUPULAS

Debido que el monitor estará dentro de un quirófano, este debe contar con las normativas de grado médico para garantizar su correcto funcionamiento en conjunto con otros equipos médicos, al solicitar solo monitor LCD se está permitiendo que oferten monitores que no cumplen las normas técnicas que el tratado de imágenes médicas y el uso en quirófanos, también solicitamos se detalle la resolución ya que es una característica a tomar en cuenta para tener imágenes claras y precisas.

En aras de la vigencia tecnológicas que rigen la ley de las contrataciones del estado y contribuir con tecnologías y métodos médicos de actualidad ¿aceptara el comité especial en coordinación con la parte usuaria como requerimiento técnico mínimo lo siguiente:

A25: MONITOR LCD TFT DE 24" O MAYOR DE GRADO MEDICO CON RESOLUCION DE 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR, QUE INCLUYA BRAZO PARA SER INSTALADO JUNTO A LAS CUPULAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap. III **Literal:** 3.1 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su consulta, el área usuaria precisa que el monitor debe ser de grado médico y con alta resolución, por lo que se ampliara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A25: MONITOR LCD TFT DE 24" O MAYOR DE GRADO MEDICO CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR, QUE INCLUYA BRAZO PARA SER INSTALADO JUNTO A LAS CUPULAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A25: MONITOR LCD TFT DE 24" O MAYOR DE GRADO MEDICO CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR, QUE INCLUYA BRAZO PARA SER INSTALADO JUNTO A LAS CUPULAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

C02. CABLE DE PODER VULCANIZADO, ENCHUFE CON PUESTA A TIERRA Y CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM

Las lámparas quirúrgicas no usan cable poder con enchufes, se debe cambiar la característica técnica a lo que realmente se requiere en la instalación de lámparas de techo.

Solicitamos se mejore las características técnicas a lo siguiente:

C02: SISTEMA DE CABLEADO CON PUESTA A TIERRA Y CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap. III **Literal:** 3.1 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores al proceso de selección, por lo que se ampliara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

C02: SISTEMA DE CABLEADO CON PUESTA A TIERRA Y CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C02: SISTEMA DE CABLEADO CON PUESTA A TIERRA Y CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20610815341	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

C03 CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA (MODULO DE BATERIAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO , CON DURACION MINIMO DE 02 HORAS.

Lo solicitado en la característica técnica es patente exclusiva de un solo fabricante, solicitarlo como requerimiento técnico mínimo limita la participación de marcas y postores orientando la compra a una sola casa comercial, es importante informar que los quirófanos por norma técnica deben están equipados con lámparas rodables con baterías como sistema de contingencia en caso existan perdidas del fluido eléctrico, por lo que sistema de iluminación colgantes no requieren de sistemas de baterías integrados ni externos, por lo general los fabricante de lámparas quirúrgicas no fabrican las baterías, solo implementan y acondicionan a sus equipos, por lo que solicitar que sea propio de la marca no estaría claro, también se debe precisar que el suministro de baterías debe ser capaz de brindar autonomía para ambas cúpulas, cámara y monitor de grado médico.

en aras de fomentar la mayor pluralidad de postores a presenté proceso de selección, solicitamos se amplié el requerimiento técnico mínimo de la siguiente manera:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA (MODULO DE BATERIAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO O SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO AUTONOMO UPS, CON DURACION MINIMO DE 02 HORAS. PARA EL CONSUMO TOTAL INCLUIDO AMBAS CUPULAS, CAMARA Y MONITOR DE GRADO MEDICO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:58

Observación: Nro. 75

Consulta/Observación:

A los miembros del comité, nuestra representada cuenta con un D50 de 125 mm y un D10 de 240 mm, obteniéndose una relacion D50/D10 de 0,52. Para obtener un valor de 0,55 el D50 tendría que ser 132 mm, que una variación de tan solo 7 milímetros con respecto a nuestra representada. En este sentido, para que exista pluralidad de postores, solicitamos amablemente que la especificación sea modificada de la siguiente manera:
A21 DE RELACION D50/D10 0,52 O MAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** ITEM 2 **Página:** 57
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO LIBRE CONCURRECIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores al proceso de selección, por lo que se ampliara en las bases integradas.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A21: DE RELACIÓN D50/D10 0,52 O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A21: DE RELACIÓN D50/D10 0,52 O MAS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20501701956	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	METAX INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:58

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:
Estimado comité para el ITEM 2 LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA, se solicita para los bienes similares que sean equipos de sala de operaciones en general, a fin que exista pluralidad de postores solicitamos sea considerada como similar: CAMAS CAMILLA MULTIPROPOSITO PARA UCI, CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION, CAMA MULTIPROPOSITO PARA HOSPITALIZACION.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: CAP III Literal: LIT A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, NO SE ACOGE, PORQUE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA ESTÁ CLARA Y PRECISA, ES LO MINIMO SOLICITADO POR EL AREA USUARIA, NO ES DISCRIMINANTE, NO VULNERA LA PLURALIDAD DE POSTORES, EN ESE SENTIDO, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, G) VIGENCIA TECNOLÓGICA, DEBE CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20512900896	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:45:42

Observación: Nro. 77

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN.-

Observamos que los términos de la adquisición, contenidos en el numeral 3.1 Especificaciones técnicas es ilegible, texto borroso, dificultando leer las características de los equipos ITEM 1, 3, 4 y las condiciones del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2 DL 1341 c) Transparencia D) publicidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISIÓN TÉCNICA SE ACOGE SU OBSERVACIÓN Y SE ADJUTAN LAS ESPEFICACIONES TECNICAS MAS LEGIBLES DE LAS PAGINAS SOLICITADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20512900896	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:45:42

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Frecuencia de mantenimiento preventivo.

Según el programa contenido en las bases, es "SEMESTRAL".

CONSULTA.-

Se consulta al comité nos confirme a los postores; que en el estudio de mercado han contemplado esta prestación accesoria de forma semestral, porque representa 6 viajes durante tres años hacia TRUJILLO, lo cual incrementa considerablemente el valor o precio del ÍTEM.

Esperamos la confirmación del comité

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERA DE ACUERDO A RECOMENDACIÓN DE CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20512900896	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:45:42

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

ITEM 3 MICROSCOPIO BINOCULAR

A10.- PARA CAMPO CLARO CON LA CAPACIDAD DE PODER TRABAJAR EN CONTRASTE DE FASE, CAMPO OSCURO, POLARIZACIÓN Y FLUORESCENCIA.

CONSULTA.-

Se solicita al comité nos aclare, si el equipo debe venir preparado para que en un futuro se le pueda añadir Campo oscuro, polarización y fluorescencia;

ó EN SU DEFECTO Debemos ofertar incluyendo estos accesorios ADICIONALES.

Quedamos de su aclaración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A10 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica. Se precisa que su apreciacion es correcta, el equipo debe de venir preparado para que en un futuro se se le pueda añadir lo solicitado en el punto A10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20512900896	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:45:42

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

1.9 plazo de entrega

ÍTEM 4. REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS

Plazo Entrega: 30 DÍAS CALENDARIOS

ANTECEDENTES.-

El requerimiento del ítem, contempla un modelo especial, el cual deberá importarse y por ser volumen + peso, deberá ser transportado vía marítima, lo cual alarga su plazo de fabricación y de entrega.

CONSULTA.-

Considerando lo indicado en el antecedente y sumando que los fabricantes de la CE se encuentran de vacaciones, solicitamos al comité que consideren un plazo de entrega para el ítem 4 mínimo de 90 DÍAS CALENDARIOS

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.9 **Literal:** 1.9 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNIA, SE ACOGE PARCIALMENTE, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, QUEDANDO EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

PLAZO DE ENTREGA

ITEM 4 REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS : 60 DIAS CALENDARIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA

ITEM 4 REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS : 60 DIAS CALENDARIO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 81
Consulta/Observación:
ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE
A05 CARCASA CON SISTEMA DE RIEL INTEGRADO PARA COLOCACIÓN DE FRASCOS Y/O ACCESORIOS

Solicitar un aspirador con rieles dificulta y ralentiza la colocación de los frascos ya que requiere instalar unos soportes adicionales, por lo que para la comodidad y simplicidad en el uso del equipo se solicita aceptar lo siguiente:

A05 CARCASA CON PORTA ACCESORIOS INTEGRADO

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: A05Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se indica que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que además del sistema de riel integrado existe otros sistemas de sujeción de frasco igual de eficientes por lo que se aceptará cualquier sistema de sujeción de frascos. Así mismo, se precisa la importancia de un compartimiento integrado para accesorios el cual permitirá un acceso más rápido para las cánulas de aspiración y otros accesorios a utilizar.

Se pedirá modificar la especificación A05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A05
CARCASA ABS CON PORTA ACCESORIOS INTEGRADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 82

Consulta/Observación:

ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A08 RANGO DE PRESIÓN NEGATIVA AJUSTABLE HASTA 700 MMHG O MAS

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A08 RANGO DE PRESIÓN NEGATIVA AJUSTABLE HASTA 680 MMHG O MAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A08 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que una presión negativa máxima de 680mmHg permite cubrir la aspiración de distintos tipos de fluidos corporales tanto en pacientes adultos cómo pediátricos.

Se pedirá modificar la especificación A08

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08

RANGO DE PRESIÓN NEGATIVA AJUSTABLE HASTA 680 MMHG O MAS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 83
Consulta/Observación:
ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE
A09 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA: 50 L/MIN O MAYOR

Una mayor potencia garantiza que el equipo puede ser utilizado en diferentes tipos de operaciones, otorgándoles una mayor flexibilidad, por lo que se solicita aceptar lo siguiente:

A09 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA: 60 L/MIN O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A09

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 56

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que una capacidad de succión mayor permitirá que el aspirador elimine secreciones de manera más rápida y efectiva, lo cual es fundamental en situaciones críticas donde es necesario despejar las vías respiratorias de manera eficiente para evitar obstrucciones o complicaciones respiratorias. Asi mismo, se indica que una mayor capacidad de succión permite realizar el procedimiento de manera más rápida, lo que puede ser esencial en situaciones de emergencia, reduciendo el tiempo que un paciente pasa en un estado de riesgo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A09 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA: 60 L/MIN O MAYOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 84
Consulta/Observación:
ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE
A10 NIVEL DE RUIDO MENOR A 43 DBA

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A10 NIVEL DE RUIDO MENOR A 45 DBA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A10 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otras marcas se ampliará la especificación A10 aceptando que el aspirador presente un nivel de ruido igual o menor a 45 dB(A). Se entiende también que la ampliación al nivel de ruido aceptado es casi imperceptible, por lo que no tendría un impacto significativo en el entorno de trabajo o en la comodidad de los pacientes y el personal. Se pedirá modificar la especificación A10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A10
NIVEL DE RUIDO IGUAL O MENOR A 45 dBA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 85

Consulta/Observación:

ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A11 CON DOS PISTONES DE GRAFITO DE LIBRE DE MANTENIMIENTO

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A11 CON DOS PISTONES DE GRAFITO O DE MEMBRANA, LIBRE DE MANTENIMIENTO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A11 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que además de los pistones de grafito existen tambien los de membrana los cuales ofrecen las mismas ventajas funcionales que los pistones de grafito. Se indica también que los pistones de membrana tienden a tener un desgaste menor que los pistones de grafito. Esto se debe a que las membranas, generalmente hechas de materiales elásticos y flexibles, pueden soportar movimientos repetitivos sin perder eficacia rápidamente.

Se pedirá ampliar la especificación A11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11

CON DOS PISTONES DE GRAFITO O DE MEMBRANA, LIBRE DE MANTENIMIENTO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 86

Consulta/Observación:

ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A12 SISTEMA DE DOS (02) FRASCOS, CAPACIDAD DE CADA FRASCO 5 LTS O MAS

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A12 SISTEMA DE DOS (02) FRASCOS, CAPACIDAD DE CADA FRASCO 3 LTS O MAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A12 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores aceptando cómo mínimo que el aspirador trabaje con frascos de 3 litros de capacidad. Se indica también que un frasco de 3 litros permite una mayor facilidad de traslado y limpieza para el área usuaria.

Se pedirá modificar la especificación A12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12 SISTEMA DE DOS (02) FRASCOS, CAPACIDAD DE CADA FRASCO 3 LTS O MAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A13 PLÁSTICO TRANSPARENTE DE POLISULFONA CON ESCALA DE MEDIDA EN RELIEVE

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A13 PLÁSTICO TRANSPARENTE DE POLISULFONA O POLICARBONATO CON ESCALA DE MEDIDA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A13 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de marcas y entendiendo que además de los frascos de polisulfona tenemos los frascos de policarbonato los cuales ofrecen similares ventajas a los frascos de polisulfona.

Se entiende también que el policarbonato es un material conocido por su alta resistencia a los impactos. Esto significa que los frascos de policarbonato son menos propensos a romperse o agrietarse en caso de caídas o golpes accidentales, lo que aumenta la durabilidad del frasco y reduce la necesidad de reemplazos frecuentes.

Se pedirá modificar la especificación A13

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A13
PLÁSTICO TRANSPARENTE DE POLISULFONA O POLICARBONATO CON ESCALA DE MEDIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 88

Consulta/Observación:

ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A17 FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA EN BOMBA DE VACÍO CON DURACIÓN DE 30 DÍAS CADA FILTRO

Al solicitar un filtro con duración de 30 días están poniendo en riesgo la salud del paciente ya que los están exponiendo a una contaminación cruzada. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A17 FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A17 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que la vida útil de los filtro depende directamente del uso del aspirador así como la forma de manejo por parte del usuario. Por lo que no es posible cuantificar la vida util o duración del filtro hidrofóbico o bactericida.

Por consiguiente, se retirará el término "EN BOMBA DE VACIO CON DURACION DE 30 DÍAS CADA FILTRO"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A17

FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 89
Consulta/Observación:
ITEM 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

B04 VEINTE (20) BOLSAS RECOLECTORAS SEMIRRÍGIDA DE 3LTS O MÁS, DESCARTABLES, CON SISTEMA ANTIMICROBIANA QUE ELIMINE EL 99.99% DE BACTERIAS

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

B04 VEINTE (20) BOLSAS RECOLECTORAS SEMIRRÍGIDA DE 2LTS O MÁS, DESCARTABLES, CON SISTEMA ANTIMICROBIANA QUE ELIMINE EL 99.98% DE BACTERIAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B04 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se aceptará cómo mínimo que la bolsa recolectora cuente con capacidad de recolección de 2 litros.

Se pedirá modificar la especificación B04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B04 VEINTE (20) BOLSAS RECOLECTORAS SEMIRRÍGIDA DE 2LTS O MÁS, DESCARTABLES, CON SISTEMA ANTIMICROBIANA QUE ELIMINE EL 99.98% DE BACTERIAS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

ITEM 2 LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS CON CAMARA DE VIDEO Y MONITOR
A16 TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 3900 A 4500 O MAYOR

Al tener cinco valores de temperatura de color para elegir, los cirujanos y el personal médico tienen una mayor flexibilidad para ajustar la iluminación de la lámpara de operaciones según las necesidades específicas de cada procedimiento. Diferentes tipos de cirugías o evaluaciones médicas pueden beneficiarse de diferentes temperaturas de color, y tener más opciones permite una adaptación más precisa. Por lo tanto, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

A16 TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN CINCO NIVELES O MAYOR EN EL RANGO DE 3900 A 4500 O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A16 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, además se le informa al participante que existe una evaluación al numeral A16 donde se concluyó lo siguiente:

A16: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE O AJUSTABLE DE 3600°K O MENOR A 5400°K O MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 91
Consulta/Observación:
ITEM 2 LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS CON CAMARA DE VIDEO Y MONITOR

A21 LUZ DE AMBIENTE PARA INTERVENCIONES MÍNIMAMENTE INVASIVAS MENOR O IGUAL A 550LX O CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN HOMOLOGO (MODO ENDOSCÓPICO O ENDO O COLOR VERDE)

La luz verde es menos propensa a causar reflejos en las pantallas de los monitores de los equipos endoscópicos. Esto se debe a que la luz verde no interfiere tanto con las fuentes de luz blanca intensa de las pantallas, mejorando la visibilidad de la imagen endoscópica. Un modo sincronizado simplifica el control de las lámparas, permitiendo al personal quirúrgico ajustar todas las lámparas simultáneamente desde un solo panel de control. Esto reduce la necesidad de ajustes manuales y ayuda a mantener la concentración en la cirugía en lugar de en la configuración de la iluminación. Por lo tanto, se solicita al comité de selección aceptar lo siguiente:

A21 LUZ DE AMBIENTE PARA INTERVENCIONES MÍNIMAMENTE INVASIVAS DE COLOR VERDE

Acápíte de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: A21

Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"
Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, además se le informa al participante que existe una evaluación al numeral A21 donde se concluyó lo siguiente:

A21: FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN ENDO AJUSTABLE O REGULABLE DESDE 3,000 LUX O MENOS HASTA 48,000 LUX O MÁS, DISEÑADA PARA CIRUGÍA MINI-INVASIVA (ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 92
Consulta/Observación:
ITEM 2 LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS CON CAMARA DE VIDEO Y MONITOR

A22 RANGO DE AJUSTE ELECTRÓNICO EN 6 NIVELES O MAS

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A22 RANGO DE AJUSTE ELECTRÓNICO EN 5 NIVELES O MAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A22 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:
Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, además se le informa al participante que existe una aclaración al numeral A22 donde se concluyó lo siguiente:

A22: RANGO DE AJUSTE DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 6 NIVELES O MÁS.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 93

Consulta/Observación:

ITEM 2 LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS CON CAMARA DE VIDEO Y MONITOR C03 SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MODULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON DURACIÓN DE DOS HORAS.

Con el fin de promover la pluralidad de postores, según lo que establece la ley de contrataciones del estado y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

C03 SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍA) O UPS CON DURACIÓN DE DOS HORAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C03 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2, literal "g"

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 94

Consulta/Observación:

ANEXO N° 1

De acuerdo a la Experiencia del Postor en la Especialidad, se indican que para los Item N° 1, 3 y 4 se podrá presentar acreditar un monto por declararse como micro y pequeña empresa, sin embargo en las bases administrativas no se ha considerado el anexo N° 1 que indique si corresponde o no ser MYPE.

Por lo que solicitamos respetuosamente al comité de selección añadir el formato del Anexo N° 1 incluyendo el recuadro del MYPE, en caso de presentarse en los ítems N° 1, 3 y/o 4

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2, literal "a"

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, NO SE ACOGE, EL ANEXO N° 1 PARA EL PROCESO NO SE PUEDE MODIFICAR, POR LO QUE SI EL POSTOR ES MYPE TENDRA QUE ADJUNTAR EL ANEXO° 10 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PARA LOS ITEMS ITEM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20550358060	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION DOCTOR TEC. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION DOCTOR TEC. S.A.C.	Hora de envío :	22:57:14

Observación: Nro. 95

Consulta/Observación:

A fin de no limitar la participacion de postores, podria confirmar si para el RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO podra realizarlo tambien un Ingeniero Electronico, siempre y cuando éste cuente tambien con la experiencia y habilidades para realizar dicho acto

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: C.1 Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2, literal "a"

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA QUE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERA DE ACUERDO A RECOMENDACIÓN DE CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 96

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación A02 solicita que la cúpula produzca luz natural. Esta afirmación es incorrecta ya que la luz natural es aquella que no es creada artificialmente por el ser humano y provienen de procesos naturales. Por tanto, para no generar problemas durante la sustentación de especificaciones, se solicita a la Entidad considerar corregir la especificación A02 del siguiente modo:

"De dos cuerpos luminosos los cuales producen luz artificial y un tercer brazo para instalar un monitor"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A02 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores al proceso de selección, por lo que se ampliara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A02: DE DOS CUERPOS LUMINOSOS LOS CUALES PRODUCEN LUZ NATURAL Y/O ARTIFICIAL Y UN TERCER BRAZO PARA INSTALAR MONITOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A02: DE DOS CUERPOS LUMINOSOS LOS CUALES PRODUCEN LUZ NATURAL Y/O ARTIFICIAL Y UN TERCER BRAZO PARA INSTALAR MONITOR.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 97

Consulta/Observación:

Se pide a la Entidad aclarar la siguiente consulta respecto a la especificación A05:
¿A que se refiere el término "ajuste electrónico de la intensidad luminosa"?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A05 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le informa al proveedor que la especificación técnica es clara, el ajuste de la intensidad se debe realizar a través de un panel de control digital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación A07 solicita que la lámpara tenga un panel de control en cada cúpula y en un panel anclado en la pared. Actualmente, muchas fabricantes de lámparas solo utilizan la configuración de panel de control en cada cúpula ya que facilita la instalación de la lámpara cialítica brindando un manejo simple de la lámpara cialitica. Solicitamos a la Entidad, a fin de permitir una mayor participación de postores y siguiendo el Principio de Eficiencia de la ley de contrataciones del estado solicitamos ampliar la especificación A07 del siguiente modo:

"Panel de control independiente en cada cuerpo luminoso y/o panel de control táctil en pared. Con función de sincronización"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A07 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su observación, el área usuaria precisa que adquirir equipos médicos con tecnologías actuales con pantalla táctil facilitan la interacción entre los equipos médicos y los usuarios. Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A07: PANEL DE CONTROL TÁCTIL CON PANTALLA LCD DE 4.5" O MÁS QUE PERMITA ACTIVAR FUNCIONES DE LA LAMPARA Y FUNCIONES DE LA CÁMARA, INDEPENDIENTE EN CADA CUERPO LUMINOSO Y PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD TÁCTIL EN PARED CON LAS MISMAS FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL EN LOS CABEZALES (DE CADA SALA), CON FUNCIÓN DE SINCRONIZACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A07: PANEL DE CONTROL TÁCTIL CON PANTALLA LCD DE 4.5" O MÁS QUE PERMITA ACTIVAR FUNCIONES DE LA LAMPARA Y FUNCIONES DE LA CÁMARA, INDEPENDIENTE EN CADA CUERPO LUMINOSO Y PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD TÁCTIL EN PARED CON LAS MISMAS FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL EN LOS CABEZALES (DE CADA SALA), CON FUNCIÓN DE SINCRONIZACIÓN.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

Se pide a la Entidad aclarar la siguiente consulta respecto a la especificación A07:
¿A que se refiere el término "Con función de sincronización"?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A07 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se le informa al proveedor que la función de sincronización permite que los usuarios puedan controlar todas las funciones de ambos cabezales desde un solo panel de control.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 100

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación A12 solicita un rango de diámetro de campo bastante angosto lo cual no es apropiado para una lámpara cialítica quirúrgica. Por tanto, a fin de que la Entidad cuente con una lámpara quirúrgica con un diámetro adecuado lo cual brindará un mejor campo de iluminación para el cirujano. Por tanto, recomendamos a la Entidad mejorar la especificación A12 del siguiente modo:

"Diámetro de campo iluminado variable de 20 a 30 cm o mayor para ambos cuerpos"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 57

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su observación, el área usuaria precisa que contar con un amplio rango de ajuste del diámetro de campo permite a los médicos cirujanos ajustar el punto de luz de acuerdo a sus necesidades clínicas. por lo que se ampliara en las especificaciones técnicas.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A12: DIÁMETRO DEL CAMPO ILUMINADO AJUSTABLE DE 170 MM O MENOS A 320 MM O MÁS PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12: DIÁMETRO DEL CAMPO ILUMINADO AJUSTABLE DE 170 MM O MENOS A 320 MM O MÁS PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 101

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación A13 solicita una profundidad de visualización de 105 cm al 20%. Observamos que esta característica es propio de pocas marcas lo cual restringe la participación de otros postores lo cual está atenta contra el principio de Libre Concurrencia de la Ley de Contrataciones del Estado. Así mismo, la profunfidad de campo es una característica que depende de la tecnología de cada fabricante por lo que solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A13 del siguiente modo:

"Profundidad del campo iluminado (L1+L2) al 20% de 105 cm o de acuerdo a la tecnología de cada fabricante"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A13 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspectos tecnológicos vigentes, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

Se pide a la Entidad aclarar la siguiente consulta respecto a la especificación A15:
¿A que se refiere el término "que realice en forma constante la compensación de intensidad luminosa en ambas cúpulas"?

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: A15 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le informa al proveedor que lo solicitado mantiene una iluminación contante aun cuando exista obstrucción de los leds por la cabeza del cirujano, incrementa la intensidad de luz en los leds para compensar y mantener la misma intensidad de iluminación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 103

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación técnica solicita un rango de color de temperatura de 3900 a 4500 K. Actualmente, muchas marcas ofrecen un rango de color de temperatura con lo realza el contraste entre los tejidos, lo que facilita la visualización de detalles finos y estructuras pequeñas. Para que la Entidad pueda adquirir una lámpara con una temperatura de color óptimo, recomendamos a la Entidad mejorar la especificación A16.

"Temperatura de color variable en el rango de 3600 a 5400 K o rango mayor"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A16 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, el área usuaria precisa que contar un sistema de iluminación con amplio rango de ajuste de temperaturas de color mejora las condiciones de trabajo de los cirujanos. Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A16: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE O AJUSTABLE DE 3600°K O MENOR A 5400°K O MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A16: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE O AJUSTABLE DE 3600°K O MENOR A 5400°K O MAYOR.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 104

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación técnica requiere un rango de ajuste de 30% a 100%. La regulación de la intensidad luminosa también se pueden cuantificar en otras unidades tales como niveles de intensidad. Esta característica depende directamente de la tecnología de cada fabricante por lo que a fin de promover una mayor participación de postores se solicita a la Entidad considerar ampliar la especificación de la siguiente manera:

"Rango de ajuste de la iluminación 30% a 100% o rango más amplio para ambos cuerpos luminosos o de acuerdo a la tecnología de cada fabricante"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A19 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, se precisa que lo solicitado es lo mínimo requerido por el área usuaria, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento. por lo que deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 105

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación A21 solicita una relación D50/D10 de 0.55 o más. Es importante indicar que dicha relación depende directamente de la tecnología de fabricación utilizada por cada fabricante por lo que solicitar una relación fija restringe la participación de otras marcas. Por consiguiente, solicitamos a la Entidad, considerar ampliar la especificación A21 del siguiente modo:

"Relación D50/D10: 055 o más o de acuerdo a la tecnología de cada fabricante"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 57

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores al proceso de selección, por lo que se ampliara en las bases integradas.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A21: DE RELACIÓN D50/D10 0,52 O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A21: DE RELACIÓN D50/D10 0,52 O MAS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

Se pide a la Entidad aclarar la siguiente consulta respecto a la especificación A21:
¿La especificación A21 podrá ser sustentada al demostrar que la lámpara cuenta con la función endoscopía?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A21 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores al proceso de selección, por lo que se ampliara en las bases integradas.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A21: DE RELACIÓN D50/D10 0,52 O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A21: DE RELACIÓN D50/D10 0,52 O MAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 107

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación A22 solicita un rango de ajuste de 6 niveles cómo mínimo. En el mercado actual, existen otros fabricantes que ofrecen menores cantidades de niveles de iluminación sin que esto signifique una desventaja tecnológica para el área usuaria. A fin de promove una mayor participación de postores solicitamos ampliar la especificación A22 del siguiente modo:

"Rango de ajuste electrónico en 5 niveles cómo mínimo"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A22 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, además se le informa al participante que existe una evaluación al numeral A21 donde se concluyó lo siguiente:

A21: FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN ENDO AJUSTABLE O REGULABLE DESDE 3,000 LUX O MENOS HASTA 48,000 LUX O MÁS, DISEÑADA PARA CIRUGÍA MINI-INVASIVA (ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 108

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación A23 solicita características propias de una cámara de tecnología desfasada. A fin de que la Entidad cuente con una cámara de mejor calidad a la solicitada en la especificación A23, solicitamos a la Entidad mejorar la especificación A23.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: A23 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, además se le informa al participante que existe una aclaración al numeral A22 donde se concluyó lo siguiente:

A22: RANGO DE AJUSTE DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 6 NIVELES O MÁS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 109

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación A25 solicita características propias de un monitor. A fin de que la Entidad cuente con un monitor de mejor calidad a la solicitada en la especificación A25, solicitamos a la Entidad mejorar la especificación A25 considerando un monitor de grado médico con todas las ventajas visuales que un monitor de grado médico puede brindar para el área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: A25 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su observación, el área usuaria precisa que el monitor debe ser de grado médico y con alta resolución, por lo que se ampliara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A25: MONITOR LCD TFT DE 24" O MAYOR DE GRADO MEDICO CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR, QUE INCLUYA BRAZO PARA SER INSTALADO JUNTO A LAS CUPULAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A25: MONITOR LCD TFT DE 24" O MAYOR DE GRADO MEDICO CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR, QUE INCLUYA BRAZO PARA SER INSTALADO JUNTO A LAS CUPULAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 110

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación A28 solicita que la cúpula pueda girar 310° como mínimo. Funcionalmente, una cúpula no necesita girar más de 240 grados para poder cubrir todas las demadas de iluminación, adicionalmente a esto, las otras articulaciones podrán girar hasta 360° por lo que solicitar que la cúpula pueda girar más de 310° restringe la participación de otras marcas. Por tanto, a fin de promover una mayor participación de otras marcas, solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A28 del siguiente modo:

"Giro de cúpula de 240° o mayor"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A28 Página: 57
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER su observación, a fin de dar mayor pluralidad de postores al proceso de selección, por lo que se ampliara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A28: GIRO DE LA CÚPULA 240° O MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A28: GIRO DE LA CÚPULA 240° O MAYOR.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 111

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación técnica C02 solicita un cable de poder lo cual para el caso de las lámpara cialíticas no aplica ya que estas se conectan directamente a un tablero. A fin de no generar confusiones durante la sustentación de especificaciones técnicas, recomendamos considerar la especificación C02 cómo opcional.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: C02 Página: 57
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores al proceso de selección, por lo que se ampliara en las bases integradas.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

C02: SISTEMA DE CABLEADO CON PUESTA A TIERRA Y CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C02: SISTEMA DE CABLEADO CON PUESTA A TIERRA Y CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:10:21

Observación: Nro. 112

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación C03 solicita un respaldo de baterías. Observamos que esta característica no es necesaria ya que se sabe que el sistema de iluminación quirurgica irá conectado al sistema de alimentación por grupo electrógeno en caso ocurra un corte del suministro eléctrico. Por consiguiente, al tener esta conexión ya establecida, solicitar un soporte de baterías no tiene propósito. Por tanto, solicitamos a la Entidad considerar la especificación C03 cómo opcional.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: C03Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 113

Consulta/Observación:

ITEM N° 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A05 CARCASA CON SISTEMA DE RIEL INTEGRADO PARA COLOCACIÓN DE FRASCOS Y/O ACCESORIOS

Un aspirador con porta accesorios y soportes integrados facilita la colocación de los frascos y accesorios sin la necesidad de componentes adicionales, por lo que solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A05 CARCASA CON PORTA ACCESORIOS INTEGRADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A05 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos e, g

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se indica que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que además del sistema de riel integrado existe otros sistemas de sujeción de frasco igual de eficientes por lo que se aceptará cualquier sistema de sujeción de frascos. Así mismo, se precisa la importancia de un compartimiento integrado para accesorios el cual permitirá un acceso más rápido para las cánulas de aspiración y otros accesorios a utilizar.

Se pedirá modificar la especificación A05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A05 CARCASA ABS CON PORTA ACCESORIOS INTEGRADO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 114
Consulta/Observación:
ITEM N° 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE
A08 RANGO DE PRESIÓN NEGATIVA AJUSTABLE HASTA 700 MMHG O MAS

Con el fin de promover la pluralidad de postores (según lo que establece la ley de contratación: Libertad de concurrencia, las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores y Competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia), solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A08 RANGO DE PRESIÓN NEGATIVA AJUSTABLE HASTA 680 MMHG O MAS

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: A08Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos e, g
Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores y entendiendo que una presión negativa máxima de 680mmHg permite cubrir la aspiración de distintos tipos de fluidos corporales tanto en pacientes adultos cómo pediátricos.
Se pedirá modificar la especificación A08

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A08 RANGO DE PRESIÓN NEGATIVA AJUSTABLE HASTA 680 MMHG O MAS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 115
Consulta/Observación:
ITEM N° 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE
A09 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA: 50 L/MIN O MAYOR

Una mayor potencia permite al área usuaria que trabaje con un equipo que pueda succionar las secreciones con una mayor velocidad reduciendo la duración de la cirugía, por lo expuesto solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A09 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA: 60 L/MIN O MAYOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: A09

Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos e, g
Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que una capacidad de succión mayor permitirá que el aspirador elimine secreciones de manera más rápida y efectiva, lo cual es fundamental en situaciones críticas donde es necesario despejar las vías respiratorias de manera eficiente para evitar obstrucciones o complicaciones respiratorias. Asi mismo, se indica que una mayor capacidad de succión permite realizar el procedimiento de manera más rápida, lo que puede ser esencial en situaciones de emergencia, reduciendo el tiempo que un paciente pasa en un estado de riesgo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A09 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA: 60 L/MIN O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 116

Consulta/Observación:

ITEM N° 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A10 NIVEL DE RUIDO MENOR A 43 DBA

Con el fin de promover la pluralidad de postores (según lo que establece la ley de contratación: Libertad de concurrencia, las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores y Competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia), solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A10 NIVEL DE RUIDO MENOR A 45 DBA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A10 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos a,

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otras marcas se ampliará la especificación A10 aceptando que el aspirador presente un nivel de ruido igual o menor a 45 dB(A). Se entiende tambien que la ampliación al nivel de ruido aceptado es casi imperceptible, por lo que no tendría un impacto significativo en el entorno de trabajo o en la comodidad de los pacientes y el personal.

Se pedirá modificar la especificación A10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A10

NIVEL DE RUIDO IGUAL O MENOR A 45 dBA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 117

Consulta/Observación:

ITEM N° 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A11 CON DOS PISTONES DE GRAFITO DE LIBRE DE MANTENIMIENTO

Con el fin de promover la pluralidad de postores (según lo que establece la ley de contratación: Libertad de concurrencia, las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores y Competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia), solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A11 CON DOS PISTONES DE GRAFITO O DE MEMBRANA DE LIBRE DE MANTENIMIENTO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A11 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos a,

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que además de los pistones de grafito existen tambien los de membrana los cuales ofrecen las mismas ventajas funcionales que los pistones de grafito. Se indica también que los pistones de membrana tienden a tener un desgaste menor que los pistones de grafito. Esto se debe a que las membranas, generalmente hechas de materiales elásticos y flexibles, pueden soportar movimientos repetitivos sin perder eficacia rápidamente.

Se pedirá ampliar la especificación A11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11

CON DOS PISTONES DE GRAFITO O DE MEMBRANA, LIBRE DE MANTENIMIENTO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 118

Consulta/Observación:

ITEM N° 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A12 SISTEMA DE DOS (02) FRASCOS, CAPACIDAD DE CADA FRASCO 5 LTS O MAS

Con el fin de promover la pluralidad de postores (según lo que establece la ley de contratación: Libertad de concurrencia, las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores y Competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia), solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A12 SISTEMA DE DOS (02) FRASCOS, CAPACIDAD DE CADA FRASCO 3 LTS O MAS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A12 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos a,

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores aceptando cómo mínimo que el aspirador trabaje con frascos de 3 litros de capacidad. Se indica también que un frasco de 3 litros permite una mayor facilidad de traslado y limpieza para el área usuaria.

Se pedirá modificar la especificación A12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12 SISTEMA DE DOS (02) FRASCOS, CAPACIDAD DE CADA FRASCO 3 LTS O MAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 119

Consulta/Observación:

ITEM N° 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A13 PLÁSTICO TRANSPARENTE DE POLISULFONA CON ESCALA DE MEDIDA EN RELIEVE

Con el fin de promover la pluralidad de postores (según lo que establece la ley de contratación: Libertad de concurrencia, las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores y Competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia), solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A13 PLÁSTICO TRANSPARENTE DE POLISULFONA O POLICARBONATO CON ESCALA DE MEDIDA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A13 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos a, g

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de marcas y entendiendo que además de los frascos de polisulfona tenemos los frascos de policarbonato los cuales ofrecen similares ventajas a los frascos de polisulfona.

Se entiende también que el policarbonato es un material conocido por su alta resistencia a los impactos. Esto significa que los frascos de policarbonato son menos propensos a romperse o agrietarse en caso de caídas o golpes accidentales, lo que aumenta la durabilidad del frasco y reduce la necesidad de reemplazos frecuentes.

Se pedirá modificar la especificación A13

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A13 PLÁSTICO TRANSPARENTE DE POLISULFONA O POLICARBONATO CON ESCALA DE MEDIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 120

Consulta/Observación:

ITEM N° 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

A17 FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA EN BOMBA DE VACÍO CON DURACIÓN DE 30 DÍAS CADA FILTRO

Solicitar un filtro con una duración de 30 días es muy riesgoso para el paciente ya que existe el riesgo de riesgo de que pueda presentarse contaminaciones cruzadas, esa es la razón por la que los fabricantes recomiendan cambiar filtros cada 24 horas, por lo expuesto solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A17 FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A17 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos a, g

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que la vida utíll de los filtro depende directamente del uso del aspirador así como la forma de manejo por parte del usuario. Por lo que no es posible cuantificar la vida util o duración del filtro hidrofóbico o bactericida.

Por consiguiente, se retirará el término "EN BOMBA DE VACIO CON DURACION DE 30 DÍAS CADA FILTRO"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A17

FILTRO HIDROFÓBICO O BACTERICIDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 121

Consulta/Observación:

ITEM N° 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE

B04 VEINTE (20) BOLSAS RECOLECTORAS SEMIRRÍGIDA DE 3LTS O MÁS, DESCARTABLES, CON SISTEMA ANTIMICROBIANA QUE ELIMINE EL 99.99% DE BACTERIAS

Con el fin de promover la pluralidad de postores (según lo que establece la ley de contratación: Libertad de concurrencia, las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores y Competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia), solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

B04 VEINTE (20) BOLSAS RECOLECTORAS SEMIRRÍGIDA DE 2LTS O MÁS, DESCARTABLES, CON SISTEMA ANTIMICROBIANA QUE ELIMINE EL 99.98% DE BACTERIAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B04 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos a, g

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se aceptará cómo mínimo que la bolsa recolectora cuente con capacidad de recolección de 2 litros.

Se pedirá modificar la especificación B04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B04 VEINTE (20) BOLSAS RECOLECTORAS SEMIRRÍGIDA DE 2LTS O MÁS, DESCARTABLES, CON SISTEMA ANTIMICROBIANA QUE ELIMINE EL 99.98% DE BACTERIAS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 122
Consulta/Observación:
ITEM N° 2: LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS CON CAMARA DE VIDEO Y MONITOR
A16 TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN EL RANGO DE 3900 A 4500 O MAYOR

Los cirujanos y el personal médico pueden tener preferencias personales sobre la temperatura de color que encuentran más cómoda o efectiva para su práctica. Tener cinco valores permite a los usuarios seleccionar la temperatura de color que mejor se adapte a sus necesidades individuales. Es por esto que se solicita al comité técnico, aceptar la siguiente mejora:

A16 TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN CINCO NIVELES O MAYOR EN EL RANGO DE 3900 A 4500 O

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A16 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos e, g

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, además se le informa al participante que existe una evaluación al numeral A16 donde se concluyó lo siguiente:

A16: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE O AJUSTABLE DE 3600°K O MENOR A 5400°K O MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 123

Consulta/Observación:

ITEM N° 2: LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS CON CAMARA DE VIDEO Y MONITOR
A21 LUZ DE AMBIENTE PARA INTERVENCIONES MÍNIMAMENTE INVASIVAS MENOR O IGUAL A 550LX O CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN HOMOLOGO (MODO ENDOSCÓPICO O ENDO O COLOR VERDE)

Una luz de endoscopia verde es mucho más optimo ya que en lugar de provocar un punto de distracción o atenuar la imagen de la pantalla, la presencia de luz verde ambiental y su reflejo en el monitor mejoran la profundidad y el contraste de la imagen. La luz verde es más respetuosa con la pantalla, las luminarias verdes pueden dejarse encendidas durante un procedimiento, dando al personal de apoyo la luz que necesita para realizar su trabajo y moverse con seguridad por el espacio. El modo de sincronización entre lámparas quirúrgicas es una característica que permite que múltiples fuentes de luz trabajen juntas de manera coordinada. Esto es particularmente importante en entornos quirúrgicos donde se utilizan varias lámparas simultáneamente para iluminar el campo quirúrgico. Es por esto que se solicita al comité técnico, aceptar la siguiente mejora:

A21 LUZ DE AMBIENTE PARA INTERVENCIONES MÍNIMAMENTE INVASIVAS DE COLOR VERDE

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: A21Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos a, e, g

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, además se le informa al participante que existe una evaluación al numeral A21 donde se concluyó lo siguiente:

A21: FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN ENDO AJUSTABLE O REGULABLE DESDE 3,000 LUX O MENOS HASTA 48,000 LUX O MÁS, DISEÑADA PARA CIRUGÍA MINI-INVASIVA (ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 124

Consulta/Observación:

ITEM N° 2: LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS CON CAMARA DE VIDEO Y MONITOR

A22 RANGO DE AJUSTE ELECTRÓNICO EN 6 NIVELES O MAS

Con el fin de promover la pluralidad de postores (según lo que establece la ley de contratación: Libertad de concurrencia, las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores y Competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia), solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

A22 RANGO DE AJUSTE ELECTRÓNICO EN 5 NIVELES O MAS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A22 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos a, e, g

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, además se le informa al participante que existe una aclaración al numeral A22 donde se concluyó lo siguiente:

A22: RANGO DE AJUSTE DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 6 NIVELES O MÁS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20608601300	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	MKSALUD S.R.L.	Hora de envío :	23:12:35

Observación: Nro. 125

Consulta/Observación:

ITEM N° 2: LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS CON CAMARA DE VIDEO Y MONITOR C03 SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MODULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, CON DURACIÓN DE DOS HORAS.

Con el fin de promover la pluralidad de postores (según lo que establece la ley de contratación: Libertad de concurrencia, las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores y Competencia, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia), solicitamos al comité de selección aceptar lo siguiente:

C03 SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍA) O UPS CON DURACIÓN DE DOS HORAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C03 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° incisos a, e, g

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 126

Consulta/Observación:

En el caso de las lámparas quirúrgicas de techo de dos cúpulas, es técnicamente más adecuado especificar cuerpos luminosos que produzcan luz artificial en lugar de luz natural. La luz artificial garantiza una intensidad constante y una temperatura de color controlada, lo cual es esencial para la visualización precisa de tejidos y estructuras anatómicas durante procedimientos quirúrgicos. Por ello, se propone modificar la especificación técnica para adoptar esta tecnología más confiable y adecuada para el entorno médico.

A02: De dos cuerpos luminosos los cuales producen luz artificial y un tercer brazo para instalar un monitor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A02 Página: 57
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores al proceso de selección, por lo que se ampliara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A02: DE DOS CUERPOS LUMINOSOS LOS CUALES PRODUCEN LUZ NATURAL Y/O ARTIFICIAL Y UN TERCER BRAZO PARA INSTALAR MONITOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A02: DE DOS CUERPOS LUMINOSOS LOS CUALES PRODUCEN LUZ NATURAL Y/O ARTIFICIAL Y UN TERCER BRAZO PARA INSTALAR MONITOR.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 127

Consulta/Observación:

Para las lámparas quirúrgicas de techo de dos cúpulas, se recomienda modificar la especificación inicial para permitir la opción de contar con paneles de control táctiles independientes en cada cuerpo luminoso y/o un panel táctil en la pared. Esta flexibilidad asegura una mejor adaptabilidad a las configuraciones de las salas de operaciones, considerando las diferencias en diseño y flujos de trabajo entre instituciones. Además, los paneles táctiles modernos ofrecen interfaces más intuitivas, fáciles de limpiar y con menor riesgo de contaminación cruzada, manteniendo la función de sincronización para operar las cúpulas de manera coordinada. Este cambio amplía las opciones de implementación sin comprometer el desempeño ni la facilidad de uso, asegurando que el equipo cumpla con los requisitos operativos y de diseño de cualquier sala quirúrgica. Por ello, se propone modificar la especificación técnica para adoptar esta tecnología más confiable y adecuada para el entorno médico.

A07: Panel de control táctil, independiente en cada cuerpo luminoso y/o panel de control táctil en pared. Con función de sincronización

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: A07Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su observación, el área usuaria precisa que adquirir equipos médicos con tecnologías actuales con pantalla táctil facilitan la interacción entre los equipos médicos y los usuarios. Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A07: PANEL DE CONTROL TÁCTIL CON PANTALLA LCD DE 4.5" O MÁS QUE PERMITA ACTIVAR FUNCIONES DE LA LAMPARA Y FUNCIONES DE LA CÁMARA, INDEPENDIENTE EN CADA CUERPO LUMINOSO Y PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD TÁCTIL EN PARED CON LAS MISMAS FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL EN LOS CABEZALES (DE CADA SALA), CON FUNCIÓN DE SINCRONIZACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A07: PANEL DE CONTROL TÁCTIL CON PANTALLA LCD DE 4.5" O MÁS QUE PERMITA ACTIVAR FUNCIONES DE LA LAMPARA Y FUNCIONES DE LA CÁMARA, INDEPENDIENTE EN CADA CUERPO LUMINOSO Y PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD TÁCTIL EN PARED CON LAS MISMAS FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL EN LOS CABEZALES (DE CADA SALA), CON FUNCIÓN DE SINCRONIZACIÓN.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 128

Consulta/Observación:

Solicitamos modificar la especificación técnica del diámetro de campo iluminado variable de 20 a 25 cm a 19 a 30 cm o mayor para ambos cuerpos de la lámpara quirúrgica de techo. Esta modificación se fundamenta en la constante evolución tecnológica en el campo de la iluminación quirúrgica y en las demandas actuales de los procedimientos quirúrgicos. Un diámetro de campo iluminado mayor permite una mejor visualización del área quirúrgica, especialmente en cirugías de mayor complejidad o en incisiones más extensas. Por ello, se propone modificar la especificación técnica para adoptar esta tecnología más confiable y adecuada para el entorno médico.

A12: Diámetro de campo iluminado variable de 19 a 30 cm o mayor para ambos cuerpos.

Este cambio mejorará la calidad de la imagen quirúrgica, sino que también contribuye a reducir la fatiga visual del equipo médico durante intervenciones prolongadas, optimizando así el desempeño quirúrgico y la seguridad del paciente."

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: A12

Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su observación, el área usuaria precisa que contar con un amplio rango de ajuste del diámetro de campo permite a los médicos cirujanos ajustar el punto de luz de acuerdo a sus necesidades clínicas. por lo que se ampliara en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A12: DIÁMETRO DEL CAMPO ILUMINADO AJUSTABLE DE 170 MM O MENOS A 320 MM O MÁS PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12: DIÁMETRO DEL CAMPO ILUMINADO AJUSTABLE DE 170 MM O MENOS A 320 MM O MÁS PARA AMBOS CUERPOS LUMINOSOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 129

Consulta/Observación:

Solicitamos modificar la especificación técnica A13. Esta modificación busca fomentar una mayor participación de proveedores en la licitación, ya que al permitir que cada fabricante presente su mejor oferta tecnológica ayudan a que los postores propongan soluciones tecnológicas superiores, lo cual garantiza que el centro médico adquiera un equipo de última generación que se adapte de manera óptima a las necesidades del quirófano.

Por ello, se propone modificar la especificación técnica para adoptar esta tecnología más confiable y adecuada para el entorno médico.

A13: Profundidad del campo iluminado (L1+L2) de acuerdo a la tecnología de cada fabricante para ambas cúpulas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A13 Página: 57
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, puesto que el requerimiento del área usuaria se formuló considerando aspectos tecnológicos vigentes, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 130

Consulta/Observación:

Solicitamos modificar la especificación técnica de la temperatura de color variable en el rango de 3900 a 4500 K a un rango de 3600 a 5400 K o mayor. Esta modificación se fundamenta en la constante evolución tecnológica en el campo de la iluminación quirúrgica y en la necesidad de ofrecer una mayor flexibilidad para adaptarse a las diversas necesidades de los procedimientos quirúrgicos. Un rango de temperatura de color más amplio permite seleccionar la iluminación óptima para cada tipo de tejido y procedimiento, mejorando así la visualización y el contraste. Por ello, se propone modificar la especificación técnica para adoptar esta tecnología más confiable y adecuada para el entorno médico.

A16: Temperatura de color variable en el rango de 3600 a 5500 K o rango mayor

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: A16

Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, el área usuaria precisa que contar un sistema de iluminación con amplio rango de ajuste de temperatura de color mejora las condiciones de trabajo de los cirujanos. Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A16: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE O AJUSTABLE DE 3600°K O MENOR A 5400°K O MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A16: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE O AJUSTABLE DE 3600°K O MENOR A 5400°K O MAYOR.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 131

Consulta/Observación:

Actualmente, existe una amplia variedad de tecnologías en el mercado de lámparas quirúrgicas, cada una con sus propias características y ventajas en términos de control de la intensidad luminosa. De acuerdo a lo enunciado, solicitamos al Comité Evaluador modificar la especificación técnica A19.

A19: Rango de ajuste de la iluminación 30% a 100% o rango más amplio para ambos cuerpos luminosos o cinco niveles de intensidad cómo mínimo.

Esta modificación busca fomentar una mayor participación de proveedores en la licitación, al permitir que cada fabricante presente su mejor oferta tecnológica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A19 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por NO ACOGER su observación, se precisa que lo solicitado es lo mínimo requerido por el área usuaria, además existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento. por lo que deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 132

Consulta/Observación:

Solicitamos modificar la especificación técnica A21 relacionada a la relación D50/D10. Esta modificación busca fomentar una mayor participación de proveedores en la licitación, al permitir que cada fabricante presente su mejor oferta tecnológica. Actualmente, existen otras tecnologías de iluminación, en el mercado que ofrecen valores superiores, lo que se traduce en una iluminación más homogénea y de mayor calidad. Por ello, se propone modificar la especificación técnica para adoptar esta tecnología más confiable y adecuada para el entorno médico.

A21: Relación D50/D10: De acuerdo a la tecnología de cada fabricante

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A21 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores al proceso de selección, por lo que se ampliara en las bases integradas.
Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A21: DE RELACIÓN D50/D10 0,52 O MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A21: DE RELACIÓN D50/D10 0,52 O MAS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 133

Consulta/Observación:

Solicitamos modificar la especificación A22 relacionada con el ajuste electrónico. Sin embargo la especificación no precisa si se trata de la regulación de la intensidad o temperatura de color. A fin de no generar confusión durante la sustentación, solicitamos aclarar este punto.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: A22 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le informa al proveedor que lo solicitado hace referencia a la intensidad de luz, por lo que se aclarara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A22: RANGO DE AJUSTE DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 6 NIVELES O MÁS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A22: RANGO DE AJUSTE DE LA INTENSIDAD LUMINOSA EN 6 NIVELES O MÁS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 134

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité Evaluador confirmar si el monitor, solicitado en la especificación A25, es de grado médico o no? Así mismo, observamos que las características solicitadas son demasiado básicas para un monitor que será instalado en sala de operaciones por lo que solicitamos mejorar las especificaciones

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: A25 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su observación, el área usuaria precisa que el monitor debe ser de grado médico y con alta resolución, por lo que se ampliara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A25: MONITOR LCD TFT DE 24" O MAYOR DE GRADO MEDICO CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR, QUE INCLUYA BRAZO PARA SER INSTALADO JUNTO A LAS CUPULAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A25: MONITOR LCD TFT DE 24" O MAYOR DE GRADO MEDICO CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 PÍXELES O MAYOR, QUE INCLUYA BRAZO PARA SER INSTALADO JUNTO A LAS CUPULAS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 135

Consulta/Observación:

Solicitamos modificar la especificación técnica A28, correspondiente al giro de cúpula de 310° o mayor a "250° o mayor". Esta modificación busca fomentar una mayor participación de proveedores en la licitación, al permitir que cada fabricante presente su mejor oferta tecnológica.

Si bien un giro de cúpula de 310° ofrece una gran flexibilidad, consideramos que un rango de 250° es suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de los procedimientos quirúrgicos. Al reducir ligeramente este requisito, se abre la posibilidad de que más fabricantes puedan participar en la licitación, lo que aumentará la competencia y nos permitirá acceder a una mayor variedad de tecnologías y precios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A28 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la observación elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su observación, a fin de dar mayor pluralidad de postores al proceso de selección, por lo que se ampliara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

A28: GIRO DE LA CÚPULA 240° O MAYOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A28: GIRO DE LA CÚPULA 240° O MAYOR.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 136

Consulta/Observación:

La especificación C03, exige un sistema de respaldo de energía con una duración mínima de dos horas, limita la participación de algunos fabricantes por lo a fin de no restringir la participación de otros postores, considerar la especificación C03 cómo opcional.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: C03 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consulta elaborada por el proveedor, el comité de selección previa coordinación con el área usuaria opta por ACOGER PARCIALMENTE su consulta, a fin de dar mayor pluralidad de postores a presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C03: CON SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (MÓDULO DE BATERÍAS), PROPIO DE LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON UNA DURACIÓN DE 02 HORAS O MEDIANTE UN UPS QUE GARANTICE UNA AUTONOMÍA DE DOS (02) HORAS ANTE FALLA DE ENERGÍA DE LA RED ELÉCTRICA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:10

Consulta: Nro. 137

Consulta/Observación:

Se consulta al comite si tambien aceptaran BPA en tramite de reinscripcion?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA, QUE SE ACEPTARA BPA EN REINSCRIPCION SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EL TRAMITE DE REINSCRIPCION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:10

Observación: Nro. 138

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité considerar como experiencia en bienes similares a "equipos biomedicos en general" para todos los items

Dicho cambio permitirá la participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, NO SE ACOGE, PORQUE LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA ESTÁ CLARA Y PRECISA, ES LO MINIMO SOLICITADO POR EL AREA USUARIA, NO ES DISCRIMINANTE, NO VULNERA LA PLURALIDAD DE POSTORES, EN ESE SENTIDO, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, G) VIGENCIA TECNOLÓGICA, DEBE CEÑIRSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:10

Consulta: Nro. 139

Consulta/Observación:

Se consulta al comité si el Registro Sanitario solicitado será solo para el bien principal o también para los accesorios?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: f Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA QUE SOLO SERA PARA EL BIEN PRINCIPAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:10

Consulta: Nro. 140

Consulta/Observación:

Se consulta al comité si en caso de presentarse en consorcio, será suficiente que el encargado de almacenamiento tenga el BPA vigente, o todos los miembros del consorcio deben de tener dicho certificado?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACLARA, QUE SE ACEPTARA QUE AL MENOS UNO DE LOS CONSORCIADOS TENGA EL BPA VIGENTE O EN REINSCRIPCION DEBIDAMENTE DEMOSTRADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:10

Consulta: Nro. 141

Consulta/Observación:

Se solicita al comité precisar si se presentara la carta firmada por el representante local, se necesitará adjuntar algún otro documento donde se verifique que dicha empresa es representante local del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** G **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA SE ACLARA QUE SE PRESENTARA UNA CARTA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LOCAL O POR EL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:10

Observación: Nro. 142

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A02 solicita un capacidad neta de 510 litros cómo mínimo. Sin embargo, en el mercado actual existen muchos fabricante los cuales ofrecen excelentes especificaciones técnicas pero cuenta con un volumen neto levemente menor al solicitado.
A fin de promover una mayor participación de postores, solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A02 del siguiente modo:

""Capacidad de la cámara de conservación: 490 litros cómo mínimo ""

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A02 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postore se ampliará la especificación A02 aceptando como mínimo una capacidad neta de 500 litros. Se precisa tambien que esta ampliación no afecta la capacidad de almacenamiento de la refrigeradora solicitada.
Se pedirá modificar la especificación A02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
A02 CAPACIDAD DE LA CAMARA DE CONSERVACION: 500 LITOROS COMO MINIMO.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:10

Consulta: Nro. 143

Consulta/Observación:

"Se pide a la Entidad aclarar la especificación técnica A04.

¿A que se refiere cuando solicitan ""acero sanitario""?"

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: A04 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que el término acero sanitario hace referencia al acero utilizado para la fabricación de equipos utilizados en ambientes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:10

Consulta: Nro. 144

Consulta/Observación:

"Se pide a la Entidad aclarar la especificación técnica A05.

¿El espesor del aislmiento, debe ser cómo mínimo para los 3 lados o solo para un lado cómo mínimo""?"

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: A05 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACLARA que el espesor de aislamiento solicitado cómo mínimo es para los tres paneles del refrigerador (posterios y los dos laterales)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:10

Observación: Nro. 145

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A08 solicita una puerta con características específicas lo cual solo puede ser cumplido por una sola marca, siendo esto de carácter restrictivo. A fin de permitir una mayor participación de postores, solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A08 del siguiente modo:

""Puerta de acero pintado ciega con manija ergonómica de aluminio o de acuerdo a la tecnología de cada fabricante""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A08 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otros postores se aceptará la observación presentada por el postor aceptando que la presentación de la puerta de la refrigeradora sea tambien, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.

Se pedirá corregir la especificación A08

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A08 PUERTA DE ACERO PINTADO CIEGA CON MANIJA ERGONOMICA DE ALUMINIO O DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:10

Observación: Nro. 146

Consulta/Observación:

Solicitamos la comité permita participar como reponsable del mantenimiento preventivo de técnico a bachiller en ingeniería electrónica o ingeniero electrónico siempre y cuando cumpla con el perfil solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECINCA, SE ACLARA, QUE PUEDEN PRESENTAR PROFESIONAL COLEGIADO, BACHILLER EN INGENIERIA ELECTRONICA O BIOMEDICA O MECATRONICO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:34:10

Observación: Nro. 147

Consulta/Observación:

El personal clave para la instalación y capacitación, Solicitamos se solicite experiencia en equipos biomedicos en general. Así mismo la capacitación solicitada será brindar por el fabricante ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACOGE PARCIALMENTE, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, EN ESE SENTIDO, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, QUEDANDO EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Dos (02) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o Capacitación y/o mantenimiento en equipos biomedicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dos (02) años de experiencia en instalación y/o implementación y/o Capacitación y/o mantenimiento en equipos biomedicos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:40:45

Observación: Nro. 148

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité Evaluador incluir dentro de la especificación A02 una tolerancia a la capacidad neta a fin de permitir una mayor participación de postores. ¿Aceptará el Comité una tolerancia de -20 litros a fin de permitir una mayor participación de postores?

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: A02 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica SE ACLARA que a fin de promover una mayor participación de postore se ampliará la especificación A02 aceptando como mínimo una capacidad neta de 500 litros (tolerancia de -10 litros)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:40:45

Observación: Nro. 149

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité Evaluador modificar la especificación A08, considerando las caracteristiscas de la puerta cómo opcional ya que las características solicitadas son restrictivas y no permiten la participación de otras marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: A08 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que a fin de no restrigir la participación de otros postores se aceptará la observación presentada por el postor aceptando que la presentación de la puerta de la refrigeradora sea tambien, de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:40:45

Observación: Nro. 150

Consulta/Observación:

"Se recomienda al comité evaluadro incluir un sistema de monitoreo por SMS debido a que los telefonos celulares esta al alcance de todos y así el equipo pueda alertar alarmas de algun fallo del equipo a larga distancia mediante SMS . Debido a que se tiene que hacer un registro riguroso de la temperatura de los liquidos reactivos. , es escencial estar al tanto ante cualquier alteración de temperatura para así no romper la cadena de frio , de caso contrario un incremento de temperatura podría afectar el contenido de los liquidos reactivos.."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de permitir un monitoreo continuo del buen funcionamiento de la refrigeradora, se adicionará la especificación A26 la cual solicitará un sistema integrado de monitoreo en tiempo real del refrigerador así como para visualización de alarmas, temperatura de la cámara de conservación entre otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A26 SISTEMA DE MONITOREO A DISTANCIA EN TIEMPO REAL PARA VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA, ALARMAS, CÓMO MÍNIMO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:40:45

Observación: Nro. 151

Consulta/Observación:

"Se recomienda al comité evaluador incluir baterias de respaldo para la funcionalidad del panel de control. Esto ayudará a que a pesar de que halla un corte eléctrico , brindar soporte y logre aun registrar y monitorizar la temperatura interna de los reactivos líquidos."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que a fin de no restrigir la participación de otros postores no se acogerá la observación del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:51:40

Observación: Nro. 152

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A11 solicita un compresor con potencia específica lo cual solo puede ser cumplido por pocas marcas, siendo esto de carácter restrictivo. A fin de permitir una mayor participación de postores, solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A11 del siguiente modo:
""Compresor herméticos de 3/4 de HP o de acuerdo a cada fabricante"""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A11 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que cada fabricante dimensiona el compresor adecuado para el buen funcionamiento del refrigerador por lo que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A11 aceptando cualquier potencia para el compresor del refrigerador.
Se pedirá modificar la especificación A11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11: COMPRESOR HERMETICO DE 3/4 DE HP O ACUERDO A CADA FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:51:40

Observación: Nro. 153

Consulta/Observación:

Se observa que la especificación A12 solicita un nivel de ruido que puede ocasionar molestias para el usuario por lo que sugerimos a la Entidad mejorar la especificación considerando un nivel de ruido de 46 dB como máximo. Esta mejor ofrece una ventaja funcional para el usuario ofreciendo un mejor entorno de trabajo para el usuario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A12 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de asegurar que el refrigerador no genere demasiado ruido el cual pueda perturbar el ambiente de trabajo, se aceptará que la refrigeradora cuente con un nivel de ruido no mayor a 46 dB(A).

Se pedirá modificar la especificación A12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A12 NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 46 dB.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:51:40

Observación: Nro. 154

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A18 solicita la calibración digital lo cual solo puede ser cumplido por pocas marcas, siendo esto de carácter restrictivo. A fin de permitir una mayor participación de postores, solicitamos a la Entidad considerar retirar dicha característica de la especificación A18.
"

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: A18Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A18 considerando la calibración digital cómo opcional.
Se pedirá modificar la especificación A18

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A18 considerando la calibración digital cómo opcional.
Se pedirá modificar la especificación A18

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:51:40

Observación: Nro. 155

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A09 solicita que la iluminación de la puerta sea regulable siendo esto una especificación que solo puede ser cumplido por pocas marcas, siendo así esto de carácter restrictivo. A fin de permitir una mayor participación de postores, solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A09 del siguiente modo:
""Iluminación LED interior ajustable o de acuerdo a la tecnología de cada fabricante"""

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A09 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, NO SE ACOGE. Se precisa que a fin de asegurar una adecuada visualización de los medicamentos durante cualquier momento del día, lo mínimo que se aceptará es que el refrigerador permita cambiar la intensidad de luz dentro de la cámara de conservación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:51:40

Observación: Nro. 156

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación A25 solicita que que el termostato esté ubicado en el condensador siendo esto una especificación que solo puede ser cumplido por pocas marcas, siendo así esto de carácter restrictivo. Entendemos que muchas marcas cuentan con el termostato en otro lugar sin que esto ocasione una desventaja funcional para el área usuaria. A fin de permitir una mayor participación de postores, solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación A25 del siguiente modo:

""Termostato de seguridad para protección en casos de exceso de congelación o sobrecalentamiento ""

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A25 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otros postores y entendiendo que la ubicación del termostato depende directamente de la tecnología de cada fabricante sin que esto genere alguna desventaja funcional para el refrigerador. Por consiguiente, se modificará la especificación A25

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A25 TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN EN CASOS DE EXCESO DE CONGELACIÓN O SOBRECALENTAMIENTO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:51:40

Observación: Nro. 157

Consulta/Observación:

"Se observa que la especificación B04 solicita un estabilizador con características únicas lo cual solo puede ser cumplido por una sola marca, siendo esto de carácter restrictivo. A fin de permitir una mayor participación de postores, solicitamos a la Entidad considerar ampliar la especificación B04 del siguiente modo:
""Estabilizador con tensión de salida 220 VAC +/- 2% o más preciso, con una potencia 25% de potencia adicional respecto a la potencia del equipo"""

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: B04Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otros postores se modificará la especificación B04 aceptando que el estabilizador de tensión cumpla como mínimo con "salida 220 VAC +/- 2% o más preciso, con una potencia 25% de potencia adicional respecto a la potencia del equipo"
Se modificará la especificación B04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B04 SALIDA 220 VAC +/- 2% O MÁS PRECISO, CON UNA POTENCIA 25% DE POTENCIA ADICIONAL RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:51:40

Consulta: Nro. 158

Consulta/Observación:

"Se pide a la Entidad aclarar la siguiente consulta.
Dada que la especificación C02 no es una característica técnica que dependa de la fabricación del equipo, podrá esta especificación ser sustentada mediante declaración jurada?"

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: C02 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica SE ACLARA que la especificación C02 podrá ser sustentada con declaración jurada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:51:40

Observación: Nro. 159

Consulta/Observación:

"Se observa que el literal e) solicita que para acreditar las especificaciones solo se permitirá utilizar una carta para sustentar hasta cuatro especificaciones. A fin de favorecer la presentación de ofertas solicitamos que se pueda acreditar especificaciones mediante carta firmada por el fabricante sin restricción alguna ya que las especificaciones técnica no se pueden sustentar en su totalidad con ficha técnica o manual de uso o técnico.
Permitir el uso de la carta, siempre en cuanto la carta esté firmada por el fabricante, ayudará a que muchos postores puedan participar en el proceso de licitación favoreciendo a la Entidad ya que se presentará una mayor cantidad de ofertas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: E Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACOGE, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES , EN ESE SENTIDO, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, QUEDANDO EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO N° 14) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias; también se empleará cualquier otro documento emitido por el fabricante. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:

RESPECTO AL SUSTENTO GRAFICO (PLANOS, FIGURAS, O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ESTAS SERÁN DESCALIFICADAS.
LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE NO ESTÁN RELACIONADAS AL DISEÑO DE FABRICANTE SERÁN ACREDITADAS MEDIANTE EL ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RESPECTO AL SUSTENTO GRAFICO (PLANOS, FIGURAS, O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ESTAS SERÁN DESCALIFICADAS.
LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE NO ESTÁN RELACIONADAS AL DISEÑO DE FABRICANTE SERÁN ACREDITADAS MEDIANTE EL ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura :LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20556514004	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	Hora de envío :	23:51:40

Observación: Nro. 160

Consulta/Observación:

Se observa que la página 19 indica la cantidad de especificaciones técnicas a acreditar. Sin embargo, muchas especificaciones solicitadas en el cuadro mostrado no son especificaciones técnicas lo cual no puede ser sustentado técnicamente por lo cual, solicitamos a la Entidad confirmar la cantidad de especificaciones técnicas que se deberá acreditar con ficha técnica, manual, carta entre otros.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.2Literal:Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACOGE, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES , EN ESE SENTIDO, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, QUEDANDO EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO N° 14) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias; también se empleará cualquier otro documento emitido por el fabricante. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:

RESPECTO AL SUSTENTO GRAFICO (PLANOS, FIGURAS, O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ESTAS SERÁN DESCALIFICADAS.
LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE NO ESTÁN RELACIONADAS AL DISEÑO DE FABRICANTE SERÁN ACREDITADAS MEDIANTE EL ANEXON°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RESPECTO AL SUSTENTO GRAFICO (PLANOS, FIGURAS, O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ESTAS SERÁN DESCALIFICADAS.
LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE NO ESTÁN RELACIONADAS AL DISEÑO DE FABRICANTE SERÁN ACREDITADAS MEDIANTE EL ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:56:57

Observación: Nro. 161

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité Evaluador modificar la especificación A11, considerando las caracteristiscas del compresor de acuerdo a la tecnología de cada fabricante ya que las características solicitadas son restrictivas y no permiten la participación de otras marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A11 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE. Se precisa que cada fabricante dimensiona el compresor adecuado para el buen funcionamiento del refrigerador por lo que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A11 aceptando cualquier potencia para el compresor del refrigerador.
Se pedirá modificar la especificación A11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A11:
COMPRESOR HERMETICO DE 3/4 DE HP O ACUERDO A CADA FABRICANTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:56:57

Observación: Nro. 162

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité Evaluador modificar la especificación A18, considerando la calibración digital cómo opcional ya esta característica solicitada son restrictivas y no permiten la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A13 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A18 considerando la calibración digital cómo opcional.
Se pedirá modificar la especificación A18

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de promover una mayor participación de postores se ampliará la especificación A18 considerando la calibración digital cómo opcional.
Se pedirá modificar la especificación A18

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:56:57

Observación: Nro. 163

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité Evaluador modificar la especificación A25, considerando las ubicación del termostato de acuerdo a la tecnología de cada fabricante ya que una ubicación fija es restrictiva y no permiten la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A25 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otros postores y entendiendo que la ubicación del termostato depende directamente de la tecnología de cada fabricante sin que esto genere alguna desventaja funcional para el refrigerador. Por consiguiente, se modificará la especificación A25

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A25

TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN EN CASOS DE EXCESO DE CONGELACIÓN O SOBRECALENTAMIENTO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:56:57

Observación: Nro. 164

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité Evaluador modificar la especificación B04, considerando las caracteristiscas del estabilziador cómo opcional ya que las características solicitadas son restrictivas y no permiten la participación de otras marcas.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: B04 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión técnica, SE ACOGE PARCIALMENTE. Se precisa que a fin de no restringir la participación de otros postores se modificará la especificación B04 aceptando que el estabilizador de tensión cumpla como mínimo con "salida 220 VAC +/- 2% o más preciso, con una potencia 25% de potencia adicional respecto a la potencia del equipo"

Se modificará la especificación B04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B04

SALIDA 220 VAC +/- 2% O MÁS PRECISO, CON UNA POTENCIA 25% DE POTENCIA ADICIONAL RESPECTO A LA POTENCIA DEL EQUIPO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:56:57

Observación: Nro. 165

Consulta/Observación:

"Literal e):

Se pide al Comité considerar ampliar el literal e)de la página 19 ya que existen varias características técnicas las cuales no pueden ser sustentadas fácilmente con cualquier documento técnico o similar. A fin de permitir una mayor participación de marcas solicitamos que se permita utilizar varias cartas para sustentar las especificaciones solicitadds"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: E Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACOGE, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES , EN ESE SENTIDO, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, QUEDANDO EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO N° 14) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias; también se empleará cualquier otro documento emitido por el fabricante. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:

RESPECTO AL SUSTENTO GRAFICO (PLANOS, FIGURAS, O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ESTAS SERÁN DESCALIFICADAS.
LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE NO ESTÁN RELACIONADAS AL DISEÑO DE FABRICANTE SERÁN ACREDITADAS MEDIANTE EL ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RESPECTO AL SUSTENTO GRAFICO (PLANOS, FIGURAS, O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ESTAS SERÁN DESCALIFICADAS.
LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE NO ESTÁN RELACIONADAS AL DISEÑO DE FABRICANTE SERÁN ACREDITADAS MEDIANTE EL ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : LP-SM-20-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE, LAMPARA CIALITICA DE DOS CUERPOS, MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR Y REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS PARA LA IOARR 2601427 ¿ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿.

Ruc/código :	20604370630	Fecha de envío :	11/12/2024
Nombre o Razón social :	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	Hora de envío :	23:56:57

Observación: Nro. 166

Consulta/Observación:

"Página 19

Se pide al Comité Evaluador confirmar los puntos a sustentar para los cuatro ítems solicitados. Hacemos la petición ya que algunos puntos solicitados no son características técnicas y dificultan su acreditación."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISION TECNICA, SE ACOGE, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES , EN ESE SENTIDO, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN CON EL ESTADO, EN SU INCISO A) LIBERTAD DE CONCURRENCIA, B) IGUALDAD DE TRATO, E) COMPETENCIA, QUEDANDO EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO N° 14) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias; también se empleará cualquier otro documento emitido por el fabricante. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes:

RESPECTO AL SUSTENTO GRAFICO (PLANOS, FIGURAS, O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ESTAS SERÁN DESCALIFICADAS.

LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE NO ESTÁN RELACIONADAS AL DISEÑO DE FABRICANTE SERÁN ACREDITADAS MEDIANTE EL ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RESPECTO AL SUSTENTO GRAFICO (PLANOS, FIGURAS, O IMÁGENES), QUE SUSTENTAN EL (LOS) BIEN(ES) OFERTADO(S), OBJETO DE LA CONVOCATORIA, TENDRÁ QUE ESTAR COMPATIBILIZADO CON EL SUSTENTO LITERAL CORRESPONDIENTE. SI EN LAS PROPUESTAS, EXISTIERA CONTRADICCIONES ENTRE EL SUSTENTO GRÁFICO Y LITERAL, ESTAS SERÁN DESCALIFICADAS.

LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE NO ESTÁN RELACIONADAS AL DISEÑO DE FABRICANTE SERÁN ACREDITADAS MEDIANTE EL ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.