

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LA META: (0178)¿ AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI, EN LA ZONAL DE PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 20553332975

Nombre o Razón social : SELLER MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 13/11/2024

Hora de envío : 19:47:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

g) Declaración jurada de capacitación, mantenimiento de las maquinarias correspondiente a la garantía según las especificaciones técnicas del requerimiento.

Observamos en las bases se solicita declaración jurada de capacitación y mantenimiento de maquinarias, que no corresponde para el presente adjudicación ya que se trata de instrumental quirúrgico y este no requiere de mantenimiento como tal. Solicitamos al comité con todo el respeto que merece suprimir mencionada declaración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de la evaluación realizada por el postor, este comité de selección, ACOGE la observación, se suprime el punto G) referente al numeral 2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS indice 2.2.1.1.

Documentos para la Admisión de la oferta (DECLARACIÓN JURADA DE CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime el punto g del numeral 2.2 contenido de las ofertas, indice 2.2.1.1 documentos para la admisión de la oferta de las bases administrativas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LA META: (0178)¿ AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI, EN LA ZONAL DE PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	19:47:37

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Emitir comprobante de pago

Estimados miembros del Comité de Selección,

Me permito solicitar respetuosamente la supresión del siguiente punto en las bases de la convocatoria

Punto a suprimir:

Emitir comprobante de pago.

La razón de esta solicitud es que el comprobante de pago es un documento que, por su naturaleza, solo puede emitirse una vez que el equipo haya sido entregado. En consecuencia, no corresponde que este documento se incluya en esta etapa del proceso de selección, ya que no es posible presentarlo antes de cumplir con dichos compromisos contractuales. Por tanto, solicitamos que se elimine este punto del proceso para alinearlos con la lógica y los tiempos adecuados del ciclo de contratación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de la evaluación realizada por el postor, este comité de selección, ACOGE la observación, se suprime el punto de EMITIR COMPROBANTE DE PAGO de los Requisitos del Proveedor y/o Personal de las Especificaciones Técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime el punto de EMITIR COMPROBANTE DE PAGO de los Requisitos del Proveedor y/o Personal de las Especificaciones Técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO PARA LA META: (0178)¿ AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI, EN LA ZONAL DE PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	13/11/2024
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	19:47:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Observamos que para los sets en general se solicitan contenedores con diferentes características (aluminio y acero inoxidable), guiándonos de eso solicitamos al comité de selección considerar unificar las características la razón de esta solicitud es que la unificación de las especificaciones de los contenedores en los sets de instrumental proporcionará varios beneficios, tales como:

Mejor control de calidad y consistencia: Al establecer una única referencia para los contenedores, se asegurará que todos los sets cumplan con los mismos estándares de durabilidad, seguridad y funcionalidad, lo que facilita la evaluación y la comparación entre las propuestas.

Facilidad de manejo y almacenamiento: La uniformidad en el diseño de los contenedores facilitará tanto su almacenamiento como el manejo de los sets, mejorando la organización y optimizando el uso del espacio.

Por lo tanto, solicitamos que el comité considere la modificación de las especificaciones para que las características de los contenedores sean uniformes en todos los sets de instrumental, con el fin de optimizar los beneficios mencionados. Quedando de la siguiente manera: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA Y ASAS LATERALES, CON FILTRO PERMANENTES Y/O REUSABLES HASTA 2000 CICLOS DE ESTERILIZACION O MAYOR, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

luego de la evaluacion realizada por el postor este comite de seleccion ACOGE la observacion se unifica las características tecnicas de los contenedores de los instrumentales medicos quedando de la siguiente manera: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA Y ASAS LATERALES CON FILTRO PERMANENTE Y/O REUSABLES HASTA 2000 CICLOS DE ESTERILIZACION O MAYOR CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica las características tecnicas de los instrumentales medicos que requieran contenedores a lo siguiente: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON TAPA Y ASAS LATERALES CON FILTRO PERMANENTE Y/O REUSABLES HASTA 2000 CICLOS DE ESTERILIZACION O MAYOR CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL