

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20295006570	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	ANDINA MEDICA FILIAL PERU	Hora de envío :	15:42:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿El Hospital cuenta con un sistema LIS ya desarrollado , para poder realizar la interface con el analizador automatizado de hemocultivos que están solicitando ?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 15 Literal: 15.2 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA , ACLARA QUE El Hospital General de Jaén no cuenta con un sistema LIS desarrollado. Se ha solicitado en las especificaciones técnicas que el equipo en cesión en uso cuente con la capacidad de conexión a LIS bidireccional por ser este un sistema de gestión de laboratorio muy demandado en la actualidad, que permite automatizar e integrar las operaciones y los procesos de laboratorio, sin embargo, los postores deben considerar que no se solicita ejecutar la interconexion de la interface del equipo con el sistema LIS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	18:22:54

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el numeral 15.1 Características técnicas del equipamiento en cesión en uso se menciona en en el literal b) De la recepción, instalación y conformidad de los equipos :

ج..(ج.) El plazo máximo para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y accesorios non podrá exceder de los 15 (quince) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

En ese sentido es preciso señalar que toda compañía cuando se presenta a un concurso público como éste no está seguro de ganar la buena pro por lo que en caso de ganarla debe de iniciar el trámite de importación respectivo, transporte del equipo, trámites de desaduanaje y posterior transporte a sus instalaciones donde se verificará su operatividad. Este procedimiento toma alrededor de 30 días calendarios, a lo que se debe de sumar los días que conlleva el transporte a la institución.

En tal sentido consideramos resulta poco razonable colocar un plazo máximo de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y accesorios, motivo por el cual OBSERVAMOS las presentes bases y solicitamos al Comité Especial se sirva ampliar el plazo máximo para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y accesorios a 45 días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 15.1 Literal: b Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA acoge parcialmente la observación y se indica que en base a la necesidad del area usuaria para la primera entrega de los bienes, la instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos, sera en un plazo máximo de 30 (TREINTA) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	18:22:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 1

En la página 64 de las presentes bases, numeral 3.2 Requisitos de Calificación, Literal B Experiencia del postor en la especialidad se menciona lo siguiente :

El postor debe de acreditar un monto facturado equivalente a S/. 350,000 por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Se consideran bienes similares a los siguientes : Ventas de equipos, y / o reactivos, y / o insumos para cultivo microbiológico en general del laboratorio clínico.

Al respecto es preciso señalar que en aras de favorecer la participación de mayor cantidad de postores , solicitamos al Comité Especial se sirva ampliar la característica de bienes similares a la venta de reactivos de laboratorio en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3,2 Literal: b Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion en coordinacion con el area usuaria no se acepta la consulta por cuanto se sabe que en el laboratorio clinico se trabajan diversas metodologias en las areas de hematologia, inmunologia, bioquimica, microbiologia, biologia molecular, genética, entre otros, que no son objeto de esta convocatoria, por tanto no son considerados bienes similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:09:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM 2.2.1.1 documento para la admisión de la oferta

Literal e) se solicita REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO, Solicitamos amablemente al comité especial tome cuenta la presentación obligatoria del REGISTRO SANITARIO para hemocultivos adultos y pediátricos, ofertados por las distintas casas comerciales, el mismo que es un dispositivo médico que por su naturaleza toma contacto con las muestras de sangre de los pacientes que se encuentran en su mayoría hospitalizados, o en UCI, es decir estos hemocultivos necesariamente deben estar avalados con un registro sanitario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion del area usuaria aclara la consulta, indicando que se aceptara productos que no requieran registro sanitario, según el listado actual, publicado en la pagina web de DIGEMID, conforme a lo establecido en el PRONUNCIAMIENTO N°083-2016/OSCE-DGR. Entre ellos los medios de cultivo que por su naturaleza no se exige segun la relacion de productos que no estan sujetos a otorgamiento de registro sanitario, segun lo dispuesto por la DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:09:43

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

LITERAL 3 - CARACTERÍSTICAS

Solicitan pantalla táctil como característica del equipo, cabe aclarar que este requerimiento podría limitar la participación de otros postores, Por lo cual solicitamos amablemente al comité evaluador pueda tener consideración dicha característica como opcional: ¿¿pantalla táctil y/o monitor LCD¿ con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"el comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara al postor que se ha solicitado una pantalla LCD táctil a color de 7"" como mínimo de manera opcional, y que el monitor de la estación de trabajo debe ser LCD de 15"".

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:44:26

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el literal i) de la página 18 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

i) Copia simple del Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)

Al respecto, según lo indicado en lo descrito en el presente literal, solicitamos al Comité de Selección que establezca para la integración de Bases que dicho documento deberá estar en el formato y alcance del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: i) Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion del area usuaria aclara la consulta, indicando que se aceptara el protocolo y/o certificado de analisis en formato libre, pero su contenido debera cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:44:26

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En los literales k y l de la página 19 de las Bases se indica que se deberán adjuntar documentos para acreditar las especificaciones técnicas.

Al respecto; solicitamos al comité de selección PRECISE claramente en las bases integradas que los documentos que servirán para acreditar las especificaciones técnicas de los bienes objeto de la convocatoria serán los siguientes:

¿Con folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o insertos o brochure o cartas emitidas por el fabricante, fabricante real o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o sucursal¿.

Según lo dispuesto en el artículo 396 de la Ley N° 26887 ¿Ley General de Sociedades¿, según el cual se entiende por sucursal a ¿(¿) todo establecimiento secundario a través del cual una sociedad desarrolla, en lugar distinto a su domicilio, determinadas actividades comprendidas dentro de su objeto social. La sucursal carece de personería jurídica independiente de su principal. Está dotada de representación legal permanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las actividades que la principal le asigna, conforme a los poderes que otorga a sus representantes¿.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: k y l Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el area usuaria ACOGE la consulta aclarando que se aceptara todo documento tecnico emitido por el fabricante, fabricante real o fabricante legal o dueño de la marca o su filial o sucursal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:44:26

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el literal k) de la página 20 de las Bases se indica que para el perfeccionamiento de contrato se deberán adjuntar los siguientes documentos:

k) El postor debe presentar, ANEXO A, ANEXO B, ANEXO C, ANEXO D, ANEXO E de las especificaciones técnicas.

Al respecto, cabe señalar que estos documentos NO DEBEN ADJUNTARSE en la etapa de presentación de ofertas debido que NO CORRESPONDEN según las Bases Estándar del OSCE, entendemos que se trata de un error de tipeo.

Por tanto, solicitamos SUPRIMIR dicha exigencia de modo que se retire para la integración de Bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: k Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el area usuaria acalara la consulta, la esta documentacion no sera presentada en la etapa de presentacion de ofertas sino que sera requerida para el perfeccionamieno del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:44:26

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el Capítulo III de las Bases se visualizan diferentes formatos y anexos, a fin de evitar ambigüedades para la presentación de ofertas y demás etapas del presente procedimiento solicitamos al Comité de Selección que PRECISE con exactitud qué documentos deberán presentarse para la presentación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de seleccion en coordinacion con el area usuaria aclara que el ANEXO A, ANEXO B, ANEXO C, ANEXO D y ANEXO E seran presentados para el perfeccionamiento del contrato y los FORMTAOS 1 AL 13 asi como el ANEXO F serán presentados al internamiento de los bienes y del equipo en cesion de uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:44:26

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el Anexo B: Hoja de presentación del Equipo cedido en cesión de uso, se indica que se requiere colocar la información de fecha de fabricación.

Al respecto, cabe señalar que esta documentación NO CORRESPONDE presentar en la etapa de presentación de ofertas, sino que deberá ser entregada por el postor ganador de la Buena Pro en la etapa de ejecución contractual, pues se convierte en una limitante a la pluralidad de postores si se tuviese como documentación obligatoria en la etapa de presentación de ofertas, pues implicaría que los postores ya cuenten con los equipos, sin embargo, ello se convierte en un gasto excesivo y oneroso para esta etapa, en ese orden de ideas, solo los portores que cuenten con los equipos podrán presentar su oferta.

Aunado a ello, es preciso señalar que el OSCE en diversos pronunciamientos ha señalado que no se puede exigir que los postores en la presentación de ofertas presenten el número de serie, fecha de fabricación, toda vez, que es una exigencia desproporcional y poco razonable para dicha etapa.

PRONUNCIAMIENTO N° 202- 2022/OSCE-DGR

¿De esta manera, se puede apreciar que, si bien la Entidad estaría solicitando determinada información para la suscripción de contrato que permita conocer el equipo que se estaría ofertando, exigir para la suscripción de contrato documentos otorgados por el fabricante donde indique datos, entre otros, como ¿fecha de fabricación¿ y ¿número de serie¿ del equipo ofertado, así como la copia de la Declaración Única de Aduana (DUA) que se utiliza para solicitar que las mercancías sean sometidas a los regímenes y operaciones aduaneros; RESULTARÍAN REQUISITOS IRRAZONABLES Y EXCESIVOS, TODA VEZ QUE, PODRÍA IMPLICAR QUE SÓLO LOS POSTORES QUE YA CUENTAN CON LOS EQUIPOS EN STOCK PUEDAN CONTAR CON DICHOS DOCUMENTOS (¿). De ahí que, la documentación otorgada por el fabricante (casa matriz) que indique la fecha de fabricación, marca, modelo y número de serie del equipo ofertado, así como la copia de la Declaración Única de Aduana (DUA) donde acredite la fecha de ingreso del equipo al país; debería ser presentados por el ¿CONTRATISTA¿ AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO DE LOS BIENES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección ELIMINAR este requerimiento amparados en la Ley de Contrataciones del Estado que ha establecido lo siguiente: ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores¿. (Artículo 2, literal a); ¿Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto¿. (Artículo 2, literal b). Señalando que dicha documentación, de requerirse debe ser al INTERNAMIENTO DE LOS BIENES.

Acápíte de las bases :Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: ANEXO B

Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinacion con el area usuaria aclara que el ANEXO B sera presentado para el perfeccionamiento del contrato y no seranecesario para la presentacion de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	23:54:31

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la presente sección se establece un cronograma de entregas; considerando que existen diversas presentaciones en el mercado las cuales no pueden ser impedimento para ser postor, solicitamos atentamente al comite confirmar que antes de la firma de contrato las entregas serán coordinadas con el contratista de tal manera que guarde relación con la presentación ofertada por este.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el cronograma de entregas es en base a la necesaidad del area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	23:54:31

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

La Entidad como parte de su requerimiento solicitaría que los certificados de análisis deberían consignar cuanto menos la siguiente información: nombre del producto y/o código del producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis y/o emisión del documento. Ahora bien, de acuerdo con la norma sanitaria aplicable al caso sería el Decreto Supremo N° 016-2011-SA, la cual no indicaría una lista taxativa de datos que deberían ser consignados y/o un formato con determinada estructura o contenido que debería presentar el certificado de análisis en caso dicho documento sea presentado para la inscripción y reinscripción de dispositivos médicos de la Clase I, II, III y IV, además, de lo precisado en el numeral 12 del Anexo N° 01 -Glosario de Términos y Definiciones- del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, por lo que, no habría mayor sustento normativo que respalde el requerimiento de la Entidad.

En ese sentido, considerando lo expuesto precedentemente observamos esta sección de las bases y solicitamos a la Entidad acepte copia simple del protocolo y/o certificado de análisis emitidos por el fabricante (extranjero) con la información que éstos declaren en el mismo y en sus propios formatos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: j Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

concurrency

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación del área usuaria aclara la consulta, indicando que se aceptara el protocolo y/o certificado de análisis en formato libre, pero su contenido deberá cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo N° 016-2011-SA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	23:54:31

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En esta sección se solicita los rotulados de envase mediato, inmediato e inserto de acuerdo a lo autorizado en el registro sanitario del bien ofertado. Al respecto, considerando que existen productos que no requieren registro, solicitamos al comite aclarar que este requerimiento será opcional cuando el producto ofertado no requiere registro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: j Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en coordinacion con el area usuaria acoge la consulta precisando que este literal sera considerado OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MODIFICAR ¿¿.considerar OPCIONAL literal j)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	23:54:31

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el numeral 16, condiciones del postor, se solicita carta de representacion de la marca, documento que ha sido observado por la direccion técnica normativa t el tribunal del OSCE en sendas resoluciones, las cuales señalan que las empresas pueden comercializar determinado bien, independientemente de su condición de distribuidor, subdistribuidor o representante de marca, en ese sentido, observamos esta sección y solicitamos suprimir la "carta de representación de la marca"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

concurrency

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de Selección en coordinacion con el area usuara NO acoge la obsevacion, presisando lo siguiente La carta de representación de la marca, permite identificar a los postores que cuentan con la autorización de la marca para la comercialización de determinados bienes, asegurando de esta manera a as entidades la calidad de los productos y servicios a adquirir, asimismo este asegura el respaldo del fabricante. por lo que, para garantizar la pluralidad de postores se solicitará Carta de representación ó carta de autorización ó carta de distribución de la marca emitido por el fabricante ó carta del representante dela marca en el Perú que autoriza al postor la comercialización de los bienes la cual debe ser entregada al momento de la presentación de documentos para el perfeccionamiento del contrato"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Carta de representación ó carta de autorización ó carta de distribución de la marca emitido por el fabricante ó carta del representante de la marca en el Perú que autoriza al postor la comercialización de los bienes la cual debe ser entregada al momento de la presentación de documentos para el perfeccionamiento del contrato"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO AEROBICO CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	06/05/2024
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	23:58:58

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

en la pagina 38 se solicita que para la firma de contrato se presente una poliza de seguros, considerando que este documento debe ser tramitado teniendo la certeza de que la buena pro esta consentida, solicitamos que dicho documento sea entregado con la entrega del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el area usuaria ACOGE la consuta indicando que la poliza sera presentada al momento de la entrega del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null