



ANEXO A
ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS
AS-SIM-10-2024-ESSALUD/CEABE-1-1

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE ASPIRADOR DE SECRECIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2284956.

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	N° Postor	RUC	Nombre o Razón Social	ADMISIÓN DE LA OFERTA								Resultado (Admitida / No admitida)
						Documentación de presentación obligatoria								
						a) Declaración jurada de cumplimiento de los datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Conforme a lo señalado en el punto 5.3 de las especificaciones técnicas, el postor debe presentar los documentos: 5.3.1 Hoja de presentación del producto 5.3.2 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente 5.3.3 Certificado de seguridad eléctrica	f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	h) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE ASPIRADOR DE SECRECIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2284956	17	1	20100262291	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			2	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			3	20524232104	OPEN MEDIC S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			4	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			5	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			6	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			7	20553285101	MEDSTEP PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			8	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S.A	CUMPLE	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA	-	NO SE VISUALIZA	NO ADMITIDA
			9	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			10	20524983924	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			11	20604687137	DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			12	20340116055	TECNI - MED SYSTEM. S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			13	20529457554	CORPORACION DACMAR S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			14	20493132416	BIOTECHNOLOGIC IMPORT S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA


Observaciones:

COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C
NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. EL DOCUMENTO PRESENTADO CORRESPONDE A CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.
CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.
SE SOLICITA ACREDITAR: _D01: 220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)*, EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).

OPEN MEDIC S.A.C.	
EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE EL MODELO OFERTADO EN LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (RECORD 56) Y CON LO INDICADO EN LA DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN (RECORD 55 DDS), POR LO CUAL, NO CUMPLE EN ACREDITAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA DEL IETSJ.	
GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_D01: "220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)"; EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).	
MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	
NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B01, B02, B03: EL POSTOR OFERTA LA MARCA "INSPIRAL" MODELO SU60.10". SIN EMBARGO, SUSTENTA B01, B02 Y B03 SOBRE UN CUADRO CON MODELO DIFERENTE AL OFERTADO EN LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.	
MEDSTEP PERU S.A.C.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_D01: "220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)"; EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).	
A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	
AL ABRIR EL ARCHIVO (OFERTA DEL POSTOR) DESCARGADO DEL SEACE, NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTOS DE SUSTENTO PARA LOS PUNTOS b), c), d), e), f), g) y h)	
AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	
NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	
NO CUMPLE CON EL PUNTO "h)". EL POSTOR NO CONSIDERA EL MONTO DE PRESTACIÓN ACCESORIA EN EL ANEXO N° 06.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
CORPORACION DACMAR S.A.C.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_D01: "220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)"; EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).	


PEDRO AGUIRRE CHAVEZ
PRESIDENTE TITULAR


HECTOR MANUEL GAGO CACERES
MIEMBRO 1 TITULAR


EDUARDO ANTONIO HUNG PITMAN
MIEMBRO 2 TITULAR

ACTA DE DESIERTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-ESSALUD/CEABE-1

"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE ASPIRADOR DE SECRECIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2284956"

En Jesús María, a los 18 días del mes de julio de 2024, en el local de la Sub Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de ESSALUD, sito en Jr. Domingo Cueto N° 120, 5to piso, se reúnen los miembros del comité de selección, mediante Resolución de Gerencia de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos N° 226 - CEABE-ESSALUD-2024 de fecha 24 de mayo de 2024; encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-ESSALUD/CEABE-1, cuyo objeto de convocatoria es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE ASPIRADOR DE SECRECIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2284956" participando los siguientes profesionales:

- **PEDRO AGUIRRE CHÁVEZ** (Presidente Titular)
Representante de la Sub Gerencia de Programación y Elaboración de Expedientes de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos - GABE
- **HECTOR MANUEL GAGO CACERES** (Primer Miembro Titular)
Representante de la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos - GECBE.
- **EDUARDO ANTONIO HUNG PITMAN** (Segundo Miembro Titular)
Representante de la Subgerencia de Equipamiento y Componentes Complementarios de la Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión – GCPI.

Este colegiado se reúne a fin de dar inicio a la APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, de las propuestas presentadas en el procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-ESSALUD/CEABE-1.

1. DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES

De acuerdo al cronograma, se registraron a través del sistema electrónico de la plataforma del SEACE en las horas y fechas señaladas los siguientes participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Código de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	27/05/2024	Válido		27/05/2024	20100162238	🕒🔍📄
2	Proveedor con RUC	20100262291	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	27/05/2024	Válido		27/05/2024	20100262291	🕒🔍📄
3	Proveedor con RUC	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	27/05/2024	Válido		27/05/2024	20102032951	🕒🔍📄
4	Proveedor con RUC	20340116053	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	27/05/2024	Válido		27/05/2024	20340116053	🕒🔍📄
5	Proveedor con RUC	20391026336	INTERSERVICE PERU HOSPITAL S.R.L.	27/05/2024	Válido		27/05/2024	20391026336	🕒🔍📄
6	Proveedor con RUC	20454256141	MEGATECH PERU S.A.C.	25/05/2024	Válido		25/05/2024	20454256141	🕒🔍📄
7	Proveedor con RUC	20490599224	INVERSIONES S' LO STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/05/2024	Válido		28/05/2024	20490599224	🕒🔍📄

8	Proveedor con RUC	20493132416	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20493132416	
9	Proveedor con RUC	20494151503	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20494151503	
10	Proveedor con RUC	20501645517	VITALTEC S.A.C.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20501645517	
11	Proveedor con RUC	20505423942	HC MEDICAL SAC	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20505423942	
12	Proveedor con RUC	20509873535	KENDAL IMPORT S.A.C	29/05/2024	Válido	29/05/2024	20509873535	
13	Proveedor con RUC	20520987186	CARDIOMED DEL PERU SAC	28/05/2024	Válido	28/05/2024	20520987186	
14	Proveedor con RUC	20524232104	OPEN MEDIC S.A.C.	28/05/2024	Válido	28/05/2024	20524232104	
15	Proveedor con RUC	20524983924	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	28/05/2024	Válido	28/05/2024	20524983924	
16	Proveedor con RUC	20529457554	CORPORACION DACMAR S.A.C.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20529457554	
17	Proveedor con RUC	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	28/05/2024	Válido	28/05/2024	20545804795	
18	Proveedor con RUC	20549591176	SOLUCIONES MEDICAS MACI E.I.R.L.	28/05/2024	Válido	28/05/2024	20549591176	
19	Proveedor con RUC	20551282865	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20551282865	
20	Proveedor con RUC	20553285101	MEDSTEP PERU S.A.C.	29/05/2024	Válido	29/05/2024	20553285101	
21	Proveedor con RUC	20565911920	ASECO PERU S.A.C.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20565911920	
22	Proveedor con RUC	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	25/05/2024	Válido	25/05/2024	20600930801	
23	Proveedor con RUC	20601058406	CORPORACIÓN L & A IMPORT S.A.C.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20601058406	
24	Proveedor con RUC	20601571065	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20601571065	
25	Proveedor con RUC	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20601586470	
26	Proveedor con RUC	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	29/05/2024	Válido	29/05/2024	20602609104	
27	Proveedor con RUC	20602703003	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20602703003	
28	Proveedor con RUC	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20603355289	
29	Proveedor con RUC	20604125490	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	10/06/2024	Válido	10/06/2024	20604125490	
30	Proveedor con RUC	20604249989	PERFECT ENTERPRISE DEL PERU S.A.C.	03/06/2024	Válido	03/06/2024	20604249989	
31	Proveedor con RUC	20604687137	DN SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.	28/05/2024	Válido	28/05/2024	20604687137	
32	Proveedor con RUC	20606384409	CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.	28/05/2024	Válido	28/05/2024	20606384409	
33	Proveedor con RUC	20607920363	MEGA-MED E.I.R.L.	31/05/2024	Válido	31/05/2024	20607920363	
34	Proveedor con RUC	20610815341	ATOM TECHNOLOGY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20610815341	
35	Proveedor con RUC	20611480530	BRAVO MEDICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS S.A.C.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20611480530	

2. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Con fecha 12 de junio de 2024, se culminó con la etapa de presentación de ofertas del referido procedimiento de selección en la plataforma de SEACE, obteniendo como resultado el registro de catorce (14) ofertas que corresponde a los siguientes postores:

Nro.	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/06/2024	19:06:01	20600930801	11/06/2024	19:12:12	Enviado	Valido		

2	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	12/06/2024	18:06:11	20100162238	12/06/2024	18:09:13	Enviado	Valido	
3	20340116055	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	12/06/2024	19:52:07	20340116055	12/06/2024	19:53:18	Enviado	Valido	
4	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	11/06/2024	19:51:59	20601586470	11/06/2024	19:55:25	Enviado	Valido	
5	20493132416	BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	12/06/2024	23:16:52	20493132416	12/06/2024	23:17:40	Enviado	Valido	
6	20100262291	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C.	11/06/2024	14:09:52	20100262291	11/06/2024	14:30:33	Enviado	Valido	
7	20529457554	CORPORACION DACMAR S.A.C.	12/06/2024	15:30:37	20529457554	12/06/2024	22:12:27	Enviado	Valido	
8	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	11/06/2024	15:41:46	20603355289	11/06/2024	15:44:19	Enviado	Valido	
9	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	12/06/2024	18:03:40	20102032951	12/06/2024	18:06:23	Enviado	Valido	
10	20604687137	DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.	12/06/2024	19:51:38	20604687137	12/06/2024	19:53:05	Enviado	Valido	
11	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C.	11/06/2024	18:40:59	20545804795	11/06/2024	18:41:53	Enviado	Valido	
12	20524983924	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	12/06/2024	19:11:12	20524983924	12/06/2024	19:12:15	Enviado	Valido	
13	20524232104	OPEN MEDIC S.A.C.	11/06/2024	17:41:14	20524232104	11/06/2024	17:46:24	Enviado	Valido	
14	20553285101	MEDSTEP PERU S.A.C.	12/06/2024	17:19:01	20553285101	12/06/2024	17:20:36	Enviado	Valido	

3. ETAPA LA ADMISIÓN:

Como siguiente acto se efectuó la verificación de las ofertas presentadas, con la finalidad de determinar si cumplen con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas de las bases integradas y con la totalidad de la documentación de presentación obligatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Según la evaluación técnica realizada por el comité de selección, realizando la verificación de la documentación obligatoria, se determinó el resultado siguiente (ANEXO A):

COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	RESULTADO
NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. EL DOCUMENTO PRESENTADO CORRESPONDE A CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.	NO ADMITIDA
CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	RESULTADO
SE SOLICITA ACREDITAR: _D01: "220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)"; EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).	NO ADMITIDA
OPEN MEDIC S.A.C.	RESULTADO
EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE EL MODELO OFERTADO EN LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (RECORD 55) Y CON LO INDICADO EN LA DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN (RECORD 55 DDS), POR LO CUAL, NO CUMPLE EN ACREDITAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA DEL IETSI.	NO ADMITIDA
GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	RESULTADO
SE SOLICITA ACREDITAR: _D01: "220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)"; EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).	NO ADMITIDA
MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	RESULTADO
SE SOLICITA ACREDITAR: _B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m)"; EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	NO ADMITIDA
J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	RESULTADO
_NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. SE SOLICITA ACREDITAR:	NO ADMITIDA

B01, B02, B03: EL POSTOR OFERTA LA MARCA "INSPIRAL" MODELO SU60.10", SIN EMBARGO, SUSTENTA B01, B02 Y B03 SOBRE UN CUADRO CON MODELO DIFERENTE AL OFERTADO EN LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.	
MEDSTEP PERU S.A.C.	RESULTADO
SE SOLICITA ACREDITAR: D01: "220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)"; EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).	NO ADMITIDA
A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	RESULTADO
AL ABRIR EL ARCHIVO (OFERTA DEL POSTOR) DESCARGADO DEL SEACE, NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTOS DE SUSTENTO PARA LOS PUNTOS b), c), d), e), f), g) y h)	NO ADMITIDA
AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	RESULTADO
SE SOLICITA ACREDITAR: B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.)"; EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	NO ADMITIDA
MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	RESULTADO
NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. SE SOLICITA ACREDITAR: B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.)"; EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	NO ADMITIDA
DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.	RESULTADO
SE SOLICITA ACREDITAR: B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.)"; EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	NO ADMITIDA
TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	RESULTADO
NO CUMPLE CON EL PUNTO "h)", EL POSTOR NO CONSIDERA EL MONTO DE PRESTACIÓN ACCESORIA EN EL ANEXO N° 06. SE SOLICITA ACREDITAR: B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.)"; EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	NO ADMITIDA
CORPORACION DACMAR S.A.C.	RESULTADO
SE SOLICITA ACREDITAR: B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.)"; EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	NO ADMITIDA
BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	RESULTADO
SE SOLICITA ACREDITAR: D01: "220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)"; EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).	NO ADMITIDA

4. CONCLUSIONES:

Luego de lo detallado líneas precedentes, este comité declara **DESIERTO** la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 10-2024-ESSALUD/CEABE-1.

Sin otro asunto especial que tratar, el mismo día se da por concluida la reunión suscribiéndose la presente acta luego de ser leída y aprobada por unanimidad por los tres miembros del comité de selección asistentes a la sesión.

HECTOR MANUEL GAGO CACERES
MIEMBRO 1 TITULAR

PEDRO AGUIRRE CHAVEZ
PRESIDENTE TITULAR

EDUARDO ANTONIO HUNG PITMAN
MIEMBRO 2 TITULAR