

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-36-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIENES TIPO VII HAWA TENSIOMETRO DIGITAL PARA LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código : 20607779695

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 14/11/2023

Hora de envío : 23:18:51

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Observamos que, en el apartado documentación obligatoria están solicitando lo siguiente: Presentar Metodología de análisis , lo cual limita la participación de postores.

Por lo cual solicitamos al digno Comité de Selección suprimir lo señalado, con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 350-2015-ef)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe considerar las técnicas analíticas propias del fabricante que se encuentren autorizadas como tal (Art 31 del DS. N° 016-2011-S.A.)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se debe considerar las técnicas analíticas propias del fabricante que se encuentren autorizadas como tal (Art 31 del DS. N° 016-2011-S.A.)

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-36-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIENES TIPO VII HAWA TENSIOMETRO DIGITAL PARA LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código : 20607779695

Fecha de envío : 14/11/2023

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Hora de envío : 23:18:51

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Observamos que, en el apartado documentación obligatoria están solicitando lo siguiente: Presentar Certificado de calibración de presiones validado por la entidad competente, ya que este documento limita la participación de postores. Por lo cual solicitamos al digno Comité de Selección suprimir lo señalado, con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 350-2015-ef)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

La pagina 29 señala que la presentacion es facultativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La pagina 29 señala que la presentacion es facultativa.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-36-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BIENES TIPO VII HAWA TENSIOMETRO DIGITAL PARA LA RED PRESTACIONAL ALMENARA

Ruc/código : 20607779695

Fecha de envío : 14/11/2023

Nombre o Razón social : CHAPOMEDIC S.A.C.

Hora de envío : 23:18:51

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Observamos que, en el apartado documentación obligatoria están solicitando lo siguiente: Presentar Certificado de seguridad eléctrica validado por la entidad competente, ya que este documento limita la participación de postores. Por lo cual solicitamos al digno Comité de Selección suprimir lo señalado, con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 350-2015-ef)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

La pagina 29 señala que la presentacion es facultativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La pagina 29 señala que la presentacion es facultativa.