

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/05/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		DEPARTAMENTO DE FARMACIA - PATOLOGIA CLINICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADO CON EQUIPO EN CESIÓN EN USO					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0051 DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Oficio N°393-2024-GRA/GRS/GR-HRHD/DG-DF		Fecha de recepción	18/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3				3	Informe N° 124-2024-GRA/GRS/GR-HRHD/DG-OEA-OL-ADQ	29/04/2024
<i>Consulta N° 1: En el apartado del equipo en cesion en uso, considera en metodologia CV(%) menor o igual a 4%(opcional), por lo que solicita considerar CV(%) menor o igual a 2%</i> <i>Consulta N° 2: En el apartado del equipo en cesion en uso, considera en metodologia rendimiento mnimo de 8 pruebas /hora, por lo que solicita considerar rendimiento minimo de 40/hora</i> <i>Consulta N° 3: En el apartado del equipo en cesion en uso, considera en soporte tecnico el mantenimiento preventivo se efectuara de acuerdo al manual del equipo proporcionado por la empresa fabricante, por lo que solicitar aclarar si la frecuencia de mantenimiento preventivo lo indica en el manual y puede extenderse hasta incluso 06 meses la visita del mantenimiento preventivo.</i>								

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1					3	Oficio N°513-2024- GRA/GRS/GR-HRHD/DG-DF	9/05/2024
En la consulta N° 1, el area usuaria no varia la EETT , dado que el CV considera el rango menor a 4%, por lo que la observacion se encuentra dentro del rango.							
En relacion a la Consulta N° 2, el area usuaria consideró un rendimiento minimo de 35 pruebas /hora							
Con forme a la Consulta N° 3, el area usuaria aclará que la visita de mantenimiento preventivo se efecturá de acuerdo al cronograma propuesto con una frecuencia no menor a 90 días.							

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/05/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	<div><div>GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GERENCIA REGIONAL DE SALUD Hospital Regional Honorato Delgado Oficina de Logística</div><div>LUCIO MAYTA TACCA del Equipo de Procesos de Selección Oficina de Logística</div></div> <div><div>GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GERENCIA REGIONAL DE SALUD Hospital Regional Honorato Delgado</div><div>SIKE MORALES JESSICA SALINAS Jefe de Oficina de Logística</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			