

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES Y ANALIZADORES DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE HIDRANDINA S.A.

Ruc/código : 20565793382

Nombre o Razón social : GADO-SOLUTIONS E.I.R.L.

Fecha de envío : 27/02/2025

Hora de envío : 18:55:27

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA SETEO Y MANTENIMIENTO INTERNO, ESTE TIPO DE TRABAJO NO ES PERMITIDO PARA LABORATORIOS ACREDITADOS PARA CALIBRACIONES,

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1.5      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ISO 17025

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Segun Memo HDNA-GT-0238-2025, el area usuaria absuelve lo siguiente: Se precisa que lo solicitado esta referenciado al cambio de baterías o pilas según modelo de equipo y requerimiento, motivo por lo cual se debe cumplir con losolicitado en los TDR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES Y ANALIZADORES DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565793382	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	GADO-SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:55:27

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**  
SE CONSIGNA 20 DIAS POR LOTE ENVIADO, SERIA NECESARIO SABER CUANTOS EQUIPOS POR LOTE PARA PODER CUMPLIR CON LOS 20 DIAS OBLIGATORIOS PARA ATENDERLOS Y NO INCURRIR EN MULTAS

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1.5.6      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Segun Memo HDNA-GT-0238-2025, el area usuaria absuelve lo siguiente: Se precisa que los lotes a enviar varían entre 10 a 30 equipos por lote.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-3-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES Y ANALIZADORES DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565793382	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	GADO-SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:55:27

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:  
SE SOLICITA TRES EQUIPOS ALTERNOS AL PATRÓN, SEGÚN EL MTTF Y MTBF (INDICADORES DE FALLAS DE EQUIPOS) LOS PATRONES TIENEN MU POCAS PROBABILIDADES DE FALLAR EN UN AÑO DE OPERACIONES, POR LO TANTO SOLICITAR TRES EQUIPOS ALTERNOS ES SOBRE CARGAR A LOS LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN, SIENDO UN EQUIPO ADICIONAL SUFICIENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.9.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun Memo HDNA-GT-0238-2025, el area usuaria absuelve lo siguiente:Se precisa que lo indicados en los TDR "equipos complementarios con calibración vigente", no se refiere al equipo patron, esto hace referencia a los equipos complementarios que se utilizan en la calibración como termometros, pinzas, bobinas de corriente/variadores u otros los cuales deben contar con la calibración vigente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES Y ANALIZADORES DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE HIDRANDINA S.A.

Ruc/código :	20565793382	Fecha de envío :	27/02/2025
Nombre o Razón social :	GADO-SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:55:27

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE CONSIGNA : "Se considera como calibración valida cuando el equipo de calidad tenga su certificado de calibración cumpliendo con la exactitud definida para el equipo y en la base metodológica vigente"

LA CONSULTA ES SI SE PAGARÁN LOS EQUIPOS QUE FUERON REVISADOS QUE NO PUEDEN SER CALIBRADOS , PERO SE CONFECCIONAN EL INFORME RESPECTIVO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1.5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun Memo HDNA-GT-0238-2025, el area usuaria absuelve lo siguiente:Se precisq que los equipos que no pueden ser calibrados No serán pagados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null