

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAF

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SUB ÍTEM 1

En referencia al reactivo HIV: Entendemos que lo que requiere la entidad es: Reactivo de 100 determinaciones, que incluya Antígeno y Anticuerpo para HIV. Reactivos, controles, calibradores líquidos y listos para usar. Para la Metodología: Quimioluminiscencia convencional. Solicitamos al comité en conjunto con el área usuaria sirva aclarar que nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.3.2 **Literal:** III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que es correcta su apreciación.

Por tal motivo, los postores deben ceñirse a lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SUB ITEM 2

En referencia al reactivo HTLV 1 y 2: Entendemos que lo que requiere la entidad es: Reactivo de 100 determinaciones, para HTLV 1 y 2. Reactivos, controles, calibradores líquidos y listos para usar. Para la Metodología: Quimioluminiscencia convencional. Solicitamos al comité en conjunto con el área usuaria sirva aclarar que nuestro entender es el correcto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.3.2

Literal: III

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que es correcta su apreciación.

Por tal motivo, los postores deben ceñirse a lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SUB ITEM 3

En referencia al reactivo HVC: Entendemos que lo que requiere la entidad es: Reactivo de 100 determinaciones, para detectar proteínas estructurales y no estructurales de virus de la Hepatitis C. Reactivos, controles, calibradores líquidos y listos para usar. Para la Metodología: Quimioluminiscencia convencional. Solicitamos al comité en conjunto con el área usuaria sirva aclarar que nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.3.2

Literal: III

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que es correcta su apreciación.

Por tal motivo, los postores deben ceñirse a lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SUB ITEM 4

En referencia al reactivo CHAGAS: Entendemos que lo que requiere la entidad es: Reactivo de 100 determinaciones, para detección de Anticuerpos Trypanozoma cruzi. Reactivos, controles, calibradores líquidos y listos para usar. Para la Metodología: Quimioluminiscencia convencional. Solicitamos al comité en conjunto con el área usuaria sirva aclarar que nuestro entender es el correcto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.3.2

Literal: III

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que es correcta su apreciación.

Por tal motivo, los postores deben ceñirse a lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SUB ITEM 5

En referencia al reactivo HB CORE TOTAL: Entendemos que lo que requiere la entidad es: Reactivo de 100 determinaciones. Reactivos, controles, calibradores líquidos y listos para usar. Para la Metodología: Quimioluminiscencia convencional. Solicitamos al comité en conjunto con el área usuaria sirva aclarar que nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.3.2

Literal: III

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que es correcta su apreciación.

Por tal motivo, los postores deben ceñirse a lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SUB ITEM 6

En referencia al reactivo SIFILIS: Entendemos que lo que requiere la entidad es: Reactivo de 100 determinaciones para determinación de Ac IgG e IgM de Sifilis. Reactivos, controles, calibradores líquidos y listos para usar. Para la Metodología: Quimioluminiscencia convencional. Solicitamos al comité en conjunto con el área usuaria sirva aclarar que nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.3.2

Literal: III

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que es correcta su apreciación.

Por tal motivo, los postores deben ceñirse a lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SUB ITEM 7

En referencia al reactivo ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATITIS B: Entendemos que lo que requiere la entidad es: Reactivo de 100 determinaciones para la detección del HBs Ag y sus mutantes. Reactivos, controles, calibradores líquidos y listos para usar. Para la Metodología: Quimioluminiscencia convencional. Solicitamos al comité en conjunto con el área usuaria sirva aclarar que nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.3.2

Literal: III

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que es correcta su apreciación.

Por tal motivo, los postores deben ceñirse a lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:20:32

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

De la lectura integral de las bases observamos que solicitan una fecha de expiración de ocho (8) meses como mínimo, expiración imposible de cumplir por los protocolos de fabricación, procesos de importación y nacionalización de los mismos. Solicitamos amablemente al comité en conjunto con el área usuaria considerar como fecha de expiración de seis (6) meses y con carta de compromiso de canje si la vigencia fuera menor esto sin perjuicio a afectar a la institución.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.3.12 **Literal:** III **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que se acepta la modificación de la fecha de expiración de ocho (8) a seis (6) meses, siempre y cuando se garantice con la Carta de Compromiso de Canje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fecha de expiración de seis (6) meses, que se garantizará con la Carta de Compromiso de Canje

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAF

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	21:43:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan para el EQUIPAMIENTO EN CESIÓN DE USO: " más de 100 muestras con tubo primario como mínimo", sin embargo interpretando la cantidad de compra para 3 meses, se evidencia que por día no se procesaría más de 21 muestras, en el caso de procesar interdiario no más de 41.

Por lo cual consultamos amablemente al comité especial y al área usuaria se acepte una capacidad de "72 o más posiciones de muestra con tubo primario como mínimo". Basados en el artículo n°2 de la ley de contrataciones, principios a) Libertad de concurrencia, b) Igualdad de trato y en virtud de pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.3.3

Literal: -

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que se acepta la capacidad de "72 o más posiciones de muestra con tubo primario como mínimo".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Gran capacidad para ingreso de muestras: más de 72 muestras con tubo primario como mínimo

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAF

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	21:43:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan para el EQUIPAMIENTO EN CESIÓN DE USO: Calibración y diluciones automáticas.

Respecto a la "CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA", todos los analizadores requieren un ingreso de calibradores y solitar al software mediante un solo simple paso que inicie la calibración. Se debe tener en cuenta que la calibración es un procedimiento que prosigue despues de un chequeo interno de background y un una linea base de la luminiscencia del equipo; por lo cual es el operador quien decide si prosigue con la siguiente calibración; igualmente el usuario decide según su analisis si desea repetir una calibración.

Consultamos al área usuaria aclare y acepte como "CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA" una calibración programada. Basados en el artículo n°2 de la ley de contrataciones, principios a) Libertad de concurrencia, b) Igualdad de trato y en virtud de pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.3.3 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que en este punto se refiere más a la dilución automática que el equipo realice, debido que la calibración es decidido por el Operador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que este punto se refiere a la dilución automática, la calibración es decidido por el Operador.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAFAP

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	21:43:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan para el EQUIPAMIENTO EN CESIÓN DE USO: "Código de barras para muestras y reactivos."

Debido que en la actualidad cada fabricante define las mejoras tecnológicas para la identificación de sus reactivos por el analizador, como por ejemplo la identificación por Radiofrecuencia (RFID), el cual es una mejora tecnológica que reduce las complicaciones producto de un código de barras mal impreso, borroso, o dañado en el transporte que se hace no identificable.

Ante lo sustentado solicitamos al comité en consulta con el área usuario se acepte Reactivos identificados por código de barras o RFID. Basados en el artículo n°2 de la ley de contrataciones, principios a) Libertad de concurrencia, b) Igualdad de trato, g) Vigencia Tecnológica y en virtud de pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.3.3 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que opcionalmente se aceptará Reactivos identificados por código de barras o RFID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Opcionalmente se aceptará también reactivos identificados por código de barras o RFID

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	21:43:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan para el EQUIPAMIENTO EN CESIÓN DE USO: "Código de barras para muestras y reactivos (Que incluya sistema Housequering)."

Solicitamos al área usuaria y comité especial aclaren cual es el significado y utilidad del sistema sistema Housequering. Puesto que muchos analizadores tienen la capacidad de "Adquirir los datos" una vez identificados los reactivo mediante código de barras o RFID. De la misma manera, al leer el código de barras de un paciente, extraera los datos que se encuentren cargados en tu historia clínica y NO NECESARIAMENTE es nombr como tal "sistema Housequering"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.3.3 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que si los reactivos son identificados por código de barras o RFID, el Sistema Housequering será considerado de manera opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que si los reactivos son identificados por código de barras o RFID, el Sistema Housequering será considerado de manera opcional.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PACIENTES EXTRAFAP

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	15/03/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	21:43:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - B)EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD; Se consideran bienes similares a los siguientes REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL CON O SIN EQUIPAMIENTO EN CESIÓN DE USO.

Consultamos si es correcto nuestro entender y "...LABORATORIO EN GENERAL..." incluye reactivos con o sin equipamiento en las áreas de HEMATOLOGÍA, BIOQUIMICA, INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA, BIOLOGIA MOLECULAR Y BANCO DE SANGRE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria comunica, que es correcta su apreciación, La Experiencia del Postor en la Especialidad de REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL, incluye todos los reactivos que se utilizan en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe