

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/06/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA HOSPITALARIA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE 256 CORTES CUI N° 2530162 - HNDM					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	155 - ADQUISICION DE EQUIPOS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	48					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2530162				
		Documento que declaró la viabilidad	R.M N° 416-2023/MINSA				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 079-2023-OGTH-HNDM INFORME N° 378-2023-OGTH-HNDM	Fecha de recepción	03/05/2023 - 22/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—
		Fecha de la tercera versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—
		Fecha de la cuarta versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—
		Fecha de la quinta versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	—	NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		—	Fecha de aprobación	—	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	—	NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		—	Fecha de inicio de vigencia	—	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	MEMORANDUM N° 1481-EQ-OL-2023-HNDM	25/05/2023			
CYMED: EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITA MODIFICAR #1, B19 PARA TCMD: 256 HILERAS O FILAS DE DETECTORES O MAYOR - B20 PARA TCDF: DCS (02) DETECTORES DE 64 HILERA CA UNO O MAYOR, B24 PARA TCMD: CORTES O MAS SIMULTANEAMENTE POR CADA REVOLUCION PARA TCDF: 2X128 CORTES O MAS SIMULTANEAMENTE POR REVOLUCION O PARA TCMD: 512 CORTES RECONSTRUIDOS O MAS SIMULTANEAMENTE POR CADA REVOLUCION PARA TCDF: 2X384 CORTES RECONSTRUIDOS O MAS SIMULTANEAMENTE POR REVOLUCION							
1	1	1	MEMORANDUM N° 1481-EQ-OL-2023-HNDM	05/06/2022			

SIEMENS: SOLICITAMOS A LA ENTIDAD MODIFICAR LOS PLAZOS DE REPARACION DEL EQUIPAMIENTO SEÑALADOS YA QUE ESTOS VULNERAN LOS DERECHOS DEL CONTRATISTA POR VERSE EN TOTAL DESVENTAJA ANTE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ENTIDAD, PUESTO QUE SEÑALA QUE EL NO PODER EFECTUAR LA REPARACION DEL EQUIPAMIENTO EN UN PLAZO DE MAXIMO DE 7 DIAS CALENDARIO ESTE EQUIPO DEBERA SER REEMPLAZADO POR UNO NUEVO O SUPERIOR LO QUE OCACIONARIA GRAN AFECTACION ECONOMICA. ESTE PLAZO ES IMPOSIBLE DE CUMPLIR PARA EQUIPOS DE ALTA COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA COMO LO ES UN TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 25 CORTES.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N° 410-2023-OGTH-HNDM	31/05/2023			
SUSTENTO: EL TOMOGRAFO SOMATOM DRIVE CUENTA CON DOS DETECTORES DE 64 FILAS FISICAS CADA UNO QUE GENERAN UN TOTAL 256 CORTES ADQUIRIDOS, SIENDO ESTE UN EQUIPO DE MENOR GAMA A COMPARACION DE LO QUE OFRECEN LOS OTROS DOS POSTORES, PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE TRATO IGUALITARIO E IGUALDA DE CONDICIONES EN EL PROCESO DE SELECCION AL TENER UN PROVEEDOR QUE ESTARIA OFRECIENDO UN EQUIPO MAS ECONOMICO TENIENDO LA OPCION DE TOPE DE LINEA QUE ES EL SOMATOM FORCE QUE TIENE DOS DETECTORES DE 96 FILAS FISICAS CADA UNO, QUE GENERAN UN TOTAL DE 384 CORTES ADQUIRIDOS							
1	1	1	INFORME N° 426-2023-OGTH-HNDM	31/05/2023			
RESPUESTA DEL ÁREA TÉCNICA: SE SOLICITA MODIFICAR EL FOLIO N° 20, Y SE ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO LA HOJA CON LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS EN VIRTUD DE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA SIEMENS							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/05/2023 Y 22/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/06/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
	SIEMENS HEALTHINEERS - X RAY SALES AND SERVICE SAC - CYMED			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
	CANON - MINFOUND - SOMATOM DRIVE			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO x
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO
	SISTEMA DE CONTRATACION: SUMA ALZADA			
4	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"</p> <p>MANUEL EUGENIO ARRENO GAMBOA Equipo de Programación</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LA CONTRATACIÓN</p> </div> <div> <p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"</p> <p>ST. ALEJANDRO WILLIAMS URIBE PINADI Equipo de Trabajo de Programación - Oficina de Logística</p> </div> <div> <p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"</p> <p>Lic. Adm. HARRY A. ACOSTA PORTOCARRERO Logística</p> </div> </div>			