

ANEXO N° 01 – ACTA DE APERTURA DE ADMISIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 2316A00231 (AS-23-2023-ESSALUD/RAAN-1) para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTO (FLAT PANEL PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X DE LOS CENTROS MEDICOS DE CASMA Y HUARMAY DE LA RAAN"

Siendo las 14:00 horas del 11 de setiembre del 2023, en la División de Adquisiciones del HIII Chimbote, el personal responsable en el órgano de las contrataciones de la Red Asistencial Ancash, realiza la admisibilidad de las propuestas y procede a evaluar conforme a la documentación solicitada en las bases integradas:

CUADRO COMPARATIVO DE ADMISIÓN DE LA OFERTA

	GAMEL SRL	ELVIMEDIC GROUP SAC	SIEVERT PERU EIRL	TEMSA TECNOLOGIA ELECTROMEDICA SAC	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A-TECNASA	BLE SOLUCIONES SAC
Documentos para Admisión de Oferta	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL
a. Devolución jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
b. Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	SI	SI	SI	SI	SI	SI
c. DD.JJ. literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
d. DD.JJ. cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
e. DD.JJ. de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
f. Promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones. (Anexo N° 5)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
g. El precio de la oferta en SOLES y debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. (Anexo 6)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

DOCUMENTACIÓN FACULTATIVA	GAMEL SRL	ELVIMEDIC GROUP SAC	SIEVERT PERU EIRL	TEMSA TECNOLOGIA ELECTROMEDICA SAC	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A-TECNASA	BLE SOLUCIONES SAC
a. En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.	NO	NO	NO	NO	NO	NO
b. Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 10).	NO	SI	SI	NO	NO	SI

ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS OFERTAS						
	Valor estimado: S/ 150.000.00	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACION 5% POR CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	ORDEN DE PRELACIÓN		
ELVIMEDIC GROUP SAC	116.000.00	100.00	105.00	1		
SIEVERT PERU EIRL	119.570.00	97.01	101.86	2		
BLE SOLUCIONES SAC	138.060.00	84.02	88.22	3		
TEMSA TECNOLOGIA ELECTROMEDICA SAC	139.000.00	83.45	83.45	4		
GAMEL SRL	145,077.10	79.96	79.96	5		
TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A-TECNASA	196,127.00	59.14	54.14	6		

	GAMEL SRL	ELVIMEDIC GROUP SAC	SIEVERT PERU EIRL	TEMSA TECNOLOGIA ELECTROMEDICA SAC	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A-TECNASA	BLE SOLUCIONES SAC
REQUISITOS TECNICOS	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL
1. TECNOLOGIA SILICON AMORFO (ASA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. RANGO DE ENERGIA ESTANDAR 40-150 KVP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. TAMAÑO DE PIXEL 140um O MENOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. MARRIZ DE PIXELES 2560 X 3072 PX O MAYOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. TECNOLOGIA WIRELES FLAT DETECTOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6. DETECTOR INALAMBIRICO DE 14" X 17" (35x43CM2) Y/O DE 17" X17" (43x43 CM2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7. INCLUIR 3 BATERIAS RECARGABLES DE ALTO RENDIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE NO INDICA BATERIA DE ALTO RENDIMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO INDICA QUE TIPO BATERIA)	CUMPLE
8. RENDIMIENTO DE BATERIAS: 190 IMAGENES O 6 HORAS O MAS Y/O ADICIONAR UNA BATERIA ADICIONAL (04 BATERIAS)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (NO INDICA AUTONOMIA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9. TIEMPO DE RECARGA DE BATERIA NO MAYOR A 4 HORAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10. ESTACION DE TRABAJO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE-MODALIDAD DE REALIZAR PESO DE PROCEDIMIENTO	NO CUMPLE (CON LA MODALIDAD DE IMPRESIÓN NI PESO DE PROCEDIMIENTO)	NO CUMPLE POR QUE NO INDICA VERSIÓN DICOM 3.0
11. INCLUIR UPS CON BATERIA DE AUTONOMIA MINIMO DE 10 MINUTOS	CUMPLE	NO CUMPLE (AL NO INDICAR LA AUTONOMIA DEL UPS OFERTADO)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12. INCLUIR INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13. DEBE IR CONTAR CON REGISTRO SANITARIO EMITIDA POR DIGEMID A NOMBRE DEL POSTOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14. CERTIFICADO FDA DEL PRODUCTO OFERTADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE(NO PRESENTA)	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA	CUMPLE
15. CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y/O ISO 13485	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE-ISO 13485 VENCIDO	CUMPLE	CUMPLE

	GAMEL SRL	ELVIMEDIC GROUP SAC	SIEVERT PERU EIRL	TEMSA TECNOLOGIA ELECTROMEDICA SAC	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A-TECNASA	BLE SOLUCIONES SAC
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL
DOCUMENTOS PARA CALIFICACION	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL	02 FLAT PANEL
a. A. CAPACIDAD LEGAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b. B. CAPACIDAD TECNICA PROFESIONAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c. C. CAPACITACIÓN CURSO 20 HORAS SEGURIDAD RADIOLOGICA, 20 HORAS ENTRENAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d. D. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO	CALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO	DESCALIFICADO


Miguel Masias Suarez
 ANALISTA DE COMPRAS UP Y ADO
 DIVISION DE ADQUISICIONES
 RED ASISTENCIAL ANCASH
 ESSALUD