

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20505110651

Fecha de envío : 28/06/2023

Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA

Hora de envío : 16:43:19

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).

4.- Copia Simple de la Ficha Técnica del producto que indique las características del bien solicitado, emitido por el fabricante o postor.

Consultamos si los postores podrán acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o requisitos funcionales mediante la presentación de documentación emitida por el fabricante.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1

**Literal:** d

**Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que es correcto que con la ficha tecnica se debe acreditar las características técnicas solicitadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:43:19

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).

4.- Copia Simple de la Ficha Técnica del producto que indique las características del bien solicitado, emitido por el fabricante o postor.

Solicitamos precisar cual o cuales especificaciones técnicas o requisitos funcionales deberán estar acreditadas mediante la presentación de documentación emitida por el fabricante.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** d      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que es correcto que con la ficha tecnica se debe acreditar las características tecnicas solicitadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:43:19

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a especificaciones técnicas consideran dentro del ítem 1 el siguiente producto:

Acido sulfosalicilico P.A. x 500 mL.

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos retirar el producto mencionado del ítem 1 y re-asignarlo al ítem n° 6.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:43:19

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan diversos reactivos bioquímicos, sin embargo detallan características de composición con valores exactos, los cuales corresponden a una marca de producto determinada, por lo que solicitamos al comité de selección considerar las características propias de cada fabricante.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: se      Página: se

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta y se considerara las características propias del fabricante, siempre que garantice la calidad del producto

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:43:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan reactivos con la siguiente característica:

No menor de 24 meses

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de reactivos con el vencimiento de no menor de 06 meses.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: se Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada esta, no se acepta, bajando la fecha de vencimiento a no menor de 18 meses

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No menor de 18 meses

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601224250	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	SIGMALAB S.A.C.	Hora de envío :	17:53:40

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Nuestra consulta es referente a la Sección específica Capítulo I ¿ Punto 1.2. Objeto de convocatoria, los reactivos en mención son por turbidimetría o pruebas rápida en placas : ¿ PROTEINA C REACTIVA LATEX DIRECTO X 100 DETERMINACIONES.  
¿ ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASO LATEX) X 100 DETERMINACIONES.  
¿ FACTOR REUMATOIDE LATEX X 100 DETERMINACIONES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que corresponde a pruebas rápidas en placa, solo la proteína C reactiva es por turbidimetría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20482114882

Nombre o Razón social : NEOBIO S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 21:36:05

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan antígenos febriles y brucellas en presentación de frasco de 10 ml; sin embargo, en el mercado existe la presentación de frasco x 5ml. Solicitamos al comité de selección acepte la presentación de los antígenos febriles en frasco x 5ml con la finalidad de promover la mayor participación de postores.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Frasco x 5 ó 10 ml.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20482114882

Nombre o Razón social : NEOBIO S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 21:36:05

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Sobre los requisitos de calificación:

Solicitamos al comité de selección acepte la presentación del documento VUCE de trámite de renovación del Registro Sanitario, en caso este se encuentre vencido y acompañado de una carta de Pórroga de la vigencia de Registro Sanitario.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta y se podra presentar el VUCE si el Registro Sanitario se encuentra en proceso de renovacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguno



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20482114882

Nombre o Razón social : NEOBIO S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 21:36:05

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Sobre el plazo de entrega: En las bases indica que los bienes deberán se entregados dentro de hasta 10 días calendarios a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Teniendo en cuenta que para el ingreso de los reactivos se requiere una Orden de compra emitida por la entidad, solicitamos al comité de selección considere contabilizar el plazo de 10 días a partir de la fecha de emisión de la orden de compra para evitar inconvenientes con almacén.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** iil    **Literal:** 3.1    **Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada esta es aceptada y se considerara el plazo desde el dia siguiente de la notificacion de la orden de compra

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Plazo de entrega diez (10) dias calendarios, contabilizados desde el día siguiente de la notificacion de la orden de compra

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:47:08

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Consulta.

Se observa en las bases que no están solicitando el CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE BPDY, el cual de acuerdo a lo solicitado en las bases se detalla que dichos productos son reactivos de Laboratorio, la cual el área usuaria debe velar por la integridad de las mismas y así garantizar de esta manera que los productos lleguen desde los almacenes del postor hasta el almacén de la entidad convocante en óptimas condiciones conservando la calidad, integridad, características y condiciones del producto. Se solicita al comité agregar en las bases integradas como Requisitos de Calificación lo siguiente:

- CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE a nombre del postor,

También podrán presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte vigente a nombre de un tercero diferente al postor, acompañado de la documentación que acredite el vínculo contractual entre las partes.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, ya que los bienes solicitados no requieren un transporte especial para su traslado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:47:08

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases no se está solicitando la presentación de muestras, para una mejor evaluación y cumplimiento de las características técnicas solicitadas, se solicita agregar en las bases integradas la presentación de muestras.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:47:08

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En los documentos de admisión se está solicitando lo siguiente:

- Copia simple del Registro Sanitario Vigente, emitido por la DIGEMID a nombre del postor.
- Copia simple de la Autorización Sanitario de funcionamiento como establecimiento farmacéutico (DROGUERIA) vigente.
- Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento vigente, emitido por la DIGEMID a nombre del postor.
- Copia Simple de la Ficha Técnica del producto que indique las características del bien solicitado, emitido por el fabricante o postor.

Se solicita al comité que dichos requerimientos sean considerados en el punto 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION de la siguiente manera y sean suprimidos en los DOCUMENTOS DE ADMISION. Para no incurrir en error al momento de elaboración de propuestas.

- Copia simple del Registro Sanitario Vigente, emitido por la DIGEMID a nombre del postor.
- Copia simple de la Autorización Sanitario de funcionamiento como establecimiento farmacéutico (DROGUERIA) vigente.
- Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento vigente, emitido por la DIGEMID a nombre del postor.
- Certificado de Análisis.
- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura BPM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:47:08

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se esta solicitando en los Requisitos de Calificación lo siguiente:

- Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente.

Se solicita al comité que también sea aceptado como documentos alternativos.

De ser el fabricante extranjero deberá ser expedido por la autoridad regulatoria del país de origen, en cuyo caso en atención a su diferente denominación, también se podrán aceptar documentos alternativos al CBPM, como el Certificado de Libre Venta (que será válido siempre y cuando indique que se cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura), el Certificado de Cumplimiento de Norma ISO/EN 13485 y/o Declaración CE de conformidad del fabricante, así como el Certificado expedido por la FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada y se agregaran los documentos altenativos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Certificado de Libre Venta, Certificado de Cumplimiento de Norma ISO/EN 13485 y/o Declaración CE de conformidad del fabricante, Certificado expedido por la FDA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:47:08

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

Se está solicitando como Requisitos de Calificación lo siguiente:

- CERTIFICADO DE ANALISIS

Se solicita al comité suprimir dicha solicitud y que el Certificado de Análisis sea presentado al momento de la entrega de bienes.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.2      **Página:** 65

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 23:05:36

**Consulta: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Item paquete 1

Pag

DICE:

En cuanto a los reactivos de ácido úrico enzimático, antígeno rpr, antígeno rpr X 100 determinaciones, antígenos febriles paratífico (A,B) Tífico (H,O), y brucella 5 frasco X 10ml.

Se esta solicitando en este proceso de selección reactivos de la marca Wiener, copiando de manera FIEL y EXACTA la composición química del producto con el fin de poder adquirir UNICA Y EXCLUSIVAMENTE productos de esta marca, dado que ningún otra marca podría cumplir con la composición química exacta de otra marca, esto es una clara violación de la ley de contrataciones con el estado en su artículo 2, inciso a libertad de concurrencia: Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Observamos y solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, permitir la participación de las marcas con la composición química y características propias de cada fabricante, para NO IMPEDIR la participación de los postores.

**Acápate de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"ACIDO URICO ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES

¿ Reactivo para la determinación de Ácido úrico en Suero, Plasma u Orina / Debe incluir frasco de estándar o calibrador / Método enzimático colorimétrico / Reactivo listo para usar.

ANTIGENO RPR

¿ Presentación: kit de RPR 500 determinaciones / Inserto con instrucciones de uso y características. / Kits de RPR están previstos para la detección cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos (reagina) no treponémicos asociados con la sífilis en suero o plasma humano como ayuda en el diagnóstico de la infección de sífilis. / Antígeno RPR / Control positivo / Control negativo / Placas de prueba

ANTIGENO RPR X 100 DETERMINACIONES

¿ Presentación: Kit de RPR 100 determinaciones / Inserto con instrucciones de uso y características / Kits de RPR están previstos para la detección cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos (reagina) no treponémicos asociados con la sífilis en suero o plasma humano como ayuda en el diagnóstico de la infección de sífilis

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 23:05:36

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Item Paquete 2

En este paquete podemos encontrar el requerimiento de los reactivos de albumina, fosfatasa alcalina, grupo sanguíneo, (Anti A-B-D Factor RH), proteína C reactiva latex, proteína c reactiva, proteína en orina y LCR, proteínas totales, Nuevamente se solicitan reactivos de la marca Wiener, debido que se ha copiado la composición química del inserto de los productos del mencionado fabricante, lo cual es fácilmente comprobable realizando una búsqueda en internet, esto impide la participación de nuestra marca, y de cualquier otra marca que no sea la marca Wiener, Al amparo del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado, inciso a, solicitamos: Observamos y solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, permitir la participación de los postores aceptando las características y composición química propia de cada fabricante.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"ALBUMINA X 100 DETERMINACIONES

¿ Reactivo para determinación de albumina en suero o plasma / Debe contener frasco de suero patrón o calibrador / Método enzimático colorimétrico / Reactivo de trabajo listo para usar

FOSFATASA ALCALINA CINETICA X 100 DETERMINACIONES

¿ Para la determinación de fosfatasa alcalina en suero o plasma heparinizado / Método cinetico optimizado / Debe estar listo para usar / Temperatura 2° - 10° C.

GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ML (KIT)

¿ Presentación: kit / Inserto con instrucciones de uso y características / Reactivos Anti-A, Anti-B y Anti-D (RH) para determinación del grupo sanguíneo / Ensayo cualitativo para la determinación del antígeno A y/o B en sangre humana / Conservar de 2 a 8° C.

PROTEINA C REACTIVA LATEX DIRECTO X 100 DETERMINACIONES

¿ Reactivo para la determinación de proteína C reactiva en suero / Método látex directo / Listo para usar / Determinación cualitativa y semicuantitativa de proteína C reactiva (PCR) / Conservar a 2 ¿ 8 °C



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 23:05:36

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Item paquete 3

En este paquete se encuentran los reactivos de amilasa, Antiestreptilisina ¿O¿, Transaminasa Glutamica oxalacetica, Transaminasa glutámica pirúvica.

Todos los reactivos solicitados, poseen características fieles y exactas de la composición química de reactivos de la marca Wiener, esta herramienta es empleada por las empresas para DIRECCIONAR el procedimiento y la compra a un postor en particular, esto está totalmente fuera de la ley, debido a que IMPIDE la participación de los postores, y va contra el inciso a del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado.

Observamos y solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, ACEPTAR la composición química y características de reactivos, propias de cada fabricante, para no impedir la participación de los postores, e infringir con la ley al direccionar el procedimiento de selección.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"AMILASA X 100 DETERMINACIONES

¿ Reactivo para la determinación de amilasa total en suero o plasma heparinizado y orina / Debe contener calibrador o estándar u otro método de calcular la amilasa / Reactivo de trabajo listo para usar / Conservación 2 ¿ 8 °C.

ANTIESTREPTOLISINA ""O"" (ASO LATEX) X 100 DETERMINACIONES

¿ Reactivo para la determinación cuantitativa In Vitro de antiestreptolisina O (ASO) en suero / Test inumoturbidimetro con partículas de refuerzo / Método latex directo sin dilución de muestra / Látex / Control Positivo / Control Negativo / Conservar a 2 ¿ 8 °C.

TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) CINETICO X 100 DETERMINACIONES

¿ Reactivo para la determinación aspartato aminotransferasa (TGO) / Método cinético UV / Para el uso de muestra en suero o plasma / Reactivo de trabajo listo para usar / Conservar de 2 ¿ 8 °C.

TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINETICA X 100 DETERMINACIONES

¿ Reactivo para la determinación de alanino aminotransferasa (TGP) / Método cinético

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 23:05:36

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Item paquete 4

En este paquete se encuentran los reactivos de Bilirrubina Directa, Bilirrubina Total, Creatinina Cinetica, Factor Reumatoideo,

Todos los reactivos solicitados, poseen características fieles y exactas de la composición química de reactivos de la marca Wiener, esta herramienta es empleada por las empresas para DIRECCIONAR el procedimiento y la compra a un postor en particular, esto está totalmente fuera de la ley, debido a que IMPIDE la participación de los postores, y va contra el inciso a del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado.

Observamos y solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, ACEPTAR la composición química y características de reactivos, propias de cada fabricante, para no impedir la participación de los postores, e infringir con la ley al direccionar el procedimiento de selección.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"BILIRRUBINA DIRECTA X 100 DETERMINACIONES

¿ Reactivo para la determinación de Bilirrubina directa en suero o plasma / Contiene calibrador o estándar u otro método de calcular bilirrubina / Método enzimático colorimétrico / Reactivo listo para usar / Conservación de 2 ¿ 8°C.

BILIRRUBINA TOTAL X 100 DETERMINACIONES

¿ Reactivo para la determinación de Bilirrubina total en suero o plasma / Contiene calibrador o estándar u otro método de calcular bilirrubina / Método enzimático colorimétrico / Reactivo listo para usar / Conservación de 2 ¿ 8°C.

CREATININA CINETICA X 200 DETERMINACIONES

¿ Reactivo para determinación de creatinina / Método cinético / Reactivos listos para usar y debe contener / Reactivo A: Principalmente ácido pícrico o reactivo B: Hidróxido de sodio / Para el uso de muestra de suero, plasma u orina / Conservar de 2 ¿ 8 °C.

FACTOR REUMATOIDEO LATEX X 100 DETERMINACIONES

¿ Para la determinación de factor reumatoideo en suero o plasma / Reactivos: Látex, control positivo y con

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 23:05:36

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Item Paquete 5

En este paquete se solicitan reactivos de Glucosa enzimática y hemoglobina, Nuevamente se solicitan reactivos de la marca Wiener, debido que se ha copiado la composición química del inserto de los productos del mencionado fabricante, lo cual es fácilmente comprobable realizando una búsqueda en internet, esto impide la participación de nuestra marca, y de cualquier otra marca que no sea la marca Wiener, Al amparo del artículo 2 de la ley de contrataciones con el estado, inciso a, solicitamos: Observamos y solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, permitir la participación de los postores aceptando las características y composición química propia de cada fabricante.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"GLUCOSA ENZIMATICA X 1000 DETERMINACIONES

¿ Reactivo para la determinación de glucosa en suero o plasma / Frasco de estándar o calibrador / Método enzimático colorimétrico / Reactivo de trabajo listo para usar / Temperatura 2 - 8° C.

HEMOGLOBINA X 200 DETERMINACIONES

¿ Sistema para la determinación de la hemoglobina en muestras de sangre total por reacción colorimétrica / Método colorimétrico (Cianometahemoglobina) / Listo para usar, incluye frasco con solución estándar / Conservación de 2 ¿ 8 °C."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 23:05:36

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

Pag 14-15

Se observa que para los reactivos urea, fosfatasa alcalina, TGO, TGP, factor reumatoideo, glucosa enzimática, se solicita que posean una temperatura de almacenamiento de 2-10°C, Según las normas nacionales de DIGEMID, y sus buenas prácticas de almacenamiento de productos refrigerados, establece que el correcto almacenamiento de refrigerados es en una temperatura de entre 2-8°C Observamos el presente requerimiento y solicitamos al comité de selección PERMITIR la participación de reactivos con temperatura de almacenamiento de 2-8°C, al amparo de lo establecido en la norma técnica de DIGEMID para dispositivos médicos la cual establece que la temperatura de refrigeración o conservación es de 2-8°C

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Temperatura de 2° - 8° C

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 23:05:36

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

Pag 14-15

Se observa en los paquetes del 1 al 5, que cada reactivo tiene una presentación específica, con una cantidad de determinaciones específicas, lo cual limita la participación de los postores, si esta es la única presentación aceptada, Solicitamos amablemente al comité de selección en coordinación con el usuario, tenga a bien aceptar presentaciones distintas a las solicitadas por kit, siempre y cuando contengan una cantidad de determinaciones mayor a la solicitada por kit.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta, siempre que se cumpla con la cantidad solicitada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 28/06/2023

Hora de envío : 23:05:36

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección aclarar que características técnicas se acreditan con Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N.º 3) y que características técnicas se acreditan con folletería o documentación del fabricante

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que para la acreditación de las características técnicas, se presente la ficha del producto emitida por el fabricante o por el postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna