

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código : 20608955870

Fecha de envío : 22/09/2023

Nombre o Razón social : EDALEX FACTORY S.A.C.

Hora de envío : 16:56:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Considerando la naturaleza de contratacion y variedad de equipos, ademas a fin de fomentar la diversidad de postores y la especializacion de cada uno nuestra consulta seria la siguiente: Aceptaria el comite dividir la contratacion en items de acuerdo los areas ya descritos en la pagina 14, de esa manera se presentarian postores que se dedican a cada especialidad especifica de la medicina ya que al englobar todas las areas en un solo item imposibilita la mayor participacion de postores puesto la naturaleza de los equipos de las areas correspondientes son muy diversas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 1

Literal: 1.2

Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara, que en la indagación del mercado se tubo la participación de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento por lo que el procedimiento de selección se convocó por contratación por paquete, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	11:13:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN: 4 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

Esta contratación se presenta como un paquete dificultando la participación de postores que sí cumplimos con la distribución de todos los equipos de algunos laboratorios.

Es restrictivo considerar que el mismo postor dedicado a la venta de equipos de laboratorio como microscopios, balanzas y phmetros, también pueda incluir en su oferta equipos como estación meteorológicas, gps navegador sub métrico, cabezales de riego, aspersores que están relacionados a equipos de agro y clima, asimismo electrobisturís, mesas quirúrgicas propios de empresas que importan equipos biomédicos. Debido a que no es la primera convocatoria de esta institución que queda desierta por este motivo, OBSERVAMOS las bases y solicitamos amablemente al comité organizar los ítems del requerimiento por laboratorio quedando de la siguiente manera y para mayor pluralidad de postores:

PAQUETE 1:

ANFITEATRO DE ANATOMIA
CIRUGIA EXPERIMENTAL
HISTOLOGIA
FISIOLOGIA

PAQUETE 2:

INMUNOLOGIA Y MICROBIOLOGIA CLINICA
BIOQUIMICA
PATOLOGIA
QUIMICA ORGANICA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOINFORMÁTICA

PAQUETE 3: FARMACOLOGIA TERAPEUTICA

PAQUETE 4: FISICA

PAQUETE 5: COMPUTACION/AULA INTERACTIVA

PAQUETE 6:

CENTRO DE SIMULACION (AT 208)
CENTRO DE SIMULACION (AT 304)

PAQUETE 7: LABORATORIO DE INVESTIGACION

PAQUETE 8: AULAS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara, que en la indagación del mercado se tubo la participación de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento por lo que el procedimiento de selección se convocó por contratación por paquete, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Piden: ¿Velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000rpm¿

Solicitamos al estimado comité amplíe la especificación a ¿Velocidad de agitación ajustable de 0 o 100 a 2000 o 3000rpm¿ para así promover un mayor número de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** F **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera: Velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MÍNIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MÍNIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MÍNIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MÍNIMO

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Piden: "Peso aproximado 23kg dimensiones aproximadamente 313*330*420mm (h*w*d)"

Solicitamos al estimado comité amplíe la especificación a "Peso aproximado 23kg" dimensiones aproximadamente 313*330*420mm o acorde a fábrica, para así poder posibilitar una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: D **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que su apreciación es correcta, a tal sentido se acepta su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Peso y medida de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Peso y medida de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Piden: "Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de 31,514xg"

Solicitamos al estimado comité amplíe la especificación a "Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de 24,270 a 31,514xg", para así fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** D **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta del postor parcialmente con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera: Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de acuerdo a cada fabricante , Temporizador de 1 segundo a 99 minutos, ruido menor a 65dBA +-20%, Alimentación 220VAC (+-10%) / 60hz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de acuerdo a cada fabricante , Temporizador de 1 segundo a 99 minutos, ruido menor a 65dBA +-20%, Alimentación 220VAC (+-10%) / 60hz

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Piden: ¿Termorregulación refrigerada, con ventilación¿

Solicitamos al estimado comité amplíe la especificación a ¿Termorregulación refrigerada, con ventilación o con sistema de refrigeración¿. Esto con la finalidad de permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** D **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera: Termoregulación refrigerada con ventilación o Con sistema de refrigeración controlado con un rango de temperatura de -10°C a 25°C o rango mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Termoregulación refrigerada con ventilación o Con sistema de refrigeración controlado con un rango de temperatura de -10°C a 25°C o rango mayor.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Piden: "Velocidad: Min.: 4,1 rpm (25,8 rad, min-1) Max: 14 rpm (88rad, min-1)"

Solicitamos al estimado comité amplíe la especificación a "Max.: Oscilante: 5,000 rpm / Ángulo fijo: 15.000 rpm", ya que, el rango requerido en rpm no es válido para ningún equipo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** D **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al tratarse de un error de tipeo en las características mencionadas, el comité acoge su consulta parcialmente, quedando de la siguiente manera: Velocidad máxima mayor o igual a 4200 RPM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad máxima mayor o igual a 4200 RPM.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Microcentrífuga

Solicitamos al estimado comité considere sistema de refrigeración dentro de las especificaciones, esto con la finalidad de permitir al usuario una mejora para poder realizar diferentes estudios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** D **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que las característica dadas son las mínimas solicitada por el área usuaria. Si el postor desea ofertar una tecnología superior a la solicitada, será aceptada siempre y cuando lo acredite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la consulta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Piden: ¿Volumen máximo de mezcla de 3 litros¿

Solicitamos al estimado comité amplíe la especificación a ¿Volumen máximo de mezcla de 3 a 10 litros¿, ya que permite al usuario un mayor rango para diferentes estudios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** F **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y permitir mayor rango de trabajo de agitación o mezcla, quedando de la siguiente manera: Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Piden: ¿ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC¿

Solicitamos al estimado comité amplíe la especificación a ¿ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC o Escala de temperatura: de - 5 a 105 °C con Resolución de temperatura: 0.1¿ para así fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: F **Página: 52**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria acepta su consulta con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores y lograr con la finalidad pública. Quedando de la siguiente manera: ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC o Escala de temperatura: de - 5 a 105 °C con Resolución de temperatura: 0.1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC o Escala de temperatura: de - 5 a 105 °C con Resolución de temperatura: 0.1.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Piden: ¿Peso aproximado 23kg dimensiones aproximadamente 313*330*420mm (h*w*d)¿
Solicitamos al estimado comité amplíe la especificación a ¿Peso aproximado 23kg dimensiones aproximadamente 313*330*420mm o acorde a fábrica, para así poder posibilitar una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** H **Página:** 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que las dimensiones son apróximadas, Asimismo, se aclara que no seran tomadas en cuenta durante el proceso, debido a que cada fabricante tiene diferente modelos de fabricación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la consulta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Piden: ¿Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de 31,514xg¿

Solicitamos al estimado comité amplíe la especificación a ¿Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de 24,270 a 31,514xg¿, para así fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: F **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta del postor parcialmente con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postore, quedando de la siguiente manera: Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de acuerdo a cada fabricante, Temporizador de 1 segundo a 99 minutos, ruido menor a 65dBA +-20%, Alimentación 220VAC (+-10%) / 60hz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de acuerdo a cada fabricante , Temporizador de 1 segundo a 99 minutos, ruido menor a 65dBA +-20%, Alimentación 220VAC (+-10%) / 60hz.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos al estimado comité considere sistema de refrigeración dentro de las especificaciones, esto con la finalidad de permitir al usuario una mejora para poder realizar diferentes estudios.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6 **Literal:** H **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que las característica dadas son las mínimas solicitada por el área usuaria. Si el postor desea ofertar una tecnología superior a la solicitada, será aceptada siempre y cuando lo acredite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la consulta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Piden: ¿Velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000rpm¿

Solicitamos al estimado comité amplíe la especificación a ¿Velocidad de agitación ajustable de 0 o 100 a 2000 o 3000rpm¿ para así promover un mayor número de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** I **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera: Velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MÍNIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MÍNIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MÍNIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MÍNIMO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:03:41

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Piden: ¿Volumen máximo de mezcla de 3 litros¿

Solicitamos al estimado comité amplíe la especificación a ¿Volumen máximo de mezcla de 3 a 10 litros¿, ya que permite al usuario un mayor rango para diferentes estudios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** I **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y permitir mayor rango de trabajo de agitación o mezcla, quedando de la siguiente manera: Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20521301237	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	WAREM S.A.C.	Hora de envío :	18:25:17

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo revisado en las Bases Administrativas, el proceso va directamente en contra de los principios de la Ley de Contrataciones como: Libre Concurrencia y Pluralidad de postores, esto debido a que se han agrupado 256 equipos de 13 laboratorios diferentes (de diferente tipo y funcionalidad) en un solo paquete, lo cual es muy complicado que un solo postor pueda cumplir. Los postores suelen especializarse en una o dos líneas, por lo cual, de otorgarse la Buena Pro en este proceso, se estaría evidenciando el direccionamiento en el cual estaría incurriendo la universidad (la comisión).

Por lo expuesto, exhortamos al comité de selección, en miras a realizar un proceso transparente, o que, al menos permita la libre participación de postores:

- 1) Dividir el paquete de la convocatoria en Items o bloques independientes agrupados de acuerdo al laboratorio que corresponda
- 2) Revisar las especificaciones técnicas de los productos convocados y considerar aspectos generales para garantizar la pluralidad de postores.

* Además de lo mencionado, llama la atención que en el resumen ejecutivo indiquen que se verifica la pluralidad de postores, pero no mencionan postores que participaron de esta fase ni tampoco el periodo de duración de esta fase.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara, que en la indagación del mercado se tubo la participación de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento por lo que el procedimiento de selección se convocó por contratación por paquete, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la consulta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:55:10

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Estimado Conductor del procedimiento se observa lo siguiente:

Debido a la cantidad de equipos de distintas materias en estudio, se debería considerar la experiencia de los postores en:

- servicios de instalación y/o mantenimiento de centros médicos y/o equipamiento hospitalario en general.
- servicio de instalación y/o mantenimiento de aire acondicionado y/o cadena de frío
- suministro de equipos de cadena de frío, suministro y/o mantenimiento de equipos de diagnóstico por imágenes.
- servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de esterilización y/o autoclave.
- experiencia en suministro de equipos de medición, debido al requerimiento de balanzas.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 100

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 lce

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que al tratarse de compra de equipos. La experiencia requerida para este proceso es en venta de estos e quipos o similares. Asimismo, la experiencia similar solicitada es en equipos de laboratorio en general. Se le solicita al postor ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la consulta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20605223088	Fecha de envío :	25/09/2023
Nombre o Razón social :	SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:55:10

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Estimado Conductor del procedimiento se observa lo siguiente:

Debido a la cantidad de equipos de distintas materias en estudio, se debería añadir un PERSONAL CLAVE:

Ing. Electrónico Colegiado y Habilitado con la Especialidad y/o Diplomado en ingeniería Clínica por 120 horas lectivas.

Con licencia de IPEN vigente, Instalación, mantenimiento y/o reparación de fuentes de radiación Ionizante: Equipos de rayos X médico.

Con 1 año de experiencia, contado desde la emisión del título y/o 10 meses de experiencia contado a partir de la colegiatura.

Con 120 horas de capacitación en equipos biomédicos en general.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C.1 **Página:** 101

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCe

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite aclara al postor que no es necesario que el personal clave cuente con Licencia IPEN debido a que este proceso se trata de compra de equipos de laboratorio en su mayoría. Por lo tanto, no acoge su solicitud. Sin embargo, al tratarse de equipos de laboratorio ampliaremos el nivel del personal clave, quedando de la siguiente manera: Ingeniero electrónico o Técnico electrónico o técnico electricista o tecnologo médico con 5 años en Instalación y capacitación de equipos de laboratorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ingeniero electrónico o Técnico electrónico o técnico electricista o tecnologo médico con 5 años en Instalación y capacitación de equipos de laboratorio.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

EQUIPO INCINERADOR. DICE: "CONSUMO PROMEDIO POR HORA 18 A 20 GAL/H", SIN EMBARGO PARA UNA MAYOR PLURALIDAD Y EQUIDAD DE POSTORES, ADEMÁS DE QUE SEA MÁS EFICIENTE EL EQUIPO, DEBERÍA DECIR: "CONSUMO PROMEDIO POR HORA MENOR O IGUAL A 20 GAL/H"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** A **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acepta su observación con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores y lograr la finalidad pública, quedando de la siguiente manera: Consumo promedio por hora menor o igual a 20 GAL/H.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Consumo promedio por hora menor o igual a 20 GAL/H.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

EQUIPO DE DISECCION. DICE: "INCLUYE MESA QUIRURGICA HIDRAULICA Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN", PERO EN LA DESCRIPCIÓN NO DETALLA NADA SOBRE ILUMICACIÓN, SOLICITO QUE SE SUPRIMA "SISTEMA DE ILUMINACIÓN", PARA QUE NO HAYA CONTRADICCIONES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** A **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria indica al postor que su apreciación es correcta, el área técnica omitió las características del sistema de iluminación. Al tratarse de un sistema necesario para el proceso de disección no se suprime, al contrario, procedemos agregar las características del sistema de iluminación, quedando de la siguiente manera: Clase de seguridad: clase I, Iluminación mayor o igual a 50000 LUX, Potencia 180 VA aprox., Diametro de la lámpara 500mm Aprox., Alimentación 220V AC (+-10%) / 50/60HZ, bateria: 12V o 24V con 17AH Aprox., Calor de temperatura: 4000 +- 500k, Tiempo estimado de batería: 3.5 horas en uso continuo como mínimo. Tiempo de carga: 8 horas aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Clase de seguridad: clase I, Iluminación mayor o igual a 50000 LUX, Potencia 180 VA aprox., Diametro de la lámpara 500mm Aprox., Alimentación 220V AC (+-10%) / 50/60HZ, bateria: 12V o 24V con 17AH como mínimo, Calor de temperatura: 4000 +- 500k, Tiempo estimado de batería: 3.5 horas en uso continuo como mínimo. Tiempo de carga: 8 horas aprox.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

EQUIPO DE DISECCIÓN. PARA UNA MAYOR PLURALIDAD Y EQUIDAD DE POSTORES EN CUANTO A OFERTAS DE EQUIPOS QUE CUMPLAN LA MISMA FUNCIÓN PERO NO CON MEDIDAS EXACTAS QUE LIMITAN A UNA MARCA, Y ADEMAS DESINCENTIVAN LA PARTICIPACIÓN DEL PROCESO, SIN PERJUICIO DE OTROS POSTORES. SOLICITO:

DICE: "ALTURA MÍNIMA DE LA MESA 770 MM" Y "RANGO DE ELEVACIÓN DE LA MESA +250MM", DEBE DECIR: "ALTURA MINIMA Y ALTURA MAXIMA: (750MM / 950MM) +-70MM"

DICE: "TRENDELENBURG / ANTI TRENDELENBURG: +25 GRADOS/ +25 GRADOS", DEBE DECIR: "TRENDELENBURG / ANTI TRENDELENBURG: > 20 GRADOS (+-5%) / > 20 GRADOS (+-5%)"

DICE: "INCLINACION LATERAL (IZQUIERDA/DERECHA): +20 GRADOS / +20 GRADOS", DEBE DECIR: "INCLINACION LATERAL (IZQUIERDA/DERECHA): >20 GRADOS / >20 GRADOS (+-5%)"

DICE: "PLACA DE CABEZA (ARRIBA/ABAJO): +60 GRADOS / +90", DEBE DECIR: "PLACA DE CABEZA (ARRIBA/ABAJO): > 30 GRADOS / > 90 GRADOS"

DICE: "PLACA DE LA PIERNA (ABAJO): +90 GRADOS", DEBE DECIR: "PLACA DE PIERNA (ABAJO): > 90 GRADOS"

DICE: "PLACA POSTERIOR (ARRIBA/ABAJO): +80 / +10 GRADOS", DEBE DECIR: "PLACA POSTERIOR (ARRIBA/ABAJO): >70 GRADOS / > 5 GRADOS"

DICE: "PUENTE RENAL ARRIBA APROXIMADAMENTE: +120MM", DEBE DECIR: "PUENTE RENAL ARRIBA APROXIMADAMENTE: 100 +-20 MM"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** A **Página:** 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge parcialmente la observación del portor, con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública. Por lo tanto, las características quedan de la siguiente manera: Altura mínima y Altura máxima: (750mm / 950mm) +-70mm; Trendelenburg / anti trendelenburg: > 20 grados (+-5%) / > 20 grados (+-5%); Inclclinación lateral (izquierda/derecha): > 20 (+-5%) grados / >20 grados (+-5%); Placa de cabeza (arriba/abajo): > 30 grados / mayor o igual a 90 grados; Placa de pierna (abajo): mayor o igual a 90 grados"; Placa posterior (arriba/abajo): >70 grados / > 5 grados; Puente renal arriba aproximadamente: 100 +-20 mm".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Altura mínima y Altura máxima: (750mm / 950mm) +-70mm; Trendelenburg / anti trendelenburg: > 20 grados (+-5%) / > 20 grados (+-5%); Inclclinación lateral (izquierda/derecha): > 20 (+-5%) grados / >20 grados (+-5%); Placa de cabeza (arriba/abajo): > 30 grados / mayor o igual a 90 grados; Placa de pierna (abajo): mayor o igual a 90 grados"; Placa posterior (arriba/abajo): >70 grados / > 5 grados; Puente renal arriba aproximadamente: 100 +-20 mm".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SET DE ROPA QUIRURGICA.

SE SOLICITA QUE SE DETALLE SI EL MANDIL ES DE TELA DESCARTABLE O DRILL. TAMBIEN SI EL GORRO DE CIRUJANO ES DESCARTABLE O DRILL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** B **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al participante que el EL MANDIL Y EL GORRO CIRUJANO SON DESCARTABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la consulta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

FUENTE DE LUZ PARA DISECCIÓN.

LA CLASE DE SEGURIDAD "TIPO B" NO ES DEFINIDO PARA FUENTES DE LUZ. SOLICITO SE PUEDA SUPRIMIR ESE REQUERIMIENTO PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE OFERTA DE EQUIPOS DONDE NO DEFINEN EL ¿TIPO¿ EN CLASE DE SEGURIDAD. POR TAL MOTIVO SOLICITO QUE DEBE DECIR ASI: "CLASE DE SEGURIDAD: CLASE I "

LAS ESPECIFICACIONES SOLICITA UNA "BATERÍA DE 12V CON 17 AH (AMPERIO-HORA)", POR LO CUAL LIMITA A EQUIPOS QUE HACEN USO DE AMPERIO-HORA MEJORADAS, POR ESE MOTIVO, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD, SOLICITO SE AMPLIE EL RANGO DE AMPERÍMETRO ¿ HORA , ENTONCES DEBE DECIR: "BATERÍA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** B **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge la consulta del postor parcialmente con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Clase de seguridad: clase I, Bateria de 12V o 24V, con 17HA como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Clase de seguridad: clase I, Bateria de 12V o 24V, con 17HA como mínimo.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE

DICE "INGRESO DE CORRIENTE DE 110-115-120 V", LA CONSULTA ES SI ¿SE DESEA UN TRANSFORMADOR CON INGRESO DE 110 V ?, PERO FALTARÍA INFORMACIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE.
O SI ¿DESEA UN TRANSFORMADOR CON INGRESO DE 220 V Y SALIDA 110-115-120 V ?

RECOMIENDO, QUE AL ESTAR EN UN PAIS DONDE EL VOLTAJE NORMAL ES DE 220, DEBE DECIR ASI "INGRESO 220 V Y SALIDA DE CORRIENTE 110-115-120 V"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** B **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara al postor que debido a un error de tipeo, el equipo a considerarse es un Transformador estabilizador de voltaje, con entrada de 220VAC/60HZ y salida 220VAC/60HZ.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Transformador estabilizador de voltaje, con entrada de 220VAC/60HZ y salida 220VAC/60HZ.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

MESA QUIRURGICA.

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD Y EQUIDAD DE POSTORES EN CUANTO A OFERTAS DE EQUIPOS QUE CUMPLAN LA MISMA FUNCIÓN PERO NO CON MEDIDAS EXACTAS QUE LIMITAN A UNA MARCA, Y ADEMÁS DESINCENTIVAN LA PARTICIPACIÓN DEL PROCESO, SIN PERJUICIO DE OTROS POSTORES. SOLICITO:

DICE: "ALTURA MÍNIMA DE LA MESA 770 MM" Y "RANGO DE ELEVACIÓN DE LA MESA +250MM", DEBE DECIR: "ALTURA MINIMA Y ALTURA MAXIMA: (750MM / 950MM) +-70MM"

DICE: "TRENDELENBURG / ANTI TRENDELENBURG: +25 GRADOS/ +25 GRADOS", DEBE DECIR: "TRENDELENBURG / ANTI TRENDELENBURG: > 20 GRADOS (+-5%) / > 20 GRADOS (+-5%)"

DICE: "INCLINACION LATERAL (IZQUIERDA/DERECHA): +20 GRADOS / +20 GRADOS", DEBE DECIR: "INCLINACION LATERAL (IZQUIERDA/DERECHA): >20 GRADOS / >20 GRADOS (+-5%)"

DICE: "PLACA DE CABEZA (ARRIBA/ABAJO): +60 GRADOS / +90", DEBE DECIR: "PLACA DE CABEZA (ARRIBA/ABAJO): > 30 GRADOS / > 90 GRADOS"

DICE: "PLACA DE LA PIERNA (ABAJO): +90 GRADOS", DEBE DECIR: "PLACA DE PIERNA (ABAJO): > 90 GRADOS"

DICE: "PLACA POSTERIOR (ARRIBA/ABAJO): +80 / +10 GRADOS", DEBE DECIR: "PLACA POSTERIOR (ARRIBA/ABAJO): >70 GRADOS / > 5 GRADOS"

DICE: "PUENTE RENAL ARRIBA APROXIMADAMENTE: +120MM", DEBE DECIR: "PUENTE RENAL ARRIBA APROXIMADAMENTE: 100 +-20 MM"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1

Literal: B

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge parcialmente la observación del portor, con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública. Por lo tanto, las características quedan de la siguiente manera: Altura mínima y Altura máxima: (750mm / 950mm) +-70mm; Trendelenburg / anti trendelenburg: > 20 grados (+-5%) / > 20 grados (+-5%); Inclinación lateral (izquierda/derecha): > 20 (+-5%) grados / >20 grados (+-5%); Placa de cabeza (arriba/abajo): > 30 grados / mayor o igual a 90 grados; Placa de pierna (abajo): mayor o igual a 90 grados; Placa posterior (arriba/abajo): >70 grados / > 5 grados; Puente renal arriba aproximadamente: 100 +-20 mm".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Altura mínima y Altura máxima: (750mm / 950mm) +-70mm; Trendelenburg / anti trendelenburg: > 20 grados (+-5%) / > 20 grados (+-5%); Inclinación lateral (izquierda/derecha): > 20 (+-5%) grados / >20 grados (+-5%); Placa de cabeza (arriba/abajo): > 30 grados / mayor o igual a 90 grados; Placa de pierna (abajo): mayor o igual a 90 grados; Placa posterior (arriba/abajo): >70 grados / > 5 grados; Puente renal arriba aproximadamente: 100 +-20 mm".

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

EL BIEN TIENE COMO TITULO "MESA QUIRURGICA 0.8 X 0.6 (PARA 2 ESTUDIANTES)", SIN EMBARGO EN LAS ESPECIFICACIONES NO HACE REFERENCIA NADA A ESA MEDIDAS O ESTUDIANTES. SOLICITO QUE DEBA SUPRIMIRSE EL TITULO Y DEBE DECIR ASI "MESA QUIRUGICA" YA QUE OCASIONA CONFUSIÓN A LOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** B **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que su apreciación es correcta. Sin embargo, el nombre del equipo ya esta establecido y en esta etapa del proceso no podemos cambiarlo. En tal sentido, se mantiene el nombre del equipo con las características descritas. Se solicita al postor ceñirse a las bases ofertando el bien según las caracaterísticas técnicas dadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la consulta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

EXTINTOR

LAS ESPECIFICACIONES SON MUY LIMITADAS A UN SOLO TIPO DE MARCA Y MODELO, PIDEN MEDIDAS MUY DETALLADAS, SOLICITO AL COMITE O RESPONSABLES ACEPTAR MAYORES RANGOS DE EXTINTORES, POR TAL MOTIVO, DEBE DECIR ASÍ: "ANCHO: 18 CM APROXIMADAMENTE, ALTO: 64 CM APROXIMADAMENTE, LARGO: 18 CM APROXIMADAMENTE."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** B **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su observación con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera: Ancho 18 cm Aprox., Alto: 64 cm Aprox., largo: 18 cm Aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ancho 18 cm Aprox., Alto: 64 cm Aprox., largo: 18 cm Aprox.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

ESTUFA (ESTERILIZADORA)

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD Y OFERTA DE EQUIPOS DE BUENA CALIDAD Y PROCEDENCIA SOLICITO QUE DEBA DECIR ASI:

- "PUERTA EXTERIOR DE METAL O ACERO:1"
- "BANDEJAS Y/O REJILLAS ESTÁNDAR: 2"
- "PANEL CON PANTALLA LCD O TFT APROXIMADAMENTE 3 (7,6 CM) DE CONTROL INTUITIVO"
- EN CUANTO A LA PANTALLA, SOLICITO QUE SE DEBA SUPRIMIR "CONTRASTE AJUSTABLE" DEBIDO A QUE ES IRRELEVANTE EN LA PRINCIPAL FUNCIÓN DE LA ESTERILIZADORA, POR ESE MOTIVO DEBE DECIR: "PANTALLA RETROILUMINADA TRANSFLECTIVA".
- DICE: "PROGRAMAS (9) COMO MINIMO, 2 SEGMENTOS EN CADA PROGRAMA, HASTA 99 CICLOS" LIMITA A UNA DETERMINADA MARCA, PARA UNA MEJOR OFERTA SOLICITO QUE DEBA DECIR ASI: "PROGRAMAS (9) COMO MINIMO, 2 SEGMENTOS EN CADA PROGRAMA, HASTA 99 CICLOS Y/O QUE TENGA FUNCIÓN DE PROGRAMAS"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1 Literal: C Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Puerta exterior de metal o acero inox de 1" aprox.; Bandejas y/o rejillas estandar de 2" aprox.; Panel con pantalla LCD o TFT u O LED o mejor tecnología de 3"(7,6cm) aprox de control intuitivo; Pantalla retroiluminada transflectiva; Programas (9) como mínimo, 2 segmentos en cada programa, hasta 99 ciclos y/o que tenga funciones de programas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Puerta exterior de metal o acero inox de 1" aprox.; Bandejas y/o rejillas estandar de 2" aprox.; Panel con pantalla LCD o TFT u O LED o mejor tecnología de 3"(7,6cm) aprox de control intuitivo; Pantalla retroiluminada transflectiva; Programas (9) como mínimo, 2 segmentos en cada programa, hasta 99 ciclos y/o que tenga funciones de programas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

BICILETA ERGONOMICA.

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES CON OFERTAS DE MARCAS Y MODELOS QUE TENGAN UNA FINALIDAD IGUAL SOBRE EL EQUIPO SUGIERO QUE DEBA DECIR:

- VOLANTE DE INERCIA, APROXIMADAMENTE: 10 KG O MÁS
- LA CONSOLA ES DE 1.3 APROXIMADAMENTE
- TAMAÑO DEL PRODUCTO ARMADO ACORDE A CADA FABRICANTE
- TAMAÑO DE LA CAJA ACORDE A CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** D **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su observación parcialmente con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Volante de inercia Aprox. De 10kg o más; La consola o panel de control con pantalla LCD o TFT u OLED o tecnología de 1,3" aprox; Tamaño del producto armado acorde a cada fabricante; Tamaño de la caja de acorde a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volante de inercia Aprox. De 10kg o más; La consola o panel de control con pantalla LCD o TFT u OLED o tecnología de 1,3" aprox; Tamaño del producto armado acorde a cada fabricante; Tamaño de la caja de acorde a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

FAJA ELECTRICA O CAMINADORA.

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES CON OFERTAS DE MARCAS Y MODELOS QUE TENGAN UNA FINALIDAD IGUAL SOBRE EL EQUIPO SUGIERO QUE DEBA DECIR:

- SOPORTE DE CARGA: DESDE 90 A 125 KG (SE ENCUENTRA EN EL RANGO)
- MEDIDAS APROXIMADAS: 147X73X163 CM (ALTO X ANCHO X LARGO) O ACORDE A CADA FABRICANTE
- VELOCIDAD MÁXIMA: 14 KM/H (+/-15%)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** D **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su observación parcialmente con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Soporte de carga de 115 Kg como mínimo; Medidas aproximadas de acuerdo a cada fabricante; Velocidad máxima de 14Km/h (+/-15%).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Soporte de carga de 115 Kg como mínimo; Medidas aproximadas de acuerdo a cada fabricante; Velocidad máxima de 14Km/h (+/-15%).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:
ESPIROMETRO

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, DEBE DECIR:

- TURBINA Ø28 MM APROXIMADAMENTE
- ALCANCE DE FLUJO 0.03-20 L/S (+-20%)
- ALCANCE DE VOLUMEN 12 LITROS (+-20%)
- EXACTITUD F/V (FLUJO/VOLUMEN) +- 2% Y/O 3%
- EXACTITUD FLUJO 5%
- SENSOR DE TEMPERATURA 0-50 °C U OTRO RANGO ACORDE A CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** D **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acepta parcialmente su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando las características de la siguiente manera: Turbina ø28 mm aproximadamente; Alcance de flujo 0.03-20 l/s (+-20%); Alcance de volumen 12 litros (+-20%); Exactitud f/v (flujo/volumen) +- 2% y/o 3%; Sensor de temperatura 0-50 °C u otro rango acorde a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Turbina ø28 mm aproximadamente; Alcance de flujo 0.03-20 l/s (+-20%); Alcance de volumen 12 litros (+-20%); Exactitud f/v (flujo/volumen) +- 2% y/o 3%; Sensor de temperatura 0-50 °C u otro rango acorde a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:
TENSIOMETRO.

EXISTE UNA INCOHERENCIA EN LAS ESPECIFICACIONES DEBIDO A QUE PIDEN LA CIRCUNFENCIA MÁXIMA DEL BRAZALETE: 30 CM -45 CM, QUE SIGNIFICA QUE ES UN BRAZALETE PARA UNA PERSONA ADULTO GRANDE; SIN EMBARGO, EN ACCESORIOS INCLUIDOS SOLICITA UN BRAZALETE NEONATAL DONDE LA CIRCUNFERENCIA MÁXIMO ES DE 10 CM - 15 CM. SUGIERO Y SOLICITO, PARA QUE NO HAYA CONFUSIONES, QUE DEBE DECIR ASÍ:

- CIRCUNFERENCIA DEL BRAZALETE PARA ADULTO
- CCESORIOS INCLUIDOS: BRAZALETE ADULTO, MANOMETRO, VÁVULA DE PRESIÓN, PERA O BULBO DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1 Literal: D Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que su apreciación es correcta, debido a un error de tipeo. Asimismo, se acoge su solitud parcialmente, quedando las característica de la siguiente manera: Circunferencia máxima del brazalete: de acuerdo a cada modelo ya sea adulto pediátrico o neonatal; Accesorios Incluidos: Brazalete Adulto, Pediátrico y neonatal, Manómetro, Valvula de presión, pera o bulbo de inflación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Circunferencia máxima del brazalete: de acuerdo a cada modelo ya sea adulto pediátrico o neonatal; Accesorios Incluidos: Brazalete Adulto, Pediátrico y neonatal, Manómetro, Valvula de presión, pera o bulbo de inflación.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

MICROMETRO DIGITAL.

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJORA DE OFERTA DE BIENES CON MEJOR CALIDAD Y PROCENDENCIA, SOLICITO QUE DEBE DECIR ASI:

- PRECISION: +- 2UM Y/O +- 4UM

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** D **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la consulta del postor con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y de esta menra cumplir con la finalidad pública, quedando la característica de la siguiente manera: Precisión de +-2um y/o +-4um.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de +-2um y/o +-4um.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS.

Por concepto. una balanza analítica es una báscula que mide masa con un alto grado de precisión. Una lectura de 0,1 mg (Se llama 4 decimales), de 0,01 mg (Se llama 5 decimales, también denominada balanza semi-micro). Es decir, se denomina de 4 decimales porque $0,1 \text{ mg} = 0,0001 \text{ g}$ posee 4 decimales cuando se lee en gramos.

Por esa descripción y para que no existe confusión en la entrega, se solicita que deba decir el título del bien "BALANZA ANALITICA DE 4 DECIMALES"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1.6.1 Literal: D **Página: 41**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acalara al postor que su apreciación es correcta. Sin embargo, el nombre del equipo ya esta establecido y en esta etapa del proceso no podemos cambiarlo. . En tal sentido, se mantiene el nombre del equipo con las características descritas. Se solicita al postor ceñirse a las bases ofertando el bien según las características técnicas dadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la consulta.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

BALANZA 0 A 200 GR.

Para una mayor pluralidad de postores y exista un correcta oferta de equipos de buena calidad y cumpliendo las exigencia, se solicita modificar la capacidad con mayor rango, decir así:

- Capacidad >200 g.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** D **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge parcialmente su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y obtener mayor capacidad en el equipo ha adquirir, quedando la característica de la siguiente manera: Capacidad mayor o igual a 200gr.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad mayor o igual a 200gr.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

HORNO ESTERILIZADOR

Para una mayor pluralidad de postores, marcas y modelos, solicitamos al comité que debe decir así:

- Rango de temperatura máxima: 250 y/o 300°C
- Pantalla LCD o TFT
- Posición de temperatura por la tecnología APT.line o por la que use el fabricante
- 30% menos de consumo de energía y/o que el consumo eléctrico no sea mayor a 2600w
- 2 rejillas de acero inoxidable.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** D **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge su observación parcialmente con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando las características de la siguiente manera: Temperatura máxima: mayor o igual a 250 °C; Pantalla LCD o TFT u OLED o tecnología superior; Precisión de temperatura por la tecnología APT. line (opcional); 30% menos de consumo de energía (opcional); 2 rejillas cromadas o de acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Temperatura máxima: mayor o igual a 250 °C; Pantalla LCD o TFT u OLED o tecnología superior; Precisión de temperatura por la tecnología APT. line (opcional); 30% menos de consumo de energía (opcional); 2 rejillas cromadas o de acero inoxidable.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

ESTUFA.

ESTUFA (ESTERILIZADORA)
PARA UNA MAYOR PLURALIDAD Y OFERTA DE EQUIPOS DE BUENA CALIDAD Y PROCEDENCIA SOLICITO QUE DEBA DECIR ASI:

- "PUERTA EXTERIOR DE METAL O ACERO:1"
- "BANDEJAS Y/O REJILLAS ESTÁNDAR: 2"
- "PANEL CON PANTALLA LCD O TFT APROXIMADAMENTE 3 (7,6 CM) DE CONTROL INTUITIVO"
- EN CUANTO A LA PANTALLA, SOLICITO QUE SE DEBA SUPRIMIR "CONTRASTE AJUSTABLE" DEBIDO A QUE ES IRRELEVANTE EN LA PRINCIPAL FUNCIÓN DE LA ESTERILIZADORA, POR ESE MOTIVO DEBE DECIR: "PANTALLA RETROILUMINADA TRANSFLECTIVA".
- DICE: "PROGRAMAS (9) COMO MINIMO, 2 SEGMENTOS EN CADA PROGRAMA, HASTA 99 CICLOS" LIMITA A UNA DETERMINADA MARCA, PARA UNA MEJOR OFERTA SOLICITO QUE DEBA DECIR ASI: "PROGRAMAS (9) COMO MINIMO, 2 SEGMENTOS EN CADA PROGRAMA, HASTA 99 CICLOS Y/O QUE TENGA FUNCIÓN DE PROGRAMAS"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1 Literal: D Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Puerta exterior de metal o acero inox de 1" aprox.; Bandejas y/o rejillas estandar de 2" aprox.; Panel con pantalla LCD o TFT u O LED o mejor tecnología de 3"(7,6cm) aprox de control intuitivo; Pantalla retroiluminada transflectiva; Programas (9) como mínimo, 2 segmentos en cada programa, hasta 99 ciclos y/o que tenga funciones de programas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Puerta exterior de metal o acero inox de 1" aprox.; Bandejas y/o rejillas estandar de 2" aprox.; Panel con pantalla LCD o TFT u O LED o mejor tecnología de 3"(7,6cm) aprox de control intuitivo; Pantalla retroiluminada transflectiva; Programas (9) como mínimo, 2 segmentos en cada programa, hasta 99 ciclos y/o que tenga funciones de programas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:
ELECTROBOMBA

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y MEJOR OFERTA DE MARCAS Y PROCENDENCIA DE CALIDAD , SE SOLICITA QUE DIGA LO SIGUIENTE:

- CAPACIDAD DE SUCCIÓN HASTA 7 Y/O 8 MTS
- CAUDAL MÍNIMO DE 160 LPM Y MÁXIMO 225 LPM
- MATERIAL: HIERRO FUNDIDO E IMPULSORES O RODETES DE BRONCE O ACERO INOXIDABLE CON EJE DE ACERO INOXIDABLE.
- DICE: ALTURA MAXIMA DE ELEVACIÓN: 38 MTS, DEBE DECIR: ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN O MANOMÉTRICA HASTA 56M.

EN CUANTO A LA PRESIÓN MAXIMA DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO NO TIENE RELACIÓN CON LA CAPACIDAD ALTA DEL ELECTROBOMBA, POR TAL MOTIVO SOLICITO QUE DIGA ASI:

- PRESION MAXIMA ACEPTABLE DESDE 55.11 PSI A 146 PSI
- TIEMPO DE USO CONTINUO: 24 HORAS Y/O A SUGERENCIA DE CADA FABRICANTE U OPCIONAL INFORMACIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** D **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge su observación parcialmente con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Capacidad de succión mayor o igual 7 metros; Caudal máximo 225 lpm; Material: hierro fundido e impulsores o rodetes de bronce o acero inoxidable con eje de acero inoxidable; Altura máxima de elevación o manométrica hasta 56m o mayor; Presión máxima aceptable desde 55.11 psi a 146 psi; Profundidad máxima de aspiración mayor o igual a 7 metros; Tiempo de uso continuo de 24 horas o según recomiende cada fabricante; Alimentación 220VAC(+/-10%) /60HZ.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad de succión mayor o igual a 7 metros; Caudal máximo 225 lpm; Material: hierro fundido e impulsores o rodetes de bronce o acero inoxidable con eje de acero inoxidable; Altura máxima de elevación o manométrica hasta 56m o mayor; Presión máxima aceptable desde 55.11 psi a 146 psi. Profundidad máxima de aspiración mayor o igual a 7 metros; Tiempo de uso continuo de 24 horas o según recomiende cada fabricante. Alimentación 220VAC(+/-10%) /60HZ.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y EN OFERTAR DIVERSAS MARCAS Y MODELOS DE PRESTIGIO QUE CUMPLEN CON LA MISMA FUNCIONALIDAD DE REFRIGERAR, SOLICITO QUE DIGA LO SIGUIENTE:

- Reconexión Automática opcional
- Poliestireno interior opcional
- Bandeja de deshielo y/o hielo
- Pintura electrostática en polvo: ecológico y electrostática o acorde a cada fabricante
- Fácil desplazamiento por sus 4 ruedas o accesorio externo
- Indicador de nivel de hielo opcional
- Capacidad \geq 228.5 litros

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** D **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Reconexión Automática (opcional); Poliestireno interior (opcional); Bandeja de deshielo y/o hielo; Pintura electrostática en polvo: ecológico y electrostática o acorde a cada fabricante; Fácil desplazamiento por sus 4 ruedas; Indicador de nivel de hielo (opcional); Capacidad \geq 228.5 litros; Alimentación 220VAC(+/-10%) /60HZ.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Reconexión Automática (opcional); Poliestireno interior (opcional); Bandeja de deshielo y/o hielo; Pintura electrostática en polvo: ecológico y electrostática o acorde a cada fabricante; Fácil desplazamiento por sus 4 ruedas; Indicador de nivel de hielo (opcional); Capacidad \geq 228.5 litros; Alimentación 220VAC(+/-10%) /60HZ.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

BALON DE CO2

DICE: "BALON CON CO2 - 9 KILOS (COMO MINIMO) Y RECARGADO CON PRUEBA HIDROSTATICA PARA 5 AÑOS".

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y DE OFERTAR BIENES DE CALIDAD SOLICITO AL RESPONSABLE SOLICITO QUE DEBE DECIR ASI: "BALON CON CO2 - 9 KILOS (COMO MINIMO) Y RECARGADO, Y PRUEBA HIDROSTATICA PARA 5 AÑOS (OPCIONAL)"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** D **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara al postor que no acoge su observación, debido a que las características son las mínimas solicitadas por el área usuaria. Asimismo, es necesario que el Balon de CO2 tenga certificación de prueba hidrostática por 5 años para garantizar su correcto funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la observacion.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS.

Por concepto. una balanza analítica es una báscula que mide masa con un alto grado de precisión. Una lectura de 0,1 mg (Se llama 4 decimales), de 0,01 mg (Se llama 5 decimales, también denominada balanza semi-micro). Es decir, se denomina de 4 decimales porque $0,1 \text{ mg} = 0,0001 \text{ g}$ posee 4 decimales cuando se lee en gramos.

Por esa descripción y para que no existe confusión en la entrega, se solicita que deba decir el título del bien "BALANZA ANALITICA DE 4 DECIMALES"

Acápate de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** E **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acalara al postor que su apreciación es correcta. Sin embargo, el nombre del equipo ya esta establecido y en esta etapa del proceso no podemos cambiarlo. . En tal sentido, se mantiene el nombre del equipo con las características descritas. Se solicita al postor ceñirse a las bases ofertando el bien según las características técnicas dadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la observacion.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

BALANZA DE PLATO

Según las especificaciones solicita: "Alimentación: No requiere energía", sin embargo, líneas abajo dice: "duración de batería 210 horas...", "Potencia de corriente universal interna 100-240/50-60 hz..."

Ya que existe incoherencia en el pedido, solicito se pueda suprimir ALIMENTACIÓN: NO REQUIERE ENERGÍA

Y TAMBIEN DEBE SUPRIMIRSE LA IMAGEN ya que genera una confusión, porque al momento de ser eléctrica, ya no sería una balanza mecánica como en la imagen que actualmente aparece.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** E **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara al postor que su apreciación es correcta. Por lo tanto, se procede a suprimir la característica descrita y la imagen. Asimismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la observación.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

DESTILADOR DE AGUA

Para una mayor pluralidad de postores y además que las especificaciones requeridas determinan a una marca y modelo en específico; solicito que exista un mayor rango de aceptación en lo siguiente: ¿Tamaño:730 x 430 x 580 aproximado o acorde a cada fabricante¿, ¿Peso: 28 kg o acorde a cada fabricante¿, Potencia de salida: 15W o acorde a cada fabricante¿, ¿Reservorio: 11L aprox o acorde a cada fabricante u opcional¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1

Literal: E

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la observación del postor con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Tamaño:730 x 430 x 580 aproximado o acorde a cada fabricante; Peso: 28 kg o acorde a cada fabricante; Potencia de salida: 15W o acorde a cada fabricante; Reservorio: 11L aproximado o acorde a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tamaño:730 x 430 x 580 aproximado o acorde a cada fabricante; Peso: 28 kg o acorde a cada fabricante; Potencia de salida: 15W o acorde a cada fabricante; Reservorio: 11L aproximado o acorde a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

HORNO CALOR SECO

Para una mejor participación de postores con oferta de equipos de buena calidad, se solicita que deba decir así:

- Dice: "- 55 L" , Esta característica debe ser la capacidad del horno, por tal motivo debe decir así: "- Capacidad o volumen interior \geq 55 L (+/- 5%)"

- Comunicación digital RS232 y/o puerto ethernet.

- Rango de temperatura mínimo de 5°C a 60 °C o más.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1

Literal: E

Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge su observación parcialmente con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Capacidad o Volumen de la cámara interna mayor o igual a 50L; comunicación RS232 o USB o puerto ethernet; Rango de temperatura de 5°C a 60°C o mayor rango.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad o Volumen de la cámara interna mayor o igual a 50L; comunicación RS232 o USB o puerto ethernet; Rango de temperatura de 5°C a 60°C o mayor rango.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 45
Consulta/Observación:
MICROSCOPIO BINOCULAR

Dice: "Superficies con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata", solicito a los responsables, para una mayor pluralidad de postores, además de incentivar la participación que diga lo siguiente: "Superficies con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata y/o con tecnología de cada fabricante¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** E **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores, quedando la característica de la siguiente manera: Superficies con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata y/o con tecnología de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Superficies con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata y/o con tecnología de cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 46
Consulta/Observación:
MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO

-Los rangos de aumentos de 8x a 70x, solo se da en equipos sin cámara sin embargo su institución sí requiere cámara tal como detalla líneas más abajo; por ende no son congruentes con el equipo con cámara integrada ya que posee una distribución de luz: 50% visual y 50% cámara, por tal motivo, solicito que debe decir así: "Rango de aumento: 8x a 70x y/o 8x a35x"

- Para una mejor participación: Debe decir: "Mandos de enfoque coaxiales y/o sensible y preciso."

Se recomienda que los oculares no integrados en el equipo, como por ejemplo los 20x/12, son accesorios adicionales no comerciales y sin stock a nivel internacional, esto puede poner en peligro la participación de postores. Por tal motivo, solicito que debe decir: "Ocular: Par 10x/20 fijos, y/o Par 20x/12 fijos. Y aceptan retículos de medición (opcional)"

También existe un error de tipeo y solicito corregir dice: "Interfases: Conexión USB2, HDMI ... ", DEBE DECIR: "Interfaces: Conexión USB, HDMI ... "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1 Literal: E Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que su apreciación es correcta, a tal motico seacepta su observación, quedando las características de la siguiente manera: Rango de aumento 8x a 70x y/o 8x a 35x; Mandos de enfoque coaxiales y/o sensible y precisos; Oculares: Par 10x/20 fijo, y/o Par 20x/12 fijos. aceptan retículos de medición (opcional); Interfaces: Conexión USB, HDMI ranura para tarjeta SD, ethernet, wifi.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Rango de aumento 8x a 70x y/o 8x a 35x; Mandos de enfoque coaxiales y/o sensible y precisos; Oculares: Par 10x/20 fijo, y/o Par 20x/12 fijos. aceptan retículos de medición (opcional). Interfaces: Conexión USB, HDMI ranura para tarjeta SD, ethernet, wifi.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS

En la pag. 45 piden un bien igual a este. Sin embargo, debe existir un error de tipeo ya que ahora dice PRECISION DE LECTURA: 0.01 MG, y esto no es congruente con la reproducibilidad y linealidad, porque son de cantidad de decimales distintos. En otras palabras, la precisión pide de 0.01 mg, distinto a reproducibilidad que es 0.1 mg, que varía en sus decimales.

Por tal motivo debe decir así: "PRECISION DE LECTURA: 0.1 MG", solo así será congruente a las demás características requeridas e igual al requerimiento de la pag 45.

Tambien solicito cambiar el titulo para que no genere confusión y debe decir así "BALANZA ANALITICA DE 4 DECIMALES""

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** F **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que su apreciación es correcta. Por lo tanto, se acoge su observación parcialmente quedando la característica de la siguiente manera: Precisión de lectura: 0.1mg. Respecto al titulo, no es posible cambiarlo en esta etapa del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de lectura: 0.1mg.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 48
Consulta/Observación:
BALANZA ANALITICA DE 4 CIFRA SIGNIFICATIVAS

Debo enunciar que debe existir un error de tipeo ya que la Precisión de lectura: 0.0001 mg (miligramo) no existe en ninguna marca ya que tendría que tener una lectura de 0.0000001 g (gramos) (7 DECIMALES), y ese tipo no existe. Debe decir: PRECISION DE LECTURA 0.0001 G (gramos), además eso significaría que es de una precisión de 0.1 mg, con igual decimal que la reproductibilidad 0.1 mg y linealidad 0.2 mg, por ende serían congruentes.

Y también tendría relación con el nombre de BALANZA ANALITICA DE 4 CIFRAS SIGNIFICATIVAS O DECIMALES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** F **Página:** 51
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que su apreciación es correcta. Por lo tanto, se acoge su observación quedando la característica de la siguiente manera: Precisión de lectura de 0.1mg.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Precisión de lectura de 0.1 mg.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

TERMOMETROS DIGITALES

El tiempo de prueba: 60 min, es excesivo para una prueba rápida y confiable de temperatura, debe decir TIEMPO DE PRUEBA APROX 60 seg., también solicito suprimir ADVERTENCIA DE BAJA TENSION ya que no incide en nada a un termómetro digital.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** F **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que su apreciación es correcta. Por lo tanto, se acoge parcialmente su observación quedando la característica de la siguiente manera: Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

TELEVISOR 40"

Para una mayor pluralidad de postores, se solicita que la pantalla sea de la siguiente manera ¿Pantalla: Tipo: 4k IPS DISPLAY o LED o NANOCELL¿. ya que son de ultima gama. También la conectividad RCA esta desfasada en los televisores de alta gama, ya que presenta conexiones como HDMI USB BLUETOOTH, por tal motivo debe decir así: ¿CONECTIVIDAD: HDMI 3, entrada RCA opcional".

Solicito que las MEDIDAS CON BASE 62,7 x 97,5 x 21,6 CM sean aproximadas y/o acorde a cada fabricante.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** G **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Pantalla: Tipo: 4k IPS DISPLAY o LED o NANOCELL; CONECTIVIDAD: HDMI 3 como mínimo, entrada RCA (opcional); MEDIDAS CON BASE 62,7 x 97,5 x 21,6 CM sean aproximadas y/o acorde a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pantalla: Tipo: 4k IPS DISPLAY o LED o NANOCELL; CONECTIVIDAD: HDMI 3 como mínimo, entrada RCA (opcional); MEDIDAS CON BASE 62,7 x 97,5 x 21,6 CM sean aproximadas y/o acorde a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

BALON DE CO2

DICE: "BALON CON CO2 - 9 KILOS (COMO MINIMO) Y RECARGADO CON PRUEBA HIDROSTATICA PARA 5 AÑOS".

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y DE OFERTAR BIENES DE CALIDAD SOLICITO AL RESPONSABLE SOLICITO QUE DEBE DECIR ASI: "BALON CON CO2 - 9 KILOS (COMO MINIMO) Y RECARGADO, Y PRUEBA HIDROSTATICA PARA 5 AÑOS (OPCIONAL)"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1

Literal: G

Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que no acoge su observación, debido a que las características son las mínimas solicitadas por el área usuaria. Asimismo, es necesario que el Balon de CO2 tenga certificación de prueba hidrostática por 5 años para garantizar su correcto funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la observacion.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 52
Consulta/Observación:
DUCHA DE SEGURIDAD INCLUYE LAVA OJOS (ESPAÑOL)

Para una mayor pluralidad de marcas reconocida y además incentivar la participación de postores solicito que diga lo siguiente:

-Dice: Ducha de emergencia (80x1.80), solicito se suprima 80x1.80, ya que líneas abajo describen la altura y demás factores, entonces debe decir "DUCHA DE EMERGENCIA"

- Conexión de entrada: 1 y/o 1 ¼ de giro de acero inoxidable
- Válvula: llave de ¼ de giro con acero inoxidable y/o acorde a cada fabricante.
- Puntos ciegos: Por tapones roscados sellados (opcional con diseño de cada fabricante).
- Surtidores: Abs, color blanco, chorros de agua con doble cambio, tipo ducha y tipo aspersor, (opcional con diseño de cada fabricante).
- El nivel de presión de agua normal en una casa se establece en el rango de 40 a 60 PSI, entonces debería decir así PRESIÓN MÍNIMA 20 PSI HASTA 120 PSI.
- Altura piso a lava ojos: 1.15 mts aproximadamente.
- Altura piso a ducha: 2.20 mts aproximadamente.
- Tipo de acción: Manual, palanca ¼ de giro y/o acorde al diseño de cada fabricante.
- Conexión de salida: 1 y/o 1 ¼ de giro con acero inoxidable,

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1 Literal: G Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Ducha de emergencia; Conexión de entrada: 1 y/o 1 ¼ de giro de acero inoxidable; Válvula: llave de ¼ de giro con acero inoxidable y/o acorde a cada fabricante; Puntos ciegos: Por tapones roscados sellados (opcional con diseño de cada fabricante); Surtidores: Abs, color blanco, chorros de agua con doble cambio, tipo ducha y tipo aspersor, (opcional con diseño de cada fabricante); Presión mínima de 20 PSI; Presión máxima hasta 120 PSI; Altura piso a lava ojos: 1.15 mts aproximadamente; Altura piso a ducha: 2.20 mts aproximadamente; Tipo de acción: Manual, palanca ¼ de giro y/o acorde al diseño de cada fabricante; Conexión de salida: 1 y/o 1 ¼ de giro con acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ducha de emergencia; Conexión de entrada: 1 y/o 1 ¼ de giro de acero inoxidable; Válvula: llave de ¼ de giro con acero inoxidable y/o acorde a cada fabricante; Puntos ciegos: Por tapones roscados sellados (opcional con diseño de cada fabricante); Surtidores: Abs, color blanco, chorros de agua con doble cambio, tipo ducha y tipo aspersor, (opcional con diseño de cada fabricante); Presión mínima de 20 PSI; Presión máxima hasta 120 PSI; Altura piso a lava ojos: 1.15 mts aproximadamente; Altura piso a ducha: 2.20 mts aproximadamente; Tipo de acción: Manual, palanca ¼ de giro y/o acorde al diseño de cada fabricante; Conexión de salida: 1 y/o 1 ¼ de giro con acero inoxidable.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 53
Consulta/Observación:
HORNO (ESTERILIZADOR)

Para una mayor pluralidad de postores en diversas marcas, solicito al área usuaria que los esterilizadores puedan tener mayor rango de capacidad, debe decir CAPACIDAD DE 120 LT (+-10%)
Favor de aclarar a qué se refiere con CONFIGURACION DE MESA, o debe ser un error de tipeo y solicito que deba decir CONFIGURACION DE IDIOMA.
También para una mejor oferta EL INTERVALO DE TEMPERATURA debe tener mayor rango, dice INTERVALO DE TEMPERATURA: MAX 250°C MIN 70°C, solicito debe decir INTERVALO DE TEMPERATURA: MAX 250°C MIN 05°C,

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** H **Página:** 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Capacidad mayor o igual a 105 Litros; Configuración de idioma; intervalo de temperatura: Temperatura Min: menor o igual a 70°C; Temperatura Max: mayor o igual a250°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad mayor o igual a 105 Litros; Configuración de idioma; intervalo de temperatura: Temperatura Min: menor o igual a 70°C; Temperatura Max: mayor o igual a250°C

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA

PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y EN OFERTAR DIVERSAS MARCAS Y MODELOS DE PRESTIGIO QUE CUMPLEN CON LA MISMA FUNCIONALIDAD DE REFRIGERAR, SOLICITO QUE DIGA LO SIGUIENTE:

- Reconexión Automática opcional
- Poliestireno interior opcional
- Bandeja de deshielo y/o hielo
- Pintura electrostática en polvo: ecológico y electrostática o acorde a cada fabricante
- Fácil desplazamiento por sus 4 ruedas o accesorio externo
- Indicador de nivel de hielo opcional
- Capacidad >= 228.5 litros

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** H **Página:** 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Reconexión Automática (opcional); Poliestireno interior (opcional); Bandeja de deshielo y/o hielo; Pintura electrostática en polvo: ecológico y electrostática o acorde a cada fabricante; Fácil desplazamiento por sus 4 ruedas; Indicador de nivel de hielo (opcional); Capacidad >= 228.5 litros; Alimentación 220VAC(+/-10%) /60HZ.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Reconexión Automática (opcional); Poliestireno interior (opcional); Bandeja de deshielo y/o hielo; Pintura electrostática en polvo: ecológico y electrostática o acorde a cada fabricante; Fácil desplazamiento por sus 4 ruedas; Indicador de nivel de hielo (opcional); Capacidad >= 228.5 litros; Alimentación 220VAC(+/-10%) /60HZ.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS.

Por concepto. una balanza analítica es una báscula que mide masa con un alto grado de precisión. Una lectura de 0,1 mg (Se llama 4 decimales), de 0,01 mg (Se llama 5 decimales, también denominada balanza semi-micro). Es decir, se denomina de 4 decimales porque $0,1\text{ mg} = 0,0001\text{ g}$ posee 4 decimales cuando se lee en gramos.

Por esa descripción y para que no existe confusión en la entrega, se solicita que deba decir el titulo del bien "BALANZA ANALITICA DE 4 DECIMALES"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** I **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acalara al postor que su apreciación es correcta. Sin embargo, el nombre del equipo ya esta establecido y en esta etapa del proceso no podemos cambiarlo. . En tal sentido, se mantiene el nombre del equipo con las características descritas. Se solicita al postor ceñirse a las bases ofertando el bien según las caracaterísticas técnicas dadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se reitera el análisis respecto a la observacion.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

POLARIMETRO

Para una mayor participación de postores solicito que debe ampliar más los rangos de aceptación, por ende debe decir así:

-AUMENTOS: MAYOR A 3X

-Fuente de luz: Lámpara de sodio o LED

-Longitud de onda:589,3 nm o 590 nm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1

Literal: |

Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Aumentos mayor o igual a 3X; Fuente de Luz: lámpara de sodio o LED; Longitud de onda de 589.3 nm o 590 nm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Aumentos mayor o igual a 3X; Fuente de Luz: lámpara de sodio o LED; Longitud de onda de 589.3 nm o 590 nm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

DUCHA DE SEGURIDAD INCLUYE LAVA OJOS (ESPAÑOL)

Para una mayor pluralidad de marcas reconocida y además incentivar la participación de postores solicito que diga lo siguiente:

-Dice: Ducha de emergencia (80x1.80), solicito se suprima 80x1.80, ya que líneas abajo describen la altura y demás factores, entonces debe decir "DUCHA DE EMERGENCIA"

- Conexión de entrada: 1 y/o 1 ¼ de giro de acero inoxidable
- Válvula: llave de ¼ de giro con acero inoxidable y/o acorde a cada fabricante.
- Puntos ciegos: Por tapones roscados sellados (opcional con diseño de cada fabricante).
- Surtidores: Abs, color blanco, chorros de agua con doble cambio, tipo ducha y tipo aspersor, (opcional con diseño de cada fabricante).
- El nivel de presión de agua normal en una casa se establece en el rango de 40 a 60 PSI, entonces debería decir así PRESIÓN MÍNIMA 20 PSI HASTA 120 PSI.
- Altura piso a lava ojos: 1.15 mts aproximadamente.
- Altura piso a ducha: 2.20 mts aproximadamente.
- Tipo de acción: Manual, palanca ¼ de giro y/o acorde al diseño de cada fabricante.
- Conexión de salida: 1 y/o 1 ¼ de giro con acero inoxidable,

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1

Literal: I

Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Ducha de emergencia; Conexión de entrada: 1 y/o 1 ¼ de giro de acero inoxidable; Válvula: llave de ¼ de giro con acero inoxidable y/o acorde a cada fabricante; Puntos ciegos: Por tapones roscados sellados (opcional con diseño de cada fabricante); Surtidores: Abs, color blanco, chorros de agua con doble cambio, tipo ducha y tipo aspersor, (opcional con diseño de cada fabricante); Presión mínima de 20 PSI; Presión máxima hasta 120 PSI; Altura piso a lava ojos: 1.15 mts aproximadamente; Altura piso a ducha: 2.20 mts aproximadamente; Tipo de acción: Manual, palanca ¼ de giro y/o acorde al diseño de cada fabricante; Conexión de salida: 1 y/o 1 ¼ de giro con acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ducha de emergencia; Conexión de entrada: 1 y/o 1 ¼ de giro de acero inoxidable; Válvula: llave de ¼ de giro con acero inoxidable y/o acorde a cada fabricante; Puntos ciegos: Por tapones roscados sellados (opcional con diseño de cada fabricante); Surtidores: Abs, color blanco, chorros de agua con doble cambio, tipo ducha y tipo aspersor, (opcional con diseño de cada fabricante); Presión mínima de 20 PSI; Presión máxima hasta 120 PSI; Altura piso a lava ojos: 1.15 mts aproximadamente; Altura piso a ducha: 2.20 mts aproximadamente; Tipo de acción: Manual, palanca ¼ de giro y/o acorde al diseño de cada fabricante; Conexión de salida: 1 y/o 1 ¼ de giro con acero inoxidable.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 58
Consulta/Observación:
BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS.

Por concepto. una balanza analítica es una báscula que mide masa con un alto grado de precisión. Una lectura de 0,1 mg (Se llama 4 decimales), de 0,01 mg (Se llama 5 decimales, también denominada balanza semi-micro). Es decir, se denomina de 4 decimales porque $0,1\text{ mg} = 0,0001\text{ g}$ posee 4 decimales cuando se lee en gramos.

Por esa descripción y para que no existe confusión en la entrega, se solicita que deba decir el titulo del bien "BALANZA ANALITICA DE 4 DECIMALES"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** J **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:
El area usuaria acalara al postor que su apreciación es correcta. Sin embargo, el nombre del equipo ya esta establecido y en esta etapa del proceso no podemos cambiarlo. . En tal sentido, se mantiene el nombre del equipo con las características descritas. Se solicita al postor ceñirse a las bases ofertando el bien según las caracaterísticas técnicas dadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se reitera el análisis respecto a la observacion.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 59
Consulta/Observación:
COCINILLA ELECTRICA DE 1 HORNILLA

Para una mejor pluralidad de postores y ofertas marcas reconocidas con prestigio. Solicito que deba decir asi:

- Dimensiones (mm) aproximadas: 250x290x85 o acorde a cada fabricante
- Peso aproximado: 3kg o acorde a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** J **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Dimensiones (mm) aproximadas: 250x290x85 o acorde a cada fabricante; Peso aproximado: 3kg o acorde a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dimensiones (mm) aproximadas: 250x290x85 o acorde a cada fabricante; Peso aproximado: 3kg o acorde a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO

-Los rangos de aumentos de 8x a 70x, solo se da en equipos sin cámara sin embargo su institución sí requiere cámara tal como detalla líneas más abajo; por ende no son congruentes con el equipo con cámara integrada ya que posee una distribución de luz: 50% visual y 50% cámara, por tal motivo, solicito que debe decir así: "Rango de aumento: 8x a 70x y/o 8x a35x"

- Para una mejor participación: Debe decir: "Mandos de enfoque coaxiales y/o sensible y preciso."

Se recomienda que los oculares no integrados en el equipo, como por ejemplo los 20x/12, son accesorios adicionales no comerciales y sin stock a nivel internacional, esto puede poner en peligro la participación de postores. Por tal motivo, solicito que debe decir: "Ocular: Par 10x/20 fijos, y/o Par 20x/12 fijos. Y aceptan retículos de medición (opcional)"

También existe un error de tipeo y solicito corregir dice: "Interfases: Conexión USB2, HDMI ... ", DEBE DECIR: "Interfaces: Conexión USB, HDMI ... "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1 Literal: J **Página: 68**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que su apreciación es correcta, a tal motico seacepta su observación, quedando las características de la siguiente manera: Rango de aumento 8x a 70x y/o 8x a 35x; Mandos de enfoque coaxiales y/o sensible y precisos; Oculares: Par 10x/20 fijo, y/o Par 20x/12 fijos. aceptan retículos de medición (opcional); Interfaces: Conexión USB, HDMI ranura para tarjeta SD, ethernet, wifi.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Rango de aumento 8x a 70x y/o 8x a 35x; Mandos de enfoque coaxiales y/o sensible y precisos; Oculares: Par 10x/20 fijo, y/o Par 20x/12 fijos. aceptan retículos de medición (opcional); Interfaces: Conexión USB, HDMI ranura para tarjeta SD, ethernet, wifi.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 61
Consulta/Observación:
MICROSCOPIO BINOCULAR

Dice: "Superficies con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata", solicito a los responsables, para una mayor pluralidad de postores, además de incentivar la participación que diga lo siguiente: - - Superficies con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata y/o con tecnología de cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** J **Página:** 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores, quedando la característica de la siguiente manera: Superficies con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata y/o con tecnología de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Superficies con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata y/o con tecnología de cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:
POLARIMETRO

Para una mayor participación de postores solicito que debe ampliar más los rangos de aceptación, por ende debe decir así:

- AUMENTOS: MAYOR A 3X
- Fuente de luz: Lámpara de sodio o LED
- Longitud de onda:589,3 nm o 590 nm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** J **Página:** 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge parcialmente la observación del postor, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Aumentos mayor o igual a 3X; Fuente de Luz: lámpara de sodio o LED; Longitud de onda de 589.3 nm o 590 nm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Aumentos mayor o igual a 3X; Fuente de Luz: lámpara de sodio o LED; Longitud de onda de 589.3 nm o 590 nm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

TERMOMETROS DIGITALES

El tiempo de prueba: 60 min, es excesivo para una prueba rápida y confiable de temperatura, debe decir TIEMPO DE PRUEBA APROX 60 seg., también solicito suprimir ADVERTENCIA DE BAJA TENSION ya que no incide en nada a un termómetro digital.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** J **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara al postor que su apreciación es correcta. Por lo tanto, se acoge parcialmente su observación quedando la característica de la siguiente manera: Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

DUCHA DE SEGURIDAD INCLUYE LAVA OJOS (ESPAÑOL)

Para una mayor pluralidad de marcas reconocida y además incentivar la participación de postores solicito que diga lo siguiente:

-Dice: Ducha de emergencia (80x1.80), solicito se suprima 80x1.80, ya que líneas abajo describen la altura y demás factores, entonces debe decir "DUCHA DE EMERGENCIA"

- Conexión de entrada: 1 y/o 1 ¼ de giro de acero inoxidable
- Válvula: llave de ¼ de giro con acero inoxidable y/o acorde a cada fabricante.
- Puntos ciegos: Por tapones roscados sellados (opcional con diseño de cada fabricante).
- Surtidores: Abs, color blanco, chorros de agua con doble cambio, tipo ducha y tipo aspersor, (opcional con diseño de cada fabricante).
- El nivel de presión de agua normal en una casa se establece en el rango de 40 a 60 PSI, entonces debería decir así PRESIÓN MÍNIMA 20 PSI HASTA 120 PSI.
- Altura piso a lava ojos: 1.15 mts aproximadamente.
- Altura piso a ducha: 2.20 mts aproximadamente.
- Tipo de acción: Manual, palanca ¼ de giro y/o acorde al diseño de cada fabricante.
- Conexión de salida: 1 y/o 1 ¼ de giro con acero inoxidable,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.6.1

Literal: J

Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Ducha de emergencia; Conexión de entrada: 1 y/o 1 ¼ de giro de acero inoxidable; Válvula: llave de ¼ de giro con acero inoxidable y/o acorde a cada fabricante; Puntos ciegos: Por tapones roscados sellados (opcional con diseño de cada fabricante); Surtidores: Abs, color blanco, chorros de agua con doble cambio, tipo ducha y tipo aspersor, (opcional con diseño de cada fabricante); Presión mínima de 20 PSI; Presión máxima hasta 120 PSI; Altura piso a lava ojos: 1.15 mts aproximadamente; Altura piso a ducha: 2.20 mts aproximadamente; Tipo de acción: Manual, palanca ¼ de giro y/o acorde al diseño de cada fabricante; Conexión de salida: 1 y/o 1 ¼ de giro con acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ducha de emergencia; Conexión de entrada: 1 y/o 1 ¼ de giro de acero inoxidable; Válvula: llave de ¼ de giro con acero inoxidable y/o acorde a cada fabricante; Puntos ciegos: Por tapones roscados sellados (opcional con diseño de cada fabricante); Surtidores: Abs, color blanco, chorros de agua con doble cambio, tipo ducha y tipo aspersor, (opcional con diseño de cada fabricante); Presión mínima de 20 PSI; Presión máxima hasta 120 PSI; Altura piso a lava ojos: 1.15 mts aproximadamente; Altura piso a ducha: 2.20 mts aproximadamente; Tipo de acción: Manual, palanca ¼ de giro y/o acorde al diseño de cada fabricante; Conexión de salida: 1 y/o 1 ¼ de giro con acero inoxidable.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 65
Consulta/Observación:
COCINILLA ELECTRICA DE 1 HORNILLA

Para una mejor pluralidad de postores y ofertas marcas reconocidas con prestigio. Solicito que deba decir asi:

- Dimensiones (mm) aproximadas: 250x290x85 o acorde a cada fabricante
- Peso aproximado: 3kg o acorde a cada fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** K **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Dimensiones (mm) aproximadas: 250x290x85 o acorde a cada fabricante; Peso aproximado: 3kg o acorde a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dimensiones (mm) aproximadas: 250x290x85 o acorde a cada fabricante; Peso aproximado: 3kg o acorde a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

DIAPASONES

Para una mayor pluralidad de postores y acceder a ofertas de marcas y modelos de prestigio solicito que deba decir así:

- Longitud de la horquilla mas grande: 200 mm aproximadamente
- Caja de madera más grande: 300 x 120 x 65 mm aproximadamente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** K **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Longitud de la horquilla mas grande: 200 mm aproximadamente; Caja de madera más grande: 300 x 120 x 65 mm aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud de la horquilla mas grande: 200 mm aproximadamente; Caja de madera más grande: 300 x 120 x 65 mm aproximadamente.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

IMANES RECTANGULARES

Para una mayor pluralidad de postores se debe considerar asi:

- Orificio central de 6 mm opcional con postes y/o recubierto de plástico de colores.
- Dimensiones: mínimo 72 mm x 20 mm
- Material: Alnico y/o cerámico

También solicito que se debe añadir el espesor debido a que para laboratorio existen imanes de 2 mm que soy muy delgados y no funcionales para realizar experimentos, entonces debe decir **ESPESOR MÍNIMO: 9 MM.**

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** K **Página:** 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de selección acoge la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Orificio central de 6mm (opcional), con postes y/o recubiertos de plástico de colores; Dimensiones 72mm x 20 mm como mínimo; Espesor de 9mm como mínimo; Material: Alnico y/o cerámico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Orificio central de 6mm (opcional), con postes y/o recubiertos de plástico de colores; Dimensiones 72mm x 20 mm como mínimo; Espesor de 9mm como mínimo; Material: Alnico y/o cerámico

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

SET DE LENTES

Para una mayor pluralidad de postores solicito que deba decir asi:

-Discos de plástico de alta calidad según DIN opcional, que se pueden reemplazar si es necesario opcional.¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** K **Página:** 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Discos de plástico de alta calidad según DIN (opcional), que se pueden reemplazar si es necesario (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Discos de plástico de alta calidad según DIN (opcional), que se pueden reemplazar si es necesario (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:
EXTINTOR

LAS ESPECIFICACIONES SON MUY LIMITADAS A UN SOLO TIPO DE MARCA Y MODELO, PIDEN MEDIDAS MUY DETALLADAS, SOLICITO AL COMITE O RESPONSABLES ACEPTAR MAYORES RANGOS DE EXTINTORES, POR TAL MOTIVO, DEBE DECIR ASÍ: "ANCHO: 18 CM APROXIMADAMENTE, ALTO: 64 CM APROXIMADAMENTE, LARGO: 18 CM APROXIMADAMENTE."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** L **Página:** 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su observación con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera: Ancho 18 cm Aprox., Alto: 64 cm Aprox., largo: 18 cm Aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ancho 18 cm Aprox., Alto: 64 cm Aprox., largo: 18 cm Aprox.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	19:51:47

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:
EXTINTOR

LAS ESPECIFICACIONES SON MUY LIMITADAS A UN SOLO TIPO DE MARCA Y MODELO, PIDEN MEDIDAS MUY DETALLADAS, SOLICITO AL COMITE O RESPONSABLES ACEPTAR MAYORES RANGOS DE EXTINTORES, POR TAL MOTIVO, DEBE DECIR ASÍ: "ANCHO: 18 CM APROXIMADAMENTE, ALTO: 64 CM APROXIMADAMENTE, LARGO: 18 CM APROXIMADAMENTE."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.6.1 **Literal:** N **Página:** 87

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su observación con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera: Ancho 18 cm Aprox., Alto: 64 cm Aprox., largo: 18 cm Aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ancho 18 cm Aprox., Alto: 64 cm Aprox., largo: 18 cm Aprox.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

* DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL ELECTROBISTURI, INDICAN QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE CONTAR CON ¿SITEMA DE CONTROL DE 3 ZONAS PARA UNA FACIL OPERACIÓN¿
CONFIRMAR SI SE REFIERE A 3 TIPOS O FUNCIONES QUE SERÍAN MONOPOLAR, BIPOLAR Y COAGULACIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que la característica referida a sistema de control de 3 zonas para una facil operación, se refiere a las funciones de Corte, Coagulación y Bipolar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL ELECTROBISTURI, INDICAN QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE CONTAR CON ¿SALIDA DE LUZ DE ADVERTENCIA Y SONIDO¿.

CONFIRMAR SI SE REFIERE A QUE EL EQUIPO CUENTA CON ALGUN SISTEMA QUE PUEDA SEÑALAR O ALARMAR LA SALIDA DE ENERGÍA AISLADA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que la característica referida a Salida de Luz de advertencia y sonido, se refiere a un indicador visual y audible cuando exista un error en el equipo que impida su uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL ELECTROBISTURI, INDICAN QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE CONTAR CON ¿TERMINACION AUTOMÁTICA PARA SALIDA CONTINUA¿.

CONFIRMAR SI SE REFIERE A QUE EL EQUIPO CUENTA CON APAGADO AUTOMÁTICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que esta característica es un plus, por tal motivo esta característica se tomará como (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Terminación automática para salida continua (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 74

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL ELECTROBISTURI, INDICAN ¿LA ADHERENCIA MÍNIMA Y CARBONIZACION REDUCEN EL DAÑO QUIRURGICO¿

PARA CONTEMPLAR LO SOLICITADO, SE SOBRE ENTIENDE QUE LA POTENCIA MÍNIMA DEL CORTE BIPOLAR SERÍA DE 50W.

POR LO QUE SUGERIMOS MODIFICAR LO INDICADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
POTENCIA DE 50W PARA REDUCIR LOS DAÑOS QUIRURGICOS.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta parcialmente la observación del postor con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica de la siguiente manera: La adherencia mínima y carbonización reduce el daño quirurgico o potencia de 50W para reducir los daños quirurgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La adherencia mínima y carbonización reduce el daño quirurgico o potencia de 50W para reducir los daños quirurgico.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 75

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL ELECTROBISTURI, NOTAMOS QUE NO SOLICITAN UNA POTENCIA COMO REFERENCIA, POR LO CUAL SUGERIMOS LO SIGUIENTE: ¿POTENCIA MAYOR O IGUAL A 300W¿ EN CORTE PURO. ESTA POTENCIA SERÍA LA ADECUANDO PARA PROCESOS QUIRURGICOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que su apreciación es correcta, por lo tanto se incluirá la siguiente características: Potencia mayor o igual a 300W en corte puro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Potencia mayor o igual a 300W en corte puro

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código : 20608554476

Nombre o Razón social : EDAL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 20:20:18

Observación: Nro. 76

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL ELECTROBISTURI, NOTAMOS QUE NO SOLICITAN UN CICLO DE TRABAJO, POR LO CUAL SUGERIMOS LO SIGUIENTE: ¿CICLO DE TRABAJO: 10 SEGUNDOS ENCENDIDO Y 30 SEGUNDOS APAGADO COMO MÍNIMO¿

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara al postor que su apreciación es correcta, por lo tanto se incluirá la siguiente características: Ciclo de trabajo de 10 segundos encendido y 30 segundos apagado o ciclo de trabajo según fabricate.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ciclo de trabajo de 10 segundos encendido y 30 segundos apagado o ciclo de trabajo según fabricate.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 77

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL ELECTROBISTURI, NOTAMOS QUE NO SOLICITAN EL TIPO DE ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO SOLICITADO, SUGERIMOS QUE EL EQUIPO DEBERÍA DE TENER UNA VENTILACION POR CONVECCION COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara al postor que su apreciación es correcta, por lo tanto se incluirá la siguiente características: Tipo Enfriamiento por convección como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tipo Enfriamiento por convección como mínimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 78

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL ELECTROBISTURI, NOTAMOS QUE NO SOLICITAN LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, POR LO CUAL SUGERIMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ DE CONTAR CON: - - INTERRUPTOR DE PIE

- LÁPIZ DE CONTROL MANUAL, DESECHABLE
- INTERRUPTOR DE LÁPIZ CON PEDAL
- ADAPTADOR PARA CONECTAR EL LÁPIZ DE PEDAL AL ELECTROQUIRÚRGICO.
- ELECTRODO DE RETORNO DE ACERO, REUTILIZABLE
- ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO (SÓLIDO) SIN CABLE, DESECHABLE
- ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO (SPLIT) SIN CABLE, DESECHABLE
- CABLE PARA ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE (SÓLIDO), LONGITUD 3M, DESECHABLE
- CABLE PARA ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE (DIVIDIDO), LONGITUD 3 M, DESECHABLE
- PINZAS BIPOLARES (TIP 1MM / TAMAÑO 200MM), EN FORMA DE BAYONETA, REUTILIZABLES
- CABLE PARA PINZA BIPOLAR, LONGITUD 3M, REUTILIZABLE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara al postor que su apreciación es correcta, por lo tanto se incluirá los siguientes accesorios: INTERRUPTOR DE PIE

- LÁPIZ DE CONTROL MANUAL, DESECHABLE
- INTERRUPTOR DE LÁPIZ CON PEDAL
- ADAPTADOR PARA CONECTAR EL LÁPIZ DE PEDAL AL ELECTROQUIRÚRGICO.
- ELECTRODO DE RETORNO DE ACERO, REUTILIZABLE
- ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO (SÓLIDO) SIN CABLE, DESECHABLE
- ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO (SPLIT) SIN CABLE, DESECHABLE
- CABLE PARA ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE (SÓLIDO), LONGITUD 3M, DESECHABLE
- CABLE PARA ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE (DIVIDIDO), LONGITUD 3 M, DESECHABLE
- PINZAS BIPOLARES (TIP 1MM / TAMAÑO 200MM), EN FORMA DE BAYONETA, REUTILIZABLES
- CABLE PARA PINZA BIPOLAR, LONGITUD 3M, REUTILIZABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INTERRUPTOR DE PIE

- LÁPIZ DE CONTROL MANUAL, DESECHABLE
- INTERRUPTOR DE LÁPIZ CON PEDAL
- ADAPTADOR PARA CONECTAR EL LÁPIZ DE PEDAL AL ELECTROQUIRÚRGICO.
- ELECTRODO DE RETORNO DE ACERO, REUTILIZABLE
- ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO (SÓLIDO) SIN CABLE, DESECHABLE
- ELECTRODO DE RETORNO DE PACIENTE ADULTO (SPLIT) SIN CABLE, DESECHABLE
- CABLE PARA ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE (SÓLIDO), LONGITUD 3M, DESECHABLE
- CABLE PARA ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE (DIVIDIDO), LONGITUD 3 M, DESECHABLE
- PINZAS BIPOLARES (TIP 1MM / TAMAÑO 200MM), EN FORMA DE BAYONETA, REUTILIZABLES
- CABLE PARA PINZA BIPOLAR, LONGITUD 3M, REUTILIZABLE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 79

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL BAÑO MARIA SOLICITADO, NOTAMOS QUE HAY INCONGRUENCIA EN LA CAPACIDAD DEL EQUIPO. PARA UNA OFERTA MAS CLARA SOLICITAMOS AL COMITÉ MODIFICAR LA CAPACIDAD, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA, ¿CAPACIDAD SEA ENTRE 11L Y 28L¿.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que su apreciación es correcta, debido a un error de tipeo. Asimismo, se acoge su solicitud parcialmente quedando la característica de la siguiente manera: Capacidad del deposito mayor o igual a 22 Litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad del deposito mayor o igual a 22 Litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código : 20608554476

Nombre o Razón social : EDAL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 20:20:18

Observación: Nro. 80

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL BAÑO MARIA SOLICITADO, SUGERIMOS AL COMITÉ MODIFICAR Y/O ACEPTAR RANGOS DE TEMPERATURA DE 5°-99°C O MAYOR RANGO, ASI PODER TENER PLURALIDAD DE POSTORES, YA QUE NOTAMOS UN DIRECCIONAMIENTO DEL EQUIPO HACIA LA MARCA MEMMERT.

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acepta parcialmente su observación con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores y lograr la finalidad pública, quedando la característica de de la siguiente manera: Rango de temeperatura de trabajo: ¿ 10°C hasta 90°C o mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Rango de temeperatura de trabajo: ¿ 10°C hasta 90°C o mayor.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 81

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL BAÑO MARIA SOLICITADO, SUGERIMOS AL COMITÉ MODIFICAR Y/O ACEPTAR ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA DE 0.01°C.

PARA UNA MAYOR PARTICIPACION Y PLURADLIDAD DE POSTORES Y MARCAS, SUGERIMOS MODIFICAR, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ¿ ESTABILIDAD DE 0.2°C A 70°C¿
¿UNIFORMIDAD Y/O RESOLUCIÓN DE 0.1°C¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acepta parcialmente su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando las características de la siguiente manera: Estabilidad de temperatura de +-0,01°C o de 0.2°C a 70°C; Uniformidad de temperatura de +-0,01°C o Uniformidad y/o resolución de 0,1°C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Estabilidad de temperatura de +-0,01°C o de 0.2°C a 70°C; Uniformidad de temperatura de +-0,01°C o Uniformidad y/o resolución de 0,1°C.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código : 20608554476

Nombre o Razón social : EDAL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 20:20:18

Observación: Nro. 82

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL BAÑO MARIA SOLICITADO, SUGERIMOS AL COMITÉ ACLARAR EL TEMPORIZADOR DEL BAÑO MARIA. SUGERIMOS MODIFICAR, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ¿TEMPORIZADOR DE 1 A 999 MINUTOS¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acepta parcialmente su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando las características de la siguiente manera: Temporizador de 1 a 999 minutos o de 0 a 99:59 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Temporizador de 1 a 999 minutos o de 0 a 99:59 horas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 83

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL BAÑO MARIA SOLICITADO, INDICA ¿PROPORCIONA UNA PRUEBA DESEADA A TRAVES DE UNA TEMPERATURA TERMOSTATICA DE 5°C, POR ENCIMA DE LA TEMPERATURA DE AMBIENTE A 100°C¿, CADA FABRICANTE TIENE SU PROPIO SISTEMA, POR LO CUAL SUGERIMOS ESTE PUNTO INDICAR COMO OPCIONAL O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acepta su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando las características de la siguiente manera: Proporciona una prueba deseada a través de una temperatura termostática de 5°C por encima de la temperatura de ambiente a 100°C (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Proporciona una prueba deseada a través de una temperatura termostática de 5°C por encima de la temperatura de ambiente a 100°C (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código : 20608554476

Nombre o Razón social : EDAL MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 26/09/2023

Hora de envío : 20:20:18

Observación: Nro. 84

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL BAÑO MARIA SOLICITADO, NO SOLICITAN LOS TIPOS DE CALIBRACIÓN, SUGERIMOS QUE LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DEBERÁ SER MÍNIMA EN 2 PUNTOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara al postor que no se ha solicitado los tipos de calibración, sin embargo, si el postor desea ofertar su equipo con tales puntos, el comité no tiene problemas de aceptarlo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 85

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL BAÑO MARIA SOLICITADO, NO SOLICITAN GRIFO DE DRENAJE, HOY EN DIA LOS BAÑO MARIA TRAEN UN GRIFO DE DRENAJE PUESTO QUE ESTO AYUDA CONSIDERABLEMENTE A HACER LA DESCARGA DEL TANQUE. SUGERIMOS SOLICITAR QUE EL EQUIPO CUENTE CON GRIFO DE DRENAJE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, DEBIDO A QUE SE ANALIZÓ LA IMPORTANCIA DE UN GRIFO EN UN BAÑO MARIA, Y SE CONCLUYE QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE EL EQUIPO AL SER CON UNA FINALIDAD DE APRENDIZAJE, SE VA A CAMBIAR CONSTANTEMENTE Y DE MANERA RÁPIDA EL AGUA PARA OTRO CICLO DE FUNCIONAMIENTO. POR CONSIGUIENTE QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: EL EQUIPO DEBE CONTAR CON

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN GRIFO DE DRENAJE.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 86

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA A LA CENTRIFUGA DIGITAL SOLICITAN ¿FUNCIO: MULTIFUNCION¿ SOLICITAMOS ACLARA, SI SE REFIEREN A QUE LA CENTRIFUGA TENGA LA OPCION DE INTERCAMBIAR ROTORES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que la característica referida a Función: Multifunción, se refiere a que el equipo pueda trabajar en diferentes areas de laboratorio, como en banco de sangre, microbiologia, patología, etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA A LA CENTRIFUGA DIGITAL SOLICITAN ¿TERMOREGULACIÓN REFRIGERADA¿
PERO NO INDICAN EL RANGO DE TEMPERATURA.
SUGERIMOS AL DISTINGUIDO COMITÉ CONSIDERAR ¿RANGO DE TEMPERATURA -10°C A +25°C COMO MÍNIMO¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su observación parcialmente con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera: Termoregulación refrigerada con ventilación o Con sistema de refrigeración controlado con un rango de temperatura de -10°C a 25°C o rango mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Termoregulación refrigerada con ventilación o Con sistema de refrigeración controlado con un rango de temperatura de -10°C a 25°C o rango mayor.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 88

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA A LA CENTRIFUGA DIGITAL SOLICITAN ¿VELOCIDAD MIN 4.1RPM Y MAX 14RPM¿
CREEMOS QUE HAY UN ERROR DE DIGITACIÓN.
POR LO TANTO SUGERIMOS AL DISTINGUIDO COMITÉ CONSIDERAR ¿RANGO DE VELOCIDAD 100¿4200 rpm¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al tratarse de un error de tipeo en las características mencionadas, el comité acoge su consulta parcialmente, quedando de la siguiente manera: Velocidad máxima mayor o igual a 4200 RPM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad máxima mayor o igual a 4200 RPM.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL AGITADOR MAGNETICO, SOLICITAN¿ VELOCIDAD ENTRE 60L A 16000 L/MIN¿ CREEMOS QUE HAY UN ERROR INVOLUNTARIO DE DIGITACIÓN, LA VELOCIDAD DEL AGITADOR SE MIDE POR RPM.
SUGERIMOS CONSIDERAR LA VELOCIDAD DE 0-3000 RPM, COMO MÍNIMO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que su apreciación es correcta, a tal sentido esa característica técnica queda de la siguiente manera: Velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MINIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MINIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MINIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MINIMO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL AGITADOR MAGNETICO, SOLICITAN ¿PLACA DE ACERO DE 4.7X4.7 IN¿, CABE MENCIONAR QUE CADA FABRICANTE TIENE DETERMINADA MEDIDA DE SU PLACA DE AGITACIÓN POR LO CUAL SE ESTARIA TRANSGREDIENDO LAS NORMAS DE LA LEY DE CONTRATACIONES.
POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS QUE SE MODIFIQUE LA ESPECIFICACION TECNICA, QUEDANDO ¿ PLACA DE AGITACIÓN DE ACUERDO A CADA FABRICANTE¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 50
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que su apreciación es correcta, a tal sentido se acepta su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Placa de agitación de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Placa de agitación de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 91

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL AGITADOR MAGNETICO, SOLICITAN ¿VOLUMEN DE MEZCLA MAXIMO 3 L¿ NUESTRO EQUIPO ES UN AGITADOR MODERNO Y DE CON TECNOLOGIA ALTA.
POR LO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR EL VOLUMEN DE MEZCLA, QUEDANDO ¿ VOLUMEN DE MEZCLA DE HASTA 5 LITROS¿ O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y permitir mayor rango de trabajo de agitación o mezacla, quedando de la siguiente manera: Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 92

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL NEBULIZADOR, SOLICITAN ¿DESPLAZAMIENTO 24L/MIN A 0 KG7CM2¿ SE EVIDENCIA CLARAMENTE UN DIRECCIONAMIENTO DEL BIEN HACIA LA MARCA THOMAS, CABE MENCIONAR QUE LA MARCA THOMAS ACTUALMENTE YA NO SE FABRICA Y YA ESTA DESFASADO. POR LO QUE SOLICITAMOS AL COMITÉ MODIFICAR LA ESPECIFICACION TECNICA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: CAUDAL DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta parcialmente su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Desplazamiento 24 L/MIN a 0 KG/CM2 o de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AL ESTAR EL NEBULIZADOR PROPUESTO DESFASADO, se hizo un análisis con mejores y debería quedar así: Desplazamiento 24 L/MIN a 0 KG/CM2 o de acuerdo a cada fabricante con tamaño de partículas máximas de 3.2 micrones.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 93

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL NEBULIZADOR, SOLICITAN ¿NIVEL ACUSTICO 49DBA" SE EVIDENCIA CLARAMENTE UN DIRECCIONAMIENTO DEL BIEN HACIA LA MARCA THOMAS, CABE MENCIONAR QUE LA MARCA THOMAS ACTUALMENTE YA NO SE FABRICA Y YA ESTA DESFASADO.
POR LO QUE SOLICITAMOS AL COMITÉ MODIFICAR LA ESPECIFICACION TECNICA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: NIVEL ACUSTICO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 58
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta parcialmente su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Nivel acústico de 49DBA desde un metro o de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nivel acústico de 49DBA desde un metro o de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 94

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACTOR, SOLICITAN ¿VOLUMEN 50-5000ML¿ CABE MENCIONAR QUE ACTUALMENTE LOS AGITADORES MODERNOS MANEJAN MAYOR RANGO. POR LO QUE SOLICITAMOS AL COMITÉ MODIFICAR LA ESPECIFICACION TECNICA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ¿VOLUMEN DE AGITACIÓN MENOR A 20LITROS¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta parcialmente su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Volumen de de agitación mayor o igual a 5L.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen de de agitación mayor o igual a 5L.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 95

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACTOR, SOLICITAN ¿VELOCIDAD REGULABLE 100-2000RPM¿ CABE MENCIONAR QUE LA AGITACIÓN DE LA VELOCIDAD DE AGITACIÓN NO SOBREPASA LOS 750 RPM CON VELOCIDAD PERIFÉRICA ENTRE 2 Y 15 M/S. SEGÚN LAS REVOLUCIONES DEL AGITADOR, EL SISTEMA DE AGITACIÓN GENERA UN BUEN CAUDAL DE AGITACIÓN SEGÚN LA VISCOSIDAD. POR LO CUAL SUGERIMOS AL DISTINGUIDO COMITÉ AMPLIAR, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ¿100-1250 RPM (INCREMENTO DE 10 RPM), O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta parcialmente su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Velocidad regulable de 100 a 1000 RPM o mayor rango.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad regulable de 100 a 1000 RPM o mayor rango.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 96

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACTOR, SOLICITAN ¿PLATO CON MEDIDAS DE 17x17cm¿ CABE MENCIONAR QUE CADA FABRICANTE MANEJA UNA MEDIDA DIFERENTE, POR LO QUE SUGERIMOS AL COMITÉ MODIFICAR LA EETT QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ¿PLATO CALEFACTOR DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que su apreciación es correcta, a tal sentido se acepta su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Plato calefactor con medidas de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plato calefactor con medidas de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 97

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA A LA MICROCENTRIFUGA DIGITAL SOLICITAN ¿SOLICITAN VELOCIDAD MAXIMA DE 18000 RPM Y RCF 3514xg¿ EN LA EETT IDENTIFICAMOS UN CLARO DIRECCIONAMIENTO DEL BIEN HACIA LA MARCA HETTICH MODELO MIKRO220.}

CON LO CUAL SE ESTARIA TRANSGREDIENDO LA LEY DE CONTRATACIONES, NO DANDO PLURALIDAD DE POSTORES.

POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE SE MODIFIQUE LA EETT, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA ¿VELOCIDAD MAXIMA DE 18000 RPM +-25%¿ ¿FUERZA DE CENTRIFUGA RCF 31514xg DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area acoge la consulta del postor parcialmente con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando de la siguiente manera: Velocidad máxima de 1800RPM +-25% con Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de acuerdo a cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad máxima de 1800RPM +-25% con Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de acuerdo a cada fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 98

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA A LA MICROCENTRIFUGA DIGITAL SOLICITAN ¿SOLICITAN NIVEL DE RUIDO <65DB¿
EN LA EETT IDENTIFICAMOS UN CLARO DIRECCIONAMIENTO DEL BIEN HACIA LA MARCA HETTICH MODELO MIKRO220.
CON LO CUAL SE ESTARIA TRANSGREDIENDO LA LEY DE CONTRATACIONES, NO DANDO PLURALIDAD DE POSTORES.
POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE SE MODIFIQUE LA EETT, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA ¿NIVEL DE RUIDO <65DB +- 20%¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la consulta del postor, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando la característica de la siguiente manera: Nivel de ruido menor a 65dbA +-20%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nivel de ruido menor a 65dbA +-20%

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 99

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SRES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA A LA MICROCENTRIFUGA DIGITAL SOLICITAN ¿PESO DE 23KG Y MEDIDAS DE 313*330*420mm¿ SOLICITAN NIVEL DE RUIDO <65DB¿ EN LA EETT INDENTIFICAMOS UN CLARO DIRECCIONAMIENTO DEL BIEN HACIA LA MARCA HETTICH MODELO MIKRO220. CON LO CUAL SE ESTARIA TRANSGREDIENDO LA LEY DE CONTRATACIONES, NO DANDO PLURALIDAD DE POSTORES. POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE SE MODIFIQUE LA EETT, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA ¿PESO Y MEDIDA DE ACUERDO CADA FABRICANTE¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que su apreciación es correcta, a tal sentido se acepta su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Peso y medida de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Peso y medida de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 100

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL AGITADOR INCUBADOR SOLICITAN ¿TEMPERATURA DE AMBIENTE +5°C A 60°C¿.

NUESTRO EQUIPOS ES UN AGITADOR MODERNO Y CON TECNOLOGIA VIGENTE, EL CUAL TIENE UN RANGO DE +5°C A 80°C.

SOLICITAMOS MODIFICAR LA EETT QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA ¿¿TEMPERATURA DE AMBIENTE +5°C A 60°C COMO MÍNIMO¿.

MOTIVANDO LA PLURALIDAD DE POSTORES,

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la consulta del postor, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando la característica de la siguiente manera: Temperatura de ambiente de +5°C a 60°C como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Temperatura de ambiente de +5°C a 60°C como mínimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 101

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL AGITADOR INCUBADOR SOLICITAN ¿SENSOR PT100¿.

NUESTRO EQUIPOS ES UN AGITADOR MODERNO Y CON TECNOLOGIA VIGENTE, CADA FABRICANTE TIENE TECNOLOGIA DIFERENTE CON EL MISMO FIN, EN CASO DE NUESTRO EQUIPO CUENTA CON TECNOLOGIA PID. SOLICITAMOS MODIFICAR LA EETT QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA ¿SENSOR PT100 O CONTROL PID¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la consulta del postor, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando la característica de la siguiente manera: Sensor PT-100 o tecnología de acuerdo a cada fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sensor PT-100 o tecnología de acuerdo a cada fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 102

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL AGITADOR INCUBADOR SOLICITAN ¿AGITACION ORBITAL DE 30 A 250RPM¿.

NUESTRO EQUIPOS ES UN AGITADOR MODERNO Y CON TECNOLOGIA VIGENTE, EL CUAL TIENE UN RANGO DE 50-400RPM, TENGA EN CUENTA QUE PUEDEN TENER MAYOR VELOCIDAD. PARA PODER DAR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS QUE PUEDAN MODIFICAR LA EETT, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA ¿AGITACIÓN ORBITAL DE 50 O MENOS A 250 RPM O MÁS¿

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: A Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la consulta del postor, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando la característica de la siguiente manera: Agitación orbital de 50 RPM o menos A 250 RPM o más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Agitación orbital de 50 RPM o menos A 250 RPM o más.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	20:20:18

Observación: Nro. 103

Consulta/Observación:

DISTINGUIDO SEÑORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA EN REFERENCIA AL AGITADOR INCUBADOR SOLICITAN ¿TEMPORIZADOR PROGRAMABLE HASTA 99:59 HORAS¿. NUESTRO EQUIPOS ES UN AGITADOR MODERNO Y CON TECNOLOGIA VIGENTE, EL CUAL TIENE UN TEMPORIZADOR DE HASTA 96 HORAS. PARA PODER DAR PLURALIDAD DE POSTORES SOLICITAMOS QUE PUEDAN MODIFICAR LA EETT, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA ¿TEMPORIZADOR DE HASTA 99:59 HORAS +-5%¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la consulta del postor, con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando la característica de la siguiente manera: Temporizador programable mayor o igual a 90:00 Horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Temporizador programable mayor o igual a 90:00 Horas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20604743380	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	CIENCIA MEDICA PERU S.A.C. - CIENCIMED S.A.C.	Hora de envío :	21:47:03

Observación: Nro. 104

Consulta/Observación:

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

Las Bases Estándar requiere como Requisito para Perfeccionar el Contrato la presentación de a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato a través de Carta Fianza, excluyendo o no informando la posibilidad de que dicha garantía sea presentada, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo la modalidad de retención del 10% del monto contractual, vulnerando dicho artículo reglamentario. Y cumpliendo los requisitos para acogerse a esta retención, al ser una Adjudicación simplificada, con entrega de periodicidad tal como dice las bases en el CAPITULO III - 3.1.30 (Pag. 95) "FORMADE PAGOS...PAGOS PARCIALES SEGUN ENTREGA DE EQUIPOS...", y también en el punto 3.1.22.1.2 (Pag. 94) "OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATITA. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EN SU PROPUESTA TECNICA UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO". Por tales motivos SOLICITO que en el punto 2.3. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO (Pag. 19) se añada en sector IMPORTANTE la información que dice: "DE ACUERDO CON EL ART. 149.4 DEL RLCE, EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE BIENES QUE SE CELEBREN CON MYPES, ESTAS ÚLTIMAS PUEDEN OTORGAR COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO LA RETENCIÓN DEL 10% DEL MONTO CONTRACTUAL"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge de conformidad a las bases estandar de Adjudicacion Simplificada para la Contratacion de Bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 105

Consulta/Observación:

Se consulta al comité si se aceptarán mejoras tecnológicas en las especificaciones técnicas de los equipos o bienes ofertados por los postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que las característica dadas son las mínimas solicitada por el área usuaria. Si el postor desea ofertar una tecnología superior a la solicitada, será aceptada siempre y cuando lo acredite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 106

Consulta/Observación:

Se consulta sobre la aplicación del D.L. 1553 Art. 9 sobre Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos , si se incluirá en las bases del proceso de selección.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** A **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de conformidad al Decreto Legislativo N° 1553 solo es aplicable para los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes por lo que no corresponde.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 107

Consulta/Observación:

Se observa que el plazo indica dos valores, 90 y 5 días al respecto aclarar si es la suma de ambos plazos es decir 95 días? Por otro lado se observa que el plazo es muy ajustado para la tecnología y tiempo de importación de los equipos que se solicita, por lo que solicitamos que el plazo de entrega sea de 120 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** A **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que tiene como máxmo Noventa (90) días calendarios para entregar los equipos en el almacen de la institución y 5 días mas para su respectiva instalación, capacitación y puesta en funcionamiento, haciendo un total de 95 días como plazo de entrega de los bienes. Se seguiere al postor ceñirse de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 108

Consulta/Observación:

Para la micropipeta automática solicitada se necesita que se precise a que se refiere con ¿longitud: 365 mm¿. Se solicita al comité especial aclare que significa dicho valor?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esa carcaterística es un error de tipeo. Por lo tanto, se suprime esa característica, quedando como unica característica : * Rango volumétrico : 100 - 1000ul

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

*Rango Volumétrico : 100 - 1000ul

*Longitud 365mm (Suprimido)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 109

Consulta/Observación:

SOBRE MICROCENTIFUGA:

PIDEN: Peso aproximado 23kg dimensiones aproximadamente 313*330*420mm (h*w*d)¿

SOLICITAMOS: al comite con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificacion a ¿Peso aproximado dimensiones aproximadamente 313*330*420mm hasta 313x367x455mm (h*w*d)¿,

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que su apreciación es correcta, a tal sentido se acepta su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Peso y medida de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Peso y medida de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 110

Consulta/Observación:

SOBRE MICROCENTRIFUGA:

PIDEN: ¿Termorregulación refrigerada, con ventilación¿

SOLICITAMOS: al comite con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificacion a ¿Termorregulación refrigerada, con ventilación o con sistema de refrigeración¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera: Termoregulación refrigerada con ventilación o Con sistema de refrigeración controlado con un rango de temperatura de -10°C a 25°C o rango mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Termoregulación refrigerada con ventilación o Con sistema de refrigeración controlado con un rango de temperatura de - 10°C a 25°C o rango mayor.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 111

Consulta/Observación:

SOBRE MICROCENTRIFUGA:

PIDEN: Velocidad máxima de 18.0000 revoluciones por minuto (rpm), variables, fuerza centrífuga máxima relativa (RCF), variables.

SOLICITAMOS: al comite con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores aceptar la especificación de velocidad maxima de 18.000 por minuto-1

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge su observación parcialmente con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores, quedado de la siguiente manera: Velocidad máxima de 18000 +-25% RPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad máxima de 18000+-25% RPM

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 112

Consulta/Observación:

SOBRE MICROCENTRIFUGA:

PIDEN: ¿Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de 31,514xg¿

SOLICITAMOS: al comite con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a ¿Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de 24,270 a 31,514xg¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la consulta del postor parcialmente con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postore, quedando de la siguiente manera: Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de acuerdo a cada fabricante , Temporizador de 1 segundo a 99 minutos, ruido menor a 65dBA +-20%, Alimentación 220VAC (+-10%) / 60hz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fuerza centrífuga máxima relativa (RFC) de acuerdo a cada fabricante, Temporizador de 1 segundo a 99 minutos, ruido menor a 65dBA +-20%, Alimentación 220VAC (+-10%) / 60hz

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 113

Consulta/Observación:

SOBRE MICROCENTRIFUGA:

SOLICITAMOS: al comite con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores y permitir al usuario una mejora para poder realizar diferentes estudios, considerar refrigeracion dentro de las especificaciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que las característica dadas son las mínimas solicitada por el área usuaria. Si el postor desea ofertar una tecnología superior a la solicitada, será aceptada siempre y cuando lo acredite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 114

Consulta/Observación:

SOBRE CENTRIFUGA:

PIDEN: ¿Velocidad: Min.: 4,1 rpm (25,8 rad, min-1) Max: 14 rpm (88rad, min-1)¿

SOLICITAMOS:

al comite con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificacion a ¿Max.: Oscilante: 5,000 rpm / Ángulo fijo: 15.000 rpm¿, ya que, el rango requerido en rpm no es válido para ningún equipo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al tratarse de un error de tipeo en las características mencionadas, el area usuaria acoge su consulta parcialmente, quedando de la siguiente manera: Velocidad máxima mayor o igual a 4200 RPM; Velocidad Min 4.1RPM (suprimida)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad máxima mayor o igual a 4200 RPM; Velocidad Min 4.1RPM (suprimida)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 115

Consulta/Observación:

SOBRE CONDUCTIMETRO:

PIDEN: ¿ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC¿

SOLICITAMOS: al comite de selección, con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a ¿ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC o Escala de temperatura: de - 5 a 105 °C con Resolución de temperatura: 0.1¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria acepta su consulta con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores y lograr con la finalidad pública. Quedando de la siguiente manera: ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC o Escala de temperatura: de - 5 a 105 °C con Resolución de temperatura: 0.1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC o Escala de temperatura: de - 5 a 105 °C con Resolución de temperatura: 0.1

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 116

Consulta/Observación:

SOBRE INSUFLADOR:

PIDEN: Flujo Máximo Inhalación: 3.3 lts/seg

SOLICITAMOS: al comite de seleccion precise a que se refiere con esta especificación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere al flujo máximo de inhalación que puede dar el equipo en litros/segundos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 117

Consulta/Observación:

SOBRE INSUFLADOR:

PIDEN: Capacidad Máxima Flujo exhal: 10 lts/seg.

SOLICTAMOS: al comite de selección precise a que se refiere con esta especificación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere a la capacidad máxima de flujo exhalatorio que genera el equipo en litros por segundo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 118

Consulta/Observación:

SOBRE INSUFLADOR:

PIDEN: Tipo de Turbina: Turbina centrífuga de dos etapas con motor AC/DC

SOLICITAMOS: al comite de selección precise a que se refiere con esta especificación

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que al tratarse de un equipo automatico (electrico) debe contar con un motor tipo turbina, Sin embargo cada fabricante puede ofertar su tecnología

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tipo de turbina: Turbina centrífuga de dos etapas con motor Ac/DC o de acuerdo a cada fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 119

Consulta/Observación:

SOBRE BICICLETA ERGONOMICA:

PIDEN: Niveladores de piso

SOLICITAMOS: al comite de seleccion precise a que se refiere con esta especificación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere a patas o accesorios que permitan nivelar el equipo en una superficie no plana

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 120

Consulta/Observación:

SOBRE FAJA ELECTRICA O CAMINADORA:

PIDEN: Soporte de carga: 120 kg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de mayor concurrencia de postores si aceptaran como peso maximo que soporta : 100 k

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su observación parcialmente con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Soporte de carga de 115 Kg como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Soporte de carga de 115 Kg como mínimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 121

Consulta/Observación:

SOBRE HORNO ESTERILIZADOR:

PIDEN: Tensión: 30 % menos de consumo de energía.

SOLICITAMOS: al comite de selección precisar a que se refiere ese termino

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esa característica se refiere al ahorro de energía, Sin embargo esta característica será considerada opcional, quedando las características de la siguiente manera: 30% menos de consumo de energía (opcional);

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

30% menos de consumo de energía (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 122

Consulta/Observación:

SOBRE HORNO ESTERILIZADOR:

SOLICITAMOS: al comite de seleccion indicar que tipo de ventilacion requieren de convección natural o circulación de aire forzado, para poder ofertar correctamente lo que solicitan.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que no se consideró esta característica, por lo tanto el postor puede ofrecer la que crea conveniente, esto con la finalidad de obtener pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 123

Consulta/Observación:

SOBRE INCUBADOR AGITADOR:

PIDEN: Temperatura de ambiente +5°C a 60°C

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Temperatura: De ambiente +7°C a 55°C

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que las característica dadas son las mínimas solicitada por el área usuaria, por lo tanto no se acepta su solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 124

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Placa de acero inoxidable 316 de 4.7 x 4.7 in, aproximadamente

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de mayor concurrencia de postores aceptar el material de la superficie de la placa de ceramica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta parcialmente su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Placa de agitación de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Placa de agitación de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 125

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Volumen máximo de mezcla de 3 litros

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a volumen maximo de mezcla de 3 a 10 Litros

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y permitir mayor rango de trabajo de agitación o mezcla, quedando de la siguiente manera: Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 126

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Motor de 12 V, 0.86 W con velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 rpm y/o velocidad entre 60 a 16 000 L/min, potencia de 25W y/o otra mejora debidamente sustentada para el equipo solicitado

SOLICITAMOS: al comite de seleccion con la finalidad de mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a potencia de suministro de motor 1.5 W ; rango de velocidad 100 - 1500 rpm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la observación del postor con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando las características de la siguiente manera: Motor de 12V, 0.86 W o mayor con velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MINIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MINIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Motor de 12V, 0.86 W o mayor con velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MINIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MINIMO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 127

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Barra agitadora de 1.181 x 0.276 in.

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Dimensiones de la superficie de la placa 180 x 180 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación del postor con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando las características de la siguiente manera: Barra agitadora de 1.181x 0.276 in o de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Barra agitadora de 1.181x 0.276 in o de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 128

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Adaptador incluido

SOLICITAMOS: al comite de seleccion aclarar y precisar a que se refiere ese termino

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere a que si el equipooofertado no trabaja directamente con los 220VAC/60Hz, debe traer consigo un adaptador de voltaje para su correcto funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 129

Consulta/Observación:

SOBRE EXTRACTOR DE AIRE:

PIDEN: Potencia: 03 Hp

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a 1/40 hp

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que la característica dada es la mínima solicitada por el área usuaria, por lo tanto se sigue considerando la potencia de 0.3HP como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Potencia de 0.3Hp como mínimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 130

Consulta/Observación:

SOBRE TELIVISOR DE 40"

PIDEN: Dimensión/Peso Con base 62,7x97,5x21,6 cm Diseño BLACK

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores, quitar la especificación de Diseño Black ya que hace referencia a una marca específica y ampliar la especificacion a Equipo con base (A x Al x P) 958.4 x 630.9 x 217.5 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Pantalla: Tipo: 4k IPS DISPLAY o LED o NANOCELL; CONECTIVIDAD: HDMI 3 como mínimo, entrada RCA (opcional); MEDIDAS CON BASE 62,7 x 97,5 x 21,6 CM sean aproximadas y/o acorde a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pantalla: Tipo: 4k IPS DISPLAY o LED o NANOCELL; CONECTIVIDAD: HDMI 3 como mínimo, entrada RCA (opcional); MEDIDAS CON BASE 62,7 x 97,5 x 21,6 CM sean aproximadas y/o acorde a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 131

Consulta/Observación:

SOBRE TELIVISOR DE 40"

PIDEN: Conectividad HDMI 3 , entrada RCA

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores, ampliar la especificación a Conectividad HDMI 3; USB 1; Ethernet (LAN) Si; Soporte para canal de retorno/HDMI ARC Sí; eARC Si

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: CONECTIVIDAD: HDMI 3 como mínimo, entrada RCA (opcional);

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONECTIVIDAD: HDMI 3 como mínimo, entrada RCA (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 132

Consulta/Observación:

SOBRE QUIMIOGRAFOS:

PIDEN: Rango de temperatura: ambiente a 45°C (rango de regulación de T°)

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Rango Temperatura: desde ambiente +3°C hasta 50°C (protección)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Rango de temperatura: ambiente a 45°C (rango de regulación de T°) o desde ambiente +3°C hasta 50°C (protección)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Rango de temperatura: ambiente a 45°C (rango de regulación de T°) o desde ambiente +3°C hasta 50°C (protección)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 133

Consulta/Observación:

SOBRE QUIMIOGRAFOS; AMPLIFICADORES

PIDEN: Una balanza del transductor permite un ajuste fino de la línea de base de la señal ("cero") cuando el transductor no está excitado por la variable a medir

SOLICITAMOS: al comite de seleccion precisar a que se refiere con esta especificación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que esa característica es una definición parte de los amplificadores, a tal sentido se procederá a suprimir, quedando de la siguiente manera: Una balanza del transductor permite un ajuste fino de la línea de base de la señal ("cero") cuando el transductor no está excitado por la variable a medir (suprimido)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Una balanza del transductor permite un ajuste fino de la línea de base de la señal ("cero") cuando el transductor no está excitado por la variable a medir (suprimido)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 134

Consulta/Observación:

SOBRE QUIMIOGRAFOS; Software de adquisición de datos :
PIDEN: Los datos se dan separadamente para cada canal, hasta 8 canales.
SOLICITAMOS: al comite de seleccion con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a datos independientes de los hasta 16 posibles canales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Los datos se dan separadamente para cada canal, hasta 8 canales o datos independientes de los hasta 16 posibles canales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los datos se dan separadamente para cada canal, hasta 8 canales o datos independientes de los hasta 16 posibles canales.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 135

Consulta/Observación:

SOBRE ALGESIMETRO: MEDIDOR DE PRESION EN LA PATA DE LA RATA:

PIDEN: Dimensiones de la unidad de estimulación: 150 x 210 x 166 cm.

SOLICITAMOS: al comite de seleccion precisar si las dimensiones son en milímetros o centímetros, debido a que el equipo que comercializamos tiene la siguiente especificación Dimensiones de la unidad de estimulación 150x210x166mm.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que las medidas son en mm, quedando la característica de la siguiente manera: Dimensiones de la unidad de estimulación 150x210x166mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dimensiones de la unidad de estimulación 150x210x166mm.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 136

Consulta/Observación:

SOBRE MICROCENTIFUGA:

PIDEN: Peso aproximado 23kg dimensiones aproximadamente 313*330*420mm (h*w*d)¿

SOLICITAMOS: al comite con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificacion a ¿Peso aproximado dimensiones aproximadamente 313*330*420mm hasta 313x367x455mm (h*w*d)¿,

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que su apreciación es correcta, a tal sentido se acepta su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Peso y medida de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Peso y medida de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 137

Consulta/Observación:

SOBRE MICROCENTRIFUGA:

PIDEN: ¿Fuerza centrífuga máxima relativa (RCF) 31,514xg¿

SOLICITAMOS: al comite con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificacion a a ¿Termorregulación refrigerada, con ventilación o con sistema de refrigeración¿

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su observación, debido a que lo que solicita el postor, no es coherente con lo que el área usuaria pide.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 138

Consulta/Observación:

SOBRE MICROCENTRIFUGA:

PIDEN: Velocidad máxima de 18.0000 revoluciones por minuto (rpm), variables, fuerza centrífuga máxima relativa (RCF), variables.

SOLICITAMOS: al comite con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores aceptar la especificación de velocidad maxima de 18.000 por minuto-1

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge su observación parcialmente con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores, quedado de la siguiente manera: Velocidad máxima de 18000 +-25% RPM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad máxima de 18000+-25% RPM

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 139

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Placa de acero inoxidable 316 de 4.7 x 4.7 in, aproximadamente

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de mayor concurrencia de postores aceptar el material de la superficie de la placa de ceramica

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta parcialmente su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Placa de agitación de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Placa de agitación de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 140

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Volumen máximo de mezcla de 3 litros

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a volumen maximo de mezcla de 3 a 10 litros

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y permitir mayor rango de trabajo de agitación o mezcla, quedando de la siguiente manera: Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 141

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Motor de 12 V, 0.86 W con velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 rpm

SOLICITAMOS: al comite de seleccion con la finalidad de mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a potencia de suministro de motor 1.5 W ; rango de velocidad 100 - 1500 rpm

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la observación del postor con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando las características de la siguiente manera: Motor de 12V, 0.86 W o mayor con velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MINIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MINIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Motor de 12V, 0.86 W o mayor con velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MINIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MINIMO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 142

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Barra agitadora de 1.181 x 0.276 in.

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Dimensiones de la superficie de la placa 180 x 180 mm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación del postor con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando las características de la siguiente manera: Barra agitadora de 1.181x 0.276 in o de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Barra agitadora de 1.181x 0.276 in o de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 143

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Adaptador incluido

SOLICITAMOS: al comite de seleccion aclarar y precisar a que se refiere ese termino

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere a que si el equipooofertado no trabaja directamente con los 220VAC/60Hz, debe traer consigo un adaptador de voltaje para su correcto funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 144

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Placa de acero inoxidable 316 de 4.7 x 4.7 in, aproximadamente

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de mayor concurrencia de postores aceptar el material de la superficie de la placa de ceramica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta parcialmente su observación con la finalidad de lograr una mayor pluralidad de postores, quedando la característica técnica de la siguiente manera: Placa de agitación de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Placa de agitación de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 145

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Volumen máximo de mezcla de 3 litros

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a volumen maximo de mezcla de 3 a 10 litros

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y permitir mayor rango de trabajo de agitación o mezcla, quedando de la siguiente manera: Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 146

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Motor de 12 V, 0.86 W con velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 rpm

SOLICITAMOS: al comite de seleccion con la finalidad de mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a potencia de suministro de motor 1.5 W ; rango de velocidad 100 - 1500 rpm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la observación del postor con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando las características de la siguiente manera: Motor de 12V, 0.86 W o mayor con velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MINIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MINIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Motor de 12V, 0.86 W o mayor con velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 RPM COMO MINIMO ó de 100 a 1500 RPM COMO MINIMO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 147

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Barra agitadora de 1.181 x 0.276 in.

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Dimensiones de la superficie de la placa 180 x 180 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observación del postor con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y cumplir con la finalidad pública, quedando las características de la siguiente manera: Barra agitadora de 1.181x 0.276 in o de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Barra agitadora de 1.181x 0.276 in o de acuerdo a cada fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 148

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO:

PIDEN: Adaptador incluido

SOLICITAMOS: al comite de seleccion aclarar y precisar a que se refiere ese termino

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere a que si el equipooofertado no trabaja directamente con los 220VAC/60Hz, debe traer consigo un adaptador de voltaje para su correcto funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 149

Consulta/Observación:

SOBRE COCINILLA ELECTRICA DE 1 HORNILLA:

PIDEN: Conexión: 230 V~

SOLICITAMOS: al comite de selección precisar a que se refiere dicha especificación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que esa característica se refiere a la alimentación de energía del equipo que es de 220VAC +-10% / 60Hz/50Hz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Conexión: 220VAC +-10% / 60Hz/50Hz

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 150

Consulta/Observación:

SOBRE EXTRACTOR DE AIRE:

PIDEN: Potencia: 03 Hp

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a 1/40 hp

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor que la característica dada es la mínima solicitada por el área usuaria, por lo tanto se sigue considerando la potencia de 0.3HP como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Potencia de 0.3Hp como mínimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 151

Consulta/Observación:

SOBRE COCINILLA ELECTRICA DE 1 HORNILLA:

PIDEN: Conexión: 230 V~

SOLICITAMOS: al comite de selección precisar a que se refiere dicha especificación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que esa característica se refiere a la alimentación de energía del equipo que es de 220VAC +-10% / 60Hz/50Hz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Conexión: 220VAC +-10% / 60Hz/50Hz

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 152

Consulta/Observación:

SOBRE DIAPASONES:

PIDEN: Longitud de la horquilla más grande: 200 mm.

SOLICITAMOS: al comite de seleccion precisar sobre esta especificación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere a la dimensión que puede tener la orquilla mas grande y que es de 200 mm, pero para lograr una mayor pluralidad de postores se considerará lo siguiente: Longitud de la horquilla mas grande: 200 mm aproximadamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud de la horquilla mas grande: 200 mm aproximadamente

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 153

Consulta/Observación:

SOBRE DIAPASONES:

PIDEN: Caja de madera más grande: 300x120x65 mm

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Dimensions 48.3 x 20.3 x 15.2 cm

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de obtener mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Longitud de la horquilla mas grande: 200 mm aproximadamente; Caja de madera más grande: 300 x 120 x 65 mm aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Longitud de la horquilla mas grande: 200 mm aproximadamente; Caja de madera más grande: 300 x 120 x 65 mm aproximadamente.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 154

Consulta/Observación:

SOBRE TERMOMETROS DIGITALES:

PIDEN: Tiempo de prueba: 60 min

SOLICITAMOS: al comite de selección precisar a que se refiere con esta especificación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere al tiempo de prueba o medición de la temperatura. debido a que hay un error de tipeo, la característica queda de la siguiente manera: Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 155

Consulta/Observación:

SOBRE TERMOMETROS DIGITALES:

PIDEN: Medición de 60 segundos

SOLICITAMOS: al comite de selección precisar a que se refiere con esta especificación

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: A

Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere al tiempo de prueba o medición de la temperatura. debido a que hay un error de tipeo, la característica queda de la siguiente manera: Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 156

Consulta/Observación:

SOBRE TERMOMETROS DIGITALES:

PIDEN: Advertencia de baja tensión.

SOLICITAMOS: al comite de selección precisar a que se refiere con esta especificación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere a una alarma de bateria baja. Con la finalidad de lograr pluralidad de postores, la característica queda de la siguiente manera: Advertencia de baja tensión (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Advertencia de baja tensión (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 157

Consulta/Observación:

SOBRE TERMOMETROS DIGITALES:

PIDEN: Tiempo de prueba: 60 min

SOLICITAMOS: al comite de selección precisar a que se refiere con esta especificación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere al tiempo de prueba o medición de la temperatura. debido a que hay un error de tipeo, la característica queda de la siguiente manera: Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 158

Consulta/Observación:

SOBRE TERMOMETROS DIGITALES:

PIDEN: Medición de 60 segundos

SOLICITAMOS: al comite de selección precisar a que se refiere con esta especificación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere al tiempo de prueba o medición de la temperatura. debido a que hay un error de tipeo, la característica queda de la siguiente manera: Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tiempo de prueba o medición de temeperatura en 60 segundos aprox.; Advertencia de baja tensión (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 159

Consulta/Observación:

SOBRE TERMOMETROS DIGITALES:

PIDEN: Advertencia de baja tensión.

SOLICITAMOS: al comite de selección precisar a que se refiere con esta especificación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que esta característica se refiere a una alarma de bateria baja. Con la finalidad de lograr pluralidad de postores, la característica queda de la siguiente manera: Advertencia de baja tensión (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Advertencia de baja tensión (opcional)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 160

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Precisión de Lectura: 0.1 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Sensibilidad (g) 0,0001

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Precisión y sensibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 161

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Reproducibilidad: 0.1 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Repetibilidad (desv. est.) (g) 0,0001

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Reproducibilidad y repitibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 162

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Linealidad: +/- 0.2 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Linealidad (g) $\pm 0,0002$

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y obtener mayor capacidad en el equipo ha adquirir, quedando la característica de la siguiente manera: Linealidad +/-0.2mg o +/- 0,0002g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Linealidad +/-0.2mg o +/-0,0002g

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 163

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA 0 A 200 gr.

PIDEN: Capacidad 200 g.

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Capacidad 220 g

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y obtener mayor capacidad en el equipo ha adquirir, quedando la característica de la siguiente manera: Capacidad mayor o igual a 200gr.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad mayor o igual a 200gr.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 164

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA 0 A 200 gr.

PIDEN: Repetibilidad 0.03 g

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores y mejora tecnologica ampliar la espesificación a Repetibilidad 0.01 g

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y obtener mayor capacidad en el equipo ha adquirir, quedando la característica de la siguiente manera: Repetibilidad menor o igual a 0.03g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Repetibilidad menor o igual a 0.03g

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 165

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA 0 A 200 gr.

PIDEN: Linealidad 0.03 g.

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores y mejora tecnologica ampliar la espesificación a Linealidad 0.02 g.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y obtener mayor capacidad en el equipo ha adquirir, quedando la característica de la siguiente manera: Linealidad menor o igual a 0.03g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Linealidad menor o igual a 0.03g

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 166

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA 0 A 200 gr.

PIDEN: Tiempo de estabilización 3 segundos.

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores y mejora tecnologica ampliar la espesificación a Tiempo de estabilización 1 segundos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y obtener mayor capacidad en el equipo ha adquirir, quedando la característica de la siguiente manera: Estabilización menor o igual a 3 segundos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Estabilización menor o igual a 3 segundos

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 167

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Precisión de Lectura: 0.1 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Sensibilidad (g) 0,0001

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Precisión y sensibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 168

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN:Reproducibilidad: 0.1 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Repetibilidad (desv. est.) (g) 0,0001

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Reproducibilidad y repitibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 169

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Linealidad: +/- 0.2 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Linealidad (g) $\pm 0,0002$

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y obtener mayor capacidad en el equipo ha adquirir, quedando la característica de la siguiente manera: Linealidad +/-0.2mg o +/- 0,0002g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Linealidad +/-0.2mg o +/-0,0002g

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 170

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA PLATO:

PIDEN: Alimentación: No requiere energía

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores, retirar la característica "Alimentación: No requiere energía" , o ampliar la especificación a OPCIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que su apreciación es correcta. Por lo tanto, se procede a suprimir la característica descrita y la imagen. Asimismo, el rago de las dimensiones del equipo son aproximadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Alimentación: No requiere energía (Suprimido); Imagen referencial (Suprimir)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 171

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Precisión de Lectura: 0.01 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a sensibilidad: 0,00001g; / 0,0001

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Precisión y sensibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 172

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Reproducibilidad: 0.1 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Repetibilidad: 0,00003g; / 0,0001 g

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Reproducibilidad y repitibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 173

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Linealidad: +/- 0.2 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Linealidad (g) $\pm 0,0001$

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara al postor que las característica dadas son las mínimas solicitada por el área usuaria. Si el postor desea ofertar características mejoradas a la solicitada, será aceptada siempre y cuando lo acredite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 174

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Tiempo de Estabilización (s): 3 seg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Tiempo de Estabilización (s): 10 seg

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que las características dadas son las mínimas solicitadas por el área usuaria. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 175

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Campo de pesada max: 220 gr

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Capacidad máxima: 82 g/220 g

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que las características dadas son las mínimas solicitadas por el área usuaria. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 176

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 4 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Precisión de Lectura: 0.0001 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Sensibilidad (g) 0,0001

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Precisión y sensibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 177

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 4 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Reproducibilidad: 0.1 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Repetibilidad (desv. est.) (g) 0,0001

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Reproducibilidad y repitibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 178

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 4 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Linealidad: +/- 0.2 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Linealidad (g) $\pm 0,0002$

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y obtener mayor capacidad en el equipo ha adquirir, quedando la característica de la siguiente manera: Linealidad +/-0.2mg o +/- 0,0002g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Linealidad +/-0.2mg o +/-0,0002g

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 179

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Precisión de Lectura: 0.1 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Sensibilidad (g) 0,000

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Precisión y sensibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 180

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Reproducibilidad: 0.1 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Repetibilidad (desv. est.) (g) 0,0001

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Reproducibilidad y repitibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 181

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Linealidad: +/- 0.2 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Linealidad (g) \pm 0,0002

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y obtener mayor capacidad en el equipo ha adquirir, quedando la característica de la siguiente manera: Linealidad +/-0.2mg o +/- 0,0002g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Linealidad +/-0.2mg o +/-0,0002g

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 182

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Precisión de Lectura: 0.1 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Sensibilidad (g) 0,0001

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Precisión y sensibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 183

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Reproducibilidad: 0.1 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Repetibilidad (desv. est.) (g) 0,0001

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no acepta la observación del postor, debido a que Reproducibilidad y repitibilidad son dos características diferentes dentro de la medición con una balanza. Se solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 184

Consulta/Observación:

SOBRE BALANZA ANALITICA DE 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS:

PIDEN: Linealidad: +/- 0.2 mg

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Linealidad (g) \pm 0,000

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente su observación con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y obtener mayor capacidad en el equipo ha adquirir, quedando la característica de la siguiente manera: Linealidad +/-0.2mg o +/- 0,0002g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Linealidad +/-0.2mg o +/-0,0002g

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 185

Consulta/Observación:

SOBRE: BALANZA DE PRECISION DE 300 GR

PIDEN: Peso mínimo: (USP, 0.1%, típico)2 g

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a Peso mín. típico (USP, u=0,10 %, k=2) 1.6 g

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta parcialmente la observación del postor con la finalidad obtener mayor pluralidad de postores, quedando la característica de la siguiente manera: Peso mínimo: (USP, 0.1%, típico)2 g o Peso mín. típico (USP, u=0,10 %, k=2) 1.6 g

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Peso mínimo: (USP, 0.1%, típico)2 g o Peso mín. típico (USP, u=0,10 %, k=2) 1.6 g

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 186

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO

PIDEN: ¿Velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000rpm¿

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a ¿Velocidad de agitación ajustable de 0 o 100 a 2000 o 3000rpm¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de obtener una mayor pluralidad de postores, quedando de la siguiente manera: Velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 COMO MÍNIMO RPM ó de 100 a 1500 RPM COMO MÍNIMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Velocidad de agitación ajustable de 0 a 3000 COMO MÍNIMO RPM ó de 100 a 1500 RPM COMO MÍNIMO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 187

Consulta/Observación:

SOBRE AGITADOR MAGNETICO

PIDEN: ¿Volumen máximo de mezcla de 3 litros¿

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a ¿Volumen máximo de mezcla de 3 a 10 litros¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta parcialmente con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores y permitir mayor rango de trabajo de agitación o mezcla, quedando de la siguiente manera: Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen máximo de mezcla o agitación entre 3 a 10 Litros.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 188

Consulta/Observación:

SOBRE CONDUCTIMETRO

PIDEN: ¿ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC¿

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a ¿ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC o Escala de temperatura: de - 5 a 105 °C con Resolución de temperatura: 0.1¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria acepta su consulta con la finalidad de obtener mayorpluralidad de poster y lograr con la finalidad pública. Quedando de la siguiente manera: ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC o Escala de temperatura: de - 5 a 105 °C con Resolución de temperatura: 0.1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ATC incorporado, ajustable entre 0 y 5,0% para 5°C y/o ATC o Escala de temperatura: de - 5 a 105 °C con Resolución de temperatura: 0.1

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 189

Consulta/Observación:

SOBRE HORNO CALOR SECO

PIDEN: Rango de temperatura es de 5° a 60°

SOLICITAMOS: al comite de selección con la finalidad de tener mayor concurrencia de postores ampliar la especificación a ¿Rango de temperatura de 5° a 300°¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge su observación parcialmente con la finalidad de lograr mayor pluralidad de postores, quedando las características de la siguiente manera: Rango de temeperatura de 5°C a 60°C o mayor rango.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Rango de temeperatura de 5°C a 60°C o mayor rango.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 190

Consulta/Observación:

SOBRE MAQUETA DE PUNCION ARTERIAL: En las especificaciones técnicas de la maqueta de punción arterial, están dirigidas al simulador ALT-10-L de la marca SIMULAB, quien tiene único distribuidor en el Perú, y por lo cual no habría pluralidad de postores, y se infringiría la ley de contrataciones. Por esa razón, y dado que hay características únicas y exclusivas del simulador ALT-10-L de la marca SIMULAB, solicitamos amablemente al comité que se considere opcionalmente y consideraciones de las siguientes características:

- ¿ Imágenes de ultrasonidos nítidos ¿ opcional
- ¿ Batería para entrenamiento sin conexión ¿ opcional
- ¿ Técnica de ecografía (opcional) o palpación ciega
- ¿ La arteria es palpable en la muñeca y desciende a medida que viaja hacia el codo. Debe decir: La arteria es palpable en la muñeca
- ¿ Tecnología de tejido reemplazable compatible con ultrasonido con visualización anatómica ¿ opcional
- ¿ Dominar la técnica de palpación guiada por ecografía (opcional) o ciega para el acceso vascular de la arteria radial ¿
- Dominar la técnica de palpación para el acceso vascular de la arteria radial
- ¿ 1 Tejido de piel Reemplazable ¿ opcional
- ¿ 10 Pack de Arterias Reemplazable ¿ Debe decir: 4 tubos arteriales

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas solicitadas por el área usuaria. Asimismo, la finalidad pública tiene como objetivo, obtener los mejores equipos para cumplir con los mejores estándares educativos en enseñanza de medicina de nuestro país. Se le solicita al postor ceñirse a las bases o si el postor desea ofertar una tecnología superior a la solicitada, el comité no tendrá problema al aceptarla, siempre y cuando lo acredite

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 191

Consulta/Observación:

SOBRE MAQUETA GINECOLOGICA ¿ TRACTO VAGINAL

En referencia a las especificaciones para la maqueta ginecológica con tracto vaginal, quisiéramos plantear algunas consideraciones en relación con las características "Inserción y extracción de esponjas anticonceptivas" y "Inserción y extracción de diafragma y capuchón cervical".

Si bien reconocemos la importancia de abordar una amplia gama de habilidades clínicas, es esencial evaluar la viabilidad y utilidad de estas características en el contexto de la maqueta propuesta. La inclusión de la función de "Inserción y extracción de esponjas anticonceptivas" y "Inserción y extracción de diafragma y capuchón cervical" podría requerir cambios significativos en el diseño y la mecánica de la maqueta, lo que podría aumentar su complejidad y costo.

Además, considerando que la maqueta se utilizará para fines educativos y formativos, es crucial sopesar si estas características específicas son esenciales para el objetivo de la formación. La inversión adicional en la implementación de estas funciones podría afectar la accesibilidad y viabilidad del producto.

Por tanto, solicitamos al Comité de Selección que reconsidere la necesidad de estas características o las presente como opcionales. Esto permitiría a los potenciales usuarios elegir la configuración que mejor se adapte a sus necesidades de formación y presupuesto, asegurando una mayor flexibilidad y accesibilidad en la adquisición de la maqueta ginecológica. Al tomar en cuenta estas consideraciones, buscamos optimizar la efectividad y viabilidad del producto, garantizando una solución educativa que se ajuste a las necesidades de los profesionales de la salud.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 79
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas solicitadas por el área usuaria. Asimismo, la finalidad pública tiene como objetivo, obtener los mejores equipos para cumplir con los mejores estándares educativos en enseñanza de medicina de nuestro país. Se le solicita al postor ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 192

Consulta/Observación:

SOBRE MANIQUÍ OBSTÉTRICOS (SIMULADOR NOELLE O EQUIVALENTE):

En las especificaciones técnicas del simulador de maniquí obstétrico (simulador NOELLE o equivalente), se puede ver el nombre del simulador VICTORIA de la marca GAUMARD e incluso el nombre del software UNI para controlar el simulador en mención. Por lo tanto, las especificaciones técnicas están dirigidas al simulador VICTORIA, quien tiene único distribuidor en el Perú, y por lo cual no habría pluralidad de postores, y se infringiría la ley de contrataciones. Por esa razón, y dado que hay características únicas y exclusivas del simulador VICTORIA, solicitamos amablemente al comité que se considere opcionalmente y consideraciones de las siguientes características:

¿ La piel sin costuras, lisa y flexible cubre al Victoria de la cabeza a los pies. Debe decir: La piel suave y flexible cubre al simulador de la cabeza a los pies.

¿ Depósito de hemorragia con una capacidad de 1L y control de flujo programable. Debe decir: Depósito de hemorragia con una capacidad de 900 ML como mínimo y control de flujo programable.

¿ Vías aéreas programables: edema de la lengua, laringoespasma e hinchazón de la faringe- Debe decir: Vías aéreas programables: edema de la lengua e hinchazón de la faringe

¿ Pulmones izquierdos y derechos independientes sincronizados con la respiración ¿ Debe decir: Pulmones izquierdos y derechos sincronizados con la respiración

¿ Mover a Victoria de un lugar a otro como un paciente real. Debe decir: Mover al simulador de un lugar a otro como un paciente real

¿ Feto interactivo sin cableado con articulaciones sin costuras, endoesqueleto y peso y longitud realistas a término. Debe decir: Feto interactivo sin cableado con articulaciones.

¿ Use dispositivos de monitoreo cardíaco fetal real para rastrear la frecuencia cardíaca fetal y la duración / intensidad de las contracciones ¿ opcional

¿ Las maniobras de McRobert y los sensores de presión suprapúbicos ayudan a resolver un parto obstruido ¿ opcional

¿ Receptáculo de supositorio con reconocimiento electrónico automático - opcional

¿ Sonidos intestinales ¿ opcional

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando las características técnicas de la siguiente manera:

La piel suave y flexible cubre al simulador de la cabeza a los pies;

Depósito de hemorragia con una capacidad de 1L y control de flujo programable o Depósito de hemorragia con una capacidad de 900 ML como mínimo y control de flujo programable;

Vías aéreas programables: edema de la lengua, laringoespasma e hinchazón de la faringe o Vías aéreas programables: edema de la lengua e hinchazón de la faringe;

Pulmones izquierdos y derechos independientes sincronizados con la respiración o Pulmones izquierdos y derechos sincronizados con la respiración;

Mover al simulador de un lugar a otro como un paciente real;

Feto interactivo sin cableado con articulaciones sin costuras, endoesqueleto y peso y longitud realistas a término o Feto interactivo sin cableado con articulaciones;

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Nomenclatura :	AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Específico	III	A	80
------------	-----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Use dispositivos de monitoreo cardíaco fetal real para rastrear la frecuencia cardíaca fetal y la duración / intensidad de las contracciones o característica similar o superior a la solicitada;

Las maniobras de McRobert y los sensores de presión suprapúbicos ayudan a resolver un parto obstruido o característica similar o superior a la solicitada;

Receptáculo de supositorio con reconocimiento electrónico automático o característica similar o superior a la solicitada;

Sonidos intestinales o característica similar o superior a la solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La piel suave y flexible cubre al simulador de la cabeza a los pies; Depósito de hemorragia con una capacidad de 1L y control de flujo programable o Deposito de hemorragia con una capacidad de 900 ML como mínimo y control de flujo programable; Vías aéreas programables: edema de la lengua, laringoespasma e hinchazón de la faringe o Vías aéreas programables: edema de la lengua e hinchazón de la faringe; Pulmones izquierdos y derechos independientes sincronizados con la respiración o Pulmones izquierdos y derechos sincronizados con la respiración; Mover al simulador de un lugar a otro como un paciente real; Feto interactivo sin cableado con articulaciones sin costuras, endoesqueleto y peso y longitud realistas a término o Feto interactivo sin cableado con articulaciones; Use dispositivos de monitoreo cardíaco fetal real para rastrear la frecuencia cardíaca fetal y la duración / intensidad de las contracciones o característica similar o superior a la solicitada; Las maniobras de McRobert y

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 193

Consulta/Observación:

SOBRE MANIQUÍ OBSTÉTRICOS (SIMULADOR NOELLE O EQUIVALENTE):

En las especificaciones técnicas del simulador de maniquí obstétrico (simulador NOELLE o equivalente), se puede ver el nombre del simulador VICTORIA de la marca GAUMARD e incluso el nombre del software UNI para controlar el simulador en mención. Por lo tanto, las especificaciones técnicas están dirigidas al simulador VICTORIA, quien tiene único distribuidor en el Perú, y por lo cual no habría pluralidad de postores, y se infringiría la ley de contrataciones. Por esa razón, y dado que el sistema de reconocimiento de medicamentos es único y exclusivamente del simulador VICTORIA, solicitamos amablemente al comité que se considere opcionalmente las siguientes características:

RECONOCIMIENTO DE MEDICAMENTOS:

- ¿ Brazo con reconocimiento de medicamentos IV ¿ opcional
- ¿ Identificar el tipo de fármaco, la concentración, y la dosis inyectada en las venas de la mano y el antebrazo ¿ opcional
- ¿ Biblioteca con medicamentos o capacidad de crear otros medicamentos usando la plantilla de software ¿ opcional
- ¿ El medicamento deberá estimular un efecto automáticamente de las respuestas fisiológicas del paciente ¿ opcional

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando las características técnicas de la siguiente manera: RECONOCIMIENTO DE MEDICAMENTOS:

Brazo con reconocimiento de medicamentos IV o característica mejorada o similar a la solicitada);

Identificar el tipo de fármaco, la concentración, y la dosis inyectada en las venas de la mano y el antebrazo o característica mejorada o similar a la solicitada;

Biblioteca con medicamentos o capacidad de crear otros medicamentos usando la plantilla de software o característica mejorada o similar a la solicitada;

El medicamento deberá estimular un efecto automáticamente de las respuestas fisiológicas del paciente o característica mejorada o similar a la solicitada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RECONOCIMIENTO DE MEDICAMENTOS: Brazo con reconocimiento de medicamentos IV o característica mejorada o similar a la solicitada); Identificar el tipo de fármaco, la concentración, y la dosis inyectada en las venas de la mano y el antebrazo o característica mejorada o similar a la solicitada; Biblioteca con medicamentos o capacidad de crear otros medicamentos usando la plantilla de software o característica mejorada o similar a la solicitada; El medicamento deberá estimular un efecto automáticamente de las respuestas fisiológicas del paciente o característica mejorada o similar a la solicitada

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 194

Consulta/Observación:

MANIQUÍ OBSTÉTRICOS (SIMULADOR NOELLE O EQUIVALENTE):

En las especificaciones técnicas del simulador de maniquí obstétrico (simulador NOELLE o equivalente), se puede ver el nombre del simulador VICTORIA de la marca GAUMARD e incluso el nombre del software UNI para controlar el simulador en mención. Por lo tanto, las especificaciones técnicas están dirigidas al simulador VICTORIA, quien tiene único distribuidor en el Perú, y por lo cual no habría pluralidad de postores, y se infringiría la ley de contrataciones. Por esa razón, y dado que el sistema de los ojos interactivos es único y exclusivamente del simulador VICTORIA, solicitamos amablemente al comité que se considere opcionalmente las siguientes características:

OJOS INTERACTIVOS:

- ¿ Movimiento ocular y seguimiento automático de objetos de los ojos para la demostración de accidente cerebrovascular, traumatismo craneal, uso de drogas, enfermedad, deterioro de los nervios craneales y otras enfermedades y condiciones oculares. - opcional
- ¿ Seguimiento horizontal automático y seguimiento vertical manual - opcional
- ¿ Estrabismos: exotropía y esotropía - opcional
- ¿ Nistagmo: contracciones oculares - opcional
- ¿ Blefarospasmo: contracciones del párpado - opcional
- ¿ Ptosis: caída del párpado - opcional
- ¿ Movimientos oculares activos y pasivos - opcional
- ¿ Reflejos pupilares independientes, Mydriasis (Pupila dilatada) Miosis (Pupila contraída) - opcional
- ¿ Anisocoria: Pupilas de tamaños desiguales - opcional
- ¿ Control de movimiento ocular en tiempo real mediante palanca de control del software (joy-stick) ¿ opcional

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A **Página: 80**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas solicitadas por el área usuaria. Asimismo, la finalidad pública tiene como objetivo, obtener los mejores equipos para cumplir con los mejores estándares educativos en enseñanza de medicina de nuestro país. Se le solicita al postor ceñirse a las bases o si el postor desea ofertar una tecnología superior a la solicitada, el comité no tendrá problema al aceptarla, siempre y cuando lo acredite

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 195

Consulta/Observación:

SOBRE MANIQUÍ OBSTÉTRICOS (SIMULADOR NOELLE O EQUIVALENTE):

En las especificaciones técnicas del simulador de maniquí obstétrico (simulador NOELLE o equivalente), se puede ver el nombre del simulador VICTORIA de la marca GAUMARD e incluso el nombre del software UNI para controlar el simulador en mención. Por lo tanto, las especificaciones técnicas están dirigidas al simulador VICTORIA, quien tiene único distribuidor en el Perú, y por lo cual no habría pluralidad de postores, y se infringiría la ley de contrataciones. Por esa razón, y dado que las características robóticas del bebe de parto son únicas y exclusivas del simulador VICTORIA, solicitamos amablemente al comité que se considere opcionalmente las siguientes características:

BEBE DE PARTO

- ¿ Cuerpo con juntas sin costuras para simular mayor realismo (ideal) - opcional
- ¿ El endosqueleto dentro del bebé proporciona una forma realista, apoyo y movimientos similares a los humanos ¿ opcional
- ¿ Capacidad de mostrar signos de cianosis central ¿ opcional
- ¿ Capacidad de programar llanto con movimiento de cabeza - opcional
- ¿ Sonidos cardíacos y pulmonares ¿ opcional
- ¿ Capacidad de programar al bebé para una evaluación interactiva de hasta 5 minutos después del parto ¿ opcional
- ¿ Sensores en la cadera del bebe de parto para seguimiento del movimiento arriba / abajo y laterales durante una presentación de nalgas y mostrar un modelo 3-d en tiempo real ¿ opcional
- ¿ Sensores a lo largo de la médula espinal del bebe para rastrear, en tiempo real, el movimiento del bebé, la fuerza de tracción ejercida y la posición de la cabeza con respecto al torso durante el parto normal ¿ opcional
- ¿ Cabeza con fontanelas y suturas ¿ opcional
- ¿ Visualización gráfica instantánea de la presión suprapúbica aplicada ¿ opcional
- ¿ Visualización gráfica instantánea del movimiento de la pierna del simulador de parto - opcional
- ¿ Visualización gráfica instantánea de la posición del bebé. ¿ opcional
- ¿ Bebé de parto equipado con sensores de posición a lo largo de la médula espinal para proporcionar retroalimentación en tiempo real de las maniobras del proveedor de salud ¿ opcional
- ¿ La animación en 3D desarrollada durante un escenario puede grabarse y recuperarse más tarde para su debriefing ¿ opcional
- ¿ Los cambios en el modelo materno impactan la condición del feto y, a su vez, impactan el puntaje APGAR inicial del recién nacido ¿ opcional

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas solicitadas por el área usuaria. Asimismo, la finalidad pública tiene como objetivo, obtener los mejores equipos para cumplir con los mejores estándares educativos en enseñanza de medicina de nuestro país. Se le solicita al postor ceñirse a las bases o si el postor desea ofertar una tecnología superior a la solicitada, el comité no tendrá problema al aceptarla, siempre y cuando lo acredite

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 196

Consulta/Observación:

SOBRE MANIQUÍ OBSTÉTRICOS (SIMULADOR NOELLE O EQUIVALENTE):

En relación con la inclusión de la característica "Practicar técnicas de succión simulada" en el simulador de parto, es importante tener en cuenta aspectos adicionales que afectan la libre concurrencia y cumplimiento de regulaciones. Esta característica única podría limitar la participación de potenciales oferentes, lo cual va en contra de los principios de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Además, considerando la complejidad y posibles riesgos de implementación, se podría poner en peligro la eficacia y seguridad general del simulador. Asignar recursos sustanciales a esta característica podría impactar negativamente otras áreas cruciales del desarrollo.

Por tanto, es fundamental evaluar si esta característica es esencial para alcanzar sus objetivos de formación o si su inclusión podría afectar la libre concurrencia y la efectividad del simulador. Por tales motivos, solicitamos al Comité de Selección retirar la característica de "Practicar técnicas de succión simulada" del requerimiento o dejarlo como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: A Página: 80
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando las características técnicas de la siguiente manera: Practicar técnicas de succión simulada o practicar técnicas superior o similirares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Practicar técnicas de succión simulada o practicar técnicas superior o similirares.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 197

Consulta/Observación:

SOBRE MANIQUÍ OBSTÉTRICOS (SIMULADOR NOELLE O EQUIVALENTE):

En las especificaciones técnicas del simulador de maniquí obstétrico (simulador NOELLE o equivalente), se puede ver el nombre del simulador VICTORIA de la marca GAUMARD e incluso el nombre del software UNI para controlar el simulador en mención. En las características ¿La piel sin costuras, lisa y flexible cubre a Victoria¿ y ¿Potente e intuitivo software UNI TM¿ Solicitamos al Comité eliminar las palabras ¿Victoria¿ y ¿UNI¿ que hacen referencia a un modelo en específico y eso trasgrede el principio de libre concurrencia de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando las características técnicas de la siguiente manera:

La piel suave y flexible cubre al simulador de la cabeza a los pies;

Potente e intuitivo software UNI TM o potente e intuitivo software en español con nueva animación 3D "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La piel suave y flexible cubre al simulador de la cabeza a los pies; Potente e intuitivo software UNI TM o potente e intuitivo software en español con nueva animación 3D

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 198

Consulta/Observación:

SOBRE MANIQUÍS OBSTÉTRICOS (SIMULADOR NOELLE O EQUIVALENTE):

En relación con la especificación de "Pulmones izquierdos y derechos independientes sincronizados con la respiración", es fundamental analizar sus implicaciones en conjunto. Aunque la independencia en la función respiratoria puede parecer una característica deseable, debemos considerar su viabilidad y el impacto en el proceso de desarrollo del simulador de parto.

La implementación de pulmones completamente independientes podría conllevar desafíos técnicos y de diseño significativos. Esto requeriría una mayor complejidad en la mecánica del simulador, lo que a su vez podría aumentar los costos de desarrollo y producción. La sincronización precisa de pulmones izquierdo y derecho, además de ser independientes, podría comprometer la estabilidad y consistencia de la simulación, afectando potencialmente la experiencia de entrenamiento.

Es crucial también tener en cuenta el principio de libre concurrencia en el proceso de selección de productos. Especificaciones excesivamente detalladas podrían restringir la participación de diversos proveedores y limitar la competencia en el mercado. Esto podría tener un impacto en el costo de adquisición y en las opciones disponibles para cumplir con los requisitos.

Para encontrar un equilibrio entre precisión y viabilidad, proponemos reconsiderar la necesidad de la independencia total de los pulmones. Simplificar la especificación para permitir una simulación de respiración sincronizada, sin la necesidad de independencia completa, podría facilitar el desarrollo, reducir costos y garantizar una formación efectiva y realista en el contexto del simulador propuesto.

En última instancia, solicitamos al Comité de Selección retirar la palabra ¿independientes¿ en dicha característica o, en todo caso, hacer que esa sea opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 80
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge parcialmente la observación del postor con la finalidad de lograr pluralidad de postores, quedando las características técnicas de la siguiente manera: Pulmones izquierdos y derechos independientes sincronizados con la respiración o Pulmones izquierdos y derechos sincronizados con la respiración

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pulmones izquierdos y derechos independientes sincronizados con la respiración o Pulmones izquierdos y derechos sincronizados con la respiración

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-UNSCH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: "ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA UNSCH, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20542502313	Fecha de envío :	26/09/2023
Nombre o Razón social :	LCA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	21:56:09

Observación: Nro. 199

Consulta/Observación:

SOBRE MAQUETA DE MAMAS :

En las especificaciones técnicas de la maqueta de mamás, están dirigidas al simulador 40201 de la marca LIMBS and THINGS, quien tiene único distribuidor en el Perú, y por lo cual no habría pluralidad de postores, y se infringiría la ley de contrataciones. Por esa razón, y dado que las características son únicas y exclusivas del simulador 40201, solicitamos amablemente al comité que se considere opcionalmente y consideraciones de las siguientes características:

- ¿ Las patologías se pueden colocar en varios puntos de ubicación predeterminados y se pueden cambiar fácilmente - opcional
- ¿ Almohadillas claviculares y axilares para una colocación precisa de los ganglios linfáticos ¿ opcional
- ¿ Carcinomas aproximados: 2 cm, 3 cm, 5 cm; quiste, enfermedad fibroquística, fibroadenoma ¿ depende del fabricante
- ¿ Identificación de ganglios linfáticos (axilares, supra e infraclaviculares) ¿ depende del fabricante

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones técnicas requeridas son las mínimas solicitadas por el área usuaria. Asimismo, la finalidad pública tiene como objetivo, obtener los mejores equipos para cumplir con los mejores estándares educativos en enseñanza de medicina de nuestro país. Se le solicita al postor ceñirse a las bases o si el postor desea ofertar una tecnología superior a la solicitada, el comité no tendrá problema al aceptarla, siempre y cuando lo acredite

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null