

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : LP-SM-27-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO PARA CATETERISMO CARDIACO

Ruc/código : 20459316842

Nombre o Razón social : MULTI MED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 19/12/2024

Hora de envío : 17:24:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM N°8: OCLUSOR PERCUTÁNEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO DE 16 MM X 14 MM

Consulta:

En las especificaciones técnicas, se solicita un tamaño de dispositivo de 16/14mm, en nuestro caso la casa comercial Occlutech distribuye la medida 18/14mm.

Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección aceptar los dispositivos con un tamaño de 18/14 mm, considerando que la variación propuesta mantiene las propiedades esenciales del dispositivo y cumple con los requisitos funcionales necesarios para el procedimiento. Aunado a que esta opción amplía la posibilidad de participación de más proveedores, fomentando la competencia y asegurando el cumplimiento de los objetivos de la contratación pública.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** ANEXO N°03 **Literal:** RTM **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, en cuanto a la medida ofertada por la empresa MULTIMED no se ajusta a las medidas solicitadas de acuerdo al RTM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : LP-SM-27-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO PARA CATETERISMO CARDIACO

Ruc/código :	20459316842	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	MULTI MED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:24:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

B1. FACTURACIÓN

Consulta:

En el numeral referido a la experiencia del postor, se solicita acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,237,001.00 (Dos millones doscientos treinta y siete mil un soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Asimismo, se consideran como bienes similares los siguientes: Catéter balón para valvuloplastia pulmonar, catéter angiográfico, cánula endoluminal coronaria y oclisor percutáneo para defecto septal multifuncional. Solicitamos respetuosamente al Comité de Selección considerar la inclusión de material médico y/o dispositivos médicos de la especialidad de cardiología como bienes similares, dado que la especialidad de Cardiología incluye un rango amplio de dispositivos y materiales médicos que, si bien pueden no ser idénticos a los enumerados, son complementarios en el ámbito de la convocatoria, cumpliendo con estándares de calidad y especificaciones técnicas similares. Esta ampliación favorecerá la participación de más proveedores, garantizando una mayor competencia sin comprometer la calidad del suministro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se acepta el material médico y/o dispositivos médicos de la especialidad de cardiología como bienes similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : LP-SM-27-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO PARA CATETERISMO CARDIACO

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	18:29:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM N° 1: OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO DE 6MMX 4MM

Características: Catéter de material de fácil maniobrabilidad con cubierta de poliamida elastómera, poliuretano y 100% libre de látex u otro material compatible y utilizable en otros dispositivos intracardiacos.

Consulta: Se solicita al comité evaluador nos permita participar con nuestro catéter ¿vaina introductora¿, cuya cubierta es de: politetrafluoretileno PTFE y Pebax, materiales usados en el área hospitalaria, altamente resistentes a los fluidos, minimizando el riesgo a inflamación y reacción a los tejidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta que presenta la empresa Cardioperfusión sobre la vaina introductora, se acepta debido a que no representa riesgos en cuanto a seguridad, navegabilidad dentro de las estructuras cardiacas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : LP-SM-27-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO PARA CATETERISMO CARDIACO

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	18:29:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM N° 3: OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO DE 8MMX 6MM

Características: Catéter de material de fácil maniobrabilidad con cubierta de poliamida elastómera, poliuretano y 100% libre de látex u otro material compatible y utilizable en otros dispositivos intracardiacos.

Consulta: Se solicita al comité evaluador nos permita participar con nuestro catéter ¿vaina introductora¿, cuya cubierta es de: politetrafluoretileno PTFE y Pebax, materiales usados en el área hospitalaria, altamente resistentes a los fluidos, minimizando el riesgo a inflamación y reacción a los tejidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta que presenta la empresa Cardioperfusión sobre la vaina introductora, se acepta debido a que no representa riesgos en cuanto a seguridad, navegabilidad dentro de las estructuras cardiacas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : LP-SM-27-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO PARA CATETERISMO CARDIACO

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	18:29:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM N° 4: OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO DE 10MMX 8MM

Características: Catéter de material de fácil maniobrabilidad con cubierta de poliamida elastómera, poliuretano y 100% libre de látex u otro material compatible y utilizable en otros dispositivos intracardiacos.

Consulta: Se solicita al comité evaluador nos permita participar con nuestro catéter ¿vaina introductora¿, cuya cubierta es de: politetrafluoretileno PTFE y Pebax, materiales usados en el área hospitalaria, altamente resistentes a los fluidos, minimizando el riesgo a inflamación y reacción a los tejidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta que presenta la empresa Cardioperfusión sobre la vaina introductora, se acepta debido a que no representa riesgos en cuanto a seguridad, navegabilidad dentro de las estructuras cardiacas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : LP-SM-27-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO PARA CATETERISMO CARDIACO

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	18:29:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM N° 5: OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO DE 12MMX 10MM

Características: Catéter de material de fácil maniobrabilidad con cubierta de poliamida elastómera, poliuretano y 100% libre de látex u otro material compatible y utilizable en otros dispositivos intracardiacos.

Consulta: Se solicita al comité evaluador nos permita participar con nuestro catéter ¿vaina introductora¿, cuya cubierta es de: politetrafluoretileno PTFE y Pebax, materiales usados en el área hospitalaria, altamente resistentes a los fluidos, minimizando el riesgo a inflamación y reacción a los tejidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta que presenta la empresa Cardioperfusión sobre la vaina introductora, se acepta debido a que no representa riesgos en cuanto a seguridad, navegabilidad dentro de las estructuras cardiacas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : LP-SM-27-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO PARA CATETERISMO CARDIACO

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	18:29:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM N° 6: OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO DE 14MMX 12MM
Características: Catéter de material de fácil maniobrabilidad con cubierta de poliamida elastómera, poliuretano y 100% libre de látex u otro material compatible y utilizable en otros dispositivos intracardiacos.
Consulta: Se solicita al comité evaluador nos permita participar con nuestro catéter ¿vaina introductora¿, cuya cubierta es de: politetrafluoretileno PTFE y Pebax, materiales usados en el área hospitalaria, altamente resistentes a los fluidos, minimizando el riesgo a inflamación y reacción a los tejidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta que presenta la empresa Cardioperfusión sobre la vaina introductora, se acepta debido a que no representa riesgos en cuanto a seguridad, navegabilidad dentro de las estructuras cardiacas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : LP-SM-27-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO PARA CATETERISMO CARDIACO

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	18:29:55

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM N° 7: OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO DE 16MMX 14MM

Características: Catéter de material de fácil maniobrabilidad con cubierta de poliamida elastómera, poliuretano y 100% libre de látex u otro material compatible y utilizable en otros dispositivos intracardiacos.

Consulta: Se solicita al comité evaluador nos permita participar con nuestro catéter ¿vaina introductora¿, cuya cubierta es de: politetrafluoretileno PTFE y Pebax, materiales usados en el área hospitalaria, altamente resistentes a los fluidos, minimizando el riesgo a inflamación y reacción a los tejidos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta que presenta la empresa Cardioperfusión sobre la vaina introductora, se acepta debido a que no representa riesgos en cuanto a seguridad, navegabilidad dentro de las estructuras cardiacas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : LP-SM-27-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO PARA CATETERISMO CARDIACO

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	18:29:55

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En relación con la EXPERIENCIA del postor en la Especialidad, solicitamos que se especifique el monto facturado acumulado por cada ítem, dado que, únicamente, las bases especifican un monto en específico para las MYPES.

Del mismo modo, consideramos que, en base al Principio de Equidad, la experiencia acumulada deberá referirse a cada ítem por separado, en vista de la cantidad de ítems y el excesivo monto a acreditar de S/2,237,001.00.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, Debido a que la contratación es por Items se realizara la experiencia del postor por cada item como experiencia y para mype.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA

Nomenclatura : LP-SM-27-2024-INSNSB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE OCLUSOR PERCUTANEO DE PERSISTENCIA DE DUCTUS ARTERIOSO PARA CATETERISMO CARDIACO

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	19/12/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	18:41:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Podemos advertir que en el anexo 04-RTM, se menciona dos características:

Puede ser liberado via anterograda o retrograda.

Debe tener marcas radiopacas en ambos lados de los discos de retención.

Sin embargo, estas características no forman parte de la especificación técnica contenida desde el folio 33 al 36, por consiguiente solicitamos que se aclare esta ambigüedad con respecto a la acreditación.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 04-RTM Literal: . Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se modifica RTM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null