

ANEXO N° 02 :CUADRO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL CONTENIDO DE LA OFERTA

AS N°41-2023-HRL-CS-, PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"														
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTOR	VALOR ESTIMADO	FACTORES DE EVALUACIÓN				REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			RESULTADO	
						OFERTA	PUNTAJE DEL PRECIO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION	CAPACIDAD LEGAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
														EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE
ÚNICO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE - CHICLAYO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, IOARR - CUI N°2562458"	UNIDAD	1	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	S/. 92,000.00	S/89,970.00	100.00	100.00 puntos	1°	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Téc. Nilton J. Chepe Rivera
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 01:CUADRO DE ADMISIÓN DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS																																				
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		"ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"																																		
AS N°41-2023-HRL-CS-1		2.2.1 DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA																																		
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTOR	2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA											RESULTADO																				
					a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)		l)																			
ÚNICO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO PORTÁTIL PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"	UNIDAD	1	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	CUMPLE	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	Declaración jurada de cumplimiento de las	CUMPLE	del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, detallados en la sección específica de las bases	CUMPLE	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente, para el equipo requerido, según la normatividad vigente DIGEMID	CUMPLE	Certificado de Seguridad Eléctrica (UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA; para el equipo principal objeto de la adquisición)	CUMPLE	Compromiso de Suministro de Componentes, Repuestos e Insumos: Emitido por el fabricante o por el postor de equipos.	CUMPLE	Documento que acredite fehacientemente Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)	CUMPLE	Documento que acredite fehacientemente Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Y/O Certificado de la Comunidad Europea (CE) O Norma ISO 13485 Vigente	CUMPLE	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	NO CORRESPONDE	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	CUMPLE	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6).	CUMPLE	NO ADMITIDA				
				INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA		
				BOMBER 89° S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
				BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDA
DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.		NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: C01 ESPECIFICADA EN LAS BASES; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N°29, 30 Y 31. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA LOS MODOS B/B Y 4B LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE																																		
BOMBER 89° S.A.C.		NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS: A09 ESPECIFICADA EN LAS BASES; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N°29, 30 Y 29. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA AUMENTAR LA IMAGEN A PANTALLA COMPLETA EN DOS TIPOS DE AMPLIACIÓN. LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE																																		
BOMBER 89° S.A.C.		LA EMPRESA NO CUMPLE, EN SU PROPUUESTA, NO SUSTENTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN SU CATALOGO O MANUAL DEL FABRICANTE.																																		
BIOMEDICAL CARE SYSTEMS S.A.C.		NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: A11 SECCIÓN ESPECÍFICA DE LA BASE, DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 39. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA DISPONIBLE EN TRANSDUCTOR LINEAL COMO MÍNIMO. LO CUAL SE SOLICITA EN LAS BASES.																																		
		NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: A12 SECCIÓN ESPECÍFICA DE LA BASE, DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 39. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA DISPONIBLE EN TRANSDUCTOR LINEAL COMO MÍNIMO. LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE																																		
		NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: B01 SECCIÓN ESPECÍFICA DE LA BASE, DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 35. EVIDENCIAMOS QUE PROPONEN UNA ANGULACIÓN DE 60° EL CUAL NO CUMPLE CON LA ANGULACIÓN NO MENOR A 80°. LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE																																		
		NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: B03 SECCIÓN ESPECÍFICA DE LA BASE; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N° 36. EVIDENCIAMOS QUE PROPONEN UN TRIADUCTOR CON EL RANGO DE 4-8MHZ EL CUAL NO CUMPLE CON 3.5 MHz A 12.0 MHz, LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE																																		
		NO CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA: C01 SECCIÓN ESPECÍFICA DE LA BASE; DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN REALIZADA, SEGÚN EL FOLIO N°28. EVIDENCIAMOS QUE NO SUSTENTA LOS MODOS B/B, B/M Y 4B LO CUAL SE SOLICITAN EN LA BASE																																		

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Téc. Nilton J. Chepe Rivera
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES