



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

ACTA DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 048-2024-INEN

(Contratación Directa aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 000215-2024-GG/INEN de fecha 17 de octubre de 2024)

"ADQUISICION DE LIGA CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MICRO PARA LAPAROSCOPIA"

En la ciudad de Lima, siendo el día 31 de octubre de 2024, se reunieron en la Oficina de Logística del INEN, sito en la Av. Angamos Este N° 2520 Surquillo, el Director Ejecutivo de la Oficina de Logística, Eco. Raúl Ronald Vásquez Matallana, el Jefe de la Unidad Funcional de Adquisiciones de la Oficina de Logística, CPC. Edwin José Araujo Valentín, el Coordinador de Licitaciones de la Oficina de Logística, Lic. Edwin Augusto Zumaeta Jauregui, el especialista en contrataciones de la Oficina de Logística a cargo del procedimiento de selección, Lic. Adm. Luis Alberto Mateo Ramos, con la finalidad de evaluar si la oferta presentada por el postor **GREYACK MEDICAL SAC**, con RUC N° **20549635726**, cumple con las características y condiciones establecidas en las bases para la "ADQUISICION DE LIGA CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MICRO PARA LAPAROSCOPIA", para el Departamento de Cirugía en Mamas y Tejidos Blandos, correspondiente a la Contratación Directa N° 048-2024-INEN.

Acto seguido, el Director Ejecutivo de la Oficina de Logística, dio cuenta que el postor **GREYACK MEDICAL SAC**, con RUC N° **20549635726**, invitado a participar de la convocatoria mediante Carta N° 1450-2024-OL-OGA/INEN, remitida el 24 de octubre de 2024, vía correo electrónico, el mismo que presentó su oferta en mesa de partes de la Oficina de Logística, dentro del plazo establecido en el calendario del procedimiento de selección.

En ese sentido, la Oficina de Logística, mediante Informe N° 007212-2024-UF-ADQ-OL-OGA/INEN de fecha 25 de octubre de 2024, solicitó al Director Ejecutivo del Departamento de Farmacia, en su calidad de área solicitante, brinde su opinión técnica sobre el Cumplimiento de la documentación presentada por el postor como parte de su oferta, de acuerdo con lo detallado en las Especificaciones Técnicas establecidas en las bases del procedimiento de selección.

En respuesta, el Director Ejecutivo del Departamento de Farmacia, emitió el Memorando N° 008317-2024-DF-DISAD-INEN de fecha 30 de octubre de 2024, como área solicitante en coordinación con el área especializada que cuenta con conocimiento técnico en el objeto de la contratación mediante el Informe N° 005486-2024-EF-AE-DF-DISAD/INEN, de fecha 29 de octubre de 2024, y el área usuaria con Memorando N° 000420-2024-DMTB-DICIR/INEN de fecha 29 de octubre de 2024, que corresponde a la evaluación de la oferta presentada por el postor **GREYACK MEDICAL SAC**, con RUC N° **20549635726**, manifestando que la oferta **CUMPLE** con las especificaciones técnicas solicitadas.

Por consiguiente, se verificó que la oferta del **GREYACK MEDICAL SAC**, con RUC N° **20549635726**, contenga la documentación de presentación obligatoria, señalada en el Numeral 2.2.1. del capítulo II de las Bases y demás condiciones establecidas en las mismas, de acuerdo al siguiente detalle:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

| Literal | DOCUMENTOS | GREYACK MEDICAL SAC | |
|---------|---|---------------------|-------|
| | | CUMPLE | FOLIO |
| a) | Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | SI | 03 |



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---|-----------------------------|---|----|---------|
| b) | <p>Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</p> <p>En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.</p> <p>En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.</p> | SI | 05 - 07 | | | | |
| c) | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) | SI | 08 | | | | |
| d) | Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 3) | SI | 10 | | | | |
| e) | Copia simple del rotulado de envase inmediato, mediato y del inserto, cuando corresponda, según lo autorizado en el registro sanitario. | SI | 19 - 25 | | | | |
| f) | <p>Copia simple de la folletería, instructivos, catálogos o similares, emitida por el fabricante que permita demostrar que los bienes cumplen con el "material" y las "Características Principales" contenidas en el Anexo N° 1 de las especificaciones técnicas.</p> <table border="1" data-bbox="256 1077 1209 1637"> <tr> <td data-bbox="256 1077 539 1173">Material</td> <td data-bbox="539 1077 1209 1173"> <p>- Requisitos de manipulación, transporte y almacenamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> TIPO Material del clip: Titanio Cartucho: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) Acabado: Libre de rebabas y/o aristas cortantes </td> </tr> <tr> <td data-bbox="256 1173 539 1637">Características principales</td> <td data-bbox="539 1173 1209 1637"> <p>Clips de titanio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Forma de chevron o "V" invertida El alambre del clip en forma acorazada con el fin de dar firmeza y control en la oclusión de vasos o conductos Presenta ranuras transversales en cada clip para ser resistente al deslizamiento en la oclusión de vasos o conductos. Presenta ranuras interna diseñada para reducir el corta de vasos o conductos en el momento de la aplicación Presenta una sección triangulada de clip maximizando el contacto de superficie del clip y de la mandíbula del aplicador, reduciendo la caída del clip durante la carga, manipulación y aplicación del clip. <p>Forma de cierre: distal-proximal</p> <p>Cartucho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta diseñado con resorte de Retención evitando la caída del clip Presenta cinta adhesiva en la parte inferior del cartucho para una mejor carga del clip. Cartucho (Blister) x 6 clips y 30 cartuchos (blister) por caja Color del cartucho: blanco Descartable Rango de oclusión: 2.2mm Función: oclusión de vasos y conductos. </td> </tr> </table> <p>Nota: Se aceptará carta, ficha u hoja técnica emitida por el fabricante, que permita demostrar que los bienes cumplen con el "material" y las "Características Principales" que no haya podido ser acreditada mediante la copia simple de la folletería, instructivos, catálogos o similares.</p> | Material | <p>- Requisitos de manipulación, transporte y almacenamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> TIPO Material del clip: Titanio Cartucho: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) Acabado: Libre de rebabas y/o aristas cortantes | Características principales | <p>Clips de titanio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Forma de chevron o "V" invertida El alambre del clip en forma acorazada con el fin de dar firmeza y control en la oclusión de vasos o conductos Presenta ranuras transversales en cada clip para ser resistente al deslizamiento en la oclusión de vasos o conductos. Presenta ranuras interna diseñada para reducir el corta de vasos o conductos en el momento de la aplicación Presenta una sección triangulada de clip maximizando el contacto de superficie del clip y de la mandíbula del aplicador, reduciendo la caída del clip durante la carga, manipulación y aplicación del clip. <p>Forma de cierre: distal-proximal</p> <p>Cartucho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta diseñado con resorte de Retención evitando la caída del clip Presenta cinta adhesiva en la parte inferior del cartucho para una mejor carga del clip. Cartucho (Blister) x 6 clips y 30 cartuchos (blister) por caja Color del cartucho: blanco Descartable Rango de oclusión: 2.2mm Función: oclusión de vasos y conductos. | SI | 12 - 18 |
| Material | <p>- Requisitos de manipulación, transporte y almacenamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> TIPO Material del clip: Titanio Cartucho: ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) Acabado: Libre de rebabas y/o aristas cortantes | | | | | | |
| Características principales | <p>Clips de titanio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Forma de chevron o "V" invertida El alambre del clip en forma acorazada con el fin de dar firmeza y control en la oclusión de vasos o conductos Presenta ranuras transversales en cada clip para ser resistente al deslizamiento en la oclusión de vasos o conductos. Presenta ranuras interna diseñada para reducir el corta de vasos o conductos en el momento de la aplicación Presenta una sección triangulada de clip maximizando el contacto de superficie del clip y de la mandíbula del aplicador, reduciendo la caída del clip durante la carga, manipulación y aplicación del clip. <p>Forma de cierre: distal-proximal</p> <p>Cartucho:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta diseñado con resorte de Retención evitando la caída del clip Presenta cinta adhesiva en la parte inferior del cartucho para una mejor carga del clip. Cartucho (Blister) x 6 clips y 30 cartuchos (blister) por caja Color del cartucho: blanco Descartable Rango de oclusión: 2.2mm Función: oclusión de vasos y conductos. | | | | | | |
| g) | <p>Copia simple del Registro Sanitario o Certificado del Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas-DIGEMID- como Autoridad Nacional de Medicamentos ANM del Ministerio de Salud-MINSA- según Legislación y Normatividad vigente.</p> <p>En caso que el Registro Sanitario se encuentre vencido, deberá adjuntar además copia de la solicitud de reinscripción del producto, presentada dentro del plazo de vigencia del registro</p> | SI | 50 - 52 | | | | |



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

| | | | |
|----|---|--------------------------|---------|
| | sanitario a reinscribir. | | |
| h) | Copia simple del Certificado de análisis o protocolo de análisis del bien ofertado, de acuerdo a la farmacopea vigente o metodología declarada en el Registro Sanitario del bien ofertado, según legislación y normatividad vigente. | SI | 53 - 54 |
| i) | <p>Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente o documento equivalente, que comprenda las áreas para la fabricación del dispositivo medico ofertado, emitido por la ANM o por la Autoridad Sanitario o entidad competente de los países de alta vigencia Sanitaria o de los países los cuales exista reconocimiento mutuo, según legislación y normativa vigente.</p> <p>Para el caso de los dispositivos médicos fabricados en el extranjero, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N °016-2017-SA, el postor deberá presentar documentación equivalente de solicitud de certificación BPM y estar comprendidos en el listado de laboratorios extranjeros pendientes de certificación en BPM emitido por la ANM.</p> <p>Para el caso de los certificados emitidos en el extranjero que no consignan fecha de vigencia, estos deben tener una antigüedad no mayor a dos (02) años contados a partir de la fecha de emisión.</p> <p>Cuando el producto que se oferta proviene de un país que NO es de alta vigilancia, el postor deberá presentar "Un documento que acredite el trámite de certificación BPM y que a la fecha de la presentación de su oferta no cuenta con opinión desfavorable de la ANM, acompañando de una solicitud pre calificación para la certificación del BPM; además el laboratorio fabricante debe estar incluido en el listado de Laboratorios Fabricantes del Extranjero pendientes de Certificación en BPM por parte de la ANM (DIGEMID), se debe presentar el certificado del BPM emitido por el país de origen del fabricante.</p> <p>Se aceptará el certificado de calidad Norma ISO 13485, Certificado de Comunidad Europea, Certificado FDA, otros documentos emitidos por la Autoridad competente del país de origen (de acuerdo al nivel de riesgo del dispositivo), como equivalente a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).</p> | SI | 55 - 64 |
| j) | <p>Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento BPA vigente, emitido por</p> <p>Para el caso que, el postor contratante el servicio de almacenamiento con un tercero, se deberá presentar el (BPA) de cada una de la empresa que brinda el servicio de almacenamiento, con copia del contrato que acredita el vínculo contractual entre las partes, además el BPA del postor otorgado por DIGEMID.</p> | SI | 65 |
| k) | Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) ¹ | SI | 66 |
| l) | <p>El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6).</p> <p>El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.</p> | SI (S/ 120,000.00) | 67 |

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | POSTOR |
|----------------------------|-----------------|---------------------|
| | | GREYACK MEDICAL SAC |
| A | CAPACIDAD LEGAL | |

En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

| | | |
|----------|--|--|
| | <p>HABILITACIÓN</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>Autorización Sanitaria de Funcionamiento</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia Simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento, así como los cambios, modificaciones o ampliaciones otorgadas al Establecimiento Farmacéutico, emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos sanitarios ANM o por la Autoridad Regional de Medicamento ARM de Ministerio de Salud MINSA, según corresponda.</p> | <p>CUMPLE FOLIO (72 – 73)</p> |
| <p>B</p> | <p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 360,000.00 (Trecientos sesenta mil con 00/100), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes DISPOSITIVOS MEDICOS EN GENERAL DE USO HUMANO.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago , correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 6 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> | <p>CUMPLE</p> <p>(Acredita un monto facturado equivalente a S/ 369,341.00 en bienes iguales y/o similares al objeto de la contratación)</p> <p>FOLIO: 74 - 129</p> |

Por consiguiente, teniendo en consideración lo expuesto en la presente acta, se ha verificado que la oferta presentada por el postor **GREYACK MEDICAL SAC, con RUC N° 20549635726**, contiene la documentación de presentación obligatoria requerida en las bases y cumple con los términos y condiciones establecidas en esta.

En tal sentido, de conformidad con lo establecido en la normativa materia de las Contrataciones, y siendo necesaria la publicación de la etapa de Adjudicación del procedimiento de selección **Contratación Directa N° 048-2024-INEN**, para la **"ADQUISICION DE LIGA CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MICRO PARA LAPAROSCOPIA"**, y luego de tener la opinión favorable del área usuaria respecto al cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, el




**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS
HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

órgano encargado de las contrataciones, acordó Adjudicar, al postor **GREYACK MEDICAL SAC**, con RUC N° **20549635726**, de acuerdo al siguiente detalle:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | POSTOR GANADOR | RUC | MONTO TOTAL ADJUDICADO |
|------|---|----------------------------------|-------------|--|
| 1 | ADQUISICION DE LIGA CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MICRO PARA LAPAROSCOPIA | MULTIMEDICAL GREYACK MEDICAL SAC | 20549635726 | S/ 120,000.00 (Ciento veinte mil con 00/100 soles) |

Seguidamente no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo más que tratar, se dio por finalizada la sesión.


ECO. RAÚL RONALD VÁSQUEZ MATALLANA
Director Ejecutivo de la Oficina de Logística


CPC. EDWIN JOSÉ ARAUJO VALENTÍN
Jefe de la Unidad Funcional de Adquisiciones


LIC. EDWIN AUGUSTO ZUMAETA JAUREGUI
Coordinador de Licitaciones de la Oficina de Logística


LIC. ADM. LUIS ALBERTO MATEO RAMOS
Especialista en Contrataciones de la Oficina de Logística