

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD
Nomenclatura :	AS-SM-103-2024-DIRSAPOL-UE 020-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DEL INSUMO DE LABORATORIO DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA), ANTI DNA NATIVO, ANTICITOPLASMA NEUTRÓFILO (ANCA), ANTI MUSCULO LISO (ASMA) POR INMUNOFLUORESCENCIA CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO Y PANEL DE ANTICUERPOS (Anti DNA-ds, Anti SM, Anti RNP, Anti SS-A (Anti-Ro), Anti SS-b (anti LA), PARA EL SERVICIO DE INMUNOBIOQUIMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (UNIDAD DE ALTA PRODUCCIÓN)

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	13:07:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se indica para los equipos: ¿Equipo no repotenciado con una antigüedad de fabricación menor a los 02 años como máximo¿. Asimismo, en la especificación del equipo de Inmunofluorescencia se requiere una antigüedad menor de 03 años.

Es importante recalcar que los factores que afectan el buen funcionamiento de los analizadores dependen en mayor medida del cumplimiento de los mantenimientos preventivos, así como el cumplimiento de las condiciones establecidas por el fabricante en su instalación independientemente del año de fabricación, en consecuencia, solicitamos pueda considerar Equipo no repotenciado con una antigüedad de fabricación menor a los 07 años como máximo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 1.9 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara indicando que (Sobre Los Equipos), es correcta su apreciación y a fin de proporcionar una información clara y coherente para que en todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, con ocasión de integración de Bases, descrito en el punto 12. Antigüedad de las características del equipo en cesión de uso del Capítulo III de las Bases (página 37), que DICE: Equipo entregado en cesión de uso por el proveedor deben de ser no repotenciados con una antigüedad menor de los tres (3) años de fabricación (Certificado, constancia o carta, del fabricante que consigne Fecha de fabricación); DEBE DECIR: Equipo entregado en cesión de uso por el proveedor deben de ser no repotenciado con una antigüedad de fabricación menor a los 07 años de fabricación (Certificado, constancia o carta, del fabricante que consigne Fecha de fabricación) como máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara indicando que (Sobre Los Equipos), es correcta su apreciación y a fin de proporcionar una información clara y coherente para que en todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, con ocasión de integración de Bases, descrito en el punto 12. Antigüedad de las características del equipo en cesión de uso del Capítulo III de las Bases (página 37), que DICE: Equipo entregado en cesión de uso por el proveedor deben de ser no repotenciados con una antigüedad menor de los tres (3) años de fabricación (Certificado, constancia o carta, del fabricante que consigne Fecha de fabricación); DEBE DECIR: Equipo entregado en cesión de uso por el proveedor deben de ser no repotenciado con una antigüedad de fabricación menor a los 07 años de fabricación (Certificado, constancia o carta, del fabricante que consigne Fecha de fabricación) como máximo.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-103-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DEL INSUMO DE LABORATORIO DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA), ANTI DNA NATIVO, ANTICITOPLASMA NEUTRÓFILO (ANCA), ANTI MUSCULO LISO (ASMA) POR INMUNOFLUORESCENCIA CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO Y PANEL DE ANTICUERPOS (Anti DNA-ds, Anti SM, Anti RNP, Anti SS-A (Anti-Ro), Anti SS-b (anti LA), PARA EL SERVICIO DE INMUNOBIOQUIMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (UNIDAD DE ALTA PRODUCCIÓN)

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	13:07:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según lo revisado notamos se solicita equipo principal y de reemplazo, sin embargo, al revisar el requerimiento anual, notamos que la demanda es muy baja para la instalación de 02 equipos, por lo que solicitamos pueda considerar la instalación de 01 solo equipo de Inmunofluorescencia.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: iii Literal: 1.9 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara indicando que, se precisa que la instalación del equipo de reemplazo será requerida únicamente en caso de que el equipo principal presente fallas o desperfectos en su funcionamiento, garantizando así la continuidad operativa y el cumplimiento de los estándares de calidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara indicando que, se precisa que la instalación del equipo de reemplazo será requerida únicamente en caso de que el equipo principal presente fallas o desperfectos en su funcionamiento, garantizando así la continuidad operativa y el cumplimiento de los estándares de calidad del servicio.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-103-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DEL INSUMO DE LABORATORIO DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA), ANTI DNA NATIVO, ANTICITOPLASMA NEUTRÓFILO (ANCA), ANTI MUSCULO LISO (ASMA) POR INMUNOFLUORESCENCIA CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO Y PANEL DE ANTICUERPOS (Anti DNA-ds, Anti SM, Anti RNP, Anti SS-A (Anti-Ro), Anti SS-b (anti LA), PARA EL SERVICIO DE INMUNOBIOQUIMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (UNIDAD DE ALTA PRODUCCIÓN)

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	13:07:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a los reactivos se solicita que sean listos para usar. Al respecto cabe mencionar que en el mercado de Diagnóstica existen diversas marcas de reactivos, asimismo dentro del kit presentan componentes (reactivos comunes) que necesitan dilución antes de su uso con el fin de garantizar buen performance del análisis. En ese sentido, solicitamos ampliar la participación de Reactivos listos para usar (opcional) con el fin de permitir la participación de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LOS REACTIVOS, Se clara indicando que, es correcta su apreciación y a fin de promover una mayor participación de proveedores en el proceso de contratación, precisa que se aceptará como opcional los reactivos listos para usar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOBRE LOS REACTIVOS, Se clara indicando que, es correcta su apreciación y a fin de promover una mayor participación de proveedores en el proceso de contratación, precisa que se aceptará como opcional los reactivos listos para usar.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD

Nomenclatura :AS-SM-103-2024-DIRSAPOL-UE 020-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DEL INSUMO DE LABORATORIO DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (ANA), ANTI DNA NATIVO, ANTICITOPLASMA NEUTRÓFILO (ANCA), ANTI MUSCULO LISO (ASMA) POR INMUNOFLUORESCENCIA CON EQUIPO DE CESIÓN DE USO Y PANEL DE ANTICUERPOS (Anti DNA-ds, Anti SM, Anti RNP, Anti SS-A (Anti-Ro), Anti SS-b (anti LA), PARA EL SERVICIO DE INMUNOBIOQUIMICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP. LNS (UNIDAD DE ALTA PRODUCCIÓN)

Ruc/código :	20611783508	Fecha de envío :	14/03/2025
Nombre o Razón social :	BIRO S.A.C.	Hora de envío :	13:07:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al equipo se solicita que presente Software de lectura e interpretación de resultados de Inmunofluorescencia con fotografías incorporadas. Al respecto cabe mencionar que el requerimiento anual no contempla una demanda alta de pruebas, por lo que solicitamos pueda aceptar un equipo que realice la carga de muestras hasta el montaje de láminas y la lectura se realice en un microscopio por separado que incluya una cámara y software de interpretación de resultados.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: iii Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO AL EQUIPO: Se aclara indicando que, también aceptará un equipo que permita la carga de muestras hasta el montaje de láminas, complementado con un microscopio por separado que incluya una cámara y software de interpretación de resultados, siempre que cumpla con los requisitos técnicos esenciales establecidos en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RESPECTO AL EQUIPO: Se aclara indicando que, también aceptará un equipo que permita la carga de muestras hasta el montaje de láminas, complementado con un microscopio por separado que incluya una cámara y software de interpretación de resultados, siempre que cumpla con los requisitos técnicos esenciales establecidos en las bases.