

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:07:40

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Las bases indica:

c) Certificado de Análisis del producto terminado (protocolo de Análisis) del Dispositivo Médico, el cual deberá corresponder al lote del producto que el postor internará, en caso de salir adjudicado.

El requerimiento de solicitar en la presentación de ofertas los Certificados de análisis del lote que se debe internar, en caso de ser adjudicados, afecta a los postores porque obliga a contar con un stock inamovible, sin poder comercializar, o importar de fábrica el lote del producto del certificado de análisis que se presentará en la oferta, sin tener certeza si serán adjudicados con la buena pro; lo cual vulnera los principios de libre concurrencia, eficacia y eficiencia.

Por lo expuesto, se solicita al Comité de Selección que el Certificado de Análisis sea presentado al momento del internamiento de los bienes en el almacén de la Entidad en caso de ser adjudicado con la buena Pro.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** c)    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a) y f) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE ACOGE, TAMBIEN SE ACEPTARA LA VARIACION DEL NUMERO DEL LOTE AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO ACREDITADO CON EL CERTIFICADO DE ANALISIS CORRESPONDIENTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACEPTARA LA VARIACION DEL NUMERO DEL LOTE AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO ACREDITADO CON EL CERTIFICADO DE ANALISIS CORRESPONDIENTE.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:07:40

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Las Bases Indica:

**13. PLAZO DE ENTREGA**

Los plazos de entrega para el dispositivo médico como máximo:

Para la primera entrega, hasta lo diez (10) días calendarios contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Teniendo en cuenta que el personal del almacén no recepciona los bienes si no se adjunta la orden de compra, documento que ellos consideran obligatorio para el internamiento de los bienes, solicitamos al Comité de Selección que el plazo de entrega para la PRIMERA ENTREGA sea contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 13.    **Literal:** 13.    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a), b) y f) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE ACOGE, EL PLAZO DE ENTREGA SERA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL PLAZO DE ENTREGA SERA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:07:40

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Las Bases indica:

#### 11. DEL CONTROL POSTERIOR

Al respecto, deseamos precisar que, según el Artículo 168° del D.S. 016-2011-S.A. del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, la cantidad de muestra para análisis de control de calidad será de acuerdo a lo establecido en la Tabla de Requerimiento para tamaño de muestra para análisis de control de calidad, aprobada por el Centro Nacional de Control la misma que se publica en el portal web de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Y mediante RD N° 001-2020-CNCC/INS se listan las pruebas o ensayos mínimos a realizar y la cantidad a muestrear por tipo de ensayo. Al respecto precisamos que, este listado de ensayos no incluye los dispositivos médicos objeto del presente procedimiento.

Asimismo, de acuerdo con el Artículo 73° del D.S. 014-2011 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, en donde se describe la cantidad de muestras de retención para realizar un examen completo, se exceptúan los dispositivos médicos de elevada complejidad, lo cual es congruente a las disposiciones del Centro Nacional de Control mencionadas anteriormente.

Por último, deseamos precisar que la calidad del dispositivo médico se ve reflejado en los certificados de calidad (certificados de análisis, entre otros) que serán presentados en el momento de la entrega del producto a la entidad, en caso de ser adjudicados con la buena pro.

En razón de lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección excluir de las Bases el Control Posterior para los bienes solicitados en el presente Procedimiento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 11.    **Literal:** 11.    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a), c) y f) Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, D.S. 016-2011-S.A.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: NO SE ACOGE, YA QUE ES REQUISITO OBLIGATORIO AL MOMENTO DE LA RECEPCION REALIZAR LA VERIFICACION CORRESPONDIENTE DEL BIEN AL ALMACEN, POR LO TANTO SE MANTENDRA EL NUMERAL 11.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:35:25

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

7. Vigencia de Producto  
03 años

De la revision de las Especificaciones Tecnicas, la vigencia del producto solicitada es de 3 años.

En ese sentido, se solicita al comité de selección que por la naturaleza del producto solicitado y al ser un producto derivado del hueso humano considere la vigencia desde 18 meses a 2 años.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 39    **Literal:** 3.1    **Página:** 3.1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a) c) y f) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE CONSIDERARA COMO VIGENCIA MINIMA DESDE 18 MESES A MAS AL MOMENTO DE LA RECEPCION DEL BIEN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARA COMO VIGENCIA MINIMA DESDE 18 MESES A MAS AL MOMENTO DE LA RECEPCION DEL BIEN

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:40:24

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

NOMBRE: Injerto Oseo Homologo de Iliaco (PUTTY)

7. Vigencia de Producto

03 años

De la revisión de las Especificaciones Técnicas, la vigencia del producto solicitada es de 3 años.

En ese sentido, se solicita al comité de selección que por la naturaleza del producto solicitado y al ser un producto derivado del hueso humano considere la vigencia desde 18 meses a 24 meses.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 3.1    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literales a) c) y f) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE CONSIDERARA COMO VIGENCIA MINIMA DESDE 18 MESES A MAS, AL MOMENTO DE LA RECEPCION DEL BIEN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARA COMO VIGENCIA MINIMA DESDE 18 MESES A MAS AL MOMENTO DE LA RECEPCION DEL BIEN

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Para dispositivos médicos importados:  
c) Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis) del dispositivo médico  
Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad, en el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en las normas específicas de calidad de reconocimiento internacional. Cuando se haga mención a protocolo de análisis se refiere a certificado de análisis, el cual deberá corresponder al lote del producto que el postor internará, en caso de ser adjudicado.

**OBSERVACIÓN:**

Teniendo en cuenta que el documento solicitado en el párrafo anterior, es emitido por el laboratorio fabricante, este no siempre tiene la denominación de ¿Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis¿, por el contrario, emiten Certificado o Declaratoria de Conformidad y/o Cumplimiento, a través de los cuales sustentan que los dispositivos médicos, cumplen con las exigencias contempladas en las normas específicas de calidad de reconocimiento internacional.

Por lo expuesto, a fin de no limitar la participación de postores, solicitamos que acepte también las denominaciones Certificado o Declaratoria de Conformidad y/o Cumplimiento, los cuales son reconocidos por DIGEMID, para la obtención del registro sanitario y aprobación de la comercialización de los dispositivos médicos.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 25**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE ACOGE, SE ACEPTARA TODO CERTIFICADO O DECLARATORIA DE CONFORMIDAD Y/O CUMPLIMIENTO RECONOCIDO POR DIGEMID

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACEPTARA TODO CERTIFICADO O DECLARATORIA DE CONFORMIDAD Y/O CUMPLIMIENTO RECONOCIDO POR DIGEMID

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Para dispositivos médicos importados:  
c) Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis) del dispositivo médico  
Cuando se haga mención a protocolo de análisis se refiere a certificado de análisis, el cual deberá corresponder al lote del producto que el postor internará, en caso de ser adjudicado.

**OBSERVACIÓN:**  
Al no tener la certeza de contar con la buena pro y/o este acto se prolonga por demasiado tiempo (caso de la LP N° 27-2021-RPA-1), no es posible mantener el stock de un lote determinado, este requerimiento contraviene con los principios de las contrataciones del estado. A fin de evitar formalidades costosas e innecesarias; solicitamos, el retiro de dicha condición de las Bases administrativas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: NO SE ACOGE, SE DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO DE ANALISIS DEL LOTE DEL MATERIAL QUE EL POSTOR INTERNARA EN EL MOMENTO DE LA BUENA PRO, ASIMISMO PARA LAS SIGUIENTES ENTREGAS SE ACEPTARA EL CERTIFICADO DE ANALISIS DE UN LOTE DISTINTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

) Ficha Técnica del producto (copia simple)  
El nombre y la descripción del producto deben ser congruentes con lo solicitado por EsSalud según el Cuadro de Requerimiento. Entre otros, también debe figurar el nombre del producto según su Registro Sanitario. Debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas señaladas por la entidad e indicar las Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o propias de calidad, según corresponda, mediante las cuales se pueda comprobar, el cumplimiento de las mismas.

Sin embargo, para demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por EsSalud, no siempre se puede sustentar con las ¿Normas Técnicas Nacionales, Internacionales y/o Propias de calidad¿, ello también se puede sustentar con la Folletería y/o Manual de Instrucciones de Uso y/o Catálogo y/o Inserto y/u otro documento técnico similares emitido por el fabricante, además del Registro Sanitario, Protocolo de Análisis (de ser el caso) y Carta emitida por el fabricante.

**OBSERVACIÓN**

Por lo que solicitamos, que para el sustento de las Especificaciones Técnicas se considere también en el Ficha técnica, el folio de la Folletería, Manual de Instrucciones de Uso, Catálogo, fotos, Registro Sanitario, Certificado y/o Protocolo de Análisis y/o Cumplimiento, Carta emitida por el fabricante y otro documento técnico similares emitidos por el fabricante, según sea el caso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 25  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: Se debe señalar que, la documentación para acreditar las especificaciones técnicas son todo documento emitido por el fabricante y/o fabricante legal y/o Dueño de la marca, incluso de la filial del fabricante instalada en el Perú, indistintamente de la denominación que le asignen a dichos documentos, llámese folleto, catalogo, brochure, inserto, manual de usuario, manual de servicio, ficha técnica, carta aclaratoria, carta declarativa, por lo que en el Formato 03 se debiera indicar la norma utilizada para la comprobacion de las Características, Material, Dimensiones y Medidas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

8. DOCUMENTOS TÉCNICOS:

f) Folletería / Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple)

La folletería contiene literatura y/o gráficos relacionados con el dispositivo médico. Y el manual de instrucciones de uso inserto debe cumplir con el Artículo 140° del Reglamento de Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios aprobados mediante DS N° 016-2011-SA, sobre información que debe contener el manual de Instrucciones de uso o inserto, cuando corresponda.

#### OBSERVACIÓN

Solicitamos, nos confirme que también aceptará la presentación de la Folletería y/o Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple) y/o Informe Técnico y/o similar presentado y aprobado por DIGEMID para la obtención del registro sanitario del producto a ofertar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE ACEPTARA FOLLETERIA Y/O MANUAL APROBADO POR DIGEMID

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACEPTARA FOLLETERIA Y/O MANUAL APROBADO POR DIGEMID

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 02. Especificaciones técnicas del ítem

Ítem N° 1. Cuchilla craneal ¿ Código SAP 20200490

1. TIPO DE MATERIAL:

Fungible

OBSERVACIÓN

Solicitamos, nos confirmen que el tipo de material: FUNGIBLE, se refiere a que el material médico es de UN SOLO USO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** CAP. III                    **Literal:** 3.1                    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE PRECISA, QUE FUNGIBLE SIGNIFICA QUE SE CONSUME CON EL USO, NO NECESARIAMENTE DE UN SOLO USO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 02. Especificaciones técnicas del ítem

Ítem N° 1. Cuchilla craneal ¿ Código SAP 20200490

3. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

Acero quirúrgico

OBSERVACIÓN

Entendemos que el ¿Acero quirúrgico¿ es el ACERO INOXIDABLE, con el que se fabrica instrumentales quirúrgicos como: pinzas, bisturí, escalpelos, tijeras, pinzas, etc.; y precisamente tomó el nombre por el uso quirúrgico que generalmente se le da.

Sin embargo, a fin de que la información proporcionada en las EETT sea clara y coherente, solicitamos respetuosamente precisen, que también aceptaran, como composición del producto, el ACERO INOXIDABLE.

3. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

ACERO QUIRÚRGICO O ACERO INOXIDABLE.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE ACOGE LA OBSERVACION, SE CONSIDERARA EN LAS BASES INTEGRADAS ACERO QUIRURGUCO / ACERO INOXIDABLE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(¿) 3. COMPOSICION DEL PRODUCTO

ACERO QUIRURGICO O ACERO INOXIDABLE

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 02. Especificaciones técnicas del ítem

Ítem N° 1. Cuchilla craneal ¿ Código SAP 20200490

9. INDICAR VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Última generación, uso diario frecuente.

**OBSERVACIÓN**

Solicitamos al Comité, nos aclare que en esta especificación técnica, hace referencia a que el material médico es de UN SOLO USO y USO DIARIO FRECUENTE.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE PRECISA, QUE NO ES NECESARIAMENTE DE UN SOLO USO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 02. Especificaciones técnicas del ítem

Ítem N° 1. Cuchilla craneal ¿ Código SAP 20200490

Según las especificaciones técnicas del producto que solicitan cuchillas craneales para ¿Craneótomo Eléctrico¿.

**OBSERVACIÓN:**

Solicitamos, nos precise que las Cuchillas Craneales que requieren serán para el equipo Craneótomo Eléctrico de la marca ADEOR que cuenta el Servicio de Neurotraumatología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** CAP. III                    **Literal:** 3.1                    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE PRECISA QUE, SI ES LA MARCA ADEOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 02. Especificaciones técnicas del ítem

Ítem N° 5. Injerto óseo homólogo de iliaco (Putty) ¿ Código SAP 20101187

2. TIPO DE EMPAQUE O ENVASE

\* Foil de aluminio, sobre de Tyvek, triple empaque, bolsa de plástico grado médico y caja de cartón externa.

**OBSERVACIÓN:**

De la presentación del empaque o envase del material médico que solicitan, este está dirigido a una sola marca.

En tal sentido, y con el propósito de fomentar la pluralidad de postores, solicitamos, nos confirme que también aceptarán la PRESENTACIÓN de acuerdo a lo aprobado por DIGEMID para la obtención del registro sanitario del producto a ofertar.

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** CAP. III      **Literal:** 3.1      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE ACEPTARA LA FORMA DE PRESENTACION DEL POSTOR DE ACUERDO A LO APROBADO POR DIGEMID

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACEPTARA LA FORMA DE PRESENTACION DEL POSTOR DE ACUERDO A LO APROBADO POR DIGEMID

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 02. Especificaciones técnicas del ítem

Ítem N° 5. Injerto óseo homólogo de iliaco (Putty) ¿ Código SAP 20101187

3. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

\* Hueso esponjoso desmineralizado en masilla

Se observa que, en el TIPO DE MATERIAL que solicitan para el Ítem 5, este es: HUESO ESPONJOSO EN CHIPS. Sin embargo, en la composición se describe: ¿HUESO ESPONJOSO DESMINERALIZADO EN MASILLA¿.

**OBSERVACIÓN:**

En arreglo a los principio que rigen las contrataciones del estado, que indica que las entidades deben proporcionar la información clara y coherente, garantizando la libertad de concurrencia. Solicitamos, nos confirme que la composición del material médico del ítem 5, es HUESO ESPONJOSO EN CHIPS.

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** CAP. III      **Literal:** 3.1      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE SOLICITAN DOS TIPOS DE INJERTO DE HUESO, EL ITEM N°5 INJERTO OSEO EN PASTA DE 5CC (PUTTY) Y EL ITEM N°6 INJERTO OSEO ESPONJOSO DE 15CC (CHIPS), POR LO TANTO SE CORREGIRA CON MOTIVO DE BASES INTEGRADAS EL TIPO DE MATERIAL DEL ITEM N°5

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 02. Especificaciones técnicas del ítem

Ítem N° 5. Injerto óseo homólogo de iliaco (Putty) ¿ Código SAP 20101187

5. TIPO DE ESTERILIZACIÓN O LA PERTENENCIA DEL MISMO

\* Viene estéril (Esterilizado con rayos gamma 10/15)

**OBSERVACIÓN:**

En arreglo a los principios que rigen las contrataciones del estado, para fomentar la pluralidad de postores; solicitamos, nos confirme que aceptaran también el tipo de esterilización, de acuerdo a lo que se indica el Certificado de Análisis o Cumplimiento del material médico a ofertar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** CAP. III                    **Literal:** 3.1                    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTARA TIPO DE ESTERILIZACION SEGÚN CERTIFICADO DE ANALISIS DEL MATERIAL MEDICO A OFERTAR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACEPTARA TIPO DE ESTERILIZACION SEGÚN CERTIFICADO DE ANALISIS DEL MATERIAL MEDICO A OFERTAR.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 02. Especificaciones técnicas del ítem

Ítem N° 5. Injerto óseo homólogo de iliaco (Putty) ¿ Código SAP 20101187

7. INDICAR VIGENCIA DEL PRODUCTO

\* 03 años

Se observa que en las especificaciones técnicas del Ítem N° 5. Injerto óseo homólogo de iliaco (Putty) ¿ Código SAP 20101187, indica como vigencia del producto: 03 años. Sin embargo, en el punto 9. VIGENCIA MÍNIMA DEL PRODUCTO del 3.1 Especificaciones técnicas, se menciona: ¿La vigencia mínima para el dispositivo médico deberá ser igual o mayor a dieciocho (18) meses al momento de su(s) fecha(s) de entrega en los almacenes de la Entidad adquirente.

**OBSERVACIÓN:**

En arreglo a los principios que rigen las contrataciones del estado, para fomentar la pluralidad de postores; solicitamos, nos confirme que la vigencia del Ítem N° 5. Injerto óseo homólogo de iliaco (Putty) ¿ Código SAP 20101187, será igual o mayor a dieciocho (18) meses al momento de su(s) fecha(s) de entrega en los almacenes de la Entidad adquirente.

**Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 39**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE PRECISA, QUE LA VIGENCIA PARA EL ITEM N°5 Y PARA LOS DEMAS ITEMS EN GENERAL ES IGUAL O MAYOR A 18 MESES AL MOMENTO DEL INTERNAMIENTO AL ALMACEN

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 02. Especificaciones técnicas del ítem

Ítem N° 6. Injerto ósea esponjoso ¿ Código SAP 20102339

DIMENSIONES,

Presentación

Envase contiene:

- Cuñas de hueso esponjoso de 6mm a 14mm de altura
- Astillas de 5cc, 7cc, 10cc, 15cc, 20cc, 30cc, 45cc.
- Bloque espinal lumbar 30x20x20mm, 10x20x20mm.
- Bloque espinal cervical 40x10x10mm, 5x8x10mm, 6x8x10mm, 7x8x10mm.

**OBSERVACIÓN:**

Nuestra representada cuenta con el producto Optium Putty (masilla) de 5cc; ante tantas alternativas de presentación que figura en las especificaciones técnicas del ítem en mención; solicitamos, nos precise que el producto para el ítem N° 5, sea ¿Injerto óseo desmineralizado, frasco de 5cc¿.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE SOLICITAN DOS TIPOS DE INJERTO DE HUESO, EL ITEM N°5 INJERTO OSEO EN PASTA DE 5CC (PUTTY) Y EL ITEM N°6 INJERTO OSEO ESPONJOSO DE 15CC (CHIPS).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 02. Especificaciones técnicas del ítem

ÍTEM N° 3. ESPACIADOR INTERVERTEBRAL LUMBAR ANCHO 8 MM, LONGITUD 22 MM, ALTURA 11 MM ¿ CÓDIGO SAP 20402512

MATERIAL:

\* Condición biológica: Aséptico

**OBSERVACIÓN:**

Con la finalidad de propiciar mayor participación de postores, solicitamos se sirvan ampliar las EETT y también aceptar, espaciadores intervertebrales lumbares estériles, con lo que suprimen las esterilizaciones interativas en autoclave, mejorando los tiempos en la intervención quirúrgica.

MATERIAL

Condición biológica: aséptico O estériles.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos                    **Numeral:** CAP. III                    **Literal:** 3.1                    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE ACOGE LA OBSERVACION, SE CONSIDERARA EN LAS BASES INTEGRADAS ASEPTICO O ESTERILES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CONSIDERARA EN LAS BASES INTEGRADAS: ASEPTICO O ESTERILES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

ÍTEM N° 3. ESPACIADOR INTERVERTEBRAL LUMBAR ANCHO 8 MM, LONGITUD 22 MM, ALTURA 11 MM ¿ CÓDIGO SAP 20402512

10. DE LA PRESENTACIÓN:

\* Que garantice las propiedades físicas, condición biológica e integridad del dispositivo médico ante el almacenamiento, transporte o distribución.

\* Exento de rebabas, rebabas y aristas cortantes.

**OBSERVACIÓN:**

Nuestro producto cuenta con empaques mediano e inmediato que cumplen con lo dispuesto en los artículos 137, 138 y 149 del D.S. 016-2011-MINSA y sus modificatorias, empaque que ha sido autorizado por la DIGEMID, para su comercialización a través del Registro Sanitario N° DM15892E.

Por lo tanto, solicitamos ampliar las EETT y aceptar también nuestro empaque, como sigue:

ESTERIL, Caja de cartón conteniendo una bolsa OPA/PE (15% de Poliamida Orientada/Nylon y 75% Polietileno) que contiene otra bolsa OPA/PE conteniendo 01 dispositivo

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Anexos    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE: Art. 2°. Numerales: a, b, e

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: SE ACOGE LA OBSERVACION, SE ACEPTARA "ESTERIL, Caja de cartón conteniendo una bolsa OPA/PE (15% de Poliamida Orientada/Nylon y 75% Polietileno) que contiene otra bolsa OPA/PE conteniendo 01 dispositivo"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACEPTARA "ESTERIL, Caja de cartón conteniendo una bolsa OPA/PE (15% de Poliamida Orientada/Nylon y 75% Polietileno) que contiene otra bolsa OPA/PE conteniendo 01 dispositivo"



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-7-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROTRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN

Ruc/código :	20516920123	Fecha de envío :	19/04/2023
Nombre o Razón social :	SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L.	Hora de envío :	18:02:34

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Anexo N° 02. Especificaciones técnicas del ítem

Ítem N° 4. Funda estéril para microscopio

**CONSULTA:**

Es por ello que solicitamos al Comité de Selección, nos conforme que las fundas estériles que se requieren en el presente proceso serán para el equipo Microscopio Quirúrgico marca Leica.

Solicitamos, nos precise que las Funda estéril para microscopio que requieren serán para el equipo Microscopio Quirúrgico Neurocirugía de la marca LEICA, que cuenta el Servicio de Neurotraumatología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Anexos    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCIÓN A LA NOTA N°800 SNTyC-DPTONC-RAA-ESSALUD-2023 REMITIDA POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COLEGIADO MANIFIESTA: ES DE LA MARCA LEICA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null