

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-HGJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO - PAQUIMETRO ULTRASONICO PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	04/07/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	17:17:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

B07. UNA (01) SONDA RECTA DE 10 MHZ COMO MINIMO.

SEÑORES DEL COMITE ACLARAR LA CANTIDAD DE SONDAS SOLICITADAS, YA QUE TANTO EN EL NUMERAL B07 Y B13 SOLICITAN UNA (01) SONDA DE 10 MHZ

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPIII **Literal:** 6.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 a), c) y f) LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Lo requerido en la especificación técnica B07 UNA (01) SONDA RECTA DE 10 MHz COMO MINIMO, es para Paquimetría y lo requerido en la especificación técnica B13 UNA (01) SONDA DE 10 MHz, es para Biometría

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null