



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE **MEGANTONI**

ÓRGANO ENCARGADO DE LA CONTRATACIONES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 110-2022-OEC-MDM/LC– SEGUNDA CONVOCATORIA

En la Comunidad Nativa de Camisea, a las **10:30 horas del 25 de enero del año 2024**, en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Megantoni, se reunió el representante del Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de la preparación, conducción, realización y hasta su culminación del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N° 110-2022-OEC-MDM/LC – Primera Convocatoria**, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA GINECOLOGÍA OBSTÉTRICA PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO ECHARATE – LA CONVENCION – CUSCO”**, se reúne a fin de efectuar la admisión, evaluación y calificación de ofertas del presente procedimiento de selección.

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

El Órgano Encargado de las Contrataciones da inicio a la presente sesión informando que, de acuerdo con el cronograma del procedimiento de selección, se ha verificado en la Plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE administrado por el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, la relación de participantes registrados, siendo:



N°	RUC/ Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
01	10477441012	GAYOSO SURCO ELOY HALMENTON	14/12/2023	Válido
02	20101337261	ROCA S.A.C.	14/12/2023	Válido
03	20556514004	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	15/12/2023	Válido
04	20603346344	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	15/12/2023	Válido
05	20603460554	CF DISMED S.A.C.	19/01/2024	Válido
06	20604404291	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	18/12/2023	Válido
07	20606042044	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	15/12/2023	Válido

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Luego de haberse verificado el registro de participantes, en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, el Órgano Encargado de las Contrataciones informa que, según el reporte de la plataforma del SEACE, los participantes que presentaron sus ofertas fueron los siguientes:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MEGANTONI
ÓRGANO ENCARGADO DE LA CONTRATACIONES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



N°	RUC/ Código	Nombre o Razón Social	Fecha de Presentación de Oferta	Estado de la Propuesta	Estado
01	20603346344	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	24/01/2024	Enviado	Valido
02	20603460554	CF DISMED S.A.C.	24/01/2024	Enviado	Valido

Acto seguido el Órgano Encargado de las Contrataciones solicita al área usuaria apoyo para verificar, evaluar y validar las características técnicas de los bienes presentadas en las ofertas de los postores. Este acto se realiza en concordancia con lo establecido en el numeral 32.6 del artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se establece que *"El órgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad"*.

Se suspende la etapa de admisión, evaluación y calificación de ofertas, siendo las **11:30 horas del mismo día, mes y año**, dándose por concluido este acto y firmándose en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



.....
Teodor Rimache Velasque
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MEGANTONI
ÓRGANO ENCARGADO DE LA CONTRATACIONES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 110-2022-OEC-MDM/LC–
SEGUNDA CONVOCATORIA

En la Comunidad Nativa de Camisea, a las 17:30 horas del 01 de febrero del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Megantoni, se reunió el representante del Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de la preparación, conducción, realización y hasta su culminación del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N° 110-2022-OEC-MDM/LC – Primera Convocatoria**, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA GINECOLOGÍA OBSTÉTRICA PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO ECHARATE – LA CONVENCIÓN – CUSCO”**, se reúne a fin de dar continuidad con la admisión, evaluación y calificación de ofertas del presente procedimiento de selección.

Se da continuidad con las etapas correspondientes luego de que el área usuaria emitirá su respuesta de a ver verificado, evaluado y validado las características técnicas, a la los documentos presentados como parte del cumplimiento del acápite e) de la documentación para la admisión de las ofertas.



I. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

A continuación, el Órgano Encargado de las Contrataciones procede a revisar y/o verificar la presentación de los documentos de presentación obligatoria y en estricta aplicación del numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; cabe precisar, en caso de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDO, obteniendo el siguiente resultado:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta	POSTOR	
	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	CF DISMED S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (...)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e) Adjuntar hoja de presentación de los bienes indicando marca, modelo, procedencia, y adjuntar ficha técnica y/o folleto y/o manuales y/o catálogos y/o brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante y/o dueño de la marca y/o subsidiaria local en el Perú. Los	SI CUMPLE	NO CUMPLE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

ÓRGANO ENCARGADO DE LA CONTRATACIONES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



documentos presentados deber de contener cada uno de las características técnicas de acuerdo al acápite 6.2. Características Técnicas, contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		
f) Adjuntar Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario de los bienes ofertados, vigentes a la fecha de presentación de propuestas, expedido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Dispositivos (DIGEMID) a nombre del postor o de terceros, que describa los productos ofertados. En caso que el producto no se encuentre en el Listado de Productos de la Clasificación de Insumos, Instrumental y Equipo de uso Médico, Quirúrgico u Odontológico, contenido en el Decreto Supremo 016-2011-SA, el postor deberá presentar copia simple de la Certificación de DIGEMID realizado a través de la Web, que sustente que no requiere de registro sanitario y donde se describa al producto o dispositivo con una denominación que no debe inducir a error en cuanto a la composición, indicaciones o propiedades.	SI CUMPLE (Adjunta Resolución Directoral emitido por DIGEMID para los bienes ofertados, excepto para el bien mesa de partos, para el cual adjunta copia de la relación de los productos no sujetas a otorgamiento de registro sanitario)	SI CUMPLE (Adjunta Resolución Directoral emitido por DIGEMID para los bienes ofertados, excepto para el bien mesa de partos, para el cual adjunta copia de la relación de los productos no sujetas a otorgamiento de registro sanitario)
g) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA), vigente.	SI CUMPLE (Adjunta Certificado N° 814-2021)	NO CUMPLE
h) Declaración jurada de plazo de entrega . (Anexo N° 4).	SI CUMPLE	SI CUMPLE
i) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, (..). (Anexo N° 5)	N/C	N/C
j) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RESULTADO FINAL	ADMITIDO	NO ADMITIDO (*)



Se considera NO ADMITIDA la oferta del postor CF DISMED S.A.C., debido de la evaluación hecha por el área usuaria concluye que no cumple las características técnicas los bienes ofertados conforme lo solicitado en las bases integradas. (se adjunta como anexo la evaluación hecha). Por otra parte, el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento presentado por el postor en el folio 70, a la fecha no se encuentra vigente, ya que en dicho documento precisa que es válido a partir del 19 de agosto del 2019 hasta el 19 de agosto del 2022. Pero en las bases integradas del procedimiento de selección se estableció que dicho certificado debe ser vigente, en ese contexto se considera no valido el documento presentado.

II. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

El Órgano Encargado de las Contrataciones procede a la evaluación de las ofertas admitidas, con el objetivo de determinar el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, en concordancia con el artículo 74 del Reglamento antes acotado, se obtiene el resultado:

POSTORES	RESULTADO DE EVALUACIÓN				PUNTAJE TOTAL	REMYPE (5%)	PUNTAJE FINAL	ORDEN DE PRELACIÓN
	A. Precio	Puntaje	E. Disponibilidad de Servicios y Repuestos	Puntaje				
SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	S/ 476,000.00	90.00	PRESENTA	5.00	95.00	4.75	99.75	1ro



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MEGANTONI**
ÓRGANO ENCARGADO DE LA CONTRATACIONES

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



III. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Acto seguido, el Órgano Encargado de las Contrataciones da continuidad conforme lo establecido en el artículo 75 del Reglamento antes acotado, procediendo a calificar a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	POSTORES
	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.
A. CAPACIDAD LEGAL HABILITACIÓN <i>Autorización sanitaria de funcionamiento emitido por la DIGEMID, vigente.</i>	CUMPLE <i>(Adjunta Resolución Directoral N° 3628-2020/DIGEMID/DIGER)</i>
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD <i>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,000,000.00 (Un millón con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</i> <i>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 100,000.00 (Cien mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</i> • Se consideran bienes similares a los siguientes: EQUIPO BIOMÉDICOS EN GENERAL	CUMPLE <i>(Adjunta Factura Electrónica y su reporte de estado de cuenta)</i>
C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE <i>Experiencia mínima de 02 años en instalación y/o implementación y/o mantenimiento de equipos biomédicos del personal clave requerido como responsable de la instalación y mantenimiento.</i>	CUMPLE
RESULTADO	CALIFICA

Conforme lo señalado en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta del postor SAINT INDUSTRY E.I.R.L. cumple con los requisitos de calificación; por lo tanto, se considera su oferta como **CALIFICADA**.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las **18:30 horas del mismo día, mes y año**, dándose por concluido este acto, firmándose en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Teodor Rimache Velasque
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!

La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

INFORME N° 0713-2024-MDM-GIDT/OODF-G


A : C.P.C SILVIA YOBANA LLANO MAMANI
Jefa de la Oficina General de Administración

DE : ING. OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial

ASUNTO : REMITO EVALUACION TECNICA DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS N°110-2022-OEC-MDM/LC-2.

REFERENCIA : INFORME N° 041-2024-MDM-GIDT-RO/MTQ.

FECHA : Megantoni, 01 de febrero de 2024.




Mediante el presente es grato dirigirme a usted para hacerle llegar un cordial saludo, y a la vez, remitir evaluación técnica de propuestas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°110-2022-OEC-MDM/LC-2, por la ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL AREA DE GINECOLOGIA OBSTETRICA correspondiente al proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI-LA CONVENCION-CUSCO", evaluado por el especialista en equipamiento Ing. Aldo Talledo Blest, por lo que se remite a su despacho para su evaluación y proseguir con el trámite administrativo correspondiente.

Esperando la atención oportuna al presente, me suscribo de usted reiterando muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
ING. OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES
C.P.S. 10
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO TERRITORIAL



CC.
ARCH.
DMZ
AMYSH

www.munimegantoni.gob.pe

MuniMegantoni





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



¡Juntos por el gran cambio!

La Convención - Cusco

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho".

INFORME N° 041-2024-MDM-GIDT-RO/MTQ



A : ING. OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL...

C.C. : ING. MARIO CESAR BUSTILLOS TEJADA
INSPECTOR DE OBRA.

DE : ING. MEBIS TUDELANO QUISPE
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : REMITO EVALUACION TECNICA DE PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN AS N°110-2022-OEC-MDM/LC-2 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AEL
AREA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA

REFERENCIA : CARTA N°009-ATB-2024
INFORME N°0426-2024-MDM-OGA-OA-TRV.
EJECUCIÓN DE OBRA. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO
URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCION -CUSCO"

FECHA : Camisea, 01 de febrero del 2024

Por medio del presente tengo a bien dirigirme a usted, para saludarle y al mismo tiempo remitir la **evaluación técnica de propuestas** del procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°110-2022-OEC-MDM/LC-2** cuyo objeto de contratación es **ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL AREA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA**, evaluado por el especialista en equipamiento biomédico contratado con orden de servicio N°2186-2023 correspondiente al contratista Ing. Aldo Talledo Blest, para el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCION -CUSCO" con Sec. Fun. N°0238 de la evaluación realizada por el especialista indica que una de las propuestas del participante cumple con las especificaciones técnicas mínimas del requerimiento;

Adjunto:

Carta N°09-ATB-2024

Esperando que la presente merezca su atención aprovecho la oportunidad para expresarle mi estima personal, sin otro particular me suscribo de Ud.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Ing. Mebis Tudelano Quispe
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 71447

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
Ing. Mario Cesar Bustillos Tejada
INSPECTOR DE ACTIVIDAD

JE MEGANTONI
CUSCO
INFRAESTRUCTURA

PROVEIDO

PASE A: CPC Dña su trámite

Envía: su trámite

Megantoni: 01-02-24

FIRMA

Recibido
01/02/24
10:19 AM

www.munimegantoni.gob.pe

CARTA N° 09- ATB-2024

Prof.
Esaú Ríos Sherigorompi
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Megantoni

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
MESA DE PARTES
LA PRESENTE NO ES SEÑAL DE APROBACIÓN
FECHA: **31 ENE. 2024** HORA: **16:00**
REG N°: **4199**
FOLIO: **11** FIRMA: *[Firma]*

ATENCIÓN: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

OBRAS: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA DEL DISTRITO DE MEGANTONI-LA CONVENCION – CUSCO"

ASUNTO: EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°110-2022-MDM/LC-2

REFERENCIA: a) CARTA N°009-2024-MDM-RO/MTQ

De mi más grata consideración, mediante la presente se remite la evaluación técnica de las propuestas al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°110-2022-DEC-MDM/LC-SEGUNDA CONVOCATORIA, CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL AREA GINECOLOGIA OBSTETRICA PARA EL PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION – CUSCO".

La evaluación de las características técnicas fue realizada a la propuesta de la siguiente empresa:

EQUIPOS	SAINT INDUSTRY EIRL	CF DISMED SAC
CUNA DE CALOR RADIANTE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, NO ACREDITA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA ESPECIFICACION TECNICA: A04, A05, A06, B02, B03, C04, C05, D01, D03, D04, E01
DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	SI CUMPLE	NO CUMPLE, EL MODELO OFERTADO SOLO TIENE UN RANGO DE 50 A 220LPM Y LAS BASES SOLICITAN UN RANGO DE 40 A 235 LPM. NO ACREDITA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA ESPECIFICACION TECNICA: A03, A06, A07, A08, B01, C01, D02.
DETECTOR DE LATIDOS DETALES PORTATIL	SI CUMPLE	NO CUMPLE, EL MODELO OFERTADO NO CUENTA CON APAGADO AUTOMATICO Y LAS BASES SOLICITAN APAGADO AUTOMATICO. NO ACREDITA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA ESPECIFICACION TECNICA: A07, B01, B03, B04, C01, D02.
ECOGRAFO PORTATIL	SI CUMPLE	NO CUMPLE, EL MODELO OFERTADO CUENTA CON SOLO 256 CUADROS Y LAS BASES SOLICITAN MEMORIA CINE DE 1500 SEGUNDOS COMO MINIMO, ADEMÁS SOLO CUENTA CON DOPPLER PULSADO Y LAS BASES SOLICITAN MODO DOPPLER COLOR, DOPPLER PULSADO Y DOPPLER PODER. NO ACREDITA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA ESPECIFICACION TECNICA A03, A04, A07, A10, A11, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, B03, B04, B05, B06, B07, C01, C02, C03, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, E01, E02, E03, E04, E05, F01.


INCUBADORA DE TRANSPORTE	SI CUMPLE	NO CUMPLE, NO ACREDITA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA ESPECIFICACION TECNICA A04, A05, A10, A11, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, D01.
MESA DE PARTOS	SI CUMPLE	<p>NO CUMPLE, EL MODELO OFERTADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TIENE UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 173KG Y EN LAS BASES SOLICITAN UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 200KG, - TIENE UN MOVIMIENTO VERTICAL DE 680 MM HASTA 800MM Y LAS BASES SOLICITAN UN MOVIMIENTO VERTICAL DE 550 MM O MAYOR HASTA 850MM O MAYOR - TIENE UNA INCLINACION DEL RESPALDO $\geq 45^\circ$ Y EN LAS BASES SOLICITAN INCLINACION DEL RESPALDO REGULABLE 62° O MAYOR. - TIENE UN MOVIMIENTO TRENDELENBURG / INVERSA: $8^\circ/20^\circ$ Y EN LAS BASES SOLICITAN UN MOVIMIENTO TRENDELENBURG/ INVERSA: $8^\circ/60^\circ$ O MAYOR. - TIENE UNA LONGITUD TOTAL DE 1780MM Y EN LAS BASES SOLICITAN UNA LONGITUD TOTAL DE 1295 MM - TIENE UN ANCHO TOTAL DE 600MM Y EN LAS BASES SOLICITAN UN ANCHO TOTAL DE 730 MM. <p>NO ACREDITA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA ESPECIFICACION TECNICA A04, A05, A06, A07, C07</p>
MONITOR FETAL GEMELAR	SI CUMPLE	NO CUMPLE, NO ACREDITA LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA ESPECIFICACION TECNICA A04, A05, B02, C02, D02

De la evaluación realizada se puede evidenciar que la empresa SAINT INDUSTRY EIRL SRL cumple con las especificaciones minimas del requerimiento, sin embargo, la empresa CF DISMED SAC NO CUMPLE las especificaciones tecnicas minimas del requerimiento.

Mediante la presente se remite la evaluación de las características técnicas de acuerdo a mi especialidad.

Sin más que agregar, quedo a su disposición.

Atentamente


ALDO TALLEDO B. EST
INGENIERO ELECTRONICO
CIP 194506

**ANEXO 01: DETALLE DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS DE LA ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°110-2022- MDM/LC-2**

REVISION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE			
	Características de las EETT	SAINT INDUSTRY EIRL	CF DISMED SAC
A	GENERALES		
A01	CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR Y/O MICROCONTROLADOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A02	PANTALLA DIGITAL TIPO LCD PARA LECTURA DE PARAMETROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A03	RODABLE DE FACIL DESPLAZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A04	SISTEMA DE PESAJE INTEGRADO MINIMO DE 10KG +/- 50 GRAMOS	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A05	CON OPCION DE SISTEMA DE REANIMACION SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A06	LAMPARA AUXILIAR CON ILUMINACION LED, MAYOR A 6500 LUX	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A07	CAJON(ES) SEGÚN DISEÑO DE CADA FABRICANTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A08	CON OPCION PARA RAYOS X	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B	SISTEMA DE CONTROL		
B01	MODO MANUAL	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B02	MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 100%	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B03	MODO PRECALENTAMIENTO 28 MW/CM2 AL 100% O POTENCIA DEL SISTEMA CALEFACTOR NO MAYOR A 600 WATTS	SI CUMPLE	NO ACREDITA
C	ALARMAS		
C01	DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C02	DE FALLA DE ENERGIA ELECTRICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C03	DE FALLA DE SENSOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C04	SE SISTEMA DE CALENTAMIENTO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
C05	ALARMA DE RELOJ (CUANDO CULMINA EL TIEMPO TEMPORIZADO)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D	ACCESORIOS		
D01	UNA COLCHONETA LAVABLE	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D02	UN SOPORTE PARA MONITOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
D03	UN PORTASUERO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D04	UN OXIMETRO DE PULSO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
E	REQUERIMIENTO DE ENERGIA		
E01	220VAC/60HZ, POTENCIA DE ENTRADA NO MAYOR A 1800 WATTS O 2250VA	SI CUMPLE	NO ACREDITA

ALDO TALLEDO BÉST
INGENIERO ELECTRONICO
CIP 194506


 ALDO TALLEDO BLEST
 INGENIERO ELECTRONICO
 CIP 194506

REVISION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA			
	CARACTERÍSTICAS DE LAS EETT	SAINT INDUSTRY EIRL	CF DISMED SAC
A	GENERALES		
A01	EQUIPO DE SOBREMESA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A02	CAVIDA EN EL EQUIPO PARA Sonda (TRANSDUCTOR)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A03	PANTALLA DE VISUALIZACION DIGITAL LCD	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A04	CONTROLES DE GUARDAR ENCENDIDO / APAGADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A05	SALIDA DE AUDIO PARA AURICULAR O AUDIFONO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A06	APAGADO AUTOMATICO CUANDO NO ESTA EN USO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A07	INDICADOR DE BATERIA BAJA (EN PANTALLA)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A08	FUNCIONAMIENTO EN IDIOMA ESPAÑOL	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A09	ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA AL EQUIPO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B	DETECTOR		
B01	AUTOCORRELACION MULTIPUNTO EN TIEMPO REAL PARA FRECUENCIA CARDIACA	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B02	RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA: 40LPM O MENOR A 235 LPM O MAYOR	SI CUMPLE	NO CUMPLE 50 LPM – 210 LPM
C	MODO ULTRASONIDO		
C01	UN TRANSDUCTOR ULTRASONIDO A PRUEBA DE AGUA (IMPERMEABLE)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
C02	FRECUENCIA DE TRABAJO DENTRO DEL RANGO, ENTRE 2 MHZ Y 3 MHZ INCLUSIVE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
D	ACCESORIOS		
D01	UN (01) TRANSDUCTOR ULTRASONICO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
D02	DOS (02) FRASCOS DE GEL CONDUCTOR ACUSTICO DE 250 ML	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D03	UN (01) AURICULAR O AUDIFONO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
E	REQUERIMIENTO DE ENERGIA		
E01	DISEÑADO PARA CONEXIÓN A RED ELECTRICA MONOFASICA DE 220 VAC A 240 VAC/60HZ	SI CUMPLE	SI CUMPLE
E02	BATERIA RECARGABLE, CON AUTONOMIA DE 05 HORAS COMO MINIMO	SI CUMPLE	SI CUMPLE

08

REVISION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL			
	CARACTERÍSTICAS DE LAS EETT	SAINT INDUSTRY EIRL	CF DISMED SAC
A	GENERALES		
A01	EQUIPO PORTATIL	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A02	SOPORTE O RECEPTACULO PARA TRANSDUCTOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A03	PANTALLA A LCD O OLED PARA VISUALIZACION DE LA FRECUENCIA CARDIACA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A04	CONTROLES DE ENCENDIDO Y APAGADO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A05	PARLANTE INCLUIDO CON VOLUMEN AJUSTABLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A06	APAGADO AUTOMATICO CUANDO NO ESTA EN USO	SI CUMPLE	NO CUMPLE, NO CUENTA CON APAGADO AUTOMATICO
A07	PESO NO MAYOR A 0.2 KG (INCLUIDA BATERIA Y TRANSDUCTOR)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B	COMPONENTE		
	DETECTOR		
B01	RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL DE 50 BPM O MENOS A 240 BPM O MAS	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B02	VISUALIZACION DE FRECUENCIA CARDIACA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B03	INDICADOR DE BATERIA BAJA	SI CUMPLE	NO ACREDITA
	MODO ULTRASONICO		
B04	POTENCIA MAXIMA DE SALIDA: 10 MW/CM2 O MENOR	SI CUMPLE	NO ACREDITA
C	ACCESORIOS		
C01	UN (01) FRASCO DE GEL ULTRASONIDO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
C02	UN (01) TRANSDUCTOR ULTRASONICO A PRUEBA DE AGUA (IMPERMEABLE) DE 2.0 MHZ CON CABLE PARA CONEXIÓN AL EQUIPO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
D	REQUERIMIENTO DE ENERGIA		
D01	CARGADOR DE PILA O BATERIA RECARGABLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
D02	AUTONOMA MINIMA DE LA PILA O BATERIA RECARGABLE EN OPERACIÓN CONTINUA: 240 MINUTOS.	SI CUMPLE	NO ACREDITA


 ALDO TALLEDO BILEST
 INGENIERO ELECTRONICO
 CIP: 194506

08
7

07

REVISION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ECOGRAFO PORTATIL			
	Características de las EETT	SAINT INDUSTRY EIRL	CF DISMED SAC
A	GENERALES		
A01	UNIDAD PORTATIL COMPACTA E INTEGRADA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A02	FORMACION DEL HAZ DE ULTRASONIDO DIGITAL	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A03	MONITOR A COLOR LCD DE 15,6 PULGADAS O MAS	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A04	PANTALLA TACTIL DE 7,5 PULGADAS COMO MINIMO TECLADO DE TIPO FISICO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A05	PESO LIGERO: NO MAYOR A 7KG (SIN ACCESORIOS)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A06	TECLADO ALFANUMERICO TACTIL Y/O FISICO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A07	DOS SALIDA PARA USB	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A08	CAPACIDAD DE MEMORIA DE 500 GB COMO MINIMO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A09	MEMORIA CINE DE 1500 SEGUNDOS COMO MINIMO	SI CUMPLE	NO CUMPLE 256 CUADROS
A10	PROFUNDIDAD DE VISUALIZACION SEGÚN CADA FABRICANTE	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A11	CAPACIDAD DE VISUALIZAR LA IMAGEN EN PANTALLA PRINCIPAL Y TACTIL AL MISMO TIEMPO (PODRA DEMOSTRARSE CON IMAGEN REAL DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A12	MAPAS DE GRISES DE 15 TIPOS A MAS, EN ALGUN MODO O TIPO DE EXAMEN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A13	COLORACION DE LA IMAGEN EN MODO B DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A14	RANGO DINAMICO MAYOR O IGUAL A 280 DB COMO MINIMO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A15	CAPACIDAD DE REALIZAR UNA IMAGEN A COLOR Y OTRA EN MODO B EN TIEMPO REAL	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A16	IMAGEN ZOOM DE ALTA RESOLUCION DE HASTA 10 X	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A17	ELASTOGRAFIA DISPONIBLE EN LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A18	IMÁGENES PANORAMICAS SEGÚN CADA FABRICANTE	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A19	CAPACIDAD DE VISUALIZAR EN PANTALLA DIVIDIDA UNA IMAGEN CON Sonda LINEAL Y CON Sonda CONVEXA (PODRA DEMOSTRARSE CON IMAGEN REAL DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A20	AMPLIACION DE LA IMAGEN EN PANTALLA COMPLETA	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B	MODOS DE EXPLORACION		
B01	MODO B, 2B, 4B, Y M COMO MINIMO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B02	MODO DOPPLER COLOR, DOPPLER PULSADO Y DOPPLER PODER O PAWER DOPPLER	SI CUMPLE	NO CUMPLE SOLO TIENE DOPPLER PULSADO
B03	MODO TRIPLEX (IMAGEN EN MODO B + COLOR + DOPPLER PULSADO)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B04	IMAGEN ARMONICA DE TEJIDO (THI) DISPONIBLE EN TODOS LOS TRANSDUCTORES	SI CUMPLE	NO ACREDITA

ALDO TALLEDO BLESY
INGENIERO ELECTRONICO
CIP 194506

07

6

06

B05	TECNOLOGIA DEL DOPPLER COLOR QUE CONSIGA UN EFECTO SIMILAR AL 3D EN LA SENSIBILIDAD DEL DOPPLER EN TIEMPO REAL Y CONGELADO (OPCIONAL)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B06	IMAGEN TRAPEZOIDAL EN TRANSDUCTOR LINEAL COMO MINIMO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B07	AUTO TRAZADO EN DOPPLER ESPECTRAL	SI CUMPLE	NO ACREDITA
C	TRANSDUCTORES		
	SE ACEPTARAN RANGOS DE FRECUENCIA MAYORES A LOS SOLICITADOS O CON TOLERANCIA DE -0.5 EN EL LIMITE SUPERIOR O DE +0.5 EN EL LIMITE INFERIOR, PERO NO AMBOS A LA VEZ.		
C01	UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 6.0 A 16 CON LONGITUD DE ARREGLO MAYOR A 38 MM COMO MINIMO, PARA USO VASCULAR, MUSCULO ESQUELETICO Y DE PARTES BLANDAS.	SI CUMPLE	NO ACREDITA
C02	UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO CONVEXO DE 2.0 A 6.5 MHZ CON UN ANGULO DE VISION DE 60° PARA APLICACIONES ABDOMINAL, OBSTETRICAS Y GINECOLOGICAS	SI CUMPLE	NO ACREDITA
C03	UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON UNA FRECUENCIA DE 5.0 A 11 MHZ COMO MINIMO Y ANGULO DE APERTURA DE 130° A MAS DE USO GINECOLOGICO, OBSTETRICO Y UROLOGIA	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D	PROGRAMAS		
D01	MEDICIONES BASICAS DE DISTANCIA, AREA, VOLUMEN, PROFUNDIDAD Y ANGULOS COMO MINIMO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
D02	CALCULOS Y MEDICIONES AUTOMATICAS EN DOPPLER ESPECTRAL DEL PICO SISTOLICO (PS), FIN DIASTOLICO (ED), INDICE DE RESISTENCIA (IR), INDICE DE PULSATILIDAD (IR), DIFERENCIA ENTRE SISTOLE Y DIASTOLE (SD) Y FRECUENCIA CARDIACA (HR) COMO MINIMO (OPCIONAL)	OPCIONAL	NO ACREDITA
D03	RECUESTO FOLICULAR EN 2D CON TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO SOLICITADO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D04	COMUNICACIÓN DICOM 3.0 (PRINT, STORAGE, WORKLIST, MPPS)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D05	CAPACIDAD DE EXPORTAR DATOS A UNA UNIDAD USB EN FORMATO JPEG Y VIDEOS EN AVI	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D06	SOFTWARE QUE PERMITA LA REDUCCION DE RUIDO Y MOTEADO EN LA IMAGEN DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE AJUSTABLE O POR NIVELES.	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D07	CALCULO AUTOMATICO DE LA IMT EN VIVO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D08	MEDICIONES AUTOMATICAS DE LA BIOMETRIA FETAL (BDP, HC, AC, FL)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D09	ENVIO DE IMÁGENES POR BLUETOOTH A DISPOSITIVOS MOVILES ANDROID	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D10	SOFTWARE TUTORIAL QUE MUESTRE EL ABORDAJE ANATOMICO ECOGRAFO Y EL USO CORRECTO DE LA SONDA (PODRA DEMOSTRARSE CON IMAGEN REAL DEL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
E	PERIFERICOS		
E01	UN (01) IMPRESORA TERMICA DIGITAL BLANCO Y NEGRO EN FORMATO A6 CON RESOLUCION DE 325 DPI	SI CUMPLE	NO ACREDITA
E02	DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL PARA LA IMPRESORA TERMICA	SI CUMPLE	NO ACREDITA


 ALDO TALLEDO BUEST
 INGENIERO ELECTRONICO
 CIP 194506

06
5

E03	UN (01) COCHE ORIGINAL DE FABRICA QUE DISPONGA DE 03 PUERTOS PARA LA CONEXIÓN DE TRANSDUCTORES	SI CUMPLE	NO ACREDITA
E04	UPS DE 1 KVA O MAS	SI CUMPLE	NO ACREDITA
E05	UNA IMPRESORA A COLORES	SI CUMPLE	NO ACREDITA
F	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA		
F01	VOLTAJE DE 100-240 Y FRECUENCIA DE 50/60 HZ	SI CUMPLE	NO ACREDITA

REVISION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: INCUBADORA DE TRANSPORTE			
	CARACTERÍSTICAS DE LAS EETT	SAINT INDUSTRY EIRL	CF DISMED S.A.C
A	GENERALES		
A01	COCHE CON RUEDAS, DE ALTURA AJUSTABLE O PLEGABLE Y CON CAPACIDAD DE CONECTAR COMPONENTES PERIFERICOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A02	PORTASUERO LOCALIZADO FUERA DE LA SUPERFICIE DE LA CUPULA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A03	DOS (02) VENTANAS O PUERTAS DE ACCESO PARA EXAMINAR AL NEONATO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A04	DOS PUERTOS DE ACCESOS PARA TUBOS DE INFUSION INTRAVENOSA O CIRCUITO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A05	CON DOBLE PUERTA O SISTEMA QUE EVITE CAMBIOS DE TEMPERATURA EN EL NEONATO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A06	CUPULA TRANSPARENTE DE DOBLE PARED	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	CONTROL / MONITOREO DE TEMPERATURA		
A07	CONTROL Y MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE AIRE AJUSTABLE DE 25º C O MENOS A 37º C O MAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A08	CONTROL Y/O MONITOREO DE LA TEMPERATURA DE PIEL AJUSTABLE DE 34º C O MENOS A 37º C O MAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A09	LECTURA DIGITAL DE TEMPERATURA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A10	INDICADOR DE CARGA DE LA BATERIA	SI CUMPLE	NO ACREDITA
	CONTROL DE % OXIGENO		
A11	TIPO DE CONTROL: PASIVO O SERVOCONTROLADO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
	ALARMAS		
A12	DE ALTA TEMPERATURA (LIMITE DE SEGURIDAD)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A13	DE FALLA DEL SISTEMA DE VENTILACION O CIRCULACION DE AIRE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A14	DE BATERIA BAJA Y/O FALLA DE ALIMENTACION ELECTRICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A15	DE FALLA DEL SENSOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B	ACCESORIOS		
B01	SOPORTE DE INFUSION INTRAVENOSA (PORTASUERO)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B02	SOPORTE PARA MONITOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B03	CILINDRO DE OXIGENO TIPO E, DE ALUMINIO	SI CUMPLE	NO ACREDITA

ALDO TALLEDO B/EST
INGENIERO ELECTRONICO
CIP 194506

04

B04	SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL CON: CILINDRO TIPO E, DE ALUMINIO (CON REGULADOR DE PRESION Y MANOMETRO) O COMPRESOR DE AIRE INTEGRADO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B05	MANGUERAS DE FACIL CONEXIÓN DESDE LA RED CENTRAL Y BALONES PARA LOS EQUIPOS PERIFERICOS QUE LO REQUIERAN (UNIDAD DE REANIMACION, VENTILADOR, MEZCLADOR)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B06	SISTEMA PARA FIJACION DE LA INCUBADORA A LA AMBULANCIA	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B07	TRES (03) SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLES	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B08	DOS (02) COLCHONETAS RESISTENTES A FLUIDOS	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B09	CINCO (05) JUEGOS ADICIONALES DE FILTROS DE AIRE	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D	REQUERIMIENTO DE ENERGIA		
D01	FUENTE DE PODER INDEPENDIENTE, CON BATERIA(S) RECARGABLE(S) PARA AUTONOMIA MINIMA DE DOS (02) HORAS	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D02	220V/60HZ	SI CUMPLE	SI CUMPLE

REVISION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MESA DE PARTOS			
	CARACTERÍSTICAS DE LAS EETT	SAINT INDUSTRY EIRL	CF DISMED S.A.C.
A	CARACTERISTICAS GENERALES		
A01	BASE MOVIL Y CON FRENO DE BLOQUEO DE RUEDAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A02	CON CONTROL DE OPERACIÓN (REMOTO Y PEDAL)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A03	CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG O MAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE 173 KG
A04	CAPACIDAD DE LA BANDEJA DE DESECHOS: 3.5 L O MAS	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A05	CLASE DE PROTECCION ANTE PARALISIS ELECTRICA DE GRADO II	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A06	CON GRADO DE PROTECCION IPX4	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A07	CON MEMORIA PROGRAMABLE PARA 2 POSICIONES COMO MINIMO (ALTURA, TRENDELEMBURG)	SI CUMPLE	NO ACREDITA
B	MOVIMIENTO DE LA MESA		
B01	MEDIANTE CONTROL REMOTO O PEDAL	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B02	MOVIMIENTO VERTICAL REGULABLE 550 MM O MAYOR, HASTA A 850 MM O MAYOR	SI CUMPLE	NO CUMPLE 680 MM HASTA 880 MM
B03	INCLINACION DE RESPALDO REGULABLE 62° O MAS, QUE PERMITE QUE LA PACIENTE PUEDA DAR A LUZ EN POSICION ECHADA O SENTADA.	SI CUMPLE	NO CUMPLE RESPALDAR: ≥ 45°
B04	MOVIMIENTO TRENDELEMBURG / INVERSA: 8° / 60° O MAYOR.	SI CUMPLE	NO CUMPLE TRENDELEMBURG / INVERSA: 8° / 20°
C	ACCESORIOS		
C01	UN (01) PAR DE MANIJAS DE AGARRE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C02	UN (01) PAR DE SOPORTE DE PIERNERAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C03	UN (01) PAR DE SOPORTES PARA PIES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C04	UN (01) CONTROL DE MANDO	SI CUMPLE	SI CUMPLE

ALDO TALLEDO BREST
INGENIERO ELECTRONICO
CIP 194506

04
3

C05	UN (01) PEDAL DE CONTROL	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C06	UNA (01) BANDEJA DE DESECHOS DE ACERO INOXIDABLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C07	UN (01) SOPORTE PARA COLOCAR PAPEL TOALLA	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D	DIMENSIONES MINIMAS DEL EQUIPO		
D01	LONGITUD TOTAL: 1295 MM	SI CUMPLE	NO CUMPLE 1780 MM
D02	ANCHO TOTAL: 730 MM	SI CUMPLE	NO CUMPLE 600 MM
E	REQUERIMIENTO DE ENERGIA		
E01	220V, 50-60 HZ	SI CUMPLE	SI CUMPLE

REVISION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS			
DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MONITOR FETAL GEMELAR			
	CARACTERÍSTICAS DE LAS EETT	SAINT INDUSTRY EIRL	C.F DISMED S.A.C
A	CARACTERISTICAS GENERALES		
A01	PANTALLA DE VISUALIZACION LCD O TFT DE 7 PULGADAS O MAS A COLOR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A02	CON CONEXIONES PARA TRANSDUCTORES INDEPENDIENTES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A03	PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL POR AUTOCORRELACION	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A04	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 420 HORAS COMO MINIMO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A05	PUERTO O INTERFAZ PARA CONEXIÓN TIPO RS-232	SI CUMPLE	NO ACREDITA
A06	POSIBILIDAD DE USO DE MONITOREO FETAL GEMELAR	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	FRECUENCIA CARDIACA		
A07	RANGO DE 30 O MENOS A 240 O MAYOR BPM	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MODO ULTRASONIDO		
A08	UN (01) TRANSDUCTOR ULTRASONICO DE AL MENOS 9 CRISTALES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A09	FRECUENCIA DE ULTRASONIDO ENTRE 0.9-1 MHZ INCLUSIVE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A10	INTENSIDAD DE ULTRASONIDO MENOR O IGUAL A 10MW/CM2	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MODO DE ACTIVIDAD UTERINA		
A11	UN TRANSDUCTOR DE CONTRACCIONES UTERINAS IMPERMEABLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A12	RANGO: 0 A 100 UNIDADES O MAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
A13	AJUSTE AUTOMATICO O MANUAL DE REFERENCIA A CERO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B	COMPONENTES		
	MONITOREO		
B01	VISUALIZACION DE VALORES NUMERICOS DE LA ACTIVIDAD UTERINA Y FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y EN GRAFICOS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B02	VERIFICACION DE CANALES CRUZADOS	SI CUMPLE	NO ACREDITA

ALDO TALLEDO BLIST
INGENIERO ELECTRONICO
CIP 194506


 ALDO TALLEDO BLEST
 INGENIERO ELECTRONICO
 CIP 194506

B03	ALARMA AUDIBLES Y VISUALES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REGISTRADOR		
B04	IMPRESIÓN POR ARREGLO TERMICO CON PAPEL TERMOSENSIBLE, CON ANCHO DE PAPEL DE 150 MM COMO MINIMO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
B05	QUE PERMITA LA IMPRESIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL (02 CANALES) Y ACTIVIDAD UTERINA (01 CANAL) COMO MINIMO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C	PERIFERICOS / ADITAMIENTOS		
C01	COCHE MOVIL	SI CUMPLE	SI CUMPLE
C02	PULSADOR DE SEÑALIZACION DE MOVIMIENTO	SI CUMPLE	NO ACREDITA
D	REQUERIMIENTO DE ENERGIA		
D01	220 V/60 HZ	SI CUMPLE	SI CUMPLE
D02	BATERIA INCORPORADA AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS	SI CUMPLE	NO ACREDITA