

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA FENESTRADO N° 8 X 15 PÍEZAS

Ruc/código : 20604290997

Nombre o Razón social : HELMAN SALUD S.A.C.

Fecha de envío : 18/12/2023

Hora de envío : 19:51:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consulta 1.

Página 22 de la Base y 26 del PDF

CAPÍTULO III.1

Anexo 01 Especificaciones técnicas

Sección Características:

La Base dice en el inciso 2:

Insertador con vaina de silicona

Al respecto mencionar que en el mercado peruano existen dos tipos de introductores de tubo de traqueostomía, los que requieren vaina de silicona y los que no requieren vaina de silicona. Los tubos que no requieren vaina de silicona, poseen un insertador libre de silicona o denominando atraumático, que poseen un diseño continuo respecto del tubo y el insertador, por ello, no requiere una dilatación extra(dada por la vaina de silicona) para la colocación o inserción del tubo. Las especificaciones tal y como están ahora solo permiten la participación de un postor.

EN ESE SENTIDO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE POSTORES LES CONSULTAMOS Y SUGERIMOS CAMBIAR EL PRESENTE REQUISITO POR:

CARÁCTERÍSTICAS

-Insertador con o sin vaina de silicona

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III.1

Literal: ANEXO 1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La silicona es un material biocompatible recomendable para dispositivos de larga permanencia. En este caso el insertador con vaina de silicona entra en contacto con el paciente compensando la diferencia de diámetro entre el introductor y el tubo de traqueostomía durante el procedimiento. El mismo resultado se puede obtener con insertadores o introductores atraumáticos que se adapten al tubo de traqueostomía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Insertador con o sin vaina de silicona.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA FENESTRADO N° 8 X 15 PÍEZAS

Ruc/código :	20604290997	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	HELMAN SALUD S.A.C.	Hora de envío :	19:51:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta 2.
Página 22 de la Base y 26 del PDF
CAPÍTULO III.1
Anexo 01 Especificaciones técnicas
Sección Características:
La Base no dice:
Válvula fonatoria.

Al respecto mencionar que los tubos de traqueostomía al ser fenestrados, permiten la fonación por parte del paciente, esto se logra solo si existe una válvula fonatoria incluido en el set de traqueostomía, por ello, los set de traqueostomía fenestrados, deben incluir la válvula fonatoria.

EN ESE SENTIDO, LES CONSULTAMOS Y SUGERIMOS AÑADIR EL PRESENTE REQUISITO EN LA SECCIÓN CARACTERÍSTICAS:

CARÁCTERÍSTICAS
-Incluye válvula fonatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III.1 Literal: ANEXO 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La fonación depende fundamentalmente de la fenestra del tubo que puede mejorar con la válvula fonatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con o sin válvula fonatoria.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA FENESTRADO N° 8 X 15 PÍEZAS

Ruc/código :	20604290997	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	HELMAN SALUD S.A.C.	Hora de envío :	19:51:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Consulta 3.

Página 22 de la Base y 26 del PDF

CAPÍTULO III.1

Anexo 01 Especificaciones técnicas

Sección CARACTERÍSTICAS:

La Base no dice:

Características del cuff o balón.

Al respecto mencionar que el cuff es un componente esencial del tubo de traqueostomía con cuff, por ello, existen diversos materiales permitidos para la elaboración del cuff el cual debe ser el mismo que del tubo de traqueostomía. EN ESE SENTIDO, LES CONSULTAMOS Y SUGERIMOS AÑADIR EL PRESENTE REQUISITO EN LA SECCIÓN CARATERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

El cuff debe ser del mismo material que el tubo de traqueostomía: Poliuretano, polietileno, silicona o mixto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III.1 Literal: ANEXO 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se consideró el material del cuff de modo específico pero por biocompatibilidad en orden de preferencia están: silicona, poliuretano, PVC y polietileno.

A igualdad de oferta se considerará el mejor material.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA FENESTRADO N° 8 X 15 PÍEZAS

Ruc/código :	20604290997	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	HELMAN SALUD S.A.C.	Hora de envío :	19:51:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Consulta 4.
Página 22 de la Base y 26 del PDF
CAPÍTULO III.1
Anexo 01 Especificaciones técnicas
Sección DIMENSIONES:
La Base dice en el inciso 1:
Cánula externa con conector 15mm

Al respecto mencionar que el conector de 15mm no se encuentra en las cánulas externas, sino en la cánula interna del tubo de traqueostomía.
EN ESE SENTIDO, LES CONSULTAMOS Y SUGERIMOS CAMBIAR EL PRESENTE REQUISITO POR:

DIMENSIONES
-Cánula interna con conector de 15mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III.1 Literal: ANEXO 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De forma general los conectores de 15 mm. se adaptan a la cánula interna del tubo de traqueostomía

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Cánula interna con conector de 15 mm.

Entidad convocante : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-HMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA FENESTRADO N° 8 X 15 PÍEZAS

Ruc/código :	20604290997	Fecha de envío :	18/12/2023
Nombre o Razón social :	HELMAN SALUD S.A.C.	Hora de envío :	19:51:43

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Consulta 5.
Página 24 de la base y 28 del PDF
CAPÍTULO III.2
Sección B. Experiencia de postor
La Base dice:
Se consideran bienes similares a los siguientes SET DE TRAQUEOSTOMÍA PERCUTANEA FENESTRADO N° 8 CON CUFF POR 15 PIEZAS.

Al respecto mencionar que, la palabra similar se refiere a bienes que guarden relación directa con el objeto de la convocatoria, por ello, un set de traqueostomía está conformado principalmente por un tubo de traqueostomía, en ese sentido un bien similar también es un TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA de las diversas tallas , 6, 7 , 8 , 9 etc. Así mismo, los otros tipos de set de traqueostomía con cuff, con sonda de succión, sin fenestra, también son considerados bienes similares al objeto de la convocatoria.

En ese sentido, para garantizar la pluralidad de postores, les consultamos y sugerimos añadir como bienes similares los siguientes:

TUBOS DE TRAQUEOSTOMÍA O TRAQUEOTOMÍA EN GENERAL
SET DE TRAQUEOSTOMÍA O TRAQUEOTOMÍA PERCUTANEA EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los tubos de traqueostomía y los set de traqueostomía de las diferentes tallas y características corresponden al mismo rubro de productos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Bienes similares: tubos de traqueotomía o traqueostomía en general y set de traqueostomia o traqueotomía percutánea en general.