




FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

1	<b>NÚMERO DE ACTA</b>																																						
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> El comité de selección a cargo del procedimiento de selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 169-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS-2 derivada de la LICITACION PUBLICA N° 015-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE OXIGENOTERAPIA, ASPIRACION Y REANIMACION PARA EL PROYECTO: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO, sesionó a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, de acuerdo a lo siguiente: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ETAPAS</th> <th colspan="2">FECHAS DE LAS SESIONES</th> <th colspan="2">HORA DE LAS SESIONES</th> </tr> <tr> <th>Desde:</th> <th>Hasta:</th> <th>Desde:</th> <th>Hasta:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Para la admisión:</td> <td>12/06/2025</td> <td>12/06/2025</td> <td>08:30</td> <td>12:35</td> </tr> <tr> <td>- Para el otorgamiento de la buena pro:</td> <td>12/06/2025</td> <td>12/06/2025</td> <td>12:36</td> <td>12:55</td> </tr> </tbody> </table>					ETAPAS	FECHAS DE LAS SESIONES		HORA DE LAS SESIONES		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:	- Para la admisión:	12/06/2025	12/06/2025	08:30	12:35	- Para el otorgamiento de la buena pro:	12/06/2025	12/06/2025	12:36	12:55															
ETAPAS	FECHAS DE LAS SESIONES		HORA DE LAS SESIONES																																				
	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:																																			
- Para la admisión:	12/06/2025	12/06/2025	08:30	12:35																																			
- Para el otorgamiento de la buena pro:	12/06/2025	12/06/2025	12:36	12:55																																			
3	<b>SOBRE EL QUÓRUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Condición</th> <th>PLANILLA</th> <th>Titular</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presidente</td> <td>ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA</td> <td>Condición</td> <td>PLANILLA</td> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td>LIC. MARDHEN OSCAR SAAVEDRA BARDALES</td> <td>Condición</td> <td>PLANILLA</td> <td>Titular</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td>Mg. C.P.C ALFREDO HINOSTROZA RAMIREZ</td> <td>Condición</td> <td>PLANILLA</td> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Condición	PLANILLA	Titular	X	Presidente	ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA	Condición	PLANILLA	Suplente		Primer Miembro	LIC. MARDHEN OSCAR SAAVEDRA BARDALES	Condición	PLANILLA	Titular	X	Segundo Miembro	Mg. C.P.C ALFREDO HINOSTROZA RAMIREZ	Condición	PLANILLA	Suplente											
		Condición	PLANILLA	Titular	X																																		
Presidente	ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA	Condición	PLANILLA	Suplente																																			
Primer Miembro	LIC. MARDHEN OSCAR SAAVEDRA BARDALES	Condición	PLANILLA	Titular	X																																		
Segundo Miembro	Mg. C.P.C ALFREDO HINOSTROZA RAMIREZ	Condición	PLANILLA	Suplente																																			
4	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b> De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes: <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C</td></tr> <tr><td>2</td><td>MEDSTEP PERU S.A.C.</td></tr> <tr><td>3</td><td>INTECWELD IMPORT S.A.C.</td></tr> <tr><td>4</td><td>MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td></tr> <tr><td>5</td><td>ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.</td></tr> <tr><td>6</td><td>INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.</td></tr> <tr><td>7</td><td>ROCAHUA PERU SERVICIOS GENERALES S.A.C.</td></tr> <tr><td>8</td><td>COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.</td></tr> <tr><td>9</td><td>EDAL MEDIC S.A.C.</td></tr> <tr><td>10</td><td>MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.</td></tr> <tr><td>11</td><td>CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MAFE E.I.R.L.</td></tr> <tr><td>12</td><td>MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td></tr> <tr><td>13</td><td>REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.</td></tr> <tr><td>14</td><td>C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.</td></tr> </tbody> </table>					1	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	2	MEDSTEP PERU S.A.C.	3	INTECWELD IMPORT S.A.C.	4	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	6	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	7	ROCAHUA PERU SERVICIOS GENERALES S.A.C.	8	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	9	EDAL MEDIC S.A.C.	10	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	11	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MAFE E.I.R.L.	12	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	13	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	14	C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.						
1	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C																																						
2	MEDSTEP PERU S.A.C.																																						
3	INTECWELD IMPORT S.A.C.																																						
4	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA																																						
5	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.																																						
6	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.																																						
7	ROCAHUA PERU SERVICIOS GENERALES S.A.C.																																						
8	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.																																						
9	EDAL MEDIC S.A.C.																																						
10	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.																																						
11	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MAFE E.I.R.L.																																						
12	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA																																						
13	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.																																						
14	C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.																																						
5	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b> En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores: <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>INTECWELD IMPORT S.A.C.</td></tr> <tr><td>2</td><td>CONSORCIO K&amp;M AYACUCHO (TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C - MEDSTEP PERU S.A.C)</td></tr> <tr><td>3</td><td>MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td></tr> <tr><td>4</td><td>EDAL MEDIC S.A.C.</td></tr> </tbody> </table>					1	INTECWELD IMPORT S.A.C.	2	CONSORCIO K&M AYACUCHO (TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C - MEDSTEP PERU S.A.C)	3	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	4	EDAL MEDIC S.A.C.																										
1	INTECWELD IMPORT S.A.C.																																						
2	CONSORCIO K&M AYACUCHO (TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C - MEDSTEP PERU S.A.C)																																						
3	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA																																						
4	EDAL MEDIC S.A.C.																																						
6	<b>ADMISIÓN DE LAS OFERTAS</b> De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas o Términos de referencia, según corresponda. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA</th> <th>POSTOR 1</th> <th>POSTOR 2</th> <th>POSTOR 3</th> <th>POSTOR 4</th> </tr> <tr> <th>INTECWELD IMPORT S.A.C.</th> <th>CONSORCIO K&amp;M AYACUCHO</th> <th>MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</th> <th>EDAL MEDIC S.A.C.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> </tr> <tr> <td>b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> </tr> <tr> <td>c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> </tr> <tr> <td>d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> </tr> <tr> <td>e) Adjuntar ficha técnica de los bienes ofertados para verificar el cumplimiento de las características solicitadas en las EE.TT.</td> <td>NO CUMPLE</td> <td>CUMPLE</td> <td>NO CUMPLE</td> <td>NO CUMPLE</td> </tr> </tbody> </table>					DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	INTECWELD IMPORT S.A.C.	CONSORCIO K&M AYACUCHO	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EDAL MEDIC S.A.C.	a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	e) Adjuntar ficha técnica de los bienes ofertados para verificar el cumplimiento de las características solicitadas en las EE.TT.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4																																			
	INTECWELD IMPORT S.A.C.	CONSORCIO K&M AYACUCHO	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EDAL MEDIC S.A.C.																																			
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE																																			
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE																																			
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE																																			
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE																																			
e) Adjuntar ficha técnica de los bienes ofertados para verificar el cumplimiento de las características solicitadas en las EE.TT.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE																																			



f) Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor o un tercero, emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), que autoriza la comercialización de los bienes requeridos.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
g) Adjuntar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento vigente a nombre del proveedor, emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h) Presentar carta de representación o declaración jurada de ser distribuidor o representante de la marca de los bienes ofertados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
i) Declaración jurada de reposición de los bienes en caso de ser observados, indicando el plazo de subsanación, el cual no será mayor a 5 días calendario, de notificada la observación.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
j) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
k) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
l) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>RESULTADO DE LA OFERTA</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>
<b>6.1 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>				
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión		
1	INTECWELD IMPORT S.A.C.	De acuerdo a la evaluación realizada por parte del área usuaria y el especialista biomédico (anexo adjunto al presente), las fichas técnicas de los bienes ofertados, no cumplen con la totalidad de las características técnicas requeridas en las EE.TT; asimismo, presenta Registros Sanitarios no vigentes (pag. 153, 171 y 177 de su oferta). Por lo tanto la oferta del postor es considerada como <b>NO ADMITIDA</b> .		
2	CONSORCIO K&M AYACUCHO	De acuerdo a la evaluación realizada, postor adjunta Registros Sanitarios no vigentes (pag. 311, 347, 475, 570 y 708 de su oferta); asimismo, no adjunta la Declaración jurada de reposición de los bienes en caso de ser observados, indicando el plazo de subsanación, el cual no será mayor a 5 días calendario, de notificada la observación. Por lo tanto la oferta del postor es considerada como <b>NO ADMITIDA</b> .		
3	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	De acuerdo a la evaluación realizada por parte del área usuaria y el especialista biomédico (anexo adjunto al presente), las fichas técnicas de los bienes ofertados, no cumplen con la totalidad de las características técnicas requeridas en las EE.TT; asimismo, presenta Registros Sanitarios no vigentes (pag. 272 de su oferta). Por lo tanto la oferta del postor es considerada como <b>NO ADMITIDA</b> .		
4	EDAL MEDIC S.A.C.	De acuerdo a la evaluación realizada por parte del área usuaria y el especialista biomédico (anexo adjunto al presente), las fichas técnicas de los bienes ofertados, no cumplen con la totalidad de las características técnicas requeridas en las EE.TT; asimismo, presenta Registros Sanitarios no vigentes. Por lo tanto la oferta del postor es considerada como <b>NO ADMITIDA</b> .		
<b>6.2 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>				
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:				
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula		
-	-	-		
<b>7 ACUERDO ADOPTADO</b>				
Los miembros del Comité de selección en mérito al resultado de la evaluación de las ofertas, proceden a <b>DECLARAR DESIERTO</b> el procedimiento de selección, por no tener ninguna oferta válida; de conformidad a lo dispuesto en el numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El acuerdo fue adoptado por:				
Unanimidad	x	Mayoría		Fundamento del voto discrepante
<div> <div>   LIC. MARDHEN OSCAR SAAVEDRA BARDALES </div> <div>   ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA </div> <div>   Mg. C.P.C. ALFREDO HINOSTROZA RAMIREZ </div> </div>				
<b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</b>				



**RESULTADO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS DE AS N° 169-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS**

DESCRIPCIÓN	CLAVE	UND	CANTIDAD	CONSORCIO K Y M AYACUCHO	MASTER WORLD MEDICAL SAC	INTECWELD IMPORT SAC	EDAL MEDIC SAC
EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	D-140	UND	7	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ PROPUESTA
FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXIGENO	D-199	UND	59	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTÓ PROPUESTA
UNIDAD DE ASPIRACIÓN PARA RED DE VACÍO	D-202	UND	57	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ PROPUESTA
COCHE DE PARO EQUIPADO	D-109	UND	10	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
MALETIN DE ATENCION MEDICA	D-200	UND	4	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
MALETIN DE REANIMACION NEONATAL	D-203	UND	1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
MALETIN DE REANIMACION ADULTO PEDIATRICO	D-204	UND	6	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
RESUCITADOR MANUAL ADULTO PEDIATRICO	D-206	UND	1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
MALETIN DE REANIMACION PEDIATRICO NEONATAL	D-375	UND	1	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

**Resultado de evaluación de propuestas técnicas recibidas:**

La propuesta técnica del postor **EDAL MEDIC SAC**, **NO** presenta propuesta técnica para Equipo de oxigenoterapia rodable, Flujómetro con humidificador para la red de oxígeno y para Unidad de aspiración para red de vacío. Por tanto, **NO CUMPLE** con lo solicitado en las especificaciones técnicas solicitadas en el presente proceso de selección.

La propuesta técnica del postor **Master World Medical SAC**, **NO CUMPLE** con las siguientes características:

**Equipo de oxigenoterapia rodable:** No indica claramente el cumplimiento de A03, A04 y A06

**Flujómetro con humidificador para la red de oxígeno:** No indica claramente el cumplimiento de A07.

**Unidad de aspiración para red de vacío:** No indica claramente el cumplimiento de A06.

**Coche de paro equipado:** No indica claramente el cumplimiento de A28 y A75.

La propuesta técnica del postor **Intecweld Import SAC**, **NO CUMPLE** con las siguientes características:

**Equipo de oxigenoterapia rodable:** No indica claramente el cumplimiento de A06 y B05

**Unidad de aspiración para red de vacío:** No indica claramente el cumplimiento de A07

**Coche de paro equipado:** No indica claramente el cumplimiento de A13, A17, A26, A28, A29, A64, A71, A72, A75, A76 y A80.

**Maletín de atención médica:** No indica claramente el cumplimiento de A04, A05, y A06.

**Maletín de reanimación neonatal:** No indica claramente el cumplimiento de A03, A04 y A05.

**Maletín de reanimación adulto pediátrico:** No indica claramente el cumplimiento de A03, A04, A05, A07, A08 y A09.

**Resucitador manual adulto pediátrico:** No indica claramente el cumplimiento de A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 y A10.

**Maletín de reanimación pediátrico neonatal:** No indica claramente el cumplimiento de A07, A08, A09, A03, A04 y A05.

La propuesta técnica del postor **Consortio K Y M AYACUCHO**, **SI CUMPLE** con lo solicitado en las especificaciones técnicas solicitadas en el presente proceso de selección.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal  
Unidad de Programación y Licitaciones

09 JUN. 2025

Reg. N°:..... Folios:.....

Hora:..... Firma:.....

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

ING. HENRI BARBIENTOS QUISPE  
CIP N° 69870  
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"  
ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP N° 98726  
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
Obra "Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"  
Lic. Marthen Oscar Saavedra Bardales  
ASISTENTE DE PRESUPUESTA BUDGETARIO



CUADRO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS AS N° 169-2024-GRA-SEDECENTRAL/CS

CLAVE: D-140	
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS	
A	GENERALES
A01	UN (01) CILINDRO METÁLICO TIPO M DE 3,450 LITROS APROX. PARA OXÍGENO MEDICINAL, QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES Y NORMAS DE FABRICACIÓN Y SEGURIDAD INTERNACIONAL.
A02	UN (01) CARRO TRANSPORTADOR Y FUNDA PROTECTORA ANTIESTÁTICA PARA EL CILINDRO DE OXIGENO. CON MECANISMO O SISTEMA DE SUJECCION.
A03	REGULADOR DE OXÍGENO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, TUERCA Y EMPAQUETADURAS, PARA CILINDRO TIPO M.
A04	MANÓMETRO PARA VISUALIZAR LA PRESIÓN DE OXÍGENO, GRADUADO EN EL RANGO DE 0 – 4000 PSI.
A05	FLUJÓMETRO DE OXÍGENO, CON REGULACIÓN ENTRE 0.5 A 15 LITROS POR MINUTO.
A06	UN (01) HUMIDIFICADOR: FABRICADO EN MATERIAL SSINTETICO TRANSPARENTE, GRADUADO EM ML, DE 200 ML DE CAPACIDAD APROXIMADA, FACILMENTE DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON TOMAS Y SALIDAS CROMADAS
A07	MANÓMETRO DE PRESIÓN CON RANGO DE 0 cmH2O HASTA 10 cmH2O O MÁS
B	ACCESORIOS
B01	DIEZ (10) JUEGOS DE MASCARILLAS TRANSPARENTES DESECHABLES, TAMAÑO ADULTO, ANATÓMICOS Y CON ALMOHADILLAS ACOJINADOS.
B02	DIEZ (10) JUEGOS DE MASCARILLAS TRANSPARENTES DESECHABLES, TAMAÑO PEDIÁTRICO, ANATÓMICOS Y CON ALMOHADILLAS ACOJINADOS.
B03	DIEZ (10) JUEGOS DE MASCARILLAS TRANSPARENTES DESECHABLES, TAMAÑO NEONATAL, ANATÓMICOS Y CON ALMOHADILLAS ACOJINADOS.
B04	UN (01) JUEGO DE CÁNULAS NASALES COMPUESTO: CONECTORES Y BIGOTERAS PARA LAS MASCARILLAS Y CONEXIÓN DE CILINDRO.
B05	UN (01) TRASEGADOR FLEXIBLE DE 48" DE LARGO MINIMO (PIGTAYLS), CON INTERIOR DE TEFLON REVESTIMIENTO CON ENMALLADO DE ACERO INOXIDABLE CON TERMINALES DE CONEXIÓN DE ¼" NPT, CON MANOMETRO DE ALTA PRESION MINIMO DE 0-4000 PSI PARA VISUALIZAR LA PRESION DE LLENADO, CON CONEXIÓN CGA-870 A CGA-540 PARA CONECTAR A VALVULA TIPO PIN INDEX DE CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL

CONSORCIO K Y M AYACUCHO	MASTER WORLD MEDICAL SAC	INTECWELD IMPORT SAC	EDAL MEDIC SAC
			NO PRESENTÓ PROPUESTA
OK	OK	OK	
OK	OK	OK	
OK	ofrece valvula reguladora CGA-870 para tipo E	OK	
OK	No indica rango de visualizacion	OK	
OK	OK	OK	
OK	No menciona la capacidad y si las tomas y salidas son cromadas	No indica las características del humidificador	
OK	OK	OK	
OK	OK	OK	
OK	OK	OK	
OK	OK	OK	
OK	OK	OK	
OK	OK	No indica las características solicitadas	
CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	

CLAVE: D-199	
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXÍGENO	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS	
A	GENERALES
A01	CUERPO PRINCIPAL DE ACERO O CROMADO CON PERILLA REGULADORA DE FLUJO.
A02	COLUMNA DE MATERIAL POLÍMERO O POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA.
A03	RANGO DE PRESIÓN DE ENTRADA: 50 PSI O MAYOR.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO "Reemplazo de la infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"			NO PRESENTÓ PROPUESTA
ING. HENRI BARRIENTOS QUISPE CIP N° 69870 SUPERVISOR DE OBRA			
OK	OK	OK	
OK	OK	OK	
OK	OK	OK	

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP N° 98726  
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

Lic. Marthen Oscar Salceda Bandales  
ASISTENTE DE ESPECIALISTA BIOMEDICO







A12	VÁLVULA DE PACIENTE UNIDIRECCIONAL CON VÁLVULA PEEP Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	OK	OK	OK	OK
A13	ACUMULADOR DE OXÍGENO, INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO PARA EL EQUIPO.	OK	OK	No indica de estuche de transporte	OK
<b>RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO</b>					
A14	BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 450 ML Y MENOR O IGUAL A 1000 ML.	OK	OK	OK	OK
A15	TRES (03) MASCARILLAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	OK	OK	OK	OK
A16	VÁLVULA DE PACIENTE, VÁLVULA RELIEF Y VÁLVULA PEEP ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	OK	OK	OK	OK
A17	ACUMULADOR DE OXÍGENO, INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO PARA EL EQUIPO.	OK	OK	No indica de estuche de transporte	OK
<b>RESUCITADOR MANUAL NEONATAL</b>					
A18	BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL A 450 ML APROX.	OK	OK	OK	OK
A19	TRES (03) MASCARILLAS PARA PACIENTES PREMATUROS Y NIÑO DE TÉRMINO, CON BORDES ACOJINADOS, TRANSPARENTES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	OK	OK	OK	OK
A20	VÁLVULA DE PACIENTE, VÁLVULA DE PEEP Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	OK	OK	OK	OK
A21	ACUMULADOR DE OXÍGENO TIPO CORRUGADO.	OK	OK	OK	OK
A22	ESTUCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE.	OK	OK	OK	OK
<b>ASPIRADOR DE SECRECIONES</b>					
A23	PORTÁTIL	OK	OK	OK	OK
A24	INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.	OK	OK	OK	OK
A25	CON FILTRO BACTERICIDA/HIDROFÓBICO.	OK	OK	OK	OK
A26	BAJO NIVEL DE RUIDO, MENOR A 60 DBA A 01 METRO DE DISTANCIA.	OK	OK	65.5 dBA con vaso/ 68.5 dBA sin vaso	OK
A27	PRESIÓN DE VACÍO, REGULABLE HASTA 600 mmHg O MAYOR CAPACIDAD DE SUCCIÓN NO MENOR A 20 LTS/MIN.	OK	OK	OK	OK
A28	FRASCO DE POLYCARBONATO O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 1 LT O MAYOR, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON ESCALA DE MEDIDA EN ALTO RELIEVE Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO.	OK	No menciona si la escala de medida es en alto relieve	no menciona si es esterilizable y medida en alto relieve	OK
<b>ACCESORIOS DEL ASPIRADOR</b>					
A29	CON UN (01) FRASCO DE REPUESTO	OK	OK	No menciona si es frasco de repuesto	OK
A30	CINCO (05) CÁNULAS DE SUCCIÓN ADULTO	OK	OK	OK	OK
A31	CINCO (05) CÁNULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICAS	OK	OK	OK	OK
A32	CINCO (05) CÁNULAS DE SUCCIÓN NEONATALES ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.	OK	OK	OK	OK
<b>REQUERIMIENTOS DE ENERGIA DEL ASPIRADOR</b>					
A33	220 -240VAC, 60 HZ. CON BATERIA RECARGABLE AUTONOMIA MINIMA 45 MINUTOS O MAYOR	OK	OK	OK	OK
<b>LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA</b>					
A34	INSTRUMENTO RÍGIDO PARA VISUALIZAR DIRECTAMENTE LA LARINGE, QUE PERMITA REALIZAR INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL	OK	OK	OK	OK
A35	MANGO ERGONÓMICO METÁLICO, INOXIDABLE, CON SUPERFICIE ANTIDELIZANTE CON DISPOSITIVO MECÁNICO DE AJUSTE Y ENGANCHE PARA PODER INTERCAMBIAR HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS.	OK	OK	OK	OK
A36	MANGO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO CON PILA(S) O BATERIA(S) RECARGABLE(S).	OK	OK	OK	OK
A37	SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON LÁMPARA DE XENÓN (2.5 V O 3.5 V) O LED PARA LUZ A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA.	OK	OK	OK	OK
<b>ACCESORIOS DEL LARINGOSCOPIO</b>					
A38	PACIENTE ADULTO: (03) HOJAS CURVAS TIPO MACINTOSH (N° 3, 4, 5) Y DOS (02) RECTAS TIPO MILLER (N° 3, 4) DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES CONTAR CON SU RESPECTIVA FIBRA ÓPTICA, QUE SEAN FÁCILES DE DESMONTAR Y MONTAR.	OK	OK	OK	OK
A39	PACIENTE PEDIÁTRICO: DOS (02) HOJAS CURVAS TIPO MACINTOSH (N° 1, 2) Y DOS (02) RECTAS TIPO MILLER (N° 1, 2)	OK	OK	OK	OK

Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho

ING. HENRY BARRIENTOS QUISPE  
CIP N° 69870  
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP N° 98726  
RESPONSABLE DE OBRA

Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho

Lic. Harthen Oscar Sanabria Barrios  
RESIDENTE DE ESPECIALISTA BIOMEDIO



A40	PACIENTE NEONATO: UNA (01) HOJA CURVA TIPO MACINTOSH (N° 0) Y DOS (02) RECTAS TIPO MILLER (N° 0, 00), DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLES CONTAR CON SU RESPECTIVA FIBRA ÓPTICA, QUE SEAN FÁCILES DE DESMONTAR Y MONTAR.	OK	OK	OK	OK
<b>REQUERIMIENTOS DE ENERGIA DEL LARINGOSCOPIO</b>					
A41	SISTEMA CARGADOR (220-240 VAC, 60HZ) DE PILA(S) O BATERIA(S), INTERNO O EXTERNO AL EQUIPO.	OK	OK	OK	OK
<b>BALÓN DE OXÍGENO CON REGULADOR DE PRESIÓN</b>					
A42	BALÓN DE ALUMINIO, TIPO "E", CON VÁLVULA TIPO CGA-870 (PIN INDEX)	OK	OK	OK	OK
A43	REGULADOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO Y FLUJÓMETRO (HASTA 15 LPM O MAYOR)	OK	OK	OK	OK
<b>DESFIBRILADOR CON MONITOR</b>					
A44	PORTÁTIL PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 7 KG (+/-0.5KG)	OK	OK	OK	OK
A45	PARA DESFIBRILACIÓN CARDÍACA Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO.	OK	OK	OK	OK
A46	PANTALLA LCD, TFT DE 7 PULGADAS DE DIAGONAL A MAS.	OK	OK	OK	OK
A47	INTERFACE DE USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL.	OK	OK	OK	OK
A48	GRÁFICA DE ONDA ECG Y VALOR MEDIDO EN PANTALLA.	OK	OK	OK	OK
A49	VISUALIZACIÓN DEL VALOR NUMÉRICO DE LA ENERGÍA SELECCIONADA Y LIBERADA.	OK	OK	OK	OK
A50	CON CAPACIDAD DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES CON LÍMITES AJUSTABLES POR EL USUARIO.	OK	OK	OK	OK
A51	INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERÍA.	OK	OK	OK	OK
A52	ONDA BIFÁSICA RECTILINEA O EXPONENCIAL O TRUNCADA	OK	OK	OK	OK
A53	TIEMPO DE CARGA A ENERGÍA BIFÁSICA DE 200 JOULES EN MENOS O IGUAL A 7 SEGUNDOS.	OK	OK	OK	OK
A53.1	POTENCIA DE DESCARGA COMO MAXIMO HASTA EL LIMITE SUPERIOR DE 360 JOULE	OK	OK	OK	OK
A54	CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN EN MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO.	OK	OK	OK	OK
A55	MARCAPASO NO INVASIVO CON SELECCIÓN DE FRECUENCIA Y CORRIENTE DE ESTIMULACIÓN INTEGRADO AL EQUIPO.	OK	OK	OK	OK
A56	MARCAPASOS DE 30 A 170 PPM O RANGO MAS AMPLIO, CON TECNOLOGIA DE VISUALIACION RCP EN TIEMPO REAL, MEDICION DE PROFUNDIDAD Y CANTIDAD DE COMPRESION TORAXICA	OK	OK	OK	OK
<b>ACCESORIOS PARA DESFIBRILADOR</b>					
A57	DOS (02) CABLES TRONCAL DE ECG, DOS (02) JUEGOS DE RAMALES DE TRES (03) LATIGUILLOS, DOS (02) JUEGOS DE RAMALES DE CINCO (05) LATIGUILLOS O DOS (02) CABLES COMPLETOS DE TRES (03) LATIGUILLOS Y DOS (02) CABLES COMPLETOS DE CINCO (05) LATIGUILLOS)	OK	OK	OK	OK
A57.1	MENSAJE O ALARMA DE FALLA DE CONEXIÓN DE RAMAL (LEAD FAULT)	OK	OK	OK	OK
A57.2	FRECUENCIA CARDIACA: DE 30 A 300 LPM (+-3 LPM)	OK	OK	OK	OK
A57.3	ALARMA DE RITMO/ARRITMIA CARDIACA: HR, ASISTOLIA, VF, VT COMO MINIMO.	OK	OK	OK	OK
A57.4	MEDICION POR PARCHES DE DESFIBRILACION DESCARTABLES, PALETAS REUSABLES, ELECTRODOS DESECHABLES DE ECG.	OK	OK	OK	OK
A57.5	ASLAMIENTO DEL PACIENTE: TIPO CF.	OK	OK	OK	OK
A58	UN (01) REGISTRADOR DE ARREGLO TÉRMICO INTEGRADO AL EQUIPO.	OK	OK	OK	OK
A59	UN (01) JUEGO DE PALETAS ADULTO/ PEDIÁTRICO DESLIZABLES O MONTABLES SOBRE LAS PALETAS ADULTOS.	OK	OK	OK	OK
A60	TRES (03) PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES ADULTOS PARA MARCAPASO Y DESFIBRILACIÓN A MANOS LIBRES CON CABLE AL EQUIPO.	OK	OK	OK	OK
A61	UN (01) LITRO DE GEL PARA ECG.	OK	OK	OK	OK
A62	CINCO (05) ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE.	OK	OK	OK	OK
A63	CIEN (100) ELECTRODOS DESCARTABLES PARA ECG TIPO BROCHE.	OK	OK	OK	OK
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PARA DESFIBRILADOR</b>					
A64	CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON RED MONOFASICA 220V A 60HZ. CON BATERIA RECARGABLE CON AUTOMIA 3 HORAS O MAYOR	OK	OK	No indica claramente la autonomía	OK
A65	CABLE DE ALIMENTACION DE GRADO MEDICO.	OK	OK	OK	OK
A66	BATERÍA(S) RECARGABLE(S), CON CARGADOR INTEGRADO AL EQUIPO	OK	OK	OK	OK
<b>TENSIOMETRO ANEROIDE</b>					
A67	ESTUCHE DE MATERIAL SINTÉTICO, SEMIRRÍGIDO, ALTAMENTE RESISTENTE A LOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, DISEÑADO PARA PROTEGER AL EQUIPO CONTRA GOLPES.	OK	OK	OK	OK
A68	UNA (01) ESCALA DE PRESIÓN DE TIPO RELOJ CON UNA AGUJA INDICADORA DEL NIVEL DE PRESIÓN, CON RANGO DE LECTURA DE 0 A 300 MMHG. EXACTITUD DE 5 MMHG O MENOR, CON PANTALLA DE VIDRIO, ACRÍLICO O PLÁSTICO RESISTENTE, DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA USO INTENSIVO. ADECUADAMENTE CALIBRADO	OK	OK	OK	OK

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 "Reemplazo de la Infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga-Orfesa - Ayacucho"

ING. HENRI BARRIENTOS QUISPE  
 CIP N° 69870  
 SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 "Reemplazo de la Infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga-Orfesa - Ayacucho"

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
 CIP N° 98726  
 RESIDENTE DE OBRA

Lic. Mariellen Oscar Saldana Barrios  
 ASISTENTE DE INGENIERIA EN OBRA



A69	PRECISIÓN DE MEDIDA DE PRESIÓN + 5 MMHG.	OK	OK	OK	OK
A70	DIVISIÓN MÍNIMA DE ESCALA DE 2 MMHG.	OK	OK	OK	OK
A71	DOS (02) BRAZALETES DE NYLON O DE FORRO DE TELA NO CONDUCTIVA, REUSABLES, FÁCILMENTE LAVABLES Y RESISTENTES AL USO FRECUENTE, DE TAMAÑO ADULTO. CON CONECTORES DE TIPO LÁTEX O SEGÚN FABRICANTE A LA PERILLA DE INSUFLADO Y A LA ESCALA DE MEDIDA DE PRESIÓN. BRAZALETE CON SISTEMA DE FIJACIÓN DE TIPO VELCRO. CON BOLSA DE INSUFLACIÓN DE JEBE.	OK	OK	No describe las características	OK
A72	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE PRESIONES VALIDADO POR ENTIDAD COMPETENTE BASADO	OK	OK	No menciona	OK
<b>ACCESORIOS DEL TENSIOMETRO ANEROIDE</b>					
A73	DOS (02) BRAZALETES DE TAMAÑO ADULTO. UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO ESTÁNDAR Y UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO OBESO.	OK	OK	OK	OK
A74	UNA (01) BOMBILLA DE INSUFLADO DE TIPO PERILLA CON VÁLVULA DE ALIVIO DE TIPO ROSCA.	OK	OK	OK	OK
<b>PANTOSCOPIO</b>					
A75	COMPUESTO POR: OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO, MANGO UNIVERSAL, CARGADOR DE PILAS Y/O BATERIAS, ESTUCHE Y ACCESORIOS.	OK	no contempla laringoscopia	No se visualiza laringoscopia	OK
<b>COMPONENTES DEL PANTOSCOPIO</b>					
<b>OFTALMOSCOPIO</b>					
A76	COMPUESTO POR: RUEDA DE DIAFRAGMA CON DIAFRAGMA LINEAL VERTICAL, DIAFRAGMA CIRCULAR PEQUEÑO Y GRAN DIAFRAGMA CIRCULAR.	OK	OK	No menciona	OK
A77	CON FILTRO PARA ILUMINACIÓN LIBRE DE ROJO (FILTRO VERDE).	OK	OK	OK	OK
A78	SISTEMA DE ILUMINACIÓN POR LAMPARA LED O XENON.	OK	OK	OK	OK
A79	CON ÓPTICAS DE OBSERVACIÓN: CON LENTES DE -10 A +38 DIOPTRIAS, COMO MÍNIMO.	OK	OK	OK	OK
<b>OTOSCOPIO</b>					
A80	COMPUESTO POR: UNA LUPA DE VIDRIO INCORPORADA CON CAPACIDAD PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA, CON ILUMINACIÓN LED O XENON O HALOGENA, INCLUYE BALON DE INSUFLACION.	OK	OK	No menciona si incluye en balon de insuflación	OK
A81	JUEGO DE CUATRO (04) ESPECULOS REUSABLES Y ESTERILIZABLE DE DIFERENTES MEDIDAS ENTRE 2.0 MM. A 5.0 MM.	OK	OK	OK	OK
A82	MANGO PARA USO COMPARTIDO ENTRE EL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO, DE MATERIAL METALICO INOXIDABLE CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE	OK	OK	OK	OK
A83	PARA USO CON PILAS Y/O BATERIAS RECARGABLES.	OK	OK	OK	OK
<b>ACCESORIOS DE PANTOSCOPIO</b>					
A84	ESTUCHE PARA CONSERVAR Y GUARDAR ADECUADAMENTE EL EQUIPO, FABRICADO EN MATERIAL RIGIDO Y RESISTENTE.	OK	OK	OK	OK
A85	DOS (02) LAMPARAS DE REPUESTO PARA EL OTOSCOPIO	OK	OK	OK	OK
A86	DOS (02) LAMPARAS DE REPUESTO PARA EL LARINGOSCOPIO.	OK	OK	OK	OK
A87	CARGADOR DE PILAS Y/O BATERIAS, PARA CORRIENTE DE 220-230 VAC, 60 HZ.	OK	OK	OK	OK
<b>ACCESORIOS DEL COCHE DE PARO</b>					
B01	SEIS (06) TUBOS OROTRAQUEALES DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATAL.	OK	OK	OK	OK
B02	SEIS (06) TUBOS OROFARINGES DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATAL.	OK	OK	OK	OK
B03	SEIS (06) TUBOS NASOFARINGES DE DIFERENTES TAMAÑOS CON GUIA, PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATAL.	OK	OK	OK	OK
B04	SET DE MASCARAS LARINGEAS N° 1,2,3,Y 4	OK	OK	OK	OK
B05	PINZAS MAGIL: NEONATAL 15 CM, PEDIATRICO 20 CM Y ADULTO 25 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	OK	OK	OK	OK
B06	CANULA DE YANKAUER CAJA DE 100 UNIDADES DESCARTABLES	OK	OK	OK	OK
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

<b>CLAVE: D-200</b>	
<b>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: MALETÍN DE ATENCIÓN MÉDICA</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS</b>	
<b>A</b>	<b>GENERALES</b>
A01	MALETÍN PORTÁTIL, RESISTENTE A GOLPES, CAÍDAS Y USO CONSTANTE.
A02	TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO, TIPO RELOJ PROTEGIDO POR VIDRIO RESISTENTE O MATERIAL RESISTENTE SEGÚN FABRICANTE, CON PERILLA DE INSUFLACIÓN DE GOMA SUAVE, CON VÁLVULA TIPO ROSCA CON BRAZALETE PANI TIPO ADULTO CON SISTEMAS DE FIJACIÓN TIPO VELCRO.

OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 "Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

ING. HENRI BARRIENTOS QUISPE  
 CIP N° 69870  
 SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
 "Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
 CIP N° 98726  
 ASISTENTE DE OBRA

Lic. Marilén Oscar Sarmiento Bercowski  
 ASISTENTE DE ESPECIALISTA BIOMÉDICO



A03	TENSÍOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO, TIPO RELOJ PROTEGIDO POR VIDRIO RESISTENTE O MATERIAL RESISTENTE SEGÚN FABRICANTE, CON PERILLA DE INSUFLACIÓN DE GOMA SUAVE, CON VÁLVULA TIPO ROSCA CON BRAZLETE PANI TIPO PEDIÁTRICO CON SISTEMAS DE FIJACIÓN TIPO VELCRO.
A04	ESTETOSCOPIO ADULTO CON CABEZAL DE CÁPSULA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO O TITANIO CON SISTEMA DE ROTACIÓN, UNA CÁPSULA CON DIAFRAGMA ACÚSTICO DE 4.5 A 5 CM Y OTRA DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO, AMBAS CON UN ANILLO DE GOMA. CON ARCO Y AURICULARES ERGONÓMICOS, TUBO FLEXIBLE CON UN LARGO MÍNIMO DE 50 CM. CON DOS OLIVAS AURICULARES LAVABLES Y DISEÑADOS PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. CUATRO UNIDADES DE OLIVAS AURICULARES Y DOS DIAFRAGMAS ACÚSTICOS ADICIONALES.
A05	ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO CON CABEZAL DE CÁPSULA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO O TITANIO CON SISTEMA DE ROTACIÓN, UNA CÁPSULA CON DIAFRAGMA ACÚSTICO DE 3.2 CM Y OTRA DE 2 A 3.5 CM DE DIÁMETRO, AMBAS CON UN ANILLO DE GOMA. CON ARCO Y AURICULARES ERGONÓMICOS, TUBO FLEXIBLE CON UN LARGO MÍNIMO DE 50 CM. CON DOS OLIVAS AURICULARES LAVABLES Y DISEÑADOS PARA AJUSTARSE AL OÍDO DEL USUARIO. CUATRO UNIDADES DE OLIVAS AURICULARES Y DOS DIAFRAGMAS ACÚSTICOS ADICIONALES.
A06	OTO-OFTALMOSCOPIO CON MANGO UNIVERSAL O INDEPENDIENTE, METÁLICO INOXIDABLE, ANTIDESLIZANTE, CON CARGADOR DE BATERÍAS DE SOBREMESA. COMPUESTO POR RUEDA DE DIAFRAGMA LINEAL VERTICAL, DIAFRAGMA CIRCULAR PEQUEÑO, GRAN DIAFRAGMA CIRCULAR FILTRO VERDE. ÓPTICAS DE OBSERVACIÓN LENTES DE -10 A +40 DIOPTRÍAS COMO MÍNIMO. CON LUPA DE VIDRIO INCORPORADA.
A07	LINTERNA MÉDICA, TIPO LAPICERO CON GANCHO PARA BOLSILLO DE ACERO INOXIDABLE O MATERIAL RESISTENTE DESINFECTABLE, CON BULBO LED O HALÓGENO.
A08	TERMÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL, A BATERÍA.

OK	OK	OK	OK
OK	OK	Solo hace mención a una capsula con diafragma	OK
OK	OK	Solo hace mención a una capsula con diafragma	OK
OK	OK	no menciona la composición	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

CLAVE: D-203	
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: MALETÍN DE REANIMACIÓN NEONATAL	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS	
A	GENERALES
A01	MALETÍN PORTÁTIL CON COMPARTIMIENTOS.
A02	UNIDAD DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (A PEDAL Y/O NEUMÁTICA Y/O ELÉCTRICA).
RESUCITADOR MANUAL NEONATAL	
A03	BOLSA DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD DE 400ML O MENOS
A04	SEIS (06) MASCARILLAS PARA PACIENTE NEONATAL, DE MEDIDAS DIFERENTES SEGÚN EL FABRICANTE, TRANSPARENTES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
A05	UNA (01) VÁLVULA DE PACIENTE, UNA (01) VÁLVULA DE SEGURIDAD Y PEEP, UNA (01) VÁLVULA DE ALIVIO ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE
A06	ACUMULADOR DE OXÍGENO DE TUBO CORRUGADO.
LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA	
A07	CON TRES HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES NEONATOS TIPO MILLER, METÁLICOS REUSABLES CON FIBRA ÓPTICA (TAMAÑOS 00 Y 0) O EQUIVALENTE.
A08	CON MANGO PARA BATERÍA TIPO C PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA.
A09	ESTERILIZABLE A 134° C.
A10	ILUMINACIÓN POR LÁMPARA HALÓGENA O LED DE 20,000 HORAS DE USO.
B	ACCESORIOS
B01	VEINTE (20) TUBOS OROFARÍNGEOS DE TAMAÑOS DIFERENTES PARA USO NEONATAL.
B02	VEINTE (20) TUBOS NASOFARÍNGEOS DE TAMAÑOS DIFERENTES PARA USO NEONATAL.
B03	VEINTE (20) TUBOS ENDOTRAQUEALES CON GUÍA DE TAMAÑOS DIFERENTES PARA USO NEONATAL.
B04	CINCO (05) PINZAS TIPO MAGILL PARA USO NEONATAL.

OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	Solo menciona la valvula peep y valvula de alivio	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Dirección - Ayacucho"

ING. HENRI BARRIENTOS QUISPE  
CIP N° 69870  
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Dirección - Ayacucho"

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP N° 98726  
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Dirección - Ayacucho"

Lic. Mardoen Oscar Salceda Barales  
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN



B05	UN (01) CILINDRO DE OXÍGENO CON REGULADOR DE PRESIÓN Y FLUJÓMETRO.
B06	DOS (02) LÁMPARAS DE LUZ BLANCA PARA LARINGOSCOPIO: UNA (01) PRINCIPAL Y UNA (01) DE REPUESTO.

OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

CLAVE: D-204	
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: MALETIN DE REANIMACION ADULTO PEDIATRICO	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS	
A	GENERALES
A01	MALETÍN PORTÁTIL CON COMPARTIMIENTOS.
A02	UNIDAD DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (A PEDAL Y/O NEUMÁTICA Y/O ELÉCTRICA)
RESUCITADOR MANUAL ADULTO	
A03	BOLSA DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 1200ML.
A04	CUATRO (04) MASCARILLAS PARA PACIENTES ADULTOS DE MEDIDAS 3,4 Y 5 CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
A05	VÁLVULA DE PACIENTE, VÁLVULA PEEP Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
A06	ACUMULADOR DE OXÍGENO.
RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO	
A07	BOLSA DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 450 ML Y MENOR A 1000ML.
A08	CUATRO (04) MASCARILLAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS DE MEDIDAS 1,2 Y 3 CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
A09	VÁLVULA DE PACIENTE, VÁLVULA PEEP Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
A10	ACUMULADOR DE OXÍGENO.
LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA	
A11	CON CUATRO HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES ADULTOS TIPO MACINTOSH, REUSABLES DE FIBRA ÓPTICA (TAMAÑOS 2,3, 4 Y 5)
A12	CON DOS HOJAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS TIPO MILLER (RECTA), REUSABLE DE FIBRA ÓPTICA (TAMAÑO 1 Y 2)
A13	DOS (02) LÁMPARAS DE LUZ BLANCA PARA LARINGOSCOPIO: UNA (01) PRINCIPAL Y UNA (01) DE REPUESTO.
A14	UN (01) MANGO, UNA (01) BATERÍA RECARGABLE Y LA BASE DE CARGA PARA EL LARINGOSCOPIO
B ACCESORIOS	
B01	VEINTE (20) TUBOS OROFARÍNGEOS DE TAMAÑOS DIFERENTES PARA USO ADULTO Y PEDIÁTRICO.
B02	VEINTE (20) TUBOS NASOFARÍNGEOS DE TAMAÑOS DIFERENTES PARA USO ADULTO Y PEDIÁTRICO.
B03	VEINTE (20) TUBOS ENDOTRAQUEALES CON GUÍA PARA USO ADULTO Y PEDIÁTRICO.
B04	CINCO (05) PINZAS TIPO MAGILL PARA USO ADULTO (2) Y PEDIÁTRICO (3).
B05	UN (01) CILINDRO DE OXÍGENO CON REGULADOR DE PRESIÓN Y FLUJÓMETRO.

OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	Solo menciona la valvula peep y valvula de alivio	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	Solo menciona la valvula peep y valvula de alivio	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

CLAVE: D-206	
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: RESUCITADOR MANUAL ADULTO PEDIÁTRICO	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS	
A	GENERALES
A01	MALETÍN PORTÁTIL CON COMPARTIMIENTOS.
RESUCITADOR MANUAL ADULTO	

OK	OK	OK	OK

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Dresa - Ayacucho"

ING. HENRIKARIENTOS QUISPE  
CIP N° 98970  
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Dresa - Ayacucho"

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP N° 98726  
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Dresa - Ayacucho"

Lic. Mardel Oscar Sánchez Barco  
ASISTENTE DE ESPECIALISTA BIOMÉDICO



A02	BOLSA DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 1200ML.
A03	CUATRO (04) MASCARILLAS PARA PACIENTES ADULTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
A04	VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE PACIENTE, VÁLVULA PEEP Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
	<b>ACUMULADOR DE OXÍGENO.</b>
A05	ESTERILIZABLE A 134° C.
	<b>RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO</b>
A06	BOLSA DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 450 ML Y MENOR A 1000ML.
A07	CUATRO (04) MASCARILLAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
B08	VÁLVULA DE PACIENTE, VÁLVULA PEEP Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
A09	ESTERILIZABLE A 134° C.
A10	ACUMULADOR DE OXÍGENO.
<b>B</b>	<b>ACCESORIOS</b>
B01	DIEZ (10) BOLSAS DE RESERVORIO DE OXÍGENO.
B02	DIEZ (10) LÍNEAS DE MUESTRA CON CONEXIÓN A BALÓN DE OXÍGENO.

OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	Solo menciona la valvula peep y valvula de alivio	OK
OK	OK	No menciona	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	Solo menciona la valvula peep y valvula de alivio	OK
OK	OK	No menciona	OK
OK	OK	No menciona	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

<b>CLAVE: D- 375</b>	
<b>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: MALETÍN DE REANIMACIÓN PEDIÁTRICO NEONATAL</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS</b>	
<b>A</b>	<b>GENERALES</b>
A01	MALETÍN PORTÁTIL CON COMPARTIMENTOS.
A02	UNIDAD DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (A PEDAL Y/O NEUMÁTICA Y/O ELÉCTRICA)
	<b>RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO</b>
B07	BOLSA DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 450 ML Y MENOR A 1000ML.
A08	CUATRO (04) MASCARILLAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS DE MEDIDAS 1,2 Y 3 CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
A09	VÁLVULA DE PACIENTE, VÁLVULA PEEP Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
A10	ACUMULADOR DE OXÍGENO DE TUBO CORRUGADO.
	<b>RESUCITADOR MANUAL NEONATAL</b>
A03	BOLSA DE SILICONA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD DE 400ML O MENOS
A04	SEIS (06) MASCARILLAS PARA PACIENTE NEONATAL, MEDIDAS 00, 00A Y 1. TRANSPARENTES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
A05	UNA (01) VÁLVULA DE PACIENTE, UNA (01) VÁLVULA DE SEGURIDAD Y PEEP, UNA (01) VÁLVULA DE ALIVIO ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE

OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	Solo menciona la valvula peep y valvula de alivio	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	no menciona si es esterilizable	OK
OK	OK	Solo menciona la valvula peep y valvula de alivio	OK

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

ING. HENRI BARRIENTOS QUISPE  
CIP N° 69870  
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP N° 98726  
RESIDENTE DE OBRA

Lic. Maribel Oscar Acuña Barrios  
ASISTENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



A06	ACUMULADOR DE OXÍGENO DE TUBO CORRUGADO.
	<b>LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA</b>
A11	CON TRES HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS TIPO MACINTOSH, REUSABLES DE FIBRA ÓPTICA (TAMAÑOS 1,2 Y 3)
A12	CON DOS HOJAS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS TIPO MILLER (RECTA), REUSABLE DE FIBRA ÓPTICA (TAMAÑO 1 Y 2)
A13	CON TRES HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES NEONATOS TIPO MILLER, METÁLICOS REUSABLES CON FIBRA ÓPTICA (TAMAÑOS 00 Y 0) O EQUIVALENTE.
A14	ESTERILIZABLE A 134° C.
A15	ILUMINACIÓN POR LÁMPARA HALÓGENA Ó LED DE 20,000 HORAS DE USO.
A16	UN (01) MANGO, UNA (01) BATERÍA RECARGABLE Y LA BASE DE CARGA PARA EL LARINGOSCOPIO
<b>B</b>	<b>ACCESORIOS</b>
B01	VEINTE (20) TUBOS OROFARÍNGEOS DE TAMAÑOS DIFERENTES PARA USO PEDIÁTRICO Y NEONATAL.
B02	VEINTE (20) TUBOS NASOFARÍNGEOS DE TAMAÑOS DIFERENTES PARA USO PEDIÁTRICO Y NEONATAL.
B03	VEINTE (20) TUBOS ENDOTRAQUEALES CON GUÍA PARA USO PEDIÁTRICO Y NEONATAL.
B04	CINCO (05) PINZAS TIPO MAGILL PARA USO PEDIÁTRICO Y NEONATAL.
B05	UN (01) CILINDRO DE OXÍGENO CON REGULADOR DE PRESIÓN Y FLUJÓMETRO.

OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK
CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

PLAZO DE ENTREGA  
GARANTIA

30 DC	89 DC	30 DC	30 DC
51 M	51 M	60 M	51 M

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

ING. HENRI BARRANTOS QUISPE  
CIP N° 69870  
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
"Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP N° 98726  
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
Obra: "Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho"

Lic. Merthen Oscar Osavedra Barrios  
ASISTENTE DE ESPECIALISTA BIOMÉDICO