

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO S.A.		
Nomenclatura :	AS-SM-15-2023-CS/EPS ILO SA-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE PROCESOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS DE PTAP CATA CATAS Y PAMPA INALÁMBRICA		

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	17:51:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En referencia al ítem VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS SOLICITADOS de la AS N° 15-2023-CS/EPS ILO S.A. - PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO, se indica:

"2. Turbidímetro LED 0-10000 NTU
[...] Fuente de Luz: Diodo emisor de luz (LED) [...]

Al respecto, esta fuente de luz es para normas ISO, las cuales son utilizadas en el continente Europeo y LÁMPARA DE FILAMENTO DE TUNGSTENO es para normas EPA y es utilizado en nuestro país.

Por todo lo expuesto solicitamos la ACLARACIÓN o cambiar a lo siguiente:

"2. Turbidímetro 0-10000 NTU
Fuente luz: LÁMPARA DE FILAMENTO DE TUNGSTENO"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 6 Página: 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, habiendo recibido el Informe N° 09-2024-IO-IQV-EPS ILO S.A., de fecha 19 de setiembre del 2024, emitido por el área usuaria, ha indicado lo siguiente:

"Sobre la aclaración sobre el turbidímetro LED 0-10000 NTU, la de mantener la Fuente de luz Diodo emisor de luz (LED), debido que esta bajo las normas ISO, usadas en el continente Europeo, ya que son las que mejor se adaptan a las necesidades del área usuaria."

Por lo expuesto, este órgano colegiado por UNANIMIDAD ha decidido NO ACOGER la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null