

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código : 20451829913

Nombre o Razón social : DBG SOLUCIONES S.A.C

Fecha de envío : 22/08/2023

Hora de envío : 13:49:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitan:

1. Requisito de calificación: el postor debe contar con AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO.
2. Copia simple de Registro Sanitario.

Sin embargo en la página 22 de las bases indican: Así mismo se precisa los bienes que no requieran registro sanitario tampoco requerirán de la presentación del BPM y la autorización sanitaria de funcionamiento.

Al respecto, en caso aquellos productos que por su naturaleza no requieran de Registro Sanitario, solicitamos al Comité precise en las bases que se aceptará el Listado oficial actual, publicado en la página web de DIGEMID de los bienes que no requieren de registro sanitario, conforme a lo establecido en el PRONUNCIAMIENTO N°083-2016/OSCE-DGR de fecha 12 de mayo del 2016, que precisa: "No obstante, cabe indicar que la presentación del Listado de los Productos que no requieren de Registro Sanitario puede ser considerado un documento a presentar para los bienes que no requieran registro sanitario; en ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, deberá considerarse.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que según lo indica en las especificaciones técnicas, excepcionalmente para los bienes que no requieran registro sanitario, deberán presentar un documento de la DIGEMID, para lo cual se aceptará el Listado oficial actual publicado en la página web de DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código : 20100162238

Fecha de envío : 22/08/2023

Nombre o Razón social : AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.

Hora de envío : 19:23:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"En las bases solicitan ¿MICROSCOPIOS¿

SE INDICA:

Para la acreditacion del cumplimiento de especificaciones tecnicas de los equipos, los proveedores deberan presentar documentacion tecnica de sustento (catalogos, folleteria, manuales, cartas emitidas por el o los fabricantes con el fin de acriditar las especiicaciones tecnicas respectivas de acuerdo al detalle adjunto. para cuyo efecto deberan presentar la H o j a d e P r e s e n t a c i o n d e l P r o d u c t o . C O N S U L T A

Se consulta al comité de selección si cuando se indica Cartas emitidas por el fabricante se refiere a que aceptaran Cartas de Cumplimiento de Especificaciones Tecnicas emitidas por el fabricante para sustentar aquellas características no encontradas literalmente en catalogos y manuales .Solicitamos se nos confirme la aceptacion de las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II

Literal: 2.10.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que es correcta su apreciación, se aceptan Cartas de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas emitidas por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:23:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicitan como parte de la ESPECIFICACIONES TECNICAS de los microscopios: oculares y objetivos mas no se hace referencia al tratamiento antihongos que debe incluirse en la optica de los mismos. ANTECEDENTE. Un tratamiento antihongos no solo preserva su durabilidad en el tiempo a nivel de la optica sino garantiza tambien su durabilidad en el tiempo a lo largo de todo el estativo asegurando adicionalmente la proteccion al operador de muestras patogenicas. Esto debido a que hoy en dia la proteccion es integral: proteccion antimicrobiana (antihongos y antibacterias) en todo el estativo y proteccion antihongos en toda la optica. CONSULTA: Deberan incluir como requisito indispensable proteccion antimicrobiana (antihongos y antibacterias) en todo el estativo y proteccion antihongos en toda la optica?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 5 Literal: II **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que lo solicitado está indicado en los REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS - A. GENERALES - A02. TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO QUE PERMITA PROTEGER A LOS COMPONENTES ÓPTICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código : 20100162238

Fecha de envío : 22/08/2023

Nombre o Razón social : AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.

Hora de envío : 19:23:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"En las bases solicitan ¿MEJORAS A LA ESPECIFICACION¿ SE INDICA:
Para la acreditacion de las mejoras a la especificacion se indica se entregà puntaje a: :
Estructura del equipo deberá ser de material dura aluminio. - 10 puntos
ANTECEDENTES El dura aluminio es una característica muy específica para indicar el material del microscopio
CONSULTA Se aceptara tambien material de aluminio recubierto con tratamiento de pintura que inhiba crecimiento microbiano en lugar de dura aluminio?"

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.2

Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge parcialmente la consulta, el aluminio en combinación con otros materiales forma aleaciones que presentan propiedades de resistencia y durabilidad que son utilizados en la diferentes industrias, el requerimiento de duraluminio para la estructura del equipo es la mínima requerida por el área usuaria y que en la practica a demostrado las características mencionadas. se acepta otras aleaciones con aluminio que demuestren poseer resistencia y durabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica: Mejora 2: Estructura del equipo deberá ser de material Duraluminio y/o otras aleaciones con aluminio que demuestren poseer resistencia y durabilidad

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código : 20516809524

Fecha de envío : 22/08/2023

Nombre o Razón social : MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION
REPRESENTACIONES S.A.C - MASED
REPRESENTACIONES S.A.C

Hora de envío : 19:40:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO BINOCULAR

CONDENSADORES

B13 APERTURA NUMÉRICA: 1.25 AL MENOS

Solicitamos al distinguido Comité de Selección se sirvan ACEPTAR un equipo Microscopio Binocular, con condensador Swing Out, apertura numérica: 1.20 como mínimo; teniendo en consideración que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales. De esta manera se fomentaría la concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 5

Literal: V

Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, dado que la apertura numérica indica el poder de resolución de un lente, por lo que al disminuir la apertura numérica a 1.20, disminuye la resolución y afecta el estudio microscópico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	19:45:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

MICROSCOPIO BINOCULAR

OBJETIVOS CON CORRECCIÓN OPTICA INFINITA

B06 objetivo de inmersión de 100x AN 1.25

Solicitamos al distinguido Comité de Selección se sirvan ACEPTAR un equipo Microscopio Binocular con objetivo de inmersión de 100x con apertura numérica de 1.20 como mínimo; teniendo en consideración que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales. De esta manera se fomentaría la concurrencia de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5 Literal: V Página: 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, dado que la apertura numérica indica el poder de resolución de un lente, por lo que al disminuir la apertura numérica a 1.20,disminuye la resolución y afecta el estudio microscopico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	21:04:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar mayor participación de postores, Se solicita amablemente al comité que considere ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios, a fin de realizar la entrega de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I-1.9 **Literal:** -- **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, en la indagación de mercado se verificó la pluralidad de postores que cumple con el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	21:04:46

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar mayor participación de postores, se solicita amablemente al comité que considere la modificación del rango del Factor de Evaluación, conforme a lo solicitado en relación al plazo de entrega por 90 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, en la indagación de mercado se verificó la pluralidad de postores que cumple con el plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	21:04:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente al comité de selección, que defina los alcances y límites del concepto ¿Llave en mano¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I-1.6 **Literal:** -- **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que el concepto llave en mano refiere a la puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	21:04:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar mayor participación de postores, se solicita amablemente al comité que considere con relación a la Hoja de Presentación del producto, aquellos documentos emitidos por el fabricante y/o proveedor como sustento técnico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III-2.10 **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge parcialmente su consulta, solo se consideran documentos emitidos por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	21:04:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se requiere la presentación de un compromiso de suministro de insumos, materiales o repuestos por el periodo de 10 años, emitido por fabricante o dueño de la marca, en reiterados pronunciamientos el OSCE a señalado que los postores son los se comprometen a las prestaciones u obligaciones dentro del proceso y del contrato, por lo que se formula consulta a fin que se retire este requerimiento o se reformule a fin que sea el postor o el contratista el que suscriba el compromiso

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III-2.10.2 **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, no se acoge su consulta, se aclara que el sexto punto del inciso e) del numeral 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA, se establece que "el postor se compromete¿" refiriéndose a que es el postor quien debe suscribir el compromiso y no que sea el fabricante o dueño de la marca, por lo que no requiere ser reformulada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	21:04:46

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Instalación del Equipo, se formula consulta a fin que se establezca de forma expresa la obligación de la entidad de entregar el ambiente habilitado para la instalación de los equipos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III-3.3 **Literal:** -- **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que la entidad entregará el ambiente habilitado para la instalación de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	21:36:50

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA: En Microscopios binoculares para laboratorio. Solicitamos al Comité de Selección considere también otros equipos de microscopía como son los esteroscopios, microscopios trinoculares. Además de los microscopios binoculares. Para ampliar la participación de postores como nuestra empresa importadora que tenemos experiencia comercializando equipos variados de microscopía.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** a **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, se amplía bienes similares de la experiencia del postor en Bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: MICROSCÓPIOS BINOCULARES PARA LABORATORIO, EQUIPOS DE MICROSCOPÍA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código : 20100511348

Fecha de envío : 22/08/2023

Nombre o Razón social : KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES

Hora de envío : 22:28:19

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se establece en los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del apartado Anexo 5 de Especificaciones técnicas que el postor debe contar con AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO vigente.

El Comité de Selección debe saber que el órgano supervisor DIGEMID ha establecido que los bienes objeto de la presente convocatoria, a saber, MICROSCOPIOS, están incluidos en la lista de bienes que NO REQUIEREN DE REGISTROS SANITARIOS para su importación y comercialización.

Esta información se encuentra disponible y publicada por DIGEMID en el siguiente URL: <https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/registro-sanitario/productos-no-rs/>

en cuya relación incluye con posición número 961 a los Microscopios.

En vista de esta realidad, el Comité de Selección estaría infringiendo el principio de Libertad de concurrencia, del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 que dice: "Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen DEBIENDO EVITARSE EXIGENCIAS Y FORMALIDADES COSTOSAS E INNECESARIAS. SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE LIMITEN O AFECTEN LA LIBRE CONCURRENCIA DE PROVEEDORES."

Al mismo tiempo de afecta el principio de IGUALDAD DE TRATO, a favorecer a cierto proveedor con condición administrativa de droguería en desmedro de los proveedores plenamente habilitados por la ley para la comercialización de microscopios según DIGEMID

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225 D.S. N°082-2019-EF, Art 2 a) b) f) entre otros

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que según lo indica en las especificaciones técnicas, excepcionalmente para los bienes que no requieran registro sanitario, deberán presentar un documento de la DIGEMID, para lo cual se aceptará el Listado oficial actual publicado en la página web de DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20100511348	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	Hora de envío :	22:28:19

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

A04
DICE
Platina con movimiento X e Y comandado por perillas coaxiales ,escala graduada de desplazamiento(vernier),sistema de enganche y presión de objeto(muestra)fabricado en material altamente resistente.
CONSULTA
¿Nos permitirían ofertar una platina (Rackless) sin cremallera,con vernier de precisión Una (1) micra ; con superficie altamente resistente a rasguños raspaduras,agentes químicos o alternativamente con inserto de cristal Gorilla (semejante al que es usado actualmente en celulares,laptops) o un inserto de Zafiro (Sapphire) ambos materiales resistentes a Rayaduras o Agentes químicos,de fácil limpieza y con posibilidad de reposición en un caso extremo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A04 Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que las características se encuentran contenidas en las especificaciones técnicas homologadas IETSI, por lo que su cumplimiento es obligatorio y bajo responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20100511348	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	Hora de envío :	22:28:19

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

A 06

DICE

Cabezal de Observación Binocular el cual deberá poseer prismas de reflexión interna(no espejos o similares) y demás componentes ópticos de cristal de alta calidad.

CONSULTA

El cabezal sería recomendable que fuera Ergonomico ,es decir básculante (Tilting) de 5°-35°, para que el operador cambie de altura,al cambiar de posición,así los exámenes en largas jornadas sean menos estresantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: A06

Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que las características se encuentran contenidas en las especificaciones técnicas homologadas IETSI, por lo que su cumplimiento es obligatorio y bajo responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código : 20100511348

Fecha de envío : 22/08/2023

Nombre o Razón social : KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES

Hora de envío : 22:28:19

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

A 07

DICE

Ajuste macro y micro métrico comandados mediante perillas,coaxiales graduadas.

CONSULTA

El enfoque es determinante en microscopio,ya la sensibilidad nos da la Posibilidad de observar cortes que ayudan para determinar los resultados de una opinión de una lámina. Existe una regla que se utiliza en la práctica : 1.- Los microscopios para colegios primarios tienen un sensibilidad de cuatro/tres (4 o 3) micras PRINCIPIANTES. 2.- Universidades,institutos técnicos,laboratorios rutinarios, tienen Dos(2) micras , 0.002 mm. 3.-Laboratorios de institutos,Laboratorios de hospitales,(estudios especiales),,Laboratorios de investigación,etc, tiene una sensibilidad de Una (1))micra. 0.001 mm.

Confirменos, por favor, cuál de ellas es la que utilizan para sus Observaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: A07

Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que las características se encuentran contenidas en las especificaciones técnicas homologadas IETSI, por lo que su cumplimiento es obligatorio y bajo responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código : 20100511348

Nombre o Razón social : KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES

Fecha de envío : 22/08/2023

Hora de envío : 22:28:19

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

A 09

DICEN

Revólver de Objetivos quintuplet al menos.

CONSULTA

Nuestros microscopios viene equipados con revólver porta-objetivos CODIFICADOS,

Significa que al giro de este revólver, se tienen un sistema (software) que memoriza la intensidad de luz necesaria para cada objetivo y automatiza esta funsion,que está reflejada digitalmente en una pantallita de interfaz LCD ubicada en la parte frontal del

Microscopio además indica con que objetivo se está trabajando,y lo más

Útil que se puede regular la Temperatura de Color, ya que la fuente de

iluminación viene equipada con un Led denominado S-Led cuyo rango

en grados K° abarca desde 3000° K hasta 7000 °K ,cubriendo el rango

de la Luz halógena de 3000°K - 5000°K y la más habitual del Led que va de 5000°K

a 7000° K.,cubriendo ambos y pudiéndose regular.

Esto economiza tiempo y resultados más acertados, mejor documentados y con menos cansancio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: A09

Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que las características se encuentran contenidas en las especificaciones técnicas homologadas IETSI, por lo que su cumplimiento es obligatorio y bajo responsabilidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código : 20100511348

Fecha de envío : 22/08/2023

Nombre o Razón social : KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES

Hora de envío : 22:28:19

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

B01 al B06

DICE

OBJETIVOS con CORRECCIÓN ÓPTICA INFINITA (∞)

COSULTA

Permítanos aconsejarlos en el caso de la Unidad Funcional,Patología

Clínica - Anatomía Patológica.

Les sugerimos objetivos de Corrección óptica infinita ∞ de grado superior denominados Semi-APOCROMÁTICOS, que no solo por su mayor APERTURA NUMÉRICA, sino también por su corrección Cromática ,y su definición de imagen, en fin ustedes saben que los objetivos tipo APO son lo más cercanos a la perfección en el límite de lo posible en cuanto a la reproducción de la imagen.

Solicitamos su venia para ofertarlos, como una mejora como Objetivos de óptica Infinita ∞ de calidad Semi-Apocromática.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: B

Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que las características se encuentran contenidas en las especificaciones técnicas homologadas IETSI, por lo que su cumplimiento es obligatorio y bajo responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20100511348	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	Hora de envío :	22:28:19

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

B 07 a B 09

DICE

B 07 Oculares de Campo Ancho de 10x/20mm o 10x/22mmm

CONSULTA

¿Podríamos ofertar EWF 10x/22mm y SEWF 10x/25mm .Y adicionalmente

Un par de WF 12.5x/17.5mm ,aunque el campo es menor pero vean

Aumentos : EWF 10x/22mm. x Obj. 100x/1.25 con lo que resultan 1000x aumentos en total.

Aumentos : WF 12.5x/ 17.5mm x Obj. 100x/1.25. en cuyo caso serían 1250x aumentos en total.

WF. Gran angulares

EWF. Gran angulares extendidos

SEWF. Gran angulares Súper extendidos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: B

Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que las características se encuentran contenidas en las especificaciones técnicas homologadas IETSI, por lo que su cumplimiento es obligatorio y bajo responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20100511348	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	Hora de envío :	22:28:19

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

ILUMINACIÓN

B14. a. B16

Ya consultado anteriormente.

Aclarando ;tenemos control electrónico para el S-Led.

B 16 Sistema de iluminación tipo Kohler y sistema de luz Polarizada

El microscopio tiene sistema Kohler y además nuestra lente de campo es tipo "ojo de mosca" .

Para Polarización tenemos dos equipos :

(polarizador y el analizador)

a.- El de Polarización Simple.

b.- El especial polarización equipo accesorio GOUT para el caso de la gota.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: B

Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que las características se encuentran contenidas en las especificaciones técnicas homologadas IETSI, por lo que su cumplimiento es obligatorio y bajo responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20100511348	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	Hora de envío :	22:28:19

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

C03 accesorios para estudios de Campo Oscuro

Hay dos tipos de accesorios

A.- Campo Oscuro en seco, solo se necesita un condensador de Campo Oscuro .

B.- Campo Oscuro de inmersión en aceite, para lo cual necesita un Objetivo

Planacromatico de 100x/1.25 con diafragma iris además de un condensador de Campo Oscuro para aceite, siendo este último el más completo y fiel para las investigacioens.

Por favor especifique cuál es el de vuestra elección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C **Página:** 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que las características se encuentran contenidas en las especificaciones técnicas homologadas IETSI, por lo que su cumplimiento es obligatorio y bajo responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20100511348	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	Hora de envío :	22:28:19

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se asigna puntaje a las mejoras técnicas sobre sobre dos aspectos totalmente supérfluos:

La Mejora 1: consiste en que el Material de los objetivos deberá ser de cristal.

Esta no es realmente una mejora, sino que el uso de Cristal Óptico en la manufactura de los Lentes de un Microscopio de uso Clínico es un requisito mínimo y fundamental (no una mejora)

Consideramos que este puntaje de 5 puntos debe asignarse a una verdadera mejora en la calidad óptica, tal como la provisión de lentes objetivos de claidad superior a la de los Planacromáticos, es decir: para objetivos Semi-Apocromáticos o Apocromáticos conservando las cualidades de la óptica de corrección infinita.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** G **Página:** 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225 D.S. 082-2019-EF. Art. 2 f) Eficacia y eficiencia y g) principio de vigencia tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que se acoge la consulta, se retira Mejora 1 de los factores de evaluación. Asimismo, se redistribuye puntaje en Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica: G. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / evaluación: Mejora 1: Estructura del equipo deberá ser de material Duraluminio (10 puntos)

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código :	20100511348	Fecha de envío :	22/08/2023
Nombre o Razón social :	KONRAD LINDER SAC REPRESENTACIONES	Hora de envío :	23:20:39

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se asigna puntaje a las mejoras técnicas sobre dos aspectos totalmente superfluos:
La Mejora 2: consiste en que el equipo deberá ser de material Duraluminio.

Si bien actualmente es muy común que la parte estructural de los equipos de laboratorio, incluyendo a la gran mayoría de los microscopios en el mercado internacional, sean elaborados con aleaciones de aluminio, el Comité de Selección debe tener conocimiento de lo siguiente:

1) El Duraluminio es simplemente Uno entre decenas de diferentes tipos de aleaciones con base en el Aluminio para las manufacturas. Cada fabricante de Microscopios dispone de la tecnología preferente y en algunos casos mejorada para este aspecto de la fabricación, pudiendo disponer de aleaciones diferentes y aún superiores a la del Duraluminio en muchos casos. Visto de esta manera, la predilección sobre el Duraluminio es completamente injustificado y antojadizo. Puede considerarse una práctica de sesgo que favorezca a cierto proveedor que haya documentado a este tipo de aleación en particular. Este sesgo es naturalmente ilegítimo y contrario a la ley de contrataciones, además de injustificado pues no representa una ventaja demostrable o real.

2) La especificación generalmente encontrada en el mercado internacional es que los estativos de los microscopios son fabricados en alguna aleación de aluminio, además de diferentes piezas de distintos metales para sus componentes mecánicos, de precisión y estructurales.

Esta observación es sobre el puntaje asignado tendenciosamente el cual debería emplearse para favorecer otros aspectos en cuanto a mejoras tecnológicas. En lo relativo al objetivo, la mejor calidad corresponde a la mayor precisión en el movimiento de enfoque (atributo fundamental de los estativos de los microscopios). La precisión preferida para aplicaciones en investigación avanzada es la signada con la cifra de 0.001 mm por centésima de giro o 1 um (micra).

Consideramos que la asignación de este puntaje (5 puntos) debería favorecer a las ofertas que alcancen este nivel superior de precisión (superior al habitual de 2um micras) en el mecanismo de enfoque dispuesto en el estativo del microscopio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: G Página: 73

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225 D.S. 082-2019-EF. Art. 2 f) Eficacia y eficiencia y g) principio de vigencia tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, no se acoge su observación, la asignación del puntaje a la mejores técnicas fue sugerida por el usuario (personal asistencial del servicio de citogenética), y se baso en la experiencia de años de uso de este tipo de equipos (microscopios), que estaban fabricados con el material duraluminio, demostrando durabilidad, eficiencia y resistencia al uso prolongado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 22/08/2023

Hora de envío : 23:43:43

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

A05 Se solicita: Control de enfoque para el condensador.

CONSULTAMOS amablemente al comité, en aras de mayor claridad y evitar ambigüedades, si aceptarían como especificación equivalente lo siguiente:
CONDENSADOR: ENFOCABLE Y CENTRABLE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ANEXO 5 **Literal:** A **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que las características se encuentran contenidas en las especificaciones técnicas homologadas IETSI, por lo que su cumplimiento es obligatorio y bajo responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 22/08/2023

Hora de envío : 23:43:43

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

C02 Se solicita objetivos con corrección óptica infinita adicionales:

Un objetivo de 40x tipo plan acromático o superior

Un (01) objetivo de inmersión de 100x/A.N. 1.25 ¿ Aceite tipo PLAN ACROMATICO o superior

Un (01) objetivo de 10x tipo plan acromático o superior.

CONSULTAMOS amablemente al comité, si se trata de objetivos que se deben incluir adicionalmente a los ya solicitados en el ITEM B (COMPONENTES B01-B06) o no, y solo se entregaran los objetivos indicados en el ITEM B (COMPONENTES B01-B06).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 5 Literal: C **Página:** 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que se deben incluir adicionalmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-71-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS MICROSCOPIOS BINOCULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HNGAI EN EL MARCO DE LA IOARR - REPOSICION CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2560285

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 22/08/2023

Hora de envío : 23:43:43

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Hoja de presentación del producto.

CONSULTAMOS amablemente al comité, si adicionalmente a los documentos solicitados para el sustento de las especificaciones técnicas, aceptaría DECLARACIÓN JURADA DEL FABRICANTE. Así mismo, CONSULTAMOS si para la acreditación de los accesorios a suministrar (algunos suministrados localmente), aceptaría DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 2.10 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge parcialmente su consulta, solo se consideran documentos emitidos por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null