

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20604136025	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO CORPORACION ATLANTIC E.I.R.L.	Hora de envío :	16:00:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Tiempo de expiración mayor a 12 meses

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que puedan aceptar la oferta de reactivos con tiempo de expiración no menor de 6 meses, con carta de compromiso de canje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se opta por NO ACEPTAR lo solicitado, siendo necesario que los productos tengan una vigencia mayor a 12 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:14:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas

Pág. 23 al 27

En cuanto a la linealidad de los reactivos:

Cada uno de los reactivos solicitados posee dentro de sus características o requerimientos técnicos, linealidad, esta característica usualmente es utilizada para direccionar los procesos de selección a una marca en específico, es por ello que en instituciones tan grandes como EsSalud en sus bases estándares establecidas por el IETSI, no se considera en los reactivos de bioquímica dicha característica, ya que ello limitaría la participación de los postores y llevaría a la entidad a un incumplimiento de la ley de contrataciones con el estado artículo 2 inciso a) Libertad de concurrenceia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrenceia de proveedores.

Solicitamos al comité especial con motivo de la integración de bases, RETIRAR la característica linealidad de 15 analitos objeto de esta contratación, para evitar un proceso desierto, y ampliar la participación de los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a linealidad es una característica fundamental de los buenos métodos analíticos de medición, en los que existe una relación lineal entre las concentraciones de analito "verdaderas" y las concentraciones medidas. En el procedimiento analítico (dentro de un intervalo determinado) se obtienen resultados de ensayo directamente proporcionales a la concentración (cantidad) de analito en la muestra. En este contexto, la linealidad refiere a la relación entre los resultados analíticos finales y no a la relación entre la señal de salida del instrumento y la concentración del analito, que puede ser no lineal, por tal motivo es importante precisar este dato dentro de las especificaciones tecnicas , por lo cual NO SE ACEPTA la solicitud de retiro de característica de linealidad de los 15 analitos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:14:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Especificaciones técnicas

Pág. 23 al 27

En cuanto a la sensibilidad de detección mínima o límite de detección de los reactivos:

Cada uno de los reactivos solicitados posee dentro de sus características o requerimientos técnicos, la sensibilidad de detección mínima o límite de detección, esta característica usualmente es utilizada para direccionar los procesos de selección a una marca en específico, es por ello que en instituciones tan grandes como EsSalud en sus bases estándares establecidas por el IETSI, no se considera en los reactivos de bioquímica dicha característica, ya que ello limitaría la participación de los postores y llevaría a la entidad a un incumplimiento de la ley de contrataciones con el estado artículo 2 inciso a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Solicitamos al comité especial con motivo de la integración de bases, RETIRAR la característica sensibilidad de detección mínima de los 15 analitos objeto de esta contratación, para evitar un proceso desierto, y ampliar la participación de los postores

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La sensibilidad o limite de detección se define como la concentración más baja de un analito en una muestra que puede detectarse de forma fiable. Por lo tanto, reduce probabilidad de que una muestra de baja concentracoón de un resultado falso negativo,por tal motivo es importante precisar este dato, por lo cual NO SE ACEPTA la solicitud de retiro de característica de deteccion minima de los 15 analitos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:16:25

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las Bases del Proceso en 1.2. Objetivo de la Convocatoria indican que las Cantidades pueden variar según la necesidad del área usuaria. Sin embargo, la Ley de Contrataciones ampara esta variación en +/- 25% a la cantidad correspondiente por entrega. Por ello, se solicita al Comité de Selección pueda aclarar y agregar a las Bases que las cantidades pueden variar en +/- 25% a la cantidad correspondiente por entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria informa que, a fin evitar confuciones a los postores se retirará dicha nota, respetandose el cronograma de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:16:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las Bases del Proceso en 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta se indica que para el Equipo Automatizada se realizará la Hoja de presentación del equipo en cesión de uso (Anexo N° 02). Sin embargo, el Anexo N° 2 adjunto en las bases obedece a otro concepto. Solicitamos al Comité de Selección pueda agregar la Hoja de presentación del equipo en cesión de uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por error material se consigno un anexo incorrecto, se precisa y aclara que corresponde al anexo 07 la Hoja de presentacion del equipo en cesion de uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:16:25

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para el Equipo en sesión de uso, solicitamos al Comité de Selección determinar qué características serán acreditables por documentación original de Fabricante, siendo las características acreditables por el fabricante: TIPO, METODOLOGIA, RENDIMIENTO y CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las características acreditables por documentación original de Fabricante o por el fabricante serán: TIPO, METODOLOGIA, RENDIMIENTO y CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:16:25

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para el Equipo en sesión de uso, solicitamos al Comité de Selección pueda aceptar equipo (Analizador Bioquímico) y Reactivos, de misma y/o distinta marca, siempre que el postor realice la validación de calidad correspondiente en ejecución de contrato, acredita en el expediente mediante la Declaración Jurada.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al garantizar la eficacia y eficiencia en los procesos de los analitos, se opta por NO ACEPTAR reactivos de distinta marca al equipo de bioquímica automatizado. Debe ceñirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:16:25

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con finalidad de ampliar pluralidad de postores, solicitamos al Comité de Selección que para el ACIDO URICO pueda aceptar una Linealidad dentro de un rango de medición de 0,07 (menor o igual) ¿ 20 mg/dL (igual o mayor).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:16:25

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con finalidad de ampliar pluralidad de postores, solicitamos al Comité de Selección que para la CREATININA pueda aceptar una Linealidad dentro de un rango de medición de 0,2 (igual o menor ¿ 15 mg/dL (mayor o igual).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:16:25

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con finalidad de ampliar pluralidad de postores, solicitamos al Comité de Selección que para las PROTEINAS TOTALES pueda aceptar Test fotométrico utilizando azul de Biuret.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:16:25

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Con finalidad de ampliar pluralidad de postores, solicitamos al Comité de Selección que para la ALBUMINA pueda aceptar una Linealidad dentro de un rango de medición de 0,2 (igual o menor) ¿ 6 g/dL (mayor o igual).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	18:16:25

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con finalidad de ampliar pluralidad de postores, solicitamos al Comité de Selección que para la BILIRRUBINA DIRECTA pueda aceptar una Linealidad igual o mayor de 10 mg/dl.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria NO ACEPTA lo solicitado, sin embargo para promover la participacion de potenciales postores se aceptara linealidad mayor o igual a 20 mg/dl.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:16:25

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección que pueda confirmar si nuestra apreciación es correcta, respecto a que para el TGO se acepta Test UV perfeccionado según la IFCC (Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio).

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:16:25

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección que pueda confirmar si nuestra apreciación es correcta es correcta, respecto a que para el TGP se acepta Test UV perfeccionado según la IFCC (Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:16:25

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con finalidad de ampliar pluralidad de postores, solicitamos al Comité de Selección que para la LACTATO DESHIDROGENASA LACTICA pueda aceptar la metodología Test optimizado de acuerdo a la Sociedad Alemana de Química Clínica (DGKC).

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:16:25

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con finalidad de ampliar pluralidad de postores, solicitamos al Comité de Selección que para la LACTATO DESHIDROGENASA LACTICA pueda aceptar una Linealidad rango de 0.15 (menor o igual) ¿ 340.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria NO ACEPTA lo solicitado, sin embargo para promover la participacion de potenciales postores se aceptara linealidad mayor o igual a 1000 U/L y limite de deteccion: 4U/L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:16:25

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con finalidad de ampliar pluralidad de postores, solicitamos al Comité de Selección que para COLESTEROL TOTAL pueda confirmar si nuestra apreciación es correcta y se acepta Prueba enzimática fotométrica ¿CHOD¿PAP¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se opta por ACEPTAR, prueba enzimatica fotometrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 18:16:25

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

ANEXO 01: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA BIOQUIMICA: Se solicita RENDIMIENTO: Con mínimo de 300 pruebas por Hora. Se observa con que la demanda diaria de test a procesar calculados en un mínimo de tiempo 7 meses (calculado por el intervalo de entregas) más un posible adicional de crecimiento en demanda de 25%, El procesamiento diario de las pruebas con una velocidad de 300 test /n hora culminaría en aproximadamente 1.4 horas aproximadamente.; Lo que no hace gran diferencia con una velocidad de 150 test/ hora que culminaría el procesamiento automático en 2.8 horas, teniendo en cuenta que la jornada diaria en laboratorio es un mínimo de 6 horas.

Por lo cual consultamos, con motivo de no encarecer la prueba, se acepte un Rendimiento de 150 pruebas por hora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La demanda de las pruebas se ha incrementado ,este año se necesita cubrir coberturas con las diferentes estrategias sanitarias , asi mismo la corrida de calibradores y controles demanda de tiempo el que debe ser considerado por cada jornada laboral, asi como la emision de resultados al ser ditribuidos a todos los establecimientos de salud del callao, por lo mencionado NO SE ACEPTA el rendimiento diario de menos de 300 pruebas por hora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 19:18:27

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las páginas 23 al 26, Especificaciones Técnicas.Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

En los 16 productos, se requieren una presentación: ¿el volumen total de reactivo o de los componentes del kit no deberá ser mayor 100 ml. Para evitar la oxidación y contaminación del reactivo.¿ Con excepción de los productos Ac, Úrico y Glucosa se adiciona : ¿ o 100 determinaciones¿ la cual induce confusión ya que el fundamento es el mismo .

Se Solicita al área usuaria aclarar que el volumen de reactivo coincide con el número de determinaciones, dando por entendido que: 1 ml de REACTIVO = 1 DETERMINACION.

Facilitando la entrega correcta de productos que requiere la institución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las presentacion se refiere a frascos de 100 ml,no a la cantidad de determinaciones. Asimismo indica que a fin de fomentar mayor participacion se aceptará presentacion entre 100 ml ¿ 300 ml

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las páginas 23 al 26, Especificaciones Técnicas. Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

En los 16 productos, se requieren una presentación: ¿reactivos dedicados a la marca y/o modelo del equipo del mismo fabricante para garantizar: la eficiencia y eficacia en el equipo en cesión de uso ofertado por el postor¿.

En la actualidad los fabricantes de reactivos utilizan plataformas de fabricantes de equipos de bioquímica automatizadas. el cual tienen consigo adaptaciones a sus productos, garantizando el cumplimiento de la eficiencia y eficacia de los productos requeridos y las cuales las vuelven mas competitivos en el mercado.

Solicitamos al comité y al área usuaria acepte la propuesta de productos (reactivos de bioquímica automatizada) con equipos de bioquímica automatizada de uso abierto con sus adaptaciones respectivas con el fin de propiciar mayor competencia y pluralidad de ofertas que solo beneficiaría a la institución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al garantizar la eficacia y eficiencia en los procesos de los analitos, se opta por NO ACEPTAR reactivos de distinta marca al equipo de bioquímica automatizado. Debe ceñirse a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.
Producto ACIDO URICO presentación: ¿el volumen total de reactivo o de los componentes del kit no deberá ser mayor 100 ml o 100 determinaciones. Para evitar la oxidación y contaminación del reactivo.¿
Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que la presentación de del kit de 250 ml (R1 125 ml +R2 125ml).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 19:18:27

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto CREATININA presentación: ¿el volumen total de reactivo o de los componentes del kit no deberá ser mayor 100 ml. Para evitar la oxidación y contaminación del reactivo.¿

Solicitamos al comité especial que para fomentar la mayor participación de postores, acepte que la presentación de del kit de 250 ml (R1 125 ml +R2 125ml).

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto PROTEINAS TOTALES Linealidad: igual o mayor a 15 g/dL.

Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que para PROTEINAS TOTALES la linealidad sea: igual o mayor a 14g/dL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto ALBUMINA Linealidad: igual o mayor a 7 g/dL.

Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que para ALBUMINA la linealidad sea: igual o mayor a 6 g/dL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.
Producto BILIRRUBINA TOTAL presentación: ¿el volumen total de reactivo o de los componentes del kit no deberá ser mayor 100 ml. Para evitar la oxidación y contaminación del reactivo.¿
Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que la presentación de del kit de 260 ml (2rvo. R1 125 ml + 1 rvo. R2 10ml).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto BILIRRUBINA TOTAL Linealidad: igual o mayor a 25 mg/dL.

Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que para BILIRRUBINA TOTAL la linealidad sea: igual o mayor a 18 mg/dL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 19:18:27

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto BILIRRUBINA DIRECTA presentación: ¿el volumen total de reactivo o de los componentes del kit no deberá ser mayor 100 ml. Para evitar la oxidación y contaminación del reactivo.¿

Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que la presentación de del kit de 260 ml (2rvo. R1 125 ml + 1 rvo. R2 10ml).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto BILIRRUBINA DIRECTA Linealidad: igual o mayor a 25 mg/dL.

Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que para BILIRRUBINA DIRECTA la linealidad sea: igual o mayor a 20 mg/dL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto TGO (TRANSAMINASA OXALACETICA) linealidad: igual o mayor a 500 U/L.

Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que para TGO (TRANSAMINASA OXALACETICA) la linealidad sea: igual o mayor a 467 U/L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto TGP (TRANSAMINASA PIRUVICA) linealidad: igual o mayor a 500 U/L.

Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que para TGP (TRANSAMINASA PIRUVICA) la linealidad sea: igual o mayor a 400 U/L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA linealidad: igual o mayor a 400 U/L.

Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que para GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA la linealidad sea: igual o mayor a 300 U/L.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.
Producto GLUCOSA presentación: ¿el volumen total de reactivo o de los componentes del kit no deberá ser mayor 100 ml o 100 determinaciones. Para evitar la oxidación y contaminación del reactivo.¿
Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que la presentación de del kit de 250 ml (2 reactivos de 125ml).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.
Producto COLESTEROL HDL, sensibilidad de detección mínima menor o igual 1 mg/dL.
Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que para COLESTEROL HDL, sensibilidad de detección mínima menor o igual 5.0 mg/dL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 19:18:27

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto TRIGLICERIDOS presentación: ¿el volumen total de reactivo o de los componentes del kit no deberá ser mayor 100 ml. Para evitar la oxidación y contaminación del reactivo.¿

Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que la presentación de del kit de 250 ml (2 reactivos de 125ml).

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 19:18:27

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto COLESTERO TOTAL presentación: ¿el volumen total de reactivo o de los componentes del kit no deberá ser mayor 100 ml. Para evitar la oxidación y contaminación del reactivo.¿

Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que la presentación del kit de 250 ml (2 reactivos de 125ml).

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.
Producto COLESTEROL TOTAL linealidad: igual o mayor a 7 mg/dL.
Solicitamos al comité especial que aclare la linealidad de producto COLESTEROL TOTAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Error de digitacion, para COLESTEROL TOTAL la linealidad se considerara mayor o igual a 600 mg/dL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código : 20423555182

Fecha de envío : 02/03/2023

Nombre o Razón social : CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.

Hora de envío : 19:18:27

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Paquete N 01 punto 4. Alcance y descripción de los bienes a contratar.

Producto COLESTEROL TOTAL linealidad: igual o mayor a 7 mg/dL.

Solicitamos al comité especial que, para fomentar la mayor participación de postores, acepte que para COLESTEROL TOTAL la linealidad sea: igual o mayor a 1000 mg/dL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: III

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acepta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-GRC-DIRESA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA AUTOMATIZADA CON CINCO (05) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA LA DIRESA CALLAO

Ruc/código :	20423555182	Fecha de envío :	02/03/2023
Nombre o Razón social :	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	Hora de envío :	19:18:27

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

. Paquete N 01 punto 5.3, SOLICITUD DE MUESTRAS.
En el párrafo: ¿los resultados de las pruebas serán suscritas a través de un acta, consignando las pruebas realizadas y el resultado de las mismas. Dicha acta formara parte de la¿
Es claro que el párrafo esta inconcluso. Se solicita completar el párrafo para tener completo conocimiento del proceso de adquisición.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para la presente adquisición no se solicitará muestras, se retirará de todos los extremos de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null