

FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL


1	NÚMERO DE ACTA	004-2025-CS / LP N°003-2025-HNDM-1																																																																																																																						
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En la ciudad de Lima, a los 02 días del mes de julio del año 2025, en el local del Ambiente de procesos de seleccion - Oficina de Logística, a las 12:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 04 - Designación de Comité de Selección N° 07-2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 003-2025-HNDM-1, cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO ULTRASONIDO AVANZADO IOARR CON CUI 2530162., a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación., de acuerdo a lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ETAPAS</th> <th colspan="2">FECHAS DE LAS SESIONES</th> <th colspan="2">HORA DE LAS SESIONES</th> </tr> <tr> <th>Desde:</th> <th>Hasta:</th> <th>Desde:</th> <th>Hasta:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Para la admisión:</td> <td>02/07/2025</td> <td>02/07/2025</td> <td>08:00</td> <td>12:00</td> </tr> <tr> <td>- Para la evaluación:</td> <td>02/07/2025</td> <td>02/07/2025</td> <td>08:00</td> <td>12:00</td> </tr> <tr> <td>- Para la calificación:</td> <td>02/07/2025</td> <td>02/07/2025</td> <td>08:00</td> <td>12:00</td> </tr> <tr> <td>- Para el otorgamiento de la buena pro:</td> <td>02/07/2025</td> <td>02/07/2025</td> <td>08:00</td> <td>12:00</td> </tr> </tbody> </table>					ETAPAS	FECHAS DE LAS SESIONES		HORA DE LAS SESIONES		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:	- Para la admisión:	02/07/2025	02/07/2025	08:00	12:00	- Para la evaluación:	02/07/2025	02/07/2025	08:00	12:00	- Para la calificación:	02/07/2025	02/07/2025	08:00	12:00	- Para el otorgamiento de la buena pro:	02/07/2025	02/07/2025	08:00	12:00																																																																																						
ETAPAS	FECHAS DE LAS SESIONES		HORA DE LAS SESIONES																																																																																																																					
	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:																																																																																																																				
- Para la admisión:	02/07/2025	02/07/2025	08:00	12:00																																																																																																																				
- Para la evaluación:	02/07/2025	02/07/2025	08:00	12:00																																																																																																																				
- Para la calificación:	02/07/2025	02/07/2025	08:00	12:00																																																																																																																				
- Para el otorgamiento de la buena pro:	02/07/2025	02/07/2025	08:00	12:00																																																																																																																				
3	SOBRE EL QUÓRUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) <p>El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presidente</th> <th>JESUS HUAMANI RODRIGUEZ</th> <th>Titular</th> <th>X</th> <th>DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td>FREDDY CLEMENTE TASAYCO AYALA</td> <td>Titular</td> <td>X</td> <td>OFICINA DE GESTION TECNOLÓGICA HOSPITALARIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td>SANDRA MARILU CHAVEZ ALIAGA</td> <td>Titular</td> <td></td> <td>OFICINA DE LOGISTICA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Presidente	JESUS HUAMANI RODRIGUEZ	Titular	X	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES			Suplente			Primer Miembro	FREDDY CLEMENTE TASAYCO AYALA	Titular	X	OFICINA DE GESTION TECNOLÓGICA HOSPITALARIA			Suplente			Segundo Miembro	SANDRA MARILU CHAVEZ ALIAGA	Titular		OFICINA DE LOGISTICA			Suplente	X																																																																																						
Presidente	JESUS HUAMANI RODRIGUEZ	Titular	X	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES																																																																																																																				
		Suplente																																																																																																																						
Primer Miembro	FREDDY CLEMENTE TASAYCO AYALA	Titular	X	OFICINA DE GESTION TECNOLÓGICA HOSPITALARIA																																																																																																																				
		Suplente																																																																																																																						
Segundo Miembro	SANDRA MARILU CHAVEZ ALIAGA	Titular		OFICINA DE LOGISTICA																																																																																																																				
		Suplente	X																																																																																																																					
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES <p>De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>RUC</th> <th>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</th> <th>FECHA DE REGISTRO</th> <th>ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>20111876097</td><td>CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.</td><td>02/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>2</td><td>20263368992</td><td>CYMED MEDICAL SAC</td><td>01/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>3</td><td>20338022850</td><td>DROCSA S.A.C.</td><td>11/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>4</td><td>20340116055</td><td>TECNI - MED.SYSTEM. S.A.</td><td>31/03/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>5</td><td>20477671561</td><td>RICAF MEDICAL E.I.R.L</td><td>25/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>6</td><td>20509997340</td><td>INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC</td><td>01/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>7</td><td>20513997818</td><td>CORPORACION MEDICA PERUANA Y SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.C.</td><td>11/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>8</td><td>20524983924</td><td>MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.</td><td>03/06/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>9</td><td>20551306128</td><td>DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.</td><td>29/03/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>10</td><td>20601105994</td><td>MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>03/06/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>11</td><td>20601901065</td><td>CIAMEDICAL PERU S.A.C.</td><td>11/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>12</td><td>20602703003</td><td>ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.</td><td>31/03/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>13</td><td>20603907362</td><td>SCALAP MEDICAL S.A.C.</td><td>11/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>14</td><td>20604404291</td><td>LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.</td><td>31/03/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>15</td><td>20606152176</td><td>BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.</td><td>31/03/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>16</td><td>20606384409</td><td>CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.</td><td>01/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>17</td><td>20607396516</td><td>COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.</td><td>28/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>18</td><td>20608966405</td><td>INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.</td><td>31/03/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>19</td><td>20610583131</td><td>THUNDER MEDIC SAC</td><td>21/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>20</td><td>20611300701</td><td>MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA</td><td>10/04/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>21</td><td>20611580429</td><td>REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.</td><td>31/05/2025</td><td>Válido</td></tr> <tr><td>22</td><td>20612214949</td><td>MEDISONICPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>11/04/2025</td><td>Válido</td></tr> </tbody> </table>					N°	RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	ESTADO	1	20111876097	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	02/04/2025	Válido	2	20263368992	CYMED MEDICAL SAC	01/04/2025	Válido	3	20338022850	DROCSA S.A.C.	11/04/2025	Válido	4	20340116055	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	31/03/2025	Válido	5	20477671561	RICAF MEDICAL E.I.R.L	25/04/2025	Válido	6	20509997340	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	01/04/2025	Válido	7	20513997818	CORPORACION MEDICA PERUANA Y SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.C.	11/04/2025	Válido	8	20524983924	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	03/06/2025	Válido	9	20551306128	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	29/03/2025	Válido	10	20601105994	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/06/2025	Válido	11	20601901065	CIAMEDICAL PERU S.A.C.	11/04/2025	Válido	12	20602703003	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	31/03/2025	Válido	13	20603907362	SCALAP MEDICAL S.A.C.	11/04/2025	Válido	14	20604404291	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	31/03/2025	Válido	15	20606152176	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	31/03/2025	Válido	16	20606384409	CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.	01/04/2025	Válido	17	20607396516	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	28/04/2025	Válido	18	20608966405	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	31/03/2025	Válido	19	20610583131	THUNDER MEDIC SAC	21/04/2025	Válido	20	20611300701	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	10/04/2025	Válido	21	20611580429	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	31/05/2025	Válido	22	20612214949	MEDISONICPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/04/2025	Válido
N°	RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	ESTADO																																																																																																																				
1	20111876097	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	02/04/2025	Válido																																																																																																																				
2	20263368992	CYMED MEDICAL SAC	01/04/2025	Válido																																																																																																																				
3	20338022850	DROCSA S.A.C.	11/04/2025	Válido																																																																																																																				
4	20340116055	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	31/03/2025	Válido																																																																																																																				
5	20477671561	RICAF MEDICAL E.I.R.L	25/04/2025	Válido																																																																																																																				
6	20509997340	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	01/04/2025	Válido																																																																																																																				
7	20513997818	CORPORACION MEDICA PERUANA Y SERVICIOS ASISTENCIALES S.A.C.	11/04/2025	Válido																																																																																																																				
8	20524983924	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	03/06/2025	Válido																																																																																																																				
9	20551306128	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	29/03/2025	Válido																																																																																																																				
10	20601105994	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/06/2025	Válido																																																																																																																				
11	20601901065	CIAMEDICAL PERU S.A.C.	11/04/2025	Válido																																																																																																																				
12	20602703003	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	31/03/2025	Válido																																																																																																																				
13	20603907362	SCALAP MEDICAL S.A.C.	11/04/2025	Válido																																																																																																																				
14	20604404291	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	31/03/2025	Válido																																																																																																																				
15	20606152176	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	31/03/2025	Válido																																																																																																																				
16	20606384409	CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.	01/04/2025	Válido																																																																																																																				
17	20607396516	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	28/04/2025	Válido																																																																																																																				
18	20608966405	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	31/03/2025	Válido																																																																																																																				
19	20610583131	THUNDER MEDIC SAC	21/04/2025	Válido																																																																																																																				
20	20611300701	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	10/04/2025	Válido																																																																																																																				
21	20611580429	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	31/05/2025	Válido																																																																																																																				
22	20612214949	MEDISONICPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/04/2025	Válido																																																																																																																				
5	DETALLE DE LOS POSTORES <p>En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>RUC</th> <th>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</th> <th>FECHA</th> <th>HORA</th> <th>ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20263368992</td> <td>CYMED MEDICAL SAC</td> <td>04/06/2025</td> <td>20:16:18</td> <td>Valido</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>20111876097</td> <td>CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.</td> <td>04/06/2025</td> <td>18:43:51</td> <td>Valido</td> </tr> </tbody> </table>					N°	RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA	HORA	ESTADO	1	20263368992	CYMED MEDICAL SAC	04/06/2025	20:16:18	Valido	2	20111876097	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	04/06/2025	18:43:51	Valido																																																																																																	
N°	RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA	HORA	ESTADO																																																																																																																			
1	20263368992	CYMED MEDICAL SAC	04/06/2025	20:16:18	Valido																																																																																																																			
2	20111876097	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	04/06/2025	18:43:51	Valido																																																																																																																			
6	ADMISIÓN DE LAS OFERTAS																																																																																																																							

De acuerdo con la revisión efectuada, el Comité de Selección del procedimiento de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas o Términos de referencia, según corresponda.

6.1 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CYMED MEDICAL SAC	NO CUMPLE CON EL REQUISITO SEGÚN INFORME TECNICO DE LA OFICINA DE OGTH QUIEN ES EL AREA TECNICA ESPECIALIZADA EN LA REVISION TECNICA DEL EQUIPO (SE ADJUNTA INFORME N°421-2025-OGTH-HNDM PARA MAYOR SUSTENTO)
2	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	NO CUMPLE CON EL REQUISITO SEGÚN INFORME TECNICO DE LA OFICINA DE OGTH QUIEN ES EL AREA TECNICA ESPECIALIZADA EN LA REVISION TECNICA DEL EQUIPO (SE ADJUNTA INFORME N°421-2025-OGTH-HNDM PARA MAYOR SUSTENTO)
6.2 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
...	-	-

9 DECLARATORIA DE DESIERTO		
De acuerdo al Artículo 65. Declaración de desierto, 65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida.		
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUSTENTO DE DESIERTO
1	CYMED MEDICAL SAC	NO CUMPLE CON EL REQUISITO SEGÚN INFORME TECNICO DE LA OFICINA DE OGTH QUIEN ES EL AREA TECNICA ESPECIALIZADA EN LA REVISION TECNICA DEL EQUIPO (SE ADJUNTA INFORME N°421-2025-OGTH-HNDM PARA MAYOR SUSTENTO)
1	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	NO CUMPLE CON EL REQUISITO SEGÚN INFORME TECNICO DE LA OFICINA DE OGTH QUIEN ES EL AREA TECNICA ESPECIALIZADA EN LA REVISION TECNICA DEL EQUIPO (SE ADJUNTA INFORME N°421-2025-OGTH-HNDM PARA MAYOR SUSTENTO)

10 ACUERDO ADOPTADO	
El Comité de Selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.:	

11		
	JESUS HUAMANI RODRIGUEZ NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
		
	FREDDY CLEMENTE TASAYCO AYALA NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO TITULAR	SANDRA MARILU CHAVEZ ALIAGA NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE



PERÚ

Ministerio
de SaludVice Ministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Dos de MayoHospital Nacional
"DOS DE MAYO"150
Años
Revolucionando la salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

INFORME N° 421-2025-OGTH-HNDM

A : Abog. Hernan Omar Saavedra Rengifo.
Jefe de la Oficina de Logística.

ATENCIÓN : Sra. Sandra Marilu Chavez Aliaga.
Segundo Miembro Suplente del Comité de Selección LP N°003-2025-HNDM-1

ASUNTO : Respecto a la Solitud de Apoyo Técnico para la Revisión de las Ofertas Presentadas en el Procedimiento de Selección LP N°003-2025-HNDM-1.

REFERENCIA : Registro N°02432-2025.

FECHA : Lima, 30 de junio del 2025.

Me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez informar de acuerdo con el registro de la referencia, donde mediante Oficio N°04-2025-CS-LP N°04-2025-HNDM, donde el Segundo Miembro Suplente del Procedimiento de Selección Licitación Pública N°003-2025-HNDM, – "Adquisición de Equipo Ecógrafo Ultrasonido Avanzado – CUI N°2530162", solicita el apoyo técnico, para la verificación de las ofertas recibidas según el numeral 3.2 Requisitos de Calificación.

Se adjunta al presente expediente las propuestas de los siguientes postores:

1. Consultora y Equipadora Médica S.A.
2. CYMED MEDICAL S.A.C.

Así mismo, en mi calidad de área técnica corresponde indicar que, al realizarse la evaluación correspondiente a los Documentos para la Admisión de la Oferta y Requisitos de Calificación, Se concluye lo siguiente:

- 1. Consultora y Equipadora Médica S.A. : NO CUMPLE** con la documentación para la admisión de la oferta, según Capítulo II numeral 2.2 Contenido de las Ofertas, sub numeral 2.2.1. Documentos de presentación **obligatoria**, sub numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, literal e) según siguiente detalle:

- ✓ **Hoja de presentación del equipo/ sustento de cumplimiento de las características técnicas** El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones y características técnicas solicitadas, para lo cual deberá presentar el siguiente formato: (Formato adjunto en las bases integradas) Así mismo, el postor adjuntará copia; de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos originales elaborados por el fabricante, data sheet o brochure elaborado por el fabricante con el fin de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el formato, indicando claramente el número de folio(s) que sustente el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada. Para el número de folio no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales. Para el caso de características técnicas que no se encuentren en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características (máximo 03 especificaciones técnicas)

Oficina de Gestión Tecnológica Hospitalaria.

Parque Historia de la Medicina Peruana s/n Alt. Cdra. 13 Av. Grau- Cercado de Lima
Teléfono: 328-0028 Anexo 8244
Web: <https://www.gob.pe/hndosdemayo>
E-mail direcciongeneral@hndosdemayo.gob.pe secretariadogthdm@gmail.com

#DosDeMayoSomosTodos #HumanizandoNuestroTrato





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Dos de Mayo



Hospital Nacional
"DOS DE MAYO"

150
Años
Revolucionando la salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

El postor presenta en su oferta en folio N°10, el documento HOJA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO/ SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, el cual indica el cumplimiento de lo solicitado en el literal e), sin embargo, se observa lo siguiente:

✓ **A09 50, 000,000 (CINCUENTA MILLONES) O MÁS CANALES DE PROCESAMIENTO DE SEÑAL.**

Se observa que en foja N°28, el postor indica que el equipo ofertado cuenta con parámetros de escaneo de número infinito de canales efectivos, esto genera una ambigüedad, puesto se solicita una cantidad específica de canales, que supere esta cantidad, indicar que el equipo cuenta con canales infinitos no brinda una precisión técnica respecto a esta característica. Se observa en foja N°54, el postor sustenta con un catálogo en otro idioma. Por tal no cumple con lo solicitado.

✓ **A11 RANGO DINAMICO DE 320 DB COMO MINIMO.**

Se observa que en foja N°28, el postor indica que el equipo ofertado cuenta con rango dinámico ajustable, nivel superior infinito, esto genera una ambigüedad, puesto se solicita una cantidad específica de rango dinámico como mínimo, indicar que el equipo cuenta rango infinito no brinda una precisión técnica respecto a esta característica. Se observa en foja N°54, el postor sustenta con un catálogo en otro idioma. Por tal no cumple con lo solicitado.

✓ **B01 MEDICION EN DISTANCIA, PROFUNDIDAD, CIRCUNFERENCIA, AREA, VOLUMEN, % DE ESTENOSIS (AREA O DIAMETRO), LATIDOS CARDÍACOS. MEDIDAS SEGÚN APLICACIÓN: PEDIÁTRICA, ANGULO DE CADERA ALFA Y BETA, CARDIACA, UROLOGÍA (VOLUMEN DE VEJIGA, PROSTATA Y PSA), ORINA RESIGUAL, VOLUMEN TESTÍCULO, RIÑON, CALCULOS VASCULARES, GINECOLÓGICOS Y OBSTETRICOS COMO MÍNIMO, REPORTES.**

Se observa que en fojas N°34,35,36,37, el postor indica que el cumplimiento parcial de lo solicitado en la presente característica técnica. En fojas N°61, 62, 63, 64 el postor sustenta con un catálogo en otro idioma. En fojas N°106, 107 el postor sustenta de forma parcial lo solicitado en la presente característica técnica. Por último, en foja N°146 se presenta el documento "Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas", en donde se señala que los equipos de la marca GE Healthcare, al respecto mencionar que el literal "e" de los documentos de presentación obligatoria indica que "Para el caso de características técnicas que no se encuentren en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante (el subrayado es agregado), el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características". Las cartas de fabricante se pueden usar para sustentar características técnicas que no puedan encontrarse en los documentos técnicos señalados, en este caso el postor a presentado en los folios 34, 35, 36, 37, 61, 62, 63, 64, 106, 107 información para efectos de sustentar la presente característica técnica, sin considerar la medición de orina residual. Por tal no cumple con lo solicitado.



Oficina de Gestión Tecnológica Hospitalaria.

Parque Historia de la Medicina Peruana s/n Alt. Cdra. 13 Av. Grau- Cercado de Lima
Teléfono: 328-0028 Anexo 8244
Web: <https://www.gob.pe/hndosdemayo>
E-mail: direcciongeneral@hndosdemayo.gob.pe secretariadogndm@gmail.com

#DosDeMayoSomosTodos #HumanizandoNuestroTrato





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital Nacional
Dos de MayoHospital Nacional
"DOS DE MAYO"150
Revolucionando la salud

654

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

- ✓ **D01 UN (01) TRANSDUCTOR CONVEXO CON FRECUENCIA DE 2.0 A 6.0 MHZ, CON 190 ELEMENTOS COMO MINIMO, CON ANGULO DE 70 GRADOS O MAS PARA APLICACIÓN EN OBSTETRICIA, GINECOLOGIA Y ABDOMINAL.**

Se observa que en foja N°38, el postor indica el cumplimiento parcial de lo solicitado en la presente característica técnica. En foja N°64 el postor sustenta con un catálogo en otro idioma. En foja N°65 el postor sustenta con un catálogo en otro idioma. Por tal no cumple con lo solicitado.

Por tal motivo la presente oferta no estaría cumpliendo con la documentación para su admisión.

- 2. CYMED MEDICAL S.A.C.: NO CUMPLE** con la documentación para la admisión de la oferta, según Capítulo II numeral 2.2 Contenido de las Ofertas, sub numeral 2.2.1. Documentos de presentación **obligatoria**, sub numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, literal e) según siguiente detalle:

- ✓ **Hoja de presentación del equipo/ sustento de cumplimiento de las características técnicas** El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones y características técnicas solicitadas, para lo cual deberá presentar el siguiente formato: (Formato adjunto en las bases integradas) Así mismo, el postor adjuntará copia; de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos originales elaborados por el fabricante, data sheet o brochure elaborado por el fabricante con el fin de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el formato, indicando claramente el número de folio(s) que sustente el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada. Para el número de folio no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales. Para el caso de características técnicas que no se encuentren en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características (máximo 03 especificaciones técnicas)

El postor presenta en su oferta en folio N°290, el documento HOJA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO/ SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, el cual indica el cumplimiento de lo solicitado en el literal e), sin embargo, se observa lo siguiente:

- ✓ **D01 UN (01) TRANSDUCTOR CONVEXO CON FRECUENCIA DE 2.0 A 6.0 MHZ, CON 190 ELEMENTOS COMO MINIMO, CON ANGULO DE 70 GRADOS O MAS PARA APLICACIÓN EN OBSTETRICIA, GINECOLOGIA Y ABDOMINAL.**

Se observa que en foja N°339, el postor indica el cumplimiento parcial de lo solicitado en la presente característica técnica. En foja N°386 el postor indica el cumplimiento parcial de lo solicitado en la presente característica técnica, más no indica que cuente con los elementos requeridos. Por tal no cumple con lo solicitado.

- ✓ **D02 UN (01) TRANSDUCTOR LINEAL CON FRECUENCIA DE 4.0 A 12.0 MHZ, CON 192 ELEMENTOS O MAS, CON LONGITUD DE 54MM (tolerancia +/- 4mm) PARA APLICACIÓN VASCULAR Y PARTES PEQUÑAS.**

Oficina de Gestión Tecnológica Hospitalaria.

Parque Historia de la Medicina Peruana s/n Alt. Cdra. 13 Av. Grau- Cercado de Lima
Teléfono: 328-0028 Anexo 8244
Web: <https://www.gob.pe/hndosdemayo>
E-mail direcciongeneral@hdosdemayo.gob.pe secretaria@hndosdemayo.gob.pe

#DosDeMayoSomosTodos #HumanizandoNuestroTrato





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Dos de Mayo



Hospital Nacional
"DOS DE MAYO"

150 Años
Revolucionando la salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Se observa que en foja N°339, el postor indica el cumplimiento parcial de lo solicitado en la presente característica técnica. En foja N°387 el postor indica el cumplimiento parcial de lo solicitado en la presente característica técnica, más no indica que cuente con los elementos requeridos. Por tal no cumple con lo solicitado.

✓ **D04 UN (01) TRANSDUCTOR LINEAL TIPO HOCKEY CON FRECUENCIA DE 8.0 A 24.0 MHZ O FRECUENCIA DE 8.5 A 22.0 MHZ CON 160 ELEMENTOS O MAS, CON LONGITUD DE 25MM (tolerancia +-2mm) PARA MUSCULOESQUELETICO.**

Se observa que en foja N°313, el postor indica el cumplimiento parcial de lo solicitado en la presente característica técnica. En foja N°339 el postor indica el cumplimiento parcial de lo solicitado en la presente característica técnica. En foja N°389 el postor indica el cumplimiento parcial de lo solicitado en la presente característica técnica, más no indica que cuente con los elementos requeridos. Por tal no cumple con lo solicitado.

Por tal motivo la presente oferta no estaría cumpliendo con la documentación para su admisión.

Se eleva el presente informe, para su conocimiento y realice las acciones correspondientes por el trámite regular. Sin otro particular me despido con un cordial saludo.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
ING. SERGIO PONCE DEL FONSECA ZEVALLOS
Jefe de la Oficina de Gestión
E-mail: sergio.ponce@hndosdemayo.gob.pe
Tel: 313 244 1111

CC.:
Archivo.

Oficina de Gestión Tecnológica Hospitalaria.

Parque Historia de la Medicina Peruana" s/n Alt. Cdra. 13 Av. Grau- Cercado de Lima
Teléfono: 328-0028 Anexo 8244
Web: <https://www.gob.pe/hndosdemayo>
E-mail: direcciongeneral@hndosdemayo.gob.pe secretariadg@hndosdemayo.gob.pe

#DosDeMayoSomosTodos #HumanizandoNuestroTrato

