

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS TIPO HAWA-TENSIMETRO ANEROIDE PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:02:07

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

El Comité de Selección: Para los Ítem 1, 2 y 3 están solicitando capacitación al usuario por 3 horas. De ello señalamos que este requerimiento debería ser eliminado toda vez que los productos requeridos son de baja complejidad y complementarios, no son sofisticados ni difíciles de operar. El hecho de requerir capacitación incrementaría el costo del producto ya que se tendría que viajar a cada establecimiento de salud. Solicitamos al comité de selección eliminar el requerimiento de capacitación de usuario

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP. III      Literal: APENDICE C      Página: 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DICE: HORAS DE CAPACITACION AL USUARIO: 3

DEBE DECIR: HORAS DE CAPACITACION AL USUARIO: 0

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS TIPO HAWA-TENSIMETRO ANEROIDE PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20100162238

Fecha de envío : 20/10/2023

Nombre o Razón social : AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT  
COMPANY DEL PERU S.A.

Hora de envío : 17:02:07

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

El Comité de Selección por error de tipeo publicó otra relación de distribución de los lugares en donde estarán destinados los equipos requeridos. Solicitamos al comité de selección indicar las cantidades y lugares en donde estarán destinados dichos equipos.

**Acápites de las bases :** Sección: Específico Numeral: CAP. III

**Literal:** APENDICE D **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA, SE REALIZARÁN LAS CORRECCIONES MENCIONADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE CORRIGE EL ANEXO D EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS TIPO HAWA-TENSIMETRO ANEROIDE PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:07:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 PLAZO DE ENTREGA indican:  
La entrega se realizará a los veinte (20) días calendario, el cual está referido a la entrega de los bienes, instalación puesta en funcionamiento de los equipos complementarios, y capacitación al personal asistencial los cuales se detalla en el APÉNDICE C de acuerdo a cada ítem, EL PLAZO MAXIMO DE ENTREGA se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de la notificación de la Orden de Compra.

En el numeral 2.5 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO indican  
El contrato se perfecciona con la NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

En el numeral 8.2 PLAZO MAXIMO DE ENTREGA  
La entrega se realizará a los veinte (20) días calendario, el cual está referido a la entrega de los bienes, instalación puesta en funcionamiento de los equipos complementarios, y capacitación al personal asistencial los cuales se detalla en el APÉNDICE C de acuerdo a cada ítem, EL PLAZO MAXIMO DE ENTREGA se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de la notificación de la Orden de Compra.

Solicitamos al Comité de Selección DEFINIR en el numeral 1.9 y numeral 8.2 de las bases que el plazo se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA (no del contrato)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: . Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE LA CONSULTA Y SE MODIFICARA LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
DICE: EL PLAZO MAXIMO DE ENTREGA SE EMPIEZA A CONTABILIZAR A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO O DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.  
DEBE DECIR: EL PLAZO MAXIMO DE ENTREGA SE CONTABILIZARA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS TIPO HAWA-TENSIMETRO ANEROIDE PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20100262291

Fecha de envío : 20/10/2023

Nombre o Razón social : COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C

Hora de envío : 17:07:13

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

5.4 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

Se aceptará el uso de placas metálicas que contengan los datos solicitados debidamente grabados, estas placas deberán estar firmemente unidas al cuerpo o al estuche del equipo.

El equipo TENSIMETRO ANEROIDE CLINICO no cuenta con un área libre donde se pueda colocar una placa metálica debido a su tamaño reducido.

Por lo indicado, Solicitamos al Comité de Selección DESISTIR de pedir placas para este equipo o caso contrario acepten sticker autoadhesivo en el estuche del bien.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.4      **Literal:** .      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGELA CONSULTA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE PROCEDERA A SUPRIMIR EL PUNTO 5.4. DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LAS BASES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS TIPO HAWA-TENSIMETRO ANEROIDE PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:07:13

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

5.5..1.2 Las pruebas contenidas en los protocolos, por cada ítem, serán revisadas y aprobadas por la Oficina de Ingeniería Hospitalaria de la Red asistencial, y a su consideración, en coordinación con el contratista, podrán ser ajustadas. Dicha Oficina podrá solicitar la subsanación al contratista y/o aprobará el Protocolo de Pruebas en un plazo máximo de diez (10) días calendario.

5.5.3.1.3 Es condición obligatoria para la conformidad a las Pruebas operativas de los equipos, que el contratista presente lo siguiente:

1) El formato Protocolo de Pruebas aprobado por la Oficina de Ingeniería Hospitalaria de la Red Asistencial, debidamente llenado y suscrito.

2) El formato de Resultados del Protocolo de Pruebas llenado y suscrito, luego de cumplirse las actividades indiadas en el Formato Protocolo de Pruebas.

El equipo solicitado objeto de la presente convocatoria es un equipo de complejidad menor, considerado por EsSalud como material médico, no un bien activo fijo, por lo que no requiere de Protocolo de Pruebas y su Resultado para la entrega o conformidad.

Por lo indicado, solicitamos al Comité de Selección DESISTIR de pedir estos documentos para su aprobación anticipada, presentación obligatoria al momento del internamiento y parte del Acta de Recepción.

Caso contrario, de creer conveniente que sí necesitan de su presentación, solicitamos acepten que dichos documentos sean APROBADOS a la recepción de los Equipos Complementarios (como la ficha técnica), considerando que tenemos un plazo corto para la entrega de los bienes y la aprobación de estos documentos antes del internamiento pueden ocasionar demoras y/o retrasos viéndonos perjudicados con penalidades y/o moras.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 55313 Literal: . Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE PROCEDERA A SUPRIMIR EL PUNTO 5.5.3.1.2 Y 5.5.3.1.3 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS TIPO HAWA-TENSIMETRO ANEROIDE PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:07:13

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

CONSTATAR LA ENTREGA DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN

Los equipos objeto de la convocatoria al ser de complejidad menor, solo viene con manual de instrucciones simple.

Solicitamos al Comité de Selección, considerar lo indicado y dejar en claro que al pedir MANUALES DE OPERACIÓN se aceptará el manual de instrucciones/instructivo/inserto, etc, con el que viene el equipo de complejidad menor directo de fábrica.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.1      **Literal:** .      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA PARCIALMENTE Y SE MODIFICARA LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DICE: CONSTATAR LA ENTREGA DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN.

DEBE DECIR: CONSTATAR LA ENTREGA DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y/O MANUAL DE INSTRUCCIONES Y /O INSTRUCTIVO Y/O INSERTO, ETC.

ADICIONALMENTE SE AGREGARA DICHAS ACLARACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS TIPO HAWA-TENSIMETRO ANEROIDE PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20100262291	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	Hora de envío :	17:07:13

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

ENTREGA, PRE-INSTALACION, CAPACITACION ESPECIALIZADA Y PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GARANTIA

CAPACITACION AL USUARIO: SI REQUIERE

HORAS DE CAPACITACION AL USUARIO: 3

Los equipos objeto de la presente convocatoria, son de complejidad menor, considerado por EsSalud como material médico, no un bien activo fijo, por lo que NO REQUIERE DE CAPACITACION USUARIA.

Solicitamos al Comité de Selección DESISTIR de pedir esta capacitación y suprimirla del cuadro de ENTREGA, PRE-INSTALACION, CAPACITACION ESPECIALIZADA Y PERIODO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GARANTIA

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** APENDICE B      **Literal:** .      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DICE: HORAS DE CAPACITACION AL USUARIO: 3

DEBE DECIR: HORAS DE CAPACITACION AL USUARIO: 0

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS TIPO HAWA-TENSIMETRO ANEROIDE PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20101267386

Nombre o Razón social : PROMED E I R L

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 18:15:06

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Ya que son equipos de importación, se solicita al comite considerar 60 dias calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato o de la notificacion de la orden de compra.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General        **Numeral:** 8                      **Literal:** 8.2                      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA CONSULTA, PRECISANDO QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION TIENE UN PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE , LOS MISMOS QUE DEBERAN SER COMPROMETIDOS , DEVENGADOS Y PAGADOS EN EL PRESENTE AÑO FISCAL. ASI MISMO PRECISAMOS QUE EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL SOLO SIRVE PARA SER USADA EN ESTE AÑO Y NO SERVIRA PARA EL AÑO 2024 POR TRATARSE DE RESERVAS PRESUPUESTAL PARA EL PERIODO 2023.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA.



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS TIPO HAWA-TENSIMETRO ANEROIDE PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código : 20101267386

Nombre o Razón social : PROMED E I R L

Fecha de envío : 20/10/2023

Hora de envío : 18:15:06

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Debido a la naturaleza y forma del equipo, no se le puede colocar una placa de identificación ¿ la placa se puede colocar en la caja del equipo?

**Acápites de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 5.4                    **Literal:** 5.4.1                    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGELA CONSULTA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE SUPRIMIRA EL PUNTO 5.4. DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-ESSALUD/RAAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS TIPO HAWA-TENSIMETRO ANEROIDE PARA LA RED ASISTENCIAL APURIMAC

Ruc/código :	20101267386	Fecha de envío :	20/10/2023
Nombre o Razón social :	PROMED E I R L	Hora de envío :	18:15:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

- ¿ Confirmar que el lugar de entrega y conformidad del bien se realizara en el Almacén central de la Red Asistencial Apurímac
- ¿ ¿La Red Asistencial Apurímac se encargara de la distribución a los centros de destinos?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA INDIANDO QUE LA ENTREGA TOTAL SE REALIZARA EN LOS ALMACENES DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC UBICADA EN Av. Quinita Cayetana lote A, parte integrante del lote 61 y 61-A Sector Patibamba baja ¿ EsSalud - Abancay ¿ Apurímac.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.