

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : EQUIPO CALORÍMETRO PARA EL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2327995<sub>2</sub>

Ruc/código : 20523412486

Nombre o Razón social : CESPI PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/04/2025

Hora de envío : 16:59:55

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Capacidad de carga de oxígeno de 15-35 bar  
Para mayor participacion de postores y que sea de mayor eficiencia  
PREGUNTA;

Aceptar capacidad de carga de Oxígeno a 40 atm (Convirtiendo 35 bar es igual a 34.5 atm)

**Acápíte de las bases :** Sección: General

**Numeral:** III

**Literal:** \*\*\*

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta, se aceptara la capacidad de carga de oxigeno a 40 atm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Capacidad de carga de oxígeno de 15-35 bar (ó hasta 40 atm)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : EQUIPO CALORÍMETRO PARA EL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2327995¿

Ruc/código :	20523412486	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	CESPI PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:59:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Rango de trabajo de 15° a 40°C  
Para mayor participacion de postores y que sea de mayor eficiencia  
PREGUNTA;  
Aceptar un rango de trabajo de temperatura de 20° a 40°C

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: \*\*\*\* Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, por que en el laboratorio la temperatura ambiente es de 15°C, por lo cual no se puede considerar el rango a partir de 20°.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : EQUIPO CALORÍMETRO PARA EL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2327995¿

Ruc/código :	20523412486	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	CESPI PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:59:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Analizar muestras que liberan 8000-10000 calorías/g

Para mayor participacion de postores y que sea de mayor eficiencia

PREGUNTA;

Aceptar analisis de muestra que liberem 52 - 12,000 calorías por muestra como mejora???

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: \*\*\* Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se aceptara análisis de muestra de 52- 12,000 calorías como mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : EQUIPO CALORÍMETRO PARA EL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2327995¿

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:28:46

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Para uniformizar la solicitud por favor se pide especificar los siguientes puntos:

- N° recipientes: 4 / Especificar si se requieren 4 recipientes o capacidad de hasta 4 recipientes.
- Rango de trabajo de 15 a 40 °C / Especificar si se refiere a rango de trabajo del termómetro.
- Una prensa de pellet manual para preparación de muestras / Especificar qué tamaño de pallet se requiere obtener.
- Un pellets de ácido benzoico / Especificar cuántas unidades de pellets y de qué peso se requiere.
- Crisoles / Especificar cuántas unidades de crisoles se requiere y si se requieren con cobertura o ¿tapa¿.
- Con memoria / Especificar qué tipo de memoria se requiere (SD o USB).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** III      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara la consulta, que se refiere al numero de recipientes, 04 como mínimo.

El rango de trabajo de 15 a 40 °C se refiere a la temperatura del laboratorio.

Pellet de 1 gr. Mínimo 70 unidades.

Crisoles (mínimo 06) con memoria del equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-17-2025-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : EQUIPO CALORÍMETRO PARA EL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE DE LA UNCP CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2327995¿

Ruc/código :	20208473523	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	ENERQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:28:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA:

Para promover pluralidad de postores y teniendo en cuenta que este equipo es de importación, se solicitar ampliar el plazo de entrega de 90 a 110 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, por necesidad urgente del equipo no se ampliará el plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null