

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código : 20602468748

Nombre o Razón social : PG SCHLUMBOHM S.A.C.

Fecha de envío : 22/10/2024

Hora de envío : 21:36:25

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan:

## 9.2 PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA

¿  
El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos (capacitación al personal asistencial y la referida a servicio técnico especializado), no deberá exceder de treinta (30) días calendarios según el APÉNDICE D, se entiende que el plazo de ejecución de la prestación se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la fecha de la suscripción del contrato. El último día de dicho plazo, se convierte en la fecha límite de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos por parte del contratista en el lugar de destino y dentro del plazo contractual.

Es responsabilidad de la Entidad definir los requerimientos técnicos mínimos, pero esta facultad no es ilimitada. Deben ser razonables y coherentes con el objetivo de la convocatoria y alinearse con los principios de la normativa de contratación pública. Por lo tanto, para ofertar productos con las características solicitadas, se deben considerar los tiempos de importación, desaduanaje, nacionalización y traslado dentro del plazo de entrega. No es razonable fijar un plazo máximo de entrega de 30 días calendario. Establecer tal plazo implicaría que los postores ya tengan los bienes disponibles sin tener la certeza de obtener la adjudicación, lo cual sería excesivo y costoso en la etapa de presentación de ofertas. Además, esto vulneraría el principio de libertad de concurrencia, ya que solo los postores con equipos en stock podrían cumplir con dicho plazo.

Por lo tanto, solicitamos al Comité que amplíe el plazo de entrega a un máximo de 60 días calendario.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 9.2      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este comité de selección no acoge la consulta, Se aclara que el plazo máximo de entrega es de treinta (30) días calendario, existiendo pluralidad de postores que cumplen con ello, tal como se corroboró en la indagacion de mercado realizado como parte de los actos preparatorios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20602468748	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	Hora de envío :	21:36:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases solicitan:

¿A11- AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERNO EN LA CAMARA DE ESTERILIZACIÓN, CUBIERTO DE ALUMINIO.

En este contexto, tanto el aluminio como el acero inoxidable tienen excelentes propiedades de resistencia a la corrosión. No obstante, el acero inoxidable es más resistente a la corrosión que el aluminio, gracias a su composición y propiedades.

Por lo antes descrito, solicitamos amablemente ampliar lo solicitado, quedando de la siguiente manera:  
A11 - AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERNO EN LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN, CUBIERTO DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: F Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en referencia al area usuaria se precisa, que las especificaciones tecnicas son las minimas que se requiere para el equipo solicitado, el postor es libre de ofertar el equipo que cumpla con las especificaciones minimas del IETSI, considerando el costo beneficio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20601289408	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	PW SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	21:58:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan plazo de entrega 30 días, por el plazo solicitado se entendería que el postor debe tener el equipo en stock lo que resulta poco probable teniendo en cuenta la capacidad y tecnología del equipo, esto podría significar que la manufactura sea anterior al año en curso lo que no resulta favorable teniendo en cuenta el plazo de garantía solicitado (3 años), dejando fuera a los postores que trabajan con equipos fabricados en el año de la compra lo que garantiza un equipo totalmente nuevo con tecnología vigente.

Teniendo en cuenta lo mencionado solicitamos al Comité de Selección ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, a fin de permitir la pluralidad de postores que comercializan equipos fabricados fuera del país bajo estrictos controles de calidad lo que garantiza su perdurabilidad en el tiempo.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección no acoge la consulta, "Se aclara que el plazo máximo de entrega es de treinta (30) días calendario, existiendo pluralidad de postores que cumplen con ello, tal como se corroboró en la indgacion de mercado realizado como parte de los actos preparatorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20601289408	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	PW SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	21:58:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

A06

Lector Código de barras: EL sistema de código de barras está pensado para una trazabilidad global de la central de esterilización (área roja, área azul y área verde) y sala de operaciones donde solicitarlo sólo encarece el equipo y no sería un componente útil para la institución.

Solicitamos al Comité de Selección retirar la solicitud de Lector de Código de barras ya que encarece el costo del equipo y resulta innecesario si los otros servicios no cuentan con un sistema de trazabilidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: F Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en referencia al area usuaria se precisa. El lector de codigo de barras es una herramienta utill que permite un mejor control de los materiales que lllegan a la central de esterilizacion de acuerdo a las especificaciones minimas del IETSI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20601289408	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	PW SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	21:58:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

A27

Solicitan: Impresora térmica para el registro completo del proceso en sistema Alfanumérico y gráfico (Curva de proceso): Solicitamos que la impresora solo cuente con función alfanumérica, ya que la curva de proceso se muestra en la pantalla de visualización al momento de la realización del ciclo e incluir este dato de curva sólo aumenta el gasto de papel térmico a la institución, por otro lado cuando se descarga el ciclo en el software se muestra el grafico de curvas sin la necesidad de gastar papel en su impresión.

Solicitamos al Comité de Selección retirar la solicitud de gráfico (Curva de proceso) ya que genera un gasto adicional a la Institución, teniendo en cuenta que se muestra el grafico de curvas sin la necesidad de gastar papel en su impresión cuando se descarga el ciclo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: F Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en referencia al area usuaria se aclara, las especificaciones tecnicas del IETSI, son especificaciones minimas que debe de cumplir el equipo ofertado y en los actos preparatorios hubo pluralidad de postores que cumplen con lo indicado enla especificion A27.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20601289408	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	PW SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	21:58:50

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

B01

Solicitan BOMBA DE AGUA TIPO ANILLO

Solicitamos aclarar si la solicitud es: TIPO ANILLO DE UNA ETAPA O DOBLE ETAPA, Y A SU VE CONSULTAR SI COMO MEJORA SE PODRÁ PRESENTAR EQUIPO CON BOMBA DE VACÍO SECA LO QUE REPRESENTA UN AHORRO DEL 90% DE AGUA POR CICLO.

LA BOMBA DE VACÍO NO REQUIERE EL PUNTO B10: CONDENSADOR O INTERCAMBIADOR DE CALOR PREVIO AL SISTEMA DE VACÍO Y CUMPLE AMPLIAMENTE CON EL PUNTO B11: SISTEMA AHORRADOR DE AGUA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

BOMBA DE AGUA TIPO ANILLO O BOMBA DE VACÍO SECA

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** F      **Página:** 60

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este comité de selección en referencia al area usuaria se aclara, el postor es libre de ofertar el tipo de bomba de agua tipo anillo que cumpla con lo solicitado en la especificacion tecnica B01. del IETSI, la especificacion tecnica considera tambien el costo beneficio que tiene un sistema con bomba de agua tipo anillo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20601289408	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	PW SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	21:58:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

B04

Solicitan: Sistema ahorrador de agua, para que se cumpla esta característica el equipo debe contar con BOMBA DE VACIO SECA ya que, los sistemas de anillo liquido de una etapa o doble etapa utilizan agua para la refrigeración de la bomba de vacío cuando se encuentra en funcionamiento lo que resulta contradictorio si lo que se busca es ahorrar agua, cabe resaltar que la BOMBA DE VACÍO SECA no requiere el uso de agua para su refrigeración en funcionamiento.

Por lo antes expuesto para contar con un sistema de AHORRO DE AGUA se podrán presentar equipo con BOMBA DE VACÍO SECA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: F Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en referencia al area usuaria se precisa, el sistema de vacio debe ser diseñado para ahorro de agua, el postor el libre de ofertar el equipo que cumpla con las especificaciones tecnicas minimas IETSI solicitadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

1.9. PLAZO DE ENTREGA

.....

EL PLAZO DE ENTREGA DE UN EQUIPO ESTERILIZADOR A VAPOR DE 500 A 610 LITROS DEBE DE ESTAR DENTRO DE 100 DÍAS CALENDARIOS DEBIDO A LA ALTA COMPLEJIDAD DEL EQUIPO Y CONSIDERANDO EL RETIRO DEL EQUIPO ANTIGUO, LA PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO PROPUESTO.

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria tendrá el plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos (capacitación al personal asistencial y la referida a servicio técnico especializado), no deberá exceder de cien (100) días calendario según APENDICE D, se entiende que el plazo de ejecución de la prestación se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la fecha de la suscripción del contrato. El último día de dicho plazo, se convierte en la fecha límite de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos por parte del contratista en el lugar de destino y dentro del plazo contractual, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 2, Inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este comité de selección no acoge la consulta, "Se aclara que el plazo máximo de entrega es de treinta (30) días calendario, existiendo pluralidad de postores que cumplen con ello, tal como se corroboró en la indagacion de mercado realizado como parte de los actos preparatorios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

5.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

a) CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

...

NUESTRO EQUIPO TIENE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA ESPECÍFICOS PARA ESTERILIZADORES A VAPOR:

EN/IEC 61010-2 ¿ 040: Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-040: Requisitos particulares para esterilizadores y lavadoras desinfectadoras utilizados para tratar materiales médicos.

EN 61326-1: Equipos eléctricos para medida, control y uso en laboratorio

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

5.2. a) CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Certificado de seguridad eléctrica: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP 60601-1-2010 o EN/IEC 61010-2-040 o EN 61326-1. Emitido por institución acreditada por INACAL o equivalente en el país de origen. Se aceptarán certificaciones ya sea en catálogo, manual, folletos u otros documentos del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2, Inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en referencia al area usuaria acoge parcialmente: se acoge parcialmente, tambien se aceptara la norma tecnica IEC 61010-2-040-2020 por ser norma de seguridad que abarca equipos esterilizadores, lavadoras desinfectoras entre otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía:

tambien se aceptara la norma tecnica IEC 61010-2-040-2020 por ser norma de seguridad que abarca equipos esterilizadores, lavadoras desinfectoras entre otros.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

APÉNDICE D

....

EL PLAZO DE ENTREGA DE UN EQUIPO ESTERILIZADOR A VAPOR DE 500 A 610 LITROS DEBE DE ESTAR DENTRO DE 100 DÍAS CALENDARIOS DEBIDO A LA ALTA COMPLEGIDAD DEL EQUIPO Y CONSIDERANDO EL RETIRO DEL EQUIPO ANTIGUO, LA PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO PROPUESTO.

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

APÉNDICE D

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 100 DÍAS CALENDARIOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: Apendice D Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2, Inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección no acoge la consulta, "Se aclara que el plazo máximo de entrega es de treinta (30) días calendario, existiendo pluralidad de postores que cumplen con ello, tal como se corroboró en la indagacion de mercado realizado como parte de los actos preparatorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

A01 LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN: ENTRE 500 A 610 LITROS INCLUSIVE.

NUESTRO EQUIPO TIENE CAMARA CON CAPACIDAD DE 621 LITROS, DIFIRIENDO CON LO SOLICITADO EN UN MINIMO VOLUMEN.

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

A01 LA CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN: ENTRE 500 A 630 LITROS INCLUSIVE.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** A01      **Página:** 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 2, Inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este comité de selección en referencia al area usuaria no se acoge. Las especificaciones tecnicas IETSI son las minimas requeridas para el equipo. La presente contratacion es por reposicion y las dimensiones de las instalaciones no estan adecuacadas para soportar un equipo con mayores dimensiones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

A06 LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS

NUESTRO EQUIPO TIENE LA AUTENTICACIÓN DEL USUARIO MEDIANTE RFID (IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA). EL USO DE UNA ETIQUETA RFID PARA AUTENTICAR AL USUARIO ELIMINA LA NECESIDAD DE INGRESAR EL ID DE USUARIO Y LA CONTRASEÑA CUANDO SE NECESITA ASEGURAR QUE SOLO EL PERSONAL AUTORIZADO REALICE CIERTAS TAREAS.

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

A06 LECTOR PARA AUTENTICACIÓN DEL USUARIO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** A06    **Página:** 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 2, Inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este comité de selección en referencia al area usuaria se precisa. El lector de codigo de barras es una herramienta util que permite un mejor control de los materiales que llegan a la central de esterilizacion, de acuerdo a las especificaciones minimas del IETSI.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:40:36

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

A21 PANTALLA DE VISUALIZACION DIGITAL QUE PERMITA VISUALIZAR (GRAFICAR) LA CURVA DEL PROCESO DE ESTERILIZACION

NUESTRO QUIPO TIENE UNA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DIGITAL QUE SE PUEDE CONFIGURAR PARA LA VISTA DE CIRCULOS Y VISTA DETALLADA EN TIEMPO REAL. LA GRÁFICA DE CURVAS SE PUEDE MOSTRAR EN LA IMPRESIÓN DEL PROCESO.

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:  
A21 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DIGITAL QUE PERMITA VISUALIZAR (VISTA CIRCULAR Y/O VISTA DETALLA Y/O GRÁFICA DE CURVAS) EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A21 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2, Inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en referencia al area usuaria no se acoge, las especificaciones tecnicas IETSI son las minimas requeridas para el equipo. La vista de las curvas en pantalla es un indicador de como se desarrollan las etapas en la esterilizacion y un indicador del buen funcionamiento del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

A22 AUTODIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO  
NUESTRO EQUIPO TIENE UN DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO POR SERVICIO AUTORIZADO SOLO POR PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO POR FÁBRICA.  
PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:  
A22 DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO POR SERVICIO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** A22    **Página:** 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 2, Inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este comité de selección en referencia al area usuaria no se acoge, la especificacion tecnica A22 AUTODIAGNOSTIO DE FUNCIONAMIENTO del IETSI, el equipo debe de hacer una verificacion automatica del estado de funcionamiento.(autodiagnostico ) emitiendo reportes en caso de alguna incidencia. Durante todo el proceso de esterilizacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

A23 PROGRAMACION DE LOS PARAMETROS DE ESTERILIZACIÓN (TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SECADO) POR PARTE DEL USUARIO

LA PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN DE NUESTRO EQUIPO DEBE SER CONFIGURADO POR PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO POR FÁBRICA.

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

A23 PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTERILIZACIÓN (TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SECADO) POR PARTE DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO POR FÁBRICA.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A23 Página: 59**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 2, Inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este comité de selección en referencia al area usuaria no se acoge, la especificacion tecncia IETSI indica programacion del los parametros de esterilizacion por parte del usuario, esto debido a que algunos materiales medicos o instrumentales medicos tienen diferentes tiempo de esterilizacion y secado y requieren de su programacion de acuerdo a lo indicado por el fabricante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20512709088	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:40:36

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

A34 PROGRAMA DE PRUEBA: DE PERDIDA DE VACIO

NUESTRO EQUIPO TIENE EL PROGRAMA DE TEST DE FUGAS PARA VERIFICAR LA PÉRDIDA DE VACÍO Y FUGAS EN EL EQUIPO

PARA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SOLICITAMOS ACEPTAR:

A34 PROGRAMA DE PRUEBA: DE PÉRDIDA DE VACÍO O TEST DE FUGAS.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** A34    **Página:** 60

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 2, Inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este comité de selección en referencia al area usuaria no se acoge y se precisa que la especificacion tecnica A34 del IETSI esta referida a la prueba que se realiza al equiupo para verificar su hermeticidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguna



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:44:37

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Estimado miembro del comité. Tras revisar el presente proceso sobre: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) he notado que no se menciona al personal clave dentro de los requisitos de calificación, un aspecto esencial en este tipo de adquisiciones. Considero que es necesario poder definir un perfil técnico adecuado para el profesional responsable de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Sugiero que se requiera un ingeniero electrónico o afín, con al menos dos años de experiencia en instalación, mantenimiento y reparación de equipos médicos o de laboratorio, y con capacitación en tecnologías similares a las ofertadas. La omisión de este criterio podría generar observaciones y potenciales riesgos que afecten el desarrollo del proceso.

PRINCIPIO O NORMATIVA: Principio de Transparencia, Principio de Igualdad de Trato y Principio de Competencia.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: B      Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en referencia al area usuaria no se acoge Los terminos de referencia de las bases indican que el contratista es el unico responsable de cumplir con la entrega en las condicones establecidas.en las bases (pag. 21 de las bases numeral 6.5.1.4 ).Por lo que los postores podran presentar sus ofertas con pleno conocimiento de ello.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:44:37

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR INCORPORADO  
PIDEN: A06 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS

Estimado Comité, solicitamos respetuosamente que el lector de código de barras especificado en el ítem A06 sea considerado como una característica opcional para el equipo esterilizador con generador eléctrico de vapor incorporado. Si bien el lector de código de barras puede ser una herramienta útil para el seguimiento y control de lotes o ciclos de esterilización, su implementación no es esencial para el rendimiento fundamental del equipo. Ofrecer esta opción como opcional permitiría a los postores ajustar la oferta de acuerdo con las necesidades particulares de cada cliente, lo que optimizaría los costos sin afectar la eficacia del proceso de esterilización. Los estándares de seguridad, eficiencia y control del equipo pueden mantenerse plenamente con otros métodos de registro y monitoreo, y el lector de código de barras puede añadirse en caso de que la instalación específica lo requiera.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: A06      Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en referencia al área usuaria se precisa. El lector de código de barras es una herramienta útil que permite un mejor control de los materiales que llegan a la central de esterilización, de acuerdo a las especificaciones mínimas del IETSI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-21-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO: ESTERILIZADOR A VAPOR DE RED UNA PUERTA (500 A 610 LITROS) PARA EL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DE LA RED PRESTACIONAL ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:44:37

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELÉCTRICO DE VAPOR INCORPORADO  
PIDEN: A17 APERTURA CON ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO O ELÉCTRICO

Estimado Comité, en relación a la especificación A17: apertura con accionamiento neumático o eléctrico para la esterilizadora de vapor de 500 a 610 litros, me gustaría consultar si se podría considerar la aceptación de un sistema de apertura motorizado como alternativa válida. Nuestro equipo cuenta con un mecanismo de apertura vertical motorizado, que opera mediante un sistema de correas dentadas, ofreciendo un funcionamiento eficiente, silencioso y seguro durante la apertura y cierre de la puerta. Este sistema garantiza una operación precisa y cumple con los estándares de seguridad y confiabilidad requeridos para equipos de esterilización.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: A17      Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección en referencia al area usuaria se aclara. La especificacion tecnica indica el medio que debe utilizar para accionar el elemento que abra la puerta, el postor es libre de ofertar el equipo que cumpla con las especificaciones tecnicas minimas del IETSI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna