

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (SET DE DRENAJE) PARA LOS PACIENTES DEL IREN SUR

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	22:53:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos a la Entidad retirar la Modalidad de Ejecución LLAVE EN MANO, al no corresponder, debido a que el producto (Set de Drenaje) es un Dispositivo Médico y no un Equipo Médico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.6 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE POR MOTIVO QUE EL BIEN DEBE SER ENTREGADO A LOS ALMACENES DEL IREN LISTO PARA USAR ADEMAS EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO MODIFICA LAS BASES

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DISPOSITIVOS M EDICOS (SET DE DERENAJE) PARA LOS PACIENTES DEL IREN SUR

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	22:53:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos a la Entidad Aclarar y Confirmar, si se deberá presentar la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición por Defectos, Vicios Ocultos o por Fecha de Vencimiento menor a la requerida, en la etapa de suscripción del contrato o como parte de la documentación obligatoria para la etapa de presentación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: L) Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA Y ACLARA SE SOLICITARA QUE LOS DOCUMENTOS MENCIONADO DEBEN PRESENTARSE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA ELECTRÓNICA EN PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA ADEMAS EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO MODIFICA LAS BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS M EDICOS (SET DE DERENAJE) PARA LOS PACIENTES DEL IREN SUR

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	22:53:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se puede dilucidar que como bienes similares se solicita lo siguiente: todas las presentaciones de circuitos anestesia coaxial en todas sus presentaciones y medidas

Solicitamos a la Entidad cambiar los bienes similares a DISPOSITIVOS MÉDICOS EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA Y SE ACLARA QUE ES UN ERROR DE TIPEO Y SE NECESITARA QUE EL POSTOR TENGA EXPERIENCIA EN TODO LO QUE ES VENTA DE INSUMOS, DISPOSITIVOS, SET DE DRENAJE E INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS EN ELAREA DE CIRUGÍA Y/O RADIOLOGÍA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS BASES QUE TENGA EXPERIENCIA EN TODO LO QUE ES VENTA DE INSUMOS, DISPOSITIVOS, SET DE DRENAJE E INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS EN ELAREA DE CIRUGÍA Y/O RADIOLOGÍA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-20-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (SET DE DERENAJE) PARA LOS PACIENTES DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	22:53:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para el Sub ítem 1.1 en referencia a la COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO se pide:

Aguja chiba Nro 21,15 a 20 cm de longitud.

Se solicita al comité considerar aguja trocar 21g x 15 cm ya que también es un dispositivo de acceso y tiene la misma función de una aguja chiba, teniendo en cuenta la pluralidad de postores, considerando que cada proveedor cuenta con dispositivos que cumplen con la funcionalidad requerida lo cual permitirá cumplir con el Principio de Libertad de Concurrencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE POR SER UNA EETT SOLICITADA POR EL AREA USUARIA Y ADEMAS EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES EN EL MERCADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO MODIFICA LAS BASES

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-20-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (SET DE DERENAJE) PARA LOS PACIENTES DEL IREN SUR

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	22:53:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para el Sub ítem 1.1 en referencia a la COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO se pide:

Introductor Neef con banda radiopaca

Se solicita al comité considerar retirar NEFF de las especificaciones técnicas ya que hace referencia a una marca en específico, teniendo en cuenta la pluralidad de postores, considerando que cada proveedor cuenta con dispositivos que cumplen con la funcionalidad requerida lo cual permitirá cumplir con el Principio de Libertad de Concurrencia

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE RETIRAR LA PALABRA NEFF Y SE UTILIZARA DENOMINACIÓN DE INTRODUTOR CON BANDA RADIOPACA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MODIFICA LAS BASES Y SE UTILIZARA DENOMINACIÓN DE INTRODUTOR CON BANDA RADIOPACA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (SET DE DERENAJE) PARA LOS PACIENTES DEL IREN SUR

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	22:53:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para el Sub ítem 1.1 en referencia a la COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO se pide:

Guía amplatz super stiff 0.35 pulgadas, 80 cm de longitud.

Se solicita al comité considerar guía metálica PTFE en J 0.035 pulgadas x 80 cm de longitud ya que también es un dispositivo de acceso y tiene la misma función para el procedimiento a realizar, teniendo en cuenta la pluralidad de postores, considerando que cada proveedor cuenta con dispositivos que cumplen con la funcionalidad requerida lo cual permitirá cumplir con el Principio de Libertad de Concurrencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE Y TAMBIEN SE ACEPTARA guía metálica PTFE en J 0.035 pulgadas x 80 cm de longitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MODIFICA LAS BASES Y SE ACEPTARA guía metálica PTFE en J 0.035 pulgadas x 80 cm de longitud

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-20-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (SET DE DRENAJE) PARA LOS PACIENTES DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	22:53:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para el Sub ítem 1.1 en referencia a la COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO se pide:

Tubo conector para bolsa colectora.

Se solicita al comité considerar incluir bolsa de drenaje la cual tiene conexión incorporada (tubo + bolsa) y es beneficio para el paciente al tener en un mismo set un drenaje para la colección de fluidos, teniendo en cuenta la pluralidad de postores, considerando que cada proveedor cuenta con dispositivos que cumplen con la funcionalidad requerida lo cual permitirá cumplir con el Principio de Libertad de Concurrencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA POR MOTIVO QUE ES UNA EETT SOLICITADA POR EL AREA USUARIA Y EN EL MERCADO EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO MODIFICA LAS BASES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-20-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (SET DE DERENAJE) PARA LOS PACIENTES DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	22:53:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para el Sub ítem 1.2 en referencia a la COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO se pide:

Aguja chiba Nro 21,15 a 20 cm de longitud.

Se solicita al comité considerar aguja trocar 21g x 15 cm ya que también es un dispositivo de acceso y tiene la misma función de una aguja chiba, teniendo en cuenta la pluralidad de postores, considerando que cada proveedor cuenta con dispositivos que cumplen con la funcionalidad requerida lo cual permitirá cumplir con el Principio de Libertad de Concurrencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA POR MOTIVO QUE ES UNA EETT SOLICITADA POR EL AREA USUARIA Y EN EL MERCADO EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO MODIFICA LAS BASES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-20-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (SET DE DERENAJE) PARA LOS PACIENTES DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	22:53:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para el Sub ítem 1.2 en referencia a la COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO se pide:

Introductor Neef con banda radiopaca

Se solicita al comité considerar retirar NEFF de las especificaciones técnicas ya que hace referencia a una marca en específico, teniendo en cuenta la pluralidad de postores, considerando que cada proveedor cuenta con dispositivos que cumplen con la funcionalidad requerida lo cual permitirá cumplir con el Principio de Libertad de Concurrencia

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE PROCEDERA A RETIRARA LA PALABRA NEFF UTILIZANDO LA DENOMINACION RADIOPACA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS BASES PROCEDERA A RETIRARA LA PALABRA NEFF UTILIZANDO LA DENOMINACION RADIOPACA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (SET DE DERENAJE) PARA LOS PACIENTES DEL IREN SUR

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	22:53:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para el Sub ítem 1.2 en referencia a la COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO se pide:

Guía amplatz super stiff 0.35 pulgadas, 80 cm de longitud.

Se solicita al comité considerar guía metálica PTFE en J 0.035 pulgadas x 80 cm de longitud ya que también es un dispositivo de acceso y tiene la misma función para el procedimiento a realizar, teniendo en cuenta la pluralidad de postores, considerando que cada proveedor cuenta con dispositivos que cumplen con la funcionalidad requerida lo cual permitirá cumplir con el Principio de Libertad de Concurrencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE Y TAMBIEN SE ACEPTARA guía metálica PTFE en J 0.035 pulgadas x 80 cm de longitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICA LAS BASES INDICANDO QUE TAMBIÉN SE ACEPTARA guía metálica PTFE en J 0.035 pulgadas x 80 cm de longitud

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-20-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS (SET DE DRENAJE) PARA LOS PACIENTES DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20108629909	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA	Hora de envío :	22:53:02

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para el Sub ítem 1.2 en referencia a la COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO se pide:

Tubo conector para bolsa colectora.

Se solicita al comité considerar incluir bolsa de drenaje la cual tiene conexión incorporada (tubo + bolsa) y es beneficio para el paciente al tener en un mismo set un drenaje para la colección de fluidos, teniendo en cuenta la pluralidad de postores, considerando que cada proveedor cuenta con dispositivos que cumplen con la funcionalidad requerida lo cual permitirá cumplir con el Principio de Libertad de Concurrencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA Y ACLARA QUE ES UNA EETT SOLICITADA POR EL ÁREA USUARIA Y A LA VEZ SE LE INDICA QUE SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE MODIFICA